

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信 息	姓名: 李颖
	职称: 中报
	工作单位: 淮南市中医院
项目信息	项目名称: 无为市人民医院电子肠镜项目
	供应商名称: 杭州好特医疗器械有限公司
专业人员 论证意见	该项目拟采购: 奥林巴斯大肠内窥镜一条, 电子反转大肠内窥镜一条。该医院现有奥林巴斯胃肠镜主机(EPR-17010)在用, 该电子肠镜为专用, 其它品牌无法兼容, 满足不了使用需求, 为保证原有项目一致性, 建议采用单一来源采购方式, 从奥林巴斯授权单位杭州好特医疗器械公司采购。
专业人员 签 字	李颖 日期 2015 年 4 月 2 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信 息	姓名: 梁立超	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 合肥中光电子	
项目信息	项目名称: 无为市人民医院电子肠镜项目	
	供应商名称: 杭州好特医疗器械有限公司	
专业人员 论证意见	无为市人民医院电子肠镜项目, 拟采购电子肠镜二台, 配套购置现有的宾得电子肠镜主机 (EPK-17010) (一台), 更换电子肠镜为另一台, 其他品牌无法兼容, 不能满足使用需求。建议采购单一来源方式从宾得唯一授权单位杭州好特医疗器械有限公司采购。	
专业人员 签 字	梁立超	日期 2025 年 4 月 2 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信 息	姓名: 王锦华	
	职称: 高工	
	工作单位: 省计算机技术服务公司	
项目信息	项目名称: 无为市人民医院电子肠镜项目	
	供应商名称: 杭州好特医疗器械有限公司	
专业人员 论证意见	该采购项目实得电子肠镜 EC38-i 10TM 一条, 实得电子反转大肠镜内窥镜 EC34-i 10TM 一条, 是为配套医院现有实得电子胃肠镜主机 (EPK-i 7010) 使用, 是专机专用, 其它品牌无法兼容, 为了项目的一致性, 建议采用单一来源方式采购。从实得唯一授权单位杭州好特医疗器械公司购买。	
专业人员 签 字	王锦华	日期 25 年 4 月 2 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。