

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信 息	姓名: 王锦华	
	职称: 高工	
	工作单位: 省计算机技术服务公司	
项目信息	项目名称: 无为市人民医院电子鼻咽喉镜项目	
	供应商名称: 安徽璟康医疗科技有限公司	
专业人员 论证意见	该项目采购的鼻咽喉镜(EVF-13)一条,是配套医院现有鼻咽喉镜主机(CCV-70)使用,是专机专用,其它品牌不兼容,建议采用单一来源采购方式,从奥林巴斯唯一授权单位安徽璟康医疗科技有限公司处采购。	
专业人员 签 字	王锦华	日期 25 年 4 月 2 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信 息	姓名: 李颖
	职称: 中级
	工作单位: 淮南市中医院
项目信息	项目名称: 无为市人民医院电子鼻咽喉镜项目
	供应商名称: 安徽璟康医疗科技有限公司
专业人员 论证意见	该项目拟采购奥林巴斯电子鼻咽喉镜一条, 该院现有奥林巴斯电子鼻咽喉镜主机(CV-70)在用, 该电子鼻咽喉镜为专机专用, 其它品牌无法兼容, 满足不了使用需求, 为保证所购项目一致性, 建议采用单一来源采购方式从该设备唯一授权单位安徽璟康医疗科技有限公司采购
专业人员 签 字	李颖 日期 2025年4月2日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件 7

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信 息	姓名：梁立超	
	职称：副主任医师	
	工作单位：合肥工业大学	
项目信息	项目名称：无为市人民医院电子鼻咽喉镜项目	
	供应商名称：安徽璟康医疗科技有限公司	
专业人员 论证意见	无为市人民医院电子鼻咽喉镜项目，拟采购电子鼻咽喉镜一条，配套该镜现有支架。经介绍电子鼻咽喉镜主机（CV-70）使用，该电子鼻咽喉镜为专用主机，其他品牌无法兼容，满足不了使用需求，建议采用单一来源方式从该支架唯一授权单位安徽璟康医疗科技有限公司采购。	
专业人员 签 字	梁立超	日期 2025 年 4 月 2 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。