

附件 7

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信 息	姓名: 李颖	
	职称: 中二	
	工作单位: 淮南市疾病预防控制中心	
项目信息	项目名称: 无为市人民医院电子胆道镜项目	
	供应商名称: 江苏普业医疗器械有限公司	
专业人员 论证意见	该医院拟采购富士电子胆道镜一条, 该医院现有富士电子胆道镜 (EPX-2500) 主机在用, 因电子胆道镜为专机专用, 其它品牌无法兼容, 满足不了使用需求, 为保证原有项目一致性, 建议采用单一来源采购方式从富士唯一授权单位江苏普业医疗器械有限公司采购。	
专业人员 签 字	李颖	日期 2025 年 4 月 2 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件 7

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信 息	姓名: 王锦华	
	职称: 高工	
	工作单位: 省计算机技术服务公司	
项目信息	项目名称: 无为市人民医院电子胆道镜项目	
	供应商名称: 江苏普业医疗器械有限公司	
专业人员 论证意见	该项目电子胆道镜一条,是为配套医院富士电子胆道镜(EPX-2500)主机使用,专机专用,其它品牌无法兼容建议采用单一来源方式采购,为保证项目的一致性,建议从富士唯一授权单位江苏普业医疗器械有限公司处采购。	
专业人员 签 字	王锦华	日期 25 年 4 月 2 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件 7

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信 息	姓名: 梁金超	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 合肥工业大学	
项目信息	项目名称: 无为市人民医院电子胆道镜项目	
	供应商名称: 江苏普业医疗器械有限公司	
专业人员 论证意见	无为市人民医院电子胆道镜项目,拟 采购电子胆道镜一条,西配套医院现有 富士电子胆道镜(Epx-2500)主机使用, 因该电子胆道镜为主机使用,其他品牌 无法兼容,只能从富士唯一授权单位江苏 普业医疗器械有限公司采购,建议采用单 一来源采购方式。	
专业人员 签 字	梁金超	日期 2025 年 4 月 2 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。