

专家论证汇总意见

项目名称：马鞍山市人民医院 2026-2029 年西门子影像设备维保服务

预算金额：227 万元每年

时间：2026 年 4 月 28 日

地点：马鞍山市雨山区印山东路 2009 号（印山东路与湖东中路交叉口）汇通大厦主楼 6 楼第 6 评标室


关于马鞍山市人民医院 2026-2029 年西门子影像设备维保服务单一来源论证，专家小组论证意见如下：

西门子核磁共振、CT、DR 设备为精密高端医疗系统，系统的运行逻辑、核心技术、零部件及配套诊断软件完全由原厂（制造商）研发和生产，第三方产品不可兼容和替代，其全新配件仅能从制造商处取得。系统内置软件仅能从制造商获得升级，第三方无法提供软件升级和相关权限。另外，系统内置远程故障诊断能够及时反馈故障情况，帮助及时排除故障风险，第三方无法提供相关服务。

“西门子医疗系统有限公司”是西门子公司生产的各类医疗器械产品在中国境内唯一原厂指定售后服务提供商，具备唯一性。

综合以上原因，根据《中华人民共和国政府采购法》三十一条第（一）款“只能从唯一供应商处采购”的规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条“因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，导致只能从某一特定供应商处采购”。马鞍山市人民医院 2026-2029 年西门子影像设备维保服务采用单一来源方式采购，单一来源供应商名称：西门子医疗系统有限公司。

专家签名：



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信 息	姓名: 方玉龙	
	职称: 教授	
	工作单位: 黄山职业技术学院	
项目信息	项目名称: 马鞍山市人民医院 2026-2029 年西门子影像设备维保服务	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员 论证意见	西门子核磁共振、CT、DR设备为高端精密医疗设备, 系统运行、零部件及诊断软件由原厂(制造商)研发和制造, 第三方产品无法兼容取代, 且设备密钥第三方无相关权限, 为及时排除故障, 第三方无法提供相关服务。'西门子医疗系统有限公司'是中国境内唯一原厂指定售后服务提供商, 具备唯一性。符合《中华人民共和国政府采购法》三十一条第一款“只能从唯一供应商处采购”的规定, 及《政府采购法实施条例》第二十七条“因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术, 导致只能从某一特定供应商处采购”, 故建议采用单一来源方式采购方式采购原厂维保。	
专业人员 签 字	方玉龙	日期: 2026年4月28日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信 息	姓名: 杨国友	
	职称: 主管技师	
	工作单位: 安庆市疾病预防控制中心	
项目信息	项目名称: 马鞍山市人民医院 2026-2029 年西门子影像设备维保服务	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员 论证意见	西门子核磁共振、CT、DR设备为精密高端医疗系统, 它的核心技术、零部件及配套诊断软件完全由原厂研发和生产, 第三方产品不可兼容和替代, 因此, 建议采用单一来源方式采购。 按照《中华人民共和国政府采购法》三十一条第一款及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条“因货物或服务使用不可替代的专利、专有技术, 导致只能从某一特定供应商处采购, 因此建议采用单一来源采购方式。”	
专业人员 签 字	杨国友	日期: 2026年4月28日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信 息	姓名：李新五	
	职称：正 高	
	工作单位：阜外肿瘤医院	
项目信息	项目名称：马鞍山市人民医院 2026-2029 年西门子影像设备维保服务	
	供应商名称：西门子医疗系统有限公司	
专业人员 论证意见	贵单位现有一批西门子影像设备，各按照《中华人民共和国政府采购法》三十一条第一款“只能由一家供应商处采购”之规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条“因货物或者服务不可拆分或专有技术导致只能从一家特定供应商处采购”，本项目符合单一来源采购条件。经本单论证认为应商名称：西门子医疗系统有限公司。	
专业人员 签 字	王 斌	日期 2026 年 4 月 28 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写