

铜陵市第四人民医院西门子CT球管采购项目单一来源可行性论证会专家签到表

论证时间：2026年01月15日10时30分

论证地点：铜陵市公共资源交易中心二楼资格审查室

序号	姓名	工作单位	身份证号码	联系电话	职务或职称	专家类别
1	李雪文	铜陵市人民医院	340702196410011033	13705628207	主治医师	医疗
2	吴璋	市二院	340702198310172525	17705628625	副主任医师	医疗
3	李	市人医	340702196905292025	13355621236	主治医师	医疗

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 吴琼	
	职称： 副主任药师	
	工作单位： 铜陵市第二人民医院	
项目信息	项目名称： 铜陵市第四人民医院西门子 CT 球管采购项目	
	供应商名称： 安徽创一医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	铜陵市第四人民医院西门子CT球管采购项目，因采购的CT球管需要与医院现有的西门子16排CT(型号为somatomgo now)配套使用，目前市场上其它CT球管无法兼容，该产品具有唯一性，仅能从西门子CT设备安徽地区唯一代理商安徽创一医疗科技有限公司采购。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条，本项目须采用单一来源采购方式进行采购。	
专业人员签字	吴琼	日期：2025年 1 月 15 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 汪洁	
	职称: 主任技师	
	工作单位: 铜陵市人民医院.	
项目信息	项目名称: 铜陵市第四人民医院西门子 CT 球管采购项目	
	供应商名称: 安徽创一医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	市四院拟采购西门子CT球管的球管采取单一来源的理由如下: 1. 该项目只能由特定的供应商制造. 且不存在任何其他合理的选择. 2. 球管必须与CT整机注册证所要求的结构保持一致. 不得随意更改. 只能采购CT后设备同机型球管. 3. 为保证既有采购项目一致性. 需继续从原供应商处采购. 且添购金额不超过原合同采购金额10%. 4. 安徽创一医疗科技有限公司为安徽地区西门子球管唯一授权经销商. 综合以上原因. 本项目须采用单一来源采购方式进行采购.	
专业人员签字		日期: 2026年 1 月 15 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 唐吉斌
	职称: 主任技师
	工作单位: 铜陵市人民医院
项目信息	项目名称: 铜陵市第四人民医院西门子 CT 球管采购项目
	供应商名称: 安徽创一医疗科技有限公司
专业人员论证意见	该院现使用西门子16排CT机(型号SOMATOM Go Now),因采购的CT球管需要与现有CT设备相匹配。除西门子CT球管外,其它CT球管无法兼容,只能从西门子CT设备安徽地区唯一代理商:安徽创一医疗科技有限公司采购(特许经营)根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款“只能从唯一供应商处采购”规定。本项目必须按单一来源方式进行采购。
专业人员签字	日期: 2026年01月16日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源可行性论证意见表

项目名称	铜陵市第四人民医院西门子CT球管采购项目	采购人	铜陵市第四人民医院
联系人	钱女士	联系电话	0562-2133171
预算金额	67 万元		
项目内容概况	铜陵市第四人民医院现有一台西门子 16 排 CT(型号为 somatomgo now), 该设备球管使用已超过 110 万秒次, 球管寿命到期需要更换。为确保 CT 设备能够正常、稳定地运行, 拟采购与西门子 CT 兼容的球管。		
拟定的唯一供应商名称、地址	安徽创一医疗科技有限公司、合肥市包河区马鞍山南路世纪阳光大厦 1801 室		
采购单位意见	采取单一来源的理由是我单位项目符合如下情形中的第 <u>1</u> 条 (必须选择): 1. 只能从唯一供应商处采购 (唯一是基于技术、工艺或专利权保护、首次制造等原因, 货物和服务只能由特定的供应商制造或提供, 且不存在任何其他合理的选择或替代的情况。); 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其它供应商处采购的; 3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求, 需要继续从原供应商处添购, 且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。 理由如下: (1) 为确保 CT 设备正常、稳定运行, 拟采购的 CT 球管必须与西门子 CT 兼容。根据《医疗器械注册管理办法》、《医疗器械注册与备案管理办法》和《医疗器械监督管理条例》等法规要求, 球管等核心组件必须与 CT 整机注册证所要求的结构组成保持一致, 不得随意更改, 因此只能采购 CT 原设备同机型球管。该机型球管为西门子原厂原配。 (2) 安徽创一医疗科技有限公司是西门子球管安徽地区的唯一授权经销商。 综合以上原因, 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第 (一) 款 “只能从唯一供应商处采购的” 规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条 “指因服务使用不可替代的专利、专有技术, 导致只能从某一特定供应商处采购。” 的规定, 本项目只能从唯一供应商处采购的情形, 项目采用单一来源采购方式进行采购。		

专业技术人员 产生方式	从专家库中随机抽取
专业技术人员 论证意见	经论证，我们一致认为该项目符合如下情形中的第<u>1</u>条（必须选择）： 1. 只能从唯一供应商处采购（唯一是基于技术、工艺或专利权保护、首次制造等原因，货物和服务只能由特定的供应商制造或提供，且不存在任何其他合理的选择或替代的情况。）； 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其它供应商处采购的； 3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。 理由如下： （1）为确保 CT 设备正常、稳定运行，拟采购的 CT 球管必须与西门子 CT 兼容。根据《医疗器械注册管理办法》、《医疗器械注册与备案管理办法》和《医疗器械监督管理条例》等法规要求，球管等核心组件必须与 CT 整机注册证所要求的结构组成保持一致，不得随意更改，因此只能采购 CT 原设备同机型球管。该机型球管为西门子原厂原配。 （2）安徽创一医疗科技有限公司是西门子球管安徽地区的唯一授权经销商。 综合以上原因，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第（一）款“只能从唯一供应商处采购的”规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条“指因服务使用不可替代的专利、专有技术，导致只能从某一特定供应商处采购。”的规定，本项目只能从唯一供应商处采购的情形，项目采用单一来源采购方式进行采购。 签字：

备注：

1. 如专业技术人员认为该项目符合法律规定的可以采用单一来源的情形，须指出符合的相应条款：（一）只能从唯一供应商处采购的；（二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（三）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。否则论证结果无效。

2. 若专业技术人员为专家库中抽取，表后须附专家抽取表复印件；若专业技术人员由采购人自行组织，须附专业人员相关职业资格或职称证书复印件。