


单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 朱益贤
	职称: 副高
	工作单位: 晋江市儿童医院
项目信息	项目名称: 太湖县中医院 1.5T 核磁共振设备维保服务采购项目
	供应商名称: 上海联影医疗科技股份有限公司
专业人员论证意见	1.5T磁共振系大型影像设备,在出保后的维护保养、配件供应等,只有该设备生产厂家售后服务机构才有权解锁密码维修,并提供配件、质控等服务,故只能以单一来源采购的方式购买服务。
专业人员签字:	朱益贤


日期: 2025 年 9 月 26 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	张明
	职称:	主治医师
	工作单位:	太湖县中医院
项目信息	项目名称:	太湖县中医院 1.5T 核磁共振设备维保服务采购项目
	供应商名称:	上海联影医疗科技股份有限公司
专业人员论证意见	本项目为医院使用品 1.5T 核磁共振设备联影 uMR580 维保服务。该设备需原厂配件及技术支持。目前市场上其他同类产品均无法满足。建议从原厂上海联影医疗科技股份有限公司采购单一来源服务。	
专业人员签字:		

日期：2025 年 9 月 26 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>叶 书山</u>
	职称: <u>研究员</u>
	工作单位: <u>安徽中医药大学研究院</u>
项目信息	项目名称: 太湖县中医院 1.5T 核磁共振设备维保服务采购项目
	供应商名称: 上海联影医疗科技股份有限公司
专业人员论证意见	该院现有一台 1.5T 核磁共振设备 (赠设备) 维保到期需采购该设备的维保服务。 为保证设备配件的兼容性、兼容性以及售后服务的一致性，维保使用零配件要求为原厂核心配件。使用原厂设备配件软件与专利和专有技术。故建议采用单一来源采购方式，从唯一授权经销商“上海联影医疗科技股份有限公司”采购维保服务。
专业人员签字:	

日期: 2025 年 9 月 26 日