

附件

单一来源采购方式专业人员讨论意见

专业人员信息	姓名: 陈寿怀	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 南京市第二人民医院	
项目信息	项目名称: 奥林巴斯电子内镜	
	供应商名称: 华润润和医疗设备有限公司	
专业人员论证意见	(<u>专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由</u>) 本次项目,需要采购的是一根配套奥林巴斯 CV-290 图像处理装置配套的 PCF-H290DZ 型电子内镜,富士或开立品牌电子内镜确实对接奥林巴斯 CV-290 主机系统,建议采购奥林巴斯 PCF-H290DZ 型电子内镜。	
专业人员签字	陈寿怀	日期: 2026 年 1 月 24 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件


单一来源采购方式专业人员讨论意见

专业人员信息	姓名: 付彪	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 安庆一六医院	
项目信息	项目名称: 奥林巴斯电子肠镜	
	供应商名称: 华润润安医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 采购单位现有内镜诊疗系统核心主机为奥林巴斯品牌, 其硬件接口、信号传输协议、图像处理系统均为厂家专属设计, 其他品牌电子内镜无法与该主机实现无缝兼容匹配, 若更换其他品牌设备, 将直接导致无法正常开展内镜诊疗工作, 且需额外投入资金更换整套主机系统, 造成资金浪费。同时, 奥林巴斯电子肠镜为整机注册医疗器械, 其注册证明确载明可配套使用的主机型号, 未经注册的非原厂产品不得配套使用, 符合国家医疗器械监管相关规定。	
专业人员签字	付彪	日期: 2026年1月14日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员讨论意见

专业人员信息	姓名: 朱芳来	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 安陆市第一人民医院	
项目信息	项目名称: 奥林巴斯电子肠镜	
	供应商名称: 华润润和安徽医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 奥林巴斯 CV-290 主机系统采用制造高独有的专利技术图像处理算法和物理接口标准其配套内窥镜 PLF-H210DI 电子肠镜为专有设计, 其他品牌的内窥镜在物理接口、电气信号、数据协议及图像处理上均无法与之兼容。	
专业人员签字		日期: 2026 年 1 月 26 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。