

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	张恩举
	职称:	放射科技师
	工作单位:	青阳县人民医院
项目信息	项目名称:	歙县人民医院 DSA、CT 维保服务采购项目
	供应商名称:	合肥医之美医疗器械有限公司
专业人员论证意见	贵院现有1台飞利浦 DSA AlluraXperFD 20和1台飞利浦 CT Ingenuity Core 128/Blade china, 现进行设备维修及软件升级, 其它品牌配件、软件升级上述设备无法兼容匹配, 且贵院唯一授权的唯一供应商: 合肥医之美医疗器械有限公司采购, 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。为确保上述设备安全运行须采用单一来源的方式进行采购。	
专业人员签字	张恩举	日期: 2025 年 09 月 30 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 赵树海	
	职称: 工程师	
	工作单位: 省儿童医院	
项目信息	项目名称: 歙县人民医院 DSA、CT 维保服务采购项目	
	供应商名称: 合肥医之美医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	歙县人民医院现有1台飞利浦 DSA Allura Xper FD20和1台飞利浦 CT Ingenuity Core 128/Elite China 需进行设备维保及非新增系统和软件升级,其他品牌配件.软件升级与现有设备无法完全兼容匹配。且医疗设备具有不同于一般设备的特殊性.为确保设备更换零配件来源的可追溯性.同时保证设备维修的安全性,只能通过原厂授权的黄山地区唯一供应商提供服务,本项目须采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	赵树海	日期: 2025 年 09 月 30 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 涂林	
	职称: 主治医师	
	工作单位: 合肥市第二人民医院	
项目信息	项目名称: 歙县人民医院 DSA、CT 维保服务采购项目	
	供应商名称: 合肥医之美医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	该项目为医院应用 DSA、CT 设备维保服务含软件升级。因厂家系统不开放, 其他品牌配件软件系统无法与医院应用设备兼容只能从原厂或其授权供应商获取。为保障设备安全运行, 须采用单一来源方式从原厂唯一授权供应商合肥医之美医疗器械有限公司采购。	
专业人员签字		日期: 2025 年 09 月 30 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。