

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王景
	职称: 副主任医师
	工作单位: 合肥市第一人民院
项目信息	项目名称: 定远县总医院 64 排 CT 球管更换项目
	供应商名称: 上海茂川医疗器械技术有限公司
专业人员论证意见	由于CT属于精密的大型医疗设备,故所需配件必须为原设备的配件保持一致。本设备球管是CT设备中的关键部件,所以产品为Apulicon/PRIME(30A)(128)的配套球管型号: CXB-750G。目前市场上无其它匹配产品与之配套,故建议采取单一来源方式采购。
专业人员签字	王景 日期 2020年8月24日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 袁晓峰	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 安远县人民医院	
项目信息	项目名称: 定远县总医院 64 排 CT 球管更换项目	
	供应商名称: 上海茂川医疗器械技术有限公司	
专业人员论证意见	订购产品为 Aquilion / PRIME 配套产品, 目前市场上无完全匹配康亮产品与之配套, 故建议采取单一来源方式采购。 2022.8.24	
专业人员签字	袁晓峰	日期 年 月 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 魏良	
	职称: 主任	
	工作单位: 安徽省儿童医院	
项目信息	项目名称: 定远县总医院 64 排 CT 球管更换项目	
	供应商名称: 上海茂川医疗器械技术有限公司	
专业人员论证意见	为保障原有设备的稳定性及安全性, 建议购置同品牌原型号的球管, 以原厂授权的经销商购置, 以利于后续维护。	
专业人员签字		
		日期: 2022 年 8 月 14 日