

定远县总医院 GE INNOVA3100 血管造影机球管采购项目

单一来源论证会签到表

会议时间：2026 年 8 月 12 日 16: 30

会议地点：安徽省招标集团 A 座 1102 会议室

[illegible]

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 刘伟	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 安徽公共卫生保健中心	
项目信息	项目名称: 定远县总医院 GE INNOVA3100 血管造影机球管采购项目	
	供应商名称: 合肥秉仁电子科技有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 医院在用 GE INNOVA3100 血管造影机需更换球管, 其配套球管型号为 D2801A 型球管, 其它品牌及型号球管无法匹配使用, 为保证设备性能正常使用, 建议采用单一来源方式从区域指定的唯一授权经销商: 合肥秉仁电子科技有限公司处采购。	
专业人员签字	刘伟	日期 2026 年 8 月 12 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	陈时彦	
	职称:	教授. 主任医师	
	工作单位:	安徽医科大学	
项目信息	项目名称:	定远县总医院 GE INNOVA3100 血管造影机球管采购项目	
	供应商名称:	合肥秉仁电子科技有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 项目为定远县总医院血管造影机(GE INNOVA3100型), 现需更换球管, 其原球管型号为D2811A型。无其他品牌及型号无法与其配套使用, 建议采用单一来源方式。经市场调研, 确定唯一授权经销商为合肥秉仁电子科技有限公司。		
专业人员签字	陈时彦	日期	2026 年 8 月 12 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：丁伯金	
	职称：高级工程师	
	工作单位：安徽青肿癌医院	
项目信息	项目名称：定远县总医院 GE INNOVA3100 血管造影机球管采购项目	
	供应商名称：合肥秉仁电子科技有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该院在用血管造影机为GE公司生产INNOVA3100型与其配套使用球管为D2801A型.无其他品牌型号球管替代,为了保证该设备使用安全性和兼容性.经从该设备生产厂家区域唯一授权供应商合肥秉仁电子科技有限公司处采购。线上该项目经采用单一来源采购方式。	
	专业人员签字	日期 2026 年 8 月 12 日