

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张琦	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 滁州市第一人民医院	
项目信息	项目名称: 滁州市中心血站2025年一次性使用单采	
	血小板分离器采购项目 / 供应商名称: 安徽潮阔医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	滁州市中心血站目前使用的血液成分分离机XCF 3000是由四川南格尔生物科技有限公司生产其配套耗材为封闭式, 为专机专用的配套耗材。安徽潮阔医疗器械有限公司为该耗材在安徽省唯一指定授权的配套耗材销售的供应商。因此导致只能从特定唯一供应商处采购。 综上所述, 按照《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款之规定, 拟采用单一来源采购方式采购。	
专业人员签字	张琦	日期 25年8月8日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 孙永明	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 沧州市中西医结合医院	
项目信息	项目名称: 沧州市中西医结合医院使用平津血小板分离器采购项目	
	供应商名称: 安徽潮润医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	该项目为沧州市中西医结合医院使用血透设备分离机(XCP-100)配套使用耗材,因该设备为专用耗材,其他耗材无法配套使用,且该品牌授权销售,故应从授权经销商安徽潮润医疗器械有限公司采购,推荐采用单一来源或招标采购。	
专业人员签字	孙永明	日期: 2025年8月8日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：	周如龙
	职称：	副主任医师
	工作单位：	滁州市第一人民医院
项目信息	项目名称：	滁州市中心血站2025年一次性使用采血小板分离系统采购项目
	供应商名称：	安徽潮阔医疗器械有限公司
专业人员论证意见	滁州市中心血站目前使用的采血小板分离系统型号为XCF3000，是四川南格生物科技有限责任公司生产。因该机器构造和离心分离原理的独特性，设备运行过程中通过设备的各项关键组件，只能配备配套耗材才能正常运转。其配套耗材型号为9-200为封闭式，属于手机专用的配套耗材，其他耗材无兼容该机上配套使用。为保障机器正常运转建议采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	周如龙	日期2024年8月8日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。