

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	陈龙
	职称:	高级工程师
	工作单位:	滁州市第一人民医院
项目信息	项目名称:	滁州市中心血站2025年一次性使用单采血小板分离机采购项目
	供应商名称:	上海臻美医疗器械有限公司
专业人员论证意见	滁州市中心血站目前使用的一次性使用单采血小板分离机(进口),为保证血液采集的连续性和有效性使用,保障结果的准确性和规范性,需采购引进单采血小板材料为现有系统设备MCS+的配套耗材。该次采购的耗材为专用耗材,只能采购该品牌耗材。所以建议本次采购采用单一来源采购方式采购。	
专业人员签字	陈龙	日期2025年8月8日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张琦	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 滁州市第一人民医院	
项目信息	项目名称: 滁州市中心血站2025年一次性使用 单采血小板分离器采购项目2	
	供应商名称: 上海臻镭贸易有限公司	
专业人员论证意见	滁州市中心血站使用MCS+为原装进口血小板采集设备,其配套耗材是主机专用的,为封闭耗材。上海臻镭贸易有限公司为便携血液成分分离机所属唯美(上海)管理有限公司在安徽省唯一指定授权MCS+血液成分分离机配套耗材销售供应商,因此只能从特定唯一供应商处采购。 综上所述,按照《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款之规定,拟采用单一来源采购方式采购。	
专业人员签字	张琦	日期 25年8月8日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 孙小映	
	职称: 工程师	
	工作单位: 漳州诏安县公路局	
项目信息	项目名称: 漳州诏安县公路局2015年-2016年度使用单	
	供应商名称: 上海臻铁贸易有限公司	
专业人员论证意见	该项目为漳州诏安县公路局在用设备MCS+的专用配套使用材料。因该设备为专用使用材料,其他品牌无法代替,为保证设备正常运行,建议使用专用材料,且该品牌系授权销售,为保障产品质量只能从授权经销商上海臻铁贸易有限公司采购。故推荐采用单一来源方式招标采购。	
专业人员签字	孙小映	日期: 2015年8月8日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。