

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李东林	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 滁州市第一人民医院	
专业人员信息	姓名: 魏学明	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 滁州市中西医结合医院	
专业人员信息	姓名: 徐永刚	
	职称: 主管技师	
	工作单位: 滁州市妇计中心	
项目信息	项目名称: 滁州市第一人民医院 DSA 平板探测器更换项目	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
	供应商地址: 中国(上海)自由贸易试验区英伦路 38 号	
拟采购的货物或服务的说明	滁州市第一人民医院北区 DSA (型号为 Artis Zee III Floor) 为西门子公司生产的大型精密医疗设备, 在对病患的检查、治疗中均发挥了重大的作用。此设备现平板探测器损坏, 无法使用, 急需更换。此设备为精密性设备, 维修及维保需要提供专业诊断服务并对设备进行精密检测、维修、更换, 更换的零部件需要达到和设备整机匹配并符合《医疗器械监督管理条例》, 保证医疗设备使用的安全、高效。	
专业人员论证意见	西门子医疗系统有限公司是西门子在中国地区唯一原厂售后公司, 只有该公司能合法取得正规的零配件并完成本项目工作。综上所述, 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定, 本项目采用单一来源方式采购, 拟定的唯一供应商为西门子医疗系统有限公司。	
专业人员签字	魏学明 徐永刚	日期 2025 年 12 月 19 日