

安徽省低温共烧材料重点实验室科研仪器设备采购项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：FSKY34000120265703 号

原公告的采购项目名称：安徽省低温共烧材料重点实验室科研仪器设备采购项目

首次公告日期：2026 年 08 月 24 日

二、更正信息

更正事项：☐采购公告 ☒采购文件

更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	招标文件“第三章 采购需求 一、采购需求前附表 3.供货及安装期限”	合同签订后 90 日内供货安装调试验收完毕（采购需求另有规定的，以采购需求为准）	合同签订后 90 日内供货安装调试验收完毕（采购需求另有规定的，以采购需求为准）。 供货延期申请及审核机制：确因制造商生产排期、国际运输及进口报关等客观原因需延长供货期限的，中标人应在原约定供货期限届满前提出书面申请并提交制造商生产进度、预计出厂及交货时间等有效证明材料，经采购人书面同意后方可延期；未经书面同意不得自行延长。延期不免除中标人的供货、质量、安装调试、验收及售后服务责任。 对于经采购人书面同

			意延期交付的设备，中标人应按照采购文件及合同约定向采购人提供合法有效的保函，作为延期交付期间的履约保障。保函有效期应覆盖延期设备的实际交付、安装调试及验收期间；如保函有效期届满前该设备仍未完成验收，中标人应及时办理保函延期或重新提供有效保函，确保履约保障持续有效。
2	招标文件“第三章 采购需求 一、采购需求前附表 4.免费质保期”	本项目免费质量保证期为验收合格之日起，不低于6年。	本项目免费质量保证期为验收合格之日起，不低于3年。
3	招标文件“第三章 采购需求 二、货物需求 5.球磨机”	5.调速方式：变频调速 0~50Hz，分辨率≤1Hz； 6.控制方式：覆盖0~50Hz 随时手动调节、覆盖1~999分钟定时运行，覆盖1~300分钟定时正反转，覆盖1~999分钟定时间隔运行，覆盖0~100次重新启动运行；	5.调速方式：变频调速 覆盖0~45Hz，分辨率≤1Hz； 6.控制方式：覆盖0~45Hz 随时手动调节、覆盖1~999分钟定时运行，覆盖1~300分钟定时正反转，覆盖1~999分钟定时间隔运行，覆盖0~100次重新启动运行；
4	招标文件“第三章 采购需求 二、货物需求 6.砂磨机”	19.外形尺寸：≤970mm*600mm*750mm。	删除
5	招标文件“第三章 采购需求 二、货物需求 9.流延机”	9.配备屏幕互联实时监控温度、基带速度等全集成界面显示及控制； 10.中央控制系统： （1）中央控制系统主频：≥2.4GHz； （2）中央控制系统接口：具有PCIe 2.0接口； （3）中央核心控制器指	删除

		令集: ARM v8 及以上; (4) 中央核心控制器功耗: $\leq 15W$; (5) 中央核心控制系统实时反映设备参数及指标, 中央核心控制器能够展示温度曲线及远程控制启停功能, 中央核心控制器件具有物联网功能, 能够满足远程参数监控, 回访至少 72 小时数据。	
6	招标文件“第三章采购需求 二、货物需求 10.小型流延涂布机”	8.真空系统抽速 $\geq 7.2m^3/h$, 极限负压不低于 $-91kPa$; 配置抽气软管/波纹管、KF25 卡箍和手动挡板阀。	8.真空系统抽速 $\geq 7.2m^3/h$, 极限负压 $\leq -91kPa$; 配置抽气软管/波纹管、KF25 卡箍和手动挡板阀。
7	招标文件“第三章采购需求 二、货物需求 11.磨抛机”	数量: 2 台	数量: 1 台
8	招标文件“第三章采购需求 二、货物需求 12.真空搅拌脱泡机”	数量: 10 台	数量: 1 台
9	招标文件“第三章采购需求 二、货物需求 19.准静态 d33/d31 测量仪”	4.配置具有有效计量/校准证书并可溯源的压电标准样片; 配置 d33、d31 块体、d31 薄膜拉伸、d15 条状和 d15 圆管等夹具;	4.配置具有有效计量/校准证书并可溯源的压电标准样片; 配置 d33、d31 块体、d15 条状夹具;
10	招标文件“第三章采购需求 二、货物需求 25.全自动程序升温化学吸附仪”	★3.1 温度控制范围: 室温$\sim 1200^{\circ}C$, 全温区连续可调, 无分段控温盲区; (投标文件中提供产品技术规格书或产品说明书或温控系统技术资料或其他能够体现温度控制范围覆盖室温$\sim 1200^{\circ}C$且全温区连续可调的材料) ★3.3 控温精度: 全温区$\pm 0.01^{\circ}C$, 采用炉温、样品床温双路传感测控;	★3.1 温度控制范围: 室温$\sim 1100^{\circ}C$; (投标文件中提供产品技术规格书或产品说明书或温控系统技术资料或其他能够体现温度控制范围覆盖室温$\sim 1100^{\circ}C$的材料) ★3.3 控温精度: 全温区$\pm 0.1^{\circ}C$, 采用样品床温精准控制; (投标文件中提供产品技术规格书或产品说明

		(投标文件中提供产品技术规格书或产品说明书或温控系统技术资料或检测或校准资料等能够体现控温精度及炉温、样品床温双路传感测控方式的材料) 3.5 恒温稳定性: 25 ~ 1200℃段的任意温度的恒温, 60min 内温度稳定性 < 0.1℃; 4.1 信号基线噪音: <30 μA; 4.2 信号漂移: <50 μA/30min; 5.1 流量范围: 2-100sccm; 6.3 平衡气: 99.999%He、99.999%N₂、99.999%Ar 等; 6.4.气路设计: 多路独立气路, 含载气、反应气、平衡气、脉冲气独立通道, 配备防倒流、过压保护阀门; 6.5 标配在线混合器组件; 、 6.6 配备冷阱过滤组件, 可有效去除水汽、低沸点杂质。 7.3 最大操作温度: 400℃, 检测器独立控温, 控温精度 ± 0.1℃ 以内; 10.7 在线混合器组件。	书或温控系统技术资料或检测或校准资料等能够体现控温精度的材料) 3.5 恒温稳定性: 室温 ~ 1100℃段的任意温度的恒温, 60min 内温度稳定性 < 0.1℃; 4.1 信号基线噪音: <20 μV; 4.2 信号漂移: <100 μV/15min; 5.1 流量范围: 0-100sccm; 6.3 平衡气: 99.999%He、99.999%N₂、99.999%Ar 等; (此条删除) 6.3.气路设计: 多路独立气路, 含载气、反应气、脉冲气独立通道, 配备单向阀; 6.5 标配在线混合器组件; (此条删除) 6.4 配备冷阱过滤组件, 可有效去除水汽、低沸点杂质。 7.3 最大操作温度: 200℃, 检测器独立控温, 控温精度 ± 0.1℃ 以内; 10.7 在线混合器组件。(此条删除)
11	招标文件“第四章 评标方法和标准符合性审查表 评审标准”	投标人若为代理商, 则须提供产品制造厂商对于本项目的授权书; 授权书在投标文件中提供或书面承诺在合同签订前提供。如不同代理商同时提	投标人若为代理商, 则须提供产品制造厂商对于本项目的授权书; 授权书在投标文件中提供或书面承诺在合同签订前提供。

		供了同一制造商品牌的产品，分别提供了授权书和书面承诺，则以提供授权书的投标人为第一选择。	
--	--	--	--

更正日期：2026 年 08 月 30 日

三、其他补充事宜

- 1.更正部分以此次更正公告内容为准。采购文件内涉及上述更正内容的，均按上述要求进行统一更正，本采购更正公告中不再一一赘述。
- 2.本项目采购文件中其他内容不变，此公告视同采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。请各潜在供应商及时下载。
- 3.采购人和采购代理机构不承担因供应商不及时关注安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）相关更正信息所造成的一切责任。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

- 1. 采购人信息
名称：淮南师范学院
地址：淮南市田家庵区洞山西路
联系方式：0554-6863618
- 2. 采购代理机构信息
名称：海逸恒安项目管理有限公司
地址：合肥市包河区宁国路 129 号金保中心 1107
联系方式：0551-63851107
- 3. 项目联系方式
项目联系人：陈继文、郑靖、李宏亮
电话：18019592543