

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：FS34000120262640 号 001

原公告的采购项目名称：上海交通大学医学院附属仁济医院安徽
医院第二批设备采购项目病房护理单元采购项目

首次公告日期：2026 年 04 月 16 日

二、更正信息

更正事项： 采购文件

更正内容：

序号	更正事项	更正前内容	更正后内容
1	第三章采购需求 (二)货物需求一览表	静态床垫最高限价 无	静态床垫最高限价： 5000 元/张
2	第三章采购需求 (二)货物需求一览表	病人推车最高限价 无	病人推车最高限价： 2970 元/台
3	第三章采购需求 (二)货物需求一览表	抢救车最高限价无	抢救车最高限价： 5976 元/台
4	第三章采购需求	病历车最高限价无	病历车最高限价：

	(二)货物需求一览表		1500 元/台
5	第三章采购需求 (二)货物需求一览表	治疗车 1 最高限价 无	治疗车 1 最高限价： 1500 元/台
6	第三章采购需求 (二)货物需求一览表	治疗车 2 最高限价 无	治疗车 2 最高限价： 1960 元/台
7	第三章采购需求 (二)货物需求一览表	污物车 1 最高限价 无	污物车 1 最高限价： 1500 元/台
8	第三章采购需求 (二)货物需求一览表	污物车 2 最高限价 无	污物车 2 最高限价： 2000 元/台
9	第三章采购需求 (二)货物需求一览表	器械车 1 最高限价 无	器械车 1 最高限价： 3500 元/台
10	第三章采购需求 (二)货物需求一览表	器械车 2 最高限价 无	器械车 2 最高限价： 3500 元/台
11	第三章采购需求 (二)货物需求一览表	器械车 3 最高限价 无	器械车 3 最高限价： 3500 元/台

	表		
12	<p>第三章采购需求</p> <p>(三)技术参数及要求一览表治疗车 1</p> <p>参数要求</p>	<p>5. ★台面、抽屉、车架采用碳钢喷塑制作,优质碳钢板,板材厚度$\geq 1.2\text{mm}$,采用静电喷塑处理,通过酸洗、磷化、静电喷涂等工序,硬度达 2H 以上,喷涂附着力达到</p> <p>GB/T9286-2021 标准等级最高级 0 级(投标文件中提供第三方检测报告);</p>	<p>5. ★下层台面、抽屉、车架采用碳钢喷塑制作,优质碳钢板,板材厚度$\geq 1.2\text{mm}$,采用静电喷塑处理,通过酸洗、磷化、静电喷涂等工序,硬度达 2H 以上,喷涂附着力达到</p> <p>GB/T9286-2021 标准等级最高级 0 级(投标文件中提供第三方检测报告);</p>
13	<p>第三章采购需求</p> <p>(三)技术参数及要求一览表治疗车 2</p> <p>参数要求</p>	<p>5. ★台面、抽屉、车架采用碳钢喷塑制作,优质碳钢板,板材厚度$\geq 1.2\text{mm}$,采用静电喷塑处理,通过酸洗、磷化、静电喷涂等工序,硬度达 2H 以上,喷涂附着</p>	<p>5. ★下层台面、抽屉、车架采用碳钢喷塑制作,优质碳钢板,板材厚度$\geq 1.2\text{mm}$,采用静电喷塑处理,通过酸洗、磷化、静电喷涂等工序,硬度达 2H 以上,</p>

		力达到 GB/T9286-2021 标准 等级最高级 0 级。 (投标文件中提供 第三方检测报告)；	喷涂附着力达到 GB/T9286-2021 标准 等级最高级 0 级。(投 标文件中提供第三 方检测报告)；
--	--	--	--

更正日期：2026 年 04 月 21 日

三、其他补充事宜

更正公告的内容作为招标文件的组成部分，其余内容不变。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：安徽省第二人民医院

地 址：合肥市瑶海区北二环砀山路 1868 号

联系方式：0551-64280881

2. 采购代理机构信息（如有）

名 称：安徽皖岳信合项目管理有限公司

地 址：安徽省合肥市蜀山区潜山路699号新地中心B座8F

联系方式：13515652757

地 址：安徽省合肥市蜀山区潜山路699号新地中心B座8楼

3. 项目联系方式

项目联系人：方芳

电 话：13515652757