

专家论证汇总意见

项目名称：含山县中医医院磁共振设备维保服务项目

时间：2024年3月28日

地点：马鞍山市含山县中医医院

本次采购内容为含山县中医医院磁共振设备维保服务项目

项目预算40万元/年，服务期限为3年。

采购单位现有西门子1.5T磁共振设备，型号为MAGNETOM Sempra，该设备技术性强精密度高，专用部件同质化低，维修保养的工艺负责，技术和关键部件具有不可替代性。且西门子磁共振原厂备件及多级维修密钥不对外开放，非原厂授权单位无法诊断及维修，目前西门子医疗系统有限公司授权安徽创一医疗科技有限公司为含山县中医医院唯一经销商，具有唯一性。

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第（一）款“只能从唯一供应商处代购的”的规定及《中华人民共和国政府采购实施条例》第二十七条“货物或者服务不可替代的专利、专有技术”的规定。本项目拟采用单一来源采购方式，单一来源供应商为：安徽创一医疗科技有限公司。

专家签字：



单一来源采购方式专业人员论证意见

| | | |
|----------|--|------------------------|
| 专业人员信息 | 姓名: <u>梁明明</u> | |
| | 职称: <u>副主任医师</u> | |
| | 工作单位: <u>马鞍山市人民医院</u> | |
| 项目信息 | 项目名称: <u>含山县中医医院磁共振设备维保服务项目</u> | |
| | 供应商名称: <u>安徽创一医疗科技有限公司</u> | |
| 专业人员论证意见 | <p>鉴于西门子设备. 技术性强. 专业性高. 维修维护工艺复杂. 技术和零件均由其不可替代性. 为降低医院磁共振设备. 运行可靠性. 稳定性及设备核心部件的匹配性. 根据《中华人民共和国政府采购法》第二十一条第一款“以唯一供应商处采购”的规定. 本项目拟采用单一来源采购方式. 单一来源供应商. 安徽创一医疗科技有限公司. 西门子医疗系统有限公司授权为其特许经营商.</p> | |
| 专业人员签字 | <u>梁明明</u> | 日期: <u>2024. 3. 28</u> |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

| | |
|-------------------|--|
| 专业人员信息 | 姓名： <u>史亚平</u> |
| | 职称： <u>中级</u> |
| | 工作单位： <u>安徽省市场监管局第七分局</u> |
| 项目信息 | 项目名称： <u>含山县中医医院磁共振设备维保服务项目</u> |
| | 供应商名称： <u>安徽创一医疗科技有限公司</u> |
| 专业人员论证意见 | <p>含山县中医院现有西门子1.5T磁共振设备(型号MAGNETOM sempre)维修服务因内部结构复杂,部分核心部件均由西门子原厂研发和制造,仅可由原厂或其指定授权代理商维修。且安徽创一医疗科技有限公司为原厂授权在安徽指定的唯一指定售后服务商,从事产品售后服务工作,具有独家代理权,故本项目使用单一来源方式采购,符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一项规定,只可从唯一供应商处采购。</p> |
| 专业人员签字 <u>史亚平</u> | 日期： <u>2024.3.28</u> |

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

| | |
|----------|---|
| 专业人员信息 | 姓名: 余叶 |
| | 职称: 高级工程师 |
| | 工作单位: 含山县人民医院 |
| 项目信息 | 项目名称: 含山县中医医院磁共振设备维保服务项目 |
| | 供应商名称: 迈瑞创一医疗科技有限公司 |
| 专业人员论证意见 | <p style="text-indent: 2em;">本项目拟“西门子医疗系统有限公司”指定“迈瑞创一医疗科技有限公司”在 2023 年 11 月 - 2024 年 12 月 31 日, 项目人: 含山中医院心 血管科采购项目 包含内容, 限: 《政府采购法》第三十一条第一款: (一) 只能从唯一 供应商处采购; 本项目符合第三十一条第一款规定。</p> <p style="text-indent: 2em;">建议采用单一来源采购方式, 具体理由性见附件。</p> |
| 专业人员签字 | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 余叶 日期: 2024. 3. 28. </div> |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。