

## 专家论证汇总意见

项目名称：马鞍山市中心血站进口血液核酸检测试剂采购

时间：2024年5月8日

地点：马鞍山市汇通大厦5楼会议室

关于马鞍山市中心血站核酸检测试剂采购项目单一来源论证，专家小组论证意见如下：

根据《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》和《血站技术操作规程》等规范的要求，必须对献血者捐献血液进行输血相关传染病标志物核酸检测。

采购单位目前已购置罗氏核酸检测设备，型号为：Cobas s201，该设备生产商为罗氏分子系统公司。根据设备厂家和设备说明书的要求，该设备所使用的检测试剂必须采用该品牌原厂试剂，其他厂家的试剂无法使用。

罗氏诊断产品(上海)有限公司是罗氏分子系统公司的代理人，安徽一瑞医疗用品有限公司是经罗氏诊断产品(上海)有限公司授权的马鞍山市中心血站唯一经销商，具备唯一性。

综上，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第(一)款“只能从唯一供应商处采购的”规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条“货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术”的规定。本项目拟采用单一来源采购方式，单一来源供应商为：安徽一瑞医疗用品有限公司。

专家签名：

刘玲 刘玲 刘玲

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 汤代军	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 马鞍山市中心血站	
项目信息	项目名称: 马鞍山市中心血站进口血液核酸检测试剂采购	
	供应商名称: 安徽一瑞医疗用品有限公司	
专业人员论证意见	<p>根据《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》等要求,必须对献血者捐献血液进行输血相关传染病标志物检测。采购单位目前已购置罗氏核酸检测仪,型号为Cobas s201,根据设备厂家和设备说明书的要求,该设备所使用的检测试剂必须用该品牌原厂试剂,其他厂家的试剂无法使用。</p> <p>罗氏诊断产品(上海)有限公司是罗氏分子系统公司的代理,安徽一瑞医疗用品有限公司是罗氏诊断产品(上海)有限公司授权的马鞍山市中心血站唯一经销商,具备唯一性。</p> <p>综上,根据《中华人民共和国政府采购法》第三十条第一款“只能从唯一供应商处采购的”规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条“货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术的规定,本项目拟采用单一来源采购方式,单一来源供应商为:安徽一瑞医疗用品有限公司。</p>	
专业人员签字	汤代军	日期 2024年5月8日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 项月霞	
	职称: 副主任检验技师	
	工作单位: 马鞍山市CDC	
项目信息	项目名称: 马鞍山市中心血站进口血液核酸检测试剂采购	
	供应商名称: 安徽-瑞医疗用品有限公司	
专业人员论证意见	<p>市中心血站原有罗氏核酸检测设备(型号: Cobas 5201)为进口检测设备, 需要专用罗氏原厂试剂, 其他品牌试剂无法使用. 安徽-瑞医疗用品有限公司是罗氏授权的马鞍山市中心血站唯一经销商.</p> <p>综上, 根据《中华人民共和国政府采购法》第二十一条第(一)款“只能从唯一供应商处采购”的规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条“采购人服务使用不可替代的专利、专有技术”的规定, 本项目拟采用单一来源采购方式, 单一来源供应商为: 安徽-瑞医疗用品有限公司.</p>	
专业人员签字	项月霞	日期 2024年5月8日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 刘伶
	职称: 主任检验师
	工作单位: 马鞍山市临床检验中心
项目信息	项目名称: 马鞍山市中心血站进口血液核酸检测试剂采购
	供应商名称: 安徽一端医疗用品有限公司
专业人员论证意见	<p>马鞍山市中心血站目前使用的核酸检测设备生产商为罗氏分子系统公司, 型号为: Cobas s201. 该设备所使用的核酸试剂必须采用该品牌原厂试剂, 其他厂家的试剂无法兼容. 罗氏诊断产品(上海)有限公司是罗氏分子系统公司的代理人, 安徽一端医疗用品有限公司是罗氏诊断产品(上海)有限公司授权的马鞍山市中心血站唯一经销商.</p> <p>综上, 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款“只能从唯一供应商处采购的”规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条“货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术”的</p>
专业人员签字	<p>刘伶</p> <p>日期 2024年5月8日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

规定, 本项目推荐采用单一来源采购。单一来源供应商为安徽一端医疗用品有限公司。