


单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 孙建平
	职称: 副主任医师
	工作单位: 马鞍山市中医院
项目信息	项目名称: 马鞍山市人民医院西门子MR、CT、MI设备维保服务
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司
专业人员论证意见	<p>由于该设备技术先进且复杂,为保证设备整体运行的稳定性、数据可靠性,设备兼容性及整机匹配性,根据《中华人民共和国政府采购法》第二十一条第一款“只能从唯一供应商处采购的”规定及《中华人民共和国政府采购实施条例》第二十七条“因货物或服务使用不可替代的专利、专有技术,导致只能从某一特定供应商采购”的规定。</p>
专业人员签字	<p>孙建平</p>
	日期: 2024年8月16日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 马岩
	职称: 副主任医师
	工作单位: 马鞍山市白幼保健院
项目信息	项目名称: 马鞍山市人民医院西门子MR、CT、MI设备维保服务
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司
专业人员论证意见	<p>由于该设备技术先进,复杂,核心部件均由原厂提供,维保。</p> <p>根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款“只能从唯一潜在供应商处采购的”之规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条“因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术,导致只能从某一特定供应商处采购”之规定。单一来源供应商名称: 西门子医疗系统有限公司。</p>
专业人员签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;"> 日期 2024年 8月 16日 </div> </div>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 刘
	职称: 副主任医师
	工作单位: 德政医疗马鞍山总医院
项目信息	项目名称: 马鞍山市人民医院西门子MR、CT、MI设备维保服务
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司.
专业人员论证意见	<p>大型医疗设备维修响应时间快, 质量好, 保证开机率95%以上。该项采购内容满足科室需求, 服务价格相对较低, 建议采购。</p> <p>根据《中华人民共和国政府采购法》第二十一条“款”只能从唯一供应商处采购的“规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条“国货物或服务使用不可替代的专利, 专有技术, 导致只能从某一特定供应商处采购”的规定。单一来源供应商名称: 西门子医疗系统有限公司。</p>
专业人员签字	<p>刘</p> <p>日期 2024年8月16日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

专家论证汇总意见

项目名称：马鞍山市人民医院西门子 MR、CT、MI 设备维保服务

时间：2024 年 8 月 16 日

地点：马鞍山市汇通大厦 6 楼第 2 评标室

本次采购内容为马鞍山市人民医院西门子 MR、CT、MI 设备维保服务，服务期限为 3 年，预算金额 360 万元/年。

采购单位目前现有的西门子 MR、CT、MI 设备，型号分别为：西门子 3.0T 核磁共振(MAGNETOM Lumina)、后 64 排 CT(SOMATOM Force)、64 排 CT (SOMATOM Go.top)、核医学 Symbia Intevo。

由于该设备技术先进且复杂，为保证设备整体运行的稳定性、数据可靠性、设备兼容性 & 整机匹配性，其核心部件（核心备件-MR（磁体、数据工作站、数据采集系统、冷头）、CT（球管、高压、探测器、滑环）、MI（球管、晶体探测器、高压油箱、光电倍增）只能由原厂进行维保。

西门子医疗系统有限公司是西门子德国生产的各类医疗器械产品在国内唯一原厂指定售后服务提供商，具备唯一性。

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第（一）款“只能从唯一供应商处采购的”规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条“因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，导致只能从某一特定供应商处采购”的规定。单一来源供应商名称：西门子医疗系统有限公司。

专家签名：

沈

孙

马岩