

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: 张琦
	职称: 高级工程师
	工作单位: 滁州市第一人民医院
专业人员 信息	姓名: 谢永春
	职称: 高级工程师
	工作单位: 滁州市一院
专业人员 信息	姓名: 何玲莎
	职称: 副总
	工作单位: 滁州市城南街道办事处
项目信息	项目名称: 滁州市中西医结合医院 64 排 CT、DSA 维保项目
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司
专业人员 论证意见	DSA 属于大型诊断治疗介入手术设备, 64 排 CT 属于高端诊断设备, 为保障设备整体运行安全稳定、整机性能不衰退, 同时为介入手术提供精准影像诊断依据, 需要有提供原厂维保技术服务能力、原厂零配件供应能力的服务商为设备提供维保服务。 滁州市中西医结合医院现仅有 1 台 64 排 CT 和 1 台 DSA, 型号分别为 SOMATOM Definition AS 128、Artis zee III Floor。两台设备为西门子高端精密型仪器, 其中设备核心部件球管、探测器、准直器有唯一的注册证号及编码, 目前仅有

	西门子厂家提供相应零配件。 滁州市中西医结合医院 64 排 CT 于 2015 年安装，维保于 2023 年 11 月到期，DSA 于 2023 年安装，维保于 2024 年 4 月到期。为保障 2 台设备的正常使用，现申请购买原厂维保，维保预算为 115 万元每年，维保期限为 3 年，合同一年一签。 西门子医疗系统有限公司为唯一授权经销商，只有该供应商才能在规定的时间内完成本项目。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定，货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，或者公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购。本项目符合单一来源采购条件。
专业人员 签字	
日期: 2024 年 4 月 24 日	

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。