

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: 张强
	职称: 高级工程师
	工作单位: 市一院
专业人员 信息	姓名: 李松
	职称: 副主任医师
	工作单位: 滁州市一院
专业人员 信息	姓名: 陈海
	职称: 副高
	工作单位: 滁州市城市和县医院
项目信息	项目名称: 滁州市中西医结合医院 DSA 支架精显软件、64 排 CT 全脑灌注软硬件购置项目
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司
专业人员 论证意见	滁州市中西医结合医院现仅有 DSA 1 台和 64 排 CT 1 台, 型号分别为 Artis zee III Floor、SOMATOM Definition AS 128。 DSA 支架精显软件应用在冠脉介入手术中, 能够精确显示支架形态、位置以及与血管壁的贴壁情况, 有利于提高手术质量和安全性。 全脑灌注具有独特的自适应 4D 螺旋, 其动态 CT 图像超越了固定探测器的限制, 可提供比实际探测器尺寸更大的覆盖范

	围,从而达到全部扫描图像目的,主要用于卒中病人灌注成像。 在滁州市中西医结合医院现有设备上购置 DSA 支架精显软件、64 排 CT 全脑灌注软硬件,即可达到满足临床需要的目的。 西门子医疗系统有限公司为 DSA 支架精显软件和 64 排 CT 全脑灌注软硬件唯一授权经销商,只有该供应商才能在规定的时间内完成本项目。 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定,货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术,或者公共服务项目具有特殊要求,导致只能从某一特定供应商处采购。本项目符合单一来源采购条件。
专业人员 签字	张琦 谢书如 邢海
日期:2024年 4 月24日	

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。