




单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 
	职称: 高工
	工作单位: 安徽朝晖电子产品与智能研究所
项目信息	项目名称: 滁州市中心血站2024年一次性使用单采血小板分离器采购项目一
	供应商名称: 安徽朝晖医疗器械有限公司
专业人员论证意见	<p>滁州市中心血站目前使用的单采血小板分离器(型号: XCF-3000)是四川南格尔生物科技有限公司生产的。因该机为构造和离心分离原理的独特性,设备运行过程中通过设备的各项金属件,出控配套耗材的磨损和老化,其配套耗材(型号: P-2000)为封闭式,属于整机专用配套耗材,非该型号的血分离器无法在该型号的单采血小板分离器上正常使用。建议拟采用单一来源的方式进行采购。</p>
专业人员签字	
	日期: 2024年10月31日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	叶青山
	职称:	研究员
	工作单位:	安徽省医学科学院
项目信息	项目名称:	滁州市中心血站2024年一次性使用单采血小板分离器采购项目一
	供应商名称:	安徽源润医疗器械有限公司
专业人员论证意见	<p>该中心血站现有血液成分分离器XCF-3000。需采购其配套耗材一次性单采血小板分离器。由于该分离器为专机专用。其他品牌无法配套使用。故建议采用单一来源采购方式。从唯一供应商“安徽源润医疗器械有限公司”处采购血小板分离器。</p>	
专业人员签字		日期: 2024年10月31日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	刘明毅
	职称:	副主任医师
	工作单位:	合肥市
项目信息	项目名称:	滁州市中心血站 2024年一次性使用单采血小板分离器采购项目一
	供应商名称:	安徽潮阔医疗器械有限公司
专业人员论证意见	<p>论证内容为滁州市中心血站采购血液成分分离机(耗材型号:XCFS000)配套使用耗材。因该设备为封闭式专用耗材,其他品牌无法兼容使用。另外该品牌经国家授权销售,且经从授权经销商安徽潮阔医疗器械有限公司采购。</p> <p>建议采用单一来源方式招标采购。</p>	
专业人员签字	刘明毅	日期: 2024年10月31日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。