

太和县人民医院原墙分院（太和县原墙中心卫生院）CT 球管采购项目
单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名	郭银娣
	职称	副主任
	工作单位	安徽省药监局
项目信息	项目名称：太和县人民医院原墙分院（太和县原墙中心卫生院）CT 球管采购项目	
	供应商名称：合肥麦利宝医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	CT 球管	
	本次采购项目为太和县人民医院原有CT机飞利浦 16CT 的配套耗材，其他厂商耗材无法兼容配套，只能从原厂接洽。经比价后，原厂报价过高，为降低采购成本，建议采用单一来源采购方式从授权单位采购。	
专业人员签名	郭银娣	2025 年 3 月 11 日

太和县人民医院原墙分院（太和县原墙中心卫生院）CT 球管采购项目
单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名	刘和凤
	职称	主任药师
	工作单位	安医大附属口腔医院
项目信息	项目名称：太和县人民医院原墙分院（太和县原墙中心卫生院）CT 球管采购项目	
	供应商名称：合肥麦利宝医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	CT 球管	
	采购该 CT 球管需为医院现有飞利浦 Access 16CT 的配套使用的球管。其它品牌其它型号球管与 Access 16CT 无法兼容，且该球管唯一安徽省授权供货商是“合肥麦利宝医疗器械有限公司”，故需采用单一来源方式采购。	
专业人员签名	刘和凤	2025 年 3 月 11 日

太和县人民医院原墙分院（太和县原墙中心卫生院）CT 球管采购项目
单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名	陈鑫
	职称	副主任
	工作单位	联保部队第101医院
项目信息	项目名称：太和县人民医院原墙分院（太和县原墙中心卫生院）CT 球管采购项目	
	供应商名称：合肥麦利宝医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	CT 球管	
	本次采购项目为太和县人民医院现有飞利浦 Access 16CT，配套CT球管为专用耗材，其他品牌无法与专用设备兼容，故采用单一来源方式采购。参照《政府采购法》等相关条款，建议本项目采用单一来源方式采购。	
专业人员签名	陈鑫	2025 年 3 月 11 日