

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	李勇
	职称:	副主任技师
	工作单位:	武警部队总医院
项目信息	项目名称:	手术室升级改造
	供应商名称:	合肥新视伦医疗科技股份有限公司
专业人员论证意见	<p>该项目为医院在用某公司生产的开放式Lumera T 手术显微镜，需在原主机平台上升级加装非接触式镜头、倒像镜、摄影摄像系统，接口及技术限制只有配套产品才能匹配使用，因此系统具有唯一性。建议招标和采购时，只做从唯一经销商处采购。</p> <p>综上，建议采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字		

日期 2024 年 10 月 14 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	张国举
	职称:	放射科技师
	工作单位:	安徽省肿瘤医院
项目信息	项目名称:	手部摄影机升级
	供应商名称:	合肥新视佳医疗科技有限公司
专业人员论证意见	<p>该系统现在已使用的手部摄影机系统，于2019年购买的品牌为：泰司，型号：OPMI Lumera T。手部摄影机模块，包括非接触广角镜、侧像镜、摄影像导光管，便于多机使用，其它产品的模块无法与其兼容，只能从唯一的一个厂及其唯一授权的供应商处进行采购，故采用单一来源的方式进行采购。</p>	
专业人员签字	张国举	

日期 2024年10月10日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	孙国芳
	职称:	副主任医师
	工作单位:	江苏省肿瘤防治中心
项目信息	项目名称:	手术显微镜升级
	供应商名称:	合肥新视佳医疗科技有限公司
专业人员论证意见	<p>此次采购手术显微镜升级，所采购的器械包括广角镜、倒像镜及高清摄影录像系统，拟与医院现有的蔡司手术显微镜 OPMI Lumera T 的配套升级，目前市场上尚无其他产品可以替代，因此，建议本次采购从原厂授权的供应商处采用单一来源的方式进行采购。</p>	
专业人员签字		

日期 2024年10月14日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。