

安徽省政府采购项目
公开招标文件示范文本（货物类）
（2026 年版）

项目名称：首都医科大学附属北京天坛医院安徽
医院不锈钢产品及病区护理设备采购项目

项目编号：FSSD34000120267488号

采 购 人：皖南医学院弋矶山医院

采购代理机构：安徽寰亚国际招标有限公司

2026年08月

目 录

第一章 投标邀请 1

第二章 投标人须知 5

第三章 采购需求 23

第四章 评标方法和标准（综合评分法） 72

第五章 政府采购合同 96

第六章 投标文件格式 116

第七章 政府采购供应商询问函和质疑函范本 152

第一章 投标邀请

一、项目基本情况

- 1. 项目编号：FSSD34000120267488 号
- 2. 项目名称：首都医科大学附属北京天坛医院安徽医院不锈钢产品及病区护理设备采购项目
- 3. 预算金额：854.4 万元（01 包：650 万元、02 包：100 万元、03 包：10.2 万元、04 包：14.2 万元、05 包：80 万元）
- 4. 最高限价：854.4 万元（01 包：650 万元、02 包：100 万元、03 包：10.2 万元、04 包：14.2 万元、05 包：80 万元）
- 5. 采购需求：本项目 5 个包，包含首都医科大学附属北京天坛医院安徽医院不锈钢产品及病区护理设备采购供货安装及售后服务等

包号	包段名称	预算价（万元）	备注
01	通用设备不锈钢护理类产品	650	明细清单详见采购需求
02	通用设备空气消毒机	100	
03	通用设备床单位臭氧消毒机	10.2	
04	通用设备病区专用低值护理设备	14.2	
05	通用设备病区通用低值护理设备	80	

- 6. 合同履行期限：接采购人通知后 60 日历天内完成供货
- 7. 本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
 - 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：
 - 2.1 中小企业政策
 - 2.1.1 ☒ 本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
- 本项目不专门面向中小企业预留采购份额。本项目符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第（二）款之规定，

为非专门面向中小企业采购项目。具体原因如下：因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 所投产品属于二类医疗器械时，须提供投标人的医疗器械经营备案证明；属于三类医疗器械时，须提供投标人的医疗器械经营许可证。医疗器械注册人、备案人或者生产企业在其住所或者生产地址销售医疗器械，不需办理经营许可证或者备案。

3.2 投标人所投产品（非进口产品）属于二、三类医疗器械时，须提供生产商的医疗器械生产许可证。

3.3 投标人所投产品属于二、三类医疗器械时，须提供产品的医疗器械注册证。

三、获取招标文件

时间：2026年08月19日至2026年08月26日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：“徽采云”电子交易系统

方式：供应商登录“徽采云”电子交易系统在线获取招标文件

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年09月10日08点30分（北京时间）

地点：“徽采云”电子交易系统

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 项目采用全流程电子化采购方式，相关操作说明如下：

（1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“徽采云”电子交易系统进行招投标活动；

（2）投标准备：注册账号——详情参见“徽采云”平台供应商注册与配置手册 “第 2 章 入驻操作流程”

(<https://sitecdn.zcycdn.com/f2e-assets/a2d7b18f-adb6-47d9-8fb3-cb8632b8fffc.pdf?utm=a0017.b1884.cl28.topic.1a7c2150533811ed990f05d85dda49f6>)；申领 CA 数字证书---申领流程详见“安徽省政府采购网-下载专区-其他-供应商 CA 驱动下载-安徽省各市 CA 办理服务指南（已有安徽 CA 和翔晟 CA 无需重复申领）；安装“徽采云”投标客户端---前往“安徽省政府采购网-下载专区-电子交易系统专区”进行下载并安装（<http://www.ccgp-anhui.gov.cn/anhuiCategory15/anhuiCategory119/9396667.html>）；

(3) 招标文件的获取：使用 CA 登录“徽采云”电子交易系统；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；

(4) 投标文件的制作：在“徽采云投标客户端”中完成“填写基本信息”、“制作和导入投标(响应)文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；

(5) 投标文件的上传：使用 CA 登录“徽采云”电子交易系统；进入“项目采购”应用，在投标文件上传菜单中选择项目，上传加密的投标文件 (*.jmbs)；

(6) 投标文件的解密：投标人按照系统提示和招标文件规定,在规定时间内完成在线解密；

(7) “徽采云”电子交易系统具体操作指南：详见安徽省政府采购网-徽采学院-电子交易系统学习专题-供应商-操作手册。

(8) CA 问题联系电话：安徽 CA 400-880-4959；翔晟 CA 0551-68105136。

2. 本项目免收投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：皖南医学院弋矶山医院

地 址：安徽省芜湖市镜湖区赭山西路2号

联系人：徐科长

联系方式：0553-5739103

2. 采购代理机构信息

名 称：安徽寰亚国际招标有限公司

地 址：安徽省合肥市蜀山区湖光路与雪霁路交口蜀山跨境电商大厦 B 座 20F

联系人：邓意超、沈超、韦艳华、郝云飞

联系方式：0551-65318929 或 62631311 转 6614

3. 政府采购监督管理部门信息

名 称：安徽省财政厅

地 址：安徽省合肥市阜南西路 238 号

联系方式：0551-68150413

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

条款号	条款名称	内容、说明与要求
5.2	现场考察或标前答疑会	☒ 不组织或不召开 ☐ 统一组织或统一召开 时间：____年__月__日__时__分 地点：_____ 联系人及联系电话：_____ 注：如投标人未参加采购人统一组织的现场考察或采购人统一召开的标前答疑会，视同放弃现场考察或标前答疑会，由此引起的一切责任由投标人自行承担。
6.1	网上询问截止时间	2026 年 08 月 28 日 17 时 00 分
7.1	包别划分	☐ 不分包 ☒ 分为 5 个包 投标人对多个包进行投标的中标包数规定： <u>兼投兼中</u>
10.1	投标保证金	不收取
11.1	投标有效期	90 日历日
13.1	投标文件解密时间	投标截止时间后 60 分钟内
14.1	资格审查	☒ 采购人审查 ☐ 采购人出具委托函委托采购代理机构进行审查
17.2	评标方法	☐ 最低评标价法 ☒ 综合评分法
17.3	报价扣除	（1）小型和微型企业价格扣除： <u>10%</u> 。 （2）监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。 （3）残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企

		业。 (4) 符合条件的联合体价格扣除：___/___。 (5) 符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除：___/___。（允许大中型企业向小微企业分包的项目适用）
17.4	本国产品价格扣除（本项目不适用）	(1) 项目或者采购包中采购内容为单一产品的，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品给予价格扣除 <u>20%</u>。 (2) 项目或者采购包中含有多种产品的，符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例$\geq 80\%$，所有产品价格扣除 <u>20%</u>。
21.1	评标委员会推荐中标候选人数量	<u>1-3 家</u>
21.2	确定中标人	☒ 采购人委托评标委员会确定 ☐ 采购人确定
23.3	随中标结果公告同时公告的内容	(1) 中小企业声明函；（如有） (2) 残疾人福利性单位声明函；（如有） (3) 中标（成交）供应商的评审总得分 (4) 符合本国产品标准的声明函；（如有） (5) 招标文件中规定进行公示的其他内容。（如有）
24.1	中标通知书发出的形式	☒ 书面 ☐ 数据电文
25.1	告知招标结果的形式	☒ 投标人自行登录电子交易系统查看 ☐ 评标现场告知
26.1	履约保证金	(1) 金额： ☒ 免收 ☐ 合同价的___% ☐ 定额收取：人民币_____元

		(2) 支付方式： ☐转账/电汇 ☐支票 ☐汇票 ☐本票 ☐保险 ☐保函 (3) 收取单位：_____ (4) 收取账号：_____ (5) 退还时间：_____ 注意事项： (1) 以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 (2) 以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。
27.1	签订合同和合同公告时间	(1) 采购人与中标人应当自发出中标通知书之日起7个工作日内签订合同，采购合同签订之日起2个工作日内完成政府采购合同公开。 (2) 采购人与中标人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在安徽省政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
28.1	代理费用	(1) 收费对象：☐采购人 ☒中标人 (2) 收取方式：在领取中标通知书前通过中标人公司账户转账至代理公司 (3) 收费标准：若中标价≤ 100万元，收费金额=中标价$\times 0.75\%$； 若 $100 \text{ 万元} < \text{中标价} \leq 500 \text{ 万元}$，收费金额=100万元$\times 0.75\%$+（中标价-100万元）$\times 0.55\%$； 若 $500 \text{ 万元} < \text{中标价} \leq 1000 \text{ 万}$，收费金额=100万元$\times 0.75\%$+（中标价-100万元）$\times 0.55\%$+（中标价-500万元）$\times 0.4\%$；
31.3	质疑函递交方式、	递交方式：通过“徽采云”电子交易系统递交

	接收部门、联系电话和通讯地址	接收部门：安徽寰亚国际招标有限公司 联系电话：0551-65320549 或 65307749 转 6614 通讯地址：安徽省合肥市蜀山区湖光路与雪霁路交口蜀山跨境电商大厦 B 座 20F
32	其他内容	1、解释权： （1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； （2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； （3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； （4）除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标邀请、投标人须知、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释； （5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 2、“政采贷”融资指引：有融资需求的中标人在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。中标人签署政府采购中标（成交）合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将中标人融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。 3、电子保函指引：中标人可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目，申请办理电子保函（包括：履约保函、预付款保函）。
33	其他补充	投标文件解密采用网上远程方式，本项目不需要投标

		人携带纸质投标文件到开标现场。 加密的电子投标文件：使用电子交易系统“投标文件制作工具”制作生成的加密电子投标文件，应在投标文件提交截止时间前通过电子交易系统上传。 中标人在领取中标通知书时，按采购人要求提交纸质投标文件。纸质投标文件为加密电子投标文件的打印版。 开标、提交投标文件地点：“徽采云”电子交易系统投标文件提交截止时间后 60 分钟内完成解密（以电子交易系统解密倒计时为准）
34	温馨提示	本项目为政府采购项目，须在“徽采云”平台完成合同备案和资金支付等。请各投标人及时进行“徽采云”平台注册，完成正式入库。未完成正式入库的投标人中标后将影响后续合同备案，无法完成合同执行、付款等。相关操作流程详见“徽采云”-徽采学院-供应商注册与配置。

二、投标人须知正文

1. 采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。

1.3 政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。

1.4 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的投标人须满足以下条件：

1.4.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.4.2 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.4.3 若采购需求中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若采购需求中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为**投标无效**。

1.5 若招标公告中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.5.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。联合体投标的，招标文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。

1.5.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.5.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.5.4 联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为投标文件的一部分提交。

1.5.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议投标总金额的比例。

1.5.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当

按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.5.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。

1.5.8 对联合体投标的其他资格要求见申请人的资格要求。

2. 资金落实情况

2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

3. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

5. 招标文件构成

5.1 招标文件包括下列内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评标方法和标准

第五章 政府采购合同

第六章 投标文件格式

第七章 政府采购询问函和质疑函范本

5.2 现场考察（标前答疑会）及相关事项见**投标人须知前附表**。

5.3 原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况下除外。

如需提供样品，对样品相关要求见采购需求，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第四章。

5.4 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

6. 招标文件的澄清与修改

6.1 投标人如对招标文件内容有疑问，必须在投标人须知前附表规定的网上询问截止时间前以网上提问形式（电子交易系统）提交给采购代理机构。

6.2 采购人可主动地或在答复投标人提出的询问时对招标文件进行澄清与修改。采购代理机构将在安徽省政府采购网以发布更正公告的方式，澄清或修改招标文件，更正公告的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人应主动上网查询。采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

6.3 任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.4 对于没有提出疑问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含更正公告的内容）。

7. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

7.1 项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

7.2 投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的投标将被认定为**投标无效**。

7.3 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

7.4 投标人与采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。

7.5 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8. 投标文件构成

8.1 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目投标文件格式的相关内容。

8.2 投标人应提交招标文件要求的证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定，该证明文件是投标文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据等。

8.3 为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。

9. 投标报价

9.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求。除招标文件另有规定外，所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

9.2 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价，其投标将被认定为**投标无效**。

9.3 投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

9.4 采购人不接受具有附加条件的报价。

10. 投标保证金

10.1 本项目不收取投标保证金。

11. 投标有效期

11.1 投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，投标有效期详见投标人须知前附表。

11.2 在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

11.3 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

12. 投标文件的递交、修改与撤回

12.1 投标人应当在招标公告规定的投标截止时间前，将加密的投标文件在电子交易系统上传。

12.2 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交（以接收到电子

签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后送达的投标文件，电子交易系统应当拒收。

13. 开标

13.1 开标时，各投标人应在投标人须知前附表规定的解密时间前对其投标文件进行解密。

13.2 开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。

13.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

13.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

14. 资格审查及组建评标委员会

14.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

14.2 采购人或采购代理机构将在投标截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，并对投标人信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被认定为**投标无效**。

以联合体形式参加投标的，联合体成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为**投标无效**。

以上信用查询记录，采购人或采购代理机构将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依

据。

14.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。

15. 投标文件符合性审查与澄清

15.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

15.2 如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

15.2.1 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查、异常低价投标审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为**投标无效**。

15.2.2 如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查、异常低价投标审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

15.3 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在采购需求中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第 15.2 款规定处理。

15.4 投标文件的澄清

15.4.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标期间，评标委员会将以书面方式（询标）要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

如有询标，投标人授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网

上询标，也可凭本人有效身份证明参加询标。因投标人授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受评标委员会询标的，投标人自行承担相关风险。

15.4.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

15.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

15.5 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 15.4 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16. 投标无效

16.1 根据本招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

无论何种原因，即使投标人投标时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评标委员会视同其未提供。

16.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

（1）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

17. 比较与评价

17.1 经符合性审查合格并通过异常低价投标审查的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件作进一步的比较与评价。

17.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标方法和标准见招标文件第四章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

17.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

17.4 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财

库（2025）30号），政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会应当对投标人所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

注：本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

17.5 同时符合 17.3 和 17.4 的价格评审优惠时，评标价为投标报价分别扣除促进中小企业发展政策的价格评审优惠和本国产品支持政策的价格评审优惠后的价格。

18. 废标、重新招标与变更采购方式

18.1 出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足规定数量的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

18.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查或异常低价投标审查的投标人不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报政府采购监督管理部门批准。

19. 保密要求

19.1 评标将在严格保密的情况下进行。

19.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

20. 中标候选人的确定原则及标准

20.1 评标委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。修正和扣除后的投标报价出现两家或两家以上相同者，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若报价相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若得分与投标报价均相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。

21. 确定中标候选人和中标人

21.1 评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标

候选人。

21.2 按投标人须知前附表中规定，由评标委员会或采购人确定中标人。

21.3 因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

22. 编写评标报告

评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

23. 中标结果公告

23.1 除投标人须知前附表规定由评标委员会直接确定中标人外，在评标结束后2个工作日内，采购代理机构将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

23.2 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构将在安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）上发布中标结果公告。

23.3 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限、评审专家名单以及投标人须知前附表中约定进行公告的内容。中标公告期限为1个工作日。

24. 中标通知书

24.1 采购代理机构发布中标结果公告的同时以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书。

24.2 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.3 中标通知书是合同的组成部分。

25. 告知中标结果

25.1 在公告中标结果的同时，采购代理机构同时以投标人须知前附表规定的

形式告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

26. 履约保证金

26.1 中标人应按照投标人须知前附表规定缴纳履约保证金。

26.2 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

27. 签订合同

27.1 采购人与中标人应当按照投标人须知前附表规定的时间内完成政府采购合同签订及合同公告。

27.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27.4 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

27.5 院方权利:为了保证资金安全和履约服务质量，采购/招标人/甲方有权采取包括但不限于收取履约保证金、反向担保、第三方保函等方式对本项目予以进一步约束。

28. 代理费用

28.1 本项目代理费用的收取按投标人须知前附表的规定执行。

29. 廉洁自律规定

29.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

29.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

30. 人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关

系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

31. 质疑的提出与接收

31.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

31.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购供应商质疑函范本》格式（详见招标文件）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

31.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知前附表。

注：上述条款中所要求的书面形式包含通过电子交易系统递交方式。

32. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见投标人须知前附表。

第三章 采购需求

前注：

1. 根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

一、采购需求前附表

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	付款方式	合同生效后，预付合同款的 70%(中标人向采购人提交等额的预付款保函或其他担保措施，见索即付，期限至设备到达采购人指定地点时)，项目验收合格后，中标人开具金额为合同总金额的增值税专用发票后支付合同款的 30%。
2	供货及安装地点	免费送货至采购人指定地点
3	供货及安装期限	接采购人通知后 60 日历天内完成供货
4	免费质保期	01 包不少于 3 年 02 包不少于 5 年 03 包不少于 5 年

		<u>04 包不少于 5 年</u> <u>05 包不少于 3 年</u>
--	--	--

二、货物需求

01包：通用设备不锈钢护理类产品

一、设备名称：不锈钢护理类产品

二、数量：1批

三、用途：病区、手术室、供应室等护理单元使用。

*四、投标要求：投标商所投产品为2026年1月1日后生产，提供承诺函并加盖公章。投标时要求提供原厂家的 Data Sheet 或质量检测报告，评标以此为准。

五、技术参数及设备清单：

序号	货物名称	技术参数及要求	数量 (单位)	所属行业	是否为核心产品	备注
病区						
1	治疗彩车	1. 尺寸：≥600×430×850(mm) ;规格：双层、二抽、双桶，配锐器盒圈、剪刀架、手消毒液篓，高度齐腰，主材规格：板材厚度≥1.0mm、主管材≥Φ25×1.2mm；材质：立柱采用Φ25×1.2mm的304不锈钢圆管，台面采用Φ16×1.2mm的304不锈钢圆管，台面和抽屉采用304不锈钢喷塑； 2. 喷塑：采用双层处理工艺，底层采用自动喷砂线喷砂处理，表层采用塑粉静电喷涂处理； 3. 抽屉导轨为静音伸缩自吸导轨，抽屉：双层抽屉，抽屉内无轨道螺丝及拉手螺丝；车体扶手：依据人体工程力学，与车体高度融合。下层台面四角装有防撞圈，外形圆滑平顺；脚轮采用静音万向轮，脚轮内置轴承滑	63 辆	工业	否	/

		动，可防杂物缠绕，负载强度高，耐磨损、无噪音，其中两只带刹				
2	不锈钢治疗车	1. 尺寸：$\geq 500 \times 400 \times 850$（mm）（双层、一抽屉）；$\geq 700 \times 450 \times 850$（mm）（双层、双抽屉、双桶）；规格：整体不锈钢，配锐器盒圈、剪刀架、手消毒液篓，高度齐腰；主材规格：板材厚度$\geq 1.0\text{mm}$，主管材$\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ 2. 抽屉：双层抽屉，抽屉内无轨道螺丝及拉手螺丝；抽屉导轨为静音伸缩自吸导轨。万向轮：防锈，静音脚轮，防卷发； 3. 设备采用的不锈钢材料具有较强的抗腐蚀性和耐冲击性，材质通过了具有检测资质的第三方检测机构的盐雾试验和耐冲击性测试，在 5%NaCl 环境中暴露$\geq 960\text{h}$、进行耐冲击测试后，材质表面无明显变化、未观察到裂纹、皱纹或剥落现象，提供第三方检测报告。	43 辆	工业	否	/
3	送药彩车	1. 规格：$\geq 680 \times 450 \times 850$（mm）；主材规格：板材厚度$\geq 1.0\text{mm}$，主管材$\geq \phi 25 \times 1.2\text{mm}$； 2. 喷塑：采用双层处理工艺，底层采用自动喷砂线喷砂处理，表层采用塑粉静电喷涂处理； *3. 车体扶手：与车体高度融合；下层四角装有防撞角；脚轮采用静音万向轮，双踏式（一踩刹车、二踩解刹）	12 个		否	

		全ABS外罩双轴承,轮面pu材质(85%硬度,适用于PVC胶地板),防锈防卷发静音脚轮;抽屉内配置床号铭牌插槽,药盒配信息牌;360度旋转工学把手:包括手柄、按盖、转轴、底座和弹性件,手柄和底座之间的加解锁状态通过转轴的轴向移动来改变,从而实现两者相对角度的改变(提供图文证明); 4. 正面抽屉×5, 右侧抽屉(核对记录本装置)×1; 左侧:冷水壶装置×1、不锈钢手消挂架×1; 右侧:优质塑料污物桶×1; 抽; 屉内部:ABS药盘(56/63格)×4、积木式任意分隔装置×1; 工学把手×1; ■5. 工作台面材料抗腐蚀抗撞击,不起皮,不掉粉,不浸色。不锈钢围栏高度为$\geq 45\text{mm}$; PMMA+ABS材料通过了耐腐蚀性测试,在1%NaOH溶液中及5%H_2SO_4溶液中浸泡≥ 336小时无可视变化,满足使用至少14天的腐蚀要求。提供投标品牌送检的第三方检测报告。				
4	急救彩车	1. 尺寸: $\geq 645 \times 500 \times 1030/1400$ (mm); 主材规格: 板材厚度$\geq 1.0\text{mm}$; 铝合金立柱$\phi 60 \times 1.5\text{mm}$。台面和抽屉采用304不锈钢喷塑板材。车体四周安装强力塑胶防撞角;	22个	工业	是	

	*2. 车身配有脚踏开盖式污物桶（双桶）、针头处理器、活动抽板、透明文件盒、氧气瓶挂架、电源插座、仪器支架、四钩输液架、大中小号药盒（可自由分格）、除颤仪支架、ABS 模压一体成型内嵌式锁具。 3. 活动抽板（写字板）：隐藏式副工作台；四钩输液架：国标 304 不锈钢，可调节高度 4. 车体内装有四层抽屉，抽屉导轨为静音伸缩自吸导轨，抽拉时静音、平稳、无倾斜、无下垂等现象；脚轮采用静音万向轮，脚轮内置轴承滑动，其中两只带刹 ■5. 内藏式一次性锁具：ABS 模具化一体成型；此锁具通过开关疲劳测试：打开和关闭整个过程为一个循环，重复循环≥100000 次，测试后开关和内锁装置均无破损，且保持正常功能。提供投标品牌送检的第三方检测报告。检测报告需包含送检产品图片。 6. 底部四个万向轮，车体的侧面上设置有把手组件，车体的底部还设置有第五轮组件，把手组件拉动滑块与第五轮组件的相对位置，驱动第五轮组件的第五轮在定向轮和万向轮之间转变；通过增加第五轮组件，当车体较重，护理车行车方向不易控制时，				
--	---	--	--	--	--

		手动拉动拉杆，第五轮从万向轮变成定向轮。提供图文证明。				
5	护理彩车	1. 尺寸：$\geq 1000 \times 485 \times 820$（mm）；规格：三层、配一抽，折叠式；主材规格：板材厚度$\geq 1.0\text{mm}$，主管材$\geq \phi 25 \times 1.2\text{mm}$； 2. 污物袋材质：防缩水布；抽屉导轨为静音伸缩自吸导轨，抽拉时静音、平稳、无倾斜、无下垂等现象；抽屉：双层抽屉，抽屉内无轨道螺丝及拉手螺丝。万向轮：$\phi 100$ 聚氨酯双轴承静音脚轮防卷发。	66 个	工业	是	/
6	病历夹彩车	1. 尺寸：$\geq 405 \times 395 \times 1035$（mm）；规格：$\geq 25$ 格一抽屉、洗手液挂篮/洗手液架、带锁；主材规格：板材厚度$\geq 1.0\text{mm}$，铝合金立柱$\phi 60 \times 1.5\text{mm}$，台面和抽屉采用 304 不锈钢喷塑板材厚度$\geq 1.0\text{mm}$。（$\geq 40$ 格双抽屉、≥ 50 格双抽屉，可根据需求定制扩容至 60 格）。 2. 车体四周安装强力塑胶防撞角；上部的抽屉可存放物品，下部是不锈钢排架格档，排架档设有联动锁紧装置，病员病历可对号入档，排架档锁上后，病历不可随意抽取、存放；装有四只静音脚轮，其中两只正面带刹，防卷发；抽屉：双层抽屉，抽屉内无轨道螺丝及拉手螺丝。	19 个	工业	否	/
7	氧气瓶推	1. 尺寸： $\geq 400 \times 500 \times 1000$ （mm）；	32 个	工	否	/

	车	脚轮四只，后支撑轮架可折叠；推车架配有牛皮带两根做固定氧气瓶；材质：国标 304 不锈钢；主材规格底板板材厚度 2.0mm，管材 $\Phi 25 \times 1.2\text{mm}$ ，棒料 $\Phi 10\text{mm}$ 。		业		
8	输液架	1. 尺寸： $\geq 480 \times 1400$ （mm）；材质：国标 304 不锈钢制作，主管材 $\Phi 32 \times 1.0\text{mm}$ ，副管材 $\Phi 19 \times 1.0\text{mm}$ ； 2. 输液杆为四钩可调式，带托盘，带电源线板；带扶手，上下挂钩；万向轮：静音脚轮。	168 个	工业	否	/
9	器械柜	1. 尺寸： $\geq 960 \times 400 \times 1750$ （mm）； 主材规格：板材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ；钢玻璃 $\geq 4.0\text{mm}$ 2. 双开门，门上带锁，正面以玻璃镶嵌，内设 ≥ 4 层，每层高度依靠搁板来调节，调节孔距 $\geq 50\text{mm}$ 。	54 个	工业	否	/
10	不锈钢换药车	1. 尺寸： $\geq 700 \times 450 \times 850/940$ （mm）； 规格：整体 304 不锈钢，双层、一抽屉、一方盘、一盆、一桶、全封闭、圆管式；主材规格：板材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，主管材 $\Phi 25 \times 1.5\text{mm}$ ；护栏采用 $\Phi 12.7 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管。 2. 抽屉导轨为静音伸缩导轨；万向轮：静音脚轮，防卷发；抽屉：双层抽屉，抽屉内无轨道螺丝及拉手螺丝。	7 个	工业	否	/
11	不锈钢检查床	1. 尺寸： $\geq 1840 \times 620 \times 670$ （mm）； 规格：整体 304 不锈钢、人革面、高	61 个	工业	否	/

		密度海绵包边或不锈钢包边；主材规格：板材厚度$\geq 1.0\text{mm}$，主管材$\Phi 50 \times 1.5\text{mm}$；横撑$15 \times 30 \times 1.0\text{mm}$； *2. 提供所投产品型号相对应的第一类医疗器械生产备案凭证；				
12	担架推车	1. 尺寸：$\geq 1800 \times 600 \times 750$（mm）；规格：四小轮，静音脚轮，防卷发 2. 功能要求：上部担架与下部推车可拆装使用，护栏升降锁定开关由不锈钢导轨及不锈钢咬口组成，滑块内嵌弹簧及圆柱销，导轨上开有圆柱销卡槽，在滑块滑动到导轨固定位置时，滑块上的圆柱销在弹簧的作用下自动弹入导轨的圆柱销卡槽内，以此固定护栏的升起状态。 3. 车身以 304 不锈钢材料制作，主管材：车腿$\Phi 38 \times 0.9\text{mm}$；担架面及框架$\Phi 32 \times 0.9\text{mm}$；护栏采用$\Phi 25 \times 0.9\text{mm}$厚，篮筐$\Phi 8\text{mm}$，皮格内包 40mm 海绵。活动担架车面以防水布料制成；配有双钩输液架及杂物篓 *4. 提供所投产品型号相对应的第一类医疗器械生产备案凭证	22 个	工业	否	/
13	病人推车	1. 尺寸：$\geq 2000 \times 640 \times 560$（mm）；. 推车面及护栏以 PE 材料模具成型，车身为铝合金；整体可升降；背部为进口汽簧，支撑抬起功能，车身面可在 0~300mm 范围内升降，背板升起角度$0^\circ \sim 70^\circ$；全藏式 ABS 护栏，	63 个	工业	否	/

		可完全收于车面之下； 2. 配有四钩螺钉锁紧可升降输液架，车身配有携带式氧气瓶架；手摇丝杆有过载保护装置, 任意摇动不会脱落；车面配有活动防水软垫；装有中心制动万向脚轮，分别采用一脚中心制动； *3. 提供所投产品型号相对应的第一类医疗器械生产备案凭证				
手术室						
14	不锈钢器械台	1. 尺寸：$\geq 700 \times 450 \times 750$（mm）；整体 304 不锈钢，三件套、可重叠，除三件套外均为双层，带护栏，管材厚$\geq \phi 25 \times 1.0\text{mm}$, 板材厚$\geq 1.0\text{mm}$； 2. 最大号台面，安装有护栏，以防止器械滚动落地；脚轮采用 4 只 4 寸万向轮，无噪音、防卷发。	46 套	工业	否	/
15	手术圆凳	1. 尺寸：$\geq 350 \times 500$（mm）；规格：整体 304 不锈钢、高低可调，凳面可任意旋转升降，升降调节范围为 0~300mm；主板材 1.5mm, 主管材$\phi 50\text{mm}$, 副管材$\phi 38\text{mm}$, 副管材$\phi 25\text{mm}$。脚底装有防噪防滑封头；	303 个	工业	否	/
16	脚凳	1. 尺寸：$\geq 416 \times 296 \times 150$（mm）；规格：整体国标 304 不锈钢，上铺防滑垫；管材厚$\geq \phi 25 \times 1.0\text{mm}$, 板材厚$\geq 1.0\text{mm}$。	137 个	工业	否	/
17	升降台	1. 主体结构: 不锈钢、单杆/双杆升降、插入式、气动升降主材规格: 板	38 个	工业	否	/

		材及管材厚度$\geq 1.0\text{mm}$ 手术器械架； 2. 托盘电抛光处理，符合 GB/T20016-2005 标准规定中的检验检测项目（提供由投标产品制造商送检的具有 CMA 或 CNAS 标识的检验（第三方检测报告））： 2.1 耐湿热实验 24 小时 (38°C, 100%RH)，无明显锈蚀现象； 2.2 中性盐雾 (NSS) 实验 24 小时，无明显锈蚀现象； 2.3 硫酸铜实验，无铜色沉积或铜色斑点； 2.4 水浸泡试验 (8 个循环)，无明显锈蚀现象； *3. 升降机构疲劳测试：升降机构疲劳测试：在锁柄上施加一个适当的力，任由桌子自动升到最高位；移除锁柄上的力。停止两秒后，在锁柄上施加一个适当的力，同时在桌面施加一个向下的力，使得桌子下降到最低位置。桌子升到最高位置和最低位置整个过程为一个循环，重复循环≥ 50000 次（提供第三方检测报告）。				
18	污物车 A	1. 尺寸：$\geq 560 \times 560 \times 850$ (mm)；规格：整体 304 不锈钢，管材厚$\geq \phi 25 \times 1.0$, 板材厚$\geq 1.0\text{mm}$；污物袋可拆卸清洗防水布袋，为高强度涂塑牛津布制作；脚轮采用静音万向轮，无噪音，防卷发。	26 个	工业	否	/

19	不锈钢污物车 B	1. 尺寸： $\geq 940 \times 420 \times 900$ （mm）；规格：整体 304 不锈钢，方形、双布袋、圆管式；主材规格：板材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，主管材 $\geq \phi 25 \times 1.2\text{mm}$ 。	10 个	工业	否	/
20	不锈钢污物车	1. 尺寸： $\geq 420 \times 650$ （mm）；规格：整体 304 不锈钢、圆形、圆管式；板材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，主管材 $\geq \phi 19 \times 1.5\text{mm}$ ；使用一次性塑料袋、搭扣固定；万向轮： $\geq \phi 50$ 聚氨酯双轴承静音脚轮防卷发。	56 个	工业	否	/
21	手术间圆形垃圾桶	1. 尺寸： $\geq \phi 400 \times 360$ （mm）；规格：圆型、配塑料桶；材质：国标 SUS304 不锈钢；主材规格：主管材： $\geq \phi 22 \times 1.2\text{mm}$ ；万向轮： $\geq \phi 50$ 聚胺酯双轴承静音脚轮防卷发。	102 个	工业	否	/
22	麻醉车	1. 尺寸： $\geq 850 \times 520 \times 1530$ （mm）；车身配有：脚踏污物桶（双桶），透明药盒（可放置麻醉药品），搁物盘，活动抽板（写字板），透明文件盒，大中小药盒（可自由分格）； 2. 配有搁物盘；活动抽板（写字板）：隐藏式副工作台；车体内装有四层抽屉，抽屉主要由抽屉面板、抽屉框架、抽屉塑料药盘和活动分格板组成；大、中、小三种药盘均能移出使用； 3. 脚轮采用静音万向轮，脚轮内置轴承滑动，可防杂物缠绕，耐磨损、无噪音，其中两只带刹；车体四周安装强力塑胶防撞角。	11 个	工业	否	/

23	不锈钢推车	1. 尺寸: $\geq 920 \times 580 \times 850/900$ (mm); 规格: 双层、上、下三边围栏; 材质: 国标 SUS304 不锈钢板材厚度 ≥ 1.2 mm 管材: $\phi 25 \times 1.2$ mm; 万向轮: $\phi 100$ 聚氨酯双轴承静音脚轮防卷发	58 个	工业	否	/
24	不锈钢打包台/污物分类台/拆包台	尺寸: $\geq 1800 \times 800 \times 850$ mm; 规格: 单层双抽; 国标 SUS304 不锈钢主材规格: 上台面板材厚度 ≥ 1.2 mm, 其余 板材厚度 ≥ 1.0 mm	10 个	工业	否	/
25	泌尿、骨科专用输液架	*按科室实际需求定制	8 个	工业	否	/
26	神经外科专用升降台	*按科室实际需求定制	8 个	工业	否	/
27	神外专用不锈钢屏挡	*按科室实际需求定制	4 个	工业	否	/
28	不锈钢晾鞋架	1. 尺寸: $\geq 650 \times 400 \times 1650$ (mm); 规格: 双面共挂 60 只拖鞋; 材质: 国标 SUS304 不锈钢; 主材规格: 管 材厚度 ≥ 1.2 mm; 万向轮: $\phi 100$ 聚胺 脂双轴承静音角轮, 防卷发	8 个	工业	否	/
29	不锈钢电脑桌	1. 尺寸: $\geq 1200 \times 650 \times 850/1150$ mm; 规格: 单层, 单抽 配键盘抽及无门 主机箱; 材质: 国标 SUS304 不锈钢主 材规格: 上台面板材厚度 ≥ 1.2 mm, 其余板材厚度 ≥ 1.0 mm。	10 个	工业	否	/
30	血污倾倒	1. 尺寸: $500 \times 600 \times 650$ MM; 主材规	1 个	工业	否	/

	池	格：国标 S304 不锈钢板材厚度 $\geq$ 1.0mm；主体结构：脚踏翻盖同时自动出水、关盖自带缓冲功能并自动关水、旋转出水方式可有效冲洗槽体内 部血污确保四周无残留。				
消毒供应中心						
31	不锈钢包布车 A	1. 尺寸： $\geq 800 \times 500 \times 1600$ （mm）； 规格：整体 304 不锈钢、四层、三面护栏、方管式；主材规格：板材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，主管材 $25 \times 25 \times 1.5\text{mm}$ ；万向轮：静音脚轮，防卷发； ■2. 整体电抛光处理，符合 GB/T20016-2005 标准规定中的检验检测项目（提供由投标产品制造商送检的具有 CMA 或 CNAS 标识的检验（第三方检测报告）： 2.1 耐湿热实验 24 小时（ 38°C ，100%RH），无明显锈蚀现象； 2.2 中性盐雾（NSS）实验 24 小时，无明显锈蚀现象； 2.3 硫酸铜实验，无铜色沉积或铜色斑点； 2.4 水浸泡试验（ ≥ 8 个循环），无明显锈蚀现象。	48 个	工业	是	/
32	不锈钢包布车 B	1. 规格：三列，下部为网格状，带固定卡环；材质：国标 304 不锈钢；主材规格： $\phi 25 \times 1.0\text{mm}$ ， $\phi 10$ 钢元。	2 台	工业	否	/
33	不锈钢无菌车	1. 尺寸： $\geq 1100 \times 600 \times 1000$ （mm）； 规格：整体 304 不锈钢、对开门、内	3 个	工业	否	/

		一块活动隔板；主材规格：板材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ；万向轮： $\geq \phi 280$ 承重，静音脚轮，防卷发。				
34	药品柜	1. 尺寸：$\geq 960 \times 400 \times 1750$（mm）；整体以国标 304 不锈钢，板厚$\geq 1.0\text{mm}$；钢玻璃$\geq 4.0\text{mm}$ 带两抽屉，抽屉滑道采用静音滑道；四门，上玻璃对开门，中带两抽屉，下不锈钢复合门，门上带锁；正面以玻璃镶嵌，高度可依靠搁板来调节，调节孔距为$\geq 50\text{mm}$。门板、柜内左右两侧面均为双层复合工艺制作，门板模压一次成型、门板$\geq$两角为模块安装连接（非焊接拼装式），避免藏污纳垢，符合感控要求； *2. 双门安全互锁机构：防止同时打开柜门后重心偏移带来柜体倾倒的误操作安全隐患，该锁具需具备多抽互锁防倾倒功能（当一个柜门被打开，剩余柜门就无法打开），柜门安全锁具具备可调式留钥匙功能。提供图文证明； *3. 卫生学医用级铰链：采用全不锈钢转轴式承重铰链，与无框复合门板采用一体式安装工艺；严格遵循院感要求，无外露部件及安装螺栓，并提供图文证明。该铰链需符合 GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准规定的检验检测项目，检测报告须包含	14个	工业	是	/

		整套转轴式铰链图片，且每个组件均满足上述要求。需提供由投标产品制造商送检、具有 CMA 或 CNAS 标识的第三方检测报告。				
35	无菌存放架	1. 尺寸：≥1200×450×1800（mm）； 材质：国标 304 不锈钢；板材厚度≥1.0m，主 Φ38*1.2mm 不锈钢圆管，横撑管材 38×25*1.2mm。≥4 层，每层间距符合无菌物品存放规范要求，平板式。	101 个	工业	否	/
36	送货车	1. 尺寸：≥850×550×820（mm）；规格：双层、上、下围栏、带固定圈； 材质：国标 304 不锈钢；主材规格：板材厚度≥1.0mm，主管材≥Φ25×1.0mm；万向轮：静音轮，防卷发；上下各加一层水瓶置放卡槽。	27 个	工业	否	/
37	污染物品回收台组	尺寸：≥1500×650×850mm；规格：三层带轮；材质：国标 SUS304 不锈钢；主材规格：上台面板材厚度≥1.2mm，其余板材厚度≥1.0mm。	2 组	工业	否	/
38	包布回收车	1. 尺寸：≥850×650×850（mm）； 规格：四周围栏，配双袋（污物袋材质为易于清洁、防缩水布料）；材质：国标 SUS304 不锈钢；主材规格：板材厚度≥1.0mm，主管材：Φ25×1.0mm； 万向轮：Φ100 聚胺酯双轴承静音角轮，防卷发	2 个	工业	否	/
39	多功能清洗工作站	1. 尺寸：≥1800×690×850/1850（mm）；规格：两槽体，加背板，下	2 个	工业	是	/

	（含超声清洗煮沸消毒器）	部为柜式；主材：SUS304 不锈钢材质，槽体厚度$\geq 1.5\text{mm}$，柜门厚度$\geq 1.2\text{mm}$，其余厚度$\geq 1.0\text{mm}$， ■2. 相关管路、弯头、三通、清洗槽体等通过了常用灭菌剂（邻苯二甲醛，过氧乙酸及戊二醛）的耐腐蚀性测试持续浸泡≥ 960 小时无可视变化；不影响清洗消毒介质穿透，提供具有超声清洗煮沸消毒器、清洗剂介质的可穿透报告，保证消毒效果；（提供投标品牌送检的具有 CMA 标志的第三方检测报告）。 ■3. 整套设备含超声煮沸消毒器均通过细胞毒性测试，具备良好生物相容性，对材料聚丙烯、玻璃、聚四氟乙烯、硅橡胶、氟橡胶、钛合金、ABS 板、聚亚砷等材料的细胞毒性检测（提供投标品牌送检的具有 CMA 标志的第三方检测报告）。 4. 优质铜芯水龙头，具有可调雾状水功能，有污物过滤网；槽体有减音防震装置槽体底部需防存水设计保证清洗污水自动流淌；配备 LED 灯照明、升降式冲洗防护罩、双位洗眼器等； *5. 设备控制监测、气源检测及配套超声清洗煮沸消毒器符合以下要求（以下功能须提供操作页面截图） 5.1 操作面板与旋转按钮一体化配置，≥ 7 英寸触摸屏，旋钮自带显示			
--	---------------------	--	--	--	--

		屏显示选择操作模式；实时监测内镜管腔水气注入，实时显示纯水电导率、消毒液浓度，参数异常具备提示。 5.2 气源检测系统采样流量$\geq$28.3L/min (1cfm)，屏幕可显示温度、露点、水汽体积比、各粒径通道颗粒物计数柱状图/数值、含水量实时数据等多项参数；周期计时，自动判定气源等级，异常弹窗报警。 5.3 提供具有二类医疗器械注册证超声清洗煮沸消毒器 1 台；具备喷淋清洗模式，多频清洗、单频煮沸清洗、多频煮沸清洗、煮沸清洗等程序，触摸屏可调超声功率，温度、时长、频率密码管控；加热、漂洗支持管腔冲洗。 6、柜门为采用分段式柜体设计，柜门的上挡板和下柜门分体设计；柜门使用的 PET 板通过了耐磨性能、耐沸水、耐干热、100cm 高度处抗打球冲性能及甲醛释放量测试。（提供投标品牌送检的具有 CMA 标志的第三方检测报告）。 *7、具备二类医疗器械注册证。				
40	平台推车	1. 尺寸：$\geq 1080 \times 550 \times 850$（mm）；规格：双层，平台上层带三面围栏（科室要求）；材质：国标 SUS304 不锈钢；主材规格：板材厚度≥ 1.0mm，主管材$\phi 25 \times 1.0$mm；万向轮：$\phi 100$	13个	工业	否	/

		聚胺脂双轴承静音角轮，防卷发。				
41	器械检查 打包工作 站	1. 尺寸：≥2000×1400×850/1900（mm）；主材规格：上台面板材厚度≥1.2mm，其余板材厚度≥1.0mm，材质：国标 SUS304 不锈钢（抽屉组为为优质不锈钢+合金铝喷涂） *2. 规格：高分子抑菌材料台面、双向使用（≥16 只全封闭抽屉），含一层平台（搁板）及六组多色避光翻转物品盒（每组有≤4 只物品管理仓），带加强照明灯、电源插座及网络插孔；每台配一体机电脑专用支架（360° 多功能调节旋转）、1 只放 10 倍大镜灯。以上各附件数量规格按科室要求配置。	9 个	工业	否	/
42	封口机储 物台	1. 尺寸：≥1800×650×850（mm）；规格：四门四抽，放置封口机和切割机；材质：国标 SUS304 不锈钢；主材规格：上台面板材厚度≥1.2mm，主管材：38×38×1.2mm；台面上方配备三层隔板、配套封口机使用。	3 个	工业	否	/
43	敷料打包 台	1. 尺寸：≥2000×1400×850（mm）；规格：SUS304 不锈钢台面，双向使用（4 只全封闭抽屉）、台面内嵌式安装敷料检查灯；主材规格：上台面板材厚度≥1.2mm，其余板材厚度≥1.0mm，主管材 38×38×1.2mm 2. 抗菌性能：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单	3 个	工业	否	/

		胞菌的抗细菌率 $\geq 99.00\%$ ，抗白色念珠球菌性能 I 级 $\geq 99.00\%$ （提供第三方检测报告）				
44	器械/敷料存放柜	1. 尺寸：$\geq 960 \times 400 \times 1750$（mm）；规格：国标 SUS304 不锈钢；四门，五层，内部≥ 3块不锈钢板可任意调节高度（隔板数量根据科室需求提供），除上两门外，其余均为全不锈钢；主材规格：柜门板材厚度$\geq 1.2\text{mm}$，其余板材厚度$\geq 1.0\text{mm}$，（可根据科室需求，增加 2 个抽屉。） *2. 卫生学医用级铰链：采用全不锈钢转轴式承重铰链，与无框复合门板采用一体式安装工艺；严格遵循院感要求，无外露部件及安装螺栓，并提供图文证明。该铰链需符合 GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准规定的检验检测项目，检测报告须包含整套转轴式铰链图片，且每个组件均满足上述要求。需提供由投标产品制造商送检、具有 CMA 或 CNAS 标识的第三方检测报告。	4 个	工业	否	/
45	敷料存放架/无菌物品存放架	1. 尺寸：$\geq 1500 \times 450 \times 1800$（mm）；规格：四层；国标 SUS304 不锈钢；主材规格：主管材$\Phi 38 \times 1.2\text{mm}$，框架管材：$38 \times 25 \times 1.2\text{mm}$，每层管材：$25 \times 13 \times 1.0\text{mm}$；层板一体式冲压成型工艺；层板及支耳为数控加工一体成型，不可有锐角/断面/任何焊接点	30 个	工业	否	/

		（承重性强，长期使用不变形）。				
46	电驱动下送/下收车	1. 尺寸： $\geq 1170 \times 680 \times 1280$ （mm）；规格：单侧双开门，门可打开 270° ，内部放置双层搁板；主材规格：国标 SUS304 不锈钢；门板、顶部/底部板材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，其余板材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ；万向轮： $\phi 125$ 双轴承承重轮，带全方位刹车装置，承重 $\geq 200\text{kg}$ ； 2. 电池技术参数：24V 增强型铁锂电池供电、每次充电时长 $\leq 8\text{H}$ 。一次充电可连续工作 ≥ 6 小时、行程 $\geq 30\text{KM}$ 、最高时速 $\geq 5\text{KM}$ 。	2 个	工业	否	/
47	不锈钢器械篮筐	减压沸腾清洗机使用。工艺为小孔冲压一体成形。尺寸： $\geq 560 \times 280 \times 100\text{mm}$ ，带盖子，一共 20 个；尺寸： $\geq 535 \times 265 \times 65\text{mm}$ 带盖子，一共 80 个；尺寸： $\geq 305 \times 265 \times 65\text{mm}$ 带盖子，一共 50 个。	70 个	工业	否	/
48	精密器械篮筐	1. 工艺为小孔冲压一体成形。带盖子。尺寸： $\geq 240 \times 125 \times 65\text{mm}$ ，数量 ≥ 20 个；带盖子。尺寸： $\geq 102 \times 100 \times 45\text{mm}$ ，数量 ≥ 10 个。	30 个	工业	否	/
49	互锁双通柜	1. 尺寸： $\geq 1070 \times 650 \times 1590$ （mm）；规格：国标 SUS304 不锈钢，六单元发放窗口；主材规格：柜门板材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，其余板材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ；互锁机构采用机械联锁装置，安全性高，操作简便玻璃为钢化玻璃。	3 个	工业	否	/
50	大型传递	1. 尺寸： $\geq 900 \times 120 \times 2100$ （mm）；	3 个	工业	否	/

	柜	规格：国标 SUS304 不锈钢大型发物窗口、无极升降；主材规格：柜门板材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，其余板材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ；互锁机构采用机械联锁装置，安全性高，操作简便玻璃为钢化玻璃。				
51	一体化智能配包台	1. 尺寸：$\geq 2000 \times 800 \times 1900$；规格：高精度电子秤 1 套，高清摄像头 2 套，带光源器械检查放大镜 1 套，专用电脑支架 1 套，抽屉 3 组，柜子 1 组，储物盒 1 组，不锈钢置物板 1 组，万向脚轮 4 只，器械干燥器 1 台；以上各附件数量规格按科室要求配置，不得低于以上要求的配置。 *2. 功能符合以下要求： 2.1 电子秤精度$\leq \pm 1\text{g}$，最大称量$\geq 15\text{kg}$；配置$\geq 1080\text{P}$ 摄像头，支持实时影像复核；LED 冷光源放大镜，照度$\geq 3000\text{Lux}$；支持布局定制与模块扩展。 2.2 可对接追溯系统，实现 AI 指示卡识别、器械包称重上传、操作录像留存、人脸识别登录等配包全过程管理。 2.3 器械干燥器≥ 9 路管路接口，吹干气体恒温加热（常温$\sim 60^\circ\text{C}$连续可调），管腔与外表面一体化干燥；集成露点在线监测，实时显示露点、温度及$\geq 0.3\ \mu\text{m}$、$\geq 0.5\ \mu\text{m}$、$\geq 5.0\ \mu\text{m}$	2 个	工业	是	/

		固体颗粒物，自动分级预警；微生物采样参数可调，浮游菌模式可自主设定采样气量、时长。 2.4 触控屏实时展示各项数据，设备运行、气体监测、器械、人员信息自动绑定，实时上传院内内镜质控及院感追溯平台。				
DSA						
52	导管柜	1. 尺寸：≥960×400×1750（mm）；规格：国标 SUS304 不锈钢；两门带锁，玻璃门，顶部带挂钩（挂钩数量和规格可根据科室实际需求定制），除门外，其余均为全不锈钢；主材规格：柜门板材厚度≥1.2mm，其余板材厚度≥1.0mm *2. 卫生学医用级铰链：采用全不锈钢转轴式承重铰链，与无框复合门板采用一体式安装工艺；严格遵循院感要求，无外露部件及安装螺栓，并提供图文证明。该铰链需符合 GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准规定的检验检测项目，检测报告须包含整套转轴式铰链图片，且每个组件均满足上述要求。需提供由投标产品制造商送检、具有 CMA 或 CNAS 标识的第三方检测报告。	8 个	工业	否	/
53	器械柜（DSA 用）	1. 尺寸：≥960×400×1750（mm）；规格：国标 SUS304 不锈钢；双开门，门上带锁，正面以玻璃镶嵌，内设≥	8 个	工业	否	/

		4 层，每层高度依靠搁板来调节，调节孔距 $\geq 50\text{mm}$ 。（隔板数量根据科室需求提供），除上两门外，其余均为全不锈钢；主材规格：柜门板材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，其余板材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。				
54	定制器械柜	*1. 墙面尺寸：$\geq 900 \times 450 \times 1700$（mm），定制柜须根据医院需求和实际场地进行定制；规格：国标 SUS304 不锈钢；整体结构须根据科室需求进行定制；主材规格：柜门板材厚度$\geq 1.2\text{mm}$，其余板材厚度$\geq 1.0\text{mm}$； *2. 卫生学医用级铰链：采用全不锈钢转轴式承重铰链，与无框复合门板采用一体式安装工艺；严格遵循院感要求，无外露部件及安装螺栓，并提供图文证明。该铰链需符合 GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准规定的检验检测项目，检测报告须包含整套转轴式铰链图片，且每个组件均满足上述要求。需提供由投标产品制造商送检、具有 CMA 或 CNAS 标识的第三方检测报告。	1 个	工业	否	/
*其他要求： 1. 所有产品可根据现场及科室要求设计定制，符合工作流程设计；参数中所述的所有尺寸均为参考尺寸，供货时可根据院方实际使用需求定制实际尺寸。 2. 参数中要求的不锈钢板：符合 GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准规定中的检验检测项目： ①、C，%技术要求：≤ 0.07； ②、Cr，%技术要求：17.50~19.50；						

③、Ni，%技术要求 8.00~10.50，

提供具有 CMA 或 CNAS 标识的第三方检测报告。

3. 参数中要求的医用金属家具金属喷塑件：符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》标准规定中的检验检测项目：产品表面理化性能：

①、硬度：铅笔硬度 H，无塑性变形和/或内聚破坏；

②、冲击强度：冲击高度 400mm，无剥落、裂纹、皱纹；

③、耐盐浴：划道两侧 3mm 外，无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；

④、漆膜附着力：2 级或优于 2 级

提供具有 CMA 或 CNAS 标识的第三方检测报告。

4. 参数中要求的导轨（不包含序号 13）：

①、优质静音，具有止动防滑功能。耐久性 ≥ 6 万次循环（载荷 $>15\text{kg}$ ），符合 QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准，提供具有 CMA 或 CNAS 标识的第三方检测报告。

②、一体成型导轨功能要求：（1）高度支持调节（2）导轨无焊接点及打磨痕迹（3）单根导轨厚度 $\geq 2.5\text{mm}$ ，提供实物照片。

5. 参数中要求的室内脚轮（不包含序号 13、14）：

$\phi 100$ 全 ABS 外罩双轴承静音轮，轮面 pu 材质，防锈防卷发，通过通过①PVC 塑胶地板专用测试②机械安全检测③环保检测，提供第三方检测报告且需包含送检产品图片。

6. 参数中要求的活动推车类产品推动时的噪声检测：检测限量值符合

GB3096-2008《声环境质量标准》0 类标准，昼间限量值 50dB(A)；提供由投标产品制造商送检的具有 CMA 标识的检验（检测）报告扫描件，检测报告需包含 2 种及以上核心产品名称。

7. 制造工艺要求（证明文件仅需包含 2 种及以上核心产品名称）：

①、不锈钢台面抗划痕工艺：提高耐腐蚀性及耐磨性，延长使用寿命，使用金属尖锐物对其表面刷擦后无明显痕迹，提供图文证明和与图文证明一致的抗划痕不锈钢台面小样品，供评委现场验证。

②、不锈钢柜体采用抗水纹工艺：工艺可达到手触摸及消毒擦拭后表面无指纹/水渍印记，提供图文证明。

8. 根据参数所要求的功能提供报价清单，维修配件也按下表做出报价（厂家自行描述，表格不够自行添加）。

9. 中标方提供承诺函（格式自拟）：

①、所有中标产品符合抽检标准，货到现场后由院方随机抽检两种产品，送至第三方检测机构检测，费用由中标方承担。如抽检样品不合格则全部退货，并承担院方所有损失。

②、合同签订前原件备查，对中标(成交)供应商在投标(响应)文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核。若存在弄虚作假或提供虚假材料情形的，投标人自愿放弃中标资格并接受有关部门处理（处罚）。由于投标人原因未在约定时间内完成核查的，由此产生的风险由投标人自行承担。

六、样品

投标人在开标截止时间当天按照招标要求制作并提交样品（注：样品递交地址：各投标人开标当天开标截止时间前将样品递交至安徽省芜湖市赭山西路2号皖南医科大学第一附属医院（弋矶山医院）11号楼行政楼二楼221室，如有疑问请咨询采购公告代理机构联系电话）：

样品			
序号	名称	数量	备注
1	医用铰链	1 个	同序号 44 的要求
2	积木式分隔	1 个	
3	ABS 一次性锁具	1 个	同序号 4 的要求
4	抢救板	1 个	
5	4 寸脚轮	1 个	一踩刹车二踩解刹 式样
6	不锈钢器械篮筐（带盖）、精密器械篮筐	各 1 个	同序号 47、48 的要求

七、维修配件分项报价表（包括但不限于以下配件）

配件名称	医院在用价（元）	报价（元）
3 寸无刹万向螺纹立轴轮	28	

3 寸带刹万向螺纹立轴轮	34	
喷漆维修	300	
人革皮加绷带	150	
天地锁	20	
移动输液架把手	28	
铝合金靠背大阻力支撑	108	
铝合金推车护栏开关	36	
立柱刹车轮	77	
不带刹万向轮	48	
输液架底座	80	
车锁	13	
病历夹锁条	80	
插销	20	
病历夹车标签	50	
抽屉导轨	40	
治疗车器械锁	37.8	
蓝架活刹风硬轮	220	
蓝架固定风硬轮	195	
病人推床软垫	434	
污物车布袋	130	
病人推床人革面	204	
推床 CR 护栏	400	
6 寸立柱轮	100	
污物车脚轮	41	

八、售后服务及其他要求

***1、投标人应对所投清单内全部设备（整机）提供不少于 3 年的免费维修服务，质保同期，质保期内每年不少于 2 次到场保养（提供承诺函并加盖公章）。**

2、设备故障要求 2 小时内响应，工程师 12 小时内到达现场, 若超过 24 小时不能解决，在 48 小时内提供同档次备用机。

3、投标人（制造商或销售商）需配备受过专业培训的售后服务人员，随机附工程师联系方式。

4、提供设备所有相关维修配件及易损件分项报价。

5、为保证设备正常运行，投标人应在中国境内设置备件库，存入所有必须的备件，并保证 10 年以上的供应期，维修配件到院周期不超过 1 周。

6、提供全国免费报修电话。

九、报价要求

本项目报总价及投标分项报价，报价包含完成本项目所需的全部费用，中标后采购人不再另行追加任何费用，请投标人自行考虑报价风险。

注：上述带“*”的技术参数作废标处理，带“■”的技术参数为重要参数。对于标注*号项和“■”技术参数/条款的响应情况，投标人必须在投标文件中提供能体现该条款要求的证明材料扫描件或影印件，包括但不限于医疗器械注册证、说明书、彩页、官网截图、产品界面截图（图片），否则视为负偏离。为便于评审，投标供应商对证明材料中的关键参数进行标注并标注页码。

2、产品相关参考图片及医院在用尺寸表（仅供参考）：



序号	产品名称	参考图片	医院在用产品（仅供参考）	
			尺寸	数量 （预估）
病区				
1	治疗彩车		700*450*850/990	63 辆
2	不锈钢治疗车		500*400*850/990， 700*450*850/940， 600*450*850/990	43 辆

3	送药彩车		700*450*950/1020	12 个
4	急救彩车 (核心产品)		700*450*960	22 个
5	护理彩车 (核心产品)		1000*500*820/980	66 个
6	病历夹彩车		405*410*1035	19 个
7	氧气瓶推车		400*1300*1000	32 个

8	输液架		500*1400-1800	168 个
9	器械柜		960*400*1750	54 个
10	不锈钢换药车		700*450*850/940, 800*500*850/990	7 个
11	不锈钢检查床		1840*620*670, 1840*620*670	61 个
12	担架推车		1800*600*750	22 个

13	病人推车		2000*640*560	63 个
手术室				
14	不锈钢器械台		1420*420*915, 800*500*850/940, 700*450*750, 800*500*800/940, 900*550*850/940, 900*550*850/990,	46 套
15	手术圆凳		350*500-650	303 个
16	脚凳		460*300*150	137 个
17	升降台		430*370*800/1200	38 个

18	污物车 A		560*560*850	26 个
19	不锈钢污物车 B		940*420*900	10 个
20	不锈钢污物车		420*650	56 个
21	手术间圆形垃圾桶			102 个
22	麻醉车		850*520*1600	11 个
23	不锈钢推车		920*580*850/900	58 个

24	不锈钢打包台/污物分类台/拆包台		1800*800*850	10 个
25	泌尿、骨科专用输液架		/	8 个
26	神经外科专用升降台		/	8 个
27	神外专用不锈钢屏挡		/	4 个
28	不锈钢晾鞋架		/	8 个

29	不锈钢电脑桌		/	10 个
30	血污倾倒池		/	1 个
消毒供应中心				
31	不锈钢包布车 A（核心产品）		800*500*1600	48 个
32	不锈钢包布车 B		/	2 台
33	不锈钢无菌车		1100*600*1000	3 个
34	药品柜（核心产品）		960*400*1750	14 个

35	无菌存放架		1500*450*1800	101 个
36	送货车		850*550*820	27 个
37	污染物品回收台组		/	2 组
38	包布回收车		/	2 个

39	多功能清洗 工作站(含 超声清洗煮 沸消毒器) (核心产 品)		/	2 个
40	平台推车		/	13 个
41	器械检查 打包工作站		/	9 个

42	封口机储物台		/	3 个
43	敷料打包台		/	3 个
44	器械/敷料存放柜		960×400×1750	4 个
45	敷料存放架 /无菌物品存放架		1500×450×1800	30 个
46	电驱动下送 /下收车		/	2 个

47	不锈钢器械 篮筐		/	70 个
48	精密器械篮 筐		/	30 个
49	互锁双通柜		/	3 个
50	大型传递柜		/	3 个

51	一体化智能配包台（核心产品）		/	2 个
DSA				
52	导管柜		/	8 个
53	器械柜（DSA 用）		/	8 个
54	定制器械柜		/	1 个

02 包：通用设备空气消毒机**一、设备名称：**空气消毒机**二、数量：**壁挂式 230 台，立柜式 24 台，移动式 10 台**三、设备用途：**用于对室内空气进行消毒,有效杀灭空气中的细菌、病毒；消除污染源，提高空气质量，防止疾病传播。***四、投标要求：**投标商所投设备须为到货日期前六个月内生产的设备，提供承诺函并加盖公章，软件终身免费及时升级，所有功能必须在国内有用户，提供用户清单。投标时要求提供厂家原厂技术白皮书（DATA SHEET）或相关资料（文字、图片）证明，评标以此为准。**五、技术参数及设备清单：**

序号	货物名称	技术参数及要求	数量 (单位)	所属行业	是否为核心产品	备注
*1、生产企业需提供 ISO9001 认证证书和消毒产品生产企业卫生许可证、消毒产品卫生安全评价报告。 2、所投产品符合国家卫生行业标准 WS/T648--2019《空气消毒机通用卫生要求》：等离子体空气消毒机内部不得装有中、高效过滤器和紫外线杀菌灯（提供第三方检测材料）。 *3、壳体必须采用金属外壳，过滤网外壳采用全金属材质。 4、集消毒与净化于一体，具有杀菌及分解气体的功效，机器多档风速可调，机器能去除空气中的 PM2.5、甲醛、TVOC、苯等有害物质。 ■5. 静电发生器模块电场强度$\geq 7.7\text{kV}$，防水等级符合：GB/T4208-2017 IPX2，高温检测符合：GB/T2423.2-2008（提供第三方检测报告）。 6. 高风速运行工作整噪声$\leq 55\text{dB}$。 *7. 臭氧泄漏量：臭氧浓度$\leq 0.003\text{mg}/\text{m}^3$（提供第三方检测报告）。 8. 能通过红外遥控对设备进行开关机操作和设定档位等；程控程序数量不少于 9 组；风速不少于 3 档可调；工作模式具有手动/自动/定时程控等。 9. 24 小时人机共存，可在有人的情况下连续消毒；产品急性眼刺激试验属无刺						

激性，一次完整皮肤刺激试验属无刺激性，急性吸入毒性试验属于实际无毒，鼠骨髓嗜多染红细胞微核试验结果可判定为阴性；（提供第三方检测报告）。

10. 机器核心部份等离子发生器、静电吸附模块、静电发生器、高压电源其寿命 ≥ 30000 小时（提供第三方检测报告）。

*11、等离子体密度： $\geq 5.0 \times 10^{18} \text{m}^3$ （提供第三方检测报告）。

12. 显示：高清彩色液晶，实时显示定时及累计计时数据。

13. 具有空气质量检测功能和温湿度检测功能，可以自动检测室内空气质量和温湿度情况。

14. 智能提示功能：至少具有滤网过期、风机故障、等离子故障等。

■15. 可升级物联网控制功能采用 4G 通信网络，接入物联网操作平台, PC 端能统一操控全院消毒机，实时显示消毒机运行状态，查看消毒机维护信息，手机小程序能实现对应消毒机的控制和信息资料查询。

1	壁挂式空气消毒机	（一）壁挂式空气消毒机 *1. 安装方式：壁挂式；适用环境：$\geq 100 \text{m}^3$；消毒方法：等离子体。 2. 开机运行测得循环风量（m^3/h）：≥ 1000。 ■3. 消毒效果：设备持续工作 1 小时，对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率$\geq 99.90\%$，对空气中自然菌的消亡率$\geq 90.00\%$；且消毒后的空气细菌残留数需符合《医院消毒卫生标准》（GB 15982）；对肠道病毒-71 型、脓肿分枝杆菌杀灭率为：$\geq 99.99\%$；对气雾室肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、黑曲霉菌、龟分枝杆菌的杀灭率$\geq 99.9\%$；对甲型流感病毒 H3N2 的杀灭率$\geq 99.99\%$。（提供省疾控中心出具的第三方检测报告）	230 台	工业	是	/
2	立柜	（二）立柜式空气消毒机	24 台	工	否	/

	式空气消毒机	*1、安装方式：立柜式；适用环境：$\geq 150\text{m}^3$；消毒方法：等离子体。 2、开机运行测得循环风量$\geq 1500\text{m}^3/\text{h}$。 ■3. 消毒效果：设备开启消毒 90min 对 20m^3 实验室中人工喷染的白色葡萄球菌（8032）的平均杀灭率为 99.99%，对 150m^3 密闭房间空气中自然菌的消亡率均$\geq 90\%$，且消毒后残留菌落数平均值$\geq 65\text{cfu}/\text{m}^3$。（提供省疾控中心出具的第三方检测报告）		业		
3	移动式空气消毒机	（三）移动式空气消毒机 *1. 安装方式：移动式；适用环境：$\geq 120\text{m}^3$；消毒方法：等离子体。 2、开机运行测得循环风量$\geq 1200\text{m}^3/\text{h}$。 ■3、消毒效果：消毒机工作 1 小时对自然菌杀灭率为：$\geq 98.98\%$；20m^3 模拟实验室中白色葡萄球菌杀灭率均$\geq 99.99\%$。（提供省疾控中心出具的第三方检测报告）	10 台	工业	否	/

六、所需易损易耗件均为原厂配置，价格供参考（此报价不计入商务报价分计算）：

名称	规格型号	单价

投标方根据各自产品特性，可对上述表格进行调整。不在表格内的配件由投标方已包含在投标报价中，含在保修范围内。

七、售后服务要求：

***1、投标人应对所投设备（整机）提供不少于 5 年的免费维修服务，质保同期，质保期内每年不少于 3 次到场深度保养（除尘，更换常规易损易耗件及**

清洗滤网），工单内需注明更换零件品目及数量；保修到期前一个月需安排厂家工程师对整机进行全面检修（除尘, 更换常规易损易耗件及清洗滤网）及功能性评估，在工单中做好相关记录；提供不少于 1 周在院的设备临床应用、工程师维修及常规保养的培训方案，培训记录及工单记录作为尾款必备支撑材料（提供承诺函并加盖公章）。

2、开机率 $\geq 95\%$ ，仪器故障要求 2 小时内响应，工程师 12 小时内到达现场，若超过 24 小时不能解决，在 48 小时内提供同档次备用机。

3、投标人需设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员，随机附工程师联系方式。

4、提供设备所有相关维修配件及易损件分项报价。

5、为保证设备正常运行，投标人应在中国境内设置备件库，存入所有必须的备件，并保证 10 年以上的供应期，维修配件到院周期不超过 1 周。

6、提供全国免费报修电话。

***八、其他要求：**

1. 医疗设备等提供详细的产品配置清单。

九、报价要求

本项目报总价及投标分项报价，报价包含完成本项目所需的全部费用，中标后采购人不再另行追加任何费用，请投标人自行考虑报价风险。

注：上述带“*”的参数条款必须满足的实质性参数，若不满足，属无效投标；对于标注*号项和“■”技术参数/条款的响应情况，投标人必须在投标文件中提供能体现该条款要求的证明材料扫描件或影印件，包括但不限于医疗器械注册证、说明书、彩页、官网截图、产品界面截图（图片），否则视为负偏离。为便于评审，投标供应商对证明材料中的关键参数进行标注并标注页码。

03 包：通用设备床单位臭氧消毒机

一、设备名称：床单位臭氧消毒机

二、数量：17 台

三、设备用途：用于医院床单位（包括棉被、床垫、床单、枕芯、被芯等床上用品）的消毒。

***四、投标要求：**投标商所投设备须为到货日期前六个月内生产的设备，提供承诺函并加盖公章，软件终身免费及时升级，所有功能必须在国内有用户，提供用户清单。投标时要求提供厂家原厂技术白皮书（DATA SHEET）或相关资料（文字、图片）证明，评标以此为准。

五、技术参数及设备清单：

序号	货物名称	技术参数及要求	数量 (单位)	所属行业	是否为核心产品	备注
1	床单位臭氧消毒机	1、采用臭氧消毒，杀菌广谱、彻底，消毒完毕后自动还原为氧气，无死角、无残留、无污染； 2、床单位消毒器机身采用全金属阻燃材料制作，并且配备内外双保险丝； 3、配备高品质静音脚轮，易于推动；机体带有两个收纳盒，可单独存放消毒管与电源线； 4、整机运行噪音≤55dB，无噪声干扰病人； 5、杀菌因子：臭氧；采用新型的沿面放电技术，产生高浓度臭氧，由外至内，深层彻底消毒； 6、机器消毒时间 0-99min 可调，默认时间 10min 快速消毒；	17 台	工业	是	/

	7、臭氧产出量$\geq 4500\text{mg/h}$，臭氧浓度$\geq 3000\text{mg/m}^3$； 8、臭氧泄漏量$\leq 0.02\text{mg/m}^3$。（提供第三方检测报告）； 9、消毒一个工作周期后（抽气、消毒、保持、还原），消毒袋内臭氧残留量$\leq 0.07\text{mg/m}^3$，消毒罩内臭氧残留量$\leq 0.081\text{mg/m}^3$。（提供第三方检测报告）； *10、消毒效果： 10.1、对大肠杆菌杀灭对数值≥ 3.00（提供第三方检测报告）； 10.2、对金黄色葡萄球菌杀灭对数值：≥ 3.00（提供第三方检测报告）； 10.3、对白色念珠球菌杀灭对数值：≥ 3.00（提供第三方检测报告）； 10.4、对自然菌杀灭对数值：≥ 1.00（提供第三方检测报告）； 11、臭氧发生器寿命$\geq 10000\text{h}$； ■12、双管路设计，可同时对 2 个床单位； 13、可预先设置自动消毒功能，工作流程可预先设置，抽气、消毒、保持、还原等工序一键式全自动完成； 14、配置：消毒软管 2 根，重复使用床袋/床罩各 1 个，一次性床袋 10 个，一次性床罩 10 个。				
--	---	--	--	--	--

六、所需易损易耗件均为原厂配置，价格供参考（此报价不计入商务报价分计算）：

名称	规格型号	单价

投标方根据各自产品特性，可对上述表格进行调整。不在表格内的配件由投标方已包含在投标报价中，含在保修范围内。

七、售后服务要求：

***1、**投标人应对所投设备（整机）提供不少于 5 年的免费维修服务，质保同期，质保期内每年不少于 2 次到场深度保养（除尘及更换常规易损易耗件），工单内需注明更换零件品目及数量；保修到期前一个月需安排厂家工程师对整机进行全面检修（除尘及更换常规易损易耗件）及功能性评估，在工单中做好相关记录；提供不少于 1 周在院的设备临床应用、工程师维修及常规保养的培训方案，培训记录及工单记录作为尾款必备支撑材料（提供承诺函并加盖公章）。

2、开机率≥95%，仪器故障要求 2 小时内响应，工程师 12 小时内到达现场，若超过 24 小时不能解决，在 48 小时内提供同档次备用机。

3、投标人需设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员，随机附工程师联系方式。

4、提供设备所有相关维修配件及易损件分项报价。

5、为保证设备正常运行，投标人应在中国境内设置备件库，存入所有必须的备件，并保证 10 年以上的供应期，维修配件到院周期不超过 1 周。

6、提供全国免费报修电话。

***八、其他要求：**1. 医疗设备等提供详细的产品配置清单。

九、报价要求

本项目报总价及投标分项报价，报价包含完成本项目所需的全部费用，中标后采购人不再另行追加任何费用，请投标人自行考虑报价风险。

注：上述带“*”的参数条款必须满足的实质性参数，若不满足，属无效投标；对于标注*号项和“■”技术参数/条款的响应情况，投标人必须在投标文件中提供能体现该条款要求的证明材料扫描件或影印件，包括但不限于医疗器械注册证、说明书、彩页、官网截图、产品界面截图（图片），否则视为负偏离。为便于评审，投标供应商对证明材料中的关键参数进行标注并标注页码。

04 包：通用设备病区专用低值护理设备

一、设备名称：加压止血仪，妇科检查床，可升降检查操作床，自动血压检测仪，顶装无影灯（冷光源），囊内压检测仪

二、数量及限价：

序号	设备名称	数量（单位）	限价（万元）
1	加压止血仪	2台	4
2	妇科检查床	1张	2
3	可升降检查操作床	1张	2
4	自动血压检测仪	2台	4
5	顶装无影灯（冷光源）	1台	2
6	囊内压检测仪	2台	0.2

三、用途：（1）加压止血仪：在四肢手术中通过充气加压暂时阻断血流，以减少出血、提供无血手术野。（2）妇科检查床：适用于医院妇产科、泌尿外科各种仪器及镜类检查、诊断。（3）可升降检查操作床：通过电动调节体位与高度，充分暴露手术视野并保障患者术中安全舒适。（4）自动血压检测仪：自动完成无创血压测量，用于临床血压监测、高血压管理及急危重症监护。（5）顶装无影灯（冷光源）：提供高亮度、无阴影的手术照明，确保术野清晰以保障手术精准安全。（6）囊内压检测仪：用于精准测量关节囊、囊肿或体腔内部的压力，为关节疾病、囊性病变及相关腔隙高压病症的诊断、病情评估与治疗监测提供客观依据。

*四、投标要求：投标商所投产品为2026年1月1日后生产，提供承诺函并加盖公章。投标时要求提供原厂家的Data Sheet或质量检测报告，评标以此为准。

五、技术参数及设备清单：

序号	货物名称	技术参数及要求	数量（单位）	所属行业	是否为核心产品	备注
1	加压止血	1. 电气安全保护等级：I 类带内部电源 B 型；	2台	工业	否	/

	仪	2. 时间设定范围 0~240min，初始充气时间：≤60 秒； 3. 设备工作压力在（0~86）kPa 范围内任意可调，允差为±3kPa； 4. 全数字电脑控制，袖带压力、剩余时间、静音状态，直观易视；开机自检，漏气、低电量、超时、误操作真人语音提醒功能等；手术时间剩余提示、报警功能；压力>80kPa 显示屏闪烁报警； 5. 内置锂电池，断电情况下，续航≥4 小时； 6. 工作压力自动补偿，失电压力保持功能；可选择 kPa 或 mmHg 两种计量单位； 7. 双路具有独立调控输出，允许同时进行两组手术，互不干扰； ■8. 标配：带置物篮专用推车支架。				
2	妇科检查床	1. 电动调节满足整体倾斜，并通过调节整体前后倾斜来调节产床的高度； 2. 床体下面安置了隐藏式的污物盆； 3. 电源：交流（AC）220±10%，50Hz ±1Hz；设备安全分类：I 类，B 型。配有内置应急电源，网电源断电时，可自动跳转至工作状态； 4. 全长≥1200mm，宽≥550mm；床面离地最高≥1200mm；床面离地最低≤530mm；台面前倾≥20°；台面后倾≥25°； 5. 安全工作载荷：≥135kg； ■6. 配置清单（包含但不少于此配置）： 拉手：2 套，托腿架（含垫）：2 件；	1张	工业	否	/

		污物盆：1只；床垫：1套。				
3	可升降检查操作床	1. 台面长、宽： $\geq 2050 (\pm 20) \times 560 (\pm 20)$ mm； 2. 台面高度：最低 600 (± 20) —最高 900 (± 20) mm（电动）； *3. 背板上折≥ 50mm（电动）； 4. 头板：上升 150 (± 10) mm，下降 50 (± 10) mm； 5. 额定承重： ≥ 160 kg。	1张	工业	否	/
4	自动血压检测仪	*1. 测量方式：示波法，压力传感器检测，臂筒式血压计。 *2. 测量范围：压力:0~290mmHg，脉搏:30~240 拍/分； *3. 精度：血压: ± 3mmHg，脉搏: $\pm 5\%$； 4. 适用臂围：18-43cm； 5. 普通话语音指导操作，含打印功能； 6. 通讯功能：低功耗蓝牙(BLE), USB； 7. 标配附件：指示牌、电源线、打印纸、臂托、袖套布、说明书。	2台	工业	是	/
5	顶装无影灯（冷光源）	*1. 照度（可调）：40000-180000Lux；色温（可调）：3700K-5000K；显色指数：≥ 90； 2. 光柱深度： ≥ 1300 mm；光斑直径：160-280mm； 3. 照度调节：1%-100%； *4. 灯泡：LED，灯珠数量≥ 60颗；LED灯珠功率：≤ 1W； 5. LED 使用寿命： ≥ 80000 h； 6. 术者头部温升： $< 1^{\circ}\text{C}$ ；灯盘回转半	1台	工业	否	/

		径≥180cm，灯头可下拉近垂直地面。				
6	囊内 压检 测仪	1. 压力测量量程：0～100cmH ₂ O（0～10kPa），临床安全区间 20～30cmH ₂ O； 2. 测量精度：±1cmH ₂ O，全量程误差 ≤±2%FS；压力分辨率：0.1cmH ₂ O，数值显示精细可调； 3. 充气/放气方式：手动充放气，带稳压锁止阀，可维持目标套囊压力； 4. 报警功能：高低压两级声光报警，高压阈值 30cmH ₂ O、低压 15cmH ₂ O 可自定义； 5. 适配接头：标准鲁尔圆锥接头，匹配各型号气管插管气囊充气管路；显示屏幕：数字液晶屏，kPa/cmH ₂ O 双单位一键切换；供电规格：内置锂电池，满电连续监测≥72h，USB 充电；工作环境：温度 10～40℃，相对湿度 30%～80%，病房/手术室通用。	2台	工业	否	/

七、售后服务要求：

***1、投标人应对所投设备（整机）提供不少于 5 年的免费维保服务，质保同期，质保期内每年不少于 2 次到场保养（提供承诺函并加盖公章）。**

2、设备故障要求 1 小时内响应，工程师 2 小时内到达现场,若超过 12 小时不能解决，在 24 小时内提供同档次备用机。

3、投标人（制造商或销售商）需配备受过专业培训的售后服务人员，随机附工程师联系方式。

4、提供设备所有相关维修配件及易损件分项报价。

5、为保证设备正常运行，投标人应设置备件库，存入所有必须的备件，并保证 10 年以上的供应期，维修配件到院周期不超过 1 周。

6、提供全国免费报修电话。

八、报价要求

本项目报总价及投标分项报价，报价包含完成本项目所需的全部费用，中标后采购人不再另行追加任何费用，请投标人自行考虑报价风险。

注：上述带“*”的参数条款必须满足的实质性参数，若不满足，属无效投标；对于标注*号项和“■”技术参数/条款的响应情况，投标人必须在投标文件中提供能体现该条款要求的证明材料扫描件或影印件，包括但不限于医疗器械注册证、说明书、彩页、官网截图、产品界面截图（图片），否则视为负偏离。为便于评审，投标供应商对证明材料中的关键参数进行标注并标注页码。

05 包：通用设备病区通用低值护理设备

一、设备名称：通用低值类设备

二、数量：1 批

三、用途：病区、手术室、供应室等护理单元使用。

***四、投标要求：**投标商所投产品为 2026 年 1 月 1 日后生产，提供承诺函并加盖公章。投标时要求提供原厂家的 Data Sheet 或质量检测报告，评标以此为准。

五、技术参数及设备清单：

序号	货物名称	技术参数及要求	数量 (单位)	所属行业	是否为核心产品	备注
1	便携指脉氧夹	1. 适用于对患者的脉搏氧饱和度、脉率进行监测；适用部位：手指； 2、红外自动测量，一键8秒速测，无测量反应时，血氧仪自动关机，有声光报警，低电量提示；续航：可持续使用 ≥ 40 小时； 3、血氧饱和度：0%-100%，测量精度为 $\pm 2\%$ ；脉率：25bpm-250bpm, 测量精度为 ± 3 bpm。	60	工业	否	/
2	紫外线消毒车	*1、灯臂结构： 移动式设计，可折式单灯臂双灯管结构，带刹车万向轮； 2、灯臂调节角度：0-180°，定时范围：0-120分钟； 3、灯管功率：2*30W，灯管寿命： ≥ 1000 h，灯管辐照强度： $\geq 130 \mu w/cm^2$ 。	30	工业	否	/
3	额温枪	1、非接触式体温测量，发烧报警，有记忆功能；三色（绿光、橙光、红光）背光提示，高温预警蜂鸣；待机后可自	40	工业	否	/

		动关机；15组记忆值，自动记录往期测量数据； 2、LED屏显示，采用高灵敏传感器，分辨率0.1℃，红外探头测温，1S速测； 3、两种测温模式：体温、物温；温度测量范围：32℃-42.9℃，误差范围为±0.3℃；电池：2x1.5VAAA尺寸电池。				
4	耳温枪	1、通过热辐射显示被测人体耳腔体温，适用人群包括婴儿、儿童和成人。 测量部位：耳温； 2、测量范围：34-42.2℃；测量精度：±0.2℃；测量时间：1秒；记忆容量：10组；电池：2x1.5VAAA尺寸电池。	20	工业	否	/
5	血压计（核心产品）	1、测量原理：示波法&听诊法；显示：LCD显示； 2、测量位置：上臂；适应手臂周长：12~50cm（标配袖带 22~32cm）； *3、压力测量范围：0~300mmHg；脉搏测量范围：40~190次/分；测量精度：压力精度：±3mmHg（±0.4KPa）；脉搏测量精度：±5% *4、电击防护型式：Class II/内部电源：BF型设备。 5、电源：交直流两用：电源适配器：输入：AC100~240V，50/60Hz，≥350mA；输出：电压DC 直流6V，电流0-1.6A；电池：额定DC 3.6V，≥1900mAh。	60	工业	是	/
6	氧气吸入	1、流量范围：1-10/1-15；安全阀排气压力：0.17±0.05Mpa；输入输出：	410	工业	否	/

	装置	0.4-0.5MPa；输氧接头：锥度接头最大的外径 $8\text{MM}\pm 0.5\text{MM}$ ； *2、金属导气杆滤芯，尾部设有氧气过滤块，导气杆每套标配2个；调节旋钮：调节流量采用金属旋钮。 3、规格：德标，接入医院设备带氧气终端使用，满足日常及医疗氧疗需求。				
7	负压吸引装置	产生稳定负压，高效抽吸废液分泌物，适配临床诊疗护理使用，德标	310	工业	否	/
8	雾化器（核心产品）	1、将药液雾化成微小颗粒，通过呼吸进入呼吸道，用于治疗呼吸道疾病以及雾化辅助治疗。 2、大雾化杯最大装药量：350ml，小雾化杯最大装药量：150ml 3、最大雾化率： $\geq 3\text{mL}/\text{min}$ ；水槽装水量： $\geq 300\text{mL}$ ；雾化速率： $\geq 0.2\text{mL}/\text{min}$ ，雾化颗粒直径： $\leq 5\mu\text{m}$ （占比 $\geq 60\%$ ），水箱容量：250ml 4、定时范围：0-60min 无极可调；噪音： $\leq 50\text{dB}(\text{A})$	40	工业	是	/
9	电子身高体重秤	1. LED高清显示屏，身高测量尺，体重测量范围：0.1-180Kg，体重分度值50g，身高测量范围70-190cm，身高分度值1cm，单位切换公斤/斤。USB充电，电池待电时间 $\geq 10\text{h}$ 。	20	工业	否	/
10	抢救箱	1、综合性急救箱：尺寸： $\geq 52*32*16\text{cm}$ ；材质：ABS塑料；边框：标准加厚全铝合金。	30	工业	否	/

11	简易呼吸器	1、适用范围：主要用于心肺复苏和一般人工呼吸辅助式使用；适用人群：成人； 2、材质：pvc+硅胶合成材质；结构组成：呼吸气囊、面罩、组合颈、储气袋、连接管、开口器和口咽通道。	80	工业	否	/
12	瓶装医用气体（含配套减压阀）（核心产品）	1、防爆压力：41.5mpa；拉升强度：345mpa；屈服压力：319mpa；单表双表可选； *2、容量：≥40升； *3、数量：氮气瓶（含配套减压阀）≥30个，二氧化碳瓶（含配套减压阀）≥15个，医用氧气瓶（含配套减压阀）≥50个（容量≥40L，压力≥12.5公斤）； 4、保修期内，根据医院需求，对气瓶进行检测，费用由中标方承担；	95	工业	是	/
13	轮椅	1. 辅助行动不便者移动，手动操作，折叠设计；加厚碳钢车架；折叠尺寸：≥101*24*88(cm)； 2、稳固承重≥200斤；净重≤13KG； 3、实心胎+PVC手推圈；≥45cm坐宽； 扶手可调节；脚踏可调节高低前后双侧制动刹车。	40	工业	否	/
14	观片灯（核心产品）	1、高清均匀柔光照明，可放CT片/核磁共振片，满足临床影像诊断需求； 2、超薄款，免维护。可站立可悬挂，铝合金+亚克力材质； 3、尺寸：≥单联40.5*49.5*45CM, 厚度2CM；	65	工业	是	/

		4、亮度：0-5000CD/M；亮度均匀性：$\geq 90\%$；色温：6500K；照度：6000Lux 5、两种调光方式：无极调节旋钮、柔光遥控调光；高效散热背板，最大功率：$\leq 10W$； *6、光源：冷色、无闪烁偏振光。高性能LED光源，≥ 2个LED条（每条≥ 50个LED小灯），寿命$\geq 100,000$小时。				
15	听诊器	1、二用设计（钟型和膜型），密闭式耳塞，U型弹簧片； 2、听管长度：$\geq 60cm$；听头直径：膜型$\geq 45mm$，钟型$\geq 35mm$；材质：铝合金听头，乳胶管。	130	工业	否	/
16	艾灸盒	1、中医艾灸治疗，采用艾饼加热，温热理疗，适用于穴位保健和治疗； 2、材质：竹制、四孔；艾灸盒顶盖加有加厚钢板，防止顶盖开裂，提示艾灸盒使用寿命； 3、温度调节：多档可调；功率：$\leq 60W$。	45	工业	否	/
17	输液加压袋	1、对输液袋/瓶进行加压，加快输液速度，适用于紧急输血输液场景； 2、适用容量：$\leq 1000ml$，最大压力：300mmHg； 3、材质：耐用PVC/TPU材质，可重复使用，带压力指示。	100	工业	否	/
18	移动式无影灯（核心产品）	*1、光源类型：LED，LED灯数量≥ 20个； 2、光斑直径：$\geq 10cm$，可调；照度：$\geq 80000lux$；色温：$\geq 4300K$；功率：$\geq 20W$。	5	工业	是	/

19	单头 无影 灯/鹅 颈灯	1、高度：100-160cm，可自由调节；灯头75°可调节旋钮，四面旋转；有脚踏开关；工作电压：24V；输入功率：≥30W； *2、光源类型：LED；照度：≥12000LX（1M处）；显色指数：85≤RA≤100；色温：3500±500K。	10	工业	否	/
20	电动 吸引 器	1、电机功率：≥120W；吸引泵：活塞泵；极限负压值：>0.09Mpa；噪音：<60dB（A）； *2、贮液瓶：≥2500ml，≥2只； 3、抽气速率：>20L/min负压调节范围：20kPa至最大负压值。	30	工业	否	/
21	电热 恒温 培养 箱（核 心产 品）	1. 内胆材质：不锈钢内胆，背部加热； *2. 温控系统：控温区间：环境温度+10℃~300℃，温度分辨率：0.1℃； 3. 鼓风数量：1组，风速调节：支持快慢风速调节； 4. 定时功能：9999 分钟 / 小时，可常开模式； 5. 内胆尺寸（长×深 ×高）：≥35cm×35cm×35cm； *6. 容积：≥43L 7. 供电与功率：额定电压：220V，额定功率：800W 置物承重配置； *8. 隔档总层数：≥3层；层间距：≥6cm；标配隔板：≥2块；底部最大承重：≥100KG	16	工业	是	/

22	中医 治疗 床	1、结构稳固舒适，承托性佳，适用于推拿、针灸等中医理疗操作。 2、床架、床腿横杠均为加厚钢材4x4方钢厚度是1.2mm，承重： $\geq 150\text{kg}$ ；填充40cm海绵	2	工业	否	/
23	中药 恒温 箱（核 心产 品）	1、恒温控温保鲜，密闭储存中药，防潮抑菌，保障药材药效稳定；功率： $\geq 1000\text{W}$ ； 2、定时范围：0-9999min；温控范围： $\text{RT}+5^{\circ}\text{C}\sim 300^{\circ}\text{C}$ ；控温精度： $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ；温度均匀度： $\pm 2\%$ ；工作室尺寸： $\geq 350*350*350\text{mm}$ ； *3、标配隔板数量：≥ 3；隔板层数上限：≥ 6；隔板承重：$\geq 15\text{KG}$；有效容积：$\geq 240\text{L}$； 4、双层0型加热、内置鼓风。采用热风循环系统，干热空气直接经过受热物体干燥、灭菌；采用预热腔结合缓冲背板设计，空气加热混合后进入工作室，减少因操作不当导致药包受热不均、工作室内局部过热等问题。 5、箱体内外采用优质钢板焊接而成，表面静电喷塑，工作室内为不锈钢，门带观察窗。微电脑智能LED显示控温仪、控温精确，同时显示设定温度和箱内温度，具有超温过热、漏电、传感器故障报警功能，定时功能。	10	工业	是	/
24	中药 打粉	*1、食品级304不锈钢腔体；产品容量：$\geq 1000\text{克}$；电压：220V；额定功率550W	8	工业	否	/

	机	2、工作时间：5分钟；负载功率： $\geq 3500\text{W}$ ；转速32000转/分 3、粉碎细度：50-300目；粉碎粒度：60-120目可调；电机功率： $\geq 1.5\text{kW}$ ，生产能力： $\geq 50\text{kg/h}$				
25	开口器	1、材质：不锈钢，类型：钳柄式，开口范围：0-50mm可调，消毒方式：高温高压消毒，适用人群：成人（可根据医院需求，提供适用于不同人群的规格型号）；	5	工业	否	/
26	氧气枕	1、氧气枕储存输送氧气，便携应急供氧，缓解缺氧、胸闷气短不适。制作氧气袋的气囊料符合GB/T 3830的要求。 2、外形尺寸： $\geq 760*500\text{mm}$ ，42L；调压阀体，可调节氧气的出氧量大小；爆破压力： $\geq 16\text{kPa}$	5	工业	否	/
27	滑板（过床器）	1、产品表面光滑、经久耐用，放置在病人身下后，工作人员可以轻松将病人从急救床或桌上滑到另一张床。 *2、非一次性使用；采用不可玷污PE材料制造，可喷雾擦拭灭菌。颜色：白色； *3、承重： $\geq 150\text{KG}$ ；长度： $\geq 180\text{cm}$ ；宽度： $\geq 50\text{cm}$ ；厚度： $\geq 0.5\text{cm}$ 4、单套基础配置要求：滑板1台，绑带2根。	10	工业	否	/

七、售后服务要求：

*1、投标人应对所投设备（整机）提供不少于3年的免费维保服务，质保同期，质保期内每年不少于2次到场保养（提供承诺函并加盖公章）。

*2、设备故障要求1小时内响应，工程师2小时内到达现场，若超过12小时不能解决，在24小时内提供同档次备用机。

3、投标人（制造商或销售商）需配备受过专业培训的售后服务人员，随机附工程师联系方式。

4、提供设备所有相关维修配件及易损件分项报价。

5、为保证设备正常运行，投标人应设置备件库，存入所有必须的备件，并保证 10 年以上的供应期，维修配件到院周期不超过 1 周。

6、提供全国免费报修电话。

八、报价要求

本项目报总价及投标分项报价，报价包含完成本项目所需的全部费用，中标后采购人不再另行追加任何费用，请投标人自行考虑报价风险。

注：上述带“*”的技术参数作废标处理，带“■”的技术参数为重要参数。对于标注*号项和“■”技术参数/条款的响应情况，投标人必须在投标文件中提供能体现该条款要求的证明材料扫描件或影印件，包括但不限于医疗器械注册证、说明书、彩页、官网截图、产品界面截图（图片），否则视为负偏离。为便于评审，投标供应商对证明材料中的关键参数进行标注并标注页码。

第四章 评标方法和标准（综合评分法）

一、总则

本项目将按照招标文件第二章 投标人须知的相关要求及本章的规定评标。

二、评标方法

2.1 资格审查

资格审查表			
序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	营业执照等证明文件	（1）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照； （2）投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； （3）投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件； （4）投标人是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照； （5）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。 联合体投标的联合体各方均须提供。
2	投标人资格声明书	提供符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	详见第六章投标文件格式。
3	投标人信用记录	投标人不得存在投标人须知正文第 14.2 条中的不良信用记录情形	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。
4	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全

			部内容。
5	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。

资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。

2.2 符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查表如下：

符合性审查表			
序号	审查指标	审查标准	格式要求
1	开标一览表	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章	详见第六章投标文件格式。
2	投标函	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章	详见第六章投标文件格式。
3	授权书	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章	法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章投标文件格式。
4	投标报价	符合招标文件投标人须知正文第9条要求	详见第六章投标文件格式。
5	商务响应情况	符合招标文件采购需求中对付款方式、供货及安装期限、供货及安装地点、免费质保	详见第六章投标文件格式。

		期等实质性要求	
6	技术响应情况	符合招标文件采购需求中货物技术参数等实质性要求	详见第六章投标文件格式。
7	其他要求	符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件列明的其他实质性要求	

符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。

2.3 异常低价投标审查

异常低价投标审查表			
序号	评审指标	评审标准	格式及材料要求
1	异常低价投标审查	(1) 投标报价$\leq$全部通过符合性审查投标人投标报价平均值$\times 50\%$; (2) 投标报价$\leq$通过符合性审查的次低报价投标人投标报价$\times 50\%$; (3) 投标报价$\leq$采购项目最高限价（如采购项目未设定最高限价的，以采购项目预算金额作为最高限价）$\times 45\%$; (4) 评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 提醒： 上述第（1）项数值计算：涉及总价、单价的精确到“分”并四舍五入，涉及费率的精确到小数点后两位，第三位四舍五入（例：如平均值为 123.456 元，即为 123.46 元；如平均值为 80.126%，即为 80.13%）。	投标人在评审现场合理的时间对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

注：

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述评审标准第（1）项至第（3）项中的数值标准，但是最高不得超过 65%。

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于评审标准中第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内（不少于 30 分钟）对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为**无效投标**处理。

评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

2.4 详细审查

2.4.1 评标委员会按照下表对投标文件进行详细审查和评分。

2.4.2 本项目综合评分满分为 100 分，具体评分细则如下：

01 包

本项目技术分值占总分值的权重为64%，资信分值占总分值的权重为6%，价格分值占总分值的权重为30%。具体评分细则如下：

类别	指标	指标描述	分值
技术分（64分）	产品的技术参数	1. 投标文件显示不满足招标文件中废标参数（标记“*”的条款）要求的或未提供技术支持资料的，作废标处理； 2. 根据投标文件与招标文件要求重要参数（标记“■”的技术参数）的偏离情况进行评分。 各项性能指标均有技术支持资料且全部满足招标文件要求的得满分；技术支持资料显示满足招标文件要求并提供技术支持资料的，有一项得4.8分，共5项，共24分。（同一项参数不重复得分）。 3. 根据投标文件与招标文件要求的其它技术参数（未标记“■”和“*”的技术参数）偏离情况进行评分。 各项性能指标全部满足招标文件要求的得满分；满足招标文件要求的（以投标文件投标响应表载明的为准），有一项得0.2分，共80项，共16分。（同一项参数不重复得分） 技术资料：以招标文件明确要求的材料为准，若招标文件未明确要求则以制造商公开发布的资料或产品技术白皮书或产品彩页或产品制造商出具的加盖公章的证明材料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。	40
	综合评价	评标委员会根据投标人所投产品的技术先进性、设备性能、使用 and 维修便利性、故障率、安全性等方面进行酌情评分： 产品的技术先进性、设备性能、使用 and 维修便利性、故障率、安全性	5

		1) 产品技术先进优越、性能稳定，使用和维修便利，无故障率、安全性高的得5分； 2) 产品技术较先进，运行稳定，使用和维修较便利，故障率低的得3分； 3) 产品基本满足要求符合标准，使用和维修便利性有待提高的得1分。 4) 未提供的不得分。 注：投标文件中提供证明材料，证明材料无固定形式，如产品技术说明，故障率、维修使用等说明，未提供任何材料的不得分	
	售后服务与维保方案	1. 评标委员会依据投标文件中提供的售后服务制度（售后服务管理制度、保障措施）及维保方案（维保方式、维保内容、质保期满后的维保费用、时间保证等）综合评分： 售后服务制度：方案内容详实、表述清晰，售后服务管理制度完善，有具体切实可行的保障措施，可行性、针对性、实用性强的，得5分；方案内容完整、表述较清晰，有保障措施，得3分；方案内容基本完整，细节有待进一步细化，得1分；未提供相关内容的不得分。 维保方案：售后人员配备充足、故障响应时间短，质保期满后的维保费用科学合理，得5分；配备售后服务人员，维保费用合理的，具有可行性、针对性、实用性的，得3分；内容简单，配备售后服务人员，售后服务整体方案基本满足需求，可行性、针对性、实用性有待改善的，得1分；未提供方案或方案不可行的不得分。 2. 投标人提供针对本项目的应急服务措施： 1) 对本项目特点和难点理解准确，应急服务措施完全满足项目需求，方案可行性、针对性、实用性强的，得3分； 2) 对本项目特点和难点理解基本准确，应急服务措施满足项目需求，具有可行性、针对性、实用性的，得2分；	16

		3) 对本项目特点和难点理解有待提升，应急服务措施基本满足项目需求，可行性、针对性、实用性有待改善的，得1 分； 4) 未提供方案或方案不可行的不得分。 3. 评标委员会根据投标人提供的售后培训方案进行综合评审： 1) 对本项目特点和难点理解准确，培训方案完全满足项目需求，方案可行性、针对性、实用性强的，得5分； 2) 对本项目特点和难点理解基本准确，培训方案满足项目需求，具有可行性、针对性、实用性的，得3分； 3) 对本项目特点和难点理解有待提升，培训方案基本满足项目需求，可行性、针对性、实用性有待改善的，得1分； 4) 未提供方案或方案不可行的不得分。	
	质保承诺	所投清单内全部产品整机免费质保期，在招标文件要求免费质保期的基础上每增加1年得1分（增加部分不足1年的不得分），满分3分。 注：以开标一览表作为评审依据。	3
资信分（6分）	所投产品业绩	自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），所投产品具有医疗机构供货业绩的，业绩合同至少要同时包含参数所述所有核心产品，每提供一个业绩得2分，最高得6分。 注：（1）本项为所投产品业绩；投标人所提供的业绩合同中须至少同时包含本次所投的核心产品，可不在同一份合同内，全部核心产品算一份业绩； （2）投标文件中提供合同扫描件，如合同中无法体现签订时间、产品品牌等评审因素的，须同时提供业主单位加盖公章证明材料扫描件，否则不得分； （3）以上业绩须为已供货（安装）完毕的业绩，投标文件中无须提供已供货（安装）完毕证明材料扫描件，投标	6

	人在“投标业绩承诺函”中备注是否供货（安装）完毕即可。	
价格分（30分）	投标报价得分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的投标分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = （评标基准价 / 投标报价）× 30 % × 100 投标报价得分保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。	30

注：对获得政府采购中小企业或监狱企业或残疾人企业优惠政策的投标供应商，按照优惠后的投标报价计算评标价及评标基准价；政府采购的评标价格优惠不重复享受。

3、详细评审结束后，将对有效投标供应商得分进行汇总排序。

（1）将每个有效投标供应商的技术和资信分之和再加上根据上面步骤计算出的投标报价得分，即为该投标供应商的综合总得分，综合总得分保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

（2）按照有效投标供应商综合总得分由高到低排出中标候选人。

02包

本项目技术分值占总分值的权重为66%，资信分值占总分值的权重为4%，价格分值占总分值的权重为30%。具体评分细则如下：

类别	指标	指标描述	分值
技术分（66分）	产品的技术参数	1. 根据投标文件与招标文件要求废标参数（标记“*”的技术参数）的偏离情况进行评分。 技术支持资料显示不满足招标文件要求的或未提供技术支持资料的，作废标处理； 2. 根据投标文件与招标文件要求重要参数（标记“■”的技术参数）的偏离情况进行评分。 各项性能指标均有技术支持资料且全部满足招标文件要求的得满分；技术支持资料显示满足招标文件要求并提供技术支持资料的，有一项得3.2分，共5项，共16分。（同一项参数不重复得分）。 3. 根据投标文件与招标文件要求的其它技术参数（未标记“■”和“*”的技术参数）偏离情况进行评分。 各项性能指标全部满足招标文件要求的得满分；满足招标文件要求的（以投标文件投标响应表载明的为准），有一项得2分，共12项，共24分。（同一项参数不重复得分） 技术资料：以招标文件明确要求的材料为准，若招标文件未明确要求则以制造商公开发布的资料或产品技术白皮书或产品彩页或产品制造商出具的加盖公章的证明材料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。	40
	综合评价	评标委员会根据投标人所投产品的技术先进性、设备性能、使用和维修便利性、故障率、安全性等方面进行酌情评分：	5

		产品的技术先进性、设备性能、使用和维修便利性、故障率、安全性 1) 产品技术先进优越、性能稳定, 使用和维修便利, 无故障率、安全性高的得5分; 2) 产品技术较先进, 运行稳定, 使用和维修较便利, 故障率低的得3分; 3) 产品基本满足要求符合标准, 使用和维修便利性有待提高的得1分。 4) 未提供的不得分。 注：投标文件中提供证明材料，证明材料无固定形式，如产品技术说明，故障率、维修使用等说明，未提供任何材料的不得分	
	售后服务与维保方案	1. 评标委员会依据投标文件中提供的售后服务制度（售后服务管理制度、保障措施）及维保方案（维保方式、维保内容、质保期满后的维保费用、时间保证等）综合评分： 售后服务制度：方案内容详实、表述清晰，售后服务管理制度完善，有具体切实可行的保障措施，可行性、针对性、实用性强的，得5分；方案内容完整、表述较清晰，有保障措施，得3分；方案内容基本完整，细节有待进一步细化，得1分；未提供相关内容的不得分。 维保方案：售后人员配备充足、故障响应时间短，质保期满后的维保费用科学合理，得5分；配备售后服务人员，维保费用合理的，具有可行性、针对性、实用性的，得3分；内容简单，配备售后服务人员，售后服务整体方案基本满足需求，可行性、针对性、实用性有待改善的，得1分；未提供方案或方案不可行的不得分。 2. 投标人提供针对本项目的应急服务措施： 1) 对本项目特点和难点理解准确，应急服务措施完全满足项目需求，方案可行性、针对性、实用性强的，得3分；	18

		2) 对本项目特点和难点理解基本准确，应急服务措施满足项目需求，具有可行性、针对性、实用性的，得2分； 3) 对本项目特点和难点理解有待提升，应急服务措施基本满足项目需求，可行性、针对性、实用性有待改善的，得1分； 4) 未提供方案或方案不可行的不得分。 3. 评标委员会根据投标人提供的售后培训方案进行综合评审： 1) 对本项目特点和难点理解准确，培训方案完全满足项目需求，方案可行性、针对性、实用性强的，得5分； 2) 对本项目特点和难点理解基本准确，培训方案满足项目需求，具有可行性、针对性、实用性的，得3分； 3) 对本项目特点和难点理解有待提升，培训方案基本满足项目需求，可行性、针对性、实用性有待改善的，得1分； 4) 未提供方案或方案不可行的不得分。	
	质保承诺	所投清单内全部产品整机免费质保期，在招标文件要求免费质保期的基础上每增加1年得1分（增加部分不足1年的不得分），满分3分。 注：以开标一览表作为评审依据。	3
资信分（4分）	所投产品业绩	自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），所投清单内核心产品同品牌同型号产品具有医疗机构供货业绩的，每提供一个业绩得2分，最高得4分。 注：（1）本项为所投产品业绩；投标人所提供的业绩合同中须至少同时包含本次所投的核心产品，可不在同一份合同内，全部核心产品算一份业绩； （2）投标文件中提供合同扫描件，如合同中无法体现签订时间、产品品牌等评审因素的，须同时提供业主单位加盖公章证明材料扫描件，否则不得分；	4

		(3) 以上业绩须为已供货（安装）完毕的业绩，投标文件中无须提供已供货（安装）完毕证明材料扫描件，投标人在“投标业绩承诺函”中备注是否供货（安装）完毕即可。	
价格 分（30 分）		投标报价得分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的投标分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 30 % × 100 投标报价得分保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。	30

注：对获得政府采购中小企业或监狱企业或残疾人企业优惠政策的投标供应商，按照优惠后的投标报价计算评标价及评标基准价；政府采购的评标价格优惠不重复享受。

3、详细评审结束后，将对有效投标供应商得分进行汇总排序。

(1) 将每个有效投标供应商的技术和资信分之和再加上根据上面步骤计算出的投标报价得分，即为该投标供应商的综合总得分，综合总得分保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

(2) 按照有效投标供应商综合总得分由高到低排出中标候选人。

03包

本项目技术分值占总分值的权重为66%，资信分值占总分值的权重为4%，价格分值占总分值的权重为30%。具体评分细则如下：

类别	指标	指标描述	分值
技术分（66分）	产品的技术参数	1. 根据投标文件与招标文件要求废标参数（标记“*”的技术参数）的偏离情况进行评分。 技术支持资料显示不满足招标文件要求的或未提供技术支持资料的，作废标处理； 2. 根据投标文件与招标文件要求重要参数（标记“■”的技术参数）的偏离情况进行评分。 各项性能指标均有技术支持资料且全部满足招标文件要求的得满分；技术支持资料显示满足招标文件要求并提供技术支持资料的，有一项得4分，共1项，共4分。（同一项参数不重复得分）。 3. 根据投标文件与招标文件要求的其它技术参数（未标记“■”和“*”的技术参数）偏离情况进行评分。 各项性能指标全部满足招标文件要求的得满分；满足招标文件要求的（以投标文件投标响应表载明的为准），有一项得3分，共12项，共36分。（同一项参数不重复得分） 技术资料：以招标文件明确要求的材料为准，若招标文件未明确要求则以制造商公开发布的资料或产品技术白皮书或产品彩页或产品制造商出具的加盖公章的证明材料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。	40
	综合评价	评标委员会根据投标人所投产品的技术先进性、设备性能、使用 and 维修便利性、故障率、安全性等方面进行酌情评分： 产品的技术先进性、设备性能、使用 and 维修便利性、故	5

		障率、安全性 1) 产品技术先进优越、性能稳定，使用和维修便利，无故障率、安全性高的得5分； 2) 产品技术较先进，运行稳定，使用和维修较便利，故障率低的得3分； 3) 产品基本满足要求符合标准，使用和维修便利性有待提高的得1分。 4) 未提供的不得分。 注：投标文件中提供证明材料，证明材料无固定形式，如产品技术说明，故障率、维修使用等说明，未提供任何材料的不得分	
	售后服务与维保方案	1. 评标委员会依据投标文件中提供的售后服务制度（售后服务管理制度、保障措施）及维保方案（维保方式、维保内容、质保期满后的维保费用、时间保证等）综合评分： 售后服务制度：方案内容详实、表述清晰，售后服务管理制度完善，有具体切实可行的保障措施，可行性、针对性、实用性强的，得5分；方案内容完整、表述较清晰，有保障措施，得3分；方案内容基本完整，细节有待进一步细化，得1分；未提供相关内容的不得分。 维保方案：售后人员配备充足、故障响应时间短，质保期满后的维保费用科学合理，得5分；配备售后服务人员，维保费用合理的，具有可行性、针对性、实用性的，得3分；内容简单，配备售后服务人员，售后服务整体方案基本满足需求，可行性、针对性、实用性有待改善的，得1分；未提供方案或方案不可行的不得分。 2. 投标人提供针对本项目的应急服务措施： 1) 对本项目特点和难点理解准确，应急服务措施完全满足项目需求，方案可行性、针对性、实用性强的，得3分； 2) 对本项目特点和难点理解基本准确，应急服务措施	18

资 信 分（4 分）		满足项目需求，具有可行性、针对性、实用性的，得2分； 3）对本项目特点和难点理解有待提升，应急服务措施基本满足项目需求，可行性、针对性、实用性有待改善的，得1分； 4）未提供方案或方案不可行的不得分。 3. 评标委员会根据投标人提供的售后培训方案进行综合评审： 1）对本项目特点和难点理解准确，培训方案完全满足项目需求，方案可行性、针对性、实用性强的，得5分； 2）对本项目特点和难点理解基本准确，培训方案满足项目需求，具有可行性、针对性、实用性的，得3分； 3）对本项目特点和难点理解有待提升，培训方案基本满足项目需求，可行性、针对性、实用性有待改善的，得1分； 4）未提供方案或方案不可行的不得分。	
	质保承诺	所投产品整机免费质保期，在招标文件要求免费质保期的基础上每增加1年得1分（增加部分不足1年的不得分），满分3分。 注：以开标一览表作为评审依据。	3
	所投产品业绩	自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），所投同品牌同型号产品具有医疗机构供货业绩的，每提供一个业绩得2分，最高得4分。 注：（1）本项为所投产品业绩； （2）投标文件中提供合同扫描件，如合同中无法体现签订时间、产品品牌等评审因素的，须同时提供业主单位加盖公章证明材料扫描件，否则不得分； （3）以上业绩须为已供货（安装）完毕的业绩，投标文件中无须提供已供货（安装）完毕证明材料扫描件，投标人在“投标业绩承诺函”中备注是否供货（安装）完毕	4

	即可。	
价格分（30分）	投标报价得分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的投标分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = （评标基准价 / 投标报价）× 30 % × 100 投标报价得分保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。	30

注：对获得政府采购中小企业或监狱企业或残疾人企业优惠政策的投标供应商，按照优惠后的投标报价计算评标价及评标基准价；政府采购的评标价格优惠不重复享受。

3、详细评审结束后，将对有效投标供应商得分进行汇总排序。

（1）将每个有效投标供应商的技术和资信分之和再加上根据上面步骤计算出的投标报价得分，即为该投标供应商的综合总得分，综合总得分保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

（2）按照有效投标供应商综合总得分由高到低排出中标候选人。

04包

本项目技术分值占总分值的权重为64%，资信分值占总分值的权重为6%，价格分值占总分值的权重为30%。具体评分细则如下：

类别	指标	指标描述	分值
技术分（64分）	产品的技术参数	1. 投标文件显示不满足招标文件中废标参数(标记“*”的条款)要求的或未提供技术支持资料的，作废标处理； 2. 根据投标文件与招标文件要求重要参数（标记“■”的技术参数）的偏离情况进行评分。 各项性能指标均有技术支持资料且全部满足招标文件要求的得满分；技术支持资料显示满足招标文件要求并提供技术支持资料的，有一项得5.5分，共2项，共11分。（同一项参数不重复得分）。 3. 根据投标文件与招标文件要求的其它技术参数（未标记“■”和“*”的技术参数）偏离情况进行评分。 各项性能指标全部满足招标文件要求的得满分；满足招标文件要求的（以投标文件投标响应表载明的为准），有一项得1分，共29项，共29分。（同一项参数不重复得分） 技术资料：以招标文件明确要求的材料为准，若招标文件未明确要求则以制造商公开发布的资料或产品技术白皮书或产品彩页或产品制造商出具的加盖公章的证明材料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。	40
	综合评价	评标委员会根据投标人所投产品的技术先进性、设备性能、使用 and 维修便利性、故障率、安全性等方面进行酌情评分： 产品的技术先进性、设备性能、使用 and 维修便利性、故障率、安全性 1) 产品技术先进优越、性能稳定，使用和维修便利，	5

		无故障率、安全性高的得5分； 2) 产品技术较先进，运行稳定，使用和维修较便利，故障率低的得3分； 3) 产品基本满足要求符合标准，使用和维修便利性有待提高的得1分。 4) 未提供的不得分。 注：投标文件中提供证明材料，证明材料无固定形式，如产品技术说明，故障率、维修使用等说明，未提供任何材料的不得分	
	售后服务与维保方案	1. 评标委员会依据投标文件中提供的售后服务制度（售后服务管理制度、保障措施）及维保方案（维保方式、维保内容、质保期满后的维保费用、时间保证等）综合评分： 售后服务制度：方案内容详实、表述清晰，售后服务管理制度完善，有具体切实可行的保障措施，可行性、针对性、实用性强的，得5分；方案内容完整、表述较清晰，有保障措施，得3分；方案内容基本完整，细节有待进一步细化，得1分；未提供相关内容的不得分。 维保方案：售后人员配备充足、故障响应时间短，质保期满后的维保费用科学合理，得5分；配备售后服务人员，维保费用合理的，具有可行性、针对性、实用性的，得3分；内容简单，配备售后服务人员，售后服务整体方案基本满足需求，可行性、针对性、实用性有待改善的，得1分；未提供方案或方案不可行的不得分。 2. 投标人提供针对本项目的应急服务措施： 1) 对本项目特点和难点理解准确，应急服务措施完全满足项目需求，方案可行性、针对性、实用性强的，得3分； 2) 对本项目特点和难点理解基本准确，应急服务措施满足项目需求，具有可行性、针对性、实用性的，得2分； 3) 对本项目特点和难点理解有待提升，应急服务措施	16

		基本满足项目需求，可行性、针对性、实用性有待改善的，得1分； 4) 未提供方案或方案不可行的不得分。 3. 评标委员会根据投标人提供的售后培训方案进行综合评审： 1) 对本项目特点和难点理解准确，培训方案完全满足项目需求，方案可行性、针对性、实用性强的，得3分； 2) 对本项目特点和难点理解基本准确，培训方案满足项目需求，具有可行性、针对性、实用性的，得2分； 3) 对本项目特点和难点理解有待提升，培训方案基本满足项目需求，可行性、针对性、实用性有待改善的，得1分； 4) 未提供方案或方案不可行的不得分。	
	质保承诺	所投清单内全部产品整机免费质保期，在招标文件要求免费质保期的基础上每增加1年得1分（增加部分不足1年的不得分），满分3分。 注：以开标一览表作为评审依据。	3
资信分（6分）	所投产品业绩	自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），所投产品具有医疗机构供货业绩的，每提供一个业绩得2分，最高得6分。 注：（1）本项为所投产品业绩（产品业绩至少须包含3种产品才算一份完整业绩。），可不在同一份合同内； （2）投标文件中提供合同扫描件，如合同中无法体现签订时间、产品品牌等评审因素的，须同时提供业主单位加盖公章证明材料扫描件，否则不得分； （3）以上业绩须为已供货（安装）完毕的业绩，投标文件中无须提供已供货（安装）完毕证明材料扫描件，投标人在“投标业绩承诺函”中备注是否供货（安装）完毕即可。	6

价格分（30分）	投标报价得分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的投标分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = （评标基准价 / 投标报价） × 30% × 100 投标报价得分保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。	30
----------	---	----

注：对获得政府采购中小企业或监狱企业或残疾人企业优惠政策的投标供应商，按照优惠后的投标报价计算评标价及评标基准价；政府采购的评标价格优惠不重复享受。

3、详细评审结束后，将对有效投标供应商得分进行汇总排序。

（1）将每个有效投标供应商的技术和资信分之和再加上根据上面步骤计算出的投标报价得分，即为该投标供应商的综合总得分，综合总得分保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

（2）按照有效投标供应商综合总得分由高到低排出中标候选人。

05包

本项目技术分值占总分值的权重为64%，资信分值占总分值的权重为6%，价格分值占总分值的权重为30%。具体评分细则如下：

类别	指标	指标描述	分值
技术分（64分）	产品的技术参数	1. 投标文件显示不满足招标文件中废标参数（标记“*”的条款）要求的或未提供技术支持资料的，作废标处理； 2. 根据投标文件与招标文件要求重要参数（标记“■”的技术参数）的偏离情况进行评分。 各项性能指标均有技术支持资料且全部满足招标文件要求的得满分；技术支持资料显示满足招标文件要求并提供技术支持资料的，有一项得0分，共0项，共0分。（同一项参数不重复得分）。 3. 根据投标文件与招标文件要求的其它技术参数（未标记“■”和“*”的技术参数）偏离情况进行评分。 各项性能指标全部满足招标文件要求的得满分；满足招标文件要求的（以投标文件投标响应表载明的为准），有一项得0.625分，共64项，共40分。（同一项参数不重复得分） 技术资料：以招标文件明确要求的材料为准，若招标文件未明确要求则以制造商公开发布的资料或产品技术白皮书或产品彩页或产品制造商出具的加盖公章的证明材料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。	40
	综合评价	评标委员会根据投标人所投产品的技术先进性、设备性能、使用 and 维修便利性、故障率、安全性等方面进行酌情评分： 产品的技术先进性、设备性能、使用 and 维修便利性、故障率、安全性	5

	1) 产品技术先进优越、性能稳定，使用和维修便利，无故障率、安全性高的得5分； 2) 产品技术较先进，运行稳定，使用和维修较便利，故障率低的得3分； 3) 产品基本满足要求符合标准，使用和维修便利性有待提高的得1分。 4) 未提供的不得分。 注：投标文件中提供证明材料，证明材料无固定形式，如产品技术说明，故障率、维修使用等说明，未提供任何材料的不得分	
售后服务与维保方案	1. 评标委员会依据投标文件中提供的售后服务制度（售后服务管理制度、保障措施）及维保方案（维保方式、维保内容、质保期满后的维保费用、时间保证等）综合评分： 售后服务制度：方案内容详实、表述清晰，售后服务管理制度完善，有具体切实可行的保障措施，可行性、针对性、实用性强的，得5分；方案内容完整、表述较清晰，有保障措施，得3分；方案内容基本完整，细节有待进一步细化，得1分；未提供相关内容的不得分。 维保方案：售后人员配备充足、故障响应时间短，质保期满后的维保费用科学合理，得5分；配备售后服务人员，维保费用合理的，具有可行性、针对性、实用性的，得3分；内容简单，配备售后服务人员，售后服务整体方案基本满足需求，可行性、针对性、实用性有待改善的，得1分；未提供方案或方案不可行的不得分。 2. 投标人提供针对本项目的应急服务措施： 1) 对本项目特点和难点理解准确，应急服务措施完全满足项目需求，方案可行性、针对性、实用性强的，得3分； 2) 对本项目特点和难点理解基本准确，应急服务措施满足项目需求，具有可行性、针对性、实用性的，得2分；	16

		3) 对本项目特点和难点理解有待提升，应急服务措施基本满足项目需求，可行性、针对性、实用性有待改善的，得1分； 4) 未提供方案或方案不可行的不得分。 3. 评标委员会根据投标人提供的售后培训方案进行综合评审： 1) 对本项目特点和难点理解准确，培训方案完全满足项目需求，方案可行性、针对性、实用性强的，得5分； 2) 对本项目特点和难点理解基本准确，培训方案满足项目需求，具有可行性、针对性、实用性的，得3分； 3) 对本项目特点和难点理解有待提升，培训方案基本满足项目需求，可行性、针对性、实用性有待改善的，得1分； 4) 未提供方案或方案不可行的不得分。	
	质保承诺	所投清单内全部产品整机免费质保期，在招标文件要求免费质保期的基础上每增加1年得1分（增加部分不足1年的不得分），满分3分。 注：以开标一览表作为评审依据。	3
资信分（6分）	所投产品业绩	自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），所投产品具有医疗机构供货业绩的，业绩合同至少要同时包含参数所述所有核心产品，每提供一个业绩得2分，最高得6分。 注：（1）本项为所投产品业绩；投标人所提供的业绩合同中须至少同时包含本次所投的核心产品，可不在同一份合同内，全部核心产品算一份业绩； （2）投标文件中提供合同扫描件，如合同中无法体现签订时间、产品品牌等评审因素的，须同时提供业主单位加盖公章证明材料扫描件，否则不得分； （3）以上业绩须为已供货（安装）完毕的业绩，投标文件中无须提供已供货（安装）完毕证明材料扫描件，投	6

		标人在“投标业绩承诺函”中备注是否供货（安装）完毕即可。	
价格分（30分）	投标报价得分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的投标分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = （评标基准价 / 投标报价） × 30% × 100 投标报价得分保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。		30

注：对获得政府采购中小企业或监狱企业或残疾人企业优惠政策的投标供应商，按照优惠后的投标报价计算评标价及评标基准价；政府采购的评标价格优惠不重复享受。

3、详细评审结束后，将对有效投标供应商得分进行汇总排序。

（1）将每个有效投标供应商的技术和资信分之和再加上根据上面步骤计算出的投标报价得分，即为该投标供应商的综合总得分，综合总得分保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

（2）按照有效投标供应商综合总得分由高到低排出中标候选人。

2.4.3 分值汇总

（1）评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，并汇总每个投标人的得分。取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位小数，得到该投标人的技术资信分。

（2）将投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。

第五章 政府采购合同

项目名称：_____（分包项目须填写完整的分包号及分包名称）

项目编号：_____

合同编号：_____

甲方（采购人）：_____

乙方（中标人）：_____

签订时间：_____

使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购_____文件约定的合同甲方）

乙方 1（全称）：_____（供应商）

乙方 2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方 3（全称）_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

(2) 采购计划编号：_____

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：_____

☐否

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

（5）政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商
☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☐否

（7）合同是否分包：☐是 ☐否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐微型企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____
国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☐否

（10）是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：_____

大写：_____

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☐固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：_____（应明确一次性支付合同款项的条件）

☐分期付款：_____（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：_____（应明确预付款的支付比例和支付条件）

☐成本补偿：_____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐绩效激励：_____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

（1）起始日期：____年____月____日，完成日期：____年____月____日。

（2）履约地点：_____

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☐是 ☐否

收取履约保证金形式：_____

收取履约保证金金额：_____

履约担保期限：_____

（4）分期履行要求：_____

（5）风险处置措施和替代方案：_____

4. 合同验收

（1）验收组织方式：☐自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☐否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☐否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☐否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☐否

验收组织的其他事项：_____

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起____日内组织验收）

（3）履约验收方式：☐一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）_____

（4）履约验收程序：_____

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）_____

（6）履约验收标准：_____

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☐否

（8）履约验收其他事项：_____（产权过户登记等）_____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年____月____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章 或合同章）		单位名称（公章 或合同章）	
法定代表人 或其委托代理人 （签章）		法定代表人 或其委托代理人 （签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用 代码		统一社会信用代 码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料等材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前

向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

4.7 院方权利:为了保证资金安全和履约服务质量，采购/招标人/甲方有权采取包括但不限于收取履约保证金、反向担保、第三方保函等方式对本项目予以进一步约束。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同

有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列

服务：

- （1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- （2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- （3）在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- （4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- （5）依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
- （6）【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【**政府采购合同专用条款**】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【**政府采购合同专用条款**】规定执

行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	

第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	
第二节 第 14.1（5）项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1（6）项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第 15.2（2）项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节	解决争议的方	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第

第 19.2 款	法	种方式解决： （1）向_____仲裁委员会申请 仲裁，仲裁地点为_____； （2）向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

第六章 投标文件格式

投 标 文 件

【第__包】

项目名称：_____

项目编号：_____

投 标 人：_____

__年__月__日

一、开标一览表

项目名称	
投标人全称	
投标范围	全部/第__包
投标报价	大写：_____ 小写：_____
免费质保期	
其他	

投标人电子签章：_____
日 期：_____

注：

- 1. 此表用于开标唱标之用。
- 2. 表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。
- 3. 表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

二、投标函

致：采购人

根据贵方的招标公告和投标邀请，我方兹宣布同意如下：

1. 我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。

2. 我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。

3. 我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

4. 我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

三. 投标人资格声明书

致：采购人

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- （五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- （六）与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

四、授权书

本授权书声明：_____（投标人名称）授权_____（投标人授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件：

授权代表联系方式：_____（请填写手机号码）

授权代表电子邮箱：_____（请填写邮箱号码）

特此声明。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

注：

1. 本项目只允许有唯一的投标人授权代表，提供身份证明扫描件；
2. 法定代表人参加投标的无需提供授权书，提供身份证明扫描件及有效的联系方式及电子邮箱。

五、投标分项报价表

5-1 货物部分

序号	货物名称	品牌、型号规格	原产地及生产厂商	单位	数量	单价（元）	小计（元）	备注
1								
2								
3								
...								
合计金额（元）								

5-2 服务部分（仅供参考，投标人可自行制作格式）

序号	服务内容	项	单价	小计（元）
1				
2				
3				
...				
合计金额（元）				

5-3 符合本国产品标准的产品成本之和占比（本项目不适用）

本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例	/%
提醒： 1. 投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠。 2. 投标人应当根据“投标分项报价表-货物部分”的内容对符合本国产品标准的产品成本进行测算（比例未达到 80%或未进行比例测算的，对该投标人提供的全部产品不予价格评审优惠），如有虚假响应，投标人承担全部责任。 3. 上表中全部产品成本之和是指表 5-1 和表 5-2 包含的全部货物、服务产品成本之和。	

投标人电子签章：_____

日 期：_____

注：

1. 表 5-1 中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致**投标无效**。
2. 上述报价为投标人完成本项目内容的全部费用（总报价为表 5-1 和表 5-2 合计金额之和），如有漏项或缺项，自行承担全部责任。
3. 下方附件各位表格，各投标人根据所投包段自行选择。

01 包：提供设备所有相关维修配件及易损件分项报价。

维修配件分项报价表（包括但不限于以下配件）

配件名称	医院在用价（元）	报价（元）
3 寸无刹万向螺纹立轴轮	28	
3 寸带刹万向螺纹立轴轮	34	
喷漆维修	300	
人革皮加绷带	150	
天地锁	20	
移动输液架把手	28	
铝合金靠背大阻力支撑	108	
铝合金推车护栏开关	36	
立柱刹车轮	77	
不带刹万向轮	48	
输液架底座	80	
车锁	13	
病历夹锁条	80	
插销	20	
病历夹车标签	50	
抽屉导轨	40	
治疗车器械锁	37.8	

蓝架活刹风硬轮	220	
蓝架固定风硬轮	195	
病人推床软垫	434	
污物车布袋	130	
病人推床人革面	204	
推床 CR 护栏	400	
6 寸立柱轮	100	
污物车脚轮	41	

投标人电子签章： _____
日 期： _____

02 包：

附件 1：六、所需易损易耗件均为原厂配置，价格供参考（此报价不计入商务报价分计算）：

报价表格如下：

名称	规格型号	单价

各投标方根据各自产品特性，可对上述表格进行补充，不得删减。不在表格内的耗材及配件由投标方已包含在投标报价中。

附件 2：1. 医疗设备等提供详细的产品配置清单。

投标人电子签章： _____
日 期： _____

03 包：

附件 1：六、所需易损易耗件均为原厂配置，价格供参考（此报价不计入商务报价分计算）：

报价表格如下：

名称	规格型号	单价

各投标方根据各自产品特性，可对上述表格进行补充，不得删减。不在表格内的耗材及配件由投标方已包含在投标报价中。

附件 2：1. 医疗设备等提供详细的产品配置清单。

投标人电子签章：_____
日 期：_____

04 包：

提供设备所有相关维修配件及易损件分项报价。（格式自拟）

投标人电子签章： _____
日 期： _____

05 包：

提供设备所有相关维修配件及易损件分项报价。（格式自拟）

投标人电子签章：_____

日 期：_____

六、投标响应表

6.1 商务响应表

序号	商务条款	招标文件要求	投标人承诺	偏离说明
1	付款方式			
2	供货及安装地点			
3	供货及安装期限			
4	免费质保期			
...				

6.2 技术响应表

序号	货物名称	招标文件规定的技术参数及要求	所投产品的品牌、型号及技术参数	偏离说明
1				
2				
3				
4				
...				

投标人电子签章：_____

日 期：_____

七、供货安装（调试）方案

（投标人可自行制作格式）

八、售后服务与维保方案

(投标人可自行制作格式)

九、投标业绩承诺函

致：（招标人）

在参加本次项目投标中，我单位承诺下表中的业绩均已供货完成：

序号	项目名称	合同签订时间	合同甲方	是否供货完成
1		年 月 日		
2		年 月 日		
3		年 月 日		
4		年 月 日		
5		年 月 日		

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

注：承诺函后附证明材料。

十、承诺函

皖南医学院弋矶山医院

（根据招标文件要求自行添加相关承诺函）

投标人电子签章：_____

日 期：_____

十一、中小企业声明函

（非中小企业投标，不需此件，请删去“中小企业声明函”）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。
2. 投标人应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）相关规定，如实填写中

小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址 <https://www.miit.gov.cn/>）。

3. 上述“标的名称”，详见第三章采购需求中明确的“货物名称”。

4. 上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求中明确的“所属行业”。

5. 填写示例：某设备，属于（填写第三章采购需求中对应货物的“所属行业”，如工业）行业；制造企业为某企业，从业人员 100 人，营业收入为 10000 万元，资产总额为 5000 万元，属于小型企业 [投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址 <https://www.miit.gov.cn/>）]。

十二、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位投标，请删去“残疾人福利性单位声明函”）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

十三、关于符合本国产品标准的声明函

（不符合本国产品扶持政策，不需此件）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 上述声明函中标注 / 的，无需填写。
4. 投标人应当结合“五、投标分项报价表-货物部分”相关信息进行填写。
5. 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市

燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

十四、诚信履约承诺函

致：采购人

如我单位被确定为本项目中标人，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：

- （1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- （2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- （3）将政府采购合同转包；
- （4）提供假冒伪劣产品；
- （5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

十五、其他相关证明材料

提供符合投标邀请、采购需求及评标方法和标准规定的相关证明文件。

特别提示：

投标人在投标文件制作时可在此栏内上传招标文件要求上传的证明资料，如营业执照、证书等，应将上述证明材料制作成扫描件上传。

第七章 政府采购供应商询问函和质疑函范本

询问函范本

（如为对采购文件或采购程序的询问或疑问，请按询问函范本或电子交易系统中网上询问格式附件进行提交）

致：采购人

我单位拟参与_____（项目名称、编号）的采购活动，现有以下内容(或条款)存在疑问(或无法理解)，特提出询问。

一、（事项一）

1、（内容或条款）

2、（说明疑问或无法理解原因）

3、（建议）

二、（事项二）

...

随附相关证明材料如下：

联系人：_____

联系电话：_____

日期：_____

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

.....

法律依据：

.....

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。