

# 安徽省政府采购项目 竞争性磋商文件示范文本（货物类） （2026 版）

项目名称： 2026年安徽省残疾军人康复辅助器具  
配置维修采购项目

项目编号： FS34000120269013号

采 购 人： 安徽省退役军人事务厅

采购代理机构： 安徽寰亚国际招标有限公司

2026年09月



目 录

第一章 磋商邀请 .....3

第二章 供应商须知 .....5

第三章 采购需求 .....19

第四章 评审方法和标准 .....36

第五章 政府采购合同 .....42

第六章 响应文件格式 .....54

第七章 政府采购供应商询问函和质疑函范本 .....71

## 第一章 磋商邀请

### 一、项目基本情况

1. 项目编号: FS34000120269013 号

2. 项目名称: 2026 年安徽省残疾军人康复辅助器具配置维修采购项目

3. 预算金额: 300 万元

4. 最高限价: 300 万元

5. 采购需求: 为全省符合条件的残疾军人(含伤残民兵民工), 对应其残疾情况, 提供假肢、矫形器、移动辅助器具、生活自理类辅助器具、信息交流辅助器具、其他辅助器具等康复辅助器具配置以及使用年限内的康复辅助器具维修服务。详见采购文件。

6. 合同履行期限: 合同签订后一年

7. 本项目不接受联合体磋商。

### 二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

2.1 中小企业政策: 本项目为非专门面向中小企业采购项目, 符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第三款规定: 按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争, 或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。如对此项内容有疑问, 可通过采购文件约定的方式进行质疑。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求: 无。

3. 本项目的特定资格要求: 无。

### 三、获取采购文件

时间: 2026 年 09 月 30 日至 2026 年 10 月 14 日 10 点 00 分, 每天上午 00:00 至 12:00, 下午 12:00 至 23:59

地点: “徽采云”电子交易系统

方式: 供应商登录“徽采云”电子交易系统在线获取采购文件

### 四、响应文件提交

2026 年 10 月 14 日 10 点 00 分 (北京时间)

地点: “徽采云”电子交易系统

### 五、开启

2026 年 10 月 14 日 10 点 00 分 (北京时间)

地点: “徽采云”电子交易系统

## 六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

## 七、其他补充事宜

1. 项目采用全流程电子化采购方式，相关操作说明详情参见“安徽省政府采购网-徽采学院-电子交易系统学习专题-供应商-操作手册”；
2. 本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策；
3. 本次招标公告在安徽省政府采购网上发布；
4. 潜在投标人应合理安排招标文件获取时间，特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成招标文件获取，责任自负。采购文件获取过程中有任何疑问，请在工作时间（09：00-17:30，节假日休息）拨打技术支持热线（非项目咨询）：95763。项目咨询请拨打代理机构项目联系人电话：0551-65320549-6305/18226336179。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名 称：安徽省退役军人事务厅

地 址：合肥市庐阳区回龙桥路 1 号

联系方式：0551-65902922

### 2. 采购代理机构信息

名 称：安徽寰亚国际招标有限公司

地 址：合肥市蜀山区湖光路与雪霁路交口蜀山跨境电商大厦 B 座 20F

联系人：郑立越、汪金龙、郑云飞、赵绍军

联系方式：0551-65320549-6305/18226336179

### 3. 政府采购监督管理部门信息

名 称：安徽省财政厅

地 址：合肥市阜南西路 238 号

联系方式：0551-68150413

## 第二章 供应商须知

### 一、供应商须知前附表

**注：**本表是本项目的具体要求，是对供应商须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

| 条款号  | 条款名称                                  | 内容、说明与要求                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.2  | 现场考察或标前答疑会                            | <input checked="" type="checkbox"/> 不组织或不召开<br><input type="checkbox"/> 统一组织或统一召开<br>时间：__/__/年__/月__/日__/时__/分<br>地点：_____/_____<br>联系人及联系电话：_____/_____<br><b>注</b> 如投标人未参加采购人统一组织的现场考察或采购人统一召开的标前答疑会，视同放弃现场考察或标前答疑会，由此引起的一切责任由投标人自行承担。 |
| 6.1  | 网上询问截止时间                              | __2026__年__10__月__8__日__17__时__30__分                                                                                                                                                                                                      |
| 7.1  | 包别划分                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 不分包 <input type="checkbox"/> 分为个包<br>投标人对多个包进行投标的中标包数规定：____/____                                                                                                                                     |
| 10.1 | 磋商保证金                                 | 不收取                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11.1 | 磋商有效期                                 | __90__日历日                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12.3 | 响应文件解密时间                              | 投标截止时间后__60__分钟内                                                                                                                                                                                                                          |
| 14.2 | 评审方法                                  | 综合评分法                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17.4 | 最后报价扣除<br>(非专门面向中小企业采购项目适用)           | (1) 小型和微型企业价格扣除：__10%__。<br>(2) 监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。<br>(3) 残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。<br>(4) 符合条件的联合体价格扣除：____/____。<br>(5) 符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除：____/____。(允许大中型企业向小微企业分包的项目适用)                                                             |
| 17.5 | 本国产品价格扣除<br>(适用于既有本国产品又有非本国产品参与竞争的货物) | (1) 项目或者采购包中采购内容为单一产品的，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品给予价格扣除__20%__。<br>(2) 项目或者采购包中含有多种产品的，符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例                                                                                                                   |

|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 项目)             | ≥80%，所有产品价格扣除 20%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19.1 | 确定成交候选供应商和成交供应商 | 磋商小组推荐成交候选供应商的数量：3 家以上<br>注：法律、法规另有规定的，从其规定<br>确定成交供应商：<br><input checked="" type="checkbox"/> 采购人委托磋商小组确定 <input type="checkbox"/> 采购人确定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 22.2 | 随成交结果公告同时公告的内容  | (1) 中小企业声明函；（如有）<br>(2) 残疾人福利性单位声明函；（如有）<br>(3) 中标（成交）供应商的评审总得分；<br>(4) 符合本国产品标准的声明函；（如有）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 23.1 | 成交通知书发出的形式      | <input type="checkbox"/> 书面 <input checked="" type="checkbox"/> 数据电文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 24.1 | 告知磋商结果的形式       | <input checked="" type="checkbox"/> 供应商自行登录电子交易系统查看<br><input type="checkbox"/> 磋商现场告知                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25.1 | 履约保证金           | (1) 金额：<br><input checked="" type="checkbox"/> 免收<br><input type="checkbox"/> 合同价的____%<br><input type="checkbox"/> 定额收取：人民币_____元<br>(2) 支付方式：<br><input type="checkbox"/> 转账/电汇 <input type="checkbox"/> 支票 <input type="checkbox"/> 汇票 <input type="checkbox"/> 本票 <input type="checkbox"/> 保险 <input type="checkbox"/> 保函<br>(3) 收取单位：_____<br>(4) 收取账号：_____<br>(5) 退还时间：_____<br>注意事项：<br>(1) 以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。<br>(2) 以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。 |

| 26.1         | 代理费用                   | <p>(1) 收费对象: <input type="checkbox"/>采购人     <input checked="" type="checkbox"/>中标人</p> <p>(2) 收取方式: <u>转账/电汇</u></p> <p>(3) 收费标准: <u>中标服务费的收取采用差额定率累进计费方式, 具体收费标准为下表的 90%。</u></p> <table><tr><th>中标金额<br/>(万元)</th><th>货物招标</th><th>服务招标</th><th>工程招标</th></tr><tr><td>100 以下</td><td>1.5%</td><td>1.5%</td><td>1.0%</td></tr><tr><td>100—500</td><td>1.1%</td><td>0.8%</td><td>0.7%</td></tr><tr><td>500—1000</td><td>0.8%</td><td>0.45%</td><td>0.55%</td></tr><tr><td>1000—5000</td><td>0.5%</td><td>0.25%</td><td>0.35%</td></tr><tr><td>5000—10000</td><td>0.25%</td><td>0.1%</td><td>0.2%</td></tr><tr><td>10000—100000</td><td>0.05%</td><td>0.05%</td><td>0.05%</td></tr><tr><td>1000000 以上</td><td>0.01%</td><td>0.01%</td><td>0.01%</td></tr></table> <p>注: 中标服务费按差额定率累进法计算。例如: 某货物招标代理业务中标金额为 1000 万元, 计算中标服务费如下:</p> <p>100 万元×1.5%=15000.00 元</p> <p>(500—100) 万元×1.1%=44000.00 元</p> <p>(1000—500) 万元×0.8%=40000.00 元</p> <p>各项结果累计=15000+44000+40000=99000 元</p> <p>按 90%计算=99000.00 元×90%=89100.00 元</p> | 中标金额<br>(万元) | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 | 100 以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% | 100—500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% | 500—1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% | 1000—5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% | 5000—10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% | 10000—100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 1000000 以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|--------|------|------|------|---------|------|------|------|----------|------|-------|-------|-----------|------|-------|-------|------------|-------|------|------|--------------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|
| 中标金额<br>(万元) | 货物招标                   | 服务招标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 工程招标         |      |      |      |        |      |      |      |         |      |      |      |          |      |       |       |           |      |       |       |            |       |      |      |              |       |       |       |            |       |       |       |
| 100 以下       | 1.5%                   | 1.5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.0%         |      |      |      |        |      |      |      |         |      |      |      |          |      |       |       |           |      |       |       |            |       |      |      |              |       |       |       |            |       |       |       |
| 100—500      | 1.1%                   | 0.8%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.7%         |      |      |      |        |      |      |      |         |      |      |      |          |      |       |       |           |      |       |       |            |       |      |      |              |       |       |       |            |       |       |       |
| 500—1000     | 0.8%                   | 0.45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.55%        |      |      |      |        |      |      |      |         |      |      |      |          |      |       |       |           |      |       |       |            |       |      |      |              |       |       |       |            |       |       |       |
| 1000—5000    | 0.5%                   | 0.25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.35%        |      |      |      |        |      |      |      |         |      |      |      |          |      |       |       |           |      |       |       |            |       |      |      |              |       |       |       |            |       |       |       |
| 5000—10000   | 0.25%                  | 0.1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.2%         |      |      |      |        |      |      |      |         |      |      |      |          |      |       |       |           |      |       |       |            |       |      |      |              |       |       |       |            |       |       |       |
| 10000—100000 | 0.05%                  | 0.05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.05%        |      |      |      |        |      |      |      |         |      |      |      |          |      |       |       |           |      |       |       |            |       |      |      |              |       |       |       |            |       |       |       |
| 1000000 以上   | 0.01%                  | 0.01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.01%        |      |      |      |        |      |      |      |         |      |      |      |          |      |       |       |           |      |       |       |            |       |      |      |              |       |       |       |            |       |       |       |
| 27.1         | 签订合同和合同公告时间            | <p>(1) 采购人与成交供应商应当自发出成交通知书之日起 7 个工作日内签订合同, 采购合同签订之日起 2 个工作日内完成政府采购合同公开。</p> <p>(2) 采购人与成交供应商不得擅自变更合同, 依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的, 采购人应当自合同变更之日起 2 个工作日内在安徽省政府采购网发布政府采购合同变更公告, 但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |      |      |      |        |      |      |      |         |      |      |      |          |      |       |       |           |      |       |       |            |       |      |      |              |       |       |       |            |       |       |       |
| 29.3         | 质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址 | <p>递交方式: <u>通过“徽采云”电子交易系统递交</u></p> <p>接收部门: <u>安徽寰亚国际招标有限公司</u></p> <p>联系电话: <u>0551-65320549 或 65307749 转分机号 6305</u></p> <p>通讯地址: <u>安徽省合肥市蜀山区湖光路与雪霁路交口蜀山跨境电商大厦 B 座 20F</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |      |        |      |      |      |         |      |      |      |          |      |       |       |           |      |       |       |            |       |      |      |              |       |       |       |            |       |       |       |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 | 其他内容 | <p>1. 解释权</p> <p>（1）构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；</p> <p>（2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；</p> <p>（3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；</p> <p>（4）除磋商文件中有特别规定外，仅适用于磋商及响应文件提交阶段的规定，按竞争性磋商公告、磋商邀请、供应商须知、评审方法和标准、响应文件格式的先后顺序解释；</p> <p>（5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。</p> <p>2. “政采贷”融资指引：有融资需求的供应商在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。供应商签署政府采购中标（成交）合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将成交供应商融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。</p> <p>3. 电子保函指引：成交供应商可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目，申请办理电子保函（包括：履约保函、预付款保函）。</p> |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 二、供应商须知正文

### 1. 采购人、采购代理机构及供应商

1.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。

1.3 政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。

1.4 供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的供应商及其所投货物须满足以下条件：

1.4.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.4.2 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的磋商文件。

1.4.3 若采购需求中写明允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若采购需求中未写明允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应文件将被认定为**响应无效**。

1.5 若竞争性磋商公告中允许联合体参加磋商，对联合体规定如下：

1.5.1 两个以上供应商可以组成一个磋商联合体，以一个供应商的身份磋商。联合体参加磋商的，磋商文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。

1.5.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.5.3 采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.5.4 联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为响应文件的一部分提交。

1.5.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加磋商，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额的比例。

1.5.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.5.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目磋商，否则相关响应文件将被认定为**响应无效**。

1.5.8 对联合体参加磋商的其他资格要求见申请人的资格要求。

## **2. 资金落实情况**

2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次磋商后所签订的合同项下的资金。

## **3. 磋商费用**

不论磋商的结果如何，供应商应承担其所有与准备和参加磋商有关的费用。

## **4. 适用法律**

本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## **5. 磋商文件构成**

5.1 磋商文件包括下列内容：

第一章 磋商邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购需求

第四章 评审方法和标准

第五章 政府采购合同

第六章 响应文件格式

第七章 政府采购供应商询问函和质疑函范本

5.2 现场考察（标前答疑会）及相关事项见供应商须知前附表。

5.3 原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

如需提供样品，对样品相关要求见采购需求，对样品的评审方法及评审标准见磋商文件第四章。

5.4 供应商应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

## **6. 磋商文件的澄清与修改**

6.1 供应商如对磋商文件内容有疑问，必须在供应商须知前附表规定的网上询问截止时间前以网上提问形式（电子交易系统）提交给采购代理机构。

6.2 采购人可主动地或在答复供应商提出的询问时对磋商文件进行澄清与修改。采购代理机构将在安徽省政府采购网及以发布更正公告的方式澄清或者修改磋商文件，更正公告的内容作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。供应商应主动上网查询。采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

6.3 任何人或任何组织向供应商提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发

布或书面通知，均作无效处理，不得作为磋商文件的组成部分。采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.4 对于没有提出询问又参与了本项目磋商的供应商将被视为完全认同本磋商文件（含更正公告的内容）。

## **7. 磋商范围及响应文件中标准和计量单位的使用**

7.1 项目有分包的，供应商可参与其中某一个或多个分包的磋商，成交包数详见供应商须知前附表中规定。

7.2 供应商应当对所投分包磋商文件中“采购需求”所列的所有内容进行响应，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的响应将被认定为**响应无效**。

7.3 无论磋商文件中是否要求，供应商所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

7.4 供应商与采购代理机构之间与磋商有关的所有往来通知、函件和响应文件均用中文表述。供应商随响应文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。

7.5 除磋商文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

## **8. 响应文件构成**

8.1 供应商应完整地按磋商文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件，具体内容详见本项目响应文件格式的相关内容。

8.2 供应商应提交磋商文件要求的证明文件，证明其响应内容符合磋商文件规定，该证明文件是响应文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据等。

8.3 为保证公平公正，除非另有规定或说明，供应商对同一项目磋商时，不得同时提供备选磋商方案。

## **9. 报价**

9.1 供应商的报价应当包括满足本次磋商全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。除磋商文件另有规定外，所有内容均应以人民币报价，供应商的磋商报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

9.2 除非磋商文件另有规定或经采购人同意支付的，最后报价均不得高于磋商文件（公告）列明的项目预算，否则其响应文件将被认定为**响应无效**。

9.3 报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商，其响应文件将被认定为**响应无效**。

9.4 采购人不接受具有附加条件的报价。

## 10. 磋商保证金

10.1 本项目不收取磋商保证金。

## 11. 磋商有效期

11.1 磋商有效期为从响应文件提交截止之日算起的日历天数，磋商有效期详见供应商须知前附表。

11.2 在磋商有效期内，供应商的磋商保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。磋商有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为**响应无效**。

11.3 为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原磋商有效期截止之前，要求供应商延长磋商有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商可以拒绝延长磋商有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

## 12. 响应文件的提交、修改与撤回

12.1 供应商应当在第一章竞争性磋商公告规定的响应文件提交截止时间前，将加密的响应文件在电子交易系统上传。

12.2 供应商应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件的传输提交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回响应文件。响应文件提交截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件。未按规定加密或响应文件提交截止时间后送达的响应文件，电子交易系统应当拒收。

12.3 供应商应在供应商须知前附表规定的解密时间前对其响应文件进行解密。未在规定时间内进行解密的，**响应无效**。

12.4 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。但属于磋商小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改、按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件的，不在此列。

## 13. 磋商小组

13.1 本项目将依法组建磋商小组，磋商小组成员由3人以上（含）单数组成，磋商小组及其成员应当依照政府采购的有关规定履行相关职责和义务。

13.2 磋商小组依法对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。

13.3 磋商小组应当从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商中，按照评审方法和标准推荐成交候选供应商，并编写评审报告。

## 14. 响应文件的评审与磋商

14.1 采购人和采购代理机构将在竞争性磋商公告规定的时间和地点组织磋商。

14.2 竞争性磋商活动采用综合评分法评审。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

14.3 磋商小组将按照磋商文件规定的评审方法和标准对供应商独立进行评审。评审程序如下：

14.3.1 **初审**。磋商小组对供应商必须满足和实质性响应的内容进行评审，供应商未实质性响应磋商文件要求导致响应无效的，磋商小组将以书面询标的方式告知有关供应商。

采购人或采购代理机构将在响应文件提交截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关供应商信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其响应文件将被认定为**响应无效**。

以联合体形式参加磋商的，联合体成员存在以上不良信用记录的，联合体磋商将被认定为**响应无效**。

以上信用查询记录，采购人或采购代理机构将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本采购文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为初审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为初审依据。

14.3.2 **磋商**。初审合格后，磋商小组将按网上加密电子响应文件提交顺序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

14.3.3 **报价**。磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

14.3.4 **异常低价响应审查**。根据《关于推进解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），磋商小组进行异常低价响应审查。

14.3.5 **综合评分**。磋商小组只对通过初审、异常低价响应审查，实质上响应磋商文件要求的响应文件进行综合评分。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

14.4 相关说明。

14.4.1 为保证磋商活动顺利进行，供应商可派相关技术人员进行网上答疑；

14.4.2 磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动磋商文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。磋商文件有实质性变动的，经采购人代表确认作为磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

14.4.3 无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书材料的原件，但响应文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，磋商小组可以视同其未提供。

14.4.4 磋商小组决定响应文件的响应性及符合性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

14.5 供应商授权代表对磋商过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，并说明理由。

## **15. 终止竞争性磋商**

15.1 出现下列情况之一时，采购人和采购代理机构有权宣布终止竞争性磋商采购，并将理由通知所有供应商：

- （1）有效供应商数量不足，导致本次磋商缺乏竞争的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）因重大变故，采购任务取消的；
- （4）政府采购法律法规规定的其他情形。

## **16. 响应文件的澄清、说明或更正**

16.1 磋商小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式（询标）作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章（电子签章）。

如有询标，授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标，也可凭本人有效身份证明参加询标。因授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受磋商小组询标的，供应商自行承担相关风险。

## **17. 最后报价**

17.1 磋商并不限定只进行二轮报价，如果磋商小组认为有必要，可以要求供应商进行多轮报价。

17.2 在磋商内容不做实质性变更或重大调整的前提下，供应商下轮报价不得高于上一轮报价。

17.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，最后报价也是签订合同的依据。

17.4 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其最后报价按照供应商须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行最后报价扣除。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的最后报价按照供应商须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

17.5 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

磋商小组应当对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与响应文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

注：本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

17.6 同时符合 17.4 和 17.5 的价格评审优惠时，评审价为响应报价分别扣除促进中小企业发展政策的价格评审优惠和本国产品支持政策的价格评审优惠后的价格。

## **18. 成交候选供应商的推荐原则及标准**

18.1 如一个分包内只有一种产品，不同供应商所投产品为同一品牌同一型号的，提供相同品牌相同型号产品且通过初审、异常低价响应审查的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交候选供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人授权磋商小组按照磋商文件中评审方法和标准规定的方式确定一个供应商获得成交候选供应商推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

18.2 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在采购需求中载明核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌型号相同的，按第 18.1 款规定处理。

18.3 磋商小组依据本项目磋商文件所约定的评审方法和标准，按照有效供应商综合总得分由高到低依次推荐成交候选供应商。

综合总得分出现两家或两家以上相同者，按最后报价由低到高排序推荐成交候选供应商；综合总得分且最后报价均相同的，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若综合总得分与最后报价均相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，由磋商小组按照技术指标优劣顺序推荐成交候选供应商。

## **19. 确定成交候选供应商和成交供应商**

19.1 磋商小组根据综合评分的结果和供应商须知前附表中规定确定成交候选供应商，并标明排列顺序。按供应商须知前附表中规定，由磋商小组或采购人确定成交供应商。

## **20. 编写评审报告**

20.1 评审报告是根据全体磋商小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由磋商小组全体成员签字。对评审结论持有异议的磋商小组成员可以书面方式阐述其

不同意见和理由。磋商小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。

## **21. 保密要求**

21.1 评审将在严格保密的情况下进行。

21.2 有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

## **22. 成交结果公告**

22.1 为体现“公开、公平、公正”的原则，磋商结束后，采购代理机构将在安徽省政府采购网（[www.ccgp-anhui.gov.cn](http://www.ccgp-anhui.gov.cn)）上发布成交结果公告。

22.2 成交结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，成交结果公告期限、评审专家名单以及供应商须知前附表中约定进行公告的内容。

## **23. 成交通知书**

23.1 采购代理机构发布成交结果公告的同时以供应商须知前附表规定的形式向成交供应商发出成交通知书。

23.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。

23.3 成交通知书是合同的组成部分。

## **24. 告知磋商结果**

24.1 在公告成交结果的同时，采购代理机构同时以供应商须知前附表规定的形式告知未成交供应商本人的评审得分和排序。

24.2 采购代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

## **25. 履约保证金**

25.1 成交供应商应按照供应商须知前附表规定缴纳履约保证金。

25.2 如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃成交资格。在此情况下，采购人可确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

## **26. 代理费用**

26.1 本项目代理费用的收取按供应商须知前附表的规定执行。

## **27. 签订合同**

27.1 采购人与成交供应商应当按照供应商须知前附表规定的时间内完成政府采购合同签

订及合同公告。

27.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。成交供应商拒绝签订政府采购合同的不得参加对该项目重新开展的采购活动。

27.4 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## **28. 廉洁自律规定**

28.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

28.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

## **29. 质疑的提出与接收**

29.1 供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

29.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见磋商文件）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

29.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见供应商须知前附表。

注：上述条款中所要求的书面形式包含通过电子交易系统递交方式。

## **30. 需要补充的其他内容**

需要补充的其他内容，见供应商须知前附表。

### 第三章 采购需求

前注：

1. 根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2. 下列采购需求中（包括但不限于下列具体政策要求）：
  - （1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
  - （2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
4. 本章所提出的技术要求是对本次采购货物及伴随服务的基本要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。供应商应保证其提供的货物及伴随服务除了满足本技术要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关强制性标准、规范。当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准。
5. 本章中提及的工艺、材料、设备的标准及品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性。供应商在响应中可以用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代须实质上满足、等同或优于本章技术要求，同时须提供相关证明材料，否则可能被磋商小组认定为负偏离。
6. 除非有特别说明，本章中所列的具体参数或参数范围，均理解为采购人可接受的最低要求。

#### 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求                                                                     |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 付款方式 | 采购人在采购合同签订后，预支付项目合同总额的 60% 给成交供应商；合同服务期满或结算金额达预算金额时，由成交供应商将货物验收报告、发票原件等信息报采购 |

|   |         |                                           |
|---|---------|-------------------------------------------|
|   |         | 人审核后，由采购人按申报的资金支付方式，向成交供应商支付合同金额剩余价款。     |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省，采购人指定地点                               |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后一年。                                  |
| 4 | 免费质保期   | 自验收合格之日起不少于 24 个月；更换后的零部件质保期从更换之日起 24 个月。 |
| 5 | 所属行业    | 工业                                        |

## 二、货物需求

### （一）货物需求说明

| 标识类型                                                | 标识符号 | 标识符号含义                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 核心产品                                                | ▲    | 标的属于核心产品                                                                                                                                    |
| 重要参数                                                | ★    | 作为评分项，详见“第四章评标方法和标准”中评分细则。                                                                                                                  |
| 一般参数                                                | 无标识  | 不作为评审项，响应文件中无需提供证明材料，但合同签订后将作为履约验收的依据，供应商须在响应文件中提供承诺，承诺按磋商文件进行验收，如不满足，成交供应商承担由此产生的一切后果及责任。响应文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，响应无效。一般参数不满足大于等于十项，响应无效。 |
| 注：标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。 |      |                                                                                                                                             |

### （二）货物清单表

| 序号 | 标的名称      | 单位 | 需求数量（人次） | 所属行业 |
|----|-----------|----|----------|------|
| 1  | ▲组件式大腿假肢  | 具  | 10       | 工业   |
| 2  | ▲组件式小腿假肢  | 具  | 15       | 工业   |
| 3  | ▲大小腿假肢硅胶套 | 个  | 15       | 工业   |
| 4  | 义眼        | 只  | 10       | 工业   |
| 5  | 弹性腰围      | 只  | 60       | 工业   |
| 6  | ▲矫形鞋      | 双  | 70       | 工业   |
| 7  | 腋支撑拐      | 副  | 30       | 工业   |
| 8  | 手杖        | 支  | 80       | 工业   |
| 9  | 偏瘫轮椅      | 辆  | 10       | 工业   |
| 10 | 普通轮椅      | 辆  | 50       | 工业   |

| 序号 | 标的名称        | 单位 | 需求数量（人次） | 所属行业 |
|----|-------------|----|----------|------|
| 11 | ▲道路型电动三轮轮椅车 | 辆  | 120      | 工业   |
| 12 | ▲电动四轮轮椅车    | 辆  | 50       | 工业   |
| 13 | 护理床         | 张  | 15       | 工业   |
| 14 | 防褥疮床垫       | 张  | 10       | 工业   |
| 15 | 制氧机         | 台  | 10       | 工业   |
| 16 | 坐便辅助器       | 只  | 20       | 工业   |
| 17 | ▲助听器        | 台  | 35       | 工业   |
| 18 | 维修服务        | 项  | 1        | /    |

（三）货物需求表

| 序号                                                                     | 名称             | 材质   | 技术参数及要求                                                                                                                                                                                             | 数量 | 单位 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 一、▲组件式大腿假肢（注：该产品为定制，成交供应商需根据采购人要求，到指定地点取型及适配。以下为本产品所需零部件和耗材的技术参数及采购数量） |                |      |                                                                                                                                                                                                     |    |    |
| 1                                                                      | 可旋阴三爪连接盘       | 钛合金  | 1. 零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。<br>2. 自重：≤220g<br>3. 最大适用体重：≥100Kg<br>4. 表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点。★<br>5. 标准符合《假肢下肢假肢的结构检验要求和试验方法》（GB /T18375-2024）和《下肢假肢通用件》（GB 14723-2008）要求。                         | 10 | 套  |
| 2                                                                      | 多轴弹性屈膝安全锁液压膝关节 | 铝镁合金 | 1. 材质：铝镁合金材料；<br>2. 包装：关节每套独立包装，防止碰撞，可防潮防腐；<br>3. 重量：≤960g；<br>4. 结构高度：≤200mm；<br>5. 最大适用体重：≥100kg；<br>6. 最大屈曲角度为 160° ；<br>7. 关节应可以与 3 种不同连接方式连接以适应不同截肢患者需求；<br>8. 膝关节应能平滑地屈曲伸展，其最小屈膝夹角，应不大于 70 °； | 10 | 套  |

| 序号 | 名 称       | 材 质                        | 技术参数及要求                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量 | 单位 |
|----|-----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|    |           |                            | 9. 膝关节具备手动安全锁模式，在假肢适配初期及复杂路面行走时提供安全保障；<br>10. 独立液压缸设计，屈膝阻尼及伸展阻尼 10 级分段调节，可根据不同活动等级进行调节。确保行走稳定、自然。<br>★11. 标准符合《假肢 下肢假肢的结构检验和试验方法》（GB /T18375-2024）和《下肢假肢通用件》（GB 14723-2008）要求。                                                                           |    |    |
| 3  | 可调一体化管    | 一体化连接管为碳纤维或铝合金材质，管接头为钛合金材料 | 1. 材质：一体化连接管为碳纤维或铝合金材质、管接头为钛合金材料。<br>2. 零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。<br>3. 自重：≤260g<br>4. 最大适用体重：≥100Kg<br>5. 一体化管长度不低于 400mm，管壁厚度不低于 2mm，管直径 30mm；管连接器为钛合金材料；两者连接牢固，不松动。<br>★6. 标准符合《假肢 下肢假肢的结构检验和试验方法》（GB /T18375-2024）和《下肢假肢通用件》（GB 14723-2008）要求。 | 10 | 套  |
| 4  | 万向踝碳纤维储能脚 | 铝镁合金、碳纤维、聚氨酯材质             | 1. 材质：航空级铝镁合金材质踝关节，脚芯为碳纤维材质，脚皮为聚氨酯材质，消音袜为玻纤材质。<br>2. 万向踝结构设计，可实现跖屈、背屈及内外翻的 360° 万向功能；<br>3. 提供三种硬度缓冲块，根据患者体重及活动需求选择缓冲块，提高不同患者行走的舒适性及稳定性；<br>4. 脚芯弧形分趾设计，可适用于崎岖不平路面，                                                                                      | 10 | 套  |

| 序号  | 名 称         | 材 质 | 技术参数及要求                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量 | 单位           |
|-----|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|
|     |             |     | 减少后跟冲击力，步态自然舒适；<br>★5. 在步行中当假脚与地面接触时，应具有吸收冲击的能力和足够的回弹性，跖屈变形量，软（S）16mm-22mm、背屈变形量，20mm-40mm；<br>6. 规格 22cm-28cm；<br>7. 最大体重：≥125kg<br>8. 产品重量：约 600g；<br>9. 结构高度：约 75mm，适用于大腿截肢及小腿截肢；<br>★10. 标准符合《假肢 下肢假肢的结构检验和试验方法》（GB /T18375=2024）和《下肢假肢通用件》（GB 14723-2008）要求。 |    |              |
| 5   | 组件式大腿假肢所需辅料 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |
| 5.1 | 碳纤树脂        | /   | 用于硬性抽真空与碳纤套增强抽真空，成型品重量轻，对皮肤无刺激。重量：约 4. 5KG/桶                                                                                                                                                                                                                      | 6  | 桶            |
| 5.2 | 固化剂         | /   | 约 150g/瓶                                                                                                                                                                                                                                                          | 6  | 瓶            |
| 5.3 | 颜色糊         | /   | 约 300g/瓶                                                                                                                                                                                                                                                          | 6  | 瓶            |
| 5.4 | 发泡剂         | /   | A、B/组，约 4KG/桶，1:1 配比发泡使用                                                                                                                                                                                                                                          | 1  | 组(A、B 各 1 桶) |
| 5.5 | 大腿涤纶纱套      | /   | 约 1KG/1 卷(宽 15CM)                                                                                                                                                                                                                                                 | 8  | KG           |
| 5.6 | 碳纤维套        | /   | 直径 16cm-25cm，围长 50cm-80cm,用于制作碳纤接受腔或接受腔增强，纤维纺织呈 45° 人字形。                                                                                                                                                                                                          | 8  | 米            |
| 5.7 | 401 胶       | /   | 约 500g/桶                                                                                                                                                                                                                                                          | 2  | 桶            |
| 5.8 | 大腿防水海棉      | /   | 支                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 | 支            |

| 序号   | 名 称               | 材 质 | 技术参数及要求                                        | 数量 | 单位 |
|------|-------------------|-----|------------------------------------------------|----|----|
| 5.9  | 大腿外包装<br>袜        | /   | 双                                              | 20 | 双  |
| 5.10 | 大腿排气弯<br>管(含气阀)   | /   | 套                                              | 10 | 套  |
| 5.11 | 成品 PVA 薄<br>膜（大腿） | /   | 约 100*26*5/只                                   | 20 | 只  |
| 5.12 | 易拉宝               | /   | S, M, L, XL                                    | 10 | 只  |
| 5.13 | 大腿悬吊带             | /   | 头层牛皮材质                                         | 10 | 条  |
| 5.14 | 石膏绷带              | /   | 1. 固化时间不超过 6min<br>2. 外形尺寸（长×宽）mm：约 150×4600/卷 | 50 | 卷  |

**二、▲组件式小腿假肢(注：该产品为定制，成交供应商需根据采购人要求，到指定地点取  
型及适配。以下为本产品所需零部件和耗材的技术参数及采购数量)**

|   |             |                      |                                                                                                                                                                                    |    |   |
|---|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| 1 | 方锥四爪连<br>接盘 | 钛合金                  | 1. 零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。<br>2. 自重：≤65g<br>3. 最大适用体重：≥100Kg<br>4. 表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点。<br>★5. 标准符合《假肢 下肢假肢的结构检验和试验方法》（GB /T18375-2024）和《下肢假肢通用件》（GB 14723-2008）要求。          | 15 | 套 |
| 2 | 锁紧管接头       | 钛合金                  | 1. 零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。<br>2. 自重：≤85g<br>3. 最大适用体重：≥100Kg<br>4. 表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点；管直径为30mm。<br>★5. 标准符合《假肢 下肢假肢的结构检验和试验方法》（GB /T18375-2024）和《下肢假肢通用件》（GB 14723-2008）要求。 | 15 | 套 |
| 3 | 可调一体化<br>管  | 一体化连<br>接管为碳<br>纤维材料 | 1. 材质：一体化连接管为碳纤维材料或铝合金、管接头为钛合金材料。<br>2. 零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，                                                                                                                       | 15 | 套 |

| 序号 | 名 称       | 材 质                        | 技术参数及要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 数量 | 单位 |
|----|-----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|    |           | 或铝合金，<br>管接头<br>为钛合金<br>材料 | 防止碰撞，可防潮防腐。<br><br>3. 自重：≤150g<br><br>4. 最大适用体重：≥100Kg<br><br>5. 一体化管长度不低于200mm, 管壁厚度不低于2mm，管直径30mm；管连接器为钛合金材料；两者连接牢固，不松动。<br><br>★6. 标准符合《假肢 下肢假肢的结构检验和试验方法》（GB /T18375-2024）和《下肢假肢通用件》（GB 14723-2008）要求。                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |
| 4  | 万向踝碳纤维储能脚 | 铝镁合金、<br>碳纤维、<br>聚氨酯材料     | 1. 材质：航空级铝镁合金材质踝关节，脚芯为碳纤维材质，脚皮为聚氨酯材质，消音袜为玻纤材质。<br><br>2. 万向踝结构设计，可实现跖屈、背屈及内外翻的 360° 万向功能；<br><br>3. 提供三种硬度缓冲块，根据患者体重及活动需求选择缓冲块，提高不同患者行走的舒适性及稳定性；<br><br>4. 脚芯弧形分趾设计，可适用于崎岖不平路面，减少后跟冲击力，步态自然舒适；<br><br>★5. 在步行中当假脚与地面接触时，应具有吸收冲击的能力和足够的回弹性，跖屈变形量，软（S）16mm-22mm 、背屈变形量，20mm-40mm；<br><br>6. 规格 22cm-28cm；<br><br>7. 最大体重：≥125kg<br><br>8. 产品重量：约 600g；<br><br>9. 结构高度：约 75mm，适用于大腿截肢及小腿截肢；<br><br>★10. 标准符合《假肢下肢假肢的结构检验和试验方法》（GB /T18375-2024）和《下肢假肢通 | 15 | 套  |

| 序号   | 名 称         | 材 质 | 技术参数及要求                                                                                                                                                                                     | 数量 | 单位 |
|------|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|      |             |     | 用件》（GB 14723-2008）要求。                                                                                                                                                                       |    |    |
| 5    | 小腿硅胶套       | 硅胶  | 1. 壁厚 3mm, 末端加厚 9mm, 增强织物 10cm, 外带编织物。<br>2. 满足不同活动水平患者的需求并保护残肢, 不引发过敏, 具有抗腐蚀功能, 特殊织物保护设计, 易于假肢穿脱, 同时其弹性不受影响, 确保与残肢骨凸部位完全适配。<br>3. 尺寸: 21cm-45cm.<br>★4. 标准符合《假肢接受腔内衬套通用要求》（MZ/T177-2021）要求 | 15 | 只  |
| 6    | 组件式小腿假肢所需辅料 |     |                                                                                                                                                                                             |    |    |
| 6.1  | 碳纤树脂        | /   | 用于硬性抽真空与碳纤套增强抽真空, 成型品重量轻, 对皮肤无刺激。重量: 约 4. 5KG/桶                                                                                                                                             | 6  | 桶  |
| 6.2  | 固化剂         | /   | 约 150g/瓶                                                                                                                                                                                    | 6  | 瓶  |
| 6.3  | 颜色糊         | /   | 约 300g/瓶                                                                                                                                                                                    | 6  | 瓶  |
| 6.4  | 小腿成品防水包装    | /   | 支                                                                                                                                                                                           | 15 | 支  |
| 6.5  | 小腿外包装袜      | /   | 双                                                                                                                                                                                           | 30 | 双  |
| 6.6  | 小腿残肢袜       | /   | 约 30cm/双                                                                                                                                                                                    | 30 | 双  |
| 6.7  | 小腿涤纶纱套      | /   | 约 1KG/1 卷(宽 9cm)                                                                                                                                                                            | 8  | KG |
| 6.8  | 碳纤维套        | /   | 直径 6.3cm-16cm, 围长 20cm-50cm, 用于制作碳纤维接受腔或接受腔增强, 纤维纺织呈 45° 人字形。                                                                                                                               | 8  | 米  |
| 6.9  | 成品 PVA 薄膜   | /   | 约 100*19*5/只                                                                                                                                                                                | 30 | 只  |
| 6.10 | 假肢内衬板       | /   | 约 1500mm*800mm *5mm/张                                                                                                                                                                       | 3  | 张  |

| 序号                                                                 | 名 称      | 材 质   | 技术参数及要求                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量 | 单位 |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 6.11                                                               | 石膏绷带     | /     | 1. 固化时间不超过 6min<br>2. 外形尺寸（长×宽）mm：约 150×4600/卷                                                                                                                                                                                                                           | 50 | 卷  |
| <b>三、▲大小腿假肢硅胶套（注 成交供应商需根据采购人要求，到指定地点测量尺寸及适配。以下为本项辅具的技术参数及采购数量）</b> |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |
| 1                                                                  | 大小腿假肢硅胶套 | 硅胶    | 1. 壁厚约 3mm, 末端加厚约 9mm, 增强织物约 10cm, 外带编织物。<br>2. 满足不同截肢平面患者的需求并保护残肢，不引发过敏，具有悬吊和控制假肢功能，特殊织物保护设计，易于假肢穿脱，同时其弹性不受影响，确保与残肢骨凸部位完全适配。<br>3. 规格：21cm-55cm。<br>★4. 标准符合《假肢接受腔内衬套通用要求》（MZ/T177-2021）要求                                                                              | 15 | 个  |
| <b>四、义眼（注：该产品为定制，成交供应商需根据采购人要求，到指定地点取型及适配。）</b>                    |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |
| 1                                                                  | 义眼       | 高分子材料 | 1. 选用的材料应对人体无毒无害，且与人体组织和体液有良好的生物相容性；<br>2. 正确佩戴义眼后，应对人体眼腔组织无刺激性及痛胀等异常感觉；<br>3. 义眼与健侧眼应近似，与眼腔吻合；<br>4. 为患者佩戴义眼时必须选用符合卫生要求的清洁消毒液；<br>5. 向佩戴者讲明注意事项和保养办法；<br>6. 要求佩戴者定期进行眼科检查。                                                                                              | 10 | 只  |
| <b>五、弹性腰围（注：成交供应商需根据采购人要求，到指定地点量型及适配。）</b>                         |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |
| 1                                                                  | 弹性腰围     | 针织品   | 1. 软性腰围边口：折边整齐，双层粘合牢固、严密，拐角圆滑；<br>2. 前片和带条前端要有较强抗拉、耐用、粘性强魔术贴粘贴在搭扣上；<br>3. 缝制：线路排列整齐、清晰，面底线松紧一致无跳线；<br>4. 面料：采用抗拉强度，伸展性，透气、透水性，抗日光老化性能好的弹性针织面料；<br>5. 腹部侧特殊的 3 条加压带设计，有效增加腹压；背部装配 6 根可拆卸高强度铝合金支条，增加支撑效果；腹侧装配 2 根软性支条，增加腹侧的支撑强度，不得妨碍躯干前屈动作；<br>6. 铝合金支条可以根据背侧躯干曲线塑形，产品要服帖； | 60 | 只  |

| 序号                                                | 名 称     | 材 质 | 技术参数及要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数<br>量 | 单位 |
|---------------------------------------------------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
|                                                   |         |     | 7. 穿戴方便；<br>8. 规格可分为小（S）66cm-75cm、中（M）75cm-85cm、大（L）85cm-95cm、超大（XL）95cm-105cm、超超大（XXL）105cm-125cmr 等 5 个型号。如有特殊需求可定制。<br>★9. 标准符合《腰部矫形器弹力腰围》（GB/T41839-2022）要求                                                                                                                                            |        |    |
| <b>六、▲矫形鞋(注：该产品为定制，成交供应商需根据采购人要求，到指定地点取型及适配。)</b> |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |    |
| 1                                                 | 矫形鞋（定制） | 牛皮  | 1. 矫形鞋分为单鞋和棉鞋，制作必须按照患者的个性鞋楦单独制作；<br>2. 鞋面：采用头层牛面皮制做；<br>3. 鞋底：采用橡胶鞋底或聚氨脂鞋底；<br>4. 膛底：采用牛底革制做；<br>5. 内外补高材料可采用发泡材料、皮革、木垫；<br>6. 制做棉鞋时，应选择合适的保温材料，以确保满足冬季的穿着。<br>★7. 标准符合《矫形鞋 要求与测试方法》（GB/T43416-2023）要求                                                                                                     | 70     | 双  |
| <b>七、腋支撑拐</b>                                     |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |    |
| 1                                                 | 腋支撑拐    | 不锈钢 | 1. 主架：采用不锈钢为主要材料，表面抛光处理，管料规格为（约）：直径 19mm，厚度：0.95mm；高度 5 档可调；<br>2. 架脚：采用不锈钢为主要材料，表面抛光处理，管料规格为（约）：直径 22mm，厚度：0.95mm；高度 9 档可调，配耐用橡胶防滑支脚垫，着地性能好，稳定性佳，摩擦系数也较高；<br>3. 腋托：采用橡胶为主要材料，防滑、弹性佳，舒适耐用；<br>4. 功能要求：通过上臂、前臂和手的支撑，帮助下肢功能严重障碍者站立和行走，载荷≥120kg。<br>★5. 标准符合《单臂操作助行器 要求和试验方法 第 2 部分：腋拐》（GB /T19545.2-2012）要求。 | 30     | 副  |
| <b>八、手杖</b>                                       |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |    |
| 1                                                 | 手杖      | 铝合金 | 1. 主架：采用铝合金管，表面氧化着色处理（光亮，古铜，黑色），管料规格：上支（约）：直径 22 mm，壁厚 1.2 mm；中支和下                                                                                                                                                                                                                                         | 80     | 支  |

| 序号            | 名 称  | 材 质 | 技术参数及要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量 | 单位 |
|---------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|               |      |     | 支（约）：直径 19 mm，壁厚 1.2 mm；<br>2. 脚管 采用铝合金管，表面 氧化着色处理（光亮，古铜，黑色），管料规格（约）：直径 19 mm，壁厚 1.2 mm；<br>3. 手柄：采用木质手柄，舒适，美观耐用；<br>4. 提供最大、最小高度的调节方法，并测量从金属杖的底部到把手上部的距离，最大高度应小于 968mm，最小高度应大于 710mm。<br>5. 性能要求：单脚着地结构，配橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳，安全可靠；高度 10 档可调，方便携带；产品的向内稳定性能不小于 1.5 度，向外稳定性能不小于 4.0 度。                                                                              |    |    |
| <b>九、偏瘫轮椅</b> |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |
| 1             | 偏瘫轮椅 | /   | ★1. 单手驱动，左右的轮子可以互换；（单侧手动轮椅）<br>2. 车架材质采用高强度铝合金材质，铝合金直径 $\geq 22\text{mm}$ 、壁厚 $\geq 2.0\text{mm}$ ，铝合金表面烤漆或氧化处理，可折叠，可后翻，可快拆拆脚，配高强度脚踏板、小腿带，脚踏板高度可调；<br>3. 座靠垫采用牛津网布料，内套加帆布进行加牢加固，透气。具有手连刹车和肘节式刹车功能，驻车装置制动后不能高于座面；<br>4. 耐磨 $\geq 6$ 寸万向前轮； $\geq 20$ 寸后轮；具有良好的减震性能， 调节高低防倾倒脚踏装置预防轮椅在上坡过程中倾翻。<br>5. 承重 $\geq 100\text{KG}$ 。<br>★6. 标准符合《手动轮椅车》（GB/Z13800-2021）要求。 | 10 | 辆  |
| <b>十、普通轮椅</b> |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |
| 1             | 普通轮椅 | 铝合金 | 1. 车架：由高强度铝合金管焊接组合成型，管直径约 22mm，壁厚约 2mm；双支撑杆结构，可折叠；固定式扶手、脚托，安全性能好，表面                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50 | 辆  |

| 序号 | 名 称 | 材 质 | 技术参数及要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量 | 单位 |
|----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|    |     |     | 氧化处理，美观耐用，主架配有防翻后轮，增加安全性；<br>2. 前轮：直径 8 英寸高品质实心橡胶轮胎，高强度铝合金前叉，采用双轴承加装减震橡胶，转向灵活减少颠簸；<br>3. 后轮：直径 24 英寸橡胶充气轮胎，配置 36 线钢圈、带高强度 ABS 塑料手轮；<br>4. 刹车：配备铝合金手动驻刹，刹车性能好，驻车装置制动后不高于座面；配备后扶手连刹车装置，带自锁功能；<br>5. 座靠垫：座椅及靠背为软座、软靠背，座宽约 460mm，材料为透气性能好的网布，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损；<br>6. 扶手：固定扶手，配优质 PVC 扶手垫、不锈钢护板；<br>7. 脚踏板：配高强度工程塑料脚踏板，高度可调；<br>8. 安全带：配可调式安全带。<br>★9. 标准符合《手动轮椅车》（GB/T13800-2021）要求。 |    |    |

#### 十一、▲道路型电动三轮轮椅车

|   |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |   |
|---|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 1 | 道路型电动三轮轮椅车 | 不锈钢 | 1. 车架：采用加强型钢材及高强 ABS 度塑料板组装而成，部分外露部位 采用不锈钢材料，安全性能好，表面喷塑处理，美观耐用。车头和车位均配置大容量的车篮，方便存放物品。车头位置带照射灯，方便夜晚出行；<br>2. 前轮：真空橡胶轮胎，配置高强度金属轮毂和两组液压减震前叉；<br>3. 后轮：真空橡胶轮胎，配置全封闭式金属轮毂；<br>刹车：前后轮均带毂式刹车，安全可靠；<br>4. 座靠垫：采用人革车缝成型，中间夹高品质海绵，质地柔软、抗拉强度高；<br>5. 性能：三轮车以蓄电池为能源，直流驱动，具有前进和倒车两种功能，每次充电后可行驶 $\geq 40$ km，最大时速约 15km/h。适用于上臂功能和操作意识正常的下肢功能障碍患者。<br>★7. 标准符合《电动轮椅车》（GB/T12996-2012）要求。 | 120 | 辆 |
|---|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|

#### 十二、▲电动四轮轮椅车

| 序号     | 名 称     | 材 质 | 技术参数及要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 数量 | 单位 |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1      | 电动四轮轮椅车 | 铝合金 | 1. 车架：由高强度铝合金焊接组合成型，零部件外表面以及所有能触及的部位均应平整光滑，不得有毛刺、尖角等，轮椅车所有软包部位应牢固整齐，外表面不应有皱褶、褪色、跳线和破损等缺陷；<br>2. 控制开关：至少有一种方法开启和关闭轮椅车，且每一种方法均应在操作件上或其邻近处用符号直观的标明，当切断轮椅车电源后，控制器的动作应不会造成驱动轮转动；<br>3. 充电器：充电器应有充电指示，应能在交流 180V-240V 的情况下正常工作，且在较高的电压情况下，轮椅车不应发生故障；<br>4. 刹车：电磁刹车(停车自动刹车，半坡可驻车)。<br>5. 安全带：配置安全带，保证使用者不会掉出坐垫；<br>6. 防翻轮：配置防翻后轮，确保使用者上坡时安全；<br>7. 最大承载量：≥150Kg<br>8. 性能：轮椅车以蓄电池为能源，直流驱动，具有前进和倒车两种功能，每次充电后可行驶 ≥40 km，最大时速为约 15km/h。适用于腕手功能和操作意识正常的高位截瘫或重症偏瘫患者，适合在道路上远距离行驶；<br>★9. 标准符合《电动轮椅车》（GB/T12996-2012）要求。 | 50 | 辆  |
| 十三、护理床 |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |
| 1      | 护理床     | 高碳钢 | 1. 多功能病床规格为 2080mm*900mm*480mm；（约）<br>2. 床头床尾采用高级 ABS 床头床尾，床头床尾可拆卸，安装后牢固，外型美观，床尾带有病人信息卡槽；<br>3. 床体采用优质钢管焊接，固定式结构，表面喷涂处理；<br>4. 床面采用冷轧板冲压成型，透气性好，坚固耐用，表面喷塑处理；<br>5. 摇手：隐藏式设计，操作轻松自如，可灵活调节患者背部、腿部体位；<br>6. 螺杆：带限位保护装置，有双向无极限到位保护功能，操作轻松自如，可灵活调节患者背部、腿部体位；配塑料摇手，防尘结构，隐藏式设计，操作轻松自如，安全可靠，使用轻松无噪音；                                                                                                                                                                                                              | 15 | 张  |

| 序号       | 名 称   | 材 质 | 技术参数及要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量 | 单位 |
|----------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|          |       |     | <p>7. 坐便要求：腿板下放至最低位置，背板升起至最高位，床面就可形成座椅状态，座板处设计有缺口，下面放置便盆，病人可坐于床上解决大便问题。便盆的取放由手摇杆控制；</p> <p>★8. 功能：翻身角度 0-45° 调节；起背角度 0-80° 上曲腿角度：0-30° 下曲腿角度：0-80° ；</p> <p>9. 护栏：铝合金下座、手柄，六只铝合金护栏支柱，采用一键易起式开关，操作简便；</p> <p>10. 前轮：静音脚轮，带刹车，带防尘罩；插杆式固定方式，插杆直径≥28mm；脚轮骨架采用航空铝材压铸成型，内置全封闭自润滑轴承，防异物卷入；轮面采用 TPR 高分子耐磨材料，耐磨，无噪音；</p> <p>11. 点滴架插座：床边配备六个不锈钢点滴架插孔，四个引流挂钩，点滴架不使用时可放置于引流挂钩内，可放引流袋等物；</p> <p>12. 活动餐桌：总长（约）：88cm 总宽（约）：40cm 总高：73--125cm，餐板的角度及高度均可调节；</p> <p>13. 功能要求：除平躺外，床体背板可在 0° -80° 范围内任意升降，腿板可在 0° -40° 范围内任意升降。患者可在床上选取适宜起坐角度，以满足进餐、吃药、饮水、洗脚、读书看报、看电视及适度肢体锻炼的需要。</p> |    |    |
| 十四、防褥疮床垫 |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |
| 1        | 防褥疮床垫 | /   | <p>1. 床垫由优质无毒性的医用尼龙布料贴乙烯聚合物制成，柔软舒适，防霉、抗菌，不含任何刺激皮肤的有害物质，保持卧床使用者皮肤干爽。具有阻燃性，经久耐用、不易老化，容易清洁和保养。</p> <p>2. 防褥疮床垫由床垫和充气泵两部分组成，交替式床垫充气泵内设有配气机构，以一定的交换频率驱动两组气路；床垫由两组相互独立的气囊组成，分别与气泵的两组气路接通，每组由 12 个气囊组成（共 22 条，高不小于 7cm 条形管），有规律的交替供气造成气垫的循环波动，形成表面悬浮的减压效果，使患者肌肉组织经常变换受压部位，免于长时间积压在同一点上，促进血液循环，避免人体静、动脉受过量压力而无法正正常交换氧气及养分，从而有效地防止褥疮的形成。气囊之间可独立工作，若其中的</p>                                                                                                                                                                                                                    | 10 | 张  |

| 序号                                            | 名 称   | 材 质 | 技术参数及要求                                                                                                                                                                                                                                           | 数<br>量 | 单位 |
|-----------------------------------------------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
|                                               |       |     | 气囊有破损可单独更换，不影响床垫整体的正常运作。<br>3. 充气泵为安全型圆棱角设计、调节旋钮简单易用、采用高性能的压缩机。<br>★4. 工作噪音：气床垫正常工作时的噪声不大于 45dB（A 计权）。<br>5. 整体受压重量不小于 100kg。                                                                                                                     |        |    |
| <b>十五、制氧机</b>                                 |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |    |
| 1                                             | 制氧机   | /   | 1. 产品主要由压缩机、分子筛、硅胶鼻口面罩及机壳组成。<br>2. 可显示实时氧浓度、流量及总运行时间。<br>3. 系统运行故障检测：包括低氧浓度，低氧流量。<br>4. 设有断电报警功能及过电流保护器。<br>5. 压缩机具有气压超压保护阀。<br>6. 氧气量：0.6-5L/min。<br>7. 氧气浓度：大于 90%。<br>8. 静音级别：小于 60dB（A）。<br>9. 氧气输出压力：33kPa~43kPa。                            | 10     | 台  |
| <b>十六、坐便辅助器</b>                               |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |    |
| 1                                             | 坐便辅助器 | 铝合金 | 1. 主架选用高强度铝合金管焊接组合成型，管径≥25mm、壁厚≥1.5mm,表面氧化处理，美观耐用；<br>2. 总宽≥550mm，座背高≥330mm；<br>3. 坐便器：厕板、马桶采用 HD-PE 工程塑料。厕板要求强度好，触感舒适，易清洁。配环保马桶，带桶盖，容量大，拆装方便，易清洁；<br>4. 固定式扶手和靠背，可折叠结构，携带方便，高度可调，配橡胶防滑脚垫；<br>5. 承重≥100kg；<br>★6. 标准符合《座便椅（凳）》（GB/T24434-2009）要求。 | 20     | 只  |
| <b>十七、▲助听器(注：该产品需根据采购人要求，到指定地点进行一对一现场验配。)</b> |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |    |
| 1                                             | 助听器   | 电子  | 1. 全数字信号处理<br>2. 双麦克风技术<br>★3. 软件可见可调通道数≥20 个<br>4. 聆听程序设置≥4 个<br>5. 最大声输出≥135dB                                                                                                                                                                  | 35     | 台  |

| 序号             | 名 称  | 材 质 | 技术参数及要求                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量 | 单位 |
|----------------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|                |      |     | 6. 满档声增益 $\geq 70\text{dB}$<br>7. 等效输入噪声 $\leq 15\text{dB}$<br>8. 总谐波失真 $\leq 5\%$<br>★9. 频率响应范围：至少在 200-5200Hz 之间<br>10. 额定电源电流消耗 $\leq 1.2\text{mA}$<br>11. 感应拾音线圈最大灵敏度 $\geq 100\text{dB}$ （1mA/m）<br>12. 自动声反馈抑制功能<br>13. 耳鸣掩蔽技术<br>★14. 频率转移功能<br>15. 内置测听技术<br>16. 低电压提示。 |    |    |
| <b>十八、维修服务</b> |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |
| 1              | 维修服务 | /   | 货物交付期（一年）内，对安徽省已配发的、在使用期内（免费质保期外）的残疾军人康复辅助器具（约 60 具（副）等）提供维修服务，确保维修后的器具配置技术参数要求。                                                                                                                                                                                                | 1  | 项  |

### 三、报价要求

1. 本项目采购需求中的数量为预估量，最终结算价格根据供货数量据实结算，不超过本项目预算。

2. 本项目报总价，包含本项目采购的全部产品及其运输、安装、维修、验收及调试过程中产生的全部费用，采购人后期不再追加任何其他费用，请供应商谨慎报价。

### 四、其他要求

1. 本次采购需求中如涉及医疗器械的须具有医疗器械注册证（或备案凭证），响应文件中无需提供，成交供应商在合同签订后供货前向采购人提供查验，如成交供应商不具有相应经营许可资质，须委托具有相应资质的单位承担医疗器械供货任务，并在合同签订后供货前向采购人提供被委托单位资质证书进行核查。

2. 项目履约期间，采购人为履行本合同提供给成交供应商的任何资料，除采购人明确表示该资料为非保密资料外，均为保密资料。成交供应商未经采购人同意，不得非法向他人提供上述保密资料。

### 五、样品要求

无

## 第四章 评审方法和标准

### 一、总则

本项目将按照磋商文件第二章 供应商须知的相关要求及本章的规定评审。

### 二、评审方法

#### 2.1 初审

磋商小组对供应商的响应文件进行初审，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。初审表如下：

| 初审表 |           |                                                                                                                                                                             |                                                      |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 序号  | 审查指标      | 审查标准                                                                                                                                                                        | 格式要求                                                 |
| 1   | 营业执照等证明文件 | (1) 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照；<br>(2) 供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；<br>(3) 供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件；<br>(4) 供应商是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照；<br>(5) 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 | 提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。<br>联合体磋商的联合体各方均须提供。 |
| 2   | 供应商资格声明书  | 提供符合磋商文件要求的《供应商资格声明书》。                                                                                                                                                      | 详见第六章响应文件格式。                                         |
| 3   | 供应商信用记录   | 供应商不得存在供应商须知正文第 14.3 条中的不良信用记录情形                                                                                                                                            | 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。                               |
| 4   | 磋商响应函     | 格式、填写要求符合磋商文件规定并加盖供应商电子签章                                                                                                                                                   | 详见第六章响应文件格式。                                         |
| 5   | 授权书       | 格式、填写要求符合磋商文件规定并加盖供应商电子签章                                                                                                                                                   | 法定代表人参加磋商的无需此件，提供身份证明即可。                             |

|   |        |                                              |              |
|---|--------|----------------------------------------------|--------------|
|   |        |                                              | 详见第六章响应文件格式。 |
| 6 | 磋商报价   | 符合磋商文件供应商须知正文第 9 条要求                         | 详见第六章响应文件格式。 |
| 7 | 商务响应情况 | 符合磋商文件采购需求中对付款方式、供货及安装期限、供货及安装地点、免费质保期等实质性要求 | 详见第六章响应文件格式。 |
| 8 | 技术响应情况 | 符合磋商文件采购需求中货物技术参数等实质性要求                      | 详见第六章响应文件格式。 |
| 9 | 其他要求   | 符合法律、行政法规规定的其他条件或磋商文件列明的其他实质性要求              |              |

**初审指标通过标准：**供应商必须通过初审表中的全部评审指标。

## 2.2 异常低价响应审查

| 异常低价响应审查表 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 序号        | 评审指标     | 评审标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 格式及材料要求                                                                               |
| 1         | 异常低价响应审查 | <p>(1) 报价<math>\leq</math>全部通过初审供应商响应报价平均值<math>\times 50\%</math>;</p> <p>(2) 报价<math>\leq</math>通过初审的次低报价供应商响应报价<math>\times 50\%</math>;</p> <p>(3) 报价<math>\leq</math>采购项目最高限价（如采购项目未设定最高限价的，以采购项目预算金额作为最高限价）<math>\times 45\%</math>;</p> <p>(4) 磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</p> <p>提醒：</p> <p>(1) 上述第（1）项数值计算：涉及总价、单价的精确到“分”并四舍五入，涉及费率的精确到小数点后两位，第三位四舍五入（例：如平均值为 123.456 元，即为 123.46 元；如平均</p> | <p>供应商在评审现场合理的时间内对价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。</p> |

|  |  |                                                             |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------|--|
|  |  | 值为 80.126%，即为 80.13%）。<br>（2）上述第（1）项至第（2）项中的供应商响应报价为最后承诺报价。 |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------|--|

注：

根据《关于推进解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述评审标准第（1）项至第（3）项中的数值标准，但是最高不得超过 65%。

磋商小组启动异常低价响应审查后，属于评审标准中第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内（不少于 30 分钟）对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

### 2.3 综合评分

2.3.1 磋商小组按照下表对进入综合评分的所有供应商的响应文件进行综合评分。

2.3.2 本项目综合评分满分为 100 分，其中：技术资信分值占总分值的权重为70%，价格分值占总分值的权重为30%。具体评分细则如下：

| 类别                             | 评分内容                | 评分标准                                                                                              | 分值范围   |
|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 技术<br>资信<br>分<br>( <u>70</u> ) | 供应商业<br>绩<br>(12 分) | 自 2023 年 1 月 1 日以来(以合同签订时间为准), 供应商具有党政机关（或事业单位）委托的伤残军人辅助器具（任一核心产品）配置项目业绩的，每提供 1 个业绩得 4 分，满分 12 分。 | 0-12 分 |

|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 分) |                      | <p>注：(1) 响应文件中提供业绩合同扫描件，如合同中无法体现供应商名称、项目内容等关键评审要素的，须另附业主单位(合同甲方)出具的相关证明材料，否则不予认可；</p> <p>(2) 党政机关包括：党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关，及各级党政机关派出机构、直属事业单位及工会、共青团、妇联等。</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|    | 技术要求及参数响应性<br>(26 分) | <p>磋商小组根据供应商所投产品技术参数及要求的响应情况进行评分：标记“★”的技术参数为重要参数，共 26 项，全部满足采购文件要的得满分，每负偏离一项扣 1 分。</p> <p>注：以技术要求偏离表和采购文件要求提供的证明资料为准。如采购文件中已明确要求证明材料类型，则以采购文件明确要求的材料为准，如未明确证明材料的类型，则以技术支持资料作为评审依据，技术支持资料包括：第三方机构出具的有效期内的检测或检验报告、技术彩页、技术白皮书、官网截图等，提供其中之一即可。</p>                                                                                                                                                                                | 0-26 分 |
|    | 履约能力<br>(17 分)       | <p>1. 供应商具有国家民政部门颁发的假肢装配工(或矫形器装配工)三级职业资格证书，每提供一人得1分，最多得 3 分；供应商具有国家民政部门颁发的假肢装配工(或矫形器装配工)二级及以上职业资格证书，每提供一人得 3 分，最多得 12 分。本项最多得 12 分。</p> <p>注：(1) 同一人员具有上述多个证书的，以最高级别计分一次，不重复计分；</p> <p>(2) 响应文件提供下列证明：人员名单（格式自拟）；②人员相应证书扫描件；③供应商为上述人员缴纳的近三个月内任意 1 个月的社保证明。</p> <p>2. 以上人员每有一人获得省级以上党政机关（或事业单位）颁发的与本次采购内容相关的荣誉，每个荣誉得 2.5 分，最高得 5 分。</p> <p>注：(1) 响应文件中提供获奖证书、批复、颁奖单位颁奖文件、网上公示截图（具有其中之一即可）等证明材料。以上材料提供扫描件，须能体现评审内容（如人员姓名等），</p> | 0-17 分 |

|    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |                                       | <p>如无法体现，须另附颁奖单位的相关证明材料，未提供或提供不全的不得分；</p> <p>（2）党政机关包括：党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关，及各级党政机关派出机构、直属事业单位及工会、共青团、妇联等。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|    | 服务方案<br>(5 分)                         | <p>磋商小组根据售后服务包括售后响应时间、应急处理、售后服务的保障措施、售后技术服务承诺等方面进行综合评价：</p> <p>服务内容完整、详细，实施安排可行性高，符合项目需要，得 5 分；</p> <p>服务内容基本完整、实施安排基本可行，基本符合项目需要，得 3 分；</p> <p>服务内容不够完整，实施安排不太合理、可行性有待提升，得 1 分；</p> <p>未提供不得分。</p>                                                                                                                                                                                                | 0-5 分  |
|    | 维保体系<br>(10 分)                        | <p>1. 磋商小组根据维保体系（组织安排、技术保障、质量控制、售后服务网络、服务设施完备、人员配置合理、项目培训、用户反映、有持续的备品备件供应等）内容进行综合评价：</p> <p>服务内容完整、详细，实施安排可行性高，符合项目需要，得 5 分；</p> <p>服务内容基本完整、实施安排基本可行，基本符合项目需要，得 3 分；</p> <p>服务内容不够完整，实施安排可行性有待提升，得 1 分；</p> <p>未提供不得分。</p> <p>2. 磋商小组根据免费质量保修期及保修内容进行综合评价：</p> <p>服务内容完整、详细，实施安排可行性高，符合项目需要，得 5 分；</p> <p>服务内容基本完整、实施安排基本可行，基本符合项目需要，得 3 分；</p> <p>服务内容不够完整，实施安排可行性有待提升，得 1 分；</p> <p>未提供不得分。</p> | 0-10 分 |
| 价格 | 价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |

|                        |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分<br>( <u>30</u><br>分) | 磋商基准价，其价格分为满分 <u>30</u> 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：<br>磋商报价得分 = (磋商基准价/最后磋商报价) × <u>30</u> % × 100 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2.3.3 分值汇总

(1) 磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，再取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该供应商的技术资信分。

(2) 将每个供应商的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该供应商的综合总得分。

## 第五章 政府采购合同

### 合同条款及格式

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_（甲方）就 2026 年安徽省残疾军人康复辅助器具配置维修采购项目经竞争性磋商选择\_\_\_\_\_（乙方）作为成交供应商，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

#### 1. 合同文件

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- （1）本合同及其补充合同、变更协议；
- （2）中标（成交）通知书；
- （3）采购文件及附件（含澄清或者修改文件）；
- （4）响应文件及附件（含澄清或者说明文件）；
- （5）其他相关采购文件。

#### 2. 合同范围

乙方向甲方提供的合同货物如下：

| 序号 | 合同货物名称 | 数量 | 规格型号 | 单价 |
|----|--------|----|------|----|
|    |        |    |      |    |
|    |        |    |      |    |

#### 3. 包装、运输和交付

3.1 交付（实施）的时间（期限）：\_\_\_\_\_

3.2 交付（实施）的地点（范围）：\_\_\_\_\_

3.3 乙方交付的全部货物, 均应采用本行业通用的方式进行包装, 没有通用方式的, 应当采取足以保护货物的包装方式, 且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要, 乙方应根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施, 以确保合同货物安全无损地送达交货地点。

3.4 凡由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良, 致使合同货物遭到损坏或丢失, 乙方应负责免费修理或更换, 并承担由此给甲方造

成的一切损失。

3.5 乙方负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由乙方承担。

3.6 货物应运至甲方指定地点，并卸至甲方指定位置，开箱清点及初步检验时双方应派人员参加。

3.7 所有货物运抵现场并且安装完毕经检验合格交付甲方，该日期为交付日期。双方签署交付收货单后为交付完毕。交付完毕货物所有权发生转移，此前货物毁坏的风险由乙方承担。

3.8 乙方应当按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）的规定进行包装。

#### 4. 质量、技术服务和保修责任

4.1 乙方交付的货物应符合下列标准：

（1）双方约定的质量标准。

（2）该货物所适用的国家标准（强制性或推荐性标准）、行业标准、地方标准、生产企业标准。

（3）乙方所提供的产品说明书或相关说明文档中所列明的标准。

（4）双方如确认了样品，应与样品的质量标准一致。

上述标准有不一致的，按最高的标准执行。

4.2 乙方对合同货物的质量保证期：\_\_\_\_\_。

4.3 如因乙方提供的货物硬件达不到合同要求，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使合同货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定修理或更换，使货物运行指标和技术性能以及相关服务达到合同规定，由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因导致或引起的质量或环保事故，造成甲方、甲方人员及第三方人身、财产损失的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

4.4 在质量保证期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物或更换服务，而造成本合同不得不停止运行，质量保证期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

#### 5. 合同价格

5.1 合同价格为（大写）：\_\_\_\_\_ 元（¥\_\_\_\_\_元）人民币。

5.2 合同价格包括的内容：（1）货物主体和配件、备品备件、硬件软件、包装、专用工具的费用；（2）安装/调试/检验、培训、技术服务和其他相关服务费用；（3）进出口手续

费用（如有）；（4）运输到指定交货地点的运费、保险费用等。

5.3 合同价格调整：合同价格为固定价格，不予调整。

## 6. 付款方式

6.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

6.2 预付款支付时间和额度：采购人在采购合同签订后，预支付项目合同总额的 60% 给成交供应商；

6.3 合同款项的支付进度以采购文件的有关规定为准。如采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：按照第 6.4 款执行。

6.4 货物验收合格后，乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后 7 个工作日内支付采购资金：

- （1）经甲方确认的合法有效且购销单位相符、金额相符的增值税发票；
- （2）经甲乙双方确认签订的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；
- （3）其他材料。

6.5 乙方指定收款账号：

户名：

账号：

开户行：

6.6 发票：本合同项下约定的交易金额为含税金额，乙方应当开具增值税发票。发票信息要求如下：

名称：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

货物或应税劳务名称：

增值税率：

## 7. 合同文件和资料的使用及保密

7.1 没有甲方书面同意，乙方不得将甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、技术规格和要求、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

7.2 如果甲方有要求，除了合同本身以外，乙方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给甲方。

7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

7.4 上述保密义务，在本合同终止或解除之后仍需履行。

## 8. 知识产权

8.1 乙方应保证，甲方使用本合同货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。如果发生第三方就乙方向甲方提供的本合同项下所涉及的货物对甲方进行侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切经济 and 法律责任。

8.2 乙方采用专利技术的，专利技术的使用费包含在合同总价内。

## 9. 联络

9.1 甲方对乙方的合同履行情况进行督促和检查。

9.2 乙方应设乙方代表，负责业务协调以及与甲方的联络，并在合同生效后\_\_\_\_天内向甲方书面提供乙方代表的姓名、职务、联系方式及授权书。

9.3 乙方代表的变更、撤销应获得甲方的书面认可。甲方有权根据乙方代表的工作情况，提出撤换人员的要求。乙方应根据第 9.2 款的要求尽快重新任命上述人员，在新任人员到位前原乙方代表继续承担第 9.2 款的职责。

9.4 甲乙双方通过代表联络与履行合同有关事宜均应采用书面形式。

## 10. 计划和报告

10.1 合同签订后\_\_\_\_日内，乙方向甲方提供供货方案。如甲方认为需要调整，乙方应根据要求修改方案。

10.2 乙方应根据供应需求计划，按合同约定的时间向甲方提交进度报告。进度报告应包括：

- (1) 供货计划；
- (2) 实际完成进度与计划完成进度的比较；
- (3) 如果实际进度比计划进度滞后，应给出原因及改进措施。

## 11. 检测与验收

11.1 甲方应当在项目完成且收到乙方验收申请后 5 个工作日内组织开展履约验收。甲方验收时，应成立验收小组，明确责任，严格依照采购文件、成交通知书、合同规定的技术、服务、安全标准组织及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。验收报告应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。甲方可以邀请参加本项目的其

他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收报告的参考资料一并存档。

11.2 验收时，甲乙双方必须同时在场，乙方所提供的合同货物不符合合同内容规定的，甲方有权拒绝验收。乙方应及时按本合同内容规定和甲方要求免费进行整改，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签订《验收报告》。在经过两次限期整改后，仍达不到合同文件规定的，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

11.3 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及涉及专业内容的应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

11.4 政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。对于采购人和使用人分离的采购项目，应当邀请实际使用人参与验收。

11.5 如项目实施情况需要分阶段验收，则根据实际情况分阶段出具《验收报告》。

11.6 如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后\_\_\_\_天内给对方书面声明，以陈述理由及要求，并附有关证据。也可以邀请国家认可的质量检测机构或甲乙双方认可的第三方机构进行鉴定。经鉴定符合质量标准的，鉴定费由和误期责任甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由和误期责任乙方承担。

## **12. 分包、转包**

12.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务。

12.2 除甲方事先书面同意外，乙方不得改变在响应文件中提出的分包项目和建议的分包人（如果有）。

## **13. 违约**

13.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 1% 计算，最高限额为本合同总价的 5%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

13.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 1% 计算，最高限额为本合同总价的 5%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

13.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

13.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

13.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人都均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

13.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

13.7 因甲方未按合同约定支付价款、未按合同约定受领标的物、擅自解除合同导致乙方遭受的直接损失，乙方可向甲方申请赔偿，赔偿金额由双方协商一致；针对因政策变化等原因不能签订合同或解除合同时，造成乙方合法利益受损的情形，可以给予乙方合理补偿，补偿金额不得超过乙方的直接损失。

## 14. 合同解除

### 14.1 乙方违约时合同解除

14.1.1 发生下列情形时，在甲方对乙方违约提出警告无效的情况下，甲方可以书面形式通知乙方，提出解除合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的时间内或未能在包括但不限于甲方同意延长的期限内提供部分或全部合同货物；

（2）如果乙方未能履行合同约定的义务；

### 14.2 乙方破产时解除合同

如果乙方破产或无清偿债务的能力，导致合同不能履行时，甲方可以以书面形式通知乙方解除合同而不对乙方进行任何补偿。同时该解除合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的任何权利。

#### 14.3 甲方违约解除合同

如果甲方无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同，乙方可以书面形式通知甲方，提出解除合同。解除合同不免除甲方承担的违约责任。

#### 14.4 甲方解除合同后的结清

因乙方违约或破产，甲方提出解除合同的，在甲方通知乙方解除合同\_\_\_\_天内，乙方向甲方提交有关资料和凭证，按下列方式结清。

(1) 乙方应将一切与合同有关的并已付款的文件、资料交付给甲方。

(2) 甲方应清查各项付款和已扣款金额，包括按合同约定的违约扣款，以及由于解除合同给甲方造成损失的违约金额，并做详细说明。

(4) 甲乙双方确认上述往来款项和违约金额后，结清合同价款。

(5) 甲乙双方未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按本合同第 19 条约定办理。

#### 14.5 乙方解除合同的结清

因甲方违约乙方提出解除合同的，在乙方通知甲方解除合同\_\_\_\_天内，乙方向甲方提交有关资料和凭证，按下列方式结清。

(1) 乙方应将一切与合同有关的并已付款的文件、资料交付给甲方。

(2) 乙方应清查已交付的合同货物金额，甲方已支付的金额，甲方未支付的金额，以及由于解除合同给乙方造成损失的违约金额，并做详细说明。

(3) 甲乙双方确认上述往来款项和违约金额后，结清合同价款，甲方应退还质量保证金和履约保证金。

(4) 甲乙双方未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按本合同第 19 条约定办理。

### 15. 履约保证金

15.1 乙方应向甲方提交履约保证金，履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

履约保证金金额：\_\_\_\_/\_\_\_\_

履约保证金形式：\_\_\_\_/\_\_\_\_

履约保证金提交时间：\_\_\_\_/\_\_\_\_

15.2 履约保证金的有效期为合同货物最后一批交货验收合格后\_\_\_/\_\_\_天。

15.3 履约保证金在合同货物最后一批交货验收合格后\_\_\_/\_\_\_天内退还。

15.4 因乙方原因导致交货期限延长的，其履约保证金有效期应相应延长。

15.5 发生下列之一者，则不予退还履约保证金：

(1) 乙方不履行合同或发生违约行为而完全终止合同；

(2) 乙方不履行实质性承诺。

15.6 履约保证金的退还或不予退还并不免除乙方对已交付合同货物的质量责任。

## 16. 不可抗力

16.1 如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水、疫情以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生通知合同另一方，并应在不可抗力事件发生后\_\_\_天内书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

16.2 受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该合同方应尽快将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知合同另一方。双方由此产生的损失不得向对方提出索赔要求，也不承担误期赔偿或终止合同的责任。

16.3 合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后，立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过\_\_\_天，合同任何一方均有权以书面形式通知对方部分或全部终止合同。

16.4 因不可抗力终止合同的结清参照第 14.4 款规定办理。

## 17. 税费

17.1 按现行税法规定向甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负责。

17.2 按现行税法规定向乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负责。

## 18. 通知和送达

18.1 本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当以书面形式发送至本合同下列约定的送达地址。一方当事人变更送达地址信息/电子送达信息的，应当在变更后 3 日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与其他送达方式具有同等法律效力。

18.2 委托方确认送达地址如下：

地址：××省××市××区/县××路××号，邮编：××××××，联系人：×××，  
联系电话：×××-××××××。

委托方（☐同意☐不同意）接受电子送达方式如下：

手机短信：××××××××××/传真：×××-×××××××/即时通讯账号（微信号）：××××××××××/电子邮箱：×××@×××.com。

受托方确认送达地址如下：

地址：××省××市××区/县××路××号，邮编：××××××，联系人：×××，联系电话：×××-××××××。

受托方（☐同意☐不同意）接受电子送达方式如下：

手机短信：××××××××××/传真：×××-×××××××/即时通讯账号（微信号）：××××××××××/电子邮箱：×××@×××.com。

18.3 若当面送达，以收件方签收时间为送达时间；若以 EMS 特快专递或挂号信或其他快递形式递送，无论收件方是否签收，自该等文件投邮之日起的第四日视为送达；若以电子邮件、短信、微信等电子送达方式递送，以留存在发送方电脑中的发送成功记录时间为送达时间；如采取多种方式送达的，送达时间以最早的送达为准。

18.4 本合同第 18.1 款约定的送达地址系双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院/仲裁机构的法律文书送达地址，各方确认上述送达地址及送达方式适用于诉讼/仲裁的各阶段，包括但不限于一审、二审、再审、特别程序及执行程序。

18.5 本条款为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

## 19. 争议的解决

19.1 合同履行过程中出现争议时，甲乙双方应本着公平、合理的原则，及时友好协商解决。如在\_\_\_天内未能解决，按下列第\_\_\_种方式解决：

（1）向\_\_\_\_\_仲裁委员会申请仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院起诉。

19.2 在争议期间，除存在争议的部分外，本合同其它部分应继续履行。

## 20. 适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

## 21. 合同生效

除法律另有规定外，甲方和乙方的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人在本合同签字页上签字并盖单位章后，合同生效。

## 22. 其他

本合同一式\_\_\_份，甲、乙双方各执\_\_\_份。

## 23. 补充条款

23.1 甲方可根据合同期限内安徽省残疾军人实际需求情况，与乙方商定调整货物采购内容，所需费用包含在合同总价内。

23.2 因不可抗力致使合同有变更必要的，受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生后 10 日内以书面形式通知对方；在不可抗力发生后的 30 日内，将有关部门出具的证明文件送达对方；在证明文件送达后的 10 日内以书面形式变更合同。

甲 方：

名称：（盖章）

地址：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：

银行账号：

时间：            年        月        日

乙 方：

名称：（盖章）

地址：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：

银行账号：

## 附件一：履约保证金格式

### 履约保函

编号：

致受益人\_\_\_\_\_：

因\_\_\_\_\_（下称“被保证人”，地址：\_\_\_\_\_）与你方签订了\_\_\_\_\_项目合同（项目编号：\_\_\_\_\_），我方愿就被保证人履行上述合同的义务向你方提供如下保证：

一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额（下称“担保金额”）为(币种金额、大写)人民币\_\_\_\_\_。

二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期为以下第1种：

1. 本保函有效期自生效之日起至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日止。

2. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同的约定给你方造成经济损失的，我方将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后10个工作日内，以上述担保金额为限支付你方索赔金额：

（一）索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章；代理人签署索赔通知的，应当同时提交法定代表人（负责人）签发的授权文件。

（二）索赔通知必须同时附有：

1. 一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方；

2. 证明被保证人违反上述合同的约定以及有责任支付你方索赔金额的证据，包括但不限于已发生法律效力的法院判决书或仲裁裁决书等。

3. 索赔资料应在有效期内送达我方，否则我方不承担责任。

（三）索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址\_\_\_\_\_。

五、本保函担保金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第（一）种方式解决：

（一）向\_\_\_\_\_所在地的人民法院起诉。

（二）提交  /  仲裁委员会（仲裁地点为  /  ），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，受益人应立即将本保函原件退还我方；受益人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。

十、本保函适用中华人民共和国法律。

十一、其他条款：

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

十二、本保函自我方负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

保证人（公章）： \_\_\_\_\_

负责人或授权代理人（签字）： \_\_\_\_\_

邮编：

电话：

传真：

签发日期 \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：

1. 允许供应商实际开具的银行保函或担保机构或保证保险机构出具的担保的格式与本文件提供的格式有所不同，但不得更改本文件提供的银行保函或担保格式中的实质性内容。
2. 供应商开具的银行保函（或担保机构担保或保证保险）必须具有明确有效的查询途径（网址链接及查询方式）。

## 第六章 响应文件格式

# 响 应 文 件

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

供 应 商：\_\_\_\_\_

\_\_年\_\_月\_\_日

一、报价表格式

1-1 报价表

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| 供应商名称          |                        |
| 磋商范围           | 全部 / 第__包              |
| 报价<br>(详见备注说明) | 大写: _____<br>小写: _____ |
| 备注说明           |                        |

供应商电子签章: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_

注:

1. 本表内容根据磋商文件要求包括了货物及其配套的设计、采购、制造、检测、试验、运输、保险、仓储、税费以及现场落地、安装及安装耗损、调试、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）质保期内的售后服务保障等所有费用。

2. 特殊事项在备注中注明。

3. 表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

## 1-2 分项报价明细表

## 1-2-1 货物部分

| 序号      | 货物名称 | 品牌、型号规格 | 原产地及生产厂商 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
|---------|------|---------|----------|----|----|-------|-------|----|
| 1       |      |         |          |    |    |       |       |    |
| 2       |      |         |          |    |    |       |       |    |
| 3       |      |         |          |    |    |       |       |    |
| ...     |      |         |          |    |    |       |       |    |
| 合计金额（元） |      |         |          |    |    |       |       |    |

## 1-2-2 服务部分（仅供参考，供应商可自行制作格式）

| 序号      | 服务内容 | 项 | 单价 | 小计（元） |
|---------|------|---|----|-------|
| 1       |      |   |    |       |
| 2       |      |   |    |       |
| 3       |      |   |    |       |
| ...     |      |   |    |       |
| 合计金额（元） |      |   |    |       |

## 1-2-3 符合本国产品标准的产品成本之和占比

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例                                                                                                                                                                                                                                                 | _____ % |
| <p><b>提醒：</b></p> <p>1. 供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠。</p> <p>2. 供应商应当根据“分项报价明细表-货物部分”的内容对符合本国产品标准的产品成本进行测算（比例未达到 80%或未进行比例测算的，对该供应商提供的全部产品不予价格评审优惠），如有虚假响应，供应商承担全部责任。</p> <p>3. 上表中全部产品成本之和是指表 1-2-1 和表 1-2-2 包含的全部货物、服务产品成本之和。</p> |         |

供应商电子签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

**注：**

1. 表 1-2-1 中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致**响应无效**。
2. 上述报价为供应商完成本项目内容的全部费用（总报价为表 1-2-1 和表 1-2-2 合计金额之和），如有漏项或缺项，自行承担全部责任。

二、最后承诺报价表

（第\_\_\_\_次报价书）

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| 供应商名称            |                                                          |
| 磋商范围             | 全部 / 第____包                                              |
| 最后报价<br>(详见备注说明) | 人民币大写：_____<br>人民币小写：_____                               |
| 备注说明             | (此处可补充磋商小组根据与供应商磋商情况变动的磋商文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。) |
| 磋商小组签字           |                                                          |

供应商公章或授权代表签字：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

注：

1. 本页《报价表》由供应商在接到报价通知后依据磋商情况填写, 并在规定时间内提交。考虑磋商报价的方便，供应商在填写最后承诺报价后，（第一次报价-最后承诺报价）除以第一次报价后得出的优惠率视同为需求表中全部分项设备、工程量或服务的优惠浮动值（特定分项优惠除外），而不考虑措施项目清单和规费税金清单的金额改变。此优惠率调整原则适用于合同内价格的计算及项目增减、变更时价格的计算。
2. 表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。



### 三、磋商响应函

致：采购人

根据贵方的竞争性磋商公告和磋商邀请，我方兹宣布同意如下：

1. 我方根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。

2. 我方已详细审核全部磋商文件，包括磋商文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次磋商文件，并对磋商文件各项条款、规定及要求均无异议。

3. 我方同意从磋商文件规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在磋商文件规定的磋商有效期之前均具有约束力。

4. 我方声明响应文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与磋商有关的任何证据、数据或资料。

供应商电子签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

#### 四、供应商资格声明书

致：采购人

在参与本次项目磋商中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（六）与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
|----|------|------|
| 1  |      |      |
| 2  |      |      |

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商电子签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

## 五、授权书

本授权书声明：\_\_\_\_\_（供应商名称）授权\_\_\_\_\_（供应商授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理磋商过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、参与磋商、签约等。供应商授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件：

授权代表联系方式：\_\_\_\_\_（请填写手机号码）

特此声明。

供应商电子签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

注：

1. 本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件；
2. 法定代表人参加磋商的无需提供授权书，仅提供身份证明扫描件。

## 六、磋商响应表

## 6.1 商务响应表

| 序号  | 商务条款    | 磋商文件要求 | 供应商承诺 | 偏离说明 |
|-----|---------|--------|-------|------|
| 1   | 付款方式    |        |       |      |
| 2   | 供货及安装地点 |        |       |      |
| 3   | 供货及安装期限 |        |       |      |
| 4   | 免费质保期   |        |       |      |
| ... |         |        |       |      |

## 6.2 技术响应表

| 序号  | 货物名称 | 磋商文件规定的技术参数要求 | 所投产品的品牌、型号及技术参数 | 偏离说明 |
|-----|------|---------------|-----------------|------|
| 1   |      |               |                 |      |
| 2   |      |               |                 |      |
| 3   |      |               |                 |      |
| 4   |      |               |                 |      |
| ... |      |               |                 |      |

供应商电子签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

## 七、中小企业声明函

（非中小企业磋商，不需此件，请删去“中小企业声明函”）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商电子签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。
2. 供应商应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）相关规定，如实填写中

小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。供应商自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址 <https://www.miit.gov.cn/>）。

3. 上述“标的名称”，详见第三章采购需求中明确的“货物名称”。

4. 上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求中明确的“所属行业”。

5. 填写示例：某设备，属于（填写第三章采购需求中对应货物的“所属行业”，如工业）行业；制造企业为某企业，从业人员 100 人，营业收入为 10000 万元，资产总额为 5000 万元，属于小型企业[供应商自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址 <https://www.miit.gov.cn/>）]。

## 八、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位磋商，请删去“残疾人福利性单位声明函”）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商电子签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

## 九、关于符合本国产品标准的声明函

（不符合本国产品扶持政策，不需此件）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）<sup>1</sup>，生产厂为（厂名）<sup>2</sup>，厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商电子签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

### 注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 上述声明函中标注  /  的，无需填写。
4. 供应商应当结合“一、分项报价明细表-货物部分”相关信息进行填写。
5. 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市

燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

## 十、诚信履约承诺函

**致：采购人**

如我单位被确定为本项目成交供应商，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：

- （1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- （2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- （3）将政府采购合同转包；
- （4）提供假冒伪劣产品；
- （5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

供应商电子签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

## 十一、其他相关证明材料

提供符合磋商邀请、采购需求及评审方法和标准规定的相关证明文件。

### 特别提示：

供应商在响应文件制作时可在此栏内上传磋商文件要求上传的证明资料，如营业执照、证书等，应将上述证明材料制作成扫描件上传。

## 第七章 政府采购供应商询问函和质疑函范本

### 询问函范本

（如为对采购文件或采购程序的询问或疑问，请按询问函范本或电子交易系统  
统中网上询问格式附件进行提交）

致：采购人

我单位拟参与\_\_\_\_\_（项目名称、编号）的采购活动，现有以下内容  
（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、（事项一）

1、（内容或条款）

2、（说明疑问或无法理解原因）

3、（建议）

二、（事项二）

...

随附相关证明材料如下：

联 系 人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

## 质疑函范本

### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商： .....

地址： ..... 邮编： .....

联系人： ..... 联系电话： .....

授权代表： .....

联系电话： .....

地址： ..... 邮编： .....

### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称： .....

质疑项目的编号： ..... 包号： .....

采购人名称： .....

采购文件获取日期： .....

### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1： .....

事实依据： .....

法律依据： .....

质疑事项 2

.....

### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求： .....

签字(签章)：

公章：

日期：

## 质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。