

安徽省政府采购项目
公开招标文件示范文本（货物类）
（2026 年版）

项目名称：安徽医科大学2026年转化医学实验中心实验室配套基础设施采购项目

项目编号：FS34000120267940号/ZB202608015

采 购 人：安徽医科大学

采购代理机构：鼎信数智技术集团股份有限公司

2026 年 9 月

目 录

第一章 投标邀请 3

第二章 投标人须知 6

第三章 采购需求 23

第四章 评标方法和标准（综合评分法） 44

第五章 政府采购合同 51

第六章 投标文件格式 61

第七章 政府采购供应商询问函和质疑函范本 82

第一章 投标邀请

一、项目基本情况

1. 项目编号：FS34000120267940 号/ZB202608015
2. 项目名称：安徽医科大学 2026 年转化医学实验中心实验室配套设备采购项目
3. 预算金额：499 万元
4. 最高限价：499 万元
5. 采购需求：本项目主要为安徽医科大学 2026 年转化医学实验中心实验室配套基础设备采购项目，具体详见附件招标文件。
6. 合同履行期限：合同签订后，30 日内完成全部货物的供货工作，**采购需求另有规定的，以采购需求为准。**
7. 本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：
 - 2.1 中小企业政策
 - 2.1.1 ☒本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
 - 2.1.2 ☐本项目专门面向中小企业采购。（投标人所提供的货物全部由中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造）
 - 2.1.3 ☐本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造。预留份额通过以下措施进行： / 。
 - 2.2 其它落实政府采购政策的资格要求： 无 。
3. 本项目的特定资格要求：
 - （1）投标人不得存在以下不良信用记录情形之一：
 - ①投标人被人民法院列入失信被执行人名单的；
 - ②投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
 - ③投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；
 - ④被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

三、获取招标文件

时间：2026 年 9 月 4 日至 2026 年 9 月 11 日，每天上午 0:00 到 12:00，下午 12:00 到 23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：“徽采云”电子交易系统

方式：供应商登录“徽采云”电子交易系统（<https://login.anhui.zcygov.cn/user-login/#/login>）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。登录须持有电子交易系统兼容的数字证书，详情参见“安徽省政府采购网-徽采学院-电子交易系统学习专题-供应商-操作手册”

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年9月24日14点00分（北京时间）；

地点：“徽采云”电子交易系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 项目采用全流程电子化采购方式，相关操作说明详情参见“安徽省政府采购网-徽采学院-电子交易系统学习专题-供应商-操作手册”

2. 本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策；

3. 本次招标公告在安徽省政府采购网上发布；

4. 潜在投标人应合理安排招标文件获取时间，特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成招标文件获取，责任自负。采购文件获取过程中有任何疑问，请在工作时间（09:00-17:30，节假日休息）拨打技术支持热线（非项目咨询）：95763。项目咨询请拨打代理机构项目联系人电话：0551-65860136-8635，15656515096。

5. 本项目符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第二款第3项之规定，为非专门面向中小企业采购项目。具体原因如下：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，可能影响政府采购目标实现。如对此项内容有疑问，可通过采购文件约定的方式进行质疑。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：安徽医科大学

地址：安徽省合肥市肥西县杏林路26号安徽医科大学新医科中心图书馆7楼

联系人：李老师

联系方式：0551-65167852

2. 采购代理机构信息

名 称：鼎信数智技术集团股份有限公司

地 址：安徽省合肥市经济技术开发区翡翠路港澳广场 A 座 17-20 层

联系人：张春梅、许振文、宋立壮

联系方式：0551-65860136-8635、15656515096、15256213650

3. 政府采购监督管理部门信息

名 称：安徽省财政厅

地 址：合肥市阜南西路 238 号

联系方式：0551-68150309

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

条款号	条款名称	内容、说明与要求
5.2	现场考察或标前答疑会	☒ 不组织或不召开 ☐ 统一组织或统一召开 时间：____年__月__日__时__分 地点：_____ 联系人及联系电话：_____ 注：如投标人未参加采购人统一组织的现场考察或采购人统一召开的标前答疑会，视同放弃现场考察或标前答疑会，由此引起的一切责任由投标人自行承担。
6.1	网上询问截止时间	2026年9月22日17时00分
7.1	包别划分	☒ 不分包 ☐ 分为 个包 1. 投标人参加多个包投标的，应按包别分别制作投标文件。 2. 投标人参加多个包投标的中标包数规定：/
10.1	投标保证金	不收取
11.1	投标有效期	120 日历日
13.1	投标文件解密时间	投标截止时间后 60 分钟内
14.1	资格审查	☒ 采购人审查 ☐ 采购人出具委托函委托采购代理机构进行审查
17.2	评标方法	☐ 最低评标价法 ☒ 综合评分法
17.3	报价扣除 (非专门面向中小企业采购项目适用)	(1) 小型和微型企业价格扣除：10%。 (2) 监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。 (3) 残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。 (4) 符合条件的联合体价格扣除：4%。

		(5) 符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除： <u>4%</u> 。（允许大中型企业向小微企业分包的项目适用）
17.4	本国产品价格扣除 <i>（适用于既有本国产品又有非本国产品参与竞争的货物项目）</i>	(1) 项目或者采购包中采购内容为单一产品的，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品给予价格扣除 <u>20%</u>。 (2) 项目或者采购包中含有多种产品的，符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例$\geq 80\%$，所有产品价格扣除 <u>20%</u>。
21.1	评标委员会推荐中标候选人的数量	1-3 家
21.2	确定中标人	☒ 采购人委托评标委员会确定 ☐ 采购人确定
23.3	随中标结果公告同时公告的内容	(1) 中小企业声明函；（如有） (2) 残疾人福利性单位声明函；（如有） (3) 中标（成交）供应商的评审总得分 (4) 招标文件中规定进行公示的其他内容。（如有）
24.1	中标通知书发出的形式	☒ 书面 数据电文
25.1	告知招标结果的形式	☒ 投标人自行登录电子交易系统查看 ☐ 评标现场告知
26.1	履约保证金	(1) 金额： ☐ 免收 ☒ 合同价的 <u>2.5</u> % ☐ 定额收取：人民币_____元 (2) 支付方式： ☒ 转账/电汇 ☒ 支票 ☒ 汇票 ☒ 本票 ☒ 保险 ☒ 保函 (3) 收取单位：<u>安徽医科大学</u> (4) 收取账号： 单位名称：安徽医科大学 统一社会信用代码（纳税人识别号）：

		123400004850007883 银行账户：34001454508050007226 开户银行：中国建设银行合肥贵池路支行 （5）退还时间：<u>验收合格且无违约情形下一次性退还</u> 注意事项： （1）以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 （2）以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。 （3）如采用担保机构出具的保函（担保机构担保），应执行“安徽省财政厅关于推广使用政府采购电子保函业务的通知”从“徽采云”平台全流程线上电子保函服务功能窗口进行保函办理或经采购人同意后从经安徽省地方金融监督管理局审查批准，依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的无条件保函。
27.1	签订合同和合同公告时间	（1）采购人与中标人应当自发出中标通知书之日起 7 个工作日内签订合同，采购合同签订之日起 2 个工作日内完成政府采购合同公开。 （2）采购人与中标人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起 2 个工作日内在安徽省政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
28.1	代理费用	1. 收费对象：☐采购人 ☒中标人 2. 收取方式：转账/电汇 3. 收费标准：代理服务费由成交供应商支付，并含在成交供应商的响应报价中，不得单列。 （1）除单一来源项目外：30 万元以上部分参照合价服[2009]216 号文件规定费率下浮 20%收取；单个项目目标包中标（成交）金额超过 500 万元（含）的，超出部分的收费标准下浮 30%；30 万元（含）以下项目按 4000 元

		固定标准收费。（2）单一来源项目、难以计算中标金额（包括无中标金额、入围项目等）及其他特殊情况的委托采购项目，由招标人与中标人双方另行商定收费标准，原则上根据预估金额参照第（1）项收费标准适当下浮；项目复杂、难度较大的，另行商定。代理服务收费按差额定率累进法计算。 4. 收取单位：鼎信数智技术集团股份有限公司 户名：鼎信数智技术集团股份有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司合肥包河支行 账号：1302010519200219520 5. 缴纳时间：按缴费通知单要求
31.3	质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址	提交方式：书面形式 接收部门：鼎信数智技术集团股份有限公司 联系电话：0551-65860136-8635、15656515096 电子邮箱：xzw@dxsz.cn 通讯地址：合肥市经济技术开发区翡翠路 188 号港澳广场 A 座 18 层 1801 室
32	其他内容	1、解释权： （1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； （2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； （3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； （4）除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标邀请、投标人须知、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释； （5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

		2、“政采贷”融资指引：有融资需求的中标人在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。中标人签署政府采购中标（成交）合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将中标人融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。 3、电子保函指引：中标人可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目，申请办理电子保函（包括：履约保函、预付款保函）。
--	--	--

二、投标人须知正文

1. 采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。

1.3 政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。

1.4 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的投标人须满足以下条件：

1.4.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.4.2 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.4.3 若采购需求中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若采购需求中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为**投标无效**。

1.5 若招标公告中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.5.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。联合体投标的，招标文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。

1.5.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.5.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.5.4 联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为投标文件的一部分提交。

1.5.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议投标总金额的比例。

1.5.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.5.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。

1.5.8 对联合体投标的其他资格要求见申请人的资格要求。

2. 资金落实情况

2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

3. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

5. 招标文件构成

5.1 招标文件包括下列内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评标方法和标准

第五章 政府采购合同

第六章 投标文件格式

第七章 政府采购询问函和质疑函范本

5.2 现场考察（标前答疑会）及相关事项见投标人须知前附表。

5.3 原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

如需提供样品，对样品相关要求见采购需求，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第四章。

5.4 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

6. 招标文件的澄清与修改

6.1 投标人如对招标文件内容有疑问，必须在投标人须知前附表规定的网上询问截止时间前以网上提问形式（电子交易系统）提交给采购代理机构。

6.2 采购人可主动地或在答复投标人提出的询问时对招标文件进行澄清与修改。采购代理机构将在安徽省政府采购网以发布更正公告的方式，澄清或修改招标文件，更正公告的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人应主动上网查询。

采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

6.3 任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.4 对于没有提出疑问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含更正公告的内容）。

7. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

7.1 项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

7.2 投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的投标将被认定为**投标无效**。

7.3 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

7.4 投标人与采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。

7.5 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8. 投标文件构成

8.1 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目投标文件格式的相关内容。

8.2 投标人应提交招标文件要求的证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定，该证明文件是投标文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据等。

8.3 为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。

9. 投标报价

9.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求。除招标文件另有规定外，所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

9.2 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价，其投标将被认定为**投标无效**。

9.3 投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包

含价格调整要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

9.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，其投标将被认定为**投标无效**。

9.5 采购人不接受具有附加条件的报价。

10. 投标保证金

10.1 本项目不收取投标保证金。

11. 投标有效期

11.1 投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，投标有效期详见**投标人须知前附表**。

11.2 在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

11.3 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

12. 投标文件的递交、修改与撤回

12.1 投标人应当在招标公告规定的投标截止时间前，将加密的投标文件在电子交易系统上传。

12.2 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后送达的投标文件，电子交易系统应当拒收。

13. 开标

13.1 开标时，各投标人应在**投标人须知前附表**规定的解密时间前对其投标文件进行解密。

13.2 开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。

13.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

13.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

14. 资格审查及组建评标委员会

14.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

14.2 采购人或采购代理机构将在投标截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，并对投标人信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被认定为**投标无效**。

以联合体形式参加投标的，联合体成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为**投标无效**。

以上信用查询记录，采购人或采购代理机构将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

14.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。

15. 投标文件符合性审查与澄清

15.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

15.2 如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

15.2.1 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为**投标无效**。

15.2.2 如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资

格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

15.3 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在采购需求中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第 15.2 款规定处理。

15.4 投标文件的澄清

15.4.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标期间，评标委员会将以书面方式（询标）要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

如有询标，投标人授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标，也可凭本人有效身份证明参加询标。因投标人授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受评标委员会询标的，投标人自行承担相关风险。

15.4.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

15.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

15.5 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 15.4 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16. 投标无效

16.1 根据本招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质

上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

无论何种原因，即使投标人投标时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评标委员会视同其未提供。

16.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

- （1）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- （2）不具备招标文件中规定的资格要求的；
- （3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- （5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

17. 比较与评价

17.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件作进一步的比较与评价。

17.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在**投标人须知前附表**中规定采用下列一种评标方法，详细评标方法和标准见招标文件第四章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

17.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按照**投标人须知前附表**中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的投标报价按照**投标人须知前附表**中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、

分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

17.4 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30 号），政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，依法对该投标人供的全部产品给予价格评标优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。

评标委员会应当对投标人所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查，评标中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

注：本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

17.5 同时符合 17.3 和 17.4 的价格评标优惠时，评标价为投标报价分别扣除促进中小企业发展政策的价格评审优惠和本国产品支持政策的价格评标优惠后的价格。

18. 废标、重新招标与变更采购方式

18.1 出现下列情形之一，将导致项目废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足规定数量的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

18.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

(1) 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

(2) 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报政府采购监督管理部门批准。

19. 保密要求

19.1 评标将在严格保密的情况下进行。

19.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

20. 中标候选人的确定原则及标准

20.1 评标委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

(1) 采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。修正和扣除后的投标报价出现两家或两家以上相同者，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若报价相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。

(2) 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若得分与投标报价均相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。

21. 确定中标候选人和中标人

21.1 评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

21.2 按投标人须知前附表中规定，由评标委员会或采购人确定中标人。

21.3 因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

22. 编写评标报告

评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

23. 中标结果公告

23.1 除投标人须知前附表规定由评标委员会直接确定中标人外，在评标结束后 2 个工作日内，采购代理机构将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

23.2 自中标人确定之日起 2 个工作日内，采购代理机构将在安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）上发布中标结果公告。

23.3 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限、评审专家名单以及投标人须知前附表中约定进行公告的内容。中标公告期限为 1 个工作日。

24. 中标通知书

24.1 采购代理机构发布中标结果公告的同时以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书。

24.2 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.3 中标通知书是合同的组成部分。

25. 告知中标结果

25.1 在公告中标结果的同时，采购代理机构同时以投标人须知前附表规定的形式告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

26. 履约保证金

26.1 中标人应按照投标人须知前附表规定缴纳履约保证金。

26.2 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

27. 签订合同

27.1 采购人与中标人应当按照投标人须知前附表规定的时间内完成政府采购合同签订及合同公告。

27.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27.4 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

28. 代理费用

28.1 本项目代理费用的收取按投标人须知前附表的规定执行。

29. 廉洁自律规定

29.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

29.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

30. 人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

31. 质疑的提出与接收

31.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

31.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购供应商质疑函范本》格式（详见招标文件）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

31.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知前附表。

注：上述条款中所要求的书面形式包含通过电子交易系统递交方式。

32. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见投标人须知前附表。

第三章 采购需求

前注：

1. 根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3. 下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	付款方式	合同签订生效，全部设备到货后支付合同价的 40%，安装调试完毕并验收合格后支付剩余合同价款。 （采购人若须提供发票，必须开具符合要求的正规发票，除法律法规约定情形外）。
2	供货及安装地点	安徽省合肥市肥西县云湖路 10 号或采购人指定地点。
3	供货及安装期限	合同签订后，30 日内完成全部货物的供货工作， 采购需求另有规定的，以采购需求为准。
4	免费质保期	自验收合格之日起，不低于 2 年，若投标人所投产品质保承诺超过 2 年，质保期按投标人所投产品质保承诺时间计算， 货物需求表另有规定的，以货物需求表为准。
5	所属行业	工业

二、货物需求

（一）货物需求说明

标识重要性	标识符号	代表意思
重要指标项	●	作为评分项，详见“第四章 评标方法和标准”中评分细则。
无标识项		无标识项作为基础指标项，超过 5 条（不含 5 条）负偏离或未响应将导致投标无效。 注：无标识项中涉及质保期限时间要求的均属于初审项中商务响应条款，须严格按照“采购需求前附表”要求内容响应，不包含在本项最大偏离数范围内，不允许负偏离或不响应，否则将导致投标无效。
一、针对下表中标注●的指标项须按下列要求在投标文件中提供证明材料予以佐证。 1. 采购需求中明确要求提供相关材料的按采购需求要求提供对应证明材料； 2. 采购需求中未明确要求提供证明材料的，投标人须自行提供证明材料，包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、有权第三方检测机构出具的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。		

二、针对下表无标识项须按下列要求在投标文件中提供证明材料予以佐证。

- 1. 采购需求中明确要求提供相关材料的按采购需求要求提供对应证明材料；
- 2. 采购需求中未明确要求提供证明材料的，投标人可不提供证明材料响应即可。

注：如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。

(二) 货物需求清单

序号	名 称	技术参数及要求	数量
1	▲脉动真空蒸汽灭菌器	一、技术要求 1、整体要求：实验动物专用型，工作压力不小于0.23MPa、工作温度:不小于136℃。 2、设备容积：总有效容积≥1000升。 ●3、设备外形尺寸：≤2136mm (L)×1354mm (W)×1875mm (H)（此尺寸最佳）；内腔尺寸：≥1790mm (L)×610mm (W)×915mm (H)（此尺寸最佳），投标文件中须提供相关证明材料。 ●4、设备外形：卧式矩形结构、灭菌器采用双缸体结构，设计有夹层、矩形加强筋、内筒体，双扉式机动开门，完全夹层结构（不能用加强筋作为夹层）。投标文件中须提供相应资料。 5、主体材质：内胆为SUS304优质不锈钢，壁厚≥6mm，并符合国家质量和安全标准，I类压力容器。 6、记录方式：内置中文打印机。即时打印参数，对灭菌器的温度、压力、消毒物品、灭菌时间、操作人员进行记录打印。 7、程序选择：设备具有织物、器械、液体、培养试验及若干个用户自定义程序等。整个过程自动控制、具有温度补偿功能。 ●8、管路要求：真空泵独立悬挂，减轻震动，延长设备使用寿命。所有需要维修的管道及电器部分安装在设备的一侧,便于维修。根据使用方现场位置条件指定维修侧方位，投标文件中须提供相应的真空泵悬挂照片。 9、装卸推车：每台灭菌器配备一套相匹配的灭菌物品装卸车，材质304不锈钢。 10、开启要求：采用专用钥匙进行开启，防止非工作人员启动设备，保障物品和人员安全。 11、主控制系统：工业可编程控制器自动控制，彩色触摸屏	3台

		操作，含故障代码显示功能。 12、抽空装置：采用双极水循环真空泵（真空度达到-0.092Mpa以上）。 13、门胶圈：采用梯形带排气槽结构，高抗撕硅橡胶材质，装在门体上而非主体上，便于门胶圈更快降温以增加使用寿命，压缩气密封。 二、其他要求 1、设计寿命：≥10年 2、售后要求：设备商负责办理设备的安装告知、协助采购人办理使用证办理等相关事宜。根据设备要求，向采购人提供使用和维修技术人员培训，保证使用人员能熟练操作设备，掌握设备各部件功能。	
2	大型消毒传递舱（动物传递）	一、技术要求 ●1、功能要求：外尺寸约2300mm×1800mm×2400mm，内尺寸约2100mm×1200mm×2150mm。安装在实验动物设施受控区与非受控区之间，用于动物传递的快速消毒和灭菌处理。投标文件中须提供产品手册相关页备查。 2、消毒因子：传递动物由干雾喷射和紫外线照射相结合的消毒灭菌方式。 3、芽孢杀灭效率：对枯草杆菌黑色变种芽孢的杀灭对数值≥5。 4、细菌杀菌效率：对铜绿假单胞菌、白色葡萄球菌、大肠杆菌、龟分枝杆菌、金色葡萄球菌的杀灭对数值≥5。 5、真菌杀菌效率：对白色念珠菌的杀灭对数值≥5。 ●6、病毒杀灭效率：对冠状病毒HCoV-229E、腺病毒Ad-5、甲型流感病毒（H1N1）的杀灭对数值均≥6。投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 ●7、臭氧残留量：开机3min，排残6min，传递舱内臭氧残留量≤0.16mg/m³。投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 ●8、紫外线泄露量：距离过氧化氢传递舱周边左、中、右垂直距离30cm处，紫外线强度均≤1 μW/cm²，符合GB28235-2020《紫外线消毒器卫生要求》紫外线泄露量的要求。投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的检	1台

		测报告。 9、舱门观察窗玻璃：舱门观察窗玻璃采用具备3C认证的不小于5mm厚防紫外钢化玻璃。 10、应急手动开关：传递舱应配备应急手动开关，正常状态采用PLC控制系统，故障应急状态可以手动控制传递舱启停。 11、内部照明系统：传递舱内部安装LED灯光源，采用智能节能控制，消毒完成时灯亮，取出物品后自动熄灭，便于观察消毒物品状态。 12、密封门要求：传递动物内外门均采用压紧式密封门，门开度可达110°，舱内压力100Pa，每小时泄漏率≤5%。 13、材质要求：内部316镜面不锈钢抛光板不低于2mm厚，舱外采用304不锈钢。 14、互锁装置：采用电子互锁和机械锁。 15、控制系统：采用PLC控制，不小于10寸彩色触摸屏，实时显示工作过程中的温度、消毒时间、消毒因子浓度等参数，并具有操作权限保护功能，消毒完成自动提示。 16、自动消毒程序：预设物品消毒、动物转运笼具消毒、物品灭菌等程序，可自定义设置消毒和灭菌流程。 17、传感器要求：应具备温湿度传感器、压差传感器，所有传感器采用高性能、高精度、安全可靠、运行稳定的产品。 18、记录方式：配有嵌入式打印机，对消毒过程中的参数、工艺过程数据进行记录打印，同时开放数据接口，可将消毒过程数据传输到中控电脑储存。提供打印机照片、打印结果复印件、数据接口照片备查。 19、安全保障系统：具备舱外紧急停止、舱内人员逃生功能。 20、安装方式：设备现场组合式装配，所有部件能够通过1.2m宽度的通道进入安装现场。	
3	大型消毒传递舱（传物品）	一、技术要求 ●1、功能要求：外尺寸约2300mm×1800mm×2400mm，内尺寸约2100mm×1200mm×2150mm。安装在实验动物设施受控区与非受控区之间，用于独立通风笼具（IVC）、大批量转运笼具、推车等大件物品的快速消毒和灭菌处理。投标文件中须提供产品手册相关页备查。 2、消毒因子：传递物品由干雾喷射及闪蒸方式产生的汽化过	2台

		氧化氢（VHP）和紫外线照射相结合的消毒灭菌方式。 3、芽孢杀灭效率：对枯草杆菌黑色变种芽孢的杀灭对数值≥ 5。 4、细菌杀菌效率：对铜绿假单胞菌、白色葡萄球菌、大肠杆菌、龟分枝杆菌、金色葡萄球菌的杀灭对数值≥ 5。 5、真菌杀菌效率：对白色念珠菌的杀灭对数值≥ 5。 ●6、病毒杀灭效率：对冠状病毒HCoV-229、腺病毒Ad-5、甲型流感病毒（H1N1）的杀灭对数值均≥ 6。投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 ●7、臭氧残留量：开机3min，排残6min，传递舱内臭氧残留量$\leq 0.16\text{mg}/\text{m}^3$。投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 ●8、紫外线泄露量：距离过氧化氢传递舱周边左、中、右垂直距离30cm处，紫外线强度均$\leq 1\text{ }\mu\text{W}/\text{cm}^2$，符合GB28235-2020《紫外线消毒器卫生要求》紫外线泄露量的要求。投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 9、舱门观察窗玻璃：舱门观察窗玻璃采用具备3C认证的不小于5mm厚防紫外钢化玻璃。 10、传递物品传递舱内VHP发生器智能运行要求：内置式VHP发生器控制系统与传递舱采用PLC进行联机控制，在传递舱与VHP发生器之间可实现通讯连接，在传递舱正常使用时，VHP发生器受控于传递舱智能化操控系统，可实现无人值守。 11、应急手动开关：传递舱应配备应急手动开关，正常状态采用PLC控制系统，故障应急状态可以手动控制传递舱启停。 12、内部照明系统：传递舱内部安装LED灯光源，采用智能节能控制，消毒完成时灯亮，取出物品后自动熄灭，便于观察消毒物品状态。 13、密封门要求：传递物品内外门均采用充气式密封门，门开度可达110°，舱内压力100Pa，每小时泄漏率$\leq 5\%$。 14、材质要求：内部316镜面不锈钢抛光板不低于2mm厚，舱外采用304不锈钢。 15、互锁装置：采用电子互锁和机械锁。 16、控制系统：采用PLC控制，不小于10寸彩色触摸屏，实时	
--	--	--	--

		显示工作过程中的温度、消毒时间、消毒因子浓度等参数，并具有操作权限保护功能，消毒完成自动提示。 17、自动消毒程序：预设物品消毒、动物转运笼具消毒、物品灭菌等程序，可自定义设置消毒和灭菌流程。 18、加热系统：传递物品传递舱采用PTC陶瓷半导体对舱内空气进行加热，以防止VHP凝结影响消毒灭菌效果。 19、传感器要求：应具备温湿度传感器、压差传感器、过氧化氢传感器（传物品），所有传感器采用高性能、高精度、安全可靠、运行稳定的产品。 20、记录方式：配有嵌入式打印机，对消毒过程中的参数、工艺过程数据进行记录打印，同时开放数据接口，可将消毒过程数据传输到中控电脑储存。提供打印机照片、打印结果复印件、数据接口照片备查。 21、安全保障系统：具备过氧化氢危险警示、舱外紧急停止、舱内人员逃生功能。 22、安装方式：设备现场组合式装配，所有部件能够通过1.2m宽度的通道进入安装现场。	
4	动物自动饮水	一、技术要求 1、氯化复压系统：配置高精度加氯系统，确保饮用水中的游离氯在1.6 ppm至2.0 ppm之间，饮用水保持完全无菌；氯加注器采用容积隔膜式，可设置冲程长度和频率；无菌溶液配比箱≥200L，材料为聚乙烯材质，密闭箱按公升为标示刻度。复压分配泵为双联泵系统，可一备一用，泵组控制系统可自行分辨当一个泵体出现故障时，自动切换到另一个泵组，单泵能长期运行，并通过现场和远程的方式通知用户，泵组带有过载保护功能，带有空转缺水保护，泵组采用316钝化不锈钢材质，流量≥1t/h，扬程≥20m；压力储罐容量≥120L；每个无菌储罐的容积≥1200L，配置0.22 μm的除菌呼吸过滤器。 2、不锈钢房间分配系统：夹层主管道外径≥19mm，厚度≥0.8mm，夹层内的施工工艺为自动焊，焊接完成后进行酸洗钝化；房间分配管道外径≥12mm，厚度≥0.8mm，管道在所有的构造焊接后，进行外部电抛光和钝化，内表面光洁度≤1.6 μm。管道、管件关闭阀都采用卫生级洁净连接件，内表面光洁度≤1.6 μm。	1套

	3、减压站：减压站可显示高压和低压、水流、电磁阀状态。压力调整器接触液体部分的材质采用316不锈钢材质，隔膜采用硅树脂材质，直径$\geq 150\text{mm}$。减压站通过压力调整器可以将动物喝水的压力调节到实验动物适合饮用的压力范围，还能够每日定时高压冲洗。减压站内电磁阀的主体材料采用316L不锈钢材质，线圈采用一体式环氧树脂外包材质，隔膜采用聚四氟乙烯材质。 4、内联站：内联站为一端焊接有快速断开接头的预制管道，快速接口组件材质采用316L等级的不锈钢。内联站的软管采用PA材质，耐氯性$\geq 20\text{ppm}$。 5、自动控制系统：自动控制系统的中央控制器配置输入输出面板、电源和端口交换机，为表面安装式不锈钢机柜。满足以下功能：智能感知水流，检测漏水点，电脑控制排放，每天定时排放管道内滞留不动的水。 6、远程报警指示器：可提供可听和可见的警报信号，并在中央控制器检测到任何警报情况时可将信号传送到用户终端或任何远程设备。 7、移动消毒站：包括一个安装在小推车上的储罐/搅拌罐、潜水泵、不锈钢快速断开插座和一个长度$\geq 2.4\text{m}$的供水软管，用于在线冲洗和消毒，储液箱容量$\geq 70\text{L}$，配潜于水下的潜水泵。 8、自动饮水支管和饮水阀系统：管道和接头使用316等级的不锈钢材质，支管总成的耐受温度$\geq 140^{\circ}\text{C}$；管道直径≥ 12毫米，管道壁厚≥ 0.8毫米，饮水支管总成后能承受$\leq 1\text{bar}$的压力。采用洁净连接件进行现场拼装，经过电解抛光从而保证所有管道表面粗糙度的一致性，避免切割过程中带入异物；安装现场不得有管道焊接等操作，所有管道必须为预制。饮水阀为固定式，前端安装硅橡胶材质的保护隔膜。饮水阀的流量在15psi下应控制在每分钟$400\text{--}450$毫升。 二、其他要求 ●1、制水端的出水要求：达到无菌要求，投标文件中须提供自2021年1月1日至今，使用过该饮水系统的实验动物设施案例证明文件：①制水端水质检测报告（该自动饮水系统验收合格后投入的报告，显示结果为合格、未检出或阴性“-”	
--	--	--

		等)；②验收报告复印件。 2、漏水率要求：因自动饮水系统产品本身质量问题造成的每日的漏水率不超过十万分之三。	
5	紫外传递窗	一、技术要求 1、内净尺寸:约600mm(W)*600mm(D)*600mm(H)。 2、材质：全304不锈钢材质制作，不锈钢厚度不低于1.2mm。 3、互锁：双门磁力锁互锁，始终处于互锁状态。 4、紫外线杀菌灯：三侧布置，杀菌无死角。 5、强制杀菌定时控制系统：带液晶显示及触点按钮。 6、玻璃门：双层中空玻璃门，不低于5mm丝印黑边钢化玻璃，嵌入式门体安装。 7、工艺：内底R45度圆弧角。 8、电源：三孔电源插座，电源220V，50HZ。	10台
6	生物安全柜	一、技术要求 1、整体要求：A2型生物安全柜，过滤器等级U15，下降风速$\geq 0.33\text{m/s}$，流入风速$\geq 0.53\text{m/s}$，噪声$\leq 67\text{dB(A)}$。 ●2、过滤效率及洁净度：送风和排风过滤器均采用ULPA高效过滤器。对$0.12\mu\text{m}$颗粒过滤效率$\geq 99.9995\%$。工作区内部洁净度可达1级，投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 3、控制器：不小于4.3寸显示器+实体按钮，可实时显示流入风速，下降风速数据、移门位置、过滤器寿命等信息。 4、人员安全性：用碘化钾(KI)法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×10^5。 5、产品安全性：菌落数$\leq 5\text{CFU/次}$。 6、交叉污染安全性：菌落数$\leq 2\text{CFU/次}$。 7、结构功能：安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用大圆角处理。工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内。 8、前窗玻璃：选用钢化安全玻璃，即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束。 9、显示：实时显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮	2台

		是过滤器寿命到期，运行状态全部显示。 10、紫外灯：具有紫外灯预约定时功能，能自动设定紫外灯开启、关闭消毒时间。 11、气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。 ●12、风机：选择直流马达。A2生物安全柜分别设置送风风机和排风风机，可以分别调整流入和下降气流流速。投标文件中须提供相关产品介绍资料。 13、玻璃门不在安全高度可进行报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警。 14、过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警。 15、过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警。 16、气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警。 17、安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害；紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害。	
7	超净工作台	一、技术要求 ●1、过滤效率：送风过滤器采用HEPA高效过滤器，对0.3 μm 颗粒过滤效率≥99.995%。投标文件中须提供相关证明材料。 2、结构功能：工作台工作区台面用优质304#不锈钢结构，两侧为透明钢化玻璃视窗。工作台过滤器和风机的维修、更换，都可在工作台的前侧进行。 3、前窗玻璃：选用钢化安全玻璃，即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物工作台还能正常工作，直到实验结束。 4、显示：全参数显示,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示工作台的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示。	1套

		5、紫外灯：预约定时功能，能自动设定紫外灯开启、关闭消毒时间。 ●6、风机：选择EC直流马达，投标文件中须提供相关产品介绍资料。 7、玻璃门不在安全高度可以报警：玻璃门安全高度为200mm，当工作台前侧高于或低于安全高度时，工作台会声光报警。 8、过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，工作台会声光报警。 9、过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警。 10、气流波动报警：当工作台的气流波动超过标称值的20%时，声光报警。 11、安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害；紫外灯与工作台玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害。	
8	大动物手术床	一、技术要求 1、台面设计：采用双板不锈钢台面，可翻转成 V 型。不锈钢面手术台，双板台面有利于手术时固定动物，可将动物固定在与地面呈垂直状态。 2、升降及倾斜功能：手术台采用液压系统实现升降，高度可在 700-1400mm 之间调节，工作台面左右可倾斜 0-45°，前后分别可倾斜至少5°，便于医护人员根据手术操作需要调整患者体位。 3、台面材质：采用 304 不锈钢制作，具有耐高温、防腐、防锈等特性，易于清洁和消毒，能够满足手术室的卫生要求，内侧镶嵌不低于25mm包木芯板，保证台面局部与整体强度。 4、框架材质：采用304不锈钢60mmx40mmx2mm矩形管，具有耐高温、防腐、防锈等特性。	2台
9	手术室无影灯（双头）	一、技术要求 ●1、灯：高强度超薄灯头子母灯，一体化设计，符合层流要求，投标文件中须提供相关证明文件。 ●2、光源：采用暖白色LED作为无影灯光源，环保、低能耗LED灯泡，灯泡寿命：≥60000小时，投标文件中须提供国家	2台

		认可的第三方检测机构出具的检测报告。 3、LED要求：LED不产生红外线和紫外线辐射，无卤素无影灯对创面造成的温升和组织损伤，加快术后伤口愈合，并且没有辐射污染。LED色温恒定，色温色彩不衰减，柔和不刺眼，非常接近自然太阳光线。独立的LED光源具有专门电路芯片控制。 4、光照可调节级数：无极调光，十段连续显示，调整范围10%-100%，具有背景灯照度：≥ 30 Lux。 5、电磁波干扰：采用抑制电磁波干扰设计，避免与手术室内其它设备产生相互的干扰。 6、平衡系统：采用合金大臂组件，大于五组万象关节联动，具备疲劳校正装置和定位手感调节装置，常时间使用后便于定位调校。 7、灯盘回转半径：$\geq 182\text{cm}$，灯头可下拉近垂直地面，方便各种角度的照明。灯头周边一体化ABS操作拉手和中置操作手柄。 二、其他要求 1. 产品生产：投标文件中需提供承诺函，承诺所投产品为该品牌厂家原厂生产，不属于第三方公司代工贴牌产品，承诺函格式自拟。。 2、售后服务：投标人除能提供24小时工程师免费热线服务以外，还应具有专业技术人员保障，确保服务及时到位，工程师必须每季度免费上门保养设备一次，并且进行回访工作。	
10	手术室无影灯（单头）	一、技术要求 ●1、灯：高强度超薄灯头子母灯，一体化设计，符合层流要求，投标文件中须提供相关证明文件。投标文件中须提供相关证明材料。 ●2、光源：采用暖白色LED作为无影灯光源，环保、低能耗LED灯泡，灯泡寿命：≥ 60000小时，投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 3、LED要求：LED不产生红外线和紫外线辐射，无卤素无影灯对创面造成的温升和组织损伤，加快术后伤口愈合，并且没有辐射污染。LED色温恒定，色温色彩不衰减，柔和不刺眼，非常接近自然太阳光线。独立的LED光源具有专门电路芯片控	2台

		制。 4、光照可调节级数：无极调光，十段连续显示,调整范围10%-100%，具有背景灯照度：≥ 30 Lux。 5、电磁波干扰：采用抑制电磁波干扰设计，避免与手术室内其它设备产生相互的干扰。 6、平衡系统：采用合金大臂组件，大于五组万象关节联动，具备疲劳校正装置和定位手感调节装置，常时间使用后便于定位调校。 7、灯盘回转半径：$\geq 182\text{cm}$，灯头可下拉近垂直地面，方便各种角度的照明。灯头周边一体化ABS操作拉手和中置操作手柄。 二、其他要求 1. 产品生产：投标文件中需提供承诺函，承诺所投产品为该品牌厂家原厂生产，不属于第三方公司代工贴牌产品，承诺函格式自拟。 2、售后服务：投标人除能提供24小时工程师免费热线服务以外，还应具有专业技术人员保障，确保服务及时到位，工程师必须每季度免费上门保养设备一次，并且进行回访工作。	
11	手术室吊塔	一、技术要求 ●1、整体要求：吊塔通过电气分离设计装置。托盘承载重量$\geq 80\text{Kg}$，带抽屉的托盘承载重量$\geq 50\text{Kg}$，抽屉承载重量$\geq 20\text{Kg}$，保持4小时，不变形，不破坏。吊塔通过四倍承重系数安全负载装置。通过静态力负荷测试，负载状态下，悬臂角度相对于水平位置的角度偏移量$\leq 1.5^\circ$。以上各项投标文件中须提供权威检测机构出具的检测报告证明材料扫描件。 2、悬臂外科塔：能在大范围内远近距离移动。多关节340度旋转。可以根据需要便捷地移至手术台任何区域。准确调节终端位置。 二、其他要求 1. 产品生产：投标文件中需提供承诺函，承诺所投产品为该品牌厂家原厂生产，不属于第三方公司代工贴牌产品，承诺函格式自拟。 2、售后服务：投标人除能提供24小时工程师免费热线服务以外，还应具有专业技术人员保障，确保服务及时到位，工程	2台

		师必须每季度免费上门保养设备一次，并且进行回访工作。	
12	实验台	一、技术要求 1、尺寸规格：约2700mm*750mm*850mm，6套；3350mm*750mm*850mm，1套；约3300mm*750mm*850mm，1套；约3500mm*750mm，含洗刷水池1套；约2800mm*750mm+1800mm*750mm，1套；约7500mm*750mm，含洗刷水池，1套；约5370mm*750mm，带洗刷水池1套。以上尺寸均为参考尺寸，最后以满足设计要求和现场测量为准。 2、柜体整体要求：柜体采用不小于1.0mm厚冷轧钢板，柜体两面侧板与背板必须是一体折弯成型结构，侧板与背板不得采用拼接工艺，确保柜体结构的承重性和稳定性，全钢柜体钣金构件间应采用连续角焊缝或对接焊缝实施满焊作业。焊后应通过机械打磨、抛光等表面处理工艺，消除焊缝余高、咬边、焊瘤等缺陷，确保表面平面度$\leq 0.5\text{mm}$，粗糙度$Ra \leq 12.5\mu\text{m}$，形成连续光滑的A级表面。 3、柜体表面：柜体表面喷涂环氧树脂粉末，喷涂厚度$\geq 75\mu\text{m}$，表面喷涂均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。 4、柜门、抽屉面板：不小于20mm厚，采用双层设计，不小于1.0mm厚冷轧钢板，中间填充隔音材料，柜门及抽屉内侧装有防撞贴，抽屉底部和四面抽墙为一体折弯成型。所有柜体四周及顶部表面和打开门板抽屉及柜体内部结构在可视范围内不得有焊点影响柜子美观度。 5、合页：304不锈钢合页，开启角度达180度以上。合页功能依据QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》检测标准，在使用调整系统前，安装A型试验门时，其下沉量不应大于2.0mm。 ●6、合页盐雾测试：依据QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中心盐雾试验（NSS）法》检测标准，经过480小时中性盐雾测试，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥ 10级，镀（涂）层对基体耐腐蚀等级≥ 10级。投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 ●7、抽屉导轨：三节静音轨道，开合平稳，承重力强，耐磨；其性能要求达到以下条件，投标文件中须提供国家认可	12套

		的第三方检测机构出具的检测报告： 1) 依据QB/T 2454-2013标准要求垂直向下静载荷200N，水平侧向静载荷100N，猛开或猛关各10次，均无损坏。2) 依据QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》和QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》检测标准，中性盐雾试验≥ 480小时，(涂)层镀对基体的保护等级≥ 10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥ 10级。 8、座位空间：前侧横梁式，后侧配封板，不小于1.0mm厚冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末，喷涂厚度$\geq 75\mu\text{m}$。 9、踢脚板：除正面凹入部分外，两侧需与柜体钢板一体成型，不得以小料拼接烧焊制作，以确保整体承重能力。 10、地脚：采用不锈钢可调整支撑脚，支撑稳固，可根据现场地面自由调节水平高度；采用隐藏式内嵌结构，安装后无外露部件，有效减少积尘，符合实验室洁净使用要求。 11、配件：所有柜子配件组装需采用编号SS304以上的不锈钢螺丝，以免螺丝生锈。 ●12、钢板其他要求：依据GB/T 1720-2020标准，漆膜附着力≤ 1级；依据QB/T 3827-1999标准或GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准，耐腐蚀试验通过 48h 乙酸盐雾试验，外观评级≥ 9级。投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 13、实验台强度、独立式实验台稳定性：水平冲击稳定性试验(不低于质量50kg，高度40mm)，产品不应倾翻。 14、台面：台面采用$\geq 18\text{mm}$岩板级陶瓷，属于A1级别不燃材料；一体实芯黑色坯体烧制，中间无黄锈色夹层；使用进口釉面，漫反射性能好，呈现高光哑光色泽，陶瓷表面平整无橘皮状，平整无凹凸。	
13	渡槽	一、技术要求 1、整体材质：应为SUS304不锈钢，耐腐蚀、耐高温，可配备多种消毒液，以适应不同的消毒需求。 2、设备外形尺寸：参考尺寸1850mmX900mmX980mm，须满足图纸设计要求。 3、整体要求：各处焊缝圆润光滑，无焊渣，易清洗。内部采	1台

		用机械压紧式密闭门及互锁密结构。缸体及法兰焊缝均应采用满焊无气孔，整体无泄漏。需配备排水管快接接头及球阀，可快速进行排水操作。	
14	DPF 猪 自动化 笼具	一、技术要求 1、整机电源供应：380V/50Hz/1.5Kw，除运行电机外，其它部件均采用不高于24V安全电压。 2、设备整外形尺寸：定制×1350×2050(长×宽×高)mm；(非标定制设备，长度依笼舍数量变化) 3、工况要求：工作环境温度5~ 55℃，相对湿度40-90%。设备满负荷运行时的噪音低于60dB。 4、笼舍材料及主要部件材料：为SUS304不锈钢，设备边角均采用弧度角设计，焊缝圆润光滑，无焊渣。可高温高压灭菌，易清洗。与动物直接接触部分的材料均符合动物的健康和福利要求，能经受气体、液体、清洁剂、消毒剂及去污操作等的腐蚀。材料结构稳定，有足够的强度，具有防火耐潮能力； 6、安装方式：散件进场，可灵活拆装，连接部件位置合理、牢固，接头、管道封堵可靠。 7、笼舍：每个饲养笼舍内底面积≥1.2 m²，且笼舍四周挡板高度1.2m，符合《GB14925-2023 实验动物 环境及设施》相关要求，。 8、漏粪板：漏粪板材质为增强性尼龙，为全新料，整体耐磨耐腐蚀，抗老化，不积粪，易清洗，可灵活拆卸。单位面积承重≥100kg/m²。 9、笼位内部：均应具备安全设计，所有边角均圆滑、无尖锐的突起。动物不易撕咬、咀嚼。内部漏粪板边缘具备3度以上斜坡。方便粪尿下泄。 10、笼舍门：开关灵活方便，并安装防逃逸装置，防止动物自己打开笼具或打开时发生意外伤害或逃逸。 11、输送带：材质为PVC/织物混编，抗酸碱、耐腐蚀、易清洗。 ●12、输送单元：保证粪污运输过程不外泄外溢，避免操作区域受到污染。运行时平稳可靠，具备运行轨迹自动纠偏功能。投标文件中须提供投标产品此部件图片。 ●13、污物收集单元和输送单元：输送单元必须保证粪污运	10笼

	输过程不外泄外溢，避免操作区域受到污染。运行时平稳可靠，具备运行轨迹自动纠偏功能。投标文件中须提供投标产品此部件图片。 ●14、输送带后端：配备多段可拆式刮刀，刮刀能在有效刮净输送带表面的同时不损伤输送带表面，刮刀模块可不使用工具进行快速拆装及更换。投标文件中须提供投标产品此部件图片。 15、污物收集单元和输送单元：应具备全自动消毒功能，可对输送带、污物收集箱进行有效清洗消毒。消毒清洗单元应配备液位检测和报警功能，污物收集箱配备污水液位报警功能。 16、笼舍气流组织：设备各笼舍内部均能有效建立垂直气流组织，有效控制笼舍内部空气湿度和污染物气溶胶扩散及外溢。笼舍底部配备排风管路，有效建立气流导向。 17、设备主机及附属设备：在重要位置具有操作说明、警示性文字及相关警示符号，所有标志和文字应正确、清晰、端正、牢固； 18、设备主机：具备不小于15英寸触摸屏，高透光，至少具备十点触控功能。提供多种运行模式，可自主设定参数，选择自动模式或自定义模式运行。可支持365*24小时全天候稳定运行。 19、设备主机内中央控制系统：内置智能化上位机操作软件。具备高性能实时数据处理及存储功能。具备分布式报警、事件处理功能，同时支持报警、事件网络数据断线存储、恢复功能。 20、设备主机内中央控制系统：配备控件对象容器接口集，可直接调取本机其他操作程序。内部集成报表设计工具，提供丰富的报表功能。操作人员可下载保存相关历史数据。 21、设备主机内中央控制系统：内置笼舍实时运行数据采集及修改功能，具备网络通讯功能及历史数据存储功能。 22、设备主机内中央控制系统：具备一键恢复功能，当系统异常时，可进行一键恢复还原至出厂模式。所有必要的工艺操作均可在设备主机内中央控制系统进行触控操作，人机交互界面层级清晰，操作逻辑简单。系统应具备信息安全管理	
--	---	--

		功能，内置至少3级用户分层权限管理，防止无关人员登陆修改设置信息。可为每个用户独立创建唯一的用户名及密码。仅系统管理员可新增、修改、删除各级账户，并重置密码。 25、设备主机要求：主机内具备总电源开关，急停按钮之外，配备手动/自动转换按钮和主要功能的紧急手动操作按钮。系统配备手/自切换功能，当系统发生异常时，可快速切换至手动模式，手动模式仍具备设备正常状态80%以上功能。主控制器具有良好的通讯和控制功能，响应时间快，运行稳定。具备掉电保持功能，恢复电力后，完成自检后可按原参数自动运行。设备主机具备故障报警功能，设备发生故障时，触屏发出故障报警提示，并可根据报警提示进行故障排查。	
15	保育床	1、整体要求：参考尺寸约1900mm*2200mm*1200mm，笼舍材料及主要部件材料全部为SUS304不锈钢。 2、安装方式：散件进场，可灵活拆装，连接部件位置合理、牢固，接头、管道封堵可靠。 ●3、结构工艺：踏板采用复合材质猪用漏粪板（防滑，承重力强）。主框架采用不小于30mm*30mm*1.2mm（实际厚度不小于1.15mm）方管，30mm*40mm*1.2mm（实际厚度不小于1.15mm）矩形管，圆管直径不小于19mm*1.2mm（实际厚度不小于1.15mm），挡板不小于1.2mm厚不锈钢板，连接螺栓孔全部焊接不锈钢套管，增强连接强度，底部带坡度开放式粪便盘，方便冲洗。带饮水器，记录卡片盒，带脚轮，带可调支撑脚杯。笼舍四周挡板高度不高于动物眼部高度。可高温高压灭菌，易清洗。内部具备安全设计，所有边角均圆滑、无尖锐的凸起。动物不易撕咬、咀嚼。投标文件中须提供设计图纸。 4、焊接工艺：焊缝圆润光滑，无焊渣，焊道表面清洗处理。 5、承重：单位面积承重$\geq 100\text{kg/m}^2$。 6、料槽：可取下式翻斗料槽，料槽底部大圆弧过渡，材质：304不锈钢，尺寸：约380*300*400mm。	18套
16	猪床	1、整体要求：参考尺寸约2000mm*2000mm*1200mm，笼舍材料及主要部件材料全部为SUS304不锈钢。 2、安装方式：散件进场，可灵活拆装，连接部件位置合理、牢固，接头、管道封堵可靠。	2套

		3、结构工艺：踏板采用复合材质猪用漏粪板（防滑，承重力强）。主框架采用不小于30mm*30mm*1.2mm（实际厚度不小于1.15mm）方管，30mm*40mm*1.2mm（实际厚度不小于1.15mm）矩形管，圆管直径不小于19mm*1.2mm（实际厚度不小于1.15mm），挡板不小于1.2mm厚不锈钢板，连接螺栓孔全部焊接不锈钢套管，增强连接强度，底部带坡度开放式粪便盘，方便冲洗。带饮水器，记录卡片盒，带脚轮，带可调支撑脚杯。笼舍四周挡板高度不高于动物眼部高度。可高温高压灭菌，易清洗。内部具备安全设计，所有边角均圆滑、无尖锐的突起。动物不易撕咬、咀嚼。 4、焊接工艺：焊缝圆润光滑，无焊渣，焊道表面清洗处理。 5、承重：单位面积承重$\geq 200\text{kg/m}^2$。 6、料槽：可取下式翻斗料槽，料槽底部大圆弧过渡，材质：304不锈钢，尺寸：约380mm*300mm*400mm。	
17	猪床	1、整体要求：参考尺寸约2000mm*3000mm*1200mm，笼舍材料及主要部件材料全部为SUS304不锈钢。 2、安装方式：散件进场，可灵活拆装，连接部件位置合理、牢固，接头、管道封堵可靠。 ●3、结构工艺：踏板采用复合材质猪用漏粪板（防滑，承重力强）。主框架采用不小于30mm*30mm*1.2mm（实际厚度不小于1.15mm）方管，30mm*40mm*1.2mm（实际厚度不小于1.15mm）矩形管，圆管直径不小于19mm*1.2mm（实际厚度不小于1.15mm），挡板不小于1.2mm厚不锈钢板，连接螺栓孔全部焊接不锈钢套管，增强连接强度，底部带坡度开放式粪便盘，方便冲洗。带饮水器，记录卡片盒，带脚轮，带可调支撑脚杯。笼舍四周挡板高度不高于动物眼部高度。可高温高压灭菌，易清洗。内部具备安全设计，所有边角均圆滑、无尖锐的凸起。动物不易撕咬、咀嚼。投标文件中须提供设计图纸。 4、焊接工艺：焊缝圆润光滑，无焊渣，焊道表面清洗处理。 5、承重：单位面积承重$\geq 200\text{kg/m}^2$。 6、料槽：可取下式翻斗料槽，料槽底部大圆弧过渡，材质：304不锈钢，尺寸：约380mm*300mm*400mm。	56套
18	猪床	1、整体要求：参考尺寸约1500mm*2000mm*1200mm，笼舍材料	3套

		及主要部件材料全部为SUS304不锈钢。 2、安装方式：散件进场，可灵活拆装，连接部件位置合理、牢固，接头、管道封堵可靠。 3、结构工艺：踏板采用复合材质猪用漏粪板（防滑，承重力强）。主框架采用不小于30mm*30mm*1.2mm（实际厚度不小于1.15mm）方管，30mm*40mm*1.2mm（实际厚度不小于1.15mm）矩形管，圆管直径不小于19mm*1.2mm（实际厚度不小于1.15mm），挡板不小于1.2mm厚不锈钢板，连接螺栓孔全部焊接不锈钢套管，增强连接强度，底部带坡度开放式粪便盘，方便冲洗。带饮水器，记录卡片盒，带脚轮，带可调支撑脚杯。笼舍四周挡板高度不高于动物眼部高度。可高温高压灭菌，易清洗。内部具备安全设计，所有边角均圆滑、无尖锐的突起。动物不易撕咬、咀嚼。 4、焊接工艺：焊缝圆润光滑，无焊渣，焊道表面清洗处理。 5、承重：单位面积承重$\geq 200\text{kg/m}^2$。 6、料槽：可取下式翻斗料槽，料槽底部大圆弧过渡，材质：304不锈钢，尺寸：约380mm*300mm*400mm。	
19	产床	1、整体要求：参考尺寸约1900mm*2200mm*1200mm，笼舍材料及主要部件材料全部为SUS304不锈钢。 2、安装方式：散件进场，可灵活拆装，连接部件位置合理、牢固，接头、管道封堵可靠。 3、结构工艺：产床踏板采用复合材质猪用漏粪板（防滑，承重力强）。左边为小猪位，中间为母猪位，带母猪限位栏，保护小猪不被压伤。右边为保温区，保温区带电热板，带饮水器，记录卡片盒，主框架采用不小于30mm*30mm*1.2mm（实际厚度不小于1.15mm）方管，30mm*40mm*1.2mm（实际厚度不小于1.15mm）矩形管，圆管直径不小于19mm*1.2mm（实际厚度不小于1.15mm），挡板不小于1.2mm厚不锈钢板，连接螺栓孔全部焊接不锈钢套管，增强连接强度，底部带坡度开放式粪便盘，方便冲洗。带脚轮，带可调支撑脚杯。笼舍四周挡板高度不高于动物眼部高度。可高温高压灭菌，易清洗。内部具备安全设计，所有边角均圆滑、无尖锐的突起。动物不易撕咬、咀嚼。 4、焊接工艺：焊缝圆润光滑，无焊渣，焊道表面清洗处理。	18套

		5、承重：单位面积承重 $\geq 200\text{kg}/\text{m}^2$ 。 6、料槽：可取下式翻斗料槽，料槽底部大圆弧过渡，材质：304不锈钢，尺寸：约380mm*300mm*400mm。	
20	限位猪床	1、整体要求：参考尺寸约700mm*2200mm*1200mm，笼舍材料及主要部件材料全部为SUS304不锈钢。 2、安装方式：散件进场，可灵活拆装，连接部件位置合理、牢固，接头、管道封堵可靠。 3、结构工艺：踏板采用复合材质猪用漏粪板（防滑，承重力强）。主框架采用不小于30mm*30mm*1.2mm（实际厚度不小于1.15mm）方管，30mm*40mm*1.2mm（实际厚度不小于1.15mm）矩形管，圆管直径不小于19mm*1.2mm（实际厚度不小于1.15mm），挡板不小于1.2mm厚不锈钢板，连接螺栓孔全部焊接不锈钢套管，增强连接强度，底部带坡度开放式粪便盘，方便冲洗。带脚轮，带可调支撑脚杯。笼舍四周挡板高度不高于动物眼部高度。可高温高压灭菌，易清洗。内部具备安全设计，所有边角均圆滑、无尖锐的突起。动物不易撕咬、咀嚼。 4、焊接工艺：焊缝圆润光滑，无焊渣，焊道表面清洗处理。 5、承重：单位面积承重 $\geq 200\text{kg}/\text{m}^2$ 。 6、料槽：可取下式翻斗料槽，料槽底部大圆弧过渡，材质：304不锈钢，尺寸：约38mm0*300mm*400mm。	20套
21	仔猪保温箱	1、尺寸：参考尺寸约1000mm*500mm*600mm。内部具备安全设计，所有边角均圆滑、无尖锐的突起。动物不易撕咬、咀嚼。 2、承重：单位面积承重 $\geq 100\text{kg}/\text{m}^2$ 。	8套

三、报价要求

本项目报总价，投标报价包括本项目需求（包含招标文件要求内容、投标文件承诺内容、评标过程澄清修改内容等）的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用，中标后采购人不再另行支付任何费用，**投标分项报价表中须明确列出所投产品所含货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致投标无效。**

第四章 评标方法和标准（综合评分法）

一、总则

本项目将按照招标文件第二章 投标人须知的相关要求及本章的规定评标。

二、评标方法

2.1 资格审查

资格审查表			
序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	营业执照等证明文件	(1) 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照； (2) 投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； (3) 投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件； (4) 投标人是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照； (5) 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。联合体投标的联合体各方均须提供。
2	投标人资格声明书	提供符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	详见第六章投标文件格式。
3	投标人信用记录	投标人不得存在投标人须知正文第 14.2 条中的不良信用记录情形	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。
4	中小企业声明函(本项目不适用)	提供符合招标文件要求的《中小企业声明函》。	详见第六章投标文件格式。
5	其他特定资格要求	见第一章《投标邀请》	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部

			内容。
--	--	--	-----

资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。

2.2 符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查表如下：

符合性审查表			
序号	审查指标	审查标准	格式要求
1	开标一览表	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章	详见第六章投标文件格式。
2	投标函	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章	详见第六章投标文件格式。
3	授权书	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章	法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章投标文件格式。
4	投标报价	符合招标文件投标人须知正文第 9 条要求	详见第六章投标文件格式。
5	进口产品	符合招标文件及相关规定对于进口产品的要求	未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品
6	进口产品针对本项目的厂家授权书或提供书面承诺书（本项目不适用）	投标人若为代理商，则须提供产品制造厂商对于本项目的授权书；授权书在投标文件中提供或书面承诺在合同签订前提供。	
7	商务响应情况	符合招标文件采购需求中对付款方式、供货及安装期限、供货及安装地点、免费质保期等实质性要求	详见第六章投标文件格式。

8	技术响应情况	符合招标文件采购需求中货物技术参数等实质性要求	详见第六章投标文件格式。
9	其他要求	符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件列明的其他实质性要求	

符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。

2.3 异常低价投标审查

异常低价投标审查表			
序号	评审指标	评审标准	格式及材料要求
1	异常低价投标审查	(1) 投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%； (2) 投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%； (3) 投标报价<采购项目最高限价（如采购项目未设定最高限价的，以采购项目预算金额作为最高限价）×65%； (4) 评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 提醒： 上述第（1）项数值计算：涉及总价、单价的精确到“分”并四舍五入，涉及费率的精确到小数点后两位，第三位四舍五入（例：如平均值为 123.456 元，即为 123.46 元；如平均值为 80.126%，即为 80.13%）。	投标人在评审现场合理的时间对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

注：

根据《关于推进解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述评审标准第（1）项至第（3）项中的数值标准，但是最高不得超过 65%。

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于评审标准中第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间（不少于 30 分钟）对投标价格作出解

释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

2.4 详细审查

2.4.1 评标委员会按照下表对投标文件进行详细审查和评分。

2.4.2 本项目综合评分满分为 100 分，其中：技术资信分值占总分值的权重为 70 %，价格分值占总分值的权重为 30 %。具体评分细则如下：

类别	评分内容	评分标准	分值范围
技术资信分 (<u>70</u> 分)	产品技术参数及要求响应情况	评委会根据投标人所投产品技术参数及要求的响应情况进行评分： 1. 标注●项作为重要指标项，每满足一项得 1 分，共 29 项，满分 29 分； 2. 无标识项作为基础指标项，超过 5 条（不含 5 条）负偏离或未响应将导致投标无效。 注： （1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 （2）以投标响应表和采购需求“二、货物需求”中要求提供的证明材料作为评审依据。 （3）为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注并标注页码。	0-29

	项目整体进度安排	根据投标人对本项目的整体进度计划安排进行综合评分： 1. 项目整体进度实施方案内容全面，针对性及可行性强，完全满足本项目采购需求，得 5 分； 2. 项目整体进度实施方案内容完整，具有针对性及可行性，适合本项目基本采购需求，得 3 分； 3. 项目整体进度实施方案内容基本完整，针对性及可行性有待改善，基本适合本项目需求的，得 1 分； 4. 未提供或无法满足采购需求，得 0 分；	0-5
	配送方案	根据投标人针对本项目的供货配送措施、安装调试方案进行评审。 配送方案：安排技术能力强且经验丰富的人员进行配送，配送时间及时，配送物流有保障，有具体详细的配送实施计划得 5 分；安排人员配送，承诺配送时间满足要求，有配送实施计划得 3 分；有人员配送，但承诺配送时间、实施计划简陋有待完善得 1 分；差或未提供方案内容的不得分。	0-5
	安装调试方案	根据投标人针对本项目的安装调试方案进行评审。安装调试方案：安排技术能力强且经验丰富的人员进行安装实施，承诺按要求安装完整，有具体详实的安装计划得 5 分；安排人员安装，承诺按要求安装完整，有安装实施计划得 3 分；有人员安装，但安装实施计划不完善有待加强得 1 分；差或未提供方案内容的不得分。	0-5

	应急服务方案	根据投标人提供的应急服务方案，对实施人员安全保障、应急组织体系及落实措施，预警与响应措施、应急程序，应急保障措施等进行综合评分： 1. 实施人员安全保障措施与应急服务制度、体系完善，针对性和可行性强，整体方案完全满足采购需求，得 5 分； 2. 具有实施人员安全保障措施与应急服务制度、体系，且针对性和可行性适合本项目基础需求，得 3 分； 3. 实施人员安全保障措施与应急服务制度、体系简洁，针对性和可行性有待提升，得 1 分； 4. 未提供或无法满足采购需求，得 0 分；	0-5
	售后服务	根据投标人提供的售后服务管理制度、故障响应时间、保障措施、维保方式、维保内容、质保期满后的维保费用、时间保证等情况由评标委员会进行综合评分： 1. 售后服务管理制度完善，有专门的售后服务团队，响应速度快，维保内容全面细致，维保方式灵活多样，有利于项目后期运行，得 5 分； 2. 售后服务管理制度较完善，维保内容较全面，细节有待提升，得 3 分； 3. 有基本的售后服务制度，维保内容较基础，得 1 分； 4. 未提供或无法满足采购需求，得 0 分。	0-5
	培训方案	培训方案：培训方案具体详细可行，满足采购需求得 5 分（承诺免费提供培训，直至采购人掌握基本操作原则，能够定期安排培训，及时为采购人解决操作过程中的问题，并随时提供技术支持等）；有培训方案，能够满足基本采购需求得 3 分；培训方案简陋，有待完善得 1 分，差或未提供方案内容的不得分。	0-5

	投标人业绩	投标人自 2021 年 1 月 1 日至今（以合同签订时间为准）每具有一份本包采购需求中▲产品供货及安装业绩的，得 3 分，满分 9 分。 注：1. 项目业绩中供货同类产品与本项目所投标注▲的产品须一致（可不同品牌，不同型号），否则该业绩不予认可； 2. 投标文件中须提供业绩合同及验收报告的扫描件或复印件，如合同或验收合格证明材料中无法体现时间或项目内容的，须另附业主盖章的相关证明文件，否则不予认可。	0-9
	体系认证	投标人具有状态为有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，全部满足得 2 分，本项最多 2 分，未提供和缺项均不得分； 注：投标文件须提供①相关证书复印件；②全国认证认可信息公共服务平台查询网页截图，否则不得分。	0-2
价格分 (30 分)	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 30 % × 100		

2.4.3 分值汇总

(1) 评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，并汇总每个投标人的得分。取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该投标人的技术资信分。

(2) 将投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。

第五章 政府采购合同

(仅供参考)

第一部分 合同书

项目名称：安徽医科大学 2026 年转化医学实验中心实验室配套基础设备采购
项目

项目编号: FS34000120267940 号/ZB202608015

甲方（采购人）：安徽医科大学

乙方（中标人）：_____

签订地: _____

安徽医科大学（以下简称：甲方）通过鼎信数智技术集团股份有限公司组织的公开招标方式采购活动，经评标委员会评定， （中标人名称）（以下简称：乙方）为本项目中标人，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位	数量	生产厂商
1						
2						
3						
.....						

1.3 价款

本合同总价为：¥ 元（大写：人民币 元）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
1		
2		
3		
.....		
总价		

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式： 合同签订生效，全部设备到货后支付合同价的 40%，安装调试完

毕并验收合格后支付剩余合同价款。（采购人若须提供发票，必须开具符合要求的正规发票，除法律法规约定情形外）；

1.4.2 发票开具方式：中标人须在采购人付款前提供增值税专用发票至采购人，属于税法规定不得开具增值税专用发票的情况，可提供增值税普通发票。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：_____；

1.5.2 交付地点：_____；

1.5.3 交付方式：_____。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的1%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的1%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人都均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权

利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 验收要求

（一）质量标准

卖方保证提供的服务质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及卖方相关服务标准及相应的技术规范中之较高者。

（二）验收组织

买方负责组织验收工作，大型或者复杂的政府采购项目，必须邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

（三）验收程序

- 1.成立验收小组，验收人员应由买方代表和技术专家组成。
- 2.验收前要编制验收表格。
- 3.验收时双方要按照验收表格逐项验收。
- 4.验收方出具验收报告。

1.8 售后服务

（一）项目验收结束后，提供__年后续免费维保服务。

（二）根据买方按检验标准自己检验或委托有资质的相关质检机构检验的检验结果，发现服务的质量或性能与采购合同不符；或者在质量保证期内，证实服务是存在缺陷（包括潜在的缺陷等），买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后 2 天内免费维修或更换有缺陷的部分。

（三）如卖方在收到通知后在采购合同规定时间内，没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

（四）若卖方在质量保修期内未能完成本合同约定的保修责任，买方将追究其违约责任，并要求卖方承担因违约给买方造成的经济损失等。

1.9 履约保证金

本项目履约保证金为_____元(人民币大写：_____元)，收受人（受益人）为安徽医科大学，期限为：验收合格且无违约情形下一次性退还。如卖方未能按期履行合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。

2.0 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1 种方式解决：

2.0.1 将争议提交 合肥仲裁委员会 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

2.0.2 向 合肥市蜀山区 人民法院起诉。

2.1 合同生效

本合同一式陆份，自双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。

甲方： （单位盖章）

法定代表人

或授权代表（签字）：

时间： 年 月 日

乙方： （单位盖章）

法定代表人

或授权代表（签字）：

时间： 年 月 日

见证方： （单位盖章）

法定代表人

或授权代表（签字）：

时间： 年 月 日

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “货物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物在通过验收并交付前，货物毁损、灭失的风险由乙方负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间，否则视为不延期。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间

内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外, 合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书写、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 履约保证金

2.20.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价 2.5%的履约保证金；

2.20.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起___个工作日内，在乙方无违约的情形下，甲方应将履约保证金无息退还乙方；

2.20.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容
例如:2.21	本合同一式陆份，自双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。
....	

第六章 投标文件格式

投
标
文
件

项目名称：_____

项目编号：_____

投 标 人：_____

__年__月__日

一、开标一览表

项目名称	
投标人全称	
投标范围	全部
投标报价	大写： _____ 小写： _____
其他	

投标人电子签章： _____

日 期： _____

注：

- 1. 此表用于开标唱标之用。
- 2. 表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。
- 3. 表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

二、投标函

致：采购人

根据贵方的招标公告和投标邀请，我方兹宣布同意如下：

1. 我方根据招标文件的规定，严格履行合同的 responsibility 和义务，并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。
2. 我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。
3. 我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。
4. 我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

三. 投标人资格声明书

致：采购人

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- （五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- （六）与我单位负责人为同一人、存在直接控股及管理关系的单位如下表：

我单位名称（全称）		
我单位法定代表人 /单位负责人	姓 名	
	身份证号	
单位负责人为同一人的单位	单位名称： _____	
存在直接控股关系的单位	直接控股我单位的单位	全称： _____， 出资比例： _____ %
	我单位直接控股的单位	全称： _____， 出资比例： _____ %
存在直接管理关系的单位	直接管理我单位	管理单位全称： _____， 管理单位全称： _____， • • •
	我单位直接管理	单位全称： _____， 单位全称： _____， • • •
备注：		

注：（1）直接控股关系是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人，以下同）。

（2）直接管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在直接管理与被管理关系的单位。

（3）如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

四、授权书

本授权书声明：_____（投标人名称）授权_____（投标人授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件：

授权代表联系方式：_____（请填写手机号码）

特此声明。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

注：

1. 本项目只允许有唯一的投标人授权代表，提供身份证明扫描件；
2. 法定代表人参加投标的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。

五、投标分项报价表

5-1 货物部分

序号	货物名称	品牌、型号规格	原产地及生产厂商	单位	数量	单价（元）	小计（元）	备注
1								
2								
3								
...								
合计金额（元）								

5-2 服务部分（仅供参考，投标人可自行制作格式）

序号	服务内容	项	单价	小计（元）
1				
2				
3				
...				
合计金额（元）				

5-3 符合本国产品标准的产品成本之和占比

本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例	_____ %
提醒： 1. 投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠。 2. 投标人应当根据“投标分项报价表-货物部分”的内容对符合本国产品标准的产品成本进行测算（比例未达到 80%或未进行比例测算的，对该投标人提供的全部产品不予价格评审优惠），如有虚假响应，投标人承担全部责任。 3. 上表中全部产品成本之和是指表 5-1 和表 5-2 包含的全部货物、服务产品成本之和。	

投标人电子签章： _____
日 期： _____

备注：

1.上述报价为投标人完成本项目内容的全部费用（总报价为表 5-1 和表 5-2 合计金额之和），包括但不限于所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

2.表 1-1 中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致**投标无效**。

3.表中报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。

六、投标响应表

6.1 商务响应表

序号	商务条款	招标文件要求	投标人承诺	偏离说明
1	付款方式			
2	供货及安装地点			
3	供货及安装期限			
4	免费质保期			
...				

6.2 技术响应表

序号	货物名称	招标文件规定的技术参数及要求	所投产品的品牌、型号及技术参数	偏离说明
1				
2				
3				
4				
...				

注：上述响应表中，投标人必须对招标文件规定的商务、服务及货物技术参数要求逐条进行响应和描述。投标人只简单写上“响应”、“符合”、“达到”或“满足”等字样的，或提供有选择性的响应的（如同一项响应中出现两个或以上品牌/两种或以上技术规格/两种或以上付款方式等），均可能导致投标无效。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

七、联合协议

（不允许联合体投标或未组成联合体投标，不需此件，请删去“联合协议”；允许联合体投标且投标人为联合体投标的，请将此件制成扫描件上传，同时删去本提示内容）

联合体成员一名称：_____；

联合体成员二名称：_____；

.....

上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加本项目的投标，现就联合体投标事宜订立如下协议：

1. _____（成员单位名称）为联合体牵头人。

2. 在本项目投标阶段，联合体牵头人负责投标项目的一切组织、协调工作，并授权代理人以联合体的名义参加项目的投标，代理人在投标、开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次招标有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本项目对采购人承担连带责任。

3. 联合体各成员单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下：

联合体成员一名称：_____，承担_____工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：_____%；

联合体成员二名称：_____，承担_____工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：_____%；

.....

4. 投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

5. 联合体中标后，本联合协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者合同履行完毕后自动失效。

联合体成员一：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

联合体成员二：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

.....

签订日期：____年__月__日

八. 拟分包情况说明及分包意向协议

（不允许合同分包或未采用合同分包的，不需此件，请删去“拟分包情况说明及分包意向协议”；允许合同分包且投标人采用合同分包的，请将此件制成扫描件上传，同时删去本提示内容）

（一）拟分包情况说明

致：采购人

我单位参加本项目投标，拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（选择）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占合同金额的比例（%）
1		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
2		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
...						
合计：						

投标人电子签章：_____

日 期：_____

注：

- 1. 拟分包情况说明仅需加盖投标人电子签章。
- 2. 如招标文件载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附材料扫描件或电子证照，否则**投标无效**。

（二）分包意向协议

投标人名称：_____；

接受分包企业一名称：_____；

接受分包企业二名称：_____；

.....

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第八条规定，现就分包意向事宜订立如下协议：

1. 本项目投标人为本项目总承包单位。

2. 在本项目投标阶段，总承包单位负责投标项目的一切组织、协调工作，并授权代理人参加项目的投标，代理人在投标、开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次招标有关的一切事务，总承包单位与采购人签订本项目采购合同，分别与各分包企业签订分包合同，就本项目对采购人承担连带责任。

3. 各单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下：

投标人名称：_____，承担_____工作，负责内容的合同金额为_____，占总合同金额的百分比：_____％；

接受分包企业一名称：_____，承担_____工作；负责内容的合同金额为_____，占总合同金额的百分比：_____％；

接受分包企业二名称：_____，承担_____工作，负责内容的合同金额为_____，占总合同金额的百分比：_____％；

.....

4. 中标后，本分包意向协议是合同的附件，对分包各成员单位有合同约束力。

5. 本协议书自签署之日起生效，未中标或者合同履行完毕后自动失效。

6. 接受分包的中小企业与总承包单位不存在直接控股、管理关系。

投标人：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

接受分包企业一：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

接受分包企业二：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

.....

签订日期：____年__月__日

注：

分包意向协议中须约定向中小企业分包的项目内容及分包内容占合同金额比例。

九、中小企业声明函

（非中小企业投标，不需此件，请删去“中小企业声明函”）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。
2. 投标人应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）相关规定，如实填写中

小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址 <https://www.miit.gov.cn/>）。

3. 上述“标的名称”，详见第三章采购需求中明确的“货物名称”。

4. 上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求中明确的“所属行业”。

5. 填写示例：某设备，属于（填写第三章采购需求中对应货物的“所属行业”，如工业）行业；承接企业为某企业，从业人员 100 人，营业收入为 10000 万元，资产总额为 5000 万元，属于小型企业[投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址 <https://www.miit.gov.cn/>）]。

十、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位投标，请删去“残疾人福利性单位声明函”）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

十一、关于符合本国产品标准的声明函

（不符合本国产品扶持政策，不需此件）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1） 1，生产厂为（厂名） 2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商电子签章：_____

日 期 _____

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 上述声明函中标注 / 的，无需填写。
4. 供应商应当结合“五、投标分项报价表-货物部分”相关信息进行填写。
5. 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构

筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

十二、诚信履约承诺函

致：采购人

如我单位被确定为本项目中标人，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：

- （1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- （2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- （3）将政府采购合同转包；
- （4）提供假冒伪劣产品；
- （5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

十三、主要中标标的承诺函

我单位同意中标公告中公示以下主要中标标的并承诺：投标文件中所提供的主要中标标的均合法、真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

序号	货物名称	品牌及规格型号	数量	单价	备注
1					
2					
3					
4					
5					
.....					

投标人：_____（盖单位章）

日 期：____年__月__ 日

备注：

- 1. 表中所列内容为满足本项目要求的主要中标标的；
- 2. 中标人提供的以上承诺情况（含货物名称、品牌、规格、型号、数量、单价），将按约定随中标结果公告同时公告。
- 3. 本页《主要中标标的承诺函》由投标人准确填写。

十四、其他相关证明材料

提供符合投标邀请、采购需求及评标方法和标准规定的相关证明文件。

特别提示：

投标人在投标文件制作时可在此栏内上传招标文件要求上传的证明资料，如营业执照、证书等，应将上述证明材料制作成扫描件上传。

第七章 政府采购供应商询问函和质疑函范本

询问函范本

（如为对采购文件或采购程序的询问或疑问，请按询问函范本或电子交易系统中网上询问格式附件进行提交）

致：采购人

我单位拟参与_____（项目名称、编号）的采购活动，现有以下内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、（事项一）

1、（内容或条款）

2、（说明疑问或无法理解原因）

3、（建议）

二、（事项二）

...

随附相关证明材料如下：

联 系 人：_____

联系电话：_____

日 期：_____

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

.....

法律依据：

.....

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。