

第十章 主要成交标的承诺函

我单位同意成交结果公告中公示以下主要成交标的信息并承诺：响应文件中所提供的主要成交标的信息均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	备注
1	▲四分量辐射表	时祺	规格： 1) 输出：4个输出，分别是向上的短波、向下的短波以及向上的长波和向下的长波 2) 光谱范围：覆盖短波 300～2800nm，长波 4.5～42 μm 3) 灵敏度：5～20 μV/W/m2（短波）；5～15 μV/W/m2（长波） 4) 非线性误差：<1% 5) 非稳定性（年变化）：<2% 6) 温度依赖灵敏度：<5% 7) 温度响应：<5%（-10℃~40℃） 8) 定向响应：<20W/m2（<80°，1000W/m2） 9) 水平泡精度：<0.2° 型号：SQSFL9608	2 台	31840.00 元	/
2	▲空气温湿度大气压传感器	时祺	规格： 1) 准确度：±0.2℃，±1.8%@25℃，±1.5hPa@25℃（750～1100hPa） 2) 稳定性：<0.02℃/年，<0.25%RH/年 3) 分辨率：0.1℃，0.1%RH，0.012hPa 4) 测量范围：-40℃~105℃，0～100%RH，300~1100hPa 型号：SQQW066	10 支	1293.50 元	/

3	▲光合有效辐射表	时祺	规格： 1) 不确定性：±5%； 2) 灵敏度：0.01mV/(μmol·m ⁻² ·s ⁻¹)； 3) 测量范围：0-4000 μmol/(m ² ·s)； 4) 长期漂移：小于 2%/年； 5) 非线性：小于 1%； 6) 响应时间：小于 1ms； 7) 测量视角范围：180°； 8) 光谱范围：389nm-692nm±5nm； 型号：SQGH180	2 个	1393.00 元	/
---	----------	----	---	-----	-----------	---



供应商电子签章：杭州时祺科技有限公司

日 期：2025 年 08 月 15 日

注：

1. 表中所列内容为满足本项目要求的主要成交标的信息；
2. 成交供应商提供的以上承诺情况（含货物名称、品牌、规格型号、数量、单价），将按约定随成交结果公告同时公告。
3. 本页《主要成交标的承诺函》仅作为结果公告使用，请供应商规范填写。
4. 最后报价在上表的基础上予以百分之___/___的折扣优惠（如：供应商第一次报价为 100 元，最终报价为 80 元，则折扣优惠为 80%。）。