

安徽省省属高校政府采购 科研仪器设备类采购项目 公开招标文件

项目名称：2024年安徽农业大学部分学院台柜采购项目

项目编号：FSKY34000120245241号001

采 购 人：安徽农业大学

采购代理机构：鼎信数智技术集团股份有限公司

2024 年 7 月

目 录

第一章	招标公告	3
第二章	投标人须知	6
第三章	采购需求	32
第四章	评标方法和标准	33
第五章	采购合同	70
第六章	投标文件格式	75
附件 1		96
附件 2		98
大中小微企业划分标准		98

第一章 招标公告

项目概况

2024 年安徽农业大学部分学院台柜采购项目招标项目的潜在投标人应在“徽采云”电子交易系统获取采购文件，并于 2024 年 8 月 21 日 14 点 00 分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：FSKY34000120245241 号 001

项目名称：2024 年安徽农业大学部分学院台柜采购项目

预算金额：975000 元

最高限价：565000，410000 元

采购需求：

包别 1：

包别名称：农学台柜采购项目

预算金额：565000 元

数量：不限

简要描述规格或项目基本概况介绍、用途：本项目主要为 2024 年安徽农业大学部分学院台柜采购，采购内容为边台、转角台、中央台等，具体详见招标文件。

合同履行期限：合同签订具备实施条件后 30 日内供货安装调试验收完毕，货物需求另有规定的，以货物需求为准。

本包别（不接受）联合体投标

包别 2：

包别名称：动科台柜采购项目

预算金额：410000 元

数量：不限

简要描述规格或项目基本概况介绍、用途：本项目主要为 2024 年安徽农业大学部分学院台柜采购，采购内容为实验中央台、中央台试剂架、PP 水槽等，具体详见招标文件。

合同履行期限：合同签订具备实施条件后 30 日内供货安装调试验收完毕，货

物需求另有规定的，以货物需求为准。

本包别（不接受）联合体投标

二、投标人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（提供的货物全部由中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造）；
3. 本项目的特定资格要求：

（1）无

（2）投标人不得存在以下不良信用记录情形之一：

- ①投标人被人民法院列入失信被执行人名单的；
- ②投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
- ③投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；
- ④被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

三、获取招标文件

时间：2024 年 7 月 29 日至 2024 年 8 月 5 日，每天上午 0:00 到 12:00，下午 12:00 到 23:59（北京时间，法定节假日除外）；

地点：“徽采云”电子交易系统；

方式：供应商登录“徽采云”电子交易系统

（<https://login.ah.gov.cn/user-login/#/login>）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。登录须持有电子交易系统兼容的数字证书，详情参见“安徽省政府采购网-徽采学院-电子交易系统学习专题-供应商-操作手册”；

售价（元）：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间（开标时间）：2024 年 8 月 21 日 14 点 00 分（北京时间）；

提交投标文件地点（开标地点）：“徽采云”电子交易系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策。
2. 本次招标公告在安徽省政府采购网上发布。
3. 潜在投标人应合理安排招标文件获取时间，特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成招标文件获取，责任自负。采购文件获取过程中有任何疑问，请在工作时间(09:00-17:30，节假日休息)拨打技术支持热线(非项目咨询)：95763。项目咨询请拨打代理机构项目联系人电话：0551-65860136-8638，15156544413。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：安徽农业大学

地 址：合肥市长江西路 130 号

联系方式：0551-65786084

2. 采购代理机构信息

名 称：鼎信数智技术集团股份有限公司

地 址：安徽省合肥市经济技术开发区翡翠路港澳广场 A 座 17-20 层

联系方式：0551-65860136-8638

3. 项目联系方式

项目联系人：武丽苹、李宏亮

电 话：15156544413

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

条款号	条款名称	内容、说明与要求
3.1	采购人	安徽农业大学
3.2	采购代理机构	鼎信数智技术集团股份有限公司
3.3	政府采购监督管理部门	安徽省财政厅
3.4.4	是否允许采购进口产品	详见采购需求，如是，进口科研仪器设备实行备案制管理
3.4.5	是否为专门面向中小企业采购	是
3.5	是否允许联合体参加投标	否
4.3	资金来源	财政资金
7.3	现场考察	不组织，投标人自行考察
8.1	询问方式及截止时间	询问方式：网上提问形式 询问截止时间：2024年8月14日17时30分
9.1	包别划分	共分2个包，本次采购1-2包。 投标人参加多个包投标的投标文件制作、密封、提交要求：按包别分别制作投标文件，分别密封、提交（上传）。 投标人参加多个包投标的中标包数规定：无。
13.1	投标保证金	本项目免收投标保证金

条款号	条款名称	内容、说明与要求
14.1	投标有效期	<u>120</u> 日历日
15.1	投标文件要求	1. 加密的电子投标文件： 使用电子交易系统“投标文件制作工具”制作生成的加密电子投标文件(*.jmba格式)，应在投标文件提交截止时间前通过电子交易系统上传。 2. 纸质投标文件（加盖单位印章）： 中标人在领取中标通知书时，按采购人要求提交纸质投标文件。纸质投标文件为加密电子投标文件的打印版。
15.3	开标现场提交的其他材料要求	无
16.1	投标截止时间及地点	详见招标公告
17.2	加密电子投标文件解密时间	投标文件提交截止时间后 <u>60</u> 分钟内（以电子交易系统解密倒计时为准）
18.1	开标时间	详见招标公告
	开标地点	详见招标公告
19.1	资格审查	采购人审查或采购人出具委托函委托采购代理机构进行审查
20.3	核心产品	详见采购需求
22.2	评标方法	综合评分法
22.3	报价扣除 (本项目不适用)	1. 小型和微型企业价格扣除：<u>10</u> %。 2. 监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。 3. 残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。 4. 符合条件的联合体价格扣除：<u>4</u> %。（接受

条款号	条款名称	内容、说明与要求
		大中型企业与小微企业组成联合体的项目适用) 5. 符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除： <u>4</u> %。（允许大中型企业向小微企业分包的项目适用）
22.4	节能、环境标志产品采购	强制采购节能产品，必须符合招标文件要求及相关规定； 其他符合招标文件要求的，给予优先采购。
26.1	评标委员会推荐中标候选人数量	每包 1-3 家
26.2	确定中标人	采购人委托评标委员会确定
28.3	随中标结果公告同时公告的中标人的投标文件其他内容	1. 中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明（如有） 2. 主要中标标的承诺函 3. 投标业绩承诺函（如经评标委员会认可） 4. 招标文件中规定进行公示的其他内容。（如有）
30.1	告知招标结果的形式	投标人自行上网查看
31.1	履约保证金	1. 金额：每包合同价的 <u>2.5</u> % 2. 支付方式： 转账/电汇、支票、汇票、本票、保函 （1）履约保证金缴纳账户信息如下： 账户名称：安徽农业大学 开户银行：建行贵池路支行 账号：34001454508050021576 （2）如采用金融机构出具的保函（银行保函），应为银行出具的见索即付无条件保函。

条款号	条款名称	内容、说明与要求
		(3) 如采用担保机构出具的保函（担保机构担保），应为经地方金融监督管理局审查批准，依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的无条件保函。 3. 收取单位：安徽农业大学 4. 缴纳时间：合同协议书签署前 7 个日历天内 5. 退还时间：验收合格且无违约情形下退还 注意事项： (1) 采用银行保函（或担保机构担保或保证保险）形式提交投标保证金的，必须具有明确有效的查询途径（二维码；或网址链接及查询方式），否则该银行保函（或担保机构担保或保证保险）不予认可。以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 (2) 若中标人在规定时限内未提交保证金的，招标人将书面通知中标人，书面通知后 5 日内不能办理的，招标人将有权提请政府采购主管部门，取消其中标资格。 (3) 中标人提交银行履约保函、担保机构担保书、保证保险等的担保期限不得少于中标项目的合同期限。担保期限到期但中标项目尚未履约完毕的，中标人应当进行续保或者补缴履约保证金。中标人应当续保或者补缴履约保证金而没有续保或者补缴履约保证金的，招标人可以暂停支付中标人同等金额的合同价款。 (4) 以担保函、保证保险形式缴纳履约保证

条款号	条款名称	内容、说明与要求
		金的，受益人和收取单位须为采购人。
33.1	中标服务费	1. 金额： 按下列标准收取：代理服务费由中标人支付，并含在投标人的投标报价中，不得单列。每包①30 万元以上部分按合价服[2009]216 号文件规定费率下浮 20%收取，②20-30 万元（含）以下项目按 4500 元固定标准收费，10-20 万元（含）项目按 3500 元固定标准收费，10 万元（含）以下项目按 2000 元固定标准收费。代理服务收费按差额定率累进法计算。 2. 支付方式：转账/电汇 3. 收取单位：鼎信数智技术集团股份有限公司 户名：鼎信数智技术集团股份有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司合肥包河支行 账号：1302010519200219520 4. 缴纳时间：领取中标通知书前
36.2	法定质疑期	1. 对招标文件的质疑：获取招标文件或招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内； 2. 对开标过程和开标记录的疑义：开标现场提出询问； 3. 对中标结果的质疑：中标结果公告期限届满之日起 7 个工作日内。
36.3	质疑函提交方式、接收部门、联系电话和通讯地址	提交方式：书面形式 接收部门：鼎信数智技术集团股份有限公司 联系电话：0551-65860136-8638、15156544413

条款号	条款名称	内容、说明与要求
		电子邮箱: wlp@dxsz.cn 通讯地址: 合肥市经济技术开发区翡翠路 188 号港澳广场 A 座 18 层 1801 室
37	其他内容	
37.1	关于联合体参加投标的相关约定 (本项目不适用)	1. 联合体参加投标的, 招标文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。 2. 联合体参加投标的须提供联合体协议 (见投标文件格式), 相关证明材料由投标人根据联合体协议分工情况及招标文件要求提供。 3. 联合体各成员单位均须提供营业执照 (或事业单位法人登记证书) 和投标有效性声明。
37.2	是否允许大中型企业向小微企业分包 (非专门面向中小企业采购项目及要求获得采购合同的投标人将采购项目中的一定比例分包给中小企业的项目适用)	否
37.3	社保证明材料 (如有要求, 按此执行)	本项目招标文件中要求提供的社保证明材料为下述形式之一: 1. 社保局官方网站查询的缴费记录截图; 2. 社保局的书面证明材料; 3. 经投标人委托的第三方人力资源服务机构或与投标人有直接隶属关系的机构可以代缴社保, 但须提供有关证明材料并经评标委员会确认。

条款号	条款名称	内容、说明与要求
		4. 参与投标的院校，社保证明可以用以下任意一种： （1）加盖投标人公章的教师证（须为本单位人员）； （2）医保证明材料。 5. 其他经评标委员会认可的证明材料。 6. 法定代表人参与项目的，无需提供社保证明材料，提供身份证明材料即可。
37.4	本项目提供除招标文件以外的其他资料	无
37.5	重要提示	1. 中标人应在规定期限内领取《中标通知书》，若中标人未在规定期限内领取《中标通知书》，采购人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； 2. 中标人应在规定期限内提交履约担保并与采购人签订合同，若中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同，采购人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； 3. 合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒； 4. 中标人中标后被监管部门查实存在违法行为，不满足中标条件的或经查实不具备供应商参加政府采购活动应当具备的法定条件，或要求的

条款号	条款名称	内容、说明与要求
		特殊资格的，由采购人取消中标资格或有权解除合同（并做好项目后续工作），并追究其法律责任。 5. 中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。
37.6	解释权	1. 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； 2. 同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，除招标文件另有规定外，以编排顺序在后者为准； 3. 如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； 4. 除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按投标邀请、投标人须知、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释； 5. 按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
37.7	其他补充说明	“政采贷”融资指引：有融资需求的供应商在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。 供应商签署政府采购中标（成交）合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务

条款号	条款名称	内容、说明与要求
		模块将供应商融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。

二、投标人须知正文

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所述的安徽省省属高校科研仪器设备类项目采购。安徽省省属中专学校可参照使用。

2. 定义

2.1 货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
科研仪器设备：是指采购用于科研活动的设备。

2.2 时限（年份、月份等）计算：系指从开标之日向前追溯 X 年/月（“X”为“一”及以后整数）起算。

2.3 业绩：业绩系指符合本招标文件规定的与最终用户签订的合同或招标文件要求的相关证明。投标人与其关联公司（如母公司、控股公司、分公司、子公司、同一法定代表人的公司等）之间签订的合同，均不予认可。

除非本招标文件中另有规定，否则业绩均为已供货（安装）完毕的业绩，业绩时间均以合同签订之日为追溯节点。

3. 采购人、采购代理机构及投标人

3.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见**投标人须知前附表**。

3.2 采购代理机构：是指从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见**投标人须知前附表**。

3.3 政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。本项目的政府采购监督管理部门见**投标人须知前附表**。

3.4 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

3.4.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人。

3.4.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

3.4.3 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

3.4.4 若**投标人须知前附表**中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若**投标人须知前附表**中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为**投标无效**。

3.4.5 若**投标人须知前附表**中写明专门面向中小企业采购的，如投标人提供的货物非中小企业制造的，其投标将被认定为**投标无效**。

3.5 若**投标人须知前附表**中允许联合体投标，对联合体规定如下：

3.5.1 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.5.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3.5.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

3.5.4 联合体各方应签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议作为投标文件的一部分提交。

3.5.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，联合体协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议投标总金额的比例。

3.5.6 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3.5.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。

3.5.8 对联合体投标的其他资格要求见投标人资格。

3.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则其投标将被认定为**投标无效**。

3.7 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为**投标无效**。

4. 资金来源

4.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

4.2 项目预算金额和分项（或分包）最高限价见招标公告。

4.3 资金来源：详见**投标人须知前附表**。

5. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

6. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

7. 招标文件构成

7.1 招标文件包括下列内容：

第一章 投标邀请（招标公告）

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评标方法和标准

第五章 采购合同

第六章 投标文件格式

附件 1 政府采购供应商质疑函范本

附件 2 大中小微型企业划分标准

7.2 招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准。

7.3 现场考察及相关事项见**投标人须知前附表**。

7.4 原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

如需提供样品，对样品相关要求见采购需求，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第四章。

7.5 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

8. 招标文件的澄清与修改

8.1 投标人如对招标文件内容有疑问，应按**投标人须知前附表**中规定的方式和时间提交给采购人或采购代理机构。采购人对需要做出澄清的问题，以澄清和修改通知的方式予以答复。

8.2 采购人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行澄清或者修改。采购代理机构将在安徽省政府采购网以更正公告的方式澄清或者修改招标文件，更正公告的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人应主动上网查询。采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

8.3 任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

8.4 对于没有提出询问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含更正公告的内容）。

9. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

9.1 项目有分包的，除**投标人须知前附表**另有规定外，投标人可参与其中某一个或多个分包的投标，中标包数详见**投标人须知前附表**中规定。

9.2 投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的投标将被认定为**投标无效**。

9.3 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

9.4 投标人与采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。

9.5 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

10. 投标文件构成

10.1 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目第六章投标文件格式的相关内容。

10.2 上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

11. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

11.1 投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

11.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

11.2.1 货物（科研仪器设备）主要技术指标和性能的详细说明；

11.2.2 货物（科研仪器设备）从甲方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

11.2.3 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物（科研仪器设备）及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

11.3 投标人应注意采购人在采购需求中提供的工艺、材料和设备的参考品牌型号或分类号仅起到说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标文件中可以选用替代品牌型号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，是否满足要求，由评标委员会来评判。

11.4 本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

11.5 为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。

12. 投标报价

12.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物（科研仪器设备），以及伴随的服务和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

12.2 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价，其投标将被认定为**投标无效**。

12.3 投标人应在投标分项报价表上标明投标货物（科研仪器设备）及相关服务的价格（如适用）和总价。未标明的视同包含在投标报价中。

12.4 投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

12.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报

价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，其投标将被认定为**投标无效**。

12.6 采购人不接受具有附加条件的报价。

13. 投标保证金

13.1 本项目免收投标保证金。

14. 投标有效期

14.1 投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，投标有效期详见**投标人须知前附表**。

14.2 在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

14.3 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

15. 投标文件的制作

15.1 本项目要求提供的投标文件要求详见**投标人须知前附表**。投标文件的制作应满足以下规定：

（1）加密的电子投标文件由投标人使用电子交易系统提供的“投标文件制作工具”制作生成。“投标文件制作工具”可以通过电子交易系统中下载。投标人应当在互联网络通畅状态下启用最新版投标文件制作工具制作投标文件。

（2）在第六章“投标文件格式”中要求加盖投标人公章处，加密的电子投标文件应加盖投标人电子签章或公章；联合体参加投标的，除联合协议及招标文件规定须联合体各成员单位各自盖章的证明材料外，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子签章或公章。

（3）投标文件制作完成后，采用数字证书加密的，加密时投标文件的所有内容均只能使用同一把数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由投标人自行承担。

15.2 因投标人自身原因而导致加密的电子投标文件无法导入电子交易系统电

子开标、评标系统的，将按照未加密的电子投标文件进行开启和评审，投标人自行承担由此导致的全部责任。

15.3 开标现场提交的其他材料要求详见**投标人须知前附表**。

16. 投标截止及投标文件的提交

16.1 投标人应在**投标人须知前附表**中规定的投标文件提交截止时间前，在网上提交加密电子投标文件，同时自行决定是否提交未加密的电子投标文件。

16.2 在投标文件提交截止时间之后上传的加密电子投标文件、提交的未加密电子投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

16.3 投标文件提交截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

16.4 采购人和采购代理机构延迟投标文件提交截止时间的，采购人、采购代理机构和投标人受投标文件提交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

17. 投标文件的修改与撤回

17.1 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2 在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。但属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

18. 开标

18.1 采购人和采购代理机构将按**投标人须知前附表**中规定的开标时间和地点组织公开开标。

18.2 开标时，各投标人应在规定时间前（以电子交易系统解密倒计时为准）对本单位的投标文件进行解密。

18.3 解密完成后，采购代理机构工作人员在监督下通过网上开标系统公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。

18.4 投标人代表可登录开标大厅，查看相关信息。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19. 资格审查及组建评标委员会

19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标

人资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

19.2 采购人或采购代理机构将在投标截止时间后至评审结束前查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为**投标无效**。

19.2.1 不良信用记录是指：（1）投标人被人民法院列入失信被执行人名单；（2）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；（3）投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（4）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为**投标无效**。

19.2.2 信用信息查询渠道：信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

19.2.3 信用信息记录方式：采购人或采购代理机构工作人员将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3 按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。省属高校科研仪器设备采购，可在政府采购评审专家库外自行选择评审专家。自行选择的评审专家与投标人有利害关系的，应严格执行回避有关规定。评审活动结束后，采购人或采购代理机构应在评审专家名单中对自行选定的评审专家进行标注，并随同中标、成交结果一并公告。

20. 投标文件符合性审查与澄清

20.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2 如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.2.1 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中

通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为**投标无效**。

20.2.2 如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.3 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在**投标人须知前附表**中载明核心产品。核心产品超过一种产品的，核心产品中只要有一种产品为相同品牌，即认定为核心产品为相同品牌。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第 20.2 款规定处理。

20.4 投标文件的澄清

20.4.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标期间，评标委员会将以书面方式（询标）要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

如有询标，授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标，也可凭本人有效身份证明参加询标。因授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受评标委员会询标的，投标人自行承担相关风险。

20.4.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

20.5 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 20.4 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21. 投标无效

21.1 根据本招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

无论何种原因，即使投标人投标时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与之内容完全一致的证明材料的，评标委员会视同其未提供。

21.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

- (1) 投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- (2) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (3) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (4) 投标文件不满足招标文件全部实质性要求的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

22. 比较与评价

22.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件作进一步的比较与评价。

22.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在**投标人须知前附表**中规定采用下列一种评标方法，详细评标方法和标准见招标文件第四章：

(1) 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

(2) 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)和《安徽省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境的通知》(皖财购〔2022〕556号)的规定,对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的投标人,其投标报价按照**投标人须知前附表**中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的,不重复进行投标报价扣除。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的,对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的,可给予联合体或者大中型企业的投标报价按照**投标人须知前附表**中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的,不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动,联合体各方均为中小企业的,联合体视同中小企业。其中,联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业。

22.4 按照<财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知>(财库〔2004〕185号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)等规定,对满足节能、环保条件并提供了相关证明材料的产品,进行优先采购。

23. 废标

出现下列情形之一,将导致项目废标:

(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足规定数量的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

24. 保密要求

24.1 评标将在严格保密的情况下进行。

24.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

25. 中标候选人的确定原则及标准

25.1 评标委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

(1) 采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。修正和扣除后的投标报价出现两家或两家以上相同者，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若报价相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会抽签方式确定中标候选顺序。

(2) 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若得分与投标报价均相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会抽签方式确定中标候选顺序。

26. 确定中标候选人和中标人

26.1 评标委员会将根据评标标准，按**投标人须知前附表**中规定数量推荐中标候选人。

26.2 按**投标人须知前附表**中规定，由评标委员会或采购人确定中标人。

26.3 因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

27. 编写评标报告

评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

28. 中标结果公告

28.1 除**投标人须知前附表**规定由评标委员会直接确定中标人外，在评标结束后 2 个工作日内，采购代理机构将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

28.2 自中标人确定之日起 2 个工作日内，采购代理机构将在安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）上发布中标结果公告。

28.3 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限、评审专家名单以及**投标人须知前附表**中约定进行公告的内容。中标公告期限为 1 个工作日。

29. 中标通知书

29.1 采购代理机构发布中标公告的同时向中标人发出中标通知书。

29.2 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

29.3 中标通知书是合同的组成部分。

30. 告知中标结果

30.1 在公告中标结果的同时，采购代理机构同时以**投标人须知前附表**规定的形式告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

31. 履约保证金

31.1 中标人应按照**投标人须知前附表**规定缴纳履约保证金。

31.2 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格。

在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32. 签订合同

32.1 采购人与中标人应当自发出中标通知书之日起7个工作日内签订合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

32.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

32.4 当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可依法与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

32.5 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33. 中标服务费

33.1 本项目中标服务费的收取按**投标人须知前附表**的规定执行。

34. 廉洁自律规定

34.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通。

34.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

35. 人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36. 质疑的提出与接收

36.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购供应商质疑函范本》格式（详见招标文件附件）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在**投标人须知前附表**

规定的法定质疑期内以书面形式提出质疑,超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。
针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

36.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址,见**投标人须知前附表**。

37. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容,见**投标人须知前附表**。

附 电子交易系统操作指南

1.电子招投标

本项目以数据电文形式，依托“徽采云”电子交易系统进行招投标活动。

2.投标准备

注册账号--详情参见“徽采云”平台供应商注册与配置手册“第 2 章入驻操作流程”

(<https://sitecdn.zcycdn.com/f2e-assets/a2d7b18f-adb6-47d9-8fb3-cb8632b8fffc.pdf?utm=a0017.b1884.cl28.topic.1a7c2150533811ed990f05d85dda49f6>)；

申领 CA 数字证书---申领流程详见“安徽省政府采购网-下载专区-其他-供应商 CA 驱动下载-安徽省各市 CA 办理服务指南(已有安徽 CA 和翔晟 CA 无需重复申领)；安装“徽采云”投标客户端----前往“安徽省政府采购网-下载专区-电子交易系统专区”进行下载并安装

(<http://www.ccgp-anhui.gov.cn/anhuiCategory15/anhuiCategory119/9396667.html>)。

3.招标文件的获取

使用 CA 登录“徽采云”电子交易系统，进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。

4.投标文件的制作

在“徽采云投标客户端”中完成“填写基本信息”、“制作和导入投标（响应）文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

5.投标文件的上传

使用 CA 登录“徽采云”电子交易系统，进入“项目采购”应用，在投标文件上传菜单中选择项目，上传加密的投标文件（*.jmbs）。

6.投标文件的解密

投标人按照系统提示和招标文件规定,在规定时间内完成在线解密。

7.其他

“徽采云”电子交易系统具体操作指南：详见安徽省政府采购网-徽采学院-电子交易系统学习专题-供应商-操作手册。

CA 问题联系电话：安徽 CA 400-880-4959；翔晟 CA 0551-68105136。

第三章 采购需求

前注：

1. 根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2. 下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3. 下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

第 1 包:

一、采购需求前附表 (采购需求前附表中规定的内容不允许负偏离)

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	付款方式	验收合格后一次性支付合同款。
2	供货及安装地点	安徽农业大学或采购人指定地点。
3	供货及安装期限	合同签订具备实施条件后 30 日内供货安装调试验收完毕, 货物需求另有规定的, 以货物需求为准。
4	免费质保期	验收合格后 1 年。 注: 货物需求表另有规定的, 以货物需求表为准; 免费质保期均从验收合格之日起开始计算。

二、货物需求

(一) 货物需求说明

标识重要性	标识符号	代表意思
重要指标项	★	作为评分项, 详见“第四章评标方法和标准”中评分细则。
一般技术指标 (无标识项)	无	作为基础指标, 5 项以上 (不含 5 项) 不满足或未响应, 将导致投标无效。

注: 以投标响应表及采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据。

(二) 货物需求表

序号	货物名称	技术参数及要求	数量	单位	所属行业	备注 (进口或强制节能)
1	边台	第一部分、技术要求 1. 规格 (宽*高): 750*800mm, 长度为 78m; 2. 结构: 全钢落地结构; 3. 台面: 采用≥12.7mm 厚度的耐腐蚀实芯理	78	米	工业	/

	化板,边缘加厚至 25.4mm。台面材料符合以下技术参数及要求: ★3.1 所投台面耐酸碱性能:按“GB/T 17657-2022”标准抽样检验,测试项目至少包括氢氟酸 40%、硫酸 98%、盐酸 37%、硝酸 65%、氢氧化钠 40%、氯化铁 10%、凡士林、王水等 76 项以上实验室常用化学试剂,检验结果均为“无明显变化”,分级结果为“5 级”。 (投标文件中提供符合上述要求的第三方有权机构出具的检测报告扫描件); ★3.2 所投台面按“GB/T 39600-2021”标准抽样检验,甲醛释放量检测结果$\leq$0.013mg/m³,符合限量标识 ENF 级技术要求。 (投标文件中提供符合上述要求的第三方有权机构出具的检测报告扫描件); ★3.3 所投台面抽样检验,经 GB/T 7911-2013 标准检测:抗拉强度$\geq$97Mpa;弯曲强度$\geq$149Mpa;耐香烟灼烧$\geq$5 级,表面无变化;耐光色牢度$\geq$5 级,表面无变化;防静电性能$\leq$1.1x10⁹Ω。(投标文件中提供符合上述要求的第三方有权机构出具的检测报告扫描件); ★3.4 所投台面燃烧性能符合 GB8624-2012 标准,达到难燃 B1 (C-s1, d0, t1) 级,60s 焰尖高度$\leq$35mm,600s 总热释放量$\leq$8.8MJ,总烟气毒性等级为 ZA3 级。(投标文件中提供符合上述要求的第三方有权机构出具的检测报告扫描件及燃烧性能等级标识授权使用证书扫描件);				
--	--	--	--	--	--

	★3.5 所投台面抗菌性能, 其中大肠杆菌抗菌活性值≥ 5.7, 肺炎克雷伯氏菌抗菌活性值≥ 2.0, 金黄色葡萄球菌抗菌活性值≥ 5.1, 表皮葡萄球菌抗菌活性值≥ 3.1, 宋氏志贺氏菌抗菌活性值≥ 2.5, 抑菌率达到 99% 以上; ★3.6 所投台面 A 类装饰装修材料放射性报告: 依据 GB6566-2010 标准检测: 内照射指数 I_{ra} 和外照射指数 I_{γ} 均<0.1, 检验结果合格。(投标文件中提供符合上述要求的第三方有权机构出具的检测报告扫描件); ★3.7 所投台面化学物排放测试: 目标化合物 14 天的释放量结果, TVOC 总挥发性有机化合物$\leq 0.068\text{mg}/\text{m}^3$; 苯、甲苯、二甲苯未检出; 3.8 为防止仿冒, 供货产品背面需有清晰的品牌防伪标识, 有荧光防伪标识, 验收时能通过紫光灯照射查验真伪; 4. 柜体: 4.1 柜体采用 1.0mm 冷轧钢板, 表面整体酸洗、磷化、化学防锈处理后均匀灰白环氧喷涂, 耐酸碱、耐腐蚀、承重性能好; 4.2 层板采用 1.0mm 冷轧钢板, 层板边缘应平顺不割手, 层板上下调节间距每格应$\leq 20\text{mm}$; 4.3 背板采用 1.0mm 冷轧钢板, 操作位底柜后方具备容易拆装的活动背板; ★4.4 柜体采用的金属喷漆(塑)涂层的理化性能按 GB 24820-2009 标准检测合格: 硬度				
--	---	--	--	--	--

		不低于 2H；冲击强度应无剥落、裂纹、皱纹；经 24h 乙酸盐雾试验的耐腐蚀性达到 8 级及以上。（投标文件中提供符合上述要求的第三方有权机构出具的检测报告扫描件）； 5. 五金配件： 5.1 合页：采用 304 不锈钢材质，开启角度$\geq 135^{\circ}$； 5.2 滑轨：采用三节静音滑轨； 5.3 拉手：采用仿不锈钢明拉手； 5.4 地脚：采用螺杆与黑色 ABS 一体成型，高度可微调，防滑减震。 第二部分、商务要求 1. 包装和运输：投标人提供； 2. 安装、调试：投标人提供； 3. 人员培训：投标人提供，费用包含在报价中； 4. 售后服务：质保期内设备出现任何问题，供应商应在 12 小时内响应；需在现场进行维修的，应在 1 个工作日内到达现场；一般问题应在 48 小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案。				
2	转角台	第一部分、技术要求 1. 规格（长*宽*高）：1000*1000*800mm； 2. 结构：全钢落地结构； 3. 其他：台面、柜体、五金配件等技术要求同“边台”。 第二部分、商务要求 1. 包装和运输：投标人提供；	3	组	工业	/

		2. 安装、调试：投标人提供； 3. 人员培训：投标人提供，费用包含在报价中； 4. 售后服务：质保期内设备出现任何问题。供应商应在 12 小时内响应；需在现场进行维修的,应在 1 个工作日内到达现场；一般问题应在 48 小时内解决,重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案。				
3	▲中央台	第一部分、技术要求 1. 规格（宽*高）：1400*800mm，长度为 53m； 2. 结构：全钢落地结构； 3. 其他：台面、柜体、五金配件等技术要求同“边台”。 第二部分、商务要求 1. 包装和运输：投标人提供； 2. 安装、调试：投标人提供； 3. 人员培训：投标人提供，费用包含在报价中； 4. 售后服务：质保期内设备出现任何问题，供应商应在 12 小时内响应；需在现场进行维修的,应在 1 个工作日内到达现场；一般问题应在 48 小时内解决,重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案。	53	米	工业	/
4	中央台	第一部分、技术要求 1. 规格（宽*高）：1200*800mm，长度为 20m； 2. 结构：全钢落地结构； 3. 其他：台面、柜体、五金配件等技术要求	20	米	工业	/

		同“边台”。 第二部分、商务要求 1. 包装和运输：投标人提供； 2. 安装、调试：投标人提供； 3 人员培训：投标人提供，费用包含在报价中； 4. 售后服务：质保期内设备出现任何问题，供应商应在 12 小时内响应；需在现场进行维修的,应在 1 个工作日内到达现场；一般问题应在 48 小时内解决,重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案。				
5	中央台	第一部分、技术要求 1. 规格（宽*高）：1000*800mm，长度为 4m； 2. 结构：全钢落地结构； 3. 其他：台面、柜体、五金配件等技术要求同“边台”。 第二部分、商务要求 1. 包装和运输：投标人提供； 2. 安装、调试：投标人提供； 3. 人员培训：投标人提供，费用包含在报价中； 4. 售后服务：质保期内设备出现任何问题，供应商应在 12 小时内响应；需在现场进行维修的,应在 1 个工作日内到达现场；一般问题应在 48 小时内解决,重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案。	4	米	工业	/
6	试剂架	第一部分、技术要求	50	米	工业	/

	1. 规格（宽*高）：350*800mm, 长度为 50m; 2. 立柱：采用 1.2mm 厚冷轧板以数控加工剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型, 且满足以下要求： 2.1 立柱下端开有 2 个五孔插座孔位； 2.2 立柱侧面设有整排挂片插孔, 方便挂片插取的同时, 可使试剂架层板随意调节至任意位置； 2.3 立柱底端焊有 M10 焊接螺母, 方便固定于实验台面上, 结构稳定可靠； ★2.4 立柱金属喷漆(塑)涂层理化性能按 GB24820-2009 标准检测合格：硬度不低于 2H；冲击强度应无剥落、裂纹、皱纹；经 24h 乙酸盐雾试验的耐腐蚀性不低于 9 级；附着力并不低于 1 级。（投标文件中提供符合上述要求的第三方有权机构出具的检测报告扫描件）； 3. 托盘：挂片挂钩采用双排 L 形挂扣结构, 安装方便快捷, 且可任意上下调节, 结构稳固可靠； 4. 层板：采用 8mm 厚钢化玻璃层板； 5. 其他：以上所有金属件喷涂层按 GB24820-2009 标准检测，至少检测镉、砷、镉、铬、铅、汞、硒等 7 种可迁移元素限量, 且检测结果均为未检出。 第二部分、商务要求 1. 包装和运输：投标人提供； 2. 安装、调试：投标人提供； 3. 人员培训：投标人提供，费用包含在报价				
--	---	--	--	--	--

		中； 4. 售后服务：质保期内设备出现任何问题，供应商应在 12 小时内响应；需在现场进行维修的，应在 1 个工作日内到达现场；一般问题应在 48 小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案。				
7	电源插座	第一部分、技术要求 1. 规格：86 型错位插座面板； 2. 其他： 2.1 采用 220V 10A 或者 16A(由用户根据实际需求选择)五孔插座, 安全耐用； 2.2 用线采用电线(铜芯线)； 2.3 安装在侧型试剂架立柱内侧下端及中间型试剂架立柱下端(双面或单面)。 第二部分、商务要求 1. 包装和运输：投标人提供； 2. 安装、调试：投标人提供； 3. 人员培训：投标人提供，费用包含在报价中； 4. 售后服务：质保期内设备出现任何问题，供应商应在 12 小时内响应；需在现场进行维修的，应在 1 个工作日内到达现场；一般问题应在 48 小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案。	232	套	工业	/
8	塔式插座盒	第一部分、技术要求 1. 规格：按面板计。 2. 其他：塔式铝合金线槽固定盒上安装一个	140	套	工业	/

		五孔插座面板,接 3 根各 1.5 米以内的电线和 1 个连接电源的插头(多套插座盒串联接线时共用 1 个插头)。 第二部分、商务要求 1. 包装和运输: 投标人提供; 2. 安装、调试: 投标人提供; 3. 人员培训: 投标人提供, 费用包含在报价中; 4. 售后服务: 质保期内设备出现任何问题, 供应商应在 12 小时内响应; 需在现场进行维修的, 应在 1 个工作日内到达现场; 一般问题应在 48 小时内解决, 重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案。				
9	PP 水槽	第一部分、技术要求 1. 规格(长*宽*高): 550*450*310mm; 2. 其他: 2.1 高密度 PP 材质, ≥6mm 厚一体成型, 不易老化, 耐酸碱及有机溶剂; 2.2 水槽按 GB/T 11547-2008 标准, 检测以下 29 项或以上耐液体化学试剂, 测试结果为合格: 盐酸溶液 37%, 氢氧化钠 NaOH 溶液 40%, 氯仿, 乙醚, 甲苯, 双氧水 30%, 碘酒 2%, 硝酸银溶液 1%, 硝酸溶液 40%, 王水, 氢氧化钾 KOH 溶液 40%, 四氯化碳, 乙醇 95%, 丙酮, 高锰酸钾 KMnO₄ 1%, 甲醛 37%, 红药水 2%, 硫酸铜溶液 10%, 硫化钠溶液 10%, 福尔马林, 甘醇, 酚酞 1%, 溴百里香酚兰 1%, 甲基橙 1%, 冰醋酸 50%, 氢氟酸 40%, 二硫化碳 99%, 丁酮	26	套	工业	/

		99%, 次氯酸钠 10%。 第二部分、商务要求 1. 包装和运输：投标人提供； 2. 安装、调试：投标人提供； 3. 人员培训：投标人提供，费用包含在报价中； 4. 售后服务：质保期内设备出现任何问题，供应商应在 12 小时内响应；需在现场进行维修的, 应在 1 个工作日内到达现场；一般问题应在 48 小时内解决, 重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案。				
10	化验龙头	第一部分、技术要求 1. 规格：三联型； 2. 其他： 2.1 铜制主体, 环氧树脂涂层；可 90 度旋转陶瓷阀芯, 开关寿命$\geq$50 万次, 最大耐压$\geq$10 巴；可拆卸铜制水嘴；高密度 PP 开关旋钮； ★2.2 水龙头表面经不少于 53 项试剂按照 GB/T 17657-2022 标准检测, 耐污染性能不低于 5 级。（投标文件中提供符合上述要求的第三方有权机构出具的检测报告扫描件）； 2.3 水龙头主体按 YS/T 910 标准经化学成分检测, 含 Cu 量$\geq$60%。 第二部分、商务要求 1. 包装和运输：投标人提供； 2. 安装、调试：投标人提供； 3. 人员培训：投标人提供，费用包含在报价	26	套	工业	/

		中； 4. 售后服务：质保期内设备出现任何问题，供应商应在 12 小时内响应；需在现场进行维修的，应在 1 个工作日内到达现场；一般问题应在 48 小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案。				
11	滴水架	第一部分、技术要求 1. 规格（长*宽*高）：500*400*90mm； 2. 结构：单面； 3. 材质：高密度 PP 滴棒和背板，PP 滴棒可拆卸； 4. 配件：底部托盘中间设有排水孔，排水孔连接排水管道至水池内。 第二部分、商务要求 1. 包装和运输：投标人提供； 2. 安装、调试：投标人提供； 3. 人员培训：投标人提供，费用包含在报价中； 4. 售后服务：质保期内设备出现任何问题，供应商应在 12 小时内响应；需在现场进行维修的，应在 1 个工作日内到达现场；一般问题应在 48 小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案。	20	套	工业	/
12	洗眼器	第一部分、技术要求 1. 规格：单口台上式； 2. 其他： 2.1 主体为加厚铜质，耐腐蚀、耐热，防紫外	12	套	工业	/

		线辐射； 2.2 软性橡胶喷头,出水口经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛； 2.3 PP 材质的防尘盖,使用时自动被水冲开； 2.4 开关时水流开启、水流锁定功能一次完成,使用方便； 2.5 最大水压≥ 7 巴。 第二部分、商务要求 1. 包装和运输：投标人提供； 2. 安装、调试：投标人提供； 3. 人员培训：投标人提供，费用包含在报价中； 4. 售后服务：质保期内设备出现任何问题，供应商应在 12 小时内响应；需在现场进行维修的,应在 1 个工作日内到达现场；一般问题应在 48 小时内解决,重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案。				
13	通风柜	第一部分、技术要求 1. 规格（长*宽*高）：1200*850*2350mm； 2. 结构：全钢落地结构,上下分体式； 3. 其他： ★3.1 台面采用≥ 12.7mm 厚的黑色实芯理化板。所选台面理化性能按 GB 24820-2009 及 GB/T 3325-2017 标准：通过理化性能检测，至少检测耐磨、耐干热、耐龟裂性、耐水蒸气、耐划痕、抗老化和耐冷热循环等项目，其中耐磨磨耗值不高于 46mg/100r,耐干热、耐龟裂性均不低于 1 级标准。（投标文件中	4	台	工业	/

	提供符合上述要求的第三方有权机构出具的检测报告扫描件)； ★3.2 柜体采用$\geq 1.2\text{mm}$ 厚的钢板折制、组装而成。柜体金属喷漆(塑)涂层按按 GB 24820-2009 标准检测合格，并达到以下要求：硬度不低于 2H, 冲击强度应无剥落、裂纹、皱纹, 经 24h 乙酸盐雾试验的耐腐蚀性不低于 9 级标准, 附着力不低于 1 级标准。 (投标文件中提供符合上述要求的第三方有权机构出具的检测报告扫描件)； 3.3 内衬板采用$\geq 5\text{mm}$ 抗倍特板, 耐酸碱、抗氧化； 3.4 配防腐日光灯； 3.5 配安全钢化玻璃门，可平衡上下升降； ★3.6 通风柜操作区内甲醛释放量按 GB 24820-2009 及 GB/T 3325-2017 标准检测合格，甲醛释放量不高于 0.1mg/L。(投标文件中提供符合上述要求的第三方有权机构出具的检测报告扫描件)； ★3.7 通风柜操作区内重金属含量按 GB 24820-2009 及 GB/T 3325-2017 标准检测合格，可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均为未检出。(投标文件中提供符合上述要求的第三方有权机构出具的检测报告扫描件)； 3.8 通风方式为直排通风, 配专用轴流风机、PVC 风管及安装调试, 含墙体(混凝土墙体除外)打孔。 第二部分、商务要求				
--	--	--	--	--	--

		1. 包装和运输：投标人提供； 2. 安装、调试：投标人提供； 3. 人员培训：投标人提供，费用包含在报价中； 4. 售后服务：质保期内设备出现任何问题，供应商应在 12 小时内响应；需在现场进行维修的，应在 1 个工作日内到达现场；一般问题应在 48 小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案。				
14	通风柜	第一部分、技术要求 1. 规格（长*宽*高）：1500*850*2350mm； 2. 结构：全钢落地结构, 上下分体式； 3. 其他： 3.1 台面采用 $\geq 12.7\text{mm}$ 厚的黑色实芯理化板, 配备单联水龙头及 PP 杯槽。所选台面理化性能按 GB 24820-2009 及 GB/T 3325-2017 标准检测合格，至少检测耐磨、耐干热、耐龟裂性、耐水蒸气、耐划痕、抗老化和耐冷热循环等项目, 其中耐磨磨耗值不高于 46mg/100r, 耐干热、耐龟裂性均不低于 1 级标准； 3.2 柜体采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚的钢板折制、组装而成。柜体金属喷漆(塑)涂层按 GB 24820-2009 标准检测合格，并达到以下要求：硬度不低于 2H, 冲击强度应无剥落、裂纹、皱纹, 经 24h 乙酸盐雾试验的耐腐蚀性不低于 9 级标准, 附着力不低于 1 级标准； 3.3 内衬板采用 $\geq 5\text{mm}$ 抗倍特板, 耐酸碱、抗	4	台	工业	/

		氧化； 3.4 配防腐日光灯； 3.5 配安全钢化玻璃门，可平衡上下升降； 3.6 通风柜操作区内甲醛释放量按 GB 24820-2009 及 GB/T 3325-2017 标准检测合格，甲醛释放量不高于 0.1mg/L； 3.7 通风柜操作区内重金属含量按 GB 24820-2009 及 GB/T 3325-2017 标准检测合格，可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均为未检出； 3.8 通风方式为直排通风，配专用轴流风机、PVC 风管及安装调试，含墙体（混凝土墙体除外）打孔。 第二部分、商务要求 1. 包装和运输：投标人提供； 2. 安装、调试：投标人提供； 3. 人员培训：投标人提供，费用包含在报价中； 4. 售后服务：质保期内设备出现任何问题，供应商应在 12 小时内响应；需在现场进行维修的，应在 1 个工作日内到达现场；一般问题应在 48 小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案。				
15	电动风阀	第一部分、技术要求 1. 规格：定制； 2. 其他：ABS 材料，任意角度调节； 第二部分、商务要求 1. 包装和运输：投标人提供；	8	套	工业	/

		2. 安装、调试：投标人提供； 3. 人员培训：投标人提供，费用包含在报价中； 4. 售后服务：质保期内设备出现任何问题，供应商应在 12 小时内响应；需在现场进行维修的，应在 1 个工作日内到达现场；一般问题应在 48 小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案。				
16	万向抽气罩	第一部分、技术要求 1. 规格：三节式； 2. 其他： 2.1 关节为高密度 PP 材质，可 360° 旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗； 2.2 气流调节阀为手动调节外部阀门旋钮，控制进入的气流量； 2.3 杯型集气罩为高密度 PP 材质； 2.4 伸缩导管为≥75mm 铝合金管； 2.5 固定底座为方形铝合金管，模具注塑一体成型，非粘接而成，牢度强，不脱底。 第二部分、商务要求 1. 包装和运输：投标人提供； 2. 安装、调试：投标人提供； 3. 人员培训：投标人提供，费用包含在报价中； 4. 售后服务：质保期内设备出现任何问题，供应商应在 12 小时内响应；需在现场进行维修的，应在 1 个工作日内到达现场；一般问题应在 48 小时内解决，重大问题或其它无	28	套	工业	/

		法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案。				
17	移动样品架	第一部分、技术要求 1. 规格（长*宽*高）：1200*500*2000mm； 2. 其他： 2.1 架体采用 Q235 钢材, 立柱、横梁分别采用 40*80*1.5mm 及 40*60*1.2mm 方管制作而成； 2.2 层板采用 ≥ 0.5 mm 厚冷轧钢板； 2.3 样品架设置静音万向轮(带刹车), 强力承重 ≥ 100 kg。 第二部分、商务要求 1. 包装和运输：投标人提供； 2. 安装、调试：投标人提供； 3. 人员培训：投标人提供，费用包含在报价中； 4. 售后服务：质保期内设备出现任何问题，供应商应在 12 小时内响应；需在现场进行维修的, 应在 1 个工作日内到达现场；一般问题应在 48 小时内解决, 重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案。	5	组	工业	/
18	样品架	第一部分、技术要求 1. 规格（长*宽*高）：1500*500*2000mm； 2. 其他： 2.1 架体采用 Q235 钢材, 立柱、横梁分别采用 40*80*1.5mm 及 40*60*1.2mm 方管制作而成； 2.2 层板采用 ≥ 16 mm 厚胶合板, 所选材料达	3	组	工业	/

		到以下要求： ★2.2.1 按 GB/T 9846-2015 标准检测，板材含水率不高于 8%，甲醛释放量不高于 0.03mg/m³。（投标文件中提供符合上述要求的第三方有权机构出具的检测报告扫描件）； 2.2.2 按 GB/T 9846-2015 标准检测，板材静曲强度（顺纹、横纹）均不低于 38Mpa，板材弹性模量（顺纹、横纹）均不低于 4900Mpa； 2.2.3 按 GB/T 9846-2015 标准检测，板材胶合强度不低于 0.9Mpa，浸渍剥离符合每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过 25mm 的要求； 2.2.4 样品架共计四层层板，四层可用，每层高度可任意调节，每层承重须达到 250kg 及以上。 第二部分、商务要求 1. 包装和运输：投标人提供； 2. 安装、调试：投标人提供； 3. 人员培训：投标人提供，费用包含在报价中； 4. 售后服务：质保期内设备出现任何问题，供应商应在 12 小时内响应；需在现场进行维修的，应在 1 个工作日内到达现场；一般问题应在 48 小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案。				
19	耗材架	第一部分、技术要求 1. 规格（长*宽*高）：1500*600*2400mm； 2. 其他：	4	组	工业	/

	2.1 架体采用 Q235 钢材, 立柱、横梁分别采用 40*80*1.5mm 及 40*60*1.2mm 方管制作而成; 2.2 层板采用≥ 16mm 厚胶合板; 2.3 样品架共计四层层板, 四层可用, 每层高度可任意调节, 每层承重须达到 250kg 及以上。 第二部分、商务要求 1. 包装和运输: 投标人提供; 2. 安装、调试: 投标人提供; 3. 人员培训: 投标人提供, 费用包含在报价中; 4. 售后服务: 质保期内设备出现任何问题, 供应商应在 12 小时内响应; 需在现场进行维修的, 应在 1 个工作日内到达现场; 一般问题应在 48 小时内解决, 重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案。				
--	--	--	--	--	--

三、报价要求

本项目报总价, 报价包含完成本项目**所需内容**（包含招标文件要求内容、投标文件承诺内容、评标过程澄清修改内容等）的所有费用, 中标后采购人不再另行支付任何费用, 投标分项报价表中须明确列出所投产品所含货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商, 否则可能导致投标无效。

第2包：

一、采购需求前附表（采购需求前附表中规定的内容不允许负偏离）

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	付款方式	验收合格后一次性支付合同款。
2	供货及安装地点	安徽农业大学或采购人指定地点。
3	供货及安装期限	合同签订具备实施条件后 30 日内供货安装调试验收完毕，货物需求另有规定的，以货物需求为准。
4	免费质保期	验收合格后 1 年。 注：货物需求表另有规定的，以货物需求表为准；免费质保期均从验收合格之日起开始计算。

二、货物需求

（一）货物需求说明

标识重要性	标识符号	代表意思
重要指标项	★	作为评分项，详见“第四章评标方法和标准”中评分细则。
一般技术指标 (无标识项)	无	作为基础指标，5 项以上（不含 5 项）不满足或未响应，将导致投标无效。
注：如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。		

（二）货物需求表

序号	货物名称	技术参数及要求	数量	单位	所属行业	备注 (进口或强制节能)
1	▲实验	1. 实验台参数：	58.	米	工业	/

	中央台	1.1 实验中央台面：宽 1500*高 850mm，台面要求：采用$\geq 12.7\text{mm}$ 厚实芯理化板（双面膜）； ★ 1.2 化学性能要求：依据 GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法” 进行检验：对硫酸（98%）、盐酸（37%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、苯、苯酚饱和液、氯化镁（10%）、红茶、汽油、王水、二氯乙烷、对甲酚、草酸、亚甲基蓝（5%）、丙酮、乙醚、甲酸（88%）、无水甲醇、乙酸正戊酯、5%氯化钠溶液、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷、3%双氧水、硫酸钠饱和液、石脑油等不少于 138 种化学试剂进行检测，板材检验结果无明显变化，分级结果为 ≥ 5 级。（投标文件中提供符合上述要求的第三方有权机构出具的检测报告扫描件）； ★1.3 台面物理性能及甲醛性能： 物理性能：依据 GB/T17657-2022 标准进行检验，其中：静曲强度$\geq 145\text{Mpa}$；弹性模量$\geq 10400\text{Mpa}$；抗拉强度$\geq 68\text{Mpa}$；拉伸强度$\geq 68\text{Mpa}$；含水率：$\leq 1.3\%$；24h 吸水率$\leq 0.2\%$；密度$\geq 1.43\text{g/cm}^3$；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为≥ 5 级，耐沸水性能：质量增加百分率$\leq 0.01\%$、厚度增加百分率$\leq 0.06\%$，表面质量等级：≥ 5 级：无变化，边缘质量等级：5 级：无明显变化，抗冲击性能（1m）表面压痕直径$< 5.2\text{mm}$，	5			
--	-----	--	---	--	--	--

	表面耐磨性能$\geq 1120r$，未出现磨损，耐臭氧（72h）外观无明显变化，尺寸稳定性纵向横向均不大于 0.03%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落； 甲醛性能：依据 GB/T 39600-2021 标准进行检验，甲醛释放量$\leq 0.005 \text{ mg/m}^3$。（投标文件中提供符合上述要求的第三方有权机构出具的检测报告扫描件）； ★ 1.4 抗霉抗菌检测：依据 JC/T 2039-2010 标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等 7 种霉菌检测抗霉菌等级为 0 级；甲型溶血性链球菌、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等 15 种菌种抗菌率$\geq 99.99\%$。（投标文件中提供符合上述要求的第三方有权机构出具的检测报告扫描件）； ★1.5 氙灯老化：依据 GB/T16422.2-2022 标准进行 580 小时以上测试，结果为≥ 5级，样品无变色、发粘、裂纹等异常。（投标文件中提供符合上述要求的第三方有权机构出具的检测报告扫描件）； 2. 柜体：				
--	--	--	--	--	--

	2.1 采用$\geq 18\text{mm}$厚环保型(E1级)三聚氰胺板(饰面);所有连接面经PVC封边防水处理,四周做倒角圆滑处理,外表光滑;分玻璃对开门与木制对开门两种,通透式设计; 2.2 内部为加强筋和紧固件设计,柜体承重能力强; 2.3 各个柜体可以单独或组合使用; 2.4 柜体侧板、底板、背板、顶板、抽屉箱体、层板采用$\geq 18\text{mm}$厚三聚氰胺贴面板(E1级); 2.5 封边条:以$\geq 2\text{mm}$厚的PVC封边,采用热熔胶机器封边; 3. 柜门/抽屉面板: 3.1 采用$\geq 18\text{mm}$厚环保型(E1级)三聚氰胺板(饰面);所有连接面经PVC封边防水处理,四周做倒角圆滑处理,外表光滑;分玻璃对开门与木制对开门两种,通透式设计; 3.2 封边条:以$\geq 2\text{mm}$厚的PVC封边,采用热熔胶机器封边; 4. 门铰/拉手: 4.1 实验室专用铰链,采用国产全开式90-175度高质镀铬钢铰链,柜门与柜体垂直开启角度175°; 4.2 开启和关闭时柜门吻合,柜门的位置保持固定,无噪音,防酸碱,耐腐蚀,由不锈钢螺丝固定。表面拉丝处理; 4.3 运动负重:$\geq 90\text{kg}$(≥ 100000次);				
--	---	--	--	--	--

	4.4 拉手与抽屉或柜门的安装使用嵌装式，非使用螺丝连接； 5. 活动层板：采用不小于 18mm 厚的（E1 级）三聚氰胺板，所有断面经国产$\geq 1.0\text{mm}$ 厚 PVC 封边防水处理，四周做倒角圆滑处理，外表光滑； 6. 抽屉装置： 6.1 内嵌式带阻尼关闭器滑轨，三节式缓冲闭门设计。或重负荷包夹式滑轨，尼龙滚珠，自闭结构设计。可保护柜体内承载物不因关门力太大而受到不必要的损伤； 6.2 运动负重$\geq 25\text{kg}$（≥ 100000 次）； 7. 主框架：材质：采用钢结构支撑，所有钢件表面处理均为高压静电喷涂环氧树脂，保证防酸防碱，适应实验室环境； ★7.1C 型钢架：采用$\geq 60 \times 4 \times 2.0\text{mm}$ 钢管焊接而成，经环氧树脂喷塑处理。表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理；喷涂后的型钢或钢板漆膜表面需达到如下性能： 喷涂层厚度：平均值需$\geq 85\mu\text{m}$；漆膜附着性能：附着力≤ 1 级；漆膜硬度性能：表面硬度需$\geq \text{H}$；漆膜抗冲击性能：冲击强度 3.92J 条件下无剥落、裂纹、皱纹现象；漆膜耐腐蚀等级：中性盐雾试验（ASS）连续喷雾 24h，均需到达≥ 10 级。（投标文件中提供符合上述要求的第三方有权机构出具的检测报告扫描件）； 7.2 连接杆：采用 $60 \times 3 \times 1.5\text{mm}$ 钢管制作，经环氧树脂喷塑处理；				
--	---	--	--	--	--

		7.3 直角连接固定片：采用$\geq 2\text{mm}$ 厚钢板制作，经环氧树脂喷塑处理； 7.4 管套：采用 PVC 模具注塑成型制品； 7.5 高低调整脚：采用 M12$\times$60mm 国标螺丝； ★7.6 钢制件喷涂环保性能：有害物质：挥发性有机物（VOC）、苯、甲苯、多溴联苯、邻苯二甲酸酯应未检出，可迁移元素：钡、铬、镉、铅、汞、硒、锑、砷应未检出，钡应$\leq 10\text{mg/kg}$； 甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/L}$；阻燃性能：氧指数应不小于 35；抽屉装载 $\geq 10\text{kg}$, $\geq 200\text{N}$ 力无拉脱。（投标文件中提供符合上述要求的第三方有权机构出具的检测报告扫描件）； 8. 边台挡水装饰板：边台靠墙一边安装高度不少于 100mm 的挡水装饰板，板材要求同台面。边角做圆滑处理。				
2	中央台 试剂架	1. 试剂架规格：宽 300*高 800mm； 2. 试剂架分上下 2 层，高低可调活动式；采用$\geq 10\text{mm}$ 钢化玻璃，边缘磨边处理； 3. 层板护栏：活动层板外沿均应加设有圆形高强度金属材料制作的护栏； 4. 试剂架立柱内侧应按要求配置插座安装孔，立柱内夹层应有足够空间供插座配线隐藏铺设； 5. 插座：中央台在每个试剂架立柱面上分别安装 3 个 220V 电源插座，其中 2 个 10A 三孔新国标万能单相插座，1 个 16A 三孔单相插座。每个立柱的两面共 6 个插	48. 75	米	工业	/

		座。在每条中央台靠近两侧的试剂架立柱上分别设 1 个 380V 四孔三相插座。应采用通过 3C 认证的插座，配置 IP-44 及以上防护等级的自动阖盖式透明塑料防护盖； 6. 中央台的供电主线每个实验室配电箱有预留，需要供货方根据现场实际情况，通过功能柱将电引至各插座，配线连接牢固，接法正确； 7. 试剂架立柱可以采用菱形、矩形等不同形式。				
3	PP 水槽	1. 水槽 1.1 水槽和排水管：水槽底部有钢支架加固，采用$\geq 8\text{mm}$ 厚 PP 材质一体冲压成型，耐酸碱、耐腐蚀，排水管采用 PP，管径$\geq 50\text{mm}$。同台面之间设 10mm 高挡水板。水槽规格为：$\geq 800*400\text{mm}$； ★ 1.2 水槽耐化学性能：依据 JG/T528-2017 标准，经 10% 醋酸，10%NaOH, 15%次氯酸钠，饱和 NaCl 溶液，70%乙醇分别试验，经试验后表面应无永久腐蚀或变形。耐污染性能:在常温下将样块浸泡 40%硫酸、40%硝酸、40%盐酸、王水、40%氢氧化钠、甲醛（分析纯）等不少于 24 种化学试剂 24 小时后表面无变化。外观及其承载能力的检测应符合要求。（投标文件中提供符合上述要求的第三方有权机构出具的检测报告扫描件）； ★ 2. 水盆有害物质检测：依据 GB	13	个	工业	/

		28481-2012 标准检测，邻苯二甲酸酯 DBP、BBP、DNOP、DINP、DIDP 均应未检出；重金属铅、镉、铬、汞均应未检出；多环芳烃苯并芘、16 种多环芳烃总量均应未检出；甲醛释放量：依据 JG/T 528-2017 标准检测，结果为甲醛释放量未检出。（投标文件中提供符合上述要求的第三方有权机构出具的检测报告扫描件）； 3. 水槽：依据 GB/T 1634.1-2019 标准进行检测，检测负荷变形温度，将 150℃ 油温灌入水槽后无变形、损坏。（投标文件中提供符合上述要求的第三方有权机构出具的检测报告扫描件）； 4. 水槽抗细菌性：须符合抗菌活性值金黄色葡萄球菌≤ 6，大肠埃希氏菌≤ 4。				
4	水龙头	1. 水龙头：实验室专用三口白色水龙头，铜质阀体一体成型、陶瓷阀芯，阀体表面环氧树脂粉末静电喷涂处理，鹅颈 360 度可调； ★ 2. 水龙头耐腐蚀性：依据 GB 18145-2014 标准检测，检测项目包含四氯化碳、正己烷、无水乙醇、30%硫酸、13%次氯酸钠溶液、煤油等 60 种以上有机无机试剂，表面停留 24 小时后无明显变化，检验结果为≥ 5 级；（投标文件中提供符合上述要求的第三方有权机构出具的检测报告扫描件）； ★ 3. 水龙头金属污染物析出：依据 GB 18145-2014 标准检测，检测结果铅析出统	13	个	工业	/

		计值 $Q < 5$, 锑析出量 < 0.6 , 砷析出量 < 1.0 , 硼析出量 < 500 , 镉析出量 < 0.5 等不少于 8 种金属析出物的检测。(投标文件中提供符合上述要求的第三方有权机构出具的检测报告扫描件)。				
5	滴水架	1. 材 质: 高密度的 PP 注塑成型; 2. 安装方式: 台式、挂壁式; 3. 可拆卸滴水棒, 组合方便, 底部有去水孔; 4. 规格: $\geq 700\text{mm} \times 550\text{mm} \times 17.5\text{mm}$; 5. 颜色: 黑色。	13	个	工业	/
6	折叠诊疗台	1. 不锈钢材质; 2. 尺寸: $\geq$ 长 1120mm, 宽 560mm, 高 800mm; 3. 具有折叠功能, 可收缩。	2	张	工业	/
7	无影灯	1. LED 光源, 母灯头直径 $\geq 70\text{cm}$, 子灯头直径 $\geq 50\text{cm}$, 双灯总照度 $\geq 200,000\text{Lux}$; 母灯照度 $\geq 180,000\text{Lux}$ 、子灯照度 $\geq 130,000\text{Lux}$; 2. 色温: $\geq 4300^\circ\text{K}$; 3. 光照可调节级数: 无极调光, 八段连续显示, 调整范围 10%-100%, 具有背景灯照度: $\geq 30\text{Lux}$; 4. 照明深度 $\geq 100\text{cm}$; 5. 光斑大小调节范围: 子灯 100-260mm, 母灯 $\geq 100-260\text{mm}$, 具有手动机械调节光斑大小的功能; 6. 实验人员头部温升 $\leq 0.5^\circ\text{C}$; 7. 手术视野外温升: $\leq 2^\circ\text{C}$; 8. 采用暖白色 LED 灯泡, 灯泡寿命: $\geq$	4	台	工业	/

		60000 小时。				
8	无影灯	1. LED 光源，灯头直径 $\geq 70\text{cm}$ ，灯照度 $\geq 180,000\text{ Lux}$ ； 2. 色温： $\geq 4300^\circ\text{ K}$ ； 3. 光照可调节级数：无极调光，八段连续显示，调整范围 10%-100%，具有背景灯照度： $\geq 30\text{ Lux}$ ； 4. 照明深度 $\geq 100\text{cm}$ ； 5. 光斑大小调节范围：灯 $\geq 100\text{--}260\text{mm}$ ，具有手动机械调节光斑大小的功能； 6. 实验人员头部温升 $\leq 0.5^\circ\text{C}$ ； 7. 手术视野外温升： $\leq 2^\circ\text{C}$ ； 8. 采用暖白色 LED 灯泡，灯泡寿命： ≥ 60000 小时。	5	台	工业	/
9	无影灯 (带摄像头)	1. LED 光源，灯头直径 $\geq 70\text{cm}$ ，灯照度 $\geq 180,000\text{ Lux}$ ； 2. 色温： $\geq 4300^\circ\text{ K}$ ； 3. 光照可调节级数：无极调光，八段连续显示，调整范围 10%-100%，具有背景灯照度： $\geq 30\text{ Lux}$ ； 4. 照明深度 $\geq 100\text{cm}$ ； 5. 光斑大小调节范围：灯 $\geq 100\text{--}260\text{mm}$ ，具有手动机械调节光斑大小的功能； 6. 实验人员头部温升 $\leq 0.5^\circ\text{C}$ ； 7. 手术视野外温升： $\leq 2^\circ\text{C}$ ； 8. 采用暖白色 LED 灯泡，灯泡寿命： ≥ 60000 小时； 9. 具有中置高清摄像系统，满足远程会诊与远程示教功能。	1	台	工业	/

10	吊塔	1. 水平旋转角度：0-340； 2. 终端箱上最大承重：≥80kg； 3. 标准供气：2 个氧气、2 个吸引、2 个空气； 标准供电：3 孔电源插座 8 个； 设备托盘：2 个（可跟据要求增加托盘）； 输液杆架：1 套； 4. 工作电源：AC220V，50HZ；输入功率：4KVA。	4	台	工业	/
11	药品柜	1. PP 材质； 2. 尺寸：≥宽 900*深 450*高 1800mm； 3. 具有密码锁功能。	1	台	工业	/
12	医用器械柜	1. 不锈钢材质； 2. 尺寸：≥宽 900*深 450*高 1800mm。	2	台	工业	/
13	麻药专柜	1. 不锈钢材质； 2. 尺寸：≥高 1650*宽 860*深 860mm； 3. 柜体两次均带有防火装置的通风口，可调节风阀； 4. 具有双人双锁功能。	1	台	工业	/
14	讲台	1. 规格：≥长 1140*800*1000mm ； 2. 基材:采用环保 E1 级中密度纤维板；面材:≥0.6mm 厚胡桃木皮饰面，板材饰面均两面双帖，无明显色差，拼接处材色纹理协调一致，实木封边； 3. 油漆:底漆及面漆采用 PU 油漆，两面均衡油饰，隐孔亚光，没有剥落、露底、针孔、花斑、划痕等； 4. 工艺:板材与木皮贴合紧密，平整，没有脱胶、明显透胶、鼓泡现象，无裂缝、	5	张	工业	/

		压痕和划伤。所有人造板部件均双饰面封四边，走线孔内缘隐蔽处油饰或封边处理； 5. 具有触摸屏，中控模块。				
15	地秤	1. 不锈钢材质； 2. 具有蓝牙无线传输功能； 3. 尺寸：≤600*1000mm； 4. 称量范围：≤200kg； 5. 称量精度：±100g。	1	台	工业	/

三、报价要求

本项目报总价，报价包含完成本项目**所需内容（包含招标文件要求内容、投标文件承诺内容、评标过程澄清修改内容等）的所有费用**，中标后采购人不再另行支付任何费用，投标分项报价表中须明确列出所投产品所含货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致投标无效。

第四章 评标方法和标准

(综合评分法)

一、总则

本项目将按照招标文件第二章 投标人须知的相关要求及本章的规定评标。

二、评标方法

2.1 资格审查

依据政府采购相关法律法规规定,由采购人或采购代理机构对投标人进行资格审查。资格审查表如下:

资格审查表			
序号	评审指标	评审标准	格式及材料要求
1	营业执照等证明文件	合法有效	提供合法有效的投标人营业执照(或事业单位法人登记证书)等证明文件,应完整的体现出营业执照(或事业单位法人登记证书)的全部内容。联合体投标的联合体各方均须提供。
2	不良信用记录查询	投标人不得存在投标人须知正文第 19.2.1 条中的不良信用记录情形	详见投标人须知正文第 19.2 条要求
3	投标有效性声明	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章	详见第六章投标文件格式

资格审查指标通过标准: 投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。

2.2 符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查表如下：

符合性审查表			
序号	评审指标	评审标准	格式及材料要求
1	开标一览表	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章	详见第六章投标文件格式
2	投标函	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章	详见第六章投标文件格式
3	授权书	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章	法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章投标文件格式
4	投标报价	符合招标文件投标人须知正文第12条要求	详见第六章投标文件格式
5	进口产品	符合招标文件及相关规定对于进口产品的要求	未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品
6	商务响应情况	符合招标文件采购需求中对付款方式、供货及安装期限、供货及安装地点、免费质保期的要求。	详见第六章投标文件格式
7	技术响应情况	不存在招标文件采购需求“（一）货物需求说明”中投标无效的情形	详见第六章投标文件格式
8	投标文件规范性	投标文件签署、盖章符合招标文件要求；无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清情况。	

符合性审查表			
序号	评审指标	评审标准	格式及材料要求
9	其他实质性要求	符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件列明的其他实质性要求	

符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。

2.3 详细审查

2.3.1 评标委员会按照下表对投标文件进行详细审查和评分。

2.3.2 本项目综合评分满分为 100 分，具体评分细则如下：

类别	评分内容	评分标准	分值范围
技术资信分 (60分)	产品选型合理性	根据所供产品选型、配置、技术先进性等进行评分： 1. 产品选型、配置与项目匹配度高，技术先进（产品使用行业最新技术或自身技术优势明显）得 3 分； 2. 产品选型、配置与项目匹配，无明显技术优势得 2 分； 3. 产品选型、配置与项目匹配度低，无技术优势得 1 分。	1-3 分
	投标人资信	具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效期内的： (1) 质量管理体系认证证书的，得 1 分； (2) 环境管理体系认证证书的，得 1 分； (3) 职业健康安全管理体系认证证书的，得 1 分。 注：投标文件中提供认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图。	0-3 分
	供货安装调试及技术培训方案	根据投标人所提供的供货安装调试及技术培训方案，由评标委员会进行评分： 1. 方案内容完整详细，有利于项目实施的，得 3 分； 2. 方案内容完整，满足项目需求的，得 2 分； 3. 方案不完整，内容有待完善的，得 1 分； 4. 差或未提供方案内容的不得分。	0-3 分

		方案内容包括但不限于： ①供货安装调试运行及技术培训方案设计的科学可行性； ②质量保证及质量控制方案的科学可行性； ③技术资料交付承诺的完整性。	
	售后服务和维保体系	根据投标人所提供的售后服务及维保体系（体系完备、制度健全、合同甲方反映较好，有持续的备品备件供应）、售后服务承诺、售后响应时间、保修内容及优惠条件等情况，由评标委员会进行评分： 1. 售后服务体系内容完整详细，内容全面得 3 分； 2. 售后服务体系内容完整得 2 分； 3. 售后服务体系内容简单待完善得 1 分； 4. 差或未提供的不得分。	0-3 分
	技术参数及要求	第 1 包： 根据投标文件对招标文件采购需求货物需求表中的“技术参数及要求”的响应情况进行评分： 标注★号的条款，每满足一项得 2.8 分，共 15 项，共计 42 分。 第 2 包： 根据投标文件对招标文件采购需求货物需求表中的“技术参数及要求”的响应情况进行评分： 标注★号的条款，每满足一项得 4.2 分，共 10 项，共计 42 分。 注： （1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 （2）以投标响应表和“货物需求表”中要求提供的证明材料作为评审依据。	0-42 分

	质保期	投标人承诺在采购需求中要求的质保期的基础上，全部产品每增加一年质保期的得 1 分，满分 2 分，增加不足 1 年的部分或仅对部分产品增加的不得分。 注：以投标响应表中投标人承诺的质保期作为评审依据。所有费用均包含在投标人的投标报价中，中标后采购人不再另行支付任何费用。	0-2 分
	投标人业绩	自 2021 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），投标人具有实验台柜的供货项目业绩，每提供 1 个业绩得 2 分，满分 4 分。 注：（1）投标文件中同时提供业绩合同扫描件、验收合格证明材料扫描件、合同对应的发票扫描件及在国家税务总局官网查询的发票截图； （2）提供的合同或验收合格证明材料中须体现产品品牌型号、合同签订时间等评审因素，如无法体现，须另附业主单位盖章的证明文件扫描件，否则不予认可； （3）提供的发票（发票或其明细清单上）须能体现产品品牌型号等评审因素，否则不予认可； （4）提供的发票须与在国家税务总局官网查询的发票截图一致，否则不予认可； （5）评标现场对提供的发票进行核对。	0-4 分
价格分 (40 分)	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 40 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 40% × 100		

2.3.3 分值汇总

(1) 技术资信评分

评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，并汇总每个投标人的得分。取各位评委评分之平均值(四舍五入保留至小数点后两位数)，得到该投标人的技术资信分。

(2) 综合总得分

将投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。

第五章 采购合同

(本合同格式仅供参考，具体由合同甲乙双方商定)

项目编号：

买 方： 安徽农业大学

电话： 0551-65786084

卖 方：

电话：

见证方：

电话：

买方通过_____组织的_____方式采购活动，经评标委员会的评审，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，买卖双方协商一致同意按如下条款签订本合同：

一、供货清单（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖公章）

产品名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)	生产 厂商	免费质 保期	最迟供货 日 期
(详见附表)								
合 计								
	合同总金额（大写）：							
	备注：上述产品报价含产品生产、运输<送达至买方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金等所有费用。							

二、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- (一) 招标文件及答疑、更正公告；
- (二) 招标文件标准文本中的“合同条款”；

(三) 中标或成交公告；

(四) 卖方提交的投标文件及书面承诺函；

(五) 双方另行签订的补充协议。

三、本合同的总金额为¥_____元(人民币大写：_____)。

四、供货期限

_____。

五、验收要求

(一) 质量标准

卖方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

(二) 验收组织

卖方在本合同货物全部供货完毕，且在安装、调试、运行、培训结束后，向买方提交《验收申请表》。买方负责组织验收工作，大型或者复杂的政府采购项目，必须邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

(三) 验收程序

1、成立验收小组，验收人员应由买方代表和技术专家组成，卖方代表参与验收。如有必要，买方将邀请第三方投标人参与验收。

2、验收前要编制《采购招标验收报告》，随《验收申请表》一起交给买方。

3、验收时双方要按照验收表格逐项验收。

4、验收方出具验收报告。

5、复杂设备的验收还要包括出厂检验、到货检验、安装和调试、最终验收、培训等伴随服务的验收。

六、付款方式：_____。

七、售后服务

(一) 卖方对合同货物的质量保修期为验收证书签署之日起_____个月。

(二) 卖方在合同货物的质量保修期内，免费为买方提供合同货物的技术指

导和维修服务服务的时间是：每周 5 天 24 小时（工作日内）。

（三）卖方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到买方提出的技术服务要求后 2 小时内予以答复，如买方有要求或必要时，卖方应在接到买方通知后 24 小时内派员至买方免费维修和提供现场指导。

（四）如卖方在接到买方维修通知后 24 小时仍不能修复有关货物，卖方应提供与该货物同一型号的备用货物。

（五）如卖方在接到买方提出的技术服务要求或维修通知后 2 小时内没有响应、拒绝或没有派员到达买方提供技术服务、修理或退换货物，买方有权委托第三方对合同货物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由卖方承担。

（六）在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，卖方应在接到买方通知之后 2~4 小时内到达现场。

八、履约保证金

本项目履约保证金为¥_____元(人民币大写：_____)，收受人为安徽农业大学，期限为_____。如卖方未能按期履行合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。

九、违约责任

（一）卖方供货期超过合同约定供货期限。如果卖方由于自身的原因未能按期履行完合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。其标准为按每延期一周收取合同金额的 0.5%，但误期赔偿费总额不得超过履约保证金总额。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。在此情况下，卖方不得要求买方退还其履约保证金。

（二）卖方供货期内未能交货。卖方在履行合同过程中，如果遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按期履行合同的理由、延误的时间通知买方。买方在收到卖方通知后，有权决定是否延长合同的履行时间或终止合同。如买方终止合同，卖方不得要求买方返还履约保证金；如买方同意延长合同的履行时间，卖方必须在买方规定的时间内提供符合质量标准的产品，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的产品，买方有权终止合同，没收履约保证金，提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（三）卖方交货不符合合同质量标准，卖方必须重新提供符合质量标准的产

品，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的产品，买方有权终止合同，没收履约保证金，提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（四）卖方将合同转包，提供假冒伪劣产品，擅自变更、中止或者终止合同的，买方有权终止合同，并提请政府采购监管部门对卖方进行采购金额千分之五的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（五）买方未能按时组织验收，责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门给予处分，并予通报。

（六）买方违反合同规定拒绝接收货物的，应当承担由此造成的损失。

（七）验收合格后，买方未能按时提请付款，责令限期改正，给予警告。

（八）买方擅自变更、中止或者终止合同，责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门给予处分，并予通报。

十、签约地点

本合同在安徽合肥·安徽农业大学签订。

十一、合同的终止

（一）本合同因下列原因而终止：

- 1、本合同正常履行完毕；
- 2、合同双方协议终止本合同的履行；
- 3、不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；
- 4、符合本合同约定的其他终止合同的条款。

（二）对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十二、其他

（一）买卖双方必须严格按照采购文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同执行期内，买卖双方均不得随意变更或解除合同。

（二）本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，买卖双方应按有关法律规定及时协商处理。

（三）合同未尽事宜，买卖双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

（四）本合同如发生纠纷，买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（2）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向合肥市仲裁院申请仲裁。②向蜀山区人民法院起诉。

本合同一式陆份，自买卖双方法定代表人或委托代理人和见证方签字加盖单位公章后生效。

买 方： 安徽农业大学
单位盖章：

卖 方：
单位盖章：

法定代表人或
委托代理人：

法定代表人或
委托代理人：

日 期： 年 月 日
见 证 方：

日 期： 年 月 日

单位盖章：
法定代表人或
委托代理人：

日 期： 年 月 日

第六章 投标文件格式

2024 年安徽农业大学部分学院台柜采购项目
(FSKY34000120245241 号 001)

投 标 文 件

【第__包】

投标人：_____（盖单位章）

____年____月____日

一、开标一览表

项目名称	2024 年安徽农业大学部分学院台柜采购项目
投标人全称	_____（投标人全称）
投标范围	第 包
投标报价	大写： _____ 小写： _____（精确到小数点后两位）
其他	

投标人： _____（盖单位章）
 日 期： ____年__月__ 日

备注：

1. 此表用于开标唱标之用。
2. 表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。
3. 投标报价精确到小数点后两位。

二、投标函

致：安徽农业大学

鼎信数智技术集团股份有限公司

根据贵方的招标公告和投标邀请，我方兹宣布同意如下：

1. 按招标文件规定提供交付的货物（包括安装调试等工作）的最终投标报价见开标一览表，如我方中标，我方承诺愿意按招标文件规定缴纳履约保证金和中标服务费。

2. 我方根据招标文件的规定，严格履行合同的 responsibility 和义务，并保证于甲方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过甲方验收。

3. 我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4. 我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5. 我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

6. 我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

7. 我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

投标人：_____（盖单位章）

日 期：____年__月__日

三、投标有效性声明

(联合体参加投标的，联合体各方均须分别提供)

致：安徽农业大学

鼎信数智技术集团股份有限公司

我单位参加本项目投标活动，郑重声明如下：

1. 我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 我单位不是为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 与我单位负责人为同一人、存在直接控股及管理关系的单位如下表：

我单位名称（全称）		
我单位法定代表人 /单位负责人	姓 名	
	身份证号	
单位负责人为同一人的单位	单位名称： _____	
存在直接控股关系的单位	直接控股我单位的单位	全称： _____，出资比例： _____ %
	我单位直接控股的单位	全称： _____，出资比例： _____ %
存在直接管理关系的单位	直接管理我单位	管理单位全称： _____， 管理单位全称： _____， • • •

	我单位直接 管理	单位全称：_____ 单位全称：_____ • • •
备注：		

注：（1）直接控股关系是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人，下同）。

（2）直接管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在直接管理与被管理关系的单位。

（3）如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：_____（盖单位章）

日 期：____年__月__日

四、授权书

本授权书声明：_____（投标人名称）授权_____（投标人授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明：

授权代表联系方式：_____（填写手机号码）

特此声明。

投标人：_____（盖单位章）

日 期：____年__月__日

注：

- 1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表，提供身份证明；
- 2.法定代表人参加投标的无需提供授权书，提供身份证明。

五、投标分项报价表

序号	货物名称	品牌	型号规格	原产地	生产厂商	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
	其他费用									
	...									
	...									
合计：_____元										

投标人：_____（盖单位章）
日 期：____年__月__日

备注：

1.表中报价为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

2.表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致投标无效。如一个大型设备或系统由多个具体设备组成，建议在表内分别列出每个具体设备的相关信息，是否完整列出每个具体设备的信息会直接影响设备后期免税事项的办

理，如因投标人未完整列出每个具体设备的信息导致某项设备不能办理免税，相关责任及费用由投标人自行承担。

3. 表中报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。

六、投标响应表

6.1 商务响应表

序号	商务条款	招标文件要求	投标人承诺	偏离说明
1	付款方式			
2	供货及安装地点			
3	供货及安装期限			
4	免费质保期			
...				

6.2 技术响应表

序号	货物名称	招标文件规定的技术参数要求	所投产品的技术参数	所投产品的品牌、型号	偏离说明
1					
2					
3					
4					
...					

投标人公章：

注：上述响应表中，投标人必须对**招标文件采购需求中货物需求中**规定的商务、服务及货物技术参数要求逐条进行响应和描述。投标人直接全部或部分复制招标文件规定的商务、服务及货物技术参数要求的，或只简单写上“响应”、“符合”、“达到”或“满足”等字样的，或提供有选择性的响应的（如同一项响应中出现两个或以上品牌/两种或以上技术规格/两种或以上付款方式等），均可能导致投标无效。

七、供货安装（调试）方案

(投标人可自行制作格式)

八、售后服务与维保方案

(投标人可自行制作格式)

九、投标业绩承诺函

就安徽 2024 年安徽农业大学部分学院台柜采购项目，我方做出以下承诺：

投标文件中所提供的以下业绩均真实有效，除以下业绩外的其他业绩不作为本次投标文件评审业绩。若有质疑或采购人需要，我方承诺可就以下业绩信息提供（合同、对应的发票、验收资料或用户评价意见等）原件供贵单位核对。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。同时我方承诺贵方可就我方业绩进行公布。

投标人：_____（盖单位章）

日 期：____年__月__日

序号	项目名称 (如有)	合同名称	合同甲方名称	供货范围	主要设备	备注
1						
2						

以下信息投标人无需填写，评标时由评标委员会确认：

经评标委员会评审，以上经认可的业绩为：

☐ 序号 1 业绩

☐ 序号 2 业绩

备注：

1. 表中所列业绩应为投标人满足招标文件要求的业绩；
2. 以上承诺的业绩只认可排序第 1、第 2 的业绩，多出的业绩不计入评审；
3. 以上承诺的业绩须与后附的合同中的项目名称保持一致，否则不予认可。

十、主要中标标的承诺函

我单位同意中标公告中公示以下主要中标标的并承诺：投标文件中所提供的主要中标标的均合法、真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

序号	货物名称	品牌及规格型号	数量	单价	备注
1					
2					
3					
4					
5					
.....					

投标人：_____（盖单位章）

日 期：____年__月__ 日

备注：

1. 表中所列内容为满足本项目要求的主要中标标的；
2. 中标人提供的以上承诺情况（含货物名称、品牌、规格、型号、数量、单价），将按约定随中标结果公告同时公告。
3. 本页《主要中标标的承诺函》由投标人准确填写。

十一、中小企业声明函

(非中小企业投标, 不需此件)

本公司(联合体)郑重声明, 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定, 本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动, 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业, 不属于大企业的分支机构, 不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

投标人: _____ (盖单位章)

日 期: ____年__月__日

备注:

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据, 无上一年数据的新成立企业可不填报。
2. 投标人应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)相关规定, 如实填写中小企业声明函。如有虚假, 将依法承担相应责任。投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测(查询网址 <https://www.miit.gov.cn/>)。
3. 上述“标的名称”, 详见第三章采购需求中明确的“货物名称”。
4. 上述“采购文件中明确的所属行业”, 详见第三章采购需求中明确的“所属行业”。
5. 填写示例: 某设备, 属于(填写第三章采购需求中对应货物的“所属行业”, 如工业)行业; 承接企业为某企业, 从业人员 100 人, 营业收入为 10000 万元, 资产总额为 5000 万元, 属于小型企业[投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测(查询

网址 <https://www.miit.gov.cn/>]。

十二、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位投标，不需此件）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____（采购单位全称）的_____（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：_____（盖单位章）

日 期：_____年____月____日

十三、监狱企业证明

（非监狱企业投标，不需此件）

注：提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

十四、所投各产品属于政府采购节能产品、环境标志产品清单的证明

文件

（非节能、环保产品，不需此件）

附件 1.

节能产品证明材料

强制节能产品			
产品名称	品牌	产品型号	备注
.....			
优先节能产品			
产品名称	品牌	产品型号	备注
.....			

注：所投产品属于节能产品的，投标文件中须提供市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则评审时不予认可。

附件 2.

环境标志产品证明材料

产品名称	品牌	产品型号	备注
.....			

注：所投产品属于环境标志产品的，投标文件中须提供市场监管总局发布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则评审时不予认可。

十五、诚信承诺函

(联合体参加投标的，联合体各方均须提供)

致：安徽农业大学

鼎信数智技术集团股份有限公司

我公司郑重承诺：严格按照招标文件规定及投标文件承诺签订及履行合同，
否则将依法承担相应责任。

投标人：_____（盖单位章）

日 期：_____年____月____日

十六、其他相关证明材料

提供符合招标公告、采购需求及评标方法和标准规定的相关证明文件。

特别提示：如营业执照、产品彩页、证书、检测报告、产品图片等。

附件 1

政府采购供应商质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2：

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件 2

大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业★	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业★	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业★	从业人员 (X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
住宿业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业★	从业人员 (X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业★	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

中小企业划分标准的说明：

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带

★的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。

（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

（3）资产总额，采用资产总计代替。