

# 安徽省政府采购项目 公开招标文件示范文本（货物类） （2024 年版）

项目名称：安徽省产品质量监督检验研究院国家质检中心建设（第1包恒温恒湿实验室及微生物实验室采购）

项目编号：ZF2024-18-1129

采 购 人：安徽省产品质量监督检验研究院

采购代理机构：安徽省招标集团股份有限公司

二〇二四年十一月

安徽省产品质量监督检验研究院国家质检中心建设(第1包恒温恒湿实验室及微生物实验室采购)招标公告

项目概况

安徽省产品质量监督检验研究院国家质检中心建设(第1包恒温恒湿实验室及微生物实验室采购)招标项目的潜在投标人应在优质采云采购平台（[www.youzhicai.com](http://www.youzhicai.com)）获取招标文件，并于2024年11月29日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZF2024-18-1129

项目名称：安徽省产品质量监督检验研究院国家质检中心建设(第1包恒温恒湿实验室及微生物实验室采购)

预算金额：280万元

最高限价：280万元

采购需求：安徽省产品质量监督检验研究院国家质检中心建设(第1包恒温恒湿实验室及微生物实验室采购)，具体内容详见采购需求。

合同履行期限：合同生效接采购人通知后，3个月内完成供货、安装、调试、培训、检定或校准等所有工作内容。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人所提供的货物须由中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造。

3. 本项目的特定资格要求：无。

4. 至提交投标文件截止时间，投标人（含其不具有独立法人资格的分支机构）存在下列有效情形之一的，其投标文件按无效处理。

（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；

（2）被税务机关列入重大税收违法失信主体的；

（3）被财政部门列入政府采购严重违法失信名单的。

三、获取招标文件

时间：2024年11月8日至2024年11月15日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：优质采云采购平台（[www.youzhicai.com](http://www.youzhicai.com)）

方式：在线下载

售价（元）：0

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024 年 11 月 29 日 14 点 30 分（北京时间）

地点：优质采云采购平台（[www.youzhicai.com](http://www.youzhicai.com)）

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

#### 六、其他补充事宜

1. 本项目相关信息同时在安徽省政府采购网（[www.ccgp-anhui.gov.cn](http://www.ccgp-anhui.gov.cn)）、优质采云采购平台（[www.youzhicai.com](http://www.youzhicai.com)）、优质采招标采购平台（[www.yzczb.com](http://www.yzczb.com)）媒介上发布。

2. 本项目需落实的节能环保、中小企业扶持等相关政府采购政策详见招标文件。

3. 政府采购电子化交易要求：

（1）潜在投标人/供应商须登录“优质采云采购平台”（网址：[www.youzhicai.com](http://www.youzhicai.com)，以下称“优质采平台”）参与本项目招标采购活动。首次登录须办理注册手续，请务必选择注册为“投标人角色”类型。注册流程见优质采平台“用户注册”栏目，咨询电话：0551-62624922、400-0099-555。因未及时办理注册手续影响参加招标采购活动的，责任自负。

（2）已注册的潜在投标人/供应商可登录优质采平台获取招标采购文件，本项目的招标采购文件及其他资料（含澄清、答疑及相关补充文件）通过优质采平台发布，采购人/代理机构不再另行书面通知，潜在投标人/供应商应及时关注、查阅优质采平台。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。

（3）已注册的潜在投标人/供应商若注册信息发生变更（如：与初始注册信息不一致），应及时网上提交变更申请。因未及时变更导致不利后果的，责任自负。

（4）本项目采用全流程电子化招标采购方式，潜在投标人/供应商须办理 CA 数字证书（以下简称 CA），CA 用于电子投标/响应文件的签章及上传（上传投标/响应文件需使用 CA 进行加密）；CA 办理详见《关于优质采平台数字证书办理的须知》（[www.youzhicai.com/nd/a\\_8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045.html](http://www.youzhicai.com/nd/a_8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045.html)）；咨询热线：0551-62624922、400-0099-555。

（5）电子投标/响应文件必须使用“优质采投标文件制作工具”制作生成并上传。下载地址：<http://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip>，使用说明书及视频教程下载地址：<http://file.youzhicai.com/files/BidderHelp.rar>。

#### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

##### 1. 采购人信息

名 称：安徽省产品质量监督检验研究院

地 址：合肥市包河经济开发区延安路 13 号

联系方式：0551-63356422

2. 采购代理机构信息

名 称：安徽省招标集团股份有限公司

地 址：合肥市包河大道 236 号

联系方式：应急客服电话：0551-62220153（接听时间：8:30-12:00, 13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人应优先拨打项目联系人联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）

3. 项目联系方式

项目联系人：李真、秦帅

电话：0551-62220095、15212427135

## 目 录

第一章	投标邀请 .....	6
第二章	投标人须知 .....	11
第三章	采购需求 .....	25
第四章	评标方法和标准（综合评分法） .....	40
第五章	政府采购合同 .....	46
第六章	投标文件格式 .....	51
第七章	政府采购供应商询问函和质疑函范本 .....	76

## 第一章 投标邀请

### 一、项目基本情况

1. 项目编号：ZF2024-18-1129
2. 项目名称：安徽省产品质量监督检验研究院国家质检中心建设(第1包恒温恒湿实验室及微生物实验室采购)项目
3. 预算金额：详见招标公告
4. 最高限价：详见招标公告
5. 采购需求：安徽省产品质量监督检验研究院国家质检中心建设(第1包恒温恒湿实验室及微生物实验室采购)，详见采购文件
6. 合同履行期限：详见招标公告
7. 本项目（☐是/☒否）接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求

详见招标公告申请人的资格要求。

### 三、获取招标文件

1. 获取时间：详见招标公告
2. 获取方式：详见招标公告

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 开标时间：详见招标公告
2. 开标地点：详见招标公告

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1. 项目采用全流程电子化采购方式，相关操作说明详见本章附件《全流程电子招标采购具体要求》。

### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

#### 1. 采购人信息

名称：安徽省产品质量监督检验研究院  
地址：合肥市包河经济开发区延安路13号  
联系人：安徽省产品质量监督检验研究院

联系方式：0551-63356422

2. 采购代理机构信息

名 称：安徽省招标集团股份有限公司

地 址：合肥市包河大道 236 号

联系人：李真

联系方式：0551-62220095

3. 政府采购监督管理部门信息

名 称：安徽省财政厅

地 址：合肥市阜南西路 238 号

联系方式：0551-68150309

**附件：**

**全流程电子招标采购具体要求**

说明：当采用非招标方式进行全流程电子采购活动时，按照本规定执行，其中本要求“投标人”按“供应商”理解，“投标文件”按“响应文件”理解，“招标文件”按“采购文件”理解，“投标文件递交截止时间”按“首次递交响应文件截止时间”理解，“开标”按“开启响应文件”理解，“评标委员会”按“评审小组”理解，“投标无效”按“响应文件无效”理解。

**一、CA 证书办理和注意事项**

1. 本项目采用全流程电子招标采购方式，潜在投标人应及时办理 CA 证书，用于对投标文件进行电子签章及加、解密。

2. CA 证书办理详见《优质采平台 CA 数字证书办理说明》：

<http://www.youzhicai.com/ActivityTopic/AdviceDetail/8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045>。

3. CA 证书到期或即将到期，须在递交投标文件前办理续期。

4. CA 锁遗失、损坏等无法使用，须在递交投标文件前补办 CA 锁。

5. 企业信息（包括但不限于企业名称和法定代表人信息）发生变更的，须在递交投标文件前变更 CA 证书。

6. 投标人由于 CA 证书遗失、损坏、更换、续期、企业信息变更等情况导致投标文件无法解密的，由投标人自行承担责任；

7. 加密和解密投标文件必须使用同一个 CA 证书。

**二、制作、签章、加密、上传电子投标文件**

8. 本项目采用全流程电子化招标采购方式，潜在投标人需使用“优质采投标工具客户端”（以下简称“投标工具”）制作电子投标文件，投标工具及操作说明下载地址：<https://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip>。

（1）投标工具建议在 window7 或 windows10 操作系统下使用；

（2）电子投标文件编制建议使用 office2010 版本。

9. 潜在投标人制作电子投标文件后，需在投标工具对电子投标文件进行电子签章（项目有特殊说明的除外），并使用 CA 证书进行加密。在投标工具使用 CA 证书时需安装“优质采数字证书助手”（即数字证书驱动），下载地址：<https://toolcdn.youzhicai.com/ca.zip>。

10. 潜在投标人完成制作、签章、加密投标文件后，需在招标文件规定的投标截止时间前在投标工具完成上传。投标截止时间以优质采云采购平台（[www.youzhicai.com](http://www.youzhicai.com)）系统的时间为准，如未在投标截止时间前完成电子投标文件上传，系统将自动关闭上传通道。潜在投标人未完成电子投标文件上传的，视为没有递交投标文件。



11. 潜在投标人在投标文件递交截止时间前，可以对其所递交的电子投标文件进行撤回，修改后重新上传。

12. 潜在投标人在制作、签章、加密、上传电子投标文件过程中，若存在技术操作问题，请及时联系优质采云采购平台客服人员，客服电话：400-0099-555，0551-62220164。

### 三、开标和解密

13. 招标人或招标代理机构工作人员（以下简称工作人员）根据有关规定登录系统组织开标。投标文件递交截止时间后由投标人使用 CA 证书解密投标文件，工作人员导入已解密投标文件并公布开标结果。

14. 投标文件可远程解密，投标人无需到达开标现场。招标文件“投标人须知”中另有规定的，从其规定。

15. 潜在投标人须按照招标文件的要求在投标文件递交截止时间前登录投标工具并保持在线，关注开标互动大厅消息直到项目评审结束。

16. 投标文件解密时限为投标文件递交截止时间后 30 分钟（招标文件“投标人须知”中另有规定的，从其规定）。潜在投标人须在投标文件解密时限内完成投标文件解密，未能成功解密的视为放弃投标。招标文件“投标人须知”中对投标文件解密设有线下补救方案的，执行该补救方案。

### 四、评标和询标

17. 评标委员会通过优质采电子评标工具将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人/供应商应登录投标工具并保持在线状态，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函，并在询标函载明的时间内回复，若投标人未及时回复，视为放弃澄清。

### 五、异常情形

18. 出现下列情形导致电子交易系统无法正常运行，影响招投标过程的公平、公正和信息安全，经第三方机构认定后，各方当事人免责：

- (1) 网络、服务器、数据库发生故障造成无法访问或使用的；
- (2) 电力系统发生故障导致电子服务系统或电子交易系统无法运行；
- (3) 出现网络攻击、病毒入侵以及电子服务系统或电子交易系统安全漏洞导致无法正常提供服务的；
- (4) 其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的情形。

### 六、异常情形处理

19. 出现上述情形，优质采平台及时组织相关方查明原因，排除故障。若能保证在开标前恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评标程序无法按时开展，但能在原开标时间后 2 小时内恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评标程序无法按时开展，在原开标时间后 2 小时内无法恢复系统运行的，按以下程序操作：

- (1) 项目中止，中止期限由招标人或招标代理机构根据项目具体情况确定。中止期限

届满后中止情形尚未消除的，招标人或代理机构可以根据实际情况决定延长中止期限。决定延长中止期限的，应向投标人发出延长中止期限通知，并发布公告。

（2）项目恢复，导致项目中止的情形消除后，招标人或代理机构应当尽快恢复招投标程序，向投标人发出恢复交易通知，并发布公告；已发出延长中止期限通知的，按通知执行。

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

条款号	条款名称	内容、说明与要求
5.2	现场考察或标前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织或不召开 <input type="checkbox"/> 统一组织或统一召开 时间：__年__月__日__时__分 地点：_____/_____ 联系人及联系电话：_____/_____ 注：如投标人未参加采购人统一组织的现场考察或采购人统一召开的标前答疑会，视同放弃现场考察或标前答疑会，由此引起的一切责任由投标人自行承担。
6.1	网上询问截止时间	2024年11月15日17时00分（以收到时间为准）
7.1	包别划分	<input type="checkbox"/> 不分包 <input checked="" type="checkbox"/> 分为2个包，本次采购第1包 投标人对多个包进行投标的中标包数规定：投标人可对本项目一个或多个包进行投标，也可获得多个包的合同。
10.1	投标保证金	不收取
11.1	投标有效期	120日历日
13.1	投标文件解密时间	投标截止时间后30分钟内
14.1	资格审查	<input checked="" type="checkbox"/> 采购人审查 <input type="checkbox"/> 采购人出具委托函委托采购代理机构进行审查
17.2	评标方法	<input type="checkbox"/> 最低评标价法 <input checked="" type="checkbox"/> 综合评分法
17.3	报价扣除	(1) 小型和微型企业价格扣除：10%。 (2) 监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。 (3) 残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。 (4) 符合条件的联合体价格扣除：___/___。 (5) 符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除：___/___（允许大中型企业向小微企业分包的项目适用）。 注： (1) 本项目专门面向中小企业采购、本项目不适用报价扣除。 (2) 本项目中的“中小企业”系指“恒温恒湿实验室”和

		<b>“微生物实验室”集成商为中小企业。</b>
21.1	评标委员会推荐中标候选人的人数	1-3 名
21.2	确定中标人	<input checked="" type="checkbox"/> 采购人委托评标委员会确定，确定一名中标人 <input type="checkbox"/> 采购人确定
23.3	随中标结果公告同时公告的内容	(1) 中小企业声明函（如有）； (2) 残疾人福利性单位声明函（如有）； (3) 因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标（成交）供应商的评审报价（适用最低评标价法）； (4) 中标（成交）供应商的评审总得分（适用综合评分法）； (5) 主要中标标的承诺函。
24.1	中标通知书发出的形式	<input checked="" type="checkbox"/> 书面 <input checked="" type="checkbox"/> 数据电文
25.1	告知招标结果的形式	<input checked="" type="checkbox"/> 投标人自行登录电子交易系统查看 <input type="checkbox"/> 评标现场告知
26.1	履约保证金	(1) 金额： <input type="checkbox"/> 免收 <input checked="" type="checkbox"/> 合同价的 2.5% <input type="checkbox"/> 定额收取：人民币 <u>  </u> 元 (2) 支付方式： <input checked="" type="checkbox"/> 转账/电汇 <input checked="" type="checkbox"/> 支票 <input checked="" type="checkbox"/> 汇票 <input checked="" type="checkbox"/> 本票 <input checked="" type="checkbox"/> 保险 <input checked="" type="checkbox"/> 保函 (3) 收取单位：安徽省招标集团股份有限公司 (4) 收取账号：民生银行合肥分行 3401014210003641 (5) 退还时间：验收合格后一次性退还 <b>注意事项：</b> (1) 以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 (2) 以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。
27.1	签订合同和合同公告时间	(1) 采购人与中标人应当自发出中标通知书之日起 7 个工作日内签订合同，采购合同签订之日起 2 个工作日内完成政府采购合同公开。 (2) 采购人与中标人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起 2 个工作日内在安徽省政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
28.1	代理费用	(1) 收费对象： <input type="checkbox"/> 采购人 <input checked="" type="checkbox"/> 中标人

		<p>(2) 收取方式：转账/电汇，账号信息如下：</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>开 户 名：安徽省招标集团股份有限公司          开户银行：中国建设银行合肥市滨湖新区支行          账 号：34001474708050043497</p> </div> <p>(3) 收费标准：参照合价服[2009]216 号文标准向中标人收取；不足 4000 元的，按 4000 元计算。</p>
31.3	质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址	<p>递交方式：书面形式</p> <p>接收部门：安徽省招标集团股份有限公司法务审计部</p> <p>联系电话：0551-62220155, 62220112, 62220153（传真）</p> <p>通讯地址：合肥市包河区包河大道 236 号安徽省招标集团大厦 10 楼</p>
32	其他内容	
32.1	社保证明材料（如有）	<p>本项目招标文件中要求提供的社保证明材料为下述形式之一（投标文件中须提供扫描件）：</p> <p>(1) 社保局官方网站查询的缴费记录截图；</p> <p>(2) 社保局的书面证明材料；</p> <p>(3) 经投标人委托的第三方人力资源服务机构或与投标人有直接隶属关系的机构可以代缴社保，但须提供有关证明材料并经评标委员会确认。</p> <p>(4) 参与投标的院校，社保证明可以用以下任意一种：</p> <p>①加盖投标人公章的教师证（须为本单位人员）；</p> <p>②医保证明材料。</p> <p>(5) 其他经评标委员会认可的证明材料。</p> <p>(6) 法定代表人参与项目的，无需提供社保证明材料，提供身份证明扫描件即可。</p>
32.2	重要提示	<p>(1) 中标人应在规定期限内提交履约担保并与采购人签订合同，若中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同，采购人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒；</p> <p>(2) 合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关 违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒；</p> <p>(3) 中标人中标后被监管部门查实存在违法行为，不满足中标条件的，由采购人取消中标资格，并做好项目后续工作；</p> <p>(4) 中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。</p>
32.3	其他内容	<p>1、解释权：</p> <p>(1) 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说</p>

		<p>明；</p> <p>（2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；</p> <p>（3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；</p> <p>（4）除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标邀请、投标人须知、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释；</p> <p>（5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。</p> <p>2、“政采贷”融资指引：有融资需求的中标人在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。中标人签署政府采购中标（成交）合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将中标人融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。</p> <p>3、电子保函指引：中标人可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目，申请办理电子保函（包括：履约保函、预付款保函）。</p>
32.4	知识产权	<p>（1）构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。</p> <p>（2）采购人在中华人民共和国境内使用中标货物（服务）、资料、技术、服务或其任何一部分时，履行合同义务后，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。</p>
32.5	投标专用章、业务专用章等效力规定	<p>招标文件中明确要求加盖公章的，投标人必须加盖投标人公章。在有授权文件(原件)表明投标专用章、业务专用章等法律效力等同于投标人公章的情况下，可以加盖投标专用章或业务专用章，否则将导致投标无效。</p>

## 二、投标人须知正文

### 1. 采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。

1.3 政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。

1.4 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的投标人须满足以下条件：

1.4.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.4.2 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.4.3 若采购需求中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若采购需求中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为**投标无效**。

1.5 若招标公告中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.5.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。联合体投标的，招标文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。

1.5.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.5.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.5.4 联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为投标文件的一部分提交。

1.5.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议投标总金额的比例。

1.5.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.5.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。

1.5.8 对联合体投标的其他资格要求见申请人的资格要求。

### 2. 资金落实情况

2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

### 3. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

### 4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

### 5. 招标文件构成

5.1 招标文件包括下列内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评标方法和标准

第五章 政府采购合同

第六章 投标文件格式

第七章 政府采购询问函和质疑函范本

5.2 现场考察（标前答疑会）及相关事项见投标人须知前附表。

5.3 原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

如需提供样品，对样品相关要求见采购需求，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第四章。

5.4 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

### 6. 招标文件的澄清与修改

6.1 投标人如对招标文件内容有任何疑问，必须在投标人须知前附表规定的网上询问截止时间前以网上提问形式（电子交易系统）提交给采购代理机构。

6.2 采购人可主动地或在答复投标人提出的询问时对招标文件进行澄清与修改。采购代理机构将在安徽省政府采购网以发布更正公告的方式，澄清或修改招标文件，更正公告的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人应主动上网查询。采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

6.3 任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.4 对于没有提出疑问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含更正公告的内容）。

### 7. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用



7.1 项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

7.2 投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的投标将被认定为**投标无效**。

7.3 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

7.4 投标人与采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。

7.5 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

## 8. 投标文件构成

8.1 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目投标文件格式的相关内容。

8.2 投标人应提交招标文件要求的证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定，该证明文件是投标文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据等。

8.3 为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。

## 9. 投标报价

9.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求。除招标文件另有规定外，所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

9.2 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价，其投标将被认定为**投标无效**。

9.3 投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

9.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，其投标将被认定为**投标无效**。

9.5 采购人不接受具有附加条件的报价。

## 10. 投标保证金

10.1 本项目不收取投标保证金。

## 11. 投标有效期

11.1 投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，投标有效期详见投标人须知前附表。

11.2 在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

11.3 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

## 12. 投标文件的递交、修改与撤回

12.1 投标人应当在招标公告规定的投标截止时间前，将加密的投标文件在电子交易系统上传。

12.2 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后送达的投标文件，电子交易系统应当拒收。

## 13. 开标

13.1 开标时，各投标人应在**投标人须知前附表**规定的解密时间前对其投标文件进行解密。

13.2 开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。

13.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

13.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

## 14. 资格审查及组建评标委员会

14.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

14.2 采购人或采购代理机构将在投标截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))查询相关投标人信用记录，并对投标人信用记录进行甄别，对列入中国执行信息公开网([zxgk.court.gov.cn](http://zxgk.court.gov.cn))**失信被执行人名单**、**“信用中国”网站**([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))**重大税收违法失信主体**、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))**政府采购严重违法失信行为记录名单**及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被认定为**投标无效**。

以联合体形式参加投标的，联合体成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为**投标无效**。

以上信用查询记录，采购人或采购代理机构将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的

查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

14.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。

### 15. 投标文件符合性审查与澄清

15.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

15.2 如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

15.2.1 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为**投标无效**。

15.2.2 如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

15.3 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在采购需求中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第 15.2 款规定处理。

### 15.4 投标文件的澄清

15.4.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标期间，评标委员会将以书面方式（询标）要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

如有询标，投标人授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标，也可凭本人有效身份证明参加询标。因投标人授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受评标委员会询标的，投标人自行承担相关风险。

15.4.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

15.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

15.5 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 15.4 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

15.5 如评标系统中的电子开标一览表与投标文件中的开标一览表不一致，以投标文件中的开标一览表为准。

## **16. 投标无效**

16.1 根据本招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

无论何种原因，即使投标人投标时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评标委员会视同其未提供。

16.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

- （1）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- （2）不具备招标文件中规定的资格要求的；
- （3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- （5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## **17. 比较与评价**

17.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件作进一步的比较与评价。

17.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标方法和标准见招标文件第四章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

17.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《三部门

联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

## **18. 废标、重新招标与变更采购方式**

18.1 出现下列情形之一，将导致项目废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足规定数量的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

18.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报政府采购监督管理部门批准。

## **19. 保密要求**

19.1 评标将在严格保密的情况下进行。

19.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

## **20. 中标候选人的确定原则及标准**

20.1 评标委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排

列。修正和扣除后的投标报价出现两家或两家以上相同者，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若报价相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选人顺序。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若得分与投标报价均相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选人顺序。

## **21. 确定中标候选人和中标人**

21.1 评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

21.2 按投标人须知前附表中规定，由评标委员会或采购人确定中标人。

21.3 因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

## **22. 编写评标报告**

评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

## **23. 中标结果公告**

23.1 除投标人须知前附表规定由评标委员会直接确定中标人外，在评标结束后2个工作日内，采购代理机构将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

23.2 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构将在安徽省政府采购网（[www.ccgp-anhui.gov.cn](http://www.ccgp-anhui.gov.cn)）上发布中标结果公告。

23.3 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限、评审专家名单以及投标人须知前附表中约定进行公告的内容。中标公告期限为1个工作日。

## **24. 中标通知书**

24.1 采购代理机构发布中标结果公告的同时以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书。

24.2 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.3 中标通知书是合同的组成部分。

## **25. 告知招标结果**

25.1 在公告中标结果的同时，采购代理机构同时以投标人须知前附表规定的形式告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

## **26. 履约保证金**

26.1 中标人应按照投标人须知前附表规定缴纳履约保证金。

26.2 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

## **27. 签订合同**

27.1 采购人与中标人应当按照投标人须知前附表规定的时间内完成政府采购合同签订及合同公告。

27.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27.4 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## **28. 代理费用**

28.1 本项目代理费用的收取按投标人须知前附表的规定执行。

## **29. 廉洁自律规定**

29.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

29.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

## **30. 人员回避**

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

## **31. 质疑的提出与接收**

31.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

31.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购供应商质疑函范本》格式（详见招标文件）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

31.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知前附表。

注：上述条款中所要求的书面形式包含通过电子交易系统递交方式。

### **32. 需要补充的其他内容**

需要补充的其他内容，见投标人须知前附表。



第三章 采购需求

前注：

1. 根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
- （1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书（验收时提供）。
- （2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
4. 下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	付款方式	合同生效后，采购人付至合同价的 40%（中标人须提供等额预付款担保），项目经验收合格且相关资料齐备已移交后，一次性付清合同价款。 注： （1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款； （2）预付款担保要求：如采用银行保函、担保机构出具的保函（担保机构担保）均须满足无条件见索即付条件。
2	供货及安装地点	安徽省产品质量监督检验研究院，具体按采购人指定地点。
3	供货及安装期限	合同生效接采购人通知后，3 个月内完成供货、安装、调试、培训、检定或校准等所有工作内容
4	免费质保期	采购需求中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起 5 年；采购需求中明确的，免费质保期按采购需求执行。

二、货物需求

（一）指标重要性表述

标识重要性	标识符号	代表意思
-------	------	------

关键性指标项	★	不满足该指标项将导致投标被拒绝。
重要指标	■	评分项，每满足一项得 3 分。
一般指标	●	评分项，每满足一项得 1 分。
无标识项		5 条及以上负偏离作无效标处理。
注：如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。		

## (二) 货物技术参数及要求

序号	货物名称	技术参数及要求	数量 (单位)	所属行业	是否为核心产品	备注						
1	▲恒温恒湿实验室	<p><b>一、恒温恒湿实验室</b></p> <p>1. 主要用途：为功能纤维、鹅绒、纱线、鞋类和口罩/防静电产品检测提供恒定的温、湿度环境条件。</p> <p>2. 依据标准：GB/T6529-2008 《纺织品 调湿和试验用标准大气》，GB/T10288-2016《羽绒羽毛检验方法》，GB/T 32610-2016《日常防护型口罩技术规范》，GB12014-2019《防护服装 防静电服》，GB/T22049-2019《鞋类 鞋类和鞋类部件环境调节及试验用标准环境》。</p> <p>3、验收规范：JJF1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范。</p> <p>4、内尺寸：</p> <p>（1）功能纤维+强力恒温恒湿室：10500mm*6915mm*2600mm；</p> <p>（2）鹅绒恒温恒湿室：11840mm*6915mm*2600mm；</p> <p>（3）纱线、化纤恒温恒湿室：10300mm*6915mm*2600mm；</p> <p>（4）口罩/防静电恒温恒湿室：7315mm*6915mm*2600mm；</p> <p>（5）鞋类恒温恒湿室：7300mm*6915mm*2600mm。</p> <p><b>二、技术指标要求</b></p> <p>●1. 应满足以下试验条件：</p> <table><tr><th>序号</th><th>实验室名称</th><th>标准要求</th></tr><tr><td>1</td><td>功能纤维+强力恒温恒湿室</td><td>温度：20℃±2℃ 相对湿度：65%±4%</td></tr></table>	序号	实验室名称	标准要求	1	功能纤维+强力恒温恒湿室	温度：20℃±2℃ 相对湿度：65%±4%	5套(功能纤维+强力恒温恒湿室、鹅绒恒温恒湿室、纱线、化纤恒温恒湿室、口罩/防静电恒温恒湿室、鞋类恒温恒湿室各1套)	工业	是	原农标中心实验楼3层
序号	实验室名称	标准要求										
1	功能纤维+强力恒温恒湿室	温度：20℃±2℃ 相对湿度：65%±4%										

		<table><tr><td></td><td>鹅绒恒温恒湿室</td><td></td></tr><tr><td></td><td>纱线、化纤恒温恒湿室</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>口罩/防静电恒温恒湿室</td><td>温度：22℃±2℃ 相对湿度：32%±2%</td></tr><tr><td>3</td><td>鞋类恒温恒湿室</td><td>温度：23℃±2℃ 相对湿度：50%±5%</td></tr></table>		鹅绒恒温恒湿室			纱线、化纤恒温恒湿室		2	口罩/防静电恒温恒湿室	温度：22℃±2℃ 相对湿度：32%±2%	3	鞋类恒温恒湿室	温度：23℃±2℃ 相对湿度：50%±5%				
	鹅绒恒温恒湿室																	
	纱线、化纤恒温恒湿室																	
2	口罩/防静电恒温恒湿室	温度：22℃±2℃ 相对湿度：32%±2%																
3	鞋类恒温恒湿室	温度：23℃±2℃ 相对湿度：50%±5%																
<p>■2. 所有恒温恒湿室精度应满足：</p> <p>（1）波动度/30min 周期： 温度±1.0℃，相对湿度±2.0%RH。</p> <p>（2）均匀度： 温度≤1℃； 湿度≤2.0% RH。</p> <p>■3. 制冷量、风量、加湿量、电加热要求：</p> <p>（1）功能纤维+强力恒温恒湿室、鹅绒恒温恒湿室和纱线、化纤恒温恒湿室采用一体化直流变频高精度精密空调（不可采用组合式空调）各 1 台</p> <p>①制冷量 ≥23.5kW；</p> <p>②风量≥5000 m³/h；</p> <p>③加湿量≥4kg/h；</p> <p>④电加热≥15kW。</p> <p>（2）鞋类恒温恒湿室采用一体化直流变频高精度精密空调（不可采用组合式空调）1 台</p> <p>①制冷量 ≥11.9kW；</p> <p>②风量≥2600 m³/h；</p> <p>③加湿量≥4kg/h；</p> <p>④电加热≥9 kW。</p> <p>投标文件中提供第三方机构出具的体现以上参数要求的具有 CMA 标识的检测报告扫描件。</p> <p>★4. 如投标人所投序号 3 中精密空调制冷量 ≤24.36kW，投标文件中须提供所投精密空调的 3C 认证证书（投标文件中提供 3C 认证证书扫描件）。</p> <p>■5. 口罩/防静电恒温恒湿室采用氟系统组合式转轮除湿机组，1 套</p> <p>（1）制冷量 ≥23kW；</p> <p>（2）风量 ≥3000m³/h；</p> <p>（3）制热≥12kW；</p> <p>（4）再生加热量≥18kW；</p> <p>（5）加湿量≥4kg/h；</p>																		

		<p>(6) 新风量<math>\geq 250\text{m}^3/\text{h}</math>。</p> <p><b>投标文件中提供体现以上参数要求的产品说明书扫描件。</b></p> <p>■6. 具有温度、湿度监控自动记录系统，温度、湿度实时显示功能，能够储存温湿度数据（一次至少能储存 3 年以上的数据）并能随时导出。每个房间布置不少于 5 个采集点，室内每一个转角处设一点，两个对角线交点（中心）设一个测点，每一个点安装一个温湿度传感器。</p> <p>7. 恒温恒湿实验室采用上送下回的气流组织方式，送风采用微孔铝板送风，回风采用架空地板回风。送风：上部做双层吊顶，上部为岩棉夹芯保温彩钢板，下部为微孔铝板，整个吊顶作为静压箱。空调机组处理后的风经由管道送至静压箱。</p> <p>8. 恒温恒湿精密空调显示系统为大屏幕 LCD 中文显示器，能图像化显示机组内各组件的运行状态。除此外，还应在实验室走廊单独配置不小于 10 寸的显示触控屏，方便人员操作空调开关以及监视。同时还需支持在手机 app 上控制空调机组的开关功能。</p> <p>9. 加热器：恒温恒湿采用高效 SCR 可控硅控制电加热器，加热量无极调节。加湿器：恒温恒湿电极式加湿装置，SCR 可控硅控制。</p> <p>10. 压缩机：恒温恒湿精密空调要求配置直流变频压缩机，可变容量输出冷量。</p> <p>11. 风机应采用高效直联式风机，不得采用皮带式风机。室内风机：恒温恒湿精密空调要求配置高效 EC 风机，风量无级调节。电机的防护等级<math>\geq \text{IP54}</math>，绝缘等级<math>\geq \text{F}</math> 级。风柜需配置可拆卸式面板并留检修口，方便观察风机和马达，以及将整体的风机单元从箱体中取出。风机电机轴承的使用寿命大于十万小时。风机材质：金属或合金质地。室外风机：恒温恒湿精密空调采用无极可调冷凝器风机，精确控制空调系统冷量。</p> <p>■12. 恒温恒湿精密空调过滤系统：空气过滤网不低于 GB/T14295-2019《空气过滤器》标准中 C4 等级。额定风量下，粒径<math>\geq 2.0\mu</math></p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>m 粒子的计数效率≥55%。投标文件中提供由第三方机构出具的具有 CMA 标识的检测报告。</p> <p>■13. 采用洁净保温钢板墙面。墙面四边以镀锌钢板内衬封闭，彩钢板厚度≥50mm，传热系数 ≤ 0.73W/( m².k ) ， 粘接强度 ≥ 0.15MPa，剥离性能≥85%，抗弯承载力 ≥ 0.9kN/m²；岩棉容重≥100kg/m³，耐火性能满足 GB/T 9978.1-2008 中耐火完整性 ≥ 60min 的要求（投标文件中提供由第三方机构出具的具有 CMA 标识的检测报告扫描件，报告中须有彩钢板厚度、耐火性能、传热系数检测项）。</p> <p>三、配套辅材、电子元器件要求</p> <table><tr><th colspan="5">恒温恒湿实验室环境维护系统</th></tr><tr><th>序号</th><th>材料名称</th><th>技术要求</th><th>计量单位</th><th>数量</th></tr><tr><td colspan="5">一、系统壁部配置及安装</td></tr><tr><td>1</td><td>环境系统 洁净保温 钢板密闭 安装</td><td>双面喷涂复合钢板，基板厚度为 0.5mm 镀锌钢板，中间填充岩棉，内置金属加强框架，整体板厚 50mm。50 系列\喷涂 50 槽铝\中字铝插条\外直角 F 铝\4*13 抽芯铆钉、#4-40 自攻螺丝固定。</td><td>m²</td><td>876.98</td></tr><tr><td>2</td><td>密闭系统 辅助部分 金属阳角 条</td><td>1.2 厚喷涂 50 外圆柱</td><td>m</td><td>131.20</td></tr><tr><td>3</td><td>密闭系统 辅助部分 金属阴角 条</td><td>0.7-0.9 厚喷涂 50 内圆</td><td>m</td><td>755.30</td></tr><tr><td>4</td><td>密闭系统 辅助部分 专用加强 地龙骨</td><td>70mm 高彩钢板专用加强地面调节马槽及底座</td><td>m</td><td>241.76</td></tr><tr><td>5</td><td>墙面系统 无机涂料</td><td>腻子底涂+无机涂料两遍;基层清理;刮腻子;刷、喷涂料。</td><td>m²</td><td>88.93</td></tr><tr><td colspan="5">二、系统顶部配置及安装</td></tr><tr><td>1</td><td>环境系统 顶部洁净 保温钢板 密闭安装</td><td>上人型吊项，Φ8 吊筋，50 系列中字铝吊梁\中字铝\角铝 双面喷涂复合钢板，基板厚度为 0.5mm 镀锌钢板，单面内衬玻璃板，中间填充岩棉，内置金属加强框架，整体板厚 50mm。</td><td>m²</td><td>343.81</td></tr><tr><td>2</td><td>环境控制 送风系统 微孔送风 板</td><td>50#，不上人轻钢龙骨 Φ8 吊筋，承载龙骨间 900-1200mm;\轻钢龙骨\三角龙骨\边龙骨 微孔送风板 600*600</td><td>m²</td><td>297.00</td></tr></table>	恒温恒湿实验室环境维护系统					序号	材料名称	技术要求	计量单位	数量	一、系统壁部配置及安装					1	环境系统 洁净保温 钢板密闭 安装	双面喷涂复合钢板，基板厚度为 0.5mm 镀锌钢板，中间填充岩棉，内置金属加强框架，整体板厚 50mm。50 系列\喷涂 50 槽铝\中字铝插条\外直角 F 铝\4*13 抽芯铆钉、#4-40 自攻螺丝固定。	m²	876.98	2	密闭系统 辅助部分 金属阳角 条	1.2 厚喷涂 50 外圆柱	m	131.20	3	密闭系统 辅助部分 金属阴角 条	0.7-0.9 厚喷涂 50 内圆	m	755.30	4	密闭系统 辅助部分 专用加强 地龙骨	70mm 高彩钢板专用加强地面调节马槽及底座	m	241.76	5	墙面系统 无机涂料	腻子底涂+无机涂料两遍;基层清理;刮腻子;刷、喷涂料。	m²	88.93	二、系统顶部配置及安装					1	环境系统 顶部洁净 保温钢板 密闭安装	上人型吊项，Φ8 吊筋，50 系列中字铝吊梁\中字铝\角铝 双面喷涂复合钢板，基板厚度为 0.5mm 镀锌钢板，单面内衬玻璃板，中间填充岩棉，内置金属加强框架，整体板厚 50mm。	m²	343.81	2	环境控制 送风系统 微孔送风 板	50#，不上人轻钢龙骨 Φ8 吊筋，承载龙骨间 900-1200mm;\轻钢龙骨\三角龙骨\边龙骨 微孔送风板 600*600	m²	297.00				
恒温恒湿实验室环境维护系统																																																													
序号	材料名称	技术要求	计量单位	数量																																																									
一、系统壁部配置及安装																																																													
1	环境系统 洁净保温 钢板密闭 安装	双面喷涂复合钢板，基板厚度为 0.5mm 镀锌钢板，中间填充岩棉，内置金属加强框架，整体板厚 50mm。50 系列\喷涂 50 槽铝\中字铝插条\外直角 F 铝\4*13 抽芯铆钉、#4-40 自攻螺丝固定。	m²	876.98																																																									
2	密闭系统 辅助部分 金属阳角 条	1.2 厚喷涂 50 外圆柱	m	131.20																																																									
3	密闭系统 辅助部分 金属阴角 条	0.7-0.9 厚喷涂 50 内圆	m	755.30																																																									
4	密闭系统 辅助部分 专用加强 地龙骨	70mm 高彩钢板专用加强地面调节马槽及底座	m	241.76																																																									
5	墙面系统 无机涂料	腻子底涂+无机涂料两遍;基层清理;刮腻子;刷、喷涂料。	m²	88.93																																																									
二、系统顶部配置及安装																																																													
1	环境系统 顶部洁净 保温钢板 密闭安装	上人型吊项，Φ8 吊筋，50 系列中字铝吊梁\中字铝\角铝 双面喷涂复合钢板，基板厚度为 0.5mm 镀锌钢板，单面内衬玻璃板，中间填充岩棉，内置金属加强框架，整体板厚 50mm。	m²	343.81																																																									
2	环境控制 送风系统 微孔送风 板	50#，不上人轻钢龙骨 Φ8 吊筋，承载龙骨间 900-1200mm;\轻钢龙骨\三角龙骨\边龙骨 微孔送风板 600*600	m²	297.00																																																									

[illegible]

		4、含电能表 5、含三级浪涌保护器 6、挂墙或落地安装		
4	非标配电箱/柜（按Ijs计）	1、400A内非标配电箱/柜 2、含空开及漏保 3、含塑壳断路器 4、含电能表 5、含三级浪涌保护器 6、挂墙或落地安装	台	1
5	非标配电箱/柜（按Ijs计）	1、500A内非标配电箱/柜 2、含空开及漏保 3、含塑壳断路器 4、含电能表 5、含三级浪涌保护器 6、落地安装	台	1
三、照明系统				
1	LED灯管	LED、T8、20W、1200MM	只	6
2	LED灯管 配套灯架	1、双支，1231mm 2、灯管另配 3、含灯具吊装、接线	只	3
3	防眩光 LED嵌入式面板灯	1、600*600，35W嵌装 5700k，防眩光 2、带驱动装置 3、含灯具安装、接线	只	54
4	接线盒	钢制 86 盒，暗装	只	57
四、开关系统				
1	单联单控 翘板开关	1、额定电流 10A 2、含开关盒暗埋 3、含开关内部接线	只	5
2	双联单控 翘板开关	1、额定电流 10A 2、含开关盒暗埋 3、含开关内部接线	只	6
3	四联单控 翘板开关	1、额定电流 10A 2、含开关盒暗埋 3、含开关内部接线	只	2
4	接线盒	钢制 86 盒，暗装	只	13
五、插座系统				
1	单相五孔 插座	1、额定电流 10A 2、含开关盒暗埋 3、含插座内部接线	只	119
2	单相三孔 插座	1、额定电流 16A 2、含开关盒暗埋 3、含插座内部接线	只	5
3	三相四孔 插座	1、额定电流 16A 2、含开关盒暗埋 3、含插座内部接线	只	1
4	桌面塔式 插座	1、额定电流 10A 2、含开关盒暗埋 3、含插座内部接线	只	54
5	桌面塔式 插座	1、额定电流 25A，三相四孔 2、含开关盒暗埋 3、含插座内部接线	只	1
6	接线盒	钢制 86 盒，暗装	只	180
六、线缆系统				
1	电气配线	管内穿线， WDZ-BYJ2.5mm <sup>2</sup>	m	500
2	电气配线	管内穿线， WDZ-BYJ4mm <sup>2</sup>	m	1100
3	电气配线	管内穿线， WDZ-BYJ6mm <sup>2</sup>	m	150

			4	电力电缆	WDZ-YJY5*2.5	m	227.6
		5	电力电缆	WDZ-YJY5*6	m	166.6	
		6	电力电缆	WDZ-YJY5*10	m	105.4	
		7	电力电缆	WDZ-YJY4*25+1*16	m	48.1	
		8	电力电缆	WDZ-YJY4*35+1*16	m	13	
		9	电力电缆	WDZ-YJY4*50+1*25	m	32.8	
		10	电力电缆	WDZ-YJY4*70+1*35	m	15	
		11	电力电缆	WDZ-YJY4*95+1*50	m	72.6	
		12	电力电缆	WDZ-YJY3*10	m	33.1	
		13	电缆头	户内干包电缆终端头， 35mm2 以下	个	30	
		14	电缆头	户内干包电缆终端头， 120mm2 以下	个	8	
		七、电气配管系统					
		1	电气配管	JDG20 暗敷、壁厚大于 1.6mm	m	159.2	
		2	电气配管	JDG25 暗敷、壁厚大于 1.6mm	m	383.2	
		3	配管砖墙 刨沟	Φ20mm	m	48	
		4	配管砖墙 刨沟	Φ32mm	m	360	
		八、线槽、桥架系统					
		1	热镀锌槽 式电缆桥 架	100*50mm（厚 1.2mm）、 含盖	m	14.7	
		2	热镀锌槽 式电缆桥 架	200*100mm（厚 1.5mm）、 含盖	m	45.9	
		3	镀锌槽式 电缆桥架	100*50mm（厚 1.2mm）、 含盖	m	18.3	
		4	镀锌槽式 电缆桥架	200*100mm（厚 1.5mm）、 含盖	m	15.3	
		5	桥架支吊 架	角钢	kg	70.6	
		九、特殊仪器设备接地系统					
		1	LEB 等电位 接线箱	250x350*150（含接线 排等附件）	只	11	
		十、其他					
		1	送配电装 置系统	1kV 以下交流供电系统 调试（综合）	系统	1	
		II 弱电系统					
		一、网络系统					
		1	网络桌面 塔式插座	含网络模块	只	2	
		2	网络双口 桌面塔式 插座	含网络模块	只	2	
		3	网络模块	RJ45 直通模块	只	22	
		4	双口、单口 面板	网络插座面板	只	22	
		5	接线盒	钢制 86 盒，暗装	只	31	
		6	六类线	非屏蔽	m	1800	
		7	电气配管	JDG20 暗敷、壁厚大于 1.6mm	m	192	
		8	配管砖墙 刨沟	Φ20mm	m	90	
		二、其它配置					
		1	链路测试	配套	个	44	
		2	24 口接入 交换机	24 个 10/100/1000BASE-T 以 太网端口，4 个千兆 SFP，交流供电 交换容量 336Gbps，包 转发率 42Mpps，机架 式，静音款	台	2	
		3	配线架	24 口六类网络配线架	套	2	



			4	大对数线缆	25 对	m	50
			5	光纤模块	千兆单模	个	2
			6	单模 LC 光纤尾纤	1. 名称：单芯 LC 单模光纤尾纤 2. 尾纤 LC，单模 9/125μm,	根	2
			7	LC-LC 光纤跳线	1. 名称：双工 LC-LC 单模 2. 规格型号：LC-LC 双工，2.0mm，单模，2 米跳线 衰减要求小于等于 0.3dB@850nm	根	2
			8	12 芯室内单模光缆	1. 名称 低烟无卤型 12 芯单模光纤 2. 其他 规格：12 芯，紧套型单模，室外光缆满足全波段的长距离和高速传输（10~40Gb/s）； 光纤芯径：9/125μm（OS2）；衰减@1310nm 小于等于 0.36dB/km；	m	100
			9	理线器	25 格	条	1
			III、电气消防系统				
			一、火灾报警系统				
			1	编码型光电感烟探测器		个	16
			2	接线盒		个	16
			3	电线电缆	WDZN-BYJ-2.5	m	140
			4	电气配管	SC20 暗敷、壁厚大于 2.8mm	m	67.5
			5	系统调试		系统	1
			恒温恒湿实验室给排水系统				
			一、给水系统				
			1	PPR 给水管	S4，PN1.6（MPa），DN20	m	5.00
			2	PPR 给水管	S4，PN1.6（MPa），DN25	m	1.00
			3	PPR 活接球阀	D20，热熔连接，阀体：铜镀铬	个	2.00
			4	末端三角阀	DN20，含内丝接	个	1.00
			二、排水系统				
			1	铸铁排水 管	DN50	m	2
			2	PP 静音排水 管	DN50，3SYT-PP	m	2
			3	不锈钢地漏	De50	个	2
			三、给排水其他相关辅材				
			1	管件	三通、弯头、法兰、套管等	项	1
			2	管道安装支吊架		kg	5
			3	管道打孔	楼板打孔	个	3
			7	管道冲洗		次	1
8	管道试压		次	1			
恒温恒湿实验室供气系统							
一、供气系统管路系统							
1	不锈钢管道	1/4" SS 316L BA	米	45			
2	焊接三通	1/4" -1/4"-1/4" SS 316	个	10			
3	球阀	1/4" SS 316L 耐压 50bar	个	18			
4	仪器接头	视仪器规格而定	个	18			

		<b>四、其他要求</b> 1. 备品备件要求：供货时提供产品使用说明书、产品合格证、质量保证书等。				
2	微生物实验室	<b>一、微生物实验室</b> 1. 主要用途：为纺织品的抗菌性能检测提供实验环境条件。 2. 依据标准：GB / T19489-2008 《实验室生物安全通用要求》 3. 内尺寸：17590mm*8685mm*2600mm <b>二、技术指标要求</b> ●1. 温度:18-26℃； 湿度:30-70%； 洁净度：洁净室更衣、洁净室缓冲百万级，洁净室万级； 压差（与大气压）：P2（阳性菌）、p2（防霉防螨）不小于 40pa ■2. 采用组合式空调机组 2 台，安装方式为吊顶式，满足以下参数： （1）空调 1：风量：≥3500cmh 四排管，冷量：≥57kW，制热≥50kW，加湿 g≥30kg/h，新风比 100%， （2）空调 2：风量：≥1500cmh，冷量：≥8kW；制热≥13.6kW，加湿量≥4kg/h，新风比≥20%。 <b>投标文件中提供产品说明书（含以上参数页）扫描件。</b> ■3. 整个箱体无论是框梁（骨架）还是保温护板，只要同时接触机组内外空气的连接处均应采取绝对“断冷桥”结构（ <b>投标文件中提供由第三方机构出具的具有 CMA 标识的检测报告扫描件，报告中须体现冷桥系数检测项</b> ）。 ■4. 组合式空调箱箱体应具有良好的气密性，机组的漏风率≤0.5%（ <b>投标文件中提供由第三方机构出具的具有 CMA 标识的检测报告扫描件</b> ）。 5. 敷设 PVC 地板之前需确保现场满足施工标准，然后 2~5mm 厚水泥自流平及打磨处理。 ■6. PVC 卷材：总厚度不低于 2.0mm，耐磨层厚度不低于 0.3mm，宽幅不低于 2m 的密实	1 套	工业	否	原农标中心实验楼 4 层

		<p>底叠压结构卷材；涂层厚度测试结果大于 20 微米，残余凹陷度小于等于 0.02mm。防火等级不低于 B1 级，通过有害物质限量、重金属、邻苯类增塑剂检测，对 98%硫酸、30%过氧化氢、50%氢氧化纳化学试剂接触 2 小时无变化（投标文件中提供由第三方机构出具的具有 CMA 标识的检测报告，报告中须体现防火等级、总厚度、有害物质限量及耐 98%硫酸、30%过氧化氢、50%氢氧化纳性能）。</p> <p>三、配套辅材、电子元器件要求</p> <table><tr><th colspan="5">微生物实验室环境控制维护系统</th></tr><tr><th>序号</th><th>材料名称</th><th>技术要求</th><th>计量单位</th><th>数量</th></tr><tr><td colspan="5">一、系统壁部配置及安装</td></tr><tr><td>1</td><td>系统壁部配置及安装洁净保温钢板</td><td>双面喷涂复合钢板，基板厚度为0.5mm镀锌钢板，中间填充岩棉，内置金属加强框架，整体板厚 50mm。 50 系列\喷涂 50 槽铝\中宇铝插条\外直角 F 铝\4*13 抽芯铆钉、 #4-40 自攻螺丝固定</td><td>m<sup>2</sup></td><td>323.46</td></tr><tr><td>2</td><td>密闭系统辅助部分金属阳角条</td><td>1.2 厚喷涂 50 外圆柱</td><td>m</td><td>54.60</td></tr><tr><td>3</td><td>密闭系统辅助部分金属阴角条</td><td>0.7-0.9 厚喷涂 50 内圆</td><td>m</td><td>530.54</td></tr><tr><td>4</td><td>密闭系统辅助部分专用加强地龙骨</td><td>70mm 高彩钢板专用加强地面调节马槽及底坐</td><td>m</td><td>182.07</td></tr><tr><td colspan="5">二、系统顶部配置及安装</td></tr><tr><td>1</td><td>环境系统顶部洁净保温钢板密闭安装</td><td>上人型吊顶，Φ8 吊筋，50 系列中宇铝吊梁\中宇铝\角铝 双面喷涂复合钢板，基板厚度为0.5mm镀锌钢板，单面内衬玻镁板，中间填充岩棉，内置金属加强框架，整体板厚 50mm。</td><td>m<sup>2</sup></td><td>155.59</td></tr><tr><td colspan="5">三、系统底部配置及安装</td></tr><tr><td>1</td><td>环境系统水泥自流平底部 PVC 塑胶地板</td><td>总厚度不低于 2.0mm，耐磨层厚度不低于 0.3mm，宽幅不低于 2m 的密实底叠压结构卷材；涂层厚度测试结果大于 20 微米，残余凹陷度小于等于 0.02mm。防火等级不低于 B1 级，通过有害物质限量、重金属、邻苯类增塑剂检测，对 98%硫酸、30%过氧化氢、50%氢氧化纳化学试剂接触 2 小时</td><td>m<sup>2</sup></td><td>155.59</td></tr></table>	微生物实验室环境控制维护系统					序号	材料名称	技术要求	计量单位	数量	一、系统壁部配置及安装					1	系统壁部配置及安装洁净保温钢板	双面喷涂复合钢板，基板厚度为0.5mm镀锌钢板，中间填充岩棉，内置金属加强框架，整体板厚 50mm。 50 系列\喷涂 50 槽铝\中宇铝插条\外直角 F 铝\4*13 抽芯铆钉、 #4-40 自攻螺丝固定	m <sup>2</sup>	323.46	2	密闭系统辅助部分金属阳角条	1.2 厚喷涂 50 外圆柱	m	54.60	3	密闭系统辅助部分金属阴角条	0.7-0.9 厚喷涂 50 内圆	m	530.54	4	密闭系统辅助部分专用加强地龙骨	70mm 高彩钢板专用加强地面调节马槽及底坐	m	182.07	二、系统顶部配置及安装					1	环境系统顶部洁净保温钢板密闭安装	上人型吊顶，Φ8 吊筋，50 系列中宇铝吊梁\中宇铝\角铝 双面喷涂复合钢板，基板厚度为0.5mm镀锌钢板，单面内衬玻镁板，中间填充岩棉，内置金属加强框架，整体板厚 50mm。	m <sup>2</sup>	155.59	三、系统底部配置及安装					1	环境系统水泥自流平底部 PVC 塑胶地板	总厚度不低于 2.0mm，耐磨层厚度不低于 0.3mm，宽幅不低于 2m 的密实底叠压结构卷材；涂层厚度测试结果大于 20 微米，残余凹陷度小于等于 0.02mm。防火等级不低于 B1 级，通过有害物质限量、重金属、邻苯类增塑剂检测，对 98%硫酸、30%过氧化氢、50%氢氧化纳化学试剂接触 2 小时	m <sup>2</sup>	155.59			
微生物实验室环境控制维护系统																																																												
序号	材料名称	技术要求	计量单位	数量																																																								
一、系统壁部配置及安装																																																												
1	系统壁部配置及安装洁净保温钢板	双面喷涂复合钢板，基板厚度为0.5mm镀锌钢板，中间填充岩棉，内置金属加强框架，整体板厚 50mm。 50 系列\喷涂 50 槽铝\中宇铝插条\外直角 F 铝\4*13 抽芯铆钉、 #4-40 自攻螺丝固定	m <sup>2</sup>	323.46																																																								
2	密闭系统辅助部分金属阳角条	1.2 厚喷涂 50 外圆柱	m	54.60																																																								
3	密闭系统辅助部分金属阴角条	0.7-0.9 厚喷涂 50 内圆	m	530.54																																																								
4	密闭系统辅助部分专用加强地龙骨	70mm 高彩钢板专用加强地面调节马槽及底坐	m	182.07																																																								
二、系统顶部配置及安装																																																												
1	环境系统顶部洁净保温钢板密闭安装	上人型吊顶，Φ8 吊筋，50 系列中宇铝吊梁\中宇铝\角铝 双面喷涂复合钢板，基板厚度为0.5mm镀锌钢板，单面内衬玻镁板，中间填充岩棉，内置金属加强框架，整体板厚 50mm。	m <sup>2</sup>	155.59																																																								
三、系统底部配置及安装																																																												
1	环境系统水泥自流平底部 PVC 塑胶地板	总厚度不低于 2.0mm，耐磨层厚度不低于 0.3mm，宽幅不低于 2m 的密实底叠压结构卷材；涂层厚度测试结果大于 20 微米，残余凹陷度小于等于 0.02mm。防火等级不低于 B1 级，通过有害物质限量、重金属、邻苯类增塑剂检测，对 98%硫酸、30%过氧化氢、50%氢氧化纳化学试剂接触 2 小时	m <sup>2</sup>	155.59																																																								

		无变化							
2	环境系统 细石混凝土 底部	50mm 厚 C25 细石混凝土	m <sup>2</sup>	155.59					
四、微生物系统门窗配置及安装									
1	成品保温 钢板门	规格：1000*2100mm 单 开门，门框厚度 1.2mm 门板厚度 0.8mm	樘	11.00					
2	成品保温 钢板门	规格：1500*2100mm 单 开门，门框厚度 1.2mm 门板厚度 0.8mm	樘	1.00					
3	五金件	门锁、合页、门吸、升 降扫地条	套	14.00					
4	闭门器 (成品钢 板门用)	GMT 90kg	套	14.00					
5	洁净传递 窗	内 600*600*600，体积 0.5，电子厂标准 外箱体采用 1.0mm 静电 喷涂冷轧钢板制作，内 壁采用 SUS304(1.2mm) 不锈钢制作	台	9.00					
6	成品中空 玻璃观察 窗	5+39+5mm 玻璃	m <sup>2</sup>	9.40					
微生物实验室电气系统									
I、强电系统									
一、标准配电箱									
1	开关箱	ACM 08 FNB ENU、含空 开及漏保	套	3.00					
二、非标配电箱/柜(柜)									
1	非标配电 箱/柜(按 I.js 计)	1、80A 内非标配电箱/ 柜 2、含空开及漏保 3、含塑壳断路器 4、挂墙或落地安装	台	1.00					
三、照明系统									
1	LED 洁净 平板灯	1、300*600, 25W 2、6000K 3、含灯具安装、接线	套	5					
2	LED 洁净 平板灯	1、300*900, 38W 2、6000K, 亚克力丝印 3、含灯具安装、接线	套	12					
3	LED 洁净 平板灯	1、300*1200, 48W 2、6000K, 亚克力激光 打点 3、含灯具安装、接线	套	8					
4	紫外线消 毒灯	930*48*33mm, 30W, 内 置电子镇流器	套	24					
5	紫外线消 毒灯	1230*40*28mm, 40W, 内置电子镇流器	套	1					
6	接线盒	钢制 86 盒, 暗装	只	50					
四、开关系统									
1	单联单控 翘板开关	1、额定电流 10A 2、含开关盒暗埋 3、含开关内部接线	只	6					
2	双联单控 翘板开关	1、额定电流 10A 2、含开关盒暗埋 3、含开关内部接线	只	6					
3	接线盒	钢制 86 盒, 暗装	只	12					
五、插座系统									
1	单相五孔 插座	1、额定电流 10A 2、含开关盒暗埋 3、含插座内部接线	只	58					

		2	单相三孔插座	1、额定电流 16A 2、含开关盒暗埋 3、含插座内部接线	只	4				
		3	接线盒	钢制 86 盒，暗装	只	62				
		<b>六、线缆系统</b>								
		1	电气配线	管内穿线，WDZ-BYJ2.5mm <sup>2</sup>	m	500				
		2	电气配线	管内穿线，WDZ-BYJ4mm <sup>2</sup>	m	700				
		3	电气配线	管内穿线，WDZ-BYJ6mm <sup>2</sup>	m	200				
		4	电力电缆	WDZ-YJY4*25+1*16	m	54.2				
		5	电缆头	户内干包电缆终端头，35mm <sup>2</sup> 以下	个	6				
		<b>七、制线系统</b>								
		1	控制线	RVV6*1.0	m	50				
		<b>八、电气配管系统</b>								
		1	电气配管	JDG20 暗敷、壁厚大于 1.6mm	m	155.9				
		2	电气配管	JDG25 暗敷、壁厚大于 1.6mm	m	220				
		3	配管砖墙刨沟	Φ20mm	m	68				
		4	配管砖墙刨沟	Φ32mm	m	124				
		<b>九、线槽、桥架系统</b>								
		1	镀锌槽式电缆桥架	100*50mm（厚 1.2mm）、含盖	m	5				
		2	桥架支吊架	角钢	kg	3				
		<b>十、特殊仪器设备接地系统</b>								
		1	LEB 等电位接线箱	250x350*150（含接线排等附件）	只	7				
		2	热镀锌扁钢	40*4	m	32.6				
		<b>十一、其他</b>								
		1	送配电装置系统	1kV 以下交流供电系统调试(综合)	系统	1				
		<b>II、弱电系统</b>								
		<b>一、网络系统</b>								
		1	网络模块	RJ45 直通模块	只	6				
		2	双口、单口面板	网络插座面板	只	6				
		3	接线盒	钢制 86 盒，暗装	只	13				
		4	六类线	非屏蔽	m	500				
		5	电气配管	JDG20 暗敷、壁厚大于 1.6mm	m	75.6				
		6	配管砖墙刨沟	Φ20mm	m	39				
		<b>二、其它配置</b>								
		1	链路测试	配套	个	13				
		2	六类非屏蔽 RJ45 跳线	1.名称：六类非屏蔽双绞线跳线 2.规格：六类非屏蔽跳线 导体直径 26~24AWG，内部多芯软线结构 传输带宽：Cat6 ≥ 250MHz 3.阻抗：100 Ohm±15%。	根	6				
		<b>III、电气消防系统</b>								
		<b>一、火灾报警系统</b>								
		1	编码型光电感烟探测器		个	14				

		2	短路隔离器		个	1				
		3	接线盒		个	15				
		4	电线电缆	WDZN-BYJ-2.5	m	100				
		5	电气配管	SC20 暗敷、壁厚大于2.8mm	m	43				
		6	系统调试		系统	1				
		微生物实验室给排水系统								
		一、给水系统								
		1	PPR 给水管	S4, PN1.6 (MPa), DN20	m	16.00				
		2	PPR 给水管	S4, PN1.6 (MPa), DN25	m	34.00				
		3	末端三角阀	DN20, 含内丝接	个	3.00				
		二、排水系统								
		1	铸铁排水管	DN50	m	8				
		2	铸铁排水管	DN75	m	25				
		3	不锈钢地漏	De50	个	4				
		三、给排水其他相关辅材								
		1	管件	三通、弯头、法兰、套管等	项	1				
		2	管道安装支吊架		kg	40				
		3	管道打孔	楼板打孔	个	8				
		4	管道冲洗		次	1				
		5	管道试压		次	1				
		四、其他要求								
		1. 备品备件要求：供货时提供产品使用说明书、产品合格证、质量保证书等。								

### 三、部分辅材、电子元器件材料

序号	名称	参照或相当于以下品牌	备注
1	洁净保温钢板墙面	协多利/林森/泰境	
2	成品保温钢板门	协多利/林森/泰境	
3	架空地板	欧帝亚/科华/向利	
4	恒温恒湿精密空调	美的/奥利维尔/依米康/申菱/佳力图	
5	组合式空调机组	特灵/天加/麦克维尔/可林艾尔	
6	电线电缆	江南/远东/长江	
7	PP-R 给水管	公元/金牛/联塑	
8	PP 排水管	联塑/逸通/金牛	
9	水配件	台雄/科恩/润旺达	

注：

- 所使用的材料设备满足本项目设计及规范等要求，并为正规厂家合格产品。
- 在采购上述材料设备之前须按采购人要求提供所投品牌产品资料，并经采购人确认并实物验收合格方能购买或使用。
- 对于以上材料品牌，投标人可选用不低于上述表格中的其它品牌；采用其它品牌的应在投标文件中注明并提供相关技术性能指标、业绩等供评标委员会评审；未在投标文件中注明且未提供相关技术性能指标、业绩，或经评标委员会评审未通过，中标后只能从上述清单

中进行选择，合同价格不予调整。

#### 四、其它要求

1、如中标人不具备本项目相关施工资质，可分包给具备资质的单位，中标人须对成果负责。分包单位须经采购人同意，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。

2、中标人（供应商）负责本项目软、硬件设备的现场安装、调试和开通，并保证整个系统的正常运行；保证不同时期提供的同类设备（软件、硬件）兼容，所供设备在使用之前，必须提供现场培训。

3、质保期内，中标人（供应商）免费提供硬件保修服务和软件升级服务。

质保期内所有服务及配件全部免费。质保期间，中标人必须在接到修理通知后 2 小时内予以答复，如采购人有要求或必要时，中标人应在接到采购人通知后 12 小时内派员至买方免费维修和提供现场指导。如中标人在接到采购人提出的技术服务要求或维修通知后 2 小时内没有响应、拒绝或没有派员到达采购人提供技术服务、修理或退换货物采购人可委托其他单位或人员修理。因中标人服务响应不及时原因造成的费用，由中标人支付。

如果合同货物在质保期内出现大的缺陷或故障，需要更换、重新设计、维修或重新调试，中标人必须免费负责更换、重新设计、维修或重新调试。所更换部件的质保期将从双方确认的完成日开始重新计算。造成的损失，全部由中标人承担。

4、任何出具检测数据的仪器设备在安装调试阶段或仪器设备验收前，中标人（供应商）应需免费提供一份委托方为采购人（安徽省产品质量监督检验研究院）名义的检定/校准合格证书一份，且计量参数指标为采购人确认合格。需在本地安装或移动后影响计量性能的仪器设备，应提供本地量值溯源机构的检定/校准合格证书一份（本地机构不具备量值溯源能力的除外）。

5、根据设备安装的复杂程度，需现场装配、安装的大型设备，以及设备本身所需水、电、气安装条件超过实验室原有的基本配置，设备供应商应通过现场勘察，并与相关实验室进行沟通，该部分费用包含在投标报价中，由中标人负责实施。

#### 6、验收

（1）过程验收：设备、材料的质量，应符合国家相关标准，各项性能指标达到本招标文件规定的所有要求。设备或材料送达项目现场后，中标人应在送达当日通知采购人，由采购人随机抽查检验，不合格不得使用，由中标人负责清场，费用由中标人承担。安装、施工的质量，应达到国家相关规范的验收合格标准，满足本招标文件规定的所有要求。采购人在项目现场进行检查，发现不符合，由中标人负责整改，采购人进行复查，直至符合为止，费用全部由中标人承担。

（2）主体验收：恒温恒湿室系统主体安装调试完工后，由采购人、中标人共同对恒温恒湿系统的保温围护及装修、供配电照明、送回风、新排风、空调设备及自动控制等各子系统的功能和性能进行验收，应符合国家相关规范的验收合格标准，满足本招标文件规定的所

有要求。发现不符合，由中标人负责整改，采购人进行复查，直至合格为止，费用全部由中标人承担。

（3）技术验收：恒温恒湿主体验收合格后，委托第三方机构依据 JJF1101-2019《环境试验设备温度、湿度校准规范》和本招标文件要求，对温度、湿度、洁净度等技术指标进行校准，各恒温室系统温度、湿度、洁净度等技术指标必须满足本招标文件规定的的要求。发现不符合，由中标人负责整改，整改后再次进行校准，直至合格为止，费用全部由中标人承担。

（4）各项验收合格后，中标单位准备验收资料，移交采购人签字盖章。验收文件数量根据采购人要求准备。竣工资料包括：安装图纸；设备、材料、部件的技术样本、操作使用说明书、质量合格证明资料、合格证、检测报告、随机配件、工具和软件等。

**7、配套设备要求中涉及产品或材料数量要求的，为实现本项目实验室设计的恒定的温、湿度环境条件的暂定量，实际实施过程中如有增减，由投标人自行考虑相关风险，综合考虑在报价中，本项目不再单独列项结算，合同价不予调整。**

## **五、包装运输**

- 1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
- 2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
- 3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
- 4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
- 5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
- 6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
- 7、随产品提供的技术资料应完整无缺。

## **六、报价要求**

本项目报总价，投标报价包括货物从设计、采购、制造、交货（包括运输至采购人指定地点卸车就位）至验收和售后服务的一切费用（如设计费、采购费、制造费、试验检测费、包装费、运输保险费、运输费、装卸费、其他技术服务及质保期服务费等）、管理费、招标代理服务费、利润和税金，以及采购合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险。

投标人的投标报价，在合同执行过程中保持不变，不得以任何理由向采购人要求增加费用。



## 第四章 评标方法和标准（综合评分法）

### 一、总则

本项目将按照招标文件第二章 投标人须知的相关要求及本章的规定评标。

### 二、评标方法

#### 2.1 资格审查

资格审查表			
序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	营业执照等证明文件	（1）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照； （2）投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； （3）投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件； （4）投标人是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照； （5）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。联合体投标的联合体各方均须提供。
2	投标人资格声明书	提供符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	详见第六章投标文件格式。
3	投标人信用记录	投标人不得存在投标人须知正文第 14.2 条中的不良信用记录情形。	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。
4	中小企业证明文件（适用于专门面向中小企业采购项目或预留中小企业采购份额项目）	符合申请人的资格要求中落实政府采购政策需满足的资格要求： （1）专门面向中小企业采购的，投标人应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 （2）如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。	详见第六章投标文件格式。 <b>（本项目适用）</b>

5	拟分包情况说明及分包意向协议（适用于合同分包预留中小企业采购份额项目）	通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的。	详见第六章投标文件格式。 <b>（本项目不适用）</b>
6	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《投标邀请》。	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。
7	本项目对于联合体的要求（适用于接受联合体投标项目）	联合体投标的详见投标人须知正文第 1.5，且提供《联合协议》。	《联合协议》详见第六章投标文件格式。 <b>（本项目不适用）</b>
8	其他特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》。	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。

**资格审查指标通过标准：**投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。

## 2.2 符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查表如下：

符合性审查表			
序号	审查指标	审查标准	格式要求
1	开标一览表	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章	详见第六章投标文件格式。
2	投标函	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章	详见第六章投标文件格式。
3	授权书	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章	法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章投标文件格式。
4	投标报价	符合招标文件投标人须知正文第 9 条要求	详见第六章投标文件格式。
5	商务响应情况	符合招标文件采购需求中对付款方式、供货及安装期限、供货及安装地点、免费质保期等实质	详见第六章投标文件格式。

		性要求	
6	技术响应情况	符合招标文件采购需求中货物技术参数等实质性要求	详见第六章投标文件格式。
7	投标文件异常监测	不同投标人的投标文件机器识别码、MAC 地址、IP 地址不得相同	/
8	其他要求	符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件列明的其他实质性要求	

**符合性审查指标通过标准：**投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。

### 2.3 详细审查

2.3.1 评标委员会按照下表对投标文件进行详细审查和评分。

2.3.2 本项目综合评分满分为 100 分，其中：技术资信分值占总分值的权重为 70%，价格分值占总分值的权重为 30%。具体评分细则如下：

类别	评分内容	评分标准	分值范围
技术资信分 (70 分)	投标人业绩	<p>自 2019 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），投标人具有：</p> <p>（1）恒温恒湿实验室建设项目，且温度波动度不高于<math>\pm 0.5^{\circ}\text{C}</math>、实测湿度波动度不高于<math>\pm 2\%\text{RH}</math> 得 3 分，满分 12 分；</p> <p>（2）万级及以上洁净室建设项目业绩 3 分，满分 3 分；</p> <p>（3）本小项满分 15 分。</p> <p>注：</p> <p>（1）投标文件中同时提供：</p> <p>①业绩合同扫描件，如合同中无法体现合同签订时间、合同具体内容等评审信息的，须另提供业主（合同甲方）证明材料，否则不予认可；</p> <p>②中标（成交）通知书扫描件或中标（成交）公示截图（同时提供网址链接）；</p> <p>③第三方机构出具的具有 CMA 标识的检测报告扫描件，检测报告须与业绩（合同）对应，如委托人为合同甲方（业主方）或检测地址为项目地址或其他可以证明一致性的材料；提供资料不齐全或未提供不得分。</p> <p>（2）温度波动度、湿度波动度、洁净等级以检测报告为评审依据。</p>	0-15 分
	投标人综合实力	<p>投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会批准的认证机构颁发的有效的：</p> <p>1. 质量管理体系认证证书；</p> <p>2. 环境管理体系认证证书；</p>	0-4 分

	<p>3. 职业健康安全管理体系认证证书；</p> <p>4. 五星级及以上商品售后服务认证证书。每提供一个得 1 分，最高得 4 分。</p> <p>注：以投标文件中提供的有效证书以及全国认证认可信息公共服务平台网站的证书有效的查询截图为评审依据，未提供或提供不全的，不得分。</p>	
技术响应程度	<p>1. ■代表重要指标，每满足一项得 3 分，采购需求中共 10 项，最多得 30 分；</p> <p>2. ●代表一般指标，每满足一项得 1 分，采购需求中共 2 项，最多得 2 分；</p> <p>本小项满分 32 分。</p> <p>注：以投标响应表和采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据。</p>	0-32 分
质量保证期	<p>在满足招标文件要求的免费 5 年质保期的基础上，投标人承诺质量保证期每增加 1 年得 1 分，最多得 2 分。</p> <p>注：</p> <p>（1）投标文件中提供书面承诺。</p> <p>（2）质保内容包括但不限于提供免费维修维护及更换配件服务（包括低值易耗品）等；</p> <p>（3）格式自拟。</p>	0-2 分
质量保证期满后的维护费	<p>质量保证期满后的维护费用承诺（除配件价格外）：</p> <p>1. 质量保证期满后的维护费用提供七折或七折以下优惠的，得 2 分；</p> <p>2. 质量保证期满后的维护费用提供八折或八折以下优惠的，得 1 分；</p> <p>3. 其他的不得分。</p> <p>注：投标文件中提供承诺（格式自拟），本项以最高分计一次。</p>	0-2 分
售后服务	<p>根据投标人提供售后服务方案，从售后技术服务承诺、质保内容、质保制度、响应时间等方面考虑，由评标委员会进行评审：</p> <p>（1）售后服务方案完整详细，响应迅速，可行性、实用性、针对性强得 5 分；</p> <p>（2）售后服务方案基本完整，响应及时，具有可行性、实用性、针对性得 3 分；</p> <p>（3）有售后服务方案相关内容，但可行性、实用性、针对性有待改善得 1 分；</p> <p>（4）方案不可行或者未提供得 0 分。</p>	0-5 分
设备安装、方法与技术措施、安全	<p>根据投标人投标文件中提供的安装调试方案，从确保本项目保质保量准时完成，货物安装、调试、安全保障措施等情况方面考虑，由评委会进行评审：</p> <p>（1）方案完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5 分；</p>	0-5 分

	保证措施	(2) 方案基本完整，具有可行性实用性和针对性，得 3 分； (3) 方案有待提升，可行性、实用性针对性有待改善，得 1 分； (4) 方案不可行或者未提供得 0 分。	
	培训方案	根据投标人投标文件中提供的培训方案情况由评标委员会进行综合评分： (1) 培训方案完整，可行性、实用性、针对性强，利于本项目实施的，得 5 分； (2) 培训方案基本完整，具有可行性、实用性、针对性得 3 分； (3) 培训方案有待完善，可行性、实用性、针对性有待改善得 1 分； (4) 方案不可行或者未提供得 0 分。	0-5 分
价格分	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30\% \times 100$		

### 2.3.3 分值汇总

(1) 评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，并汇总每个投标人的得分。取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该投标人的技术资信分。

(2) 将投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。

## 第五章 政府采购合同

项目名称：安徽省产品质量监督检验研究院国家质检中心建设(第 1 包  
恒温恒湿实验室及微生物实验室采购)

项目编号：ZF2024-18-1129

合同编号：\_\_\_\_\_

买方（采购人）：安徽省产品质量监督检验研究院

卖方（中标人）：\_\_\_\_\_

签订时间：2024 年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

安徽省产品质量监督检验研究院国家质检中心建设(第1包恒温恒湿实验室及微生物实验室采购)采购合同

项目编号：ZF2024-18-1129

买 方：安徽省产品质量监督检验研究院                      电话：0551-63356422  
卖 方：    电话：  
见证方：安徽省招标集团股份有限公司                      电话：0551-62220095

买方通过安徽省招标集团股份有限公司组织的公开招标方式采购活动，经评标委员会的评审，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，买卖双方协商一致同意按如下条款签订本合同：

一、货物的名称、规格型号、数量 and 价格（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖公章）。货物的名称、规格型号详见采购文件之采购需求。

单位：元

产品名称	规格型号	单位	数量	单价	小计	生产厂商
合计						
合同总金额（大写）：人民币_____元						
备注：上述产品报价含产品生产、运输（送达至买方指定地点并下货）、安装、调试、检验合格直至交付及售后服务、税金、劳保基金等费用。						

二、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- (1) 采购文件及答疑、更正公告；
- (2) 采购文件标准文本中的“合同条款”；
- (3) 中标或成交公告；
- (4) 卖方提交的投标文件及书面承诺函；
- (5) 双方另行签订的补充协议。

三、合同金额

本合同的总金额为\_\_\_\_\_元（人民币大写：\_\_\_\_\_）。

四、供货期限

合同生效之日起，个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。由买方进行验收。货物运输至买方指定地点到货物验收合格交付使用前，卖方负责对货物的损毁灭失

承担责任。

## 五、验收要求

### （一）质量标准

卖方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

### （二）验收组织

买方负责组织验收工作。

### （三）验收程序

1. 成立验收小组。
2. 验收前要编制验收表格。
3. 验收时双方要按照验收表格逐项验收。
4. 验收方出具验收报告。
5. 复杂设备的验收还要包括出厂检验、到货检验、安装和调试、最终验收、培训等伴随服务的验收。

## 六、付款方式

合同生效后，买方付至合同价的 40%（卖方须提供等额预付款担保），项目经验收合格且相关资料齐备已移交后，一次性付清合同价款。

注：

- （1）卖方未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款；
- （2）预付款担保要求：如采用银行保函、担保机构出具的保函（担保机构担保）均须满足无条件见索即付条件。

## 七、售后服务

- （一）卖方对合同货物的质量保修期为验收证书签署之日起\_\_\_\_\_。
- （二）卖方在合同货物的质量保修期内，免费为买方提供合同货物的技术指导和维修服务的时间是：每周\_\_1\_\_天\_\_2\_\_小时（工作时间）
- （三）卖方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到买方提出的技术服务要求后\_\_\_\_小时内予以答复，如买方有要求或必要时，卖方应在接到买方通知后\_\_\_\_小时内派员至买方免费维修和提供现场指导。
- （四）如卖方在接到买方维修通知后\_\_\_\_小时仍不能修复有关货物，卖方应提供与该货物同一型号的备用货物。



（五）如卖方在接到买方提出的技术服务要求或维修通知后\_\_\_\_小时内没有响应、拒绝或没有派员到达买方提供技术服务、修理或退换货物，买方有权委托第三方对合同货物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由卖方承担。

（六）在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，卖方应在接到买方通知之后\_\_\_\_小时内到达现场。

（七）项目验收后，根据买方的请求，卖方应当为买方指定的人员提供培训，并向买方提供培训相关资料。

## 八、履约保证金

本项目履约保证金为\_\_\_\_\_元(人民币大写：\_\_\_\_\_)，收受人为安徽省招标集团股份有限公司，期限为验收合格后退还。如卖方未能按期履行合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。

## 九、违约责任

（一）卖方供货期超过合同约定供货期限。如果卖方由于自身的原因未能按期履行完合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。其标准为按每延期一周收取合同金额的1%，但误期赔偿费总额不得超过履约保证金总额。一周按7天计算，不足7天按一周计算。在此情况下，卖方不得要求买方退还其履约保证金。

（二）卖方供货期内未能交货。卖方在履行合同过程中，如果遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按期履行合同的理由、延误的时间通知买方。买方在收到卖方通知后，有权决定是否延长合同的履行时间或终止合同。如买方终止合同，卖方不得要求买方返还履约保证金；如买方同意延长合同的履行时间，卖方必须在买方规定的时间内提供符合质量标准的产品，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的产品，买方有权解除合同，履约保证金不予退还，提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（三）卖方交货不符合合同质量标准，卖方必须重新提供符合质量标准的产品，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的产品，买方有权解除合同，履约保证金不予退还，提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（四）卖方将合同转包，提供假冒伪劣产品，擅自变更、中止或者终止合同的，买方有权解除合同，并提请政府采购监管部门对卖方进行采购金额千分之五的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（五）买方未能按时组织验收，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门给予处分，并予通报。

（六）买方违反合同规定拒绝接收货物的，应当承担由此造成的损失。

（七）验收合格后，买方未能按时提请付款，由财政部门责令限期改正，给予警告。

（八）买方擅自变更、中止或者终止合同，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门给予处分，并予通报。

#### 十、签约地点

本合同在合肥市签订。

#### 十一、合同的终止

（一）本合同因下列原因而终止：

- 1、本合同正常履行完毕；
- 2、合同双方协议终止本合同的履行；
- 3、不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；
- 4、符合本合同约定的其他终止合同的条款。

（二）对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

#### 十二、其他

（一）买卖双方必须严格按照采购文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同执行期内，买卖双方均不得随意变更或解除合同。

（二）本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，买卖双方应按有关法律、法规规定及时协商处理。

（三）合同未尽事宜，买卖双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

（四）本合同如发生纠纷，买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（②）项方式处理：

①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向合肥仲裁委员会申请仲裁。

②向合同签订地人民法院起诉。

本合同一式柒份，自买卖双方法定代表人或委托代理人签字加盖单位公章后生效。

买 方：安徽省产品质量监督检验研究院

卖 方：

单位盖章：

单位盖章：

法定代表人或委托代理人：

法定代表人或委托代理人：

日 期：

日 期：

见 证 方：安徽省招标集团股份有限公司

单位盖章：

日 期：

## 第六章 投标文件格式

# 投 标 文 件

项目名称：安徽省产品质量监督检验研究院国家质检中心建设（第1包恒温恒湿实验室及微生物实验室采购）

项目编号：ZF2024-18-1129

投 标 人：\_\_\_\_\_

二〇二四年\_\_\_\_ 月\_\_\_\_ 日

## 一、开标一览表

项目名称	安徽省产品质量监督检验研究院国家质检中心建设(第1包恒温恒湿实验室及微生物实验室采购)
投标人全称	
投标范围	全部/第___/___包
投标报价	大写：_____元 小写：_____元
其他	

投标人电子签章：

日 期：

## 注：

1. 此表用于开标唱标之用。
2. 表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。
3. 表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

## 二、投标函

致：**安徽省产品质量监督检验研究院**

根据贵方的招标公告和投标邀请，我方兹宣布同意如下：

1. 我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。
2. 我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。
3. 我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。
4. 我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

投标人电子签章：

日 期：

三. 投标人资格声明书

致：安徽省产品质量监督检验研究院

在参与本次项目投标中，我单位承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- （五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- （六）与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：

日 期：

四、授权书

本授权书声明：\_\_\_\_\_（投标人名称）授权\_\_\_\_\_（投标人授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件：

身份证明扫描件	身份证明扫描件
---------	---------

授权代表联系方式：\_\_\_\_\_（请填写手机号码）

特此声明。

投标人电子签章：

日 期：

注：

- 1. 本项目只允许有唯一的投标人授权代表，提供身份证明扫描件；
- 2. 法定代表人参加投标的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。

五、投标分项报价表

5.1 分项报价表总表

序号	货物名称		品牌(集成商)	单位	数量	单价(元)
1	恒温恒湿实验室	功能纤维+强力恒温恒湿室		套	1	
2		鹅绒恒温恒湿室		套	1	
3		纱线、化纤恒温恒湿室		套	1	
4		口罩/防静电恒温恒湿室		套	1	
5		鞋类恒温恒湿室		套	1	
6	微生物实验室			套	1	
7	合计		/	/	/	

投标人电子签章：

日 期：

注：

1. 表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。
2. 表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌（集成商），否则可能导致**投标无效**。



## 5.2 投标分项报价表

（投标文件中须提供，以下格式仅供参考，投标人可自拟）

序号	货物名称	品牌、型号	原产地及生产厂商	单位	数量	单价（元）	小计（元）	备注
功能纤维+强力恒温恒湿室								
1	高精度精密空调							
2								
3								
...	...							
	其他费用							
	...							
合计（元）								
鹅绒恒温恒湿室								
1	高精度精密空调							
2								
3								
...	...							
	其他费用							
	...							
合计（元）								
纱线、化纤恒温恒湿室								
1	高精度精密空调							
2								
3								
...	...							
	其他费用							
	...							
合计（元）								
口罩/防静电恒温恒湿室								

1	氟系统组合式转轮除湿机组							
2								
3								
...	...							
	其他费用							
	...							
合计（元）								
鞋类恒温恒湿室								
1	高精度精密空调							
2								
3								
...	...							
	其他费用							
	...							
合计（元）								
微生物实验室								
1	组合式空调机组							
2								
3								
...	...							
	其他费用							
	...							
合计（元）								

投标人电子签章：

日 期：

**注：**

1. 表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，视为包含在本项目总报价中。

2. 表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则

可能导致**投标无效**。

## 六、投标响应表

### 6.1 商务响应表

序号	商务条款	招标文件要求	投标人承诺	偏离说明（正偏离/负偏离）
1	付款方式			
2	供货及安装地点			
3	供货及安装期限			
4	免费质保期			
...				

招标文件中所列商务要求及合同条款，我公司确认，对招标文件所列商务要求及合同条款，除以上响应表所列情况外，我方响应情况全部为“符合”。

投标人电子签章：

日 期：

注：

1. “符合”指与招标文件要求一致，“正偏离”指优于招标文件要求；“负偏离”指低于招标文件要求。

2. 无论正偏离或负偏离，投标人均需在“投标人承诺”一栏中列明响应的详细内容，否则视同投标人响应情况为“符合”。

3. 如投标人未在上述响应表中填写内容，视同投标人响应情况为“符合”。

## 6.2 技术响应表

序号	货物名称	招标文件规定的技术参数及要求	投标人响应技术参数及要求	偏离说明（正偏离/负偏离）
1				
2				
3				
4				
...				

招标文件中所列技术要求及合同条款，我公司确认，对招标文件所列技术要求及条款，除以上响应表所列情况外，我方响应情况全部为“符合”。

投标人电子签章：

日 期：

注：

1. “符合”指与招标文件要求一致，“正偏离”指优于招标文件要求；“负偏离”指低于招标文件要求。

2. 无论正偏离或负偏离，投标人均需在“投标人响应技术参数及要求”一栏中列明响应的详细内容，否则视同投标人响应情况为“符合”。

3. 如投标人未在上述响应表中填写内容，视同投标人响应情况为“符合”。

## 附件 1:

## 技术参数证明资料

提供招标文件第三章采购需求技术参数中要求的各类截图、证明材料等资料。

序号	名 称	主要技术参数	证明材料页码
1	恒温恒湿实验室	<p>■3. 制冷量、风量、加湿量、电加热要求：</p> <p>（1）功能纤维+强力恒温恒湿室、鹅绒恒温恒湿室和纱线、化纤恒温恒湿室采用一体化直流变频高精度精密空调（不可采用组合式空调）各 1 台</p> <p>①制冷量 <math>\geq 23.5\text{kW}</math>；</p> <p>②风量 <math>\geq 5000\text{ m}^3/\text{h}</math>；</p> <p>③加湿量 <math>\geq 4\text{kg/h}</math>；</p> <p>④电加热 <math>\geq 15\text{kW}</math>。</p> <p>（2）鞋类恒温恒湿室采用一体化直流变频高精度精密空调（不可采用组合式空调）1 台</p> <p>①制冷量 <math>\geq 11.9\text{kW}</math>；</p> <p>②风量 <math>\geq 2600\text{ m}^3/\text{h}</math>；</p> <p>③加湿量 <math>\geq 4\text{kg/h}</math>；</p> <p>④电加热 <math>\geq 9\text{ kW}</math>。</p> <p><b>投标文件中提供第三方机构出具的体现以上参数要求的具有 CMA 标识的检测报告扫描件。</b></p>	P____页
		<p>★4. 如投标人所投序号 3 中精密空调制冷量 <math>\leq 24.36\text{kW}</math>，投标文件中须提供所投标精密空调的 <b>3C 认证证书（投标文件中提供 3C 认证证书扫描件）</b>。</p>	P____页
		<p>■5. 口罩/防静电恒温恒湿室采用氟系统组合式转轮除湿机组，1 套</p> <p>（1）制冷量 <math>\geq 23\text{kW}</math>；</p> <p>（2）风量 <math>\geq 3000\text{m}^3/\text{h}</math>；</p> <p>（3）制热 <math>\geq 12\text{kW}</math>；</p> <p>（4）再生加热量 <math>\geq 18\text{kW}</math>；</p> <p>（5）加湿量 <math>\geq 4\text{kg/h}</math>；</p> <p>（6）新风量 <math>\geq 250\text{m}^3/\text{h}</math>。</p> <p><b>投标文件中提供体现以上参数要求的产品说明书扫描件。</b></p>	P____页
		<p>■12. 恒温恒湿精密空调过滤系统：空气过滤网不低于 GB/T14295-2019《空气过滤器》标准中 C4 等级。额定风量下，粒径 <math>\geq 2.0\text{ }\mu\text{m}</math> 粒子的计数效率 <math>\geq 55\%</math>。<b>投标文件中提供由第三方机构出具的具有 CMA 标识的检测报告。</b></p>	P____页
		<p>■13. 采用洁净保温钢板墙面。墙面四边以镀锌钢板内衬封闭，彩钢板厚度 <math>\geq 50\text{mm}</math>，传热系数 <math>\leq 0.73\text{W}/(\text{m}^2.\text{k})</math>，粘接强度 <math>\geq 0.15\text{MPa}</math>，剥离性能 <math>\geq</math></p>	P____页

		85%，抗弯承载力 $\geq 0.9\text{kN/m}^2$ ；岩棉容重 $\geq 100\text{kg/m}^3$ ，耐火性能满足 GB/T 9978.1-2008 中耐火完整性 $\geq 60\text{min}$ 的要求（投标文件中提供由第三方机构出具的具有 CMA 标识的检测报告扫描件，报告中须有彩钢板厚度、耐火性能、传热系数检测项）。	
		.....	P__页
2	微生物实验室	<p>■2. 采用组合式空调机组 2 台，安装方式为吊顶式，满足以下参数：</p> <p>（1）空调 1：风量：<math>\geq 3500\text{cmh}</math> 四排管，冷量：<math>\geq 57\text{kW}</math>，制热<math>\geq 50\text{kW}</math>，加湿<math>g \geq 30\text{kg/h}</math>，新风比 100%，</p> <p>（2）空调 2：风量：<math>\geq 1500\text{cmh}</math>，冷量：<math>\geq 8\text{kW}</math>；制热<math>\geq 13.6\text{kW}</math>，加湿量<math>\geq 4\text{kg/h}</math>，新风比<math>\geq 20\%</math>。</p> <p>投标文件中提供产品说明书（含以上参数页）扫描件</p>	P__页
		<p>■3. 整个箱体无论是框梁（骨架）还是保温护板，只要同时接触机组内外空气的连接处均应采取绝对“断冷桥”结构（投标文件中提供由第三方机构出具的具有 CMA 标识的检测报告扫描件，报告中须体现冷桥系数检测项）。</p>	P__页
		<p>■4. 组合式空调箱箱体应具有良好的气密性，机组的漏风率<math>\leq 0.5\%</math>（投标文件中提供由第三方机构出具的具有 CMA 标识的检测报告扫描件）。</p>	P__页
		<p>■6. PVC 卷材：总厚度不低于 2.0mm，耐磨层厚度不低于 0.3mm，宽幅不低于 2m 的密实底叠压结构卷材；涂层厚度测试结果大于 20 微米，残余凹陷度小于等于 0.02mm。防火等级不低于 B1 级，通过有害物质限量、重金属、邻苯类增塑剂检测，对 98%硫酸、30%过氧化氢、50%氢氧化钠化学试剂接触 2 小时无变化（投标文件中提供由第三方机构出具的具有 CMA 标识的检测报告，报告中须体现防火等级、总厚度、有害物质限量及耐 98%硫酸、30%过氧化氢、50%氢氧化钠性能）。</p>	P__页
		.....	P__页
		.....	P__页
.....	.....	.....	.....

注：上述格式仅供参考，投标人根据拟投标包中的技术参数要求自行补充完整，如因要求提供证明材料的参数项罗列不全或未罗列而导致的后果，由投标人自行承担。

## 附件 2:

## 节能产品证明材料

强制节能产品			
产品名称	品牌	产品型号	节字标志认证证书 复印件（加盖投标人公章）
优先节能产品			
产品名称	品牌	产品型号	节字标志认证证书 复印件（加盖投标人公章）
.....			
<p>备注：</p> <p>如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。</p> <p>节能产品认证的机构包括：中国质量认证中心、北京赛西认证有限责任公司、中国网络安全审查技术与认证中心、广州赛宝认证中心服务有限公司、电能（北京）认证中心有限公司、方圆标志认证集团有限公司、威凯认证检测有限公司、合肥通用机械产品认证有限公司、北京中冷通质量认证中心有限公司、中国船级社质量认证公司、深圳市计量质量检测研究院、中标合信（北京）认证有限公司、中家院（北京）检测认证有限公司、北京泰瑞特认证有限责任公司、北京鉴衡认证中心、中国市政工程华北设计研究总院有限公司、北京新华节水产品认证有限公司等 17 家认证机构。</p>			



## 七、中小企业声明函

（非中小企业投标，不需此件，请删去“中小企业声明函”）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加安徽省产品质量监督检验研究院（单位名称）的安徽省产品质量监督检验研究院国家质检中心建设（第1包恒温恒湿实验室及微生物实验室采购）（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 恒温恒湿实验室（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 微生物实验室（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：

日 期：

注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

2. 投标人应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）相关规定，如实填写中小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址 <https://www.miit.gov.cn/>）。

3. 上述“标的名称”，详见第三章采购需求中明确的“货物名称”。

4. 上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求中明确的“所属行业”。

5. 填写示例：某设备，属于（填写第三章采购需求中对应货物的“所属行业”，如工业）行业；承接企业为某企业，从业人员 100 人，营业收入为 10000 万元，资产总额为 5000 万元，属于小型企业 [投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址 <https://www.miit.gov.cn/>）]。

6. 本项目中的“中小企业”系指“恒温恒湿实验室”和“微生物实验室”集成商为中小企业，《中小企业声明函》中制造商名称须填写“集成商”单位名称。

## 八、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位投标，请删去“残疾人福利性单位声明函”）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为☐符合条件☐不符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加安徽省产品质量监督检验研究院单位的安徽省产品质量监督检验研究院国家质检中心建设(第1包恒温恒湿实验室及微生物实验室采购)项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：

日 期：

## 九、诚信履约承诺函

致：安徽省产品质量监督检验研究院

如我单位被确定为本项目中标人，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：

- （1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- （2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- （3）将政府采购合同转包；
- （4）提供假冒伪劣产品；
- （5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

投标人电子签章：

日 期：

十、主要中标标的承诺函  
(列出招标文件标明▲货物的信息)

致：安徽省产品质量监督检验研究院（采购人名称）

安徽省招标集团股份有限公司（采购代理名称）

我单位同意中标结果公告中公告以下主要标的信息并承诺：投标文件中所提供的主要标的信息均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

序号	名称	品牌	规格型号	数量	单价	备注
1	恒温恒湿实验室			5 套		
2						

投标人：（单位盖章）

年 月 日

注：中标人提供的以上承诺情况，将按约定随中标结果公告同时公告。

注：

1. 本项目《主要中标标的承诺函》中品牌、规格型号须填写**集成商**的相关品牌、规格型号。

## 十一、涉及详细评审的相关证明材料

评分内容	评分标准	证明材料页码
投标人业绩	<p>自 2019 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），投标人具有：</p> <p>（1）恒温恒湿实验室建设项目，且温度波动度不高于<math>\pm 0.5^{\circ}\text{C}</math>、实测湿度波动度不高于<math>\pm 2\% \text{RH}</math> 得 3 分，满分 12 分；</p> <p>（2）万级及以上洁净室建设项目业绩 3 分，满分 3 分；</p> <p>（3）本小项满分 15 分。</p> <p>注：</p> <p>（1）投标文件中同时提供：</p> <p>①业绩合同扫描件，如合同中无法体现合同签订时间、合同具体内容等评审信息的，须另提供业主（合同甲方）证明材料，否则不予认可；</p> <p>②中标（成交）通知书扫描件或中标（成交）公示截图（同时提供网址链接）；</p> <p>③第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件，检测报告须与业绩（合同）对应，如委托人为合同甲方（业主方）或检测地址为项目地址或其他可以证明一致性的材料；提供资料不齐全或未提供不得分。</p> <p>（2）温度波动度、湿度波动度、洁净等级以检测报告为评审依据。</p>	P____页
投标人综合实力	<p>投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会批准的认证机构颁发的有效的：</p> <p>1. 质量管理体系认证证书；</p> <p>2. 环境管理体系认证证书；</p> <p>3. 职业健康安全管理体系认证证书；</p> <p>4. 五星及以上商品售后服务认证证书。每提供一个得 1 分，最高得 4 分。</p> <p>注：以投标文件中提供的有效证书以及全国认证认可信息公共服务平台网站的证书有效的查询截图为评审依据，未提供或提供不全的，不得分。</p>	P____页
技术响应程度	<p>1. ■代表重要指标，每满足一项得 3 分，采购需求中共 10 项，最多得 30 分；</p> <p>2. ●代表一般指标，每满足一项得 1 分，采购需求中共 2 项，最多得 2 分；</p> <p>本小项满分 32 分。</p> <p>注：以投标响应表和采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据。</p>	P____页

质量保证期	<p>在满足招标文件要求的免费 5 年质保期的基础上，投标人承诺质量保证期每增加 1 年得 1 分，最多得 2 分。</p> <p>注：</p> <p>（1）投标文件中提供书面承诺。</p> <p>（2）质保内容包括但不限于提供免费维修维护及更换配件服务（包括低值易耗品）等；</p> <p>（3）格式自拟。</p>	P____页
质量保证期满后 的维护费	<p>质量保证期满后的维护费用承诺（除配件价格外）：</p> <p>1. 质量保证期满后的维护费用提供七折或七折以下优惠的，得 2 分；</p> <p>2. 质量保证期满后的维护费用提供八折或八折以下优惠的，得 1 分；</p> <p>3. 其他的不得分。</p> <p>注：投标文件中提供承诺（格式自拟），本项以最高分计一次。</p>	P____页
售后服务	<p>根据投标人提供售后服务方案，从售后技术服务承诺、质保内容、质保制度、响应时间等方面考虑，由评标委员会进行评审：</p> <p>（1）售后服务方案完整详细，响应迅速，可行性、实用性、针对性强得 5 分；</p> <p>（2）售后服务方案基本完整，响应及时，具有可行性、实用性、针对性得 3 分；</p> <p>（3）有售后服务方案相关内容，但可行性、实用性、针对性有待改善得 1 分；</p> <p>（4）方案不可行或者未提供得 0 分。</p>	P____页
设备安 装、方法 与技术措 施、安全 保证措施	<p>根据投标人投标文件中提供的安装调试方案，从确保本项目保质保量准时完成，货物安装、调试、安全保证措施等情况方面考虑，由评委会进行评审：</p> <p>（1）方案完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5 分；</p> <p>（2）方案基本完整，具有可行性实用性和针对性，得 3 分；</p> <p>（3）方案有待提升，可行性、实用性针对性有待改善，得 1 分；</p> <p>（4）方案不可行或者未提供得 0 分。</p>	P____页
培训方案	<p>根据投标人投标文件中提供的培训方案情况由评标委员会进行综合评分：</p> <p>（1）培训方案完整，可行性、实用性、针对性强，利于本项目实施的，得 5 分；</p> <p>（2）培训方案基本完整，具有可行性、实用性、针对性得 3 分；</p> <p>（3）培训方案有待完善，可行性、实用性、针对性有待改善得 1 分；</p> <p>（4）方案不可行或者未提供得 0 分。</p>	P____页



附件：

投标业绩承诺函

我单位承诺：投标文件中所提供的业绩均真实有效，若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

序号	项目名称	供货范围	备 注(是否已供货 安装完毕)

投 标 人：\_\_\_\_\_ 名称 \_\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 十二、其他相关证明材料

提供符合投标邀请、采购需求及评标方法和标准规定的相关证明文件。

### 12.1 涉及初审的相关证明材料

序号	审查因素	审查内容	证明材料页码
1	营业执照等证明文件	<p>(1) 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照；</p> <p>(2) 投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；</p> <p>(3) 投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件；</p> <p>(4) 投标人是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照；</p> <p>(5) 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。</p>	P____页
2	投标人资格声明书	提供符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	P____页
3	<p>中小企业证明文件</p> <p><b>本项目专门面向中小企业采购，投标文件中须提供</b></p>	<p>符合申请人的资格要求中落实政府采购政策需满足的资格要求：</p> <p>(1) 专门面向中小企业采购的，投标人应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>(2) 如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。</p>	P____页
4	其他特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》。	P____页
5	开标一览表	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章	P____页
6	投标函	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章	P____页

7	授权书	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人 电子签章	P___页
8	商务响应情况	符合招标文件采购需求中对付款方式、供货及安 装期限、供货及安装地点、免费质保期等实质性 要求	P___页
9	技术响应情况	符合招标文件采购需求中货物技术参数等实质 性要求	P___页
10	其他要求	符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件 列明的其他实质性要求	P___页

## 12.2 其他相关证明材料

--

### 特别提示：

投标人在投标文件制作时可在此栏内上传招标文件要求上传的证明资料，如营业执照、证书等，应将上述证明材料制作成扫描件上传。

## 第七章 政府采购供应商询问函和质疑函范本

### 询问函范本

（如为对采购文件或采购程序的询问或疑问，请按询问函范本或电子交易系统中网上询问格式附件进行提交）

**致：采购人**

我单位拟参与（项目名称、编号）的采购活动，现有以下内容(或条款)存在疑问(或无法理解)，特提出询问。

一、（事项一）

1、（内容或条款）

2、（说明疑问或无法理解原因）

3、（建议）

二、（事项二）

...

随附相关证明材料如下：

联 系 人：

联系电话：

日 期：

## 质疑函范本

### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.....

### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

### 质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。