第三章 采购需求

前注:

- 1. 根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定,下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续,经核准采购进口产品,但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
 - 2. 政府采购政策(包括但不限于下列具体政策要求):
- (1)如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品,则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
- (2) 如涉及商品包装和快递包装,投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》(财办库(2020)123号)、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》(皖财购(2023)853号)的要求,提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输,同时,采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
- (3)本章中标注"▲"的产品为主要标的(包括核心产品)。采购人(代理机构)在编制招标文件时必须将采购的主要标的(包括核心产品)标注"▲"。
 - (4) 本章中标注"*"的参数为核心技术参数,负偏离则投标无效。

一、采购需求前附表

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	付款方式	合同生效后, 预付合同款的 70%(中标人向采购人提
		交等额的预付款保函或其他担保措施后,见索即
		付,担保期限不少于合同履约期限)。设备完成安
		装并验收合格后开具全额发票,按医院付款流程支
		付至合同总价的 100%。
2	供货及安装地点	安徽医科大学第一附属医院
3	供货及安装期限	合同签订后,接招标人通知之日起30天内安装、
		调试完毕。
4	免费质保期	原厂质保≥3年

二、货物需求一览表

序号	货物名称	数量	单位	所属行业	是否接受 进口产品 投标
1	▲医用射线防护服(铅衣、 铅围脖)	76	套	工业	是
2	铅屏风(小)	8	个	工业	是
3	铅屏风(大)	1	个	工业	是

三、技术规格及要求

医用射线防护服(铅衣、铅围脖)设备技术参数

序号	技术规格	技术要求	
1	铅当量	正面≥0.5mmpb,背面≥0.25mmpb	
*2	规格	双面分体或连体无袖(多种规格可供选择,含围脖、铅帽)	
*3	材料性能	内层防护层材质为无铅;外层纺织物具有防水,抗菌,易清洗和超强的抗腐蚀能力,能够 100%抵抗消毒液,污染物不易附着,易擦洗;内层纺织物吸汗透气。抗菌速干	
4	材料抗菌性能	材料表面的细胞活性,可有效干预、阻止有害微生物新陈代谢过程	
4. 1	抑菌性能	实现对革兰氏阳性细菌、革兰氏阴性细菌、酵母菌、螨虫和真菌的抑菌作用	
■ 4. 2	检测标准	通过 ASTM F1670、ASTM F1671 (提供证明材料)	
5	通过相应测试标准(以下需提供证明材料)		
■ 5. 1	IEC61331-1:2014 医用诊断 X 射线辐射防护器具第 1 部分:材料衰减性能的测定。		
■ 5.2	ASTMF2547-06 美国材料与试验学会标准或欧盟 ASTMF54182 标准		
■ 5.3	DIN6857-1 医用 X 射线的辐射保护附件第 1 部分: 少铅或无铅防护服防护性能的测定。		

■6 国内权威机构检测报告及 FDA 认证、CE 认证

有

铅屏风(小)技术参数

序号	技术规格	技术要求
1	铅当量	≥2mmpb
2	尺寸	单联: ≥1900mm*1000mm, 标准观察窗玻璃: ≥ 200mm*300m;
3	脚轮	≥4 英寸超静音、高承重医用脚轮,并带有刹车装置,方便移动及固定

铅屏风 (大) 技术参数

序号	技术规格	技术要求	
1	铅当量	≥2mmpb	
		三联: ≥1900mm* (500mm+700mm+500mm) 或	
2	尺寸	1900mm*(500mm+1000mm+500mm), 带观察窗玻璃: ≥	
		200mm*300mm	
3	脚轮	≥4 英寸超静音、高承重医用脚轮,并带有刹车装	
		置,方便移动及固定	

四、其他服务要求

序号	服务要求	具体要求
1	铅衣架	有,≥15 台