

第三章 采购需求

前注：

1. 根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

(1) 如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

(2) 如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

(3) 本章中标注“▲”的产品为主要标的（包括核心产品）。采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要标的（包括核心产品）标注“▲”。

(4) 本章中标注“*”的参数为核心技术参数，负偏离则投标无效。

一、采购需求前附表

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	付款方式	合同生效后，预付合同款的70%（中标人向采购人提交等额的预付款保函或其他担保措施后，见索即付，担保期限不少于合同履约期限）。设备完成安装并验收合格后开具全额发票，按医院付款流程支付至合同总价的100%。
2	供货及安装地点	安徽医科大学第一附属医院
3	供货及安装期限	合同签订后，接招标人通知之日起30天内安装、调试完毕。
4	免费质保期	原厂整机（含易损件）质保≥5年（投标人承诺合

		同签订前，提供所投产品制造商出具的售后服务承诺书（承诺书内容须体现本条款）并加盖所投产品制造商公章，否则承担一切不利后果（承诺函格式自拟）
--	--	---

二、货物需求一览表

序号	货物名称	数量	单位	所属行业	是否接受进口产品投标
1	▲一拖八式高档麻醉输注泵站	8	台	工业	否

三、技术规格及要求

一拖八式高档麻醉输注泵站		
序号	规格要求	技术参数
■1	基本要求	8通道床旁输液信息采集系统，每套配1个输液泵，5个注射泵，2个靶控泵(支持丙泊酚、瑞芬太尼、舒芬太尼等静脉麻醉药物TCI输注)，模块化插装结构设计
2	输液信息采集系统	功能要求
■2.1	通讯和供电	输液信息采集系统仅需通过1个接口即可实现对系统内输注泵的供电和通讯
2.2	可拓展功能	可升级接入中心监护系统，实现输注泵和监护仪信息互联
3	注射泵模块	功能要求
3.1	基本要求	注射泵主机具备输液停止键硬按键，独立设计，不与开机以及主菜单等其他按键混用
3.2	注射速度范围	0.01-2300ml/h, 最小速度和步进均为0.01ml/h
3.3	精度	注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%
3.4	支持注射器规格	1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml
3.5	注射模式	速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式
3.6	药物库	支持镇痛药输注，可储存≥5000种药物信息，支持20种以上颜色显示
*3.7	屏幕	采用≥7英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术

3. 8	阻塞后自动重启输液功能	短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液
■4	靶控泵	≥7 英寸彩色电容显示屏，注射精度≤±1.8%
5	输液泵模块	功能要求
5. 1	基本要求	注射泵主机具备输液停止键硬按键，独立设计，不与开机以及主菜单等其他按键混用，支持输血功能，无需专用输血管路
5. 2	输液速度范围	0.1-2300ml/h，且最小步进为 0.01ml/h
5. 3	药物库	支持镇痛药输注，可储存≥5000 种药物信息，支持≥20 种颜色显示
5. 4	气泡报警功能	具备，支持最小 15 μL 的单个气泡报警，阻塞压力报警档位至少 15 档
5. 5	阻塞前预警提示功能	具备
5. 6	阻塞后自动重启输液功能	具备
■5. 7	接口	主机自带多功能接口（非 USB 接口），无需外接辅助设备