

采购需求

前注:

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

（3）本章中标注“▲”的产品为主要标的（包括核心产品）。采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要标的（包括核心产品）标注“▲”。

一、采购需求前附表

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	付款方式	合同生效后，预付合同款的 70%(中标人向采购人提交等额的预付款保函或其他担保措施后，见索即付，担保期限不少于合同履约期限)。设备完成安装并验收合格后开具全额发票，按医院付款流程支付至合同总价的 100%。
2	供货及安装地点	安徽医科大学第一附属医院
3	供货及安装期限	合同签订后，所有货物必须在 2026 年 2 月 12 日前完成交货、安装、调试并经采购人验收合格、交付使用。
4	免费质保期	质保期≥3 年

二、货物需求一览表

序号	货物名称	数量	单位	所属行业	是否接受进口产品投标
1	不锈钢器械车	45	台	工业	否
2	不锈钢移植器械车	3	台	工业	否
3	不锈钢器械托盘	13	台	工业	否
4	踏脚凳	88	台	工业	否
5	圆凳	78	台	工业	否

6	手术间医疗污物摆放架	20	台	工业	否
7	器械框车	15	台	工业	否
8	无菌不锈钢存放架	30	台	工业	否
9	不锈钢器械柜	10	台	工业	否
10	不锈钢器械操作台(打包台)	2	台	工业	否
11	不锈钢拖鞋架(带轮)	6	台	工业	否
12	病理标本车	1	台	工业	否
13	运货车(1)	1	台	工业	否
14	运货车(2)	1	台	工业	否
15	移动拖把车	3	台	工业	否
16	不锈钢毛巾架	2	台	工业	否
17	移动输液架	13	台	工业	否
▲18	接病人推床	15套 外车 和担 架	套	工业	否
19	体位垫(凝胶)	15	套	工业	否
20	体位垫(海绵)	5	套	工业	否
21	不锈钢治疗车	13	台	工业	否
22	不锈钢污物车	15	台	工业	否
23	不锈钢屏风	2	台	工业	否

24	台阶式踏脚凳	10	台	工业	否
----	--------	----	---	----	---

三、技术规格及要求

序号	产品名称	数量	规 格 型 号	图片	技术参数
1	不锈钢器械车	45	大号		<p>1. 材质：整体采用 SUS304 不锈钢材料，立柱管材$\geq \Phi 25 \times 1.0\text{mm}$, 台面板材厚度$\geq 1.0\text{mm}$。(提供原材料购买发票和材质检测报告。)</p> <p>★2. 功能需求：两层凹型台面，凹槽采用一次性冲压拉伸成型，拉伸深度为$\geq 8\text{mm}$, 角度$\leq 1.5^\circ$，并要求安装不锈钢护栏，以防止器械滚动落地；台面承重不低于 15Kg，立柱、扶手及底部加强管采用不锈钢圆管，管材弯曲处平整光滑。</p> <p>3. 脚轮用 4 寸包罩螺杆万向轮，其中 2 只脚轮带刹车装置。</p> <p>4. 外形尺寸$\geq 1000\text{mm} \times 610\text{mm} \times 890\text{mm}$; 工作台面尺寸约 $925\text{mm} \times 585\text{mm}$。脚轮采用静音万向轮，须具有防缠绕功能。</p> <p>5. 根据院方要求定制。</p>
2	不锈钢移植器械车	3			<p>1. 材质：整体采用 SUS304 不锈钢材料，立柱管材$\geq \Phi 25 \times 1.0\text{mm}$, 台面板材厚度$\geq 1.0\text{mm}$。(提供原材料购买发票和材质检测报告。)</p> <p>2. 功能需求：立柱、扶手及底部加强管采用不锈钢圆管。</p> <p>3. 脚轮用 4 寸包罩螺杆万向轮，其中 2 只脚轮带刹车装置。</p> <p>4. 外形尺寸约 $1400\text{mm} \times 550\text{mm} \times 800\text{mm}$。</p> <p>5. 根据院方要求定制。</p>
3	不锈钢器械托盘	13			<p>1. 材质：整体采用 SUS304 不锈钢材料。立柱管材$\geq \Phi 76 \times 1.2\text{mm}$, 内支撑管材$\geq \Phi 50 \times 1.2\text{mm}$, 方盘板材厚度为$\geq 1.2\text{mm}$。(提供原材料购买发票和材质检测报告。)</p> <p>2. 功能需求：</p> <p>★(1) 单杆调节升降结构。方盘拉伸深度为$\geq 25\text{mm}$, 以防止器械滚动落地，方盘尺寸$\geq 740 \times 540\text{mm}$; 方盘承重不低于 15Kg;</p> <p>(2) 方盘可无极升降调节，升降幅度$\geq 400\text{mm}$，升降支撑采用气弹簧，具有脚踏控制开关功能。</p> <p>3. 配件：脚轮用 2 寸螺杆万向轮、气弹簧。</p> <p>4. 外形尺寸$\geq 750\text{mm} \times 550\text{mm} \times (950\text{mm} \sim 1350\text{mm})$</p> <p>5. 根据院方要求定制。</p>

4	踏脚凳	88			<p>1.材质：整体采用 SUS304 不锈钢材料，两层凳面，顶层凳面采用硅胶防滑板（防滑板厚度约$\geq 5\text{mm}$），凳脚采用橡塑材质制作；板材厚度$\geq 2\text{mm}$，整体为立体梯形。（提供原材料购买发票和材质检测报告。）</p> <p>2.功能需求：至少有二种型号，其中 26 个高 100mm。</p> <p>3.外形尺寸$\geq 416\text{mm} \times 290\text{mm} \times 150\text{mm}$。</p> <p>4.根据院方要求定制。</p>
5	圆凳	78			<p>1.材质：整体采用 SUS304 不锈钢材料。（提供原材料购买发票和材质检测报告。）</p> <p>2.外形尺寸：直径$\geq 500\text{mm} \times (500 \sim 800) \text{ mm}$，凳面$\phi \geq 380\text{mm}$。</p> <p>3.根据院方要求定制。</p>
6	手术间医疗污物摆放架	20			<p>1.材质：整体采用 SUS304 全不锈钢管，管材厚$\phi \geq 25 \times 1.0$, 板材厚$\geq 1.0\text{mm}$。（提供原材料购买发票和材质检测报告。）</p> <p>2.功能需求：双污物袋可放已用过的被服。配可拆卸防水布袋，为高强度涂塑牛津布制作，耐用，易清洗。</p> <p>3.脚轮采用静音万向轮。</p> <p>4.外形尺寸$\geq 940\text{mm} \times 425\text{mm} \times 895\text{mm}$。</p> <p>★5.额外配置 2 个污物袋以备更换使用。</p>
7	器械框车	15			<p>1.材质：整体采用 SUS304 不锈钢管；（提供原材料购买发票和材质检测报告。）</p> <p>2.功能需求：单层平底板，底板板材厚度$\geq 1\text{mm}$，底板下有加强筋，底板承重$\geq 15\text{Kg}$；立柱$\geq \phi 32 \times 1.2$ 圆管；前后各有 1 只活动护栏；车内可挂置 3 只灭菌篮筐。台面承重$\geq 15\text{Kg}$；</p> <p>3.脚轮用包罩螺杆万向轮，其中 2 只脚轮带刹车装置，</p> <p>4.外形尺寸$\geq 664\text{mm} \times 450\text{mm} \times 1510\text{mm}$</p> <p>5.根据院方要求定制。</p>
8	无菌不锈钢存放架	30			<p>1.材质：整体采用 SUS304 不锈钢材质，立柱管材$\geq \phi 32 \times 1.5\text{mm}$。（提供原材料购买发票和材质检测报告。）</p> <p>2.功能需求：5 层平板式搁板，搁板底部应有加强筋，搁板承重$\geq 40\text{kg}$，其中 10 台带轮子。</p> <p>3.外形尺寸$\geq 1200\text{mm} \times 450\text{mm} \times 1800\text{mm}$。</p> <p>4.根据院方要求定制。</p>

9	不锈钢器械柜	10			<p>1. 材质：整体采用 SUS304 不锈钢。(提供原材料购买发票和材质检测报告。)</p> <p>2. 功能需求：双门，门上带锁，采用天地锁，不用装上下插销就可锁住两块门，板厚约$\geq 1.2\text{mm}$。正面以玻璃镶嵌，内设五层，5 层不锈钢搁板高度可随意调节。</p> <p>3. 外形尺寸$\geq 960\text{mm} \times 400\text{mm} \times 1750\text{mm}$。</p> <p>4. 根据院方要求定制。</p>
10	不锈钢器械操作台 (打包台)	2			<p>1. 材质：整体采用 SUS304 不锈钢板材。(提供原材料购买发票和材质检测报告。)</p> <p>2. 功能需求：台面下方四个不锈钢抽屉，整体抛光处理。抽屉滑道为三节滑道，抽拉灵活，承重性能好。</p> <p>3. 外部尺寸$\geq 1800\text{mm} \times 680\text{mm} \times 820\text{mm}$。</p> <p>4. 根据院方要求定制。</p>
11	不锈钢拖鞋架 (带轮)	6			<p>1. 按照院方要求定制所有材料均采用 SUS304 不锈钢材制作。(提供原材料购买发票和材质检测报告。)</p> <p>2. 根据院方要求定制。</p>
12	病理标本车	1			<p>1. 按照院方要求定制所有材料均采用 SUS304 不锈钢材制作。(提供原材料购买发票和材质检测报告。)</p> <p>2. 根据院方要求定制。</p>
13	运货车 (1)	1			<p>1. 材质：整体采用 SUS304 不锈钢板材。(提供原材料购买发票和材质检测报告。)</p> <p>2. 外形尺寸$\geq 1380\text{mm} \times 610\text{mm} \times 1220\text{mm}$。</p> <p>3. 箱体尺寸$\geq 1200\text{mm} \times 580\text{mm} \times 950\text{mm}$。</p> <p>4. 根据院方要求定制。</p>

14	运货车 (2)	1			<p>1. 材质：整体采用 SUS304 不锈钢材料，框架式结构。 (提供原材料购买发票和材质检测报告。)</p> <p>2. 功能需求：装有 2 只 20 寸免充气轮，2 只 5 寸聚胺脂制动静音轮。</p> <p>3. 外形尺寸 $\geq 1140\text{mm} \times 820\text{mm} \times 925\text{mm}$。</p> <p>4. 根据院方要求定制。</p>
15	移动拖把车	3			<p>1. 按照院方要求定制所有材料均采用 SUS304 不锈钢材料制作。(提供原材料购买发票和材质检测报告。)</p> <p>2. 根据院方要求定制。</p>
16	不锈钢毛巾架	2			<p>1. 按照院方要求定制所有材料均采用 SUS304 不锈钢材料制作。(提供原材料购买发票和材质检测报告。)</p> <p>2. 根据院方要求定制。</p>
17	移动输液架	13			<p>1. 材质：整体采用 SUS304 不锈钢。(提供原材料购买发票和材质检测报告。)</p> <p>2. 功能需求：脚为三爪式脚架，输液杆为双钩可调式。</p> <p>3. 外形尺寸 $\geq \phi 425\text{mm} \times (1400 \sim 2000)\text{mm}$。</p> <p>4. 根据院方要求定制。</p>
18	接病人推床	15 套 外车和担架			<p>1. 材质：整体采用铝合金框架及冷轧钢板、护栏采用 PE 材料。(提供原材料购买发票和材质检测报告。)</p> <p>2. 外形尺寸：(长 \times 宽 \times 高) $\geq 3570\text{mm} \times 640\text{mm} \times (660 \sim 950)\text{mm}$。</p> <p>★3. 功能需求.背部折起角度: $0 \sim 60^\circ$, 由外车(黄色)和担架两部分组成; 床面板: 背部的升降采用手控气弹簧, 可以任意调节升降角度; 护栏: 翻转式升降; 床垫(原生海绵): 厚度 ≥ 5 公分, 密度 $\geq 36\text{KG/m}^3$ 。 (提供喷塑 SGS 检测报告)</p> <p>★4. 脚轮: 8 只 6 寸高强度静音脚轮, 中心制动、定向、万向三挡控制脚轮。</p>

					<p>5.输液架：304 不锈钢$\geq \phi 22\text{mm}$, 升降自锁式设计，其特点是轻松操作即可达到输液高度，任意调节。四爪头挂钩，配金属插座。</p> <p>6.根据院方要求定制。</p>
19	体位垫 (凝胶)	15 套			<p>治疗台垫 封闭式头圈 跟部保护垫 体位垫（柱型大） 体位垫（柱型小）</p> <p>1.产品不含硅胶、乳胶和塑化剂。 2.聚酯衬垫与人体组织具有良好的生物相容性，不致敏。 3.产品能透过 x 线等放射线，放水，绝缘抗静电，耐受温度从 -18° C ~ 55° C，易清洗。 4.方形凝胶垫 15 个，圆形头圈成人 15，小孩 2 个，足跟垫 26 个，半圆形柱状垫 26 个。 5.根据院方要求定制。</p>
20	体位垫 (海绵)	5 套	定制		根据院方要求定制。
21	不锈钢治疗车	13	中号		<p>1.材质：整体采用铝合金型材和 SUS304 不锈钢材料。（提供原材料购买发票和材质检测报告。） ★2.功能需求：2 个抽屉，抽屉面板不锈钢喷塑（提供喷塑 SGS 检测报告），抽屉拉手粉色线条区分，1 个挂篓，1 个锐器盒，2 个污物桶，1 个活动抽板，抽屉采用三节式滚珠滑道，有自锁功能，脚轮采用 4 寸双面高强度静音万向轮，防缠绕功能。 3.外形尺寸$\geq 870 \times 435 \times 930\text{mm}$。 4.根据院方要求定制。</p>
22	不锈钢污物车	15			<p>1.材质：整体采用 SUS304 不锈钢管，管材 $\phi \geq 25 \times 1.0$，板材 $\geq 1.0\text{mm}$。（提供原材料购买发票和材质检测报告。） 2.功能需求：污物袋可放已用过的被服；配可拆卸防水布袋，采用高强度涂塑牛津布。 3.脚轮：静音万向轮。 4.外形尺寸$\geq 560\text{mm} \times 560\text{mm} \times 870\text{mm}$。 ★5.配两个牛津布污物袋。 6.根据院方要求定制。</p>

23	不锈钢屏风	2	三折		<p>1. 材质：整体采用 SUS304 不锈钢。（提供原材料购买发票和材质检测报告。）</p> <p>2. 功能需求：配 6 个 2 寸万向脚轮。</p> <p>3. 外形尺寸：三折，展开尺寸$\geq 1970\text{mm} \times 1870\text{mm}$。</p>
24	台阶式踏脚凳	10			<p>1. 材质：整体采用 SUS304 不锈钢，（提供原材料购买发票和材质检测报告。）两层凳面，★凳面上面采用硅胶防滑板（防滑板厚度约$\geq 5\text{mm}$），凳脚采用橡塑材质制作；板材厚度$\geq 2\text{mm}$，高度$\geq 400\text{mm}$。</p> <p>2. 根据院方要求定制。</p>

注：*1.产品验收时需提供该招标项目材主材购发票复印件。(投标时提供承诺函，格式自拟)

*2.所有货物安装交付完成后，须接受采购人委托的第三方检测机构随机抽检，如未达到招标文件规定的技木要求，采购人有权退货并按招标文件规定的技木要求重新供货并安装，由此产生的所有费用均由中标人承担。(投标时提供承诺函，格式自拟)