

第三章 采购需求

前注：

1. 根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

(1) 如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

(2) 如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

(3) 本章中标注“▲”的产品为主要标的（包括核心产品）。采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要标的（包括核心产品）标注“▲”。

(4) 本章中标注“*”的参数为核心技术参数，负偏离则投标无效。

一、采购需求前附表

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	付款方式	合同生效后，预付合同款的70%（中标人向采购人提交等额的预付款保函或其他担保措施后，见索即付，担保期限不少于合同履约期限）。设备完成安装并验收合格后开具全额发票，按医院付款流程支付至合同总价的100%。
2	供货及安装地点	安徽医科大学第一附属医院
3	供货及安装期限	合同签订后，接招标人通知之日起30天内安装、调试完毕。
4	免费质保期	原厂整机质保≥3年。（投标人承诺合同签订前，

		提供所投产品制造商出具的售后服务承诺书(承诺书内容须体现本条款)并加盖所投产品制造商公章,否则承担一切不利后果(承诺函格式自拟))
--	--	---

二、货物需求一览表

序号	货物名称	数量	单位	所属行业	是否接受进口产品投标
1	▲自体血回收分离机	4	台	工业	是

三、技术规格及要求

自体血回收分离机技术规格及要求

序号	技术规格及要求
1	中文触摸屏操作
2	具有红细胞检测探头,精准的检测血层。
3	离心杯型需为经典杯式离心杯,离心杯型号齐全且外观一致,避免误操作
4	具有急救功能,可快速给患者回输血液
*5	肝素洗净率≥98%
*6	血液红细胞回收率≥95%
7	游离血红蛋白洗净率≥98%
*8	有安全报警监测系统,有气泡检测探头、漏血、漏液监测探头
9	回收后的血液HCT 45%-55%
10	有管道压力监测探头
11	有离心杯型号探头,耗材安装无需提前扫码,安装即识别,自动匹配相应离心杯的参数。
12	有废液袋监测功能
13	有清洗质量监测探头,实时显示清洗质量
14	具有术前血液成份分离模式,可分离红细胞、血小板、血浆、富血小板血浆
15	术中洗涤模式:回收红细胞
16	离心泵转速:1500 - 5600 rpm
17	滚压泵转速: 10 - 1000ml/min, 可调