

## 采购需求

**前注：**

1. 根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

（3）本章中标注“▲”的产品为主要标的（包括核心产品）。采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要标的（包括核心产品）标注“▲”。

（4）本章中标注“\*”的参数为核心技术参数，负偏离则投标无效。

**一、采购需求前附表**

| 序号 | 条款名称    | 内容、说明与要求                                                                                                |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 付款方式    | 合同生效后，预付合同款的 70%(中标人向采购人提交等额的预付款保函或其他担保措施后，见索即付，担保期限不少于合同履约期限)。设备完成安装并验收合格后开具全额发票，按医院付款流程支付至合同总价的 100%。 |
| 2  | 供货及安装地点 | 安徽医科大学第一附属医院                                                                                            |
| 3  | 供货及安装期限 | 合同签订后，接招标人通知之日起 30 天内安装、调试完毕。                                                                           |
| 4  | 免费质保期   | 原厂整机质保≥3 年（投标人承诺合同签订前，提                                                                                 |

|  |  |                                                                  |
|--|--|------------------------------------------------------------------|
|  |  | 供所投产品制造商出具的售后服务承诺书（承诺书内容须体现本条款）并加盖所投产品制造商公章，否则承担一切不利后果（承诺函格式自拟）） |
|--|--|------------------------------------------------------------------|

二、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称    | 数量 | 单位 | 所属行业 | 是否接受进口产品投标 |
|----|---------|----|----|------|------------|
| 1  | ▲电子支气管镜 | 1  | 套  | 工业   | 否          |

三、技术规格及要求

电子支气管镜技术参数

| 序号  | 技术规格及要求                              |
|-----|--------------------------------------|
| 一   | 图像处理器                                |
| 1   | 分体式设计，支持全高清 1920×1080 数字输出图像。        |
| 2   | 测光模式：具有平均测光/峰值测光/自动测光。               |
| *3  | 特殊光观察：具有窄带光成像功能。                     |
| 4   | 具有血液强化功能：对内窥镜图像进行图像处理，强化显示血管组织，增强对比。 |
| 5   | 具有结构强化和轮廓强化模式，每档≥15 级可调。             |
| 6   | 色彩定制功能：红色、绿色、蓝色、色度调节，调节级数≥30 级。      |
| 7   | 具备白平衡功能、降噪功能、自动增益控制（AGC）功能。          |
| 8   | 具有电子放大功能：最大放大倍数≥4 倍，≥5 档可调。          |
| 9   | 具有图像预冻结功能及冻结存图功能。                    |
| *10 | 设备兼容性：可兼容同品牌电子支气管镜、电子胸腔镜。            |
| 11  | 图像处理器主机使用年限≥10 年，介入镜使用年限≥7 年。        |
| 二   | 内窥镜冷光源                               |
| 1   | 光源：≥3 路独立 LED 光源设备。                  |
| 2   | 照明模式：≥3 种照明成像模式，1 种白光和≥2 种染色照明模式。    |
| 3   | 具有自动/手动调光功能，调光级别≥100 级。              |
| 三   | 电子支气管镜                               |
| 1   | 工作长度：≥600mm。                         |
| 2   | 景深：2-100mm。                          |
| 3   | 视场角：≥120°。                           |

|    |                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | 所有介入镜弯曲角度：上 $\geq 210^{\circ}$ 、下 $\geq 130^{\circ}$ （具有弯曲角度锁紧装置）。                                                      |
| *5 | 具备左右旋转功能，向左 $\geq 120^{\circ}$ ，向右 $\geq 120^{\circ}$ 。                                                                 |
| 6  | 介入镜规格： $\geq 5$ 种不同规格支气管镜可选。                                                                                            |
| *7 | 成人介入镜：介入治疗镜满足头端部外径： $\leq 5.8\text{mm}$ ，钳道孔径： $\geq 3.2\text{mm}$ ；小儿介入镜：外径 2.6~2.9mm（带侧吸介入孔、孔径 $\geq 1.2\text{mm}$ ）。 |
| 8  | 插管镜：外径 2.6~2.9mm（带侧吸介入孔，孔径 $\geq 1.2\text{mm}$ ）。                                                                       |
| *9 | 配备 1 条成人介入镜+1 条小儿介入镜+2 条插管镜，满足介入治疗与插管引导及术中气道血性分泌物等异物取出。                                                                 |
| 四  | 配套液晶监视器                                                                                                                 |
| 1  | $\geq 24$ 寸配套液晶显示器                                                                                                      |
| 2  | 分辨率：支持显示 1920 $\times$ 1080 像素图像。                                                                                       |
| 五  | 配备内窥镜专用仪器车                                                                                                              |