

第三章 采购需求

前注：

1. 根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

（3）本章中标注“▲”的产品为主要标的（包括核心产品）。采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要标的（包括核心产品）标注“▲”。

（4）本章中标注“*”的参数为核心技术参数，负偏离则投标无效。

一、采购需求前附表

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	付款方式	合同生效后，预付合同款的 70%(中标人向采购人提交等额的预付款保函或其他担保措施后，见索即付，担保期限不少于合同履约期限)。设备完成安装并验收合格后开具全额发票，按医院付款流程支付至合同总价的 100%。
2	供货及安装地点	安徽医科大学第一附属医院
3	供货及安装期限	合同签订后，接招标人通知之日起 30 天内安装、调试完毕。
4	免费质保期	整机质保≥4 年（含所有易损件）

二、货物需求一览表

序号	货物名称	数量	单位	所属行业	是否接受进口产品投标
1	▲防褥疮床垫	59	张	工业	否

三、技术规格及要求

序号	技术规格	技术要求
1	主机	
■1.1	流量	≥8 lpm, 提供证明
*1.2	波动交替时间	10-15 分钟
■1.3	压力范围	55-80mmHg, 提供证明
1.4	材质	采用阻燃级 ABS 材质
■1.5	噪音	≤40dBA, 提供证明
1.6	静态功能	具备, 可长期低压减压
1.7	报警提示功能	具备
1.8	低压指示功能	具备
2	床垫	采用 PU 弹性材料, 请提供单独报价
■2.1	最大载重	≥180Kg, 提供证明
■2.2	CPR 功能	具备
2.3	出气孔	具备
2.4	床罩	可完全拆卸及清洗
2.5	治疗模式	交替/静态
2.6	收床束带+快扣	有
2.7	翻身功能	具备
2.8	护理模式	具备, 护理模式下, 将床垫充至最硬最大状态, 方便护理人员进行护理工作、移动病人及调整体位。提供证明
2.9	使用年限	≥10 年 (提供实物铭牌照片)

四、其他服务要求

序号	服务要求	具体要求
1	相关易损件	请提供单独报价