

第三章 采购需求

前注：

1. 根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

(1) 如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

(2) 如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

(3) 本章中标注“▲”的产品为主要标的（包括核心产品）。采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要标的（包括核心产品）标注“▲”。

一、采购需求前附表

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	付款方式	合同生效后，预付合同款的70%（中标人向采购人提交等额的预付款保函或其他担保措施后，见索即付，担保期限不少于合同履约期限）。设备完成安装并验收合格后开具全额发票，按医院付款流程支付至合同总价的100%。
2	供货及安装地点	安徽医科大学第一附属医院
3	供货及安装期限	合同签订后，所有货物必须在2026年2月12日前完成交货、安装、调试并经采购人验收合格、交付使用。
4	免费质保期	质保期≥3年

二、货物需求一览表

序号	货物名称	数量	单位	所属行业	是否接受进口产品投标
▲1	不锈钢治疗车（1）	45	台	工业	否
▲2	不锈钢治疗车（2）	10	台	工业	否
▲3	不锈钢治疗车（3）	36	台	工业	否
4	不锈钢病历车（1）	38	台	工业	否
5	不锈钢病历车（2）	2	台	工业	否
6	不锈钢病历车（3）	1	台	工业	否
7	不锈钢病历车（4）	2	台	工业	否
8	发药车	11	台	工业	否
9	不锈钢护理车	26	台	工业	否
10	急救车	33	台	工业	否
11	移动输液架（1）	50	台	工业	否
12	移动输液架（2）	84	台	工业	否
13	病人推床	24	台	工业	否
14	不锈钢氧气瓶推车（1）	1	台	工业	否
15	不锈钢氧气瓶推车（2）	25	台	工业	否
16	不锈钢污物车	40	台	工业	否

17	不锈钢屏风	24	台	工业	否
18	检查床	53	台	工业	否
19	器械柜 (1)	20	台	工业	否
20	器械柜 (2)	25	台	工业	否
21	不锈钢定制柜	14	台	工业	否
22	不锈钢器械台	10	台	工业	否

三、技术规格及要求

序号	产品名称	图片	数量	技术规格及要求
1	不锈钢治疗车 (1)		45	<p>★1、材质：主体采用 304 不锈钢材质；板厚$\geq 1.0\text{mm}$；管壁厚$\geq 25*1.0\text{mm}$。</p> <p>2、功能需求：配洗手液支架，配两个污物桶，抽屉面高 120MM 加深，内高 90MM，双层大满抽屉，台面承重符合要求。</p> <p>★3、滑轨：采用三节静音轨或两节高承载滑轨，自吸。</p> <p>★4、脚轮：配 4 个 4 寸静音轮防缠绕功能，带刹车。</p> <p>5、尺寸：约 800*500*850mm</p>
2	不锈钢治疗车 (2)		10	<p>1、材质：主体采用 304 不锈钢材质；板厚$\geq 1.0\text{mm}$；管壁厚$\geq 25*1.0\text{mm}$。</p> <p>2、功能需求：配洗手液支架，配两个污物桶，抽屉面高 120MM 加深，内高 90MM，双层大满抽屉，台面承重符合要求。</p> <p>3、滑轨：采用三节静音轨或两节高承载滑轨，自吸。</p> <p>4、脚轮：配 4 个 4 寸静音轮防缠绕功能，带刹车。</p> <p>5、尺寸：约 700*500*850mm</p>
3	不锈钢治疗车 (3)		36	<p>1、材质：主体采用 304 不锈钢材质；板厚$\geq 1.0\text{mm}$；管壁厚$\geq 25*1.0\text{mm}$。</p> <p>2、功能需求：配洗手液支架，配两个污物桶，抽屉面高 120MM 加深，内高 90MM，台面承</p>

				重符合要求。 3、滑轨:采用三节静音轨或两节高承载滑轨,自吸。 4、脚轮:配4个4寸静音轮防缠绕功能,带刹车。 5、尺寸:约600*450*850mm
4	不锈钢病历车 (1)		38	1、材质:主体采用304不锈钢材质;板厚≥1.0mm。 2、功能需求:单抽20格上层配抽屉,配洗手液支架。 3、滑轨:采用三节静音轨或两节高承载滑轨,自吸。 4、脚轮:配4个3寸静音轮防缠绕功能。 5、层高:≥4公分
5	不锈钢病历车 (2)		2	1、材质:主体采用304不锈钢材质;板厚≥1.0mm。 2、功能需求:双抽30格上层配抽屉,配洗手液支架。 3、滑轨:采用三节静音轨或两节高承载滑轨,自吸。 4、脚轮:配4个4寸静音轮防缠绕功能。 5、层高:≥4公分
6	不锈钢病历车 (3)		1	1、材质:主体采用304不锈钢材质;板厚≥1.0mm。 2、功能需求:双抽40格上层配抽屉,配洗手液支架。 3、滑轨:采用三节静音轨或两节高承载滑轨,自吸。 4、脚轮:配4个4寸静音轮防缠绕功能。 5、层高:≥4公分
7	不锈钢病历车 (4)		2	1、材质:主体采用304不锈钢材质;板厚≥1.0mm。 2、功能需求:双抽60格上层配抽屉,配洗手液支架。 3、滑轨:采用三节静音轨或两节高承载滑轨,自吸。 4、脚轮:配4个4寸静音轮防缠绕功能。 5、层高:≥4公分

8	发药车		11	<p>★1、材质：不锈钢板材喷塑；板厚$\geq 1.0\text{mm}$。</p> <p>2、功能需求：双大满抽配 2 个 48 格药盘，配洗手液支架。</p> <p>3、滑轨：采用三节静音轨或两节高承载滑轨，自吸。</p> <p>4、脚轮：配 4 个 4 寸静音轮防缠绕功能。</p>
9	不锈钢护理车		26	<p>1、材质：主体采用 304 不锈钢材质；板厚$\geq 1.0\text{mm}$；管壁厚$\geq 25*1.0\text{mm}$。</p> <p>2、功能需求：左侧三层台面，第一层台面下方带抽屉，右侧配污物袋，配洗手液支架。</p> <p>3、滑轨：采用三节静音轨或两节高承载滑轨，自吸。</p> <p>4、脚轮：配 4 个 4 寸静音轮防缠绕功能，带刹车。</p> <p>5、额外配备 2 个污物袋。</p>
10	急救车		33	<p>1、材质：塑钢材质，304 不锈钢板材$\geq 1.0\text{mm}$，管材$\geq 19*1.0\text{mm}$，管材$\geq 16*1.0\text{mm}$。</p> <p>★2、功能需求：配输液架，活动药盒，配洗手液支架，配活动锁杆方便于挂一次性锁扣，台面加置物架 放除颤仪，台面配 304 不锈钢板或一次性注塑（ABS）成型台面可承重并注明承重在参数里体现，配分类脚踩式垃圾桶，配挂钩，加按压板。</p> <p>3、脚轮：配 4 个 4 寸静音轮防缠绕。</p>
11	移动输液架(1)		50	<p>1、材质：不锈钢 304 材质下管材$\geq 32\text{mm}$，上管材$\geq 25\text{mm}$，上可升降管材$\geq 22\text{mm}$。</p> <p>★2、功能需求：可升降，配喷塑铁制托盘，便于存放微量泵及输液泵。</p> <p>3、脚轮：配 5 个静音轮防缠绕功能。</p>
12	移动输液架(2)		84	<p>1、材质：不锈钢 304 材质管材$\geq 32\text{mm}$，管材$\geq 19\text{mm}$。</p> <p>2、功能需求：配双托盘带可存放微量泵及输液泵。</p> <p>3、脚轮：配 5 个静音防缠绕功能。</p>

13	病人推床		24	<p>1、材质：推床面 ABS 材料, 床框铝合金材质及冷轧钢板。</p> <p>★2、功能需求：手摇升降，两边护栏材质为 ABS、PE、PP (需要原生料，不得使用再生料) 材料，头部带升降；配有四钩螺钉锁紧可升降输液架，车身配有氧气瓶架，车面配有活动厚度 40mm 防水软垫。</p> <p>★3、脚轮：配有 4 只 6 寸中控脚轮，静音防缠绕功能。</p>
14	不锈钢氧气瓶推车(1)		1	<p>1、材质：不锈钢 304 材质管材$\geq 25*1.0\text{mm}$, 板材$\geq 3.0\text{mm}$。</p> <p>2、功能需求：双层牛皮皮带固定。</p> <p>3、脚轮：配 2 个 3 寸，2 个 5 寸，静音防缠绕功能。</p>
15	不锈钢氧气瓶推车(2)		25	<p>1、材质：不锈钢 304 材质管材$\geq 25*1.0\text{mm}$, 板材$\geq 3.0\text{mm}$。</p> <p>2、功能需求：不锈钢板条固定。</p> <p>3、脚轮：配 2 个 3 寸，2 个 5 寸，静音防缠绕功能。</p>
16	不锈钢污物车		40	<p>1、材质：不锈钢 304 材质板材$\geq 1.0\text{mm}$, 管材$\geq 25*1.0\text{mm}$。</p> <p>2、功能需求：配 2 个污物袋。</p> <p>3、脚轮：配 4 个 4 寸静音轮，防缠绕。</p>
17	不锈钢屏风		24	<p>1、材质：不锈钢 304 材质，管材$\geq 22*1.0\text{mm}$。</p> <p>2、功能需求：三折，配三块遮光布活动可拆洗固定。</p> <p>3、脚轮：配 6 个 2 寸静音轮，防缠绕。</p>
18	检查床		53	<p>★1、材质：喷塑冷轧钢板材质$\geq 1.0\text{mm}$, 管材$\geq 50*50\text{mm}$。</p> <p>2、功能需求：床面海绵包裹，带斜坡枕，带门带储物功能。</p>

19	器械柜 (1)		20	★1、材质：不锈钢 304 材质板材≥1.0mm，白玻璃≥4.0mm。 2、功能需求：内扣锁，对开门，5 层不锈钢搁板，高度可随意调节。
20	器械柜 (2)		25	1、材质：不锈钢 304 材质板材≥1.0mm，磨砂玻璃≥4.0mm。 2、功能需求：内扣锁，对开门，5 层不锈钢搁板，高度可随意调节。
21	不锈钢 定制柜		14	1、材质：不锈钢 304 材质板材≥1.0mm，管材≥38*38mm。 2、功能需求：三层尺寸根据现场定制；上层可存放微波炉，具体尺寸按照院方要求。
22	不锈钢 器械台		10	1、材质：不锈钢 304 材质板材≥1.0mm，管材≥25*1.0mm。 2、功能需求：配洗手液支架定制，双层，具体尺寸按照院方要求
<p>*1. 产品验收时需提供该招标项目主要原材料(304 不锈钢、冷轧钢) 采购发票复印件 (投标时提供承诺函，格式自拟)。</p> <p>*2. 所有货物安装交付完成后，须接受采购人委托的第三方检测机构随机抽检，如未达到招标文件规定的技术要求，采购人有权退货并要求中标人按招标文件规定的技 术要求重新供货并安装，由此产生的所有费用均由中标人承担。 (投标时提供承诺函， 格式自拟)。</p>				