

安徽安天利信工程管理股份有限公司

政府采购货物类招标文件



项 目 名 称：首都医科大学附属北京天坛医院安徽医院病理科设备
采购项目

项 目 编 号：26AT134026807042（任务书编号：FSSD34000120267465 号）

采 购 人：皖南医科大学第一附属医院（弋矶山医院）

采购代理机构：安徽安天利信工程管理股份有限公司

二〇二六年九月

目 录

第一章	招标公告.....	1
第二章	投标供应商须知.....	4
第三章	采购需求.....	27
第四章	资格审查和评标办法.....	56
第五章	政府采购合同.....	68
第六章	投标文件格式.....	87
第七章	安天 e 采全流程电子招投标注意事项	108
第八章	政府采购供应商询问函和质疑函范本	111
	质疑函制作说明:	113

第一章 招标公告

项目概况

首都医科大学附属北京天坛医院安徽医院病理科设备采购项目 招标项目的潜在投标人应在安天 e 采招标采购电子交易系统（www.xinecai.com）获取招标文件，并于 2026 年 10 月 08 日 10 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：26AT134026807042（任务书编号：FSSD34000120267465 号）

项目名称：首都医科大学附属北京天坛医院安徽医院病理科设备采购项目

预算金额：01 包：60 万元；02 包：32 万元；03 包：50 万元；04 包：30 万元；05 包：65 万元；06 包：50 万元；07 包：50 万元；08 包：25 万元；09 包：350 万元；10 包：120 万元

最高限价：01 包：60 万元；02 包：32 万元；03 包：50 万元；04 包：30 万元；05 包：65 万元；06 包：50 万元；07 包：50 万元；08 包：25 万元；09 包：350 万元；10 包：120 万元

采购需求：首都医科大学附属北京天坛医院安徽医院病理科设备采购项目，01 包采购包埋盒打号机 2 套、玻片打号机 2 套；02 包采购显微镜 4 套；03 包采购十人共览显微镜 1 套；04 包采购冰冻切片机 1 套；05 包采购包埋机 2 套、全自动组织脱水机 1 套；06 包采购半自动切片机 2 套、手动切片机 2 套；07 包采购高通量扫片机 1 套；08 包采购 FISH 全自动处理系统 1 套；09 包采购数智化病理流水线 1 套；10 包采购荧光显微镜+Fish 分析系统 1 套。

合同履行期限：合同签订后接院方供货通知后 30 天内。

本项目是否接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 投标人为所投产品的生产企业时，所投产品属于第二类、第三类医疗器械时，须具有有效的医疗器械生产许可证；所投产品属于第一类医疗器械时，须在投标文件中提供备案证明材料或承诺函，承诺在合同签订前提供其向所在地设区的市级负责药品监督管理部门完成生产备案的证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格；

3.2 投标人为经营企业时，所投产品属于第三类医疗器械时，须具有有效的医疗器械经营许可证；所投产品属于第二类医疗器械时，须在投标文件中提供备案证明材料或承诺函，承诺在合同签订前提供其向所在地设区的市级负责药品监督管理部门完成生产备案的证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格；如是《医疗器械经营监督管理办法》中提出免于经营许可或备案的情形，无需提供经营许可证或备案凭证（编号），但须在投标文件中进行说明。

三、获取招标文件

时间：2026 年 09 月 15 日至 2026 年 09 月 21 日，每天上午 00:00 至 12:59，下午 13:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：安天 e 采招标采购电子交易系统（www.xinecai.com）

方式：网上获取。具体操作参见安天 e 采操作手册，安天 e 采服务热线：400-050-9988

售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026 年 10 月 08 日 10 点 00 分（北京时间）

地点：安天 e 采招标采购电子交易系统（www.xinecai.com）

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见招标文件。

2. 申请人应合理安排招标文件获取及投标文件上传时间，特别是网络速度慢的地区，防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如因计算机及网络故障造成无法完成招标文件获取及投标文件上传的，责任自负。

3. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第六条第三款规定，本次采购项目符合不专门面向中小企业预留采购份额情形：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。投标人如对此项内容有疑问，可按招标文件约定提出询问或质疑。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：皖南医科大学第一附属医院（弋矶山医院）

地址：安徽省芜湖市赭山西路2号

联系方式：0553-5739103

2. 采购代理机构信息

名称：安徽安天利信工程管理股份有限公司

地址：安徽省合肥市蜀山区蜀鑫路69号（创业大道与蜀鑫路西南角）

联系方式：0551-63736257

3. 项目联系方式

项目联系人：刘勇

电话：0551-63736257

第二章 投标供应商须知

一、投标供应商须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.5	包别划分	☐ 不分包 ☒ 分为 10 个包，
1.2.1	资金来源	财政性资金 100%
1.3.2	进口产品采购	☒ 本项目不采购进口产品，拒绝进口产品参加投标 ☐ 本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品，同时不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标 进口产品按照财政部文件《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）认定，整机设备内的元器件不做限制。
1.3.5	质量要求	合格
1.4.3	投标供应商不得存在的其他情形	/
1.4.4	核心产品	对于非单一产品采购项目，系指：标注“▲”符号的产品。
2.1	构成招标文件的其他材料	澄清答疑及采购人提供的其他相关技术资料（如有的话）
2.2.1	投标供应商要求澄清招标文件	时间：在提交首次投标文件截止时间 <u>10</u> 日前（以收到日期为准） 形式：在招标文件规定的时间内登录交易系统选择疑问模块，查找选择本项目按规定进行填写疑问内容，并上传相应附件。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	对招标文件进行的澄清，将在招标公告发布媒体以及安天 e 采招标采购电子交易系统进行发布。
2.2.3	投标供应商确认收到招标文件澄清	在安天 e 采招标采购电子交易系统上发布，投标供应商应主动上网查询。投标供应商未及时关注相关信息的，责任自负。
2.3.1	招标文件修改发出的形式	同澄清发出形式的规定
2.3.2	投标供应商确认收到招标文件修改	同确认收到澄清的规定
2.4.1	投标供应商对招标文件提出质疑的时间和形式	时间：自收到招标文件之日起或采购文件公告期限届满之日起七个工作日内 形式：见第二章第 9.2 款规定
3.1.4	样品	是否要求投标供应商提交样品： ☒ 否

条款号	条款名称	编 列 内 容
		☐是，提交样品的具体要求： （1）规格： / （2）数量： / （3）密封、标志要求：不需密封，但应贴有加盖投标供应商印章或其委托代理人签字的标签。 （4）应在投标截止时间前递交，递交地点同投标文件递交地点，未按规定递交的不予受理。 （5）中标投标供应商样品的保管：自中标公告发布之日起3个工作日内，移交采购人保管；若样品需要专业运送公司进行运送的，运送费用由中标人承担。 （6）未中标投标供应商样品的退还：自中标公告发布之日起3个工作日内，投标供应商自行取回。逾期未取的，样品的损毁、灭失责任由投标供应商承担。
3.2.1	投标报价包括的内容	投标报价包括货物从设计、采购、制造、交货（包括运输至采购人指定地点卸车就位）至售后服务的一切费用（如设计费、采购费、制造费、包装费、运输保险费、运输费、装卸费、其他技术服务及质保期服务费等）、管理费、利润和税金，以及采购合同中所有责任、义务和风险。
3.2.5	最高限价	详见招标公告
3.2.6	投标报价的其他要求	☒除招标文件另有规定外，投标供应商所报的价格在合同执行过程中固定不变，不得以任何理由予以变更。 ☐采购人在“项目采购需求”中所提供的各种货物的数量是计划采购数量，仅作为投标报价的依据，不作为最终结算与支付的依据。政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
3.3.1	投标有效期	<u>90</u> 个日历天（从投标截止时间算起）
3.4.1	投标保证金	本项目免收投标保证金
3.6.1	是否允许递交备选投标方案	☒不允许 ☐允许，并满足以下条件： _____ / _____
3.7.4 (1)	是否采用电子招标投标	是 其他具体要求：电子投标文件所附证书证件均应为投标供应商证书证件的原件扫描件
3.7.4 (2)	关于数字证书的办理	投标供应商须使用通过安天 e 采办理的移动认证证书（或介质数字证书）签章和加密投标文件，若使用介质数字证书的，建议使用企业法人主锁。如未办理移动认证证书（或介质数字证书）请及时办理：移动认证办理联系电话：

条款号	条款名称	编 列 内 容
		400-0878-198 转 1, 移动认证办理须知详见安天 e 采平台“移动认证上线通知” https://www.xinecai.com/ydrz.html ; 办理介质数字证书的, 参见 CA 办理须知 https://www.xinecai.com/quesinfo/20.html 。
4.1.1	投标文件加密要求	加密的电子投标文件需使用数字证书进行加密, 详见安天 e 采招标采购电子交易系统上发布的有关电子投标文件的制作说明。
4.2.1	投标截止时间	<u>详见招标公告</u> 注: 投标供应商未能在投标截止时间之前上传加密电子投标文件的, 产生的后果由投标供应商自行承担。
4.2.2	上传投标文件方式和地址	安天 e 采招标采购电子交易系统 (登录安天 e 采招标采购电子交易系统, 点击进入递交投标文件, 上传加密的电子投标文件)。
5.1	开标时间和开标 (投标) 地点	开标时间: 同投标截止时间 开标 (投标) 地点: 安天 e 采招标采购电子交易系统
5.2.1	投标文件的解密时间	<u>60</u> 分钟内 (以安天 e 采招标采购电子交易系统解密倒计时为准)
5.2.3	是否接受提交非加密电子版投标文件	☒ 不接受投标供应商递交非加密的电子投标文件 在招标文件规定的时间内, 投标供应商以招标文件中规定的方式未完成投标文件上传或解密的, 视为其撤回投标。 ☐ 接受投标供应商递交非加密电子版投标文件并由投标供应商自行决定是否提交 电子投标文件上传成功但因电子招标投标交易平台原因导致解密异常时, 可以在开标现场递交非加密电子版投标文件, 采购代理机构将其导入电子招标投标交易平台, 电子招标投标交易平台将对非加密电子投标文件与加密电子投标文件进行校验。非加密电子投标文件经平台校验通过的视为解密成功, 该投标供应商的投标文件以非加密电子投标文件为准; 校验失败或未递交非加密电子投标文件的, 其投标无效。
5.2.4	非加密电子版投标文件递交时间与地点	非加密电子版投标文件递交时间: / 非加密电子版投标文件递交地点: / 备注: 非加密电子版投标文件应采用“U 盘”或“光盘”形式并单独密封, 封套上应加盖骑缝章。投标供应商未按照上述规定递交的非加密电子版投标文件, 采购人及采购代理机构有权予以拒收。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会的组成: 评标委员会由从专家库中抽取的专家组成 (或由从专家库

条款号	条款名称	编 列 内 容																											
		中抽取的评审专家及采购人代表组成） 评标委员会的人数：5 人及以上单数，采购人代表不得担任评标委员会组长。																											
6.3.2	推荐中标候选人的 人数	1-3 名																											
7.1.2	中标结果公告	公告方式：在发布招标公告的同一媒介上发布本项目中标结果公告； 公告内容：采购人及采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目 编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、数量、单价、服 务要求，评审专家名单，中标供应商评审总得分（如采用综合评分法）/评审 报价（如采用最低评标价法）等。 中标公告期限： <u>1 个工作日</u> 。																											
7.3.2	招标代理服务费	(1) 支付方：中标供应商。 (2) 本项目代理服务费收费标准：代理服务费的收取采用差额定率累进计费方 式，具体收费标准按照下表的 50%计取。 <table><tr><th rowspan="2">中标金额（万元）</th><th colspan="3">类型</th></tr><tr><th>货物招标</th><th>服务招标</th><th>工程招标</th></tr><tr><td>100 以下</td><td>1.50%</td><td>1.50%</td><td>1.00%</td></tr><tr><td>100—500</td><td>1.10%</td><td>0.80%</td><td>0.70%</td></tr><tr><td>500—1000</td><td>0.80%</td><td>0.45%</td><td>0.55%</td></tr><tr><td>1000—5000</td><td>0.50%</td><td>0.25%</td><td>0.35%</td></tr><tr><td>5000—10000</td><td>0.25%</td><td>0.10%</td><td>0.20%</td></tr></table> (3) 代理服务费收取方式：转账/电汇。 开户名称：安徽安天利信工程管理股份有限公司 开户银行：中国银行合肥潜山路支行 帐 号：181221074195	中标金额（万元）	类型			货物招标	服务招标	工程招标	100 以下	1.50%	1.50%	1.00%	100—500	1.10%	0.80%	0.70%	500—1000	0.80%	0.45%	0.55%	1000—5000	0.50%	0.25%	0.35%	5000—10000	0.25%	0.10%	0.20%
中标金额（万元）	类型																												
	货物招标	服务招标	工程招标																										
100 以下	1.50%	1.50%	1.00%																										
100—500	1.10%	0.80%	0.70%																										
500—1000	0.80%	0.45%	0.55%																										
1000—5000	0.50%	0.25%	0.35%																										
5000—10000	0.25%	0.10%	0.20%																										
7.4.1	履约保证金	(1) 金额： ☒免收 ☐合同价的 2.5 % ☐定额收取：人民币 元 (2) 支付方式：转账/电汇、支票、汇票、本票、保险、保函 (3) 收取单位：皖南医科大学第一附属医院（弋矶山医院） (4) 收取账号：农业银行芜湖新市口支行 12738001040011360																											

条款号	条款名称	编 列 内 容
		(5) 退还时间：履约完成后退还 注意事项： (1) 以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 (2) 以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。
11.1.1	节能产品强制及优先采购政策的执行	☒是，本项目执行《节能产品政府采购实施意见》的规定，其中： 节能产品是指：<u>属于财政部、发改委等部委颁发的最新《节能产品政府采购品目清单》的节能产品，包括强制采购的节能产品与优先采购的节能产品；</u> 如属于政府强制采购的节能产品的，供应商须在投标文件中附相关产品有效期内的《节能产品认证证书》复制件，否则按无效投标处理。 如属于优先采购的节能产品的，供应商可在投标文件中附相关产品有效期内的《节能产品认证证书》复制件。
11.1.2	环境标志产品优先采购政策的执行	☒是，本项目执行《关于环境标志产品政府采购实施的意见》的规定，其中： 环境标志产品指：<u>属于财政部、发改委等部委颁发的最新《环境标志产品政府采购品目清单》的环境标志产品。</u> 如有所投产品符合相关要求，供应商可在投标文件中附相关产品有效期内的《环境标志产品认证证书》复制件。
11.2.1	是否为专门面向中小企业采购	☐是。本项目专门面向中小企业采购，如投标供应商提供的货物不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条规定的，其投标文件将被认定为无效。 ☒否
11.2.2	对中小企业产品、监狱企业产品、残疾人福利单位产品的价格扣除标准	依据财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）以及《进一步加大政府采购支持中小企业力度》（财库〔2022〕19号）有关规定： (1) 小型和微型企业价格扣除：<u>（ 10 ） %。</u> (2) 监狱企业价格扣除：<u>同小型和微型企业。</u> (3) 残疾人福利性单位价格扣除：<u>同小型和微型企业</u> (4) 符合条件的联合体价格扣除：<u>（ / ） %。</u> (5) 符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除：<u>（ / ） %。</u> 参加本次采购活动的中小企业应当在投标文件中提供有效的《中小企业声明函》，并对其真实性负责。 根据财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型、微型企业，不重复享受价格扣除优惠政

条款号	条款名称	编 列 内 容
		策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件，不再提供《中小微企业声明函》。 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位同为小型、微型企业的，不重复享受价格扣除优惠政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，并对其真实性负责。 注：本项目将对中标人提供的中小企业产品（工程或服务）品名及生产厂家，随评审结果一并公布。如提供虚假材料，将取消中标资格并报相关部门按有关规定处理，并计入不良记录。
11.2.3	是否允许大中型企业向小微企业分包	☐ 是 ☒ 否
11.3.1	本国产品价格扣除（适用于既有本国产品又有非本国产品参与竞争的货物项目）	(1) 项目或者采购包中采购内容为单一产品的，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品给予价格扣除 <u>20%</u>。 (2) 项目或者采购包中含有多种产品的，符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例$\geq 80\%$，所有产品价格扣除 <u>20%</u>。
12.1	原则规定与定义	(1) 投标供应商须知前附表是对投标供应商须知正文部分对应条款的补充、细化，投标供应商阅读时应与正文部分一并阅读，投标供应商须知前附表与正文部分不一致处，应以投标供应商须知前附表为准。 (2) “☒”符号表示本招标文件选定的内容；“☐”符号表示本招标文件未选定的内容；空格中的“/”表示没有具体内容。投标供应商投标时请按“☒符号”选定的内容和要求参加投标。 (3) 与合同履行有关条款中注明的“甲方”、“买方”，在招标投标阶段按“采购人”理解；注明的“乙方”、“卖方”，按“投标供应商”理解。
12.2	招标文件的解释	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； 除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按下列组成文件：

条款号	条款名称	编 列 内 容
		招标公告、投标供应商须知前附表、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释； 同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； 同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。 按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。
12.3	知识产权	(1) 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标供应商不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。如因此导致采购人损失的，投标供应商须承担全部赔偿责任。 (2) 投标供应商需保证：采购人在中华人民共和国境内使用中标货物(服务)、资料、技术、服务或其任何一部分时，履行合同义务后，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标供应商须承担全部赔偿责任（承诺函格式详见投标文件格式相关内容）。
12.4	特别提醒	(1) 本项目评审时将查询生成投标文件的硬件信息，如不同投标文件的硬件信息异常一致，相关投标将被认定为投标无效，并报政府采购监督管理部门处理。 (2) 因电子服务系统或电子交易系统出现软件设计或功能缺陷、运行异常等情况，影响政府采购活动正常进行的，政府采购各方当事人免责。 (3) 投标人在“安天 e 采”电子系统中填写诸如“开标记录”等内容后应仔细核对其与投标文件内容的一致性；当“安天 e 采”电子系统中填写内容与电子投标文件中内容不一致时，以系统中提交的投标文件中载明的内容为准。
12.5	评标办法的确定	本项目采用：综合评分法 ☒ 最低评标价法 ☐
	政府采购监管部门	本项目的监管部门是：安徽省财政厅
	其他内容	1. “政采贷”融资指引：有融资需求的中标人在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。中标人签署政府采购中标（成交）合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将中标人融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。 2. 电子保函指引：中标人可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目，申请办理电子保函（包括：履约保函、预付款保函）。

条款号	条款名称	编 列 内 容
	采购人权利	为了保证资金安全和履约服务质量，采购人（甲方）有权采取包括但不限于收取履约保证金、反向担保、第三方保函等方式对本项目予以进一步约束。
	提示	请各投标供应商及时进行“徽采云”平台注册，完成正式入库，未完成正式入库的投标供应商中标后将影响采购人进行合同备案，无法顺利完成合同执行、付款。相关操作流程详见“徽采云”-徽采学院-供应商注册与配置。

二、 投标供应商须知

注：如投标供应商须知前附表与本部分对同一内容的规定不一致，以投标供应商须知前附表的规定为准。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备政府采购条件，现以招标方式进行政府采购。

1.1.2 采购人：见招标公告。

1.1.3 采购代理机构：见招标公告。

1.1.4 采购项目名称：见招标公告。

1.1.5 包别划分：见投标供应商须知前附表。

1.1.6 采购预算：见招标公告。

1.2 资金来源

1.2.1 资金来源：见投标供应商须知前附表。

1.3 采购需求、交货地点、供货安装期限和质量要求

1.3.1 采购需求：见招标公告。

1.3.2 进口产品采购：见投标供应商须知前附表。

1.3.3 供货及安装期限：见第三章 采购需求。

1.3.4 供货及安装地点：见第三章 采购需求。

1.3.5 质量要求：见投标供应商须知前附表。

1.3.6 免费质保期：见第三章 采购需求。

1.3.7 付款方式：见第三章 采购需求。

1.4 投标供应商资格要求

1.4.1 投标供应商应具备承担本采购项目的资质条件、能力和信誉：见招标公告。

1.4.2 投标供应商须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交项目向采购人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中投标，否则各相关投标均无效；

(4) 联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给采购人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

(5) 尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标供应商（包括联合体各成员）不得存在下列情形之一：

(1) 为本采购项目的采购代理机构；

(2) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构；

(3) 与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

(4) 由本采购项目采购代理机构代理投标，或者接受过本采购项目的采购代理机构为本采购项目提供咨询的；

(5) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

(6) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(7) 与本项目其他投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商；

(8) 被依法禁止参加政府采购活动并在有效期内的；

(9) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，具体按财政部财办库（2015）295号文件规定；

(10) 被人民法院列入失信被执行人名单的（以 <http://zxgk.court.gov.cn/shixin/> 查询为准）；

(11) 被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的（以 www.creditchina.gov.cn 查询为准）；

(12) 被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（以 www.ccgp.gov.cn 查询为准）；

(13) 被市场监督管理部门列入严重违法失信名单的（以 www.gsxt.gov.cn 查询为准）；

(14) 法律法规规定的其他情形；

(15) 投标供应商须知前附表规定的其他情形。

以联合体方式参加采购活动的，联合体任一成员不得存在以上情形。

1.4.4 相同品牌产品参加投标时，按以下要求确定投标供应商投标资格和中标人推荐资格：

(1) 采用最低评标价法时：

单一产品采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查、异常低价投标审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会抽签确定；其他投标无效。

非单一产品采购项目，核心产品提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查、异常低价投标审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会抽签确定；其他投标无效。

(2) 采用综合评分法时:

单一产品采购项目, 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查、异常低价投标审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的, 按一家投标供应商计算, 评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格; 评审得分相同的, 参照文件第四章评分办法第十条规定; 其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目, 核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查、异常低价投标审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的, 按一家投标供应商计算, 评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格; 评审得分相同的, 参照文件第四章评分办法第十条规定; 其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

(3) 核心产品: 见投标供应商须知前附表。

1.5 费用承担

投标供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应当对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密, 否则应当承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外, 与招标投标有关的语言均应当使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

除招标文件另有规定外, 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 现场勘察

1.9.1 投标供应商须知前附表规定组织现场勘察的, 采购人按投标供应商须知前附表规定的时间、地点组织投标供应商现场勘察。采购人不组织统一现场勘察的, 由投标供应商自行勘察现场。

1.9.2 投标供应商现场勘察发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外, 投标供应商自行负责在现场勘察中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在现场勘察中介绍的现场情况和周边相关的环境情况, 仅作为投标供应商在编制投标文件时参考, 采购人不对投标供应商据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 除非有特殊要求, 招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况, 投标供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

1.10 开标前答疑会 (如有)

1.10.1 投标供应商须知前附表规定召开开标前答疑会 (以下简称答疑会) 的, 采购人按照投标供应商须知前附表规定的时间和地点召开答疑会, 澄清投标供应商提出的问题。

1.10.2 投标供应商应当在投标供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 答疑会后，采购人应当在投标供应商须知前附表规定的时间内，对投标供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标供应商。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标供应商拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应符合投标供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，除投标供应商须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目。中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标供应商须知前附表；
- (3) 投标供应商须知
- (4) 采购需求；
- (5) 资格审查与评标办法；
- (6) 合同条款及格式；
- (7) 投标文件格式；
- (8) 其他材料。

对招标文件所作的澄清、修改、补充通知，构成招标文件的组成部分。当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以投标供应商须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应顺延投标截止时间。

2.2.3 投标供应商在收到澄清后，除投标供应商须知前附表另有规定外，应当在投标供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标供应商在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人以投标供应商须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有购买招标文件的投标供应商。如果修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应顺延投标截止时间。

2.3.2 投标供应商收到修改内容后，除投标供应商须知前附表另有规定外，应在投标供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的质疑

2.4.1 投标供应商认为招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）使自己的权益受到损害时，应当按投标供应商须知前附表规定的时间和形式向采购人提出质疑。

2.4.2 采购人自收到质疑之日起在 7 个工作日内作出答复。逾期提出的，采购人可不予受理。质疑与答复应采取书面形式。

2.4.3 采购人对质疑的答复构成对招标文件澄清或者修改的，采购人将按照本章第 2.2 款、第 2.3 款规定办理。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

须知前附表、评标办法及采购需求中规定的相关材料。投标供应商在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标供应商须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标供应商没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。

3.1.3 投标供应商须知前附表规定不要求递交投标货物样品的，投标文件不包括样品。否则投标供应商应按照投标供应商须知前附表规定的内容、数量、时间、地点等要求提供投标货物样品。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括的内容见投标供应商须知前附表的规定。投标供应商应当按招标文件规定进行投标报价，并按给定格式填写投标报价表格。

3.2.2 投标供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。

3.2.3 提交两个或两个以上的投标报价，或者任何有选择性的报价或者有附加条件的报价的投标将按无效处理，投标供应商须知前附表允许递交备选方案的除外。

3.2.4 投标报价为各分项报价之和。如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标供应商在投标截止时间前修改开标一览表中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.5 采购人设有最高限价的，投标报价不得超过最高限价，否则响应无效，最高限价在投标供应商须知前附表中载明。

3.2.6 投标报价的其他要求见投标供应商须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标供应商须知前附表规定中的投标有效期内，投标文件保持有效，投标供应商不得要求撤销或修改其投标文件，否则应承担招标文件和法律法规规定的责任。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标供应商延长投标有效期。投标供应商同意延长的，应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标供应商拒绝延长的，其投标失效，但投标供应商有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金（本项目不适用）

3.4.1 投标供应商在递交投标文件的同时，应按投标供应商须知前附表规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人提交，并应符合投标供应商须知前附表的规定。

3.4.2 投标保证金用于保护采购人免受因投标供应商的行为而引起的风险。

3.4.3 投标供应商不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标无效。

3.4.4 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标投标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金不予退还，投标供应商还应承担法律法规规定的其他责任。

（1）投标供应商在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）投标供应商在投标文件中提供虚假材料的；

（4）投标供应商与采购人、其他投标供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）经相关部门依法认定的其他违反法律、法规、规章和行政规范性文件的行为，应不予退还投标保证金的；

（6）法律法规规定其他情形；

（7）投标供应商须知前附表规定的其他情形。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

3.5.1 投标供应商在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求。

3.5.2 投标供应商是代理商或经销商的，通过资格预审后如确定了拟投标货物（服务）的制造商（提供商）的，投标时不得更换，否则其投标将按无效处理。

3.5.3 如本招标文件“评标办法”中涉及到对相关投标供应商资格进行评审的，投标供应商应在投标文件相应的“资格审查资料”中提供证明文件。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1 本招标文件“评标办法”中涉及到对相关投标供应商资格进行评审的，投标供应商应在投标文件相应的“资格审查资料”中提供证明文件。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标供应商须知前附表另有规定外，投标供应商不得递交备选投标方案，否则其投标将按无效处理。

3.6.2 允许投标供应商递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标供应商提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上设计方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按招标文件规定格式进行编写，如有必要，可以增加附页、扩展表格，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关采购需求、供货安装期限、质保期、技术与服务要求、投标报价要求、投标有效期、付款方式、合同条款等实质性内容做出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.3 投标供应商必须对其提交的资料的真实性负责，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

3.7.4（1） 本项目采用电子招投标方式，请投标供应商在安天 e 采系统中下载安天 e 采投标文件制作工具，具体操作步骤和程序请参见“产品与服务”-“服务指南”-“安天 e 采资料下载”栏目--“招投标文件查看制作”，仔细阅读招标文件要求和相关操作手册。（如有技术问题请联系安天 e 采服务热线：400-050-9988）。

（2） 投标供应商须用通过安天 e 采办理的移动认证证书（或介质数字证书）签章和加密投标文件，若使用介质数字证书的，建议使用企业法人主锁。如未办移动认证证书（或介质数字证书）请及时办理：移动认证办理联系电话：400-0878-198 转 1，移动认证办理须知详见安天 e 采平台“移动认证上线通知”

（<https://www.xinecai.com/ydrz.html>）”；办理介质数字证书的，参见 CA 办理须知
<https://www.xinecai.com/quesinfo/20.html>。

(3) 本项目投标供应商需采用最新版安天 e 采投标文件制作工具，具体请在“安天 e 采招标采购电子交易系统”服务指南页面 (<https://www.xinecai.com/serveguide>) 下载，软件启动时也将进行提示（需在国际互联网络通畅状态），各投标供应商需注意更新（更新前务必将杀毒软件及安全卫士退出，否则会导致更新失败），以免造成标书制作错误。如因此导致无效投标，责任自负。

4. 投标

4.1 投标文件的签章和加密

4.1.1 本项目要求提供加密电子投标文件，投标文件的签章和加密应满足以下规定：

(1) 在第六章“投标文件格式”中要求盖投标供应商电子签章处，投标供应商均应加盖投标供应商电子签章。联合体投标的，除联合协议及联合体各成员单位提供的本单位证明材料外，投标文件由联合体牵头供应商按上述规定加盖联合体牵头供应商单位电子签章。

(2) 投标文件制作完成后，系统将自动同时生成加密版投标文件与非加密版投标文件。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标供应商应在投标供应商须知前附表规定的投标截止时间前上传加密版电子投标文件。

4.2.2 投标文件的上传地址：见投标供应商须知前附表。

4.2.3 投标截止时间以安天 e 采招标采购电子交易系统 (<https://www.xinecai.com>) 的系统时间为准，逾期系统将自动关闭，电子投标文件未完成上传的，投标将被拒绝。加密文件上传后投标供应商可进行模拟解密检验加密文件是否正常。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 投标供应商在投标截止时间之前，可以对其所递交的电子投标文件进行撤回，修改后重新上传

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和地点组织公开开标。

5.2 开标程序

5.2.1 开标时，各投标供应商应在规定时间前（以安天 e 采招标采购电子交易系统解密倒计时为准）对本单位的投标文件进行解密。

5.2.2 投标供应商需在开标前及时登录安天 e 采在线开标系统（使用介质数字证书用户请选择 ie11 及以上浏览器进行登录，如电脑未安装 ie 浏览器，可至安天 e 采门户网站产品服务>服务指南中下载 (<https://www.xinecai.com/serveguide#>)，登录前请确认是否安装安天 e 采驱动。登录安天 e 采招标采购电子交易系统，点击进入开标系统或者点击 <https://kb.xinecai.com/process/login> 链接进入）。为便于开标过程中突发情况下沟通联系，建议投标供应商进行签到。开标时，投标供应商必须使用安天 e

采办理的移动认证证书（或介质数字证书）按照系统提示在规定时间内进行远程解密（加密证书需与解密证书一致，否则无法解密成功）。

5.2.3 是否接受提交非加密电子版投标文件：见投标供应商须知前附表。

5.2.4 递交非加密电子版投标文件相关要求：见投标供应商须知前附表。

5.2.5 主持人按下列程序进行开标：

- （1）宣布开标纪律；
- （2）公布在投标截止时间前上传电子投标文件的投标供应商名称；
- （3）解密标书；
- （4）唱标；
- （5）公布唱标信息；
- （6）开标结束。

5.3 开标疑义

投标供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成（或从专家库中抽取的评审专家及采购人代表组成）。评审专家的确定方式见投标供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前三年内，与投标供应商存在劳动关系，或者担任过投标供应商的董事、监事，或者是投标供应商的控股股东或实际控制人；
- （2）与投标供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （3）与投标供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标委员会应该按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照招标文件第四章“资格审查和评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标供应商须知前附表。

7. 合同授予

7.1 确定中标人

7.1.1 按照投标供应商须知前附表规定，采购人或采购人委托的评标委员在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，由评标委员会通过随机抽取的方式确定。

7.1.2 采购人确定中标人后，按投标供应商须知前附表规定的公告中标结果，公告内容和期限符合投标供应商须知前附表规定。

7.2 中标结果质疑

供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。以联合体形式参加政府采购活动的，质疑应当由联合体所有成员共同提出。

7.3 中标通知

7.3.1 中标结果确定后，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3.2 中标人领取中标通知书前须向采购代理机构支付招标代理服务费，其计取标准：详见投标供应商须知前附表。

7.4 履约保证金

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标供应商须知前附表规定的金额、形式向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体牵头人的名义提交。

7.4.2 除投标供应商须知前附表另有规定外，中标人不能按要求提交履约保证金的，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起7个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，采购人有权取消其中标资格；给采购人造成的损失由中标人承担。

7.5.2 因中标人原因未签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

7.5.3 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，按照相关规定予以处理。

7.5.4 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

7.5.5 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）以及《进一步加大政府采购支持中小企业力度》（财库〔2022〕19号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

8. 废标、变更采购方式与终止招标

8.1 废标

8.1.1 出现下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作实质响应的投标供应商不足3家的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）投标供应商的报价均超过了采购预算或最高限价（多包的采购的，指调节后的采购预算），采购人不能支付的；
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

8.1.2 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标供应商。

8.1.3 废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，需要批准的应当在采购活动开始前获得批准。

8.2 重新招标与变更采购方式

8.2.1 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查或异常低价投标审查的投标供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- （1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
- （2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

8.2.2 公开招标数额标准以上的采购项目，出现本章8.2.1项情形或者重新招标未能成立的，采购人拟申请采用其他方式采购的，应由评标委员会或者3名以上评审专家出具招标文件没有不合理条款的论证意见。

8.3 终止招标

因不可抗力等原因，采购人终止招标的，将及时发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标供应商。

9. 询问与质疑

9.1 询问与质疑的提出

9.1.1 投标供应商对招标文件、采购过程、中标结果有相关疑问的，可以向采购代理机构提出询问。认为其权益受到损害的，可以提出书面质疑。质疑材料应当采用中文，有关材料是外文的，应当同时提供其中文译本。

9.1.2 提出质疑的投标供应商应当是参与所质疑项目采购活动的投标供应商。潜在投标供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

9.1.3 投标供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱政府采购活动正常的工作秩序。

9.1.4 接受质疑的单位、联系人及联系方式，详见《招标公告》中的采购人及采购代理机构的联系方式。

9.2 质疑材料的要求

9.2.1 书面质疑材料应当包括以下内容：

- （1）提起质疑的投标供应商名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）项目名称、项目编号及分包号（如有）；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）有效线索和相关证明材料等事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期

投标供应商为自然人的，应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当加盖投标供应商单位公章，并由法定代表人（单位负责人）或者其授权代表签字或者盖章，并附法定代表人（单位负责人）及其委托联系人的有效身份证复制件。

9.2.2 质疑材料存在以下情形的，采购代理机构不予受理。

- （1）提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；
- （2）提起质疑的时间超过规定时限的；
- （3）质疑材料不完整的；
- （4）质疑事项含有主观猜测等内容且未提供充分有效线索、难以查证的；
- （5）质疑事项缺乏事实依据，质疑事项不成立的；
- （6）捏造事实或者提供虚假材料；
- （7）以非法手段取得证明材料。证明材料来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料；
- （8）对其他投标供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的。

9.3 质疑处理

9.3.1 投标供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

9.3.2 质疑答复以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.3.3 采购人、采购代理机构认为投标供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

9.3.4 质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

9.3.5 因处理质疑发生的检验、检测、鉴定等费用，由提出申请的投标供应商先行垫付。质疑处理决定各方无异议后，按照“谁过错谁负担”的原则由承担责任的一方负担；双方都有责任的，由双方合理分担。

9.3.6 投标供应商不得以质疑为名进行虚假、恶意质疑，扰乱政府采购正常的工作秩序。投标供应商有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，被质疑人应当驳回质疑，并向同级政府采购监督管理部门报告，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（1）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（2）捏造事实或者提供虚假质疑材料的；

（3）以非法手段取得证明材料。证明材料来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

10. 纪律和监督

10.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.2 对投标供应商的纪律要求

投标供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

10.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅自离职，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职，影响评标程序正常进行。

11. 政府采购政策

11.1 节能与环保

11.1.1 本项目是否强制采购节能产品见投标供应商须知前附表。如属于强制采购节能产品的，投标供应商所投产品必须在投标供应商须知前附表规定的节能产品政府采购品目清单内。

11.1.2 如投标产品属于优先采购的节能产品或环境标志产品的，如采用最低评标价法时，出现投标供应商有效投标报价相同的情况，则所投产品为节能或环保产品优先。如采用综合评分法时，出现投标供应商总得分且投标报价均相同的，则所投产品为节能或环保品目产品优先。对于所投产品均为节能或环保品目产品的，节能及环保产品证书多者优先。对于同时列入环保品目清单和节能产品政府采购品目清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。

11.2 促进中小企业发展

11.2.1 若投标供应商须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标供应商提供的货物非中小企业制造的，其投标文件将被认定为投标无效。

11.2.2 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其最后报价按照供应商须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行最后报价扣除。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加采购活动的，联合体协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额的比例。

11.2.3 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的最后报价按照供应商须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

11.3 本国产品价格扣除

11.3.1 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30 号），政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会应当对投标人所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

注：本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

11.3.2 同时符合 11.2 和 11.3.1 的价格评审优惠时，评标价为投标报价分别扣除促进中小企业发展政策的价格评审优惠和本国产品支持政策的价格评审优惠后的价格。

12. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标供应商须知前附表。

第三章 采购需求

前注：

1. 本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

2. 投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

3. 如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收；

4. 本章中标注“▲”的产品为主要标的（包括核心产品）。采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要标的（包括核心产品）标注“▲”。

5. 本章中标注“*”的为实质性参数或条款要求，投标供应商必须满足并提供招标文件规定的证明材料。若招标文件未明确要求何种证明材料，以制造商公开发布的资料或产品技术白皮书或产品彩页或产品制造商出具的加盖公章的证明材料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

I、采购需求前附表

除非有特别说明，本条为实质性要求；下述要求不允许负偏离，否则，按无效响应文件处理。

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	付款方式	合同生效后，预付合同款的 70%（中标人向采购人提交等额的预付款保函或其他担保措施，见索即付，期限至设备到达采购人指定地点时）；项目验收合格后，中标人开具金额为合同总金额的增值税专用发票后支付合同款的 30%。 预付款保函要求： （1）中标人提供保函的受益人和收取单位须为采购人，担保期限不少于合同履行期限。 （2）保函形式：☒银行保函☒担保机构担保☒保证保险☒电子保函 （3）保函递交要求： ①如采用银行保函，银行保函应为见索即付无条件独立保函，且应将原件交至采购人保管。 ②采用担保机构担保的，应为依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。 ③采用保证保险的，应为保险公司出具的不可撤销、不可转让的见索即付保证保险。 ④采用电子保函的，可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目进行申请。
2	供货及安装地点	首都医科大学附属北京天坛医院安徽医院，采购人指定地点
3	供货及安装期限	合同签订后接院方供货通知后 30 天内
4	免费质保期	01 包：自验收合格之日起 5 年，更换后的零部件质保期从更换之日起计算 02 包：自验收合格之日起 5 年，更换后的零部件质保期从更换之日起计算 03 包：自验收合格之日起 5 年，更换后的零部件质保期从更换之日起计算 04 包：自验收合格之日起 5 年，更换后的零部件质保期从更换之日起计算 05 包：自验收合格之日起 5 年，更换后的零部件质保期从更换之日起计算 06 包：自验收合格之日起 5 年，更换后的零部件质保期从更换之日起计算 07 包：自验收合格之日起 5 年，更换后的零部件质保期从更换之日起计算 08 包：自验收合格之日起 5 年，更换后的零部件质保期从更换之日起计算

		09 包：自验收合格之日起 5 年，更换后的零部件质保期从更换之日起计算 10 包：自验收合格之日起 5 年，更换后的零部件质保期从更换之日起计算
5	医疗器械注册证 或备案材料	所投标产品为第二类 and 第三类医疗器械时，投标产品须具有有效的医疗器械注册证；若投标产品为第一类医疗器械，须在投标文件中提供备案证明材料或承诺函，承诺在合同签订前提供其向相应药品监督管理部门完成产品备案的证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格。

II、货物需求

1. 标识符号描述：

标识符号	标识含义	相关要求
*	实质性参数	负偏离或未响应或未提供证明材料视为实质性不响应招标文件要求
■	重要技术参数	评审项
无标识项	一般技术参数	评审项

注：

（1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能认定为满足该标识条款要求。

（2）须按照第六章投标文件格式六提供投标响应表和技术响应资料，如不提供视为未实质性响应招标文件要求。

2. 货物需求一览表：

包号	货物名称	技术参数及要求	数量 (单位)	所属行业	是否为节能产品		是否为优先采购环境标志产品	标的性质（货物/服务）	最高限价 (万元)
					强制采购	优先采购			
01	▲包埋盒打号机	附后	2 套	工业	否	否	否	货物	30
	玻片打号机	附后	2 套	工业	否	否	否	货物	30
02	显微镜	附后	4 套	工业	否	否	否	货物	32
03	十人共览显微镜	附后	1 套	工业	否	否	否	货物	50
04	冰冻切片机	附后	1 套	工业	否	否	否	货物	30
05	包埋机	附后	2 套	工业	否	否	否	货物	20

	▲全自动组织脱水机	附后	1 套	工业	否	否	否	货物	45
06	▲半自动切片机	附后	2 套	工业	否	否	否	货物	30
	手动切片机	附后	2 套	工业	否	否	否	货物	20
07	高通量扫片机	附后	1 套	工业	否	否	否	货物	50
08	FISH 全自动处理系统	附后	1 套	工业	否	否	否	货物	25
09	数智化病理流水线	附后	1 套	工业	否	否	否	货物	350
10	荧光显微镜+Fish 分析系统	附后	1 套	工业	否	否	否	货物	120

3. 采购范围

包括所有货物的供货、包装运输（包括卸车及就位至采购人指定的安装地点和安装前货物的二次转运）、安装、调试、技术服务、培训、售后服务等所有内容。

4. 技术参数及要求

01 包：

产品 1

一、设备名称：包埋盒打号机

二、数量：2 套

三、设备用途：病理科用于包埋盒打码

*四、投标要求：所投设备须为到货日期前六个月内生产的设备（提供承诺函并加盖公章），软件终身免费及时升级（提供承诺函并加盖公章），所有功能必须在国内有用户，提供用户清单，投标时要求提供投标机型“中华人民共和国医疗器械注册证”。投标时要求提供厂家原厂技术白皮书（DATA SHEET）或相关资料（文字、图片）证明等。

五、技术参数要求：

■1. 打印原理：采用激光打印技术，激光能量可调。无需墨盒和色带

■2. 打印速度：≥20 个包埋盒/min

3. 打印信息：能打印各种文字、字母、符号、图形以及一维码、二维码等

4. 打印效果：字迹清晰，印迹耐化学腐蚀和物理磨损，包括二甲苯、酒精、弱酸和福尔马林

5. 标配空气处理系统，配置专业的净化除尘装置，有效除尘除味

■6. 打印精度：分辨率不少于 2500dpi

7. 体型小巧，方便放置于科室桌面，进行按需打印

8. 包埋盒类型：兼容处理带盖包埋盒和不带盖包埋盒
9. 包埋盒打印机可容纳不少于 4 个包埋盒存储槽
10. 每个存储槽容量不少于 75 个包埋盒
11. 下载槽收集装置：采用内置一体化抽屉式包埋盒出料收集器，托盘可交替使用，每个托盘可收集 100 个包埋盒，可实现大容量收集与即打即用
12. 操作软件：操作简单方便；支持模板编辑功能，支持数据打印实时信息显示功能，支持打印数据追溯功能和查找历史记录等
13. 软件兼容性：兼容中英文操作界面，与现行医院所有的 PIS 或 HIS 兼容，可标识各种中西文字、字母、符号、图形及二维码等。可从各接口获取数据自动打印，接口相关费用包含在报价中，采购人不再另行支付
14. 激光安全保障：激光源和激光束完全封闭在仪器内，避免激光对人体造成伤害

产品 2:

一、设备名称：玻片打号机

二、数量：2 套

三、设备用途：病理科用于玻片打码

*四、投标要求：所投设备须为到货日期前六个月内生产的设备（提供承诺函并加盖公章），软件终身免费及时升级（提供承诺函并加盖公章），所有功能必须在国内有用户，提供用户清单，投标时要求提供投标机型“中华人民共和国医疗器械注册证”。投标时要求提供厂家原厂技术白皮书（DATA SHEET）或相关资料（文字、图片）证明等。

五、技术参数要求：

1. 打印原理：采用环保的热转印色带打印或者激光打印技术打印
2. 打印速度：每片打印速度≤5s
3. 打印信息：能打印各种文字、字母、符号、图形以及一维码、二维码等
4. 打印效果：字迹清晰，印记耐化学腐蚀和物理磨损，包括二甲苯、酒精等各种病理溶液，符合病理切片档案长期保存需求。
- 5. 依靠重力进样，直接垂直打印玻片，防止玻片堵塞；同时避免玻璃碎屑残留而磨损打印头
- 6. 打印精度：分辨率不少于 2500dpi
7. 体型小巧，可置于办公桌面，进行按需打印
8. 玻片兼容：兼容处理各种漆面玻片、以及免疫组化玻片，且漆面不打透
- 9. 上载槽容量：上载槽数量不少于 2 个，每个槽玻片容量不少于 75 张

10. 操作软件：中文界面，操作简单方便；支持模板编辑功能，支持数据打印实时信息显示功能，支持打印数据追溯功能查找历史记录等

*11. 软件兼容性：与现行所有的 HIS、LIS、PIS 等接口兼容，可从各接口获取数据自动打印，接口相关费用包含在报价中，采购人不再另行支付（提供承诺函并加盖公章）

12. 按需打印，配扫描仪，PC（内置软件）、打印机，彩色操作触摸屏于一体，减少占地和连接线的干扰

13. 打印模式：可单机打印、二维码扫描打印，与医院信息系统联机打印等多种打印模式

■14. 打号指令输入方式 ≥ 4 种，至少包含扫描二维码、USB 接口、PIS 系统、屏幕输入

■15. 触摸式显示屏尺寸 ≥ 8 英寸，采用可伸缩设计，XY 轴平面可 360 度旋转

六、所需易损易耗件均为原厂配置，价格供参考（此报价不计入商务报价分计算）：

名称	规格型号	单价

投标供应商根据各自产品特性，可对上述表格进行调整。不在表格内的配件由投标供应商已包含在投标报价中，含在保修范围内。

七、售后服务要求：

*1. 投标人应对所投设备（整机）提供不少于 5 年的免费维修服务，质保同期，质保期内每年不少于 2 次到场深度保养（除尘及更换常规易损易耗件），工单内需注明更换零件品目及数量；保修到期前一个月需安排厂家工程师对整机进行全面检修（除尘及更换常规易损易耗件）及功能性评估，在工单中做好相关记录；提供不少于 1 周在院的设备临床应用、工程师维修及常规保养的培训方案，培训记录及工单记录作为尾款必备支撑材料（提供承诺函并加盖公章）。

2. 开机率 $\geq 95\%$ ，仪器故障要求 2 小时内响应，工程师 12 小时内到达现场，若超过 24 小时不能解决，在 48 小时内提供同档次备用机。

3. 投标人须设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员，随机附工程师联系方式。

4. 提供设备所有相关维修配件及易损件分项报价。

5. 为保证设备正常运行，投标人应在中国境内设置备件库，存入所有必须的备件，并保证 10 年以上的供应期，维修配件到院周期不超过 1 周。

6. 提供全国免费报修电话。

***八、其他要求：**

1. 医疗设备等提供详细的产品配置清单。

02 包：

一、设备名称：显微镜

二、数量：4 套

三、用途：用于病理科组织学切片、细胞学切片、常规病理标本明场观察

*四、投标要求：所投设备须为到货日期前六个月内生产的设备（提供承诺函并加盖公章），软件终身免费及时升级（提供承诺函并加盖公章），所有功能必须在国内有用户，提供用户清单，投标时要求提供投标机型“中华人民共和国医疗器械注册证”。投标时要求提供厂家原厂技术白皮书（DATA SHEET）或相关资料（文字、图片）证明等。

五、技术参数及配置要求：

1. 机身结构：一体化刚性机身，稳定性强；支持明场观察，可扩展荧光、相差、偏光、DIC 等观察
2. 光学系统：无限远校正光学系统，物镜齐焦距离 $\leq 45\text{mm}$ ，光路稳定、无畸变，适合病理长时间阅片
3. 调焦系统：同轴粗微调焦机构，粗调扭矩可调；调焦行程 $\geq 25\text{mm}$ ；微调精度 $\leq 1\text{ }\mu\text{m}$
- 4. 照明系统：高亮度内置 LED 光源，寿命 ≥ 50000 小时；白光色温恒定，适合病理染色观察
5. 光强管理：具备光强管理/亮度自动匹配功能，不同倍率物镜可独立记忆光强, 切换物镜自动调节亮度
- 6. 观察镜筒：宽视野三目观察镜筒，视场数 $\geq 25\text{mm}$ ；目镜筒可自由旋转，瞳距可调
- 7. 目镜：10 倍宽视野目镜，视场数 $\geq 25\text{mm}$ ，屈光度可调，双目可独立调节
- 8. 物镜：标配平场消色差物镜 $2\times$ （或 $2.5\times$ ）、 $4\times$ （或 $5\times$ ）、 $10\times$ 、 $20\times$ 、 $40\times$
- 9. 物镜转盘 ≥ 6 孔物镜转换器，一体化刚性结构，定位精准、无晃动。
10. 载物台高抗磨损，带有旋转装置和扭矩调节装置，带 X/Y 轴刻度刻度明显，可放置大尺寸切片/载玻片，带延长手柄
- 11. 病理成像系统：配置高分辨率显微成像相机，有效像素 ≥ 1000 万；色彩还原真实，无拖影。
- *12. 病理图文软件支持图像采集、标注、测量、报告编辑、存储、打印；可无缝对接医院 LIS 系统、病理报告系统，接口费用由中标方承担（提供承诺函并加盖公章）。

六、所需易损易耗件均为原厂配置，价格供参考（此报价不计入商务报价分计算）：

名称	规格型号	单价
----	------	----

投标供应商根据各自产品特性，可对上述表格进行调整。不在表格内的配件视为投标供应商已包含在投标报价中，含在保修范围内。

七、售后服务要求：

*1. 投标人应对所投设备（整机）提供不少于 5 年的免费维修服务，质保同期，质保期内每年不少于 2 次到场深度保养（除尘及更换常规易损易耗件），工单内需注明更换零件品目及数量；保修到期前一个月需安排厂家工程师对整机进行全面检修（除尘及更换常规易损易耗件）及功能性评估，在工单中做好相关记录；提供不少于 1 周在院的设备临床应用、工程师维修及常规保养的培训方案，培训记录及工单记录作为尾款必备支撑材料（提供承诺函并加盖公章）。

2. 开机率 $\geq 95\%$ ，仪器故障要求 2 小时内响应，工程师 12 小时内到达现场，若超过 24 小时不能解决，在 48 小时内提供同档次备用机。

3. 投标人须设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员，随机附工程师联系方式。

4. 提供设备所有相关维修配件及易损件分项报价。

5. 为保证设备正常运行，投标人应在中国境内设置备件库，存入所有必须的备件，并保证 10 年以上的供应期，维修配件到院周期不超过 1 周。

6. 提供全国免费报修电话。

*八、其他要求：

1. 医疗设备等提供详细的产品配置清单。

03 包：

一、设备名称：十人共览显微镜

二、数量：1 套

三、用途：用于病理科多人同步会诊、疑难病例读片、临床教学培训

*四、投标要求：所投设备须为到货日期前六个月内生产的设备（提供承诺函并加盖公章），软件终身免费及时升级（提供承诺函并加盖公章），所有功能必须在国内有用户，提供用户清单，投标时要求提供投标机型“中华人民共和国医疗器械注册证”。投标时要求提供厂家原厂技术白皮书（DATA SHEET）或相关资料（文字、图片）证明等。

五、技术参数及配置要求：

1. 光学系统：无限远校正色差光学系统，物镜齐焦距离 $\leq 45\text{mm}$ ，全光路色差校正
2. 机身结构：一体化刚性防震机身，加厚铸铁机座，结构稳固无共振，保证 10 人同步观察时光路无偏移、图像不晃动
3. 照明系统：高亮度内置 LED 白光光源，功率 $\geq 14\text{W}$ ，光源寿命 ≥ 50000 小时，色温恒定，镜下色彩还原度与卤素灯一致，全视野亮度均匀，10 人观察无亮度衰减；具备复眼照明技术，提升画面均匀性
4. 光强智能管理：具备物镜光强记忆功能，不同倍数物镜可分别独立定义光强，切换物镜时自动匹配对应亮度
5. 调焦系统：同轴粗调焦/微调焦机构，粗调扭矩可调，带上下限位保护功能；调焦行程 $\geq 25\text{mm}$ ，微调精度 $\leq 1\text{ }\mu\text{m}$
6. 主观察镜筒：宽视野三目镜筒，倾斜角度至少包含 $5\text{--}35^\circ$ 连续可调，抗菌防霉处理；视场数 $\geq 25\text{mm}$ ，三档分光，瞳距可调；
7. 目镜：主镜和 9 个共览位，全部配置 $10\times$ 宽视野目镜，视场数 $\geq 25\text{mm}$ ，每支目镜屈光度独立可调，抗菌防霉处理
- 8. 物镜配置：全套平场半复消色差病理专用物镜，至少包含 $2\times$ （或 $2.5\times$ ）、 $4\times$ （或 $5\times$ ）、 $10\times$ 、 $20\times$ 、 $40\times$ ，全系列物镜色差校正一致，切换物镜无需重新调焦
- 9. 物镜转换器： ≥ 6 孔内倾式编码物镜转换器，一体化刚性结构，定位精度 $\leq 2\text{ }\mu\text{m}$ ，切换物镜无偏移、无晃动
10. 载物台：低位同轴手柄双层机械载物台，高抗磨损，平滑舒适无卡顿；带旋转装置和扭矩调节装置，X/Y 轴刻度清晰；标配双玻片夹，带延长操作手柄
- 11. 共览系统规格：与显微镜主机为同一品牌，包含主机主观察位 9 个同步共览观察位，10 人可同时同步观察同一视野，无视野偏差、无图像衰减
12. 分光设计：采用单层水平同轴分光结构，光路无转折、无多层折射，主观察位与所有共览位图像亮度、清晰度、色彩完全一致，无畸变、无暗角
13. 支撑结构：每一个共览观察镜筒均配备独立刚性金属支撑立柱，与主机底座刚性连接，无悬臂结构，光路稳定，无晃动、无位移
14. 会诊功能：系统内置可调节 LED 指针，主镜操作者可控制指针指向，同步显示在所有共览位视野中，适配会诊教学标注需求
15. 配套设施：标配与十人共览系统适配的专用会诊桌椅 1 套，人体工学设计，稳固不晃动，适配 10 人同时就坐观察
16. 扩展能力：支持本地化升级荧光、暗场、相差、偏光、DIC 等观察模式；预留荧光模块安装位，

单层荧光激发块转盘位置≥6孔，可直接升级荧光模块，无需更换主机机身

17. 病理成像系统：配置高分辨率显微专用数码相机，有效像素≥1200万，色彩还原真实，无拖影、无噪点，适配病理切片高清采集

18. 病理图文软件：正版病理图文报告系统，支持图像采集、标注、测量、报告编辑、存储、打印、病例检索、数据备份功能；可无缝对接医院 LIS 系统、病理报告系统，系统对接开发、接口费用全部由中标方承担

19. 配套商用计算机：商用台式机，配置不低于：内存≥16GB，固态硬盘≥1TB，独立显卡，预装正版操作系统，标配≥23英寸高清显示器

六、所需易损易耗件均为原厂配置，价格供参考（此报价不计入商务报价分计算）：

名称	规格型号	单价

投标供应商根据各自产品特性，可对上述表格进行调整。不在表格内的配件由投标供应商已包含在投标报价中，含在保修范围内。

七、售后服务要求：

*1. 投标人应对所投设备（整机）提供不少于 5 年的免费维修服务，质保同期，质保期内每年不少于 2 次到场深度保养（除尘及更换常规易损易耗件），工单内需注明更换零件品目及数量；保修到期前一个月需安排厂家工程师对整机进行全面检修（除尘及更换常规易损易耗件）及功能性评估，在工单中做好相关记录；提供不少于 1 周在院的设备临床应用、工程师维修及常规保养的培训方案，培训记录及工单记录作为尾款必备支撑材料（提供承诺函并加盖公章）。

2. 开机率 ≥ 95%，仪器故障要求 2 小时内响应，工程师 12 小时内到达现场，若超过 24 小时不能解决，在 48 小时内提供同档次备用机。

3. 投标人须设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员，随机附工程师联系方式。

4. 提供设备所有相关维修配件及易损件分项报价。

5. 为保证设备正常运行，投标人应在中国境内设置备件库，存入所有必须的备件，并保证 10 年以上的供应期，维修配件到院周期不超过 1 周。

6. 提供全国免费报修电话。

***八、其他要求：**

1. 医疗设备等提供详细的产品配置清单。

04 包：

一、设备名称：冰冻动切片机

二、数量：1 套

三、设备用途：用于病理科冰冻组织切片

*四、投标要求：所投设备须为到货日期前六个月内生产的设备（提供承诺函并加盖公章），软件终身免费及时升级（提供承诺函并加盖公章），所有功能必须在国内有用户，提供用户清单，投标时要求提供投标机型“中华人民共和国医疗器械注册证”。投标时要求提供厂家原厂技术白皮书（DATA SHEET）或相关资料（文字、图片）证明等。

五、具体参数要求：

1. 适用于任何实验样本（包括淋巴结到乳腺组织）轻松切片

2. 具备自动除霜和手动除霜功能

3. 主机配备不低于 2 种制冷方式：压缩机制冷，半导体制冷

*4. 冷冻室与样本头采用独立双制冷系统，可分别独立控温、温度连续可调

5. 样品头制冷温度最低 $\leq -50^{\circ}\text{C}$ 可调，控温精度 $\leq 1^{\circ}\text{C}$

6. 冷冻室制冷温度最低 $\leq -35^{\circ}\text{C}$ ，控温精度 $\leq 1^{\circ}\text{C}$

■7. 配置专用标本速冻架，采用半导体制冷技术，有效标本承载位 ≥ 15 个；设有独立半导体制冷位点，最低制冷温度 $\leq -50^{\circ}\text{C}$ 。

8. 修块厚度范围：5-500um

9. 切片厚度范围：1-100um

■10. 标配真空抽吸废屑清除系统，配置废液回收瓶

■11. 具备快速自动消毒功能，标配防感染空气净化装置，有效保障操作人员执业安全

12. 带样品回缩功能可随时开启关闭

13. 具有防卷钩或者防卷板

14. 水平进样距离 $\geq 25\text{mm}$

15. 垂直行程 $\geq 55\text{mm}$

■16. 配备 LED 显示屏，分别对应半导体制冷、冷冻箱温度调节、样本头温度调节、时间及除霜时间调节

■17. 设备操作：采用纯按键控制，快速完成术中冰冻切片，便于戴手套操作

六、所需易损易耗件均为原厂配置，价格供参考（此报价不计入商务报价分计算）：

名称	规格型号	单价

投标供应商根据各自产品特性，可对上述表格进行调整。不在表格内的配件由投标供应商已包含在投标报价中，含在保修范围内。

七、售后服务要求：

*1. 投标人应对所投设备（整机）提供不少于 5 年的免费维修服务，质保同期，质保期内每年不少于 2 次到场深度保养（除尘及更换常规易损易耗件），工单内需注明更换零件品目及数量；保修到期前一个月需安排厂家工程师对整机进行全面检修（除尘及更换常规易损易耗件）及功能性评估，在工单中做好相关记录；提供不少于 1 周在院的设备临床应用、工程师维修及常规保养的培训方案，培训记录及工单记录作为尾款必备支撑材料（提供承诺函并加盖公章）。

2. 开机率 $\geq 95\%$ ，仪器故障要求 2 小时内响应，工程师 12 小时内到达现场，若超过 24 小时不能解决，在 48 小时内提供同档次备用机。

3. 投标人须设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员，随机附工程师联系方式。

4. 提供设备所有相关维修配件及易损件分项报价。

5. 为保证设备正常运行，投标人应在中国境内设置备件库，存入所有必须的备件，并保证 10 年以上的供应期，维修配件到院周期不超过 1 周。

6. 提供全国免费报修电话。

*八、其他要求：

1. 医疗设备等提供详细的产品配置清单。

05 包：

产品 1：

一、设备名称：全自动组织脱水机

二、数量：1 套

三、用途：用于病理科组织标本的全自动、全流程处理，涵盖固定、脱水、透明、浸蜡全环节

*四、投标要求：所投设备须为到货日期前六个月内生产的设备（提供承诺函并加盖公章），软件终身免费及时升级（提供承诺函并加盖公章），所有功能必须在国内有用户，提供用户清单，投标时要求提

供投标机型“中华人民共和国医疗器械注册证”。投标时要求提供厂家原厂技术白皮书（DATA SHEET）或相关资料（文字、图片）证明等。

五、技术参数及配置要求：

1. 设备类型：全封闭真空式自动组织脱水机，全程无有害试剂暴露

■2. 标本处理量：单次可同时处理标准组织包埋盒数量 ≥ 300 个，可适配不同规格标本架

3. 石蜡缸：石蜡缸数量 ≥ 4 缸，支持快速拆卸清洁；单缸容量 $\geq 3.5\text{L}$ ，蜡缸温度控制范围至少包含 $50\text{--}65^{\circ}\text{C}$ ；具备快速熔蜡功能、石蜡过滤清洁功能；

4. 常温状态下石蜡完全熔化时长 ≤ 3.5 小时

*5. 脱水反应缸：温度控制范围至少包含 $45\text{--}65^{\circ}\text{C}$

6. 液位监测：脱水缸 ≥ 4 个高精度液位传感器；高位传感器具备风险触发监测功能

*7. 支持开放试剂体系，用户可自主选择试剂品牌；试剂瓶数量 ≥ 16 个，冷凝回收瓶 ≥ 1 个，单试剂瓶最大容量 $\geq 3.5\text{L}$

■8. 试剂质量管理监控系统：试剂管理系统可自动进行浓度计算，支持试剂在机身内部自动完成更换，无需中断脱水程序，避免操作人员直接接触有害试剂与气体

9. 可使用环保试剂，代替二甲苯，减少对人体的危害；

10. 脱水清洗程序：用户可自由配置脱水程序，脱水程序数量 ≥ 20 个；清洗程序： ≥ 1 种清洗程序，清洗程序带有干燥功能。

11. 具备有多种搅拌功能，可根据不同试剂、不同标本类型适配搅拌模式

12. 具备智能错误处理功能，最大程度保护标本安全，避免标本损坏；

13. 用户交互：全中文操作系统，彩色中文触摸屏，支持程序编辑、运行状态实时监控、数据拷贝下载、运行日志导出；配备网络远程接口，支持远程监控；

14. 具有自动保护组织功能，防止断电时破坏组织；

15. 废气处理：反应缸具有向下抽气功能，具备高锰酸钾和活性炭过滤功能，吸附试剂废气；设备可连接至外部排气系统；试剂挥发的水蒸汽可冷凝回收至废液瓶；

■16. 脱水缸数量 ≥ 2 个，且可独立运行，每缸容量 ≥ 200 个包埋盒

产品 2：

一、设备名称：包埋机

二、数量：2套

三、设备用途：病理科用于组织石蜡包埋

*四、投标要求：所投设备须为到货日期前六个月内生产的设备（提供承诺函并加盖公章），软件终

身免费及时升级（提供承诺函并加盖公章），所有功能必须在国内有用户，提供用户清单，投标时要求提供投标机型“中华人民共和国医疗器械注册证”。投标时要求提供厂家原厂技术白皮书（DATA SHEET）或相关资料（文字、图片）证明等。

五、技术参数要求：

■1. 出蜡：出蜡开关高度可调，可精确调节石蜡的流量

2. 石蜡流出可手控，也可包埋夹推动控制夹

*3. 工作台面可供预热不少于 150 个包埋盒

■4. 石蜡槽容量≥4 升

5. 废蜡收集槽≥1 个，可预热，可拆卸

6. 石蜡槽、工作台面与加热槽独立控温；温度控制范围至少包含 50℃-70℃或 55℃-75℃，调节精度 1℃

■7. 出蜡口配置隐藏式 LED 照明系统

*8. 触摸屏，支持戴手套操作

9. 工作区设有废蜡导流系统，可疏导废蜡流向，避免石蜡在工作台面堆积，便于日常清洁维护

10. 镊子架可放置不少于 6 把镊子，镊子孔支持弯头镊子和修蜡刀

11. 具备速冷点，面积至少（≥宽度 5cm×长度 5cm），满足超大组织包埋使用

12. 分体式独立冷台, 可用作切片前样本预冷

■13. 冷台可容纳蜡块≥60 个

14. 开/关控制：可预设自动开关机，可以编程包埋工作的开始和结束时间, 可以自由编辑工作日和节假日

15. 配置可折叠式放大镜，易于调节和收纳

■16. 热台整体具备防烫隔热扶手，高度≥14mm，宽度≥47mm，两侧各有抬高和防滑设计

06 包：

产品 1：

一、设备名称：半自动切片机

二、数 量：2 套

三、用 途：用于病理科组织切片。

*四、投标要求：所投设备须为到货日期前六个月内生产的设备（提供承诺函并加盖公章），软件终身免费及时升级（提供承诺函并加盖公章），所有功能必须在国内有用户，提供用户清单，投标时要求提

供投标机型“中华人民共和国医疗器械注册证”。投标时要求提供厂家原厂技术白皮书（DATA SHEET）或相关资料（文字、图片）证明等。

五、技术参数：

1. 切片方式：半自动轮转式

■2. 切片厚度范围：0.5-100 μm

3. 切片模式：半刀模式和全手轮旋转模式

4. 具有静音样品回缩功能，可随时开启关闭

■5. 最大样品尺寸（L×H×W）： $\geq 68 \times 48 \times 15\text{mm}$

6. 切片手轮传动顺畅、运转无顿挫，手轮操作扭矩控制在 20~24N·cm，阻尼恒定，符合长时间病理切片操作人体工学要求

7. 小手轮可自定义顺时针及逆时针转动方向修片

■8. 样本定位：XY 轴 8 度可调，有零位显示，定位旋钮位于上侧和右侧，方便两只手同时调节

9. 进样速度：前进后退速度 0-1800 $\mu\text{m/s}$ ，速度可调节

10. 两种小手轮运行模式：步进和连续

11. 具有样本头位置记忆功能，具备切片计数和切片厚度计数功能

12. 设备标配废屑收集槽，废屑槽可独立拆卸，拆装便捷，易于日常清洁维护

13. 配置储物空间，方便放置常用工具

14. 刀架带有护手装置，确保操作者安全

■15. 配备刀架三点锁定结构及侧向移动功能，装夹稳定，位移顺畅

16. 手轮有独立的安全锁定系统

17. 快速转换样本夹，可单手操作

*18. 标配 2 套摊烤片一体机

产品 2：

一、设备名称：手动切片机

二、数 量：2 套

三、用 途：用于病理科组织切片。

*四、投标要求：所投设备须为到货日期前六个月内生产的设备（提供承诺函并加盖公章），软件终身免费及时升级（提供承诺函并加盖公章），所有功能必须在国内有用户，提供用户清单，投标时要求提供投标机型“中华人民共和国医疗器械注册证”。投标时要求提供厂家原厂技术白皮书（DATA SHEET）或相关资料（文字、图片）证明等。

五、技术参数：

1. 机械设计，无需插电，切片厚度范围：1-60 μm

2. 修块模式 ≥ 2 种，修块厚度 10 μm 和 30 μm

3. 手动切片模式 ≥ 2 种，半刀模式和全手轮旋转模式。

4. 垂直行程范围 $\geq 70\text{ mm}$

■5. 具有静音样品回缩功能，可随时开启关闭

6. 最大样品尺寸（L×H×W）： $\geq 55 \times 50 \times 30\text{mm}$

7. 切片手轮传动顺畅、运转无顿挫，手轮操作扭矩控制在 20~24 N·cm，阻尼恒定，符合长时间病理切片操作人体工学要求

8. 小手轮可自定义顺时针及逆时针转动方向修片

■9. 样本定位：XY 轴 8 度可调，有零位显示，定位旋钮位于上侧和右侧，方便两只手同时调节

10. 设备标配废屑收集槽，废屑槽可独立拆卸，拆装便捷，易于日常清洁维护

11. 配置储物空间，方便放置常用工具

12. 刀架带有护手装置，确保操作者安全

■13. 配备刀架三点锁定结构及侧向移动功能，装夹稳定，位移顺畅

14. 手轮有独立的安全锁定系统

15. 快速转换样本夹，可单手操作

16. 机身正面具有切片厚度调节旋钮，非触摸屏

六、所需易损易耗件均为原厂配置，价格供参考（此报价不计入商务报价分计算）：

名称	规格型号	单价

投标供应商根据各自产品特性，可对上述表格进行调整。不在表格内的配件由投标供应商已包含在投标报价中，含在保修范围内。

七、售后服务要求：

*1. 投标人应对所投设备（整机）提供不少于 5 年的免费维修服务，质保同期，质保期内每年不少于 2 次到场深度保养（除尘及更换常规易损易耗件），工单内需注明更换零件品目及数量；保修到期前一个月需安排厂家工程师对整机进行全面检修（除尘及更换常规易损易耗件）及功能性评估，在工单中做好相关

记录；提供不少于 1 周在院的设备临床应用、工程师维修及常规保养的培训方案，培训记录及工单记录作为尾款必备支撑材料（提供承诺函并加盖公章）。

2. 开机率 $\geq 95\%$ ，仪器故障要求 2 小时内响应，工程师 12 小时内到达现场，若超过 24 小时不能解决，在 48 小时内提供同档次备用机。

3. 投标人须设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员，随机附工程师联系方式。

4. 提供设备所有相关维修配件及易损件分项报价。

5. 为保证设备正常运行，投标人应在中国境内设置备件库，存入所有必须的备件，并保证 10 年以上的供应期，维修配件到院周期不超过 1 周。

6. 提供全国免费报修电话。

***八、其他要求：**

1. 医疗设备等提供详细的产品配置清单。

07 包：

一、设备名称：高通量扫片机

二、数量：1 套

三、设备用途：用于病理科 HE 染色切片、免疫组化（IHC）切片、组织芯片、细胞学涂片等常规病理样本的全自动全切片成像

*四、投标要求：所投设备须为到货日期前六个月内生产的设备（提供承诺函并加盖公章），软件终身免费及时升级（提供承诺函并加盖公章），所有功能必须在国内有用户，提供用户清单，投标时要求提供投标机型“中华人民共和国医疗器械注册证”。投标时要求提供厂家原厂技术白皮书（DATA SHEET）或相关资料（文字、图片）证明等。

五、具体参数要求：

■1. 单次全自动玻片装载数量 ≥ 240 片，支持扫描过程中不停机连续加载、循环上片，切片的加载与拿取不影响正在进行的扫描进程

2. 支持标准 25mm $\times$ 75mm 病理玻片（ ± 1 mm 误差），兼容主流品牌染色架或封片机玻片架或弹夹式玻片架

3. 采用弹夹式或提篮式或标准玻片架上片设计，具备防卡片、防碎片保护机制

4. 具备紧急优先扫描或插队扫描功能，扫描过程中如有优先扫描或者插队扫描无需中断当前扫描任务，满足急诊病例、冰冻切片快速处理需求

■5. 明场照明系统采用柯勒照明 LED 冷光源，光源寿命 ≥ 30000 小时，照度 ≥ 150 万 lux，全视场照

明均匀性 $\leq 5\%$ ，无边缘暗角、无明显暗不均，无热损伤，集成高速频闪控制功能

6. 标配 $20\times$ 、 $40\times$ 无限远平场复消色差 (Plan APO) 物镜，支持电动自动切换

7. 物镜转盘孔位 ≥ 4 个；可扩展 $10\times$ 、 $60\times$

■8. 明场扫描支持线阵扫描技术或面阵扫描技术：

线阵扫描机型：配置行频 $\geq 30\text{KHz}$ 的线阵扫描相机；

面阵扫描机型：配置 ≥ 2500 万有效像素、靶面 $\geq 2/3$ 英寸的科研级 CMOS 相机；

9. 明场扫描分辨率： $20\times$ 物镜扫描：分辨率 $\leq 0.24\ \mu\text{m}/\text{像素}$ ； $40\times$ 物镜扫描：分辨率 $\leq 0.13\ \mu\text{m}/\text{像素}$

10. 光路系统为无限远校正光学系统，配置消色差消球差聚光镜，具备自动曝光、自动白平衡、自动亮度均匀校正功能

11. 载物平台采用线性磁轴驱动或高精度直线电机驱动或直线模组驱动

12. 支持全自动实时对焦/对焦地图技术，对焦数据采集与扫描无时间延迟，可适配厚薄不均、褶皱的病理切片

13. 支持多层扫描与景深融合功能，可自定义扫描层数、层间距，自动完成多焦面图像融合

14. 支持自动预设焦点，同时可人工添加、删除、编辑对焦点

15. 支持原机升级荧光扫描功能，升级后装载荧光滤块数量 ≥ 6 个

■16. 明场标准扫描速度 ($15\text{mm}\times 15\text{mm}$ 有效组织区域，含组织识别、对焦、扫描、数据传输全流程)：
 $20\times$ 物镜扫描： ≤ 45 秒/片； $40\times$ 物镜扫描： ≤ 60 秒/片

17. 具备自动组织识别功能，可智能圈定切片组织区域轮廓，自动跳过空白区域、灰尘、记号笔痕迹、玻片杂质

18. 支持组织芯片自动识别，可单独保存矩阵中的单个组织样本信息

19. 支持自适应玻片装载识别，连续扫描进程中可自动跳过无玻片的装载位，无需人工干预

20. 支持 ICC 色彩校准文件导入，数字图像色彩还原与光学显微镜目视效果高度一致，色彩还原 $\Delta E \leq 1.5$

21. 图像动态范围 $\geq 12\text{bit}$ ，全视场图像畸变 $\leq 0.5\ \mu\text{m}$ ，无缝拼接无接缝、无错位

22. 数字切片采用单一文件输出，不接受多文件组成的文件包形式；支持 DICOM、SVS、TIFF 等病理行业通用格式，可通过扫描软件参数设置一键切换输出格式

23. 可与医院病理科报告系统、LIS/PACS 系统无缝对接，相关对接开发、接口费用全部由中标方承担

24. 支持条码、二维码、OCR 光学字符识别，切片标签识别成功率 $\geq 98\%$ ，可自动完成切片命名、归

档，支持手动修改命名

25. 支持单屏≥9 张切片同步分屏浏览，可实现多张图像的配准、同步视野移动、倍率缩放，方便病例对比分析

26. 支持全分辨率无级缩放、360° 任意角度旋转、导航图快速定位，可显示标尺、放大倍率信息；

27. 配备完善的测量工具，可完成长度、周长、面积等精准测量

28. 配备标注工具，支持矩形、圆形、多边形、箭头、文本等标注，可对标注添加注释、设置颜色分类

29. 支持多层扫描图像的分层阅览，可手动切换不同焦平面图像

六、所需易损易耗件均为原厂配置，价格供参考（此报价不计入商务报价分计算）：

名称	规格型号	单价

投标供应商根据各自产品特性，可对上述表格进行调整。不在表格内的配件由投标供应商已包含在投标报价中，含在保修范围内。

七、售后服务要求：

*1. 投标人应对所投设备（整机）提供不少于 5 年的免费维修服务，质保同期，质保期内每年不少于 2 次到场深度保养（除尘及更换常规易损易耗件），工单内需注明更换零件品目及数量；保修到期前一个月需安排厂家工程师对整机进行全面检修（除尘及更换常规易损易耗件）及功能性评估，在工单中做好相关记录；提供不少于 1 周在院的设备临床应用、工程师维修及常规保养的培训方案，培训记录及工单记录作为尾款必备支撑材料（提供承诺函并加盖公章）。

2. 开机率 ≥ 95%，仪器故障要求 2 小时内响应，工程师 12 小时内到达现场，若超过 24 小时不能解决，在 48 小时内提供同档次备用机。

3. 投标人须设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员，随机附工程师联系方式。

4. 提供设备所有相关维修配件及易损件分项报价。

5. 为保证设备正常运行，投标人应在中国境内设置备件库，存入所有必须的备件，并保证 10 年以上的供应期，维修配件到院周期不超过 1 周。

6. 提供全国免费报修电话。

***八、其他要求：**

1. 医疗设备等提供详细的产品配置清单。

08 包：

一、设备名称：FISH 全自动处理系统

二、数量：1 套

三、设备用途：用于病理科肿瘤病理、血液病检测等 FISH 实验全流程自动化处理

*四、投标要求：所投设备须为到货日期前六个月内生产的设备（提供承诺函并加盖公章），软件终身免费及时升级（提供承诺函并加盖公章），所有功能必须在国内有用户，提供用户清单，投标时要求提供投标机型“中华人民共和国医疗器械注册证”。投标时要求提供厂家原厂技术白皮书（DATA SHEET）或相关资料（文字、图片）证明等。

五、具体参数要求：

*1. 探针兼容性：开放式探针平台，可兼容市面绝大多数商品化 FISH 探针（投标人需提供可兼容的探针配品牌且不少于 3 家），用户可自主选择探针类型

■2. 反应舱设计：采用独立反应舱式结构， ≥ 3 个相互独立的反应舱，每个反应舱可独立设置、运行不同的实验程序，可同时处理不同类型样本、不同检测项目的玻片，互不干扰

■3. 处理通量：单批次最大处理量 ≥ 10 张标准病理载玻片，支持 1-10 张玻片灵活上样

■4. 温控性能：每个独立反应舱均可精准控温，控温范围至少包含 30℃-95℃或 30℃-98℃，控温精度 $\leq \pm 1^\circ\text{C}$ ，舱内温度均匀性 $\leq \pm 1^\circ\text{C}$

5. 升降温性能：37℃升温至 88℃时间 $\leq 3.5\text{min}$ ，88℃降温至 37℃时间 $\leq 6\text{min}$ ，满足 FISH 实验快速变性需求

6. 程序编辑能力：用户可自由编辑、自定义实验程序，单试剂反应时间可设置范围 1min-60min，调节单位 1min；杂交时间可设置范围 0.1h-24h，调节单位 1min

7. 程序存储：设备内置 ≥ 10 组常用 FISH 实验标准程序，用户可自定义存储 ≥ 8 组个性化实验程序，一键调用

8. 人机交互： ≥ 10 英寸彩色触摸屏，全中文操作界面；可实时分区监控每个反应舱的当前实验步骤、运行时间、实时温度、剩余时长等状态

9. 安全监控功能：具备液面监控、试剂余量监测、废液液位监测功能，可有效防止试剂不足、废液溢出、样本干烧等风险，异常时立即触发声光报警

10. 样本适配范围：可兼容多种类型病理样本，包括石蜡包埋组织切片、穿刺样本、宫颈脱落细胞、尿液/浆膜腔积液等细胞学样本、外周血/骨髓等血液样本

11. 试剂兼容性：支持环保型脱蜡试剂替代二甲苯等有害试剂，适配市面主流 FISH 检测配套试剂（投

标人需提供可适配的试剂配品牌且不少于 3 家)

12. 质控与溯源功能: 具备完整的运行日志功能, 可自动存储、导出每批次实验的全流程数据, 包括实验步骤、温度、时间、异常记录等, 可实现实验全流程回溯, 符合病理科 ISO15189 认可、三甲医院评审质控要求

13. 辅助功能: 具备过夜保湿功能, 支持长时间杂交实验

14. 防污染设计: 采用独立管路进液、排液设计, 不同反应舱、不同试剂管路相互独立, 避免试剂交叉污染

六、所需易损易耗件均为原厂配置, 价格供参考 (此报价不计入商务报价分计算):

名称	规格型号	单价

投标供应商根据各自产品特性, 可对上述表格进行调整。不在表格内的配件由投标供应商已包含在投标报价中, 含在保修范围内。

七、售后服务要求:

*1. 投标人应对所投设备 (整机) 提供不少于 5 年的免费维修服务, 质保同期, 质保期内每年不少于 2 次到场深度保养 (除尘及更换常规易损易耗件), 工单内需注明更换零件品目及数量; 保修到期前一个月需安排厂家工程师对整机进行全面检修 (除尘及更换常规易损易耗件) 及功能性评估, 在工单中做好相关记录; 提供不少于 1 周在院的设备临床应用、工程师维修及常规保养的培训方案, 培训记录及工单记录作为尾款必备支撑材料 (提供承诺函并加盖公章)。

2. 开机率 $\geq 95\%$, 仪器故障要求 2 小时内响应, 工程师 12 小时内到达现场, 若超过 24 小时不能解决, 在 48 小时内提供同档次备用机。

3. 投标人须设有售后服务机构和设施, 并配备受过专业培训的售后服务人员, 随机附工程师联系方式。

4. 提供设备所有相关维修配件及易损件分项报价。

5. 为保证设备正常运行, 投标人应在中国境内设置备件库, 存入所有必须的备件, 并保证 10 年以上的供应期, 维修配件到院周期不超过 1 周。

6. 提供全国免费报修电话。

***八、其他要求:**

1. 医疗设备等提供详细的产品配置清单。

09 包:

一、设备名称: 数智化病理流水线

二、数量: 1 套

三、设备用途: 用于病理科全自动染色封片、高通量数字扫描全流程追溯的数智化全闭环病理流水线, 实现从标本到报告全流程自动化、数字化、智能化

*四、投标要求: 所投设备须为到货日期前六个月内生产的设备(提供承诺函并加盖公章), 软件终身免费及时升级(提供承诺函并加盖公章), 所有功能必须在国内有用户, 提供用户清单, 投标时要求提供投标机型“中华人民共和国医疗器械注册证”。投标时要求提供厂家原厂技术白皮书(DATA SHEET)或相关资料(文字、图片)证明等。

五、具体参数要求:

1. 全自动不间断扫描, 实现无人值守, 线性扫描技术完成全玻片(WSI)扫描成像

2. 一次性可装载 ≥ 400 张玻片进行扫描, 可在扫描工作状态进行玻片的持续加载

*3. 扫描过程中, 设备时刻保证有最多空的加载位展现在外, 实现持续上载功能

4. 明场采用线性扫描技术, 配置行频 $\geq 30\text{KHz}$ 的线阵扫描相机, 保证扫描连续性和最小图像拼接次数

*5. 智能感应上载系统, 无需任何手动操作及玻片组织设置即可启动全自动识别和全玻片扫描功能, 实现智能自动扫描

■6. 物镜: ≥ 40 倍高清物镜扫描镜头。视场角(FOV) $\geq 1.0\text{mm}$, 40x物镜扫描分辨率精度 $\leq 0.26\mu\text{m/pixel}$

7. 40倍物镜下, 每张玻片组织面积 $15\text{mm}\times 15\text{mm}$ 时, 扫描速度 $\leq 35\text{s}$

8. 载片平台采用线性磁轴驱动, 非丝杆驱动, Z轴重复定位精度 $\leq 10\text{nm}$, X、Y轴重复定位精度 $\leq 50\text{nm}$ 。

9. 组织识别功能, 自动识别组织区域, 同时也可人工设定或修改扫描区域

10. 扫描每张玻片时进行玻片校准和图像质量自动检测, 并显示玻片图像扫描质量状态

11. 扫描模式: 支持至少3种扫描模式, 包含单层、多层、多层融合等

12. 初次扫描成功率, 全自动一键扫描, 初次扫描成功率 $\geq 99.8\%$

13. 扫描类型: 支持常规逐个对焦以及精细对焦方式

14. 自动预设焦点, 也可人工添加或减少焦点

15. 扫片过程中实时显示扫描动态和浏览数字切片

■16. 在不暂停扫描状态下, 可设置玻片架的扫描优先程序, 可设置 ≥ 3 个玻片架进行优先扫描。

17. 可针对特殊玻片或不良玻片进行特定环境下扫描

■18. 扫描仪管理系统对每台扫描仪进行参数设置，实现远程扫描仪管理；所有连接的扫描仪的状态信息都会显示在管理软件主页

19. 数字切片必须为单一文件：不接受多文件组成文件包形式；支持 DICOM 、SVS 等病理行业通用格式，可通过扫描软件参数设置一键切换输出格式

20. 支持识别切片标签：打印数字，条码，二维码

21. 可与医院病理科报告系统、LIS/PACS 系统无缝对接，相关对接开发、接口费用包含在投标总价内全部由中标方承担

22. 支持后续升级人工智能诊断软件

23. 自由变换任意倍数：可自由变换任意倍数进行全切片观察浏览，也可选择指定的倍数观察浏览；可随时添加个性化标注，能测量长度、周长、面积等，并可对所有标记进行管理；可多张图像同步移动、缩放，进行对比浏览分析；可以对数字切片图像的指定区域范围进行高清截图；可使用导航图，快速浏览整张数字切片

24. 支持多系统使用：Windows/IOS/Android 系统，电脑、平板、手机进行切片浏览，支持通过网络 web 端浏览数字切片，要求提供数字切片网络浏览软件著作权证书复印件备查

25. 支持一个屏幕同时显示至少 9 张图像，并智能找到相同位置，可将对一张切片的缩放、拖动，同步给同屏幕的其他切片；（要求提供软件操作截图，以备验收核查）

26. 切片命名：人工输入或自动识别条形码(如切片编码为条形码，仪器可自动识别条形码)

27. 支持扫描后数字切片的云平台服务，支持自行注册账号，实现数字病理切片及其他数据上传，并以网页或二维码方式分享切片、病例等。要求提供病理云空间软件著作权证书复印件备查

28. 扫描工作站 高性能处理器,存储 $\geq 10\text{TB}$ ；网卡：支持千兆及以上带宽；高清显示器 ≥ 23.8 英寸

29. 后续可升级配置远程会诊申请端软件，系统涉及病理数据的处理与诊断

30. 支持对数字切片的标注及标记功能，支持绘制矩形、多边形、打点、自由图形，添加修改备注等功能

*31. 须配套提供染色封片一体机，机械臂，通风橱形成染封扫一体机

32. 可以自动去除玻片架把手，并集中存放

33. 设备支持的玻片架 ≥ 30 张标准玻片架，能够兼容市场主流染色封片机，染色封片机与数字病理切片扫描仪使用的玻片架为同一规格

34. 染封扫一体机通风橱可外接实验室排风管道

■35. 机械臂系统包含 6 轴高精度机械臂，每小时转移玻片速度： ≥ 60 张

36. 机械臂由伺服电机闭环控制，具备力反馈与防碰撞保护，支持紧急急停与异常自检，避免出现撞

击

37. 染封扫机械臂具备多种工作状态，暂停时可不遮挡染色封片机与数字病理扫描仪的正常使用

■38. 系统具备高清触摸屏，由图像化操作界面进行系统控制

六、所需易损易耗件均为原厂配置，价格供参考（此报价不计入商务报价分计算）：

名称	规格型号	单价

投标供应商根据各自产品特性，可对上述表格进行调整。不在表格内的配件由投标供应商已包含在投标报价中，含在保修范围内。

七、售后服务要求：

*1. 投标人应对所投设备（整机）提供不少于 5 年的免费维修服务，质保同期，质保期内每年不少于 2 次到场深度保养（除尘及更换常规易损易耗件），工单内需注明更换零件品目及数量；保修到期前一个月需安排厂家工程师对整机进行全面检修（除尘及更换常规易损易耗件）及功能性评估，在工单中做好相关记录；提供不少于 1 周在院的设备临床应用、工程师维修及常规保养的培训方案，培训记录及工单记录作为尾款必备支撑材料（提供承诺函并加盖公章）。

2. 开机率 $\geq 95\%$ ，仪器故障要求 2 小时内响应，工程师 12 小时内到达现场，若超过 24 小时不能解决，在 48 小时内提供同档次备用机。

3. 投标人须设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员，随机附工程师联系方式。

4. 提供设备所有相关维修配件及易损件分项报价。

5. 为保证设备正常运行，投标人应在中国境内设置备件库，存入所有必须的备件，并保证 10 年以上的供应期，维修配件到院周期不超过 1 周。

6. 提供全国免费报修电话。

*八、其他要求：

1. 医疗设备等提供详细的产品配置清单。

10 包:

一、设备名称: 荧光显微镜+Fish 分析系统

二、数量: 1 套

三、设备用途: 用于病理科肿瘤病理、产前诊断等领域的荧光原位杂交 (FISH) 图像采集、信号分析、报告出具, 同时支持常规病理切片明场观察、免疫荧光成像、多色荧光叠加分析

*四、投标要求: 所投设备须为到货日期前六个月内生产的设备 (提供承诺函并加盖公章), 软件终身免费及时升级 (提供承诺函并加盖公章), 所有功能必须在国内有用户, 提供用户清单, 投标时要求提供投标机型 “中华人民共和国医疗器械注册证”。投标时要求提供厂家原厂技术白皮书 (DATA SHEET) 或相关资料 (文字、图片) 证明等。

五、具体参数要求:

1. 设备类型: 研究级全自动正置生物显微镜, 一体化刚性防震机座; 支持明场、荧光观察模式, 预留暗场、相差、偏光、DIC 微分干涉观察模式扩展接口

2. 光学系统: 无限远色差校正光学系统, 物镜齐焦距离 $\leq 45\text{mm}$, 全光路荧光色差校正

■3. 透射光照明系统: 高亮度白光 LED 透射光源, 功率 $\geq 10\text{W}$, 光源寿命 ≥ 50000 小时, 适配病理 HE 切片明场观察

4. 透射光智能管理: 具备光强智能记忆功能, 不同倍数物镜可分别独立定义光强, 切换物镜时自动匹配对应亮度

5. 调焦系统: 同轴粗调/微调焦机构, 粗调扭矩可调, 带上下限位保护功能; 调焦行程 $\geq 25\text{mm}$, 微调精度 $\leq 1\text{ }\mu\text{m}$; 标配电动 Z 轴聚焦系统, 支持 Z 轴分层扫描, 步进精度 $\leq 0.1\text{ }\mu\text{m}$

6. 载物台: 高抗磨损低位同轴手柄机械载物台, 带有带控制手柄, X/Y 轴刻度清晰; 标配双玻片夹, 适配病理标准载玻片

■7. 观察镜筒: 超宽视野三目镜筒, 抗菌防霉处理, 视场数 $\geq 25\text{mm}$; ≥ 2 档分光模式, 瞳距调节范围至少包含 48-75mm, 倾斜角度可调

8. 目镜: 10 $\times$ 超宽视野目镜, 视场数 $\geq 25\text{mm}$, 每支目镜屈光度独立可调, 抗菌防霉处理

■9. 物镜配置: 全套平场复消色差荧光专用物镜, 包含: 4 $\times$ 或 5 $\times$ 、10 $\times$ 、20 $\times$ 、 $\geq 40\times$ 、100 $\times$ 油镜

■10. 物镜转换器: ≥ 6 孔内倾式编码物镜转换器, 一体化刚性结构; 支持物镜位置自动识别, 切换物镜时自动匹配对应光强、成像参数

■11. 荧光光源: 长寿命固态 LED 荧光光源, 单通道光源寿命 ≥ 25000 小时, 光强 ≥ 7 档连续可调,

适配 FISH 弱荧光信号长时间成像

12. 杂光消除设计：荧光滤光块转盘、滤光片组内置荧光噪声消除装置

*13. 荧光激发块转盘：≥6 孔电动单层荧光转盘，可同时安装至少 5 个荧光激发块

*14. 荧光激发块配置：标配至少 5 个专用荧光滤光块，分别适配 DAPI、FITC、TRITC、青色、红绿双色

■15. 成像相机：制冷型黑白科研相机，有效像素≥1200 万，采集视野 FN≥25mm，适配超宽视野镜筒；USB3.0 及以上高速接口

■16. FISH 分析系统，专用于多色荧光显微镜下 FISH 信号的合成、识别、计数与分析，可输出标准化病理图文报告，与显微镜控制软件无缝对接

17. 操作界面：具备功能快捷键与标注，可一键自动去除背景荧光、修正图像非均匀性

18. 荧光图像处理功能：支持同一标本的多色荧光通道单通道采集、多通道叠加合成，支持红绿双色信号拆分与合并

19. 具备自动/手动二值化控制、背景修正、自动背景杂质清除、局部放大、阈值调整功能

20. 支持图像注释、文字标注、灰度调整、图像复制/移动/删除等编辑功能

21. FISH 信号自动计数功能：系统可自动完成荧光点精准识别与计数，可准确识别单信号、双信号、融合信号、扩增信号，自动报告荧光点的数目、比例与异常状态，支持人工复核与修正

22. 具有独立的组织 FISH 分析模块，软件可自动识别视野中可分析的单个细胞核，并计数核内的信号点数量，也可手动添加要分析的细胞，两个判读者综合分析同一个样本

■23. 使用引入聚类的图像分割算法对荧光原位杂交图片进行一键分析，直接提供的各荧光通道信号点识别准确率≥90.0%

24. 软件采用 B/S 架构或需客户端运算资源

25. 支持自定义项目：允许用户根据实际判读规则完全自主地新建任何分析项目类型。支持设定完整的分析模式（如信号分离、融合计算或比例分析的逻辑），能精确选择和配置所需的荧光通道，并自定义最终结果的展示形式

26. 软件集数据管理、诊断流程管理、智能分析、自动诊断及审核、报告签发于一体，从图像输入到报告输出均在一个软件内完成

27. Z 轴分层聚焦与景深扩展功能：支持 Z 轴多层图像堆栈采集，可通过选择每一层最亮信号并扣除背景，生成全视野清晰的景深扩展图像；每一层原始图像可自动保存，可模拟显微镜下不同聚焦平面的信号观察效果

28. 病例数据库功能：具备完整的病人信息数据库，可录入、存储病人基本信息、临床诊断、检测信

息、图像数据；支持病例多条件检索、数据批量备份与导出

29. 报告与兼容性：支持自定义病理 FISH 报告模板，报告内容与格式可根据医院病理科需求定制；可打开 TIFF、BMP、JPG、PNG 等多种格式图像，支持报告高清打印

*30. 系统对接：可与医院病理科报告系统、LIS/PACS 系统无缝对接，数据双向互通，相关对接开发、接口费用包含在投标总价内（提供承诺函并加盖公章）

31. 配套工作站：商用计算机，配置不低于 $\geq 32\text{GB}$ 内存，8G 及以上独立显卡，预装正版操作系统

六、所需易损易耗件均为原厂配置，价格供参考（此报价不计入商务报价分计算）：

名称	规格型号	单价

投标供应商根据各自产品特性，可对上述表格进行调整。不在表格内的配件由投标供应商已包含在投标报价中，含在保修范围内。

七、售后服务要求：

*1. 投标人应对所投设备（整机）提供不少于 5 年的免费维修服务，质保同期，质保期内每年不少于 2 次到场深度保养（除尘及更换常规易损易耗件），工单内需注明更换零件品目及数量；保修到期前一个月需安排厂家工程师对整机进行全面检修（除尘及更换常规易损易耗件）及功能性评估，在工单中做好相关记录；提供不少于 1 周在院的设备临床应用、工程师维修及常规保养的培训方案，培训记录及工单记录作为尾款必备支撑材料（提供承诺函并加盖公章）。

2. 开机率 $\geq 95\%$ ，仪器故障要求 2 小时内响应，工程师 12 小时内到达现场，若超过 24 小时不能解决，在 48 小时内提供同档次备用机。

3. 投标人须设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员，随机附工程师联系方式。

4. 提供设备所有相关维修配件及易损件分项报价。

5. 为保证设备正常运行，投标人应在中国境内设置备件库，存入所有必须的备件，并保证 10 年以上的供应期，维修配件到院周期不超过 1 周。

6. 提供全国免费报修电话。

***八、其他要求：**

1. 医疗设备等提供详细的产品配置清单。

III、报价要求

报价包含完成本项目工作内容的全部费用，招标人后期不再另行追加费用，投标人自行考虑报价风险。

IV、其他要求

（一）应急服务要求

1. 备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。
2. 专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
3. 接到报修后应及时响应，若未及时修复设备故障，应提供备用设备供院方使用。

（二）安装调试、验收试验及质量保证

1. 中标人在设备安装地点负责安装、调试。
2. 具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

（1）采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。

（2）货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书（如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

（3）中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

（4）运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

（5）中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料，以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。

3. 如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

（三）包装运输

1. 中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2. 设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
3. 在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
4. 各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
5. 包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
6. 整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
7. 随产品提供的技术资料应完整无缺。

（四）培训要求

1. 技术人员厂方培训：维修维护不少于 1 人，设备培训时间按照采购人要求执行，有详细的技术培训方案和完整规范的培训资料，免一切费用(包含交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用)。
2. 设备使用培训：直至完全掌握设备应用技术；免一切费用(包含交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用)。

（五）质保及售后服务

1. 自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。
2. 在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。

（六）其他

投标人所投产品应为性能稳定、安全的成熟设备，故障率低、维修便利，并在投标文件中针对所投产品技术先进性、设备性能、配置情况、设计等方面进行阐述说明。

第四章 资格审查和评标办法

（综合评分法）

一. 资格审查

1. 资格审查办法

由采购人或代理机构按资格审查表中审查标准对投标供应商资格进行审查。

2. 资格审查标准

审查标准：见资格审查表。

3. 资格审查程序

3.1 资格审查

3.1.1 审查过程按照规定的资格审查标准，对各投标供应商依次进行审查。有一项不符合审查标准的，资格审查不合格，其投标无效。

3.1.2 投标供应商有以下情形之一的，资格审查不合格，其投标无效：

- （1）有弄虚作假、向采购人或代理机构行贿等违法行为；
- （2）不按照采购人或代理机构要求澄清或说明的。

3.2 投标文件澄清

3.2.1 在资格审查过程中，采购人或代理机构可以书面形式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清或说明。澄清或说明应以书面方式进行，且不接受投标供应商主动提出的澄清或说明。

3.2.2 澄清或说明不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.2.3 采购人或代理机构对投标供应商提交的澄清或说明有疑问的，可以要求投标供应商进一步澄清或说明。

3.2.4 投标文件的澄清与说明由采购人或代理机构以询标的方式告知并要求其以书面方式进行答复。投标供应商应及时登录安天e采在线开标系统并在规定时间内予以回复确认。对于询标后判定为不符合招标文件设定的资格条件要求的，采购人或代理机构要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标供应商的资格审查结论分为通过和未通过。

3.3 资格审查结果

3.3.1 只有通过资格审查的投标供应商才能进入下一步的评标程序。

3.3.2 合格投标供应商不足 3 家的，不得评标。

资格审查表			
序号	审查指标	审查标准	格式要求
1	营业执照等证明文件	(1) 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照； (2) 投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； (3) 投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件； (4) 投标人是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照； (5) 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明； (6) 对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分公司参加投标的，应提供该分公司的相应证明文件（如营业执照）；同时还应提供其总公司或上级主管部门出具的授权其参与本项目的书面唯一授权书（格式自拟，须加盖其总公司或上级主管部门的公章），也可以提供其总公司或上级主管部门的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。联合体投标的联合体各方均须提供。
2	无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标供应商公章	详见第六章投标文件格式。
3	投标人信用记录	投标人不得存在投标人须知正文第 1.4.3 条中的不良信用记录情形。 (1) 被人民法院列入失信被执行人名单的（以 www.creditchina.gov.cn 查询为准）；	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构在投标截止时间后至评标结束前进行查

		(2) 被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（以 www.ccgp.gov.cn/查询为准）； (3) 被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的（以 www.creditchina.gov.cn 查询为准）； (4) 被市场监督管理部门列入严重违法失信名单（以 www.gsxt.gov.cn 查询为准）；	询并随评标报告一并留存。
4	其它落实政府采购政策的资格要求	详见投标人须知前附表	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。
5	其他特定资格要求	如有，见第一章《招标公告》	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。

二. 评标办法

1. 总 则

第一条 为了做好本项目的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、投标供应商的合法权益，依据政府采购法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定本评标办法。

第二条 本次项目评标办法采用综合评分法。

第三条 本项目将按照投标供应商须知前附表的要求组建评标委员会，负责本项目的评标工作。

第四条 评标委员会按照“公平、公正、科学、择优”的原则，评价参加本次招标的投标供应商所提供的产品价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

2. 评标程序及评审细则

第五条 评标工作于开标后进行。评标委员会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

- （一）招标的目标；
- （二）招标项目的范围和性质；
- （三）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；
- （四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 有效投标应符合以下原则：

- （一）满足招标文件的实质性要求；
- （二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；
- （三）通过投标有效性评审；
- （四）评标委员会依据招标文件认定的其他原则。

第七条 评审中，评标委员会发现投标供应商的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标供应商以书面方式进行必要的澄清或说明。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评标委员会要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标供应商的评审结论分为通过和未通过。

当投标文件出现大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准，其他未尽事宜可以参照民法典有关合同条款的解释规定。

第八条 综合评分方法是在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的投标供应商作为中标候选人。综合评分法的主要因素为技术资信及价格部分。满分为 100 分。

第九条 各投标供应商的得分分值一经得出，并核对无误后，任何人不得更改。

第十条 按照投标供应商总得分从高到低排出中标候选人。若出现不同投标供应商总得分相同的情况，依次按照以下顺序，直至确定 1-3 名中标候选人：

1、按照下述原则依次排序：

- ①所投产品为节能或环保产品者排序优先于非节能或环保产品者；
- ②所投产品均为节能或环保产品目产品的，节能及环保产品证书多者优先；
- ③所投产品同时为节能和环保产品者排序优先于只具有节能或环保产品之一者。

2、若按照上述 1 排序原则仍然出现名次并列情况，按投标报价由低到高排序；总得分且投标报价均相同的，按技术指标优劣顺序排列；技术指标相同的，则由评标委员会采取抽签方式确定中标候选人。

第十一条 评标委员会在评标过程中发现的问题，应当区别情形及时作出处理或者向采购人提出处理建议，并作书面记录。

第十二条 其他按照无效投标处理的情形：

- (1) 不按评标委员会要求澄清或说明的；
- (2) 未实质性响应招标文件的；
- (3) 投标文件中存在采购人不能接受的其它附加实质性条件的；
- (4) 参数、规格偏离超过招标文件规定的
- (5) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (6) 法律、法规和规章规定的其他情形的。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第十三条 投标供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为，评委会会有权否决其投标。

第十四条 评标后，评标委员会应编写评标报告并签字。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清或说明事项。

第十五条 评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

3. 评标纪律

第十六条 评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护采购人、投标供应商的合法权益。

第十七条 在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标供应商有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据政府采购法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

4. 具体评标办法

1. 资格审查合格后，评标委员会对投标文件进行符合性审查。

符合性审查表

序号	指标名称	指标要求	是否通过	投标文件格式及提交资料要求
1	投标函	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标供应商公章		第六章投标文件格式
2	投标授权书	格式、填写要求符合招标文件“第六章投标文件格式”要求并加盖投标供应商公章		法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明复制件即可。第六章投标文件格式
3	开标一览表	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标供应商公章		第六章投标文件格式
4	医疗器械注册证或备案材料	符合招标文件要求		
5	技术参数	符合招标文件要求		
6	进口产品	不允许进口产品投标的，投标产品不得为进口产品（执行财办库[2008]248号文件的规定）认定，整机设备内的元器件不做限制		
7	标书响应情况	付款响应、供货及安装期限、质保期响应等符合招标文件要求。		
8	硬件信息	符合投标供应商须知前附表第12.4条要求		
9	其他要求	法律、行政法规规定的其他条件或招标公告、招标文件列明的其他要求。		同一投标供应商不得提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外
符合性审查指标通过标准：投标供应商必须通过上述全部指标。				
注：无论何种原因，即使投标供应商开标时携带了证书材料的原件，但在投标文件中未提供与之内容完全一致的复制件的，评标委员会可以视同其未提供。				

2. 异常低价投标审查

异常低价投标审查表			
序号	评审指标	评审标准	格式及材料要求

1	异常低价投标审查	(1) 投标报价 < 全部通过符合性审查投标人投标报价平均值 × 65%; (2) 投标报价 < 通过符合性审查的次低报价投标人投标报价 × 65%; (3) 投标报价 < 采购项目最高限价 (如采购项目未设定最高限价的, 以采购项目预算金额作为最高限价) × 65%; (4) 评标委员会基于专业判断, 认为投标人报价过低, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 提醒: 上述第 (1) 项数值计算: 涉及总价、单价的精确到“分”并四舍五入, 涉及费率的精确到小数点后两位, 第三位四舍五入 (例: 如平均值为 123.456 元, 即为 123.46 元; 如平均值为 80.126%, 即为 80.13%)。	投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释, 提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料, 包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。
---	----------	--	--

注:

根据《关于推进解决政府采购异常低价问题的通知》(财库〔2026〕2号), 采购人可以结合具体项目实际情况, 提高上述评审标准第 (1) 项至第 (3) 项中的数值标准, 但是最高不得超过 65%。

评标委员会启动异常低价投标审查后, 属于评审标准中第 (1) 项至第 (4) 项情形的, 应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内 (不少于 30 分钟) 对投标价格作出解释, 提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料, 包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中, 属于第 (3) 项情形, 投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的, 在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验, 参考同类项目中标 (成交) 价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况, 对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料, 或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的, 评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的, 应当严格遵守评审工作纪律, 不得实施影响评审公正的行为。异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录, 并随投标人提供的相关书面说明及证明材料, 以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

3. 对投标文件进行详细评审。评标委员会只对通过符合性审查和异常低价投标审查, 实质上响应招标

文件要求的投标文件按照下述指标表进行详审。评委会对投标供应商某项符合性审查指标或异常低价投标审查如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。

本项目综合评分满分为 100 分，其中：技术资信分值占总分值的权重为 70 %，价格分值占总分值的权重为 30 %。具体评分细则如下：

条款号	条款内容	编列内容
3.2.1	分值构成 (总分 100 分)	技术资信部分： <u>70</u> 分 投标报价： <u>30</u> 分
3.2.2	评标基准价计算方法	1) 投标报价不得超过采购预算（最高限价），只能有一个有效报价，不得提交选择性报价（按招标文件规定提交备选投标方案的除外）； 2) 有效的投标报价中的最低价作为评标基准价
类别	评分因素	评分标准
技术资信分 (<u>70</u> 分)	所投产品业绩 (4 分)	自 2021 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），所投同品牌同型号产品具有医疗机构供货业绩的，每提供一个业绩得 2 分，最高得 4 分。 注： (1) 本项为所投产品业绩，合同签订一方须为医疗机构； (2) 投标文件中提供完整合同扫描件，如合同中无法体现签订时间、产品品牌等评审因素的，须同时提供业主单位加盖公章证明材料扫描件，否则不得分； (3) 以上业绩须为已供货（安装）完毕的业绩，投标文件中无须提供已供货（安装）完毕证明材料扫描件，投标人在“投标业绩承诺函”中备注是否供货（安装）完毕即可。
	产品的技术参数 (40 分)	01 包： 1. 根据投标文件与招标文件要求重要技术参数（标记“■”的技术参数）的偏离情况进行评审，响应招标文件要求并提供技术支持资料的，每满足一项得 2.5 分，共 8 项，满分 20 分。 2. 根据投标文件与招标文件要求的一般技术参数（无标识项技术参数）的偏离情况进行评审，每满足一项得 1 分，共 20 项，满分 20 分。 02 包： 1. 根据投标文件与招标文件要求重要技术参数（标记“■”的技术参数）的偏离情况进行评审，响应招标文件要求并提供技术支持资料的，每满足一项得 5 分，共 6 项，满分 30 分。 2. 根据投标文件与招标文件要求的一般技术参数（无标识项技术参数）的偏离情况进行评审，每满足一项得 2 分，共 5 项，满分 10 分。

		03 包： 1. 根据投标文件与招标文件要求重要技术参数（标记“■”的技术参数）的偏离情况进行评审，响应招标文件要求并提供技术支持资料的，每满足一项得 4.8 分，共 3 项，满分 14.4 分。 2. 根据投标文件与招标文件要求的一般技术参数（无标识项技术参数）的偏离情况进行评审，每满足一项得 1.6 分，共 16 项，满分 25.6 分。 04 包： 1. 根据投标文件与招标文件要求重要技术参数（标记“■”的技术参数）的偏离情况进行评审，响应招标文件要求并提供技术支持资料的，每满足一项得 3.6 分，共 5 项，满分 18 分。 2. 根据投标文件与招标文件要求的一般技术参数（无标识项技术参数）的偏离情况进行评审，每满足一项得 2 分，共 11 项，满分 22 分。 05 包： 1. 根据投标文件与招标文件要求重要技术参数（标记“■”的技术参数）的偏离情况进行评审，响应招标文件要求并提供技术支持资料的，每满足一项得 2.5 分，共 8 项，满分 20 分。 2. 根据投标文件与招标文件要求的一般技术参数（无标识项技术参数）的偏离情况进行评审，每满足一项得 1 分，共 20 项，满分 20 分。 06 包： 1. 根据投标文件与招标文件要求重要技术参数（标记“■”的技术参数）的偏离情况进行评审，响应招标文件要求并提供技术支持资料的，每满足一项得 2 分，共 7 项，满分 14 分。 2. 根据投标文件与招标文件要求的一般技术参数（无标识项技术参数）的偏离情况进行评审，每满足一项得 1 分，共 26 项，满分 26 分。 07 包： 1. 根据投标文件与招标文件要求重要技术参数（标记“■”的技术参数）的偏离情况进行评审，响应招标文件要求并提供技术支持资料的，每满足一项得 2.5 分，共 4 项，满分 10 分。 2. 根据投标文件与招标文件要求的一般技术参数（无标识项技术参数）的偏离情况进行评审，每满足一项得 1.2 分，共 25 项，满分 30 分。 08 包： 1. 根据投标文件与招标文件要求重要技术参数（标记“■”的技术参数）的偏离情况进行评审，响应招标文件要求并提供技术支持资料的，每满足一项得 5 分，共 3 项，满分 15 分。
--	--	--

		2. 根据投标文件与招标文件要求的一般技术参数（无标识项技术参数）的偏离情况进行评审，每满足一项得 2.5 分，共 10 项，满分 25 分。 09 包： 1. 根据投标文件与招标文件要求重要技术参数（标记“■”的技术参数）的偏离情况进行评审，响应招标文件要求并提供技术支持资料的，每满足一项得 2 分，共 5 项，满分 10 分。 2. 根据投标文件与招标文件要求的一般技术参数（无标识项技术参数）的偏离情况进行评审，每满足一项得 1 分，共 30 项，满分 30 分。 10 包： 1. 根据投标文件与招标文件要求重要技术参数（标记“■”的技术参数）的偏离情况进行评审，响应招标文件要求并提供技术支持资料的，每满足一项得 2.5 分，共 8 项，满分 20 分。 2. 根据投标文件与招标文件要求的一般技术参数（无标识项技术参数）的偏离情况进行评审，每满足一项得 1 分，共 20 项，满分 20 分。 注：对于标注“■”技术参数/条款的响应情况，以招标文件明确要求的材料为准以投标响应表和要求提供的证明材料为准，若招标文件未明确要求证明材料类型则以制造商公开发布的资料或产品技术白皮书或产品彩页或产品制造商出具的加盖公章的证明材料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。为便于评审，投标供应商对证明材料中的关键参数进行标注并标注页码。
	质保承诺 (3 分)	所投产品整机免费质保期，在招标文件要求免费质保期的基础上每增加 1 年得 1 分（增加部分不足 1 年的不得分），满分 3 分。 注：以开标一览表中所报免费质保期为评审依据。
	产品综合评价 (5 分)	根据投标人所投产品的技术先进性、设备性能、使用和维修便利性、故障率、安全性等方面进行综合评审： 1. 产品技术先进优越、性能稳定，使用和维修便利，故障率低、安全性高的得 5 分； 2. 产品技术较先进，运行稳定，使用和维修较便利，故障率较低的得 3 分； 3. 产品基本满足要求符合标准，使用和维修便利性有待提高的得 1 分。 4. 未提供的不得分。 注：投标文件中提供证明材料，证明材料无固定形式，如产品技术说明，故障率数据报告、维修使用等说明，未提供材料的不得分。
	售后服务方案	评标委员会依据投标人提供的售后服务方案（售后服务管理制度、保障措

	(5 分)	施) 进行综合评审: 1. 对本项目的特点和难点理解准确, 方案内容详实、表述清晰, 售后服务管理制度完善, 有具体切实可行的保障措施, 可行性、实用性、针对性强, 得 5 分; 2. 对本项目的特点和难点理解基本准确, 方案内容完整、表述较清晰, 有保障措施, 具有可行性、实用性和针对性, 得 3 分; 3. 对本项目的特点和难点理解有待提升, 售后服务方案可行性、实用性和针对性有待改善, 得 1 分; 4. 未提供方案或方案不可行的不得分。
	供货安装方案 (5 分)	根据投标人提供的针对本项目的供货安装方案, 方案内容从采购供应、货物配送运输、确保本项目保质保量准时完成、货物安装、调试等方面考虑, 由评标委员会进行综合评审: 1. 供货安装方案优于本项目采购需求, 完整详细, 可行性、实用性、针对性强, 得 5 分; 2. 供货安装方案基本满足本项目采购需求, 内容完整, 可行性、实用性、针对性较强, 得 3 分; 3. 供货安装方案及计划安排有待提升, 可行性、实用性针对性有待改善, 得 1 分; 4. 未提供方案或方案不可行的不得分。
	应急服务方案 (3 分)	根据投标人提供针对本项目的应急服务方案进行综合评审: 1. 应急服务方案完整详细, 备品备件供应可以得到充分保障, 应急服务响应及时, 方案实用性强的, 得 3 分; 2. 应急服务方案基本完整, 备品备件供应基本可以满足使用, 应急服务响应较及时, 方案实用性较强的, 得 2 分; 3. 应急服务方案内容不够完整, 备品备件供应能力有待提升, 方案实用性有待加强的得 1 分; 4. 未提供方案或方案不可行的不得分。
	技术培训方案 (5 分)	根据投标人提供的技术培训方案进行综合评审: 1. 对本项目的特点和难点理解准确, 技术培训方案优于本项目采购需求, 完整详细, 可行性、实用性、针对性强, 得 5 分; 2. 对本项目的特点和难点理解基本准确, 技术培训方案适合本项目采购需求, 较完整详细, 具有可行性、实用性和针对性, 得 3 分; 3. 对本项目的特点和难点理解有待提升, 技术培训方案可行性、实用性和针对性有待改善, 得 1 分;

		4. 未提供方案或方案不可行的不得分。
价格分 (<u>30</u> 分)	价格分统一采用低价优先法,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分<u>30</u>分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分 = (评标基准价/设备部分投标报价) × 30 % × 100	符合价格扣除政策的,用扣除后的价格参与计算、评分。

3. 详细评审结束后,将对有效投标供应商得分进行汇总排序。

(1) 将每个有效投标供应商的技术和资信分之和再加上根据上面步骤计算出的投标报价得分,即为该投标供应商的综合总得分,综合总得分保留两位小数,小数点后第三位四舍五入。

(2) 按照有效投标供应商综合总得分由高到低排出中标候选人。

4. 关于同品牌多家供应商处理原则:

单一产品采购项目,提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查和异常低价投标审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的,按一家投标供应商计算,评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格;评审得分相同的,参照文件第四章评分办法第十条规定;其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目,核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查和异常低价投标审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的,按一家投标供应商计算,评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格;评审得分相同的,参照文件第四章评分办法第十条规定;其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

第五章 政府采购合同

项目名称：_____（分包项目须填写完整的分包

号及分包名称）

项目编号：_____

合同编号：_____

甲方（采购人）：_____

乙方（中标人）：_____

签订时间：_____

使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方 1（全称）：_____（供应商）

乙方 2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方 3（全称）_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

（2）采购计划编号：_____

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是, 《政府采购品目分类目录》底级品目名称: _____ 数量: _____ 金额: _____
☐否

(4) 政府采购组织形式: ☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

(5) 政府采购方式: ☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商
☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他: _____

(注: 在框架协议采购的第二阶段, 可选择使用该合同文本)

(6) 中标(成交) 采购标的制造商是否为中小企业: ☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同): ☐是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购, 是否给予小微企业评审优惠: ☐是 ☐否

中标(成交) 采购标的制造商是否为残疾人福利性单位: ☐是 ☐否

中标(成交) 采购标的制造商是否为监狱企业: ☐是 ☐否

(7) 合同是否分包: ☐是 ☐否

分包主要内容: _____

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同, 请分别填写): _____

分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同, 只填写制造商类型):

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标(成交) 供应商是否为外商投资企业: ☐是 ☐否

外商投资企业类型: ☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品:

☐是, 《政府采购品目分类目录》底级品目名称: _____ 金额: _____

国别: _____ 品牌: _____ 规格型号: _____

☐否

(10) 是否涉及节能产品:

☐是, 《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品:

☐是,《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称:_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品:

☐是,绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称:_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11)涉及商品包装和快递包装的,是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☐是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1)合同金额小写:_____

大写:_____

分包金额(如有)小写:_____

大写:_____

(注:固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2)合同定价方式(采用组合定价方式的,可以勾选多项):

☐固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3)付款方式(按项目实际勾选填写):

☐全额付款:_____ (应明确一次性支付合同款项的条件)

☐分期付款:_____ (应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件,各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩),其中涉及预付款的:_____ (应明确预付款的支付比例和支付条件)

☐成本补偿:_____ (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐绩效激励:_____ (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1)起始日期:____年__月__日,完成日期:____年__月__日。

(2)履约地点:_____

(3)履约担保:是否收取履约保证金:☐是 ☐否

收取履约保证金形式：_____

收取履约保证金金额：_____

履约担保期限：_____

(4) 分期履行要求：_____

(5) 风险处置措施和替代方案：_____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☐自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☐否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☐否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☐否

是否存在破坏性检测：☐是，(应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☐否

验收组织的其他事项：_____

(2) 履约验收时间：(计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 日内组织验收)

(3) 履约验收方式：☐一次性验收

☐分期/分项验收：(应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序：_____

(5) 履约验收的内容：(应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准：_____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☐否

(8) 履约验收其他事项：_____ (产权过户登记等)

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位 或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或 合同章）		单位名称（公章或合 同章）	
法定代表人 或其委托代理人 （签章）		法定代表人 或其委托代理人（签 章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用

条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

4.7 为了保证资金安全和履约服务质量，采购人（甲方）有权采取包括但不限于收取履约保证金、反向担保、第三方保函等方式对本项目予以进一步约束。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行

业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) **【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的

其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的

对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方 提出异议或作出 说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的 其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的 其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的 顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷 响应时间	
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的 信息	

第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	
第二节 第 14.1（5）项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1（6）项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第 15.2（2）项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 <u>2</u> 种方式解决： （1）向 <u>/</u> 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 <u>/</u> ； （2）向 <u>合同签订地有管辖权的</u> 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

第六章 投标文件格式

_____（项目名称）

投标文件

包号：

投标人：_____（电子签章）

_____年____月____日

投标文件资料清单

序号	资料名称	页码	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
十一			
十二			
十三			
十四			
十五			
十六			
.....			

一．开标一览表

货币单位：人民币

序号	项目	内容
1	项目名称	首都医科大学附属北京天坛医院安徽医院病理科设备采购项目
2	招标编号	26AT134026807042（任务书编号：FSSD34000120267465 号）
3	分包号（无分包，不填写）	
4	投标总价	大写： 小写：
5	供货及安装期限	
6	免费质保期	

投标供应商（盖章）：_____

日 期：_____

备注：

1. 表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或者表中某一包填写多个报价，均为无效报价。

2. 投标供应商应根据其投标文件中开标一览表的内容填写唱标信息，唱标信息不作为评审的依据。唱标信息与开标一览表不一致的，以开标一览表为准。

二. 投标产品分项报价表

2-1 货物部分

序号	货物名称	品牌、型号规格	原产地及生产厂商	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
1								
2								
3								
...								
合计金额(元)								

2-2 服务部分 (仅供参考, 投标人可自行制作格式)

序号	服务内容	项	单价	小计(元)
1				
2				
3				
...				
合计金额(元)				

2-3 符合本国产品标准的产品成本之和占比

本公司(单位)提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例	_____ %
提醒: 1. 投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时, 对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠。 2. 投标人应当根据“投标分项报价表-货物部分”的内容对符合本国产品标准的产品成本进行测算(比例未达到 80%或未进行比例测算的, 对该投标人提供的全部产品不予价格评审优惠), 如有虚假响应, 投标人承担全部责任。 3. 上表中全部产品成本之和是指表 2-1 和表 2-2 包含的全部货物、服务产品成本之和。	

投标人电子签章：_____

日 期：_____

注：

1. 表 2-1 中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致**投标无效**。
2. 上述报价为投标人完成本项目内容的全部费用（总报价为表 2-1 和表 2-2 合计金额之和），如有漏项或缺项，自行承担全部责任。

附件 1：所需易损易耗件均为原厂配置，并分项报价。

报价表格如下：

名称	规格型号	单价

投标供应商根据各自产品特性，可对上述表格进行调整。不在表格内的配件由投标方已包含在投标报价中，含在保修范围内。

附件 2：产品配置清单（格式自拟）

投标人电子签章：_____
日 期：_____

三. 投标函

致：皖南医科大学第一附属医院（弋矶山医院）

安徽安天利信工程管理股份有限公司

根据贵方“首都医科大学附属北京天坛医院安徽医院病理科设备采购项目”的 26AT134026807042
(任务书编号：FSSD34000120267465 号) 招标邀请书或招标公告，正式授权_____（姓名）代表投标
供应商_____（投标供应商全称）。据此函，我方兹宣布同意如下：

1. 按招标文件规定提供交付的货物（包括安装调试等工作）的最终投标报价见《开标一览表》，如
我单位中标，我单位承诺愿意按招标文件规定缴纳履约保证金。

投标有效期承诺：响应招标文件的要求。

2. 我方根据招标文件的规定，严格履行合同的 responsibility 和义务，并保证于买方要求的日期内完成供货、
安装及服务，并通过买方验收。

3. 我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4. 我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的答疑、澄清、变更或补充（如有），参考资料及
有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）、规定及要求
均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5. 我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均
具有约束力。

6. 我方承诺如投标保证金未在招标文件规定时间前到达贵方指定的账户，我方投标无效，由此产生
的一切后果由我方承担；如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

7. 我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、
年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要
求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

8. 我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

9. 我方同意招标文件规定的付款方式。

10. 与本投标有关的通讯地址：_____

电 话：_____ 传 真：_____

投标供应商（盖章）：_____ 日 期：_____

四. 投标授权书

本授权书声明：_____单位（工厂）授权本单位（工厂）_____（投标供应商授权代表姓名、职务）代表本单位（工厂）参加代理机构首都医科大学附属北京天坛医院安徽医院病理科设备采购项目采购活动（项目编号：26AT134026807042（任务书编号：FSSD34000120267465 号）），全权代表本单位处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标供应商授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本单位均予以认可并对此承担责任。投标供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

附：法定代表人（单位负责人）及授权代表身份证明复制件：

代理人：_____性别：_____年龄：_____

身份证号码：_____职务：_____

投标供应商：_____（盖章）

法定代表人（单位负责人）：_____（签字或电子签章）

授权委托日期：_____年_____月_____日

注：

1. 本项目只允许有唯一的投标供应商授权代表（提供身份证明复制件及联系方式）；
2. 法定代表人、单位负责人参加投标的无需提供投标授权书，仅提供身份证明复制件及联系方式即可。

五. 无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

1. 本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，且参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚和招标文件规定的其他限制性情形。

2. 本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：

（1）公司被人民法院列入失信被执行人；

（2）公司、法定代表人（单位负责人）或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

（3）公司被市场监督管理部门列入严重违法失信名单；

（4）公司被税务机关列入重大税收违法失信主体名单；

（5）公司被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3. 本单位郑重承诺，我单位不存在《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他相关法律法规规定的禁止投标情形。

我单位承诺：合同签订前，若我单位具有上述情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同；合同签订后，贵方可解除合同。所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门及招标人的调查处理。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担提供虚假材料的相应责任。

投标供应商（盖章）：_____

日 期：_____

六. 投标响应表

按招标文件规定填写			按投标供应商所投内容填写	
第一部分：技术部分响应				
序号	品名	技术规格及配置	品牌、型号、技术规格及配置、材质	偏离说明
1				
2				
3				
4				
第二部分：资信及报价部分响应				
序号	内容	招标要求	投标承诺	偏离说明
1	免费质保期			
2	业绩			
3	付款方式			
4	供货及安装期限			
5				

投标供应商（盖章）：_____

日 期：_____

备注：

1. 投标供应商必须逐项对应描述投标货物主要参数、材质、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写或复制（包括全部复制或主要参数及配置的复制）招标文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的投标品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致投标无效；

2. 投标供应商所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则在上表偏离说明中详细注明。如不填写可能导致投标无效；

3. 响应部分可后附详细说明及技术支持资料（如：官方认可的检测检验机构出具的“检测报告”和/或公开发布的“产品样本”和/或“制造商官方网站公布的信息截图”等资料）。

七. 货物说明一览表

项目包号		货物名称		规格及型号		数量	
所投产品生产制造检验及详细性能说明							

投标供应商（盖章）：_____

日 期：_____

八．所供货物组部件、备品、备件清单

序号	名称	规格型号及材质	数量	单价	小计	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
合计						

投标供应商（盖章）：_____

日 期：_____

备注：备品备件系指免费质保期满后一定期限的易损件、耗材等。

九. 质保期满后相关费用报价

货币单位：人民币

序号	项目	内容
1	项目名称	首都医科大学附属北京天坛医院安徽医院病理科设备采购项目
2	招标编号	26AT134026807042(任务书编号:FSSD34000120267465号)
3	质保期满后年整机维保费用	投标总价的 %
4	质保期满后的单次维修人工费用	

投标供应商（盖章）：_____

日 期：_____

十. 投标业绩承诺函

致：皖南医科大学第一附属医院（弋矶山医院）

安徽安天利信工程管理股份有限公司

我单位同意评审结果公告中公示以下业绩并承诺：投标文件中所提供的业绩均真实有效，业绩合同中所有货物均已供货完毕且已全部通过相关部门验收合格，甲方采购单位均真实有效，若有异议，我单位承诺会在3个工作日内可就以下业绩信息提供(合同、对应的发票、验收报告或用户评价意见)原件供贵单位核对。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

序号	项目名称	供货范围 (设备的具体名称、规格型号)	合同总金额	业主单位 及联系电话	备注
1					
2					
3					
4					
5					
.....					

投标供应商（盖章）：_____

日 期：_____

备注：

1. 表中所列业绩应为投标供应商满足要求的业绩。

十一. 中小企业声明函(货物)

(非中小企业产品投标, 不需此件)

本公司(联合体)郑重声明, 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定, 本公司(联合体)参加皖南医科大学第一附属医院(弋矶山医院) (单位名称)的首都医科大学附属北京天坛医院安徽医院病理科设备采购项目 (项目名称)采购活动, 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称) , 属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业; 制造商为 (企业名称) , 从业人员 人, 营业收入为 万元, 资产总额为 万元, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ;

2. (标的名称) , 属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业; 制造商为 (企业名称) , 从业人员 人, 营业收入为 万元, 资产总额为 万元, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ;

.....

以上企业, 不属于大企业的分支机构, 不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

注:

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据, 无上一年数据的新成立企业可不填报。

2. 投标人应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业(2011)300号)相关规定, 如实填写中小企业声明函。如有虚假, 将依法承担相应责任。投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测(查询网址 <https://www.miit.gov.cn/>)。

3. 上述“标的名称”, 详见第三章采购需求中“货物名称”。

4. 上述“采购文件中明确的所属行业”, 详见第三章采购需求中明确的“所属行业”。

5. 填写示例: 某设备, 属于(填写第三章采购需求中对应货物的“所属行业”, 如工业)行业; 承接企业为某企业, 从业人员100人, 营业收入为10000万元, 资产总额为5000万元, 属于小型企业[投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测(查询网址 <https://www.miit.gov.cn/>)]。

残疾人福利性单位声明函
（非残疾人福利性单位投标，不需此件）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____的_____（项目编号：_____）采购活动由本单位提供，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商（盖章）：_____

日 期：_____

监狱企业证明

注：提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

十二. 关于符合本国产品标准的声明函

(不符合本国产品扶持政策, 不需此件)

本公司(单位)郑重声明, 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定, 本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

1. (产品名称 1)¹, 生产厂为(厂名)², 厂址为(生产厂址)。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

2. (产品名称 2), 生产厂为(厂名), 厂址为(生产厂址)。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

.....

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

投标人电子签章: _____

日 期: _____

注:

1. 产品如有型号, 请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 上述声明函中标注___/___的, 无需填写。

4. 投标人应当结合“二、投标分项报价表 2-1 货物部分”相关信息进行填写。

5. 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见(财库〔2025〕30号), 本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品, 即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品, 属于在中国境内生产的产品; 对医疗器械产品, 取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的, 属于在中国境内生产的产品; 其他产品, 根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品, 但不包括其中的房屋和构筑物, 文物和陈列品, 图书和档案, 特种动植物, 农林牧渔业产品, 矿与矿物, 电力、城市燃气、蒸汽和热水、水, 食品、饮料和烟草原料, 无形资产。

十三. 主要中标标的承诺函

致：皖南医科大学第一附属医院（弋矶山医院）

安徽安天利信工程管理股份有限公司

我单位同意评审结果公告中公示以下主要成交标的并承诺：投标文件中所提供的主要成交标的均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

序号	名称	品牌（如有）	规格型号	数量	单价
1					
2					
3					
4					
.....					

投标供应商（盖章）：_____

日 期：_____

备注：

1. 表中所列内容为满足本项目要求的主要成交标的；非单一产品的仅需填写标识▲产品；
2. 中标供应商提供的以上承诺情况（含名称、规格型号、数量、单价），将按约定随评审结果公告。
3. 本页《主要成交标的承诺函》由投标供应商填写。

十四. 承诺函

皖南医科大学第一附属医院（弋矶山医院）：

一、我单位承诺：本次投标所使用的产品、方法不侵犯他人的专利权、著作权等知识产权，保证采购人和使用单位在使用该产品或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权的起诉。如果涉及侵权，则由我单位承担所有的法律和经济赔偿责任等。

中标（成交）后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不得擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务。

二、我单位承诺：所投设备为到货日期前六个月内生产的设备，软件终身免费及时升级。

三、我单位承诺：所投设备（整机）提供不少于开标一览表承诺的免费维修服务，质保同期，质保期内每年不少于 2 次到场深度保养（除尘及更换常规易损易耗件），工单内注明更换零件品目及数量；保修到期前一个月安排厂家工程师对整机进行全面检修（除尘及更换常规易损易耗件）及功能性评估，在工单中做好相关记录；提供不少于 1 周在院的设备临床应用、工程师维修及常规保养的培训方案，培训记录及工单记录作为尾款必备支撑材料。

四、我单位承诺响应本项目要求的配置清单。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商（盖章）：_____

日 期：_____

十五. 投标供应商综合情况简介

（投标供应商可自行制作格式）

十六. 有关证明文件

提供符合投标邀请（招标公告）、采购需求及评标办法规定的相关证明文件。

特别提示：

投标供应商可在投标文件制作时在此栏内提供下列材料：

如营业执照、税务登记证（或统一社会信用代码的营业执照）等；

如相关授权或承诺书、技术方案等。

第七章 安天 e 采全流程电子招投标注意事项

一、制作、上传电子投标文件

1. 电子投标文件必须使用最新版“安天 e 采投标文件制作工具”制作生成并上传。安天 e 采投标文件制作工具及操作手册下载地址：<https://www.xinecai.com/serveguide>。

2. 投标供应商须办理安天 e 采平台移动认证证书或介质数字证书，用于电子投标文件的签章及上传（上传投标文件需使用移动认证证书或介质数字证书进行加密），安天 e 采平台“移动认证上线通知”（<https://www.xinecai.com/ydrz.html>）。

3. 全流程电子招标项目需要投标供应商网络上传通过安天 e 采投标文件制作工具制作并使用通过安天 e 采办理的移动认证证书或介质数字证书加密后生成的电子投标文件，投标供应商下载电子招标采购文件后，应在招标文件规定的投标截止时间之前上传通过安天 e 采投标文件制作工具制作的加密电子投标文件（登录安天 e 采招标采购电子交易系统，点击进入递交投标文件，上传加密的电子投标文件），否则视为投标无效。投标供应商在投标截止时间之前，可以对其所递交的电子投标文件进行撤回，修改后重新上传；

4. 投标截止时间以安天 e 采招标采购电子交易系统（<https://www.xinecai.com>）系统的时间为准，逾期系统将自动关闭，电子投标文件未完成上传的，投标将被拒绝。加密文件上传后投标供应商进行模拟解密检验加密文件是否正常；

5. 投标供应商除须按上述第 4 条要求网络上传移动认证证书或介质数字证书加密的电子投标文件外，可以另行提供非加密电子投标文件 U 盘或光盘一份（电子标书工具软件在加密上传后，同时生成非加密电子投标文件一份，供投标供应商拷贝到 U 盘或刻录光盘，按招标采购文件规定要求密封后递交），投标供应商须保证电子 U 盘或光盘时能正常读取，且非加密文件须与网上递交的加密文件一致。具体要求按照招标采购文件规定；

6. 如投标供应商在制作、上传电子投标文件过程中，遇到操作和使用问题，请及时联系安天 e 采电子交易平台客服人员，客服电话：400-050-9988。移动认证办理联系电话：400-0878-198 转 1。

二、开标及解密投标文件

1. 安徽安天利信工程管理股份有限公司工作人员（以下称工作人员）根据有关规定登录安天 e 采在线开标系统进行开标（使用介质数字证书用户请选择 ie11 及以上浏览器进行登录，如电脑未安装 ie 浏览器，可至安天 e 采门户网站产品服务>服务指南中下载（<https://www.xinecai.com/serveguide#>）登录前请确认是否安装安天 e 采驱动。驱动安装完成后登录安天 e 采招标采购电子交易系统，点击进入开标系统或者点击 <https://kb.xinecai.com/process/login> 链接进入）为方便开标联系，建议投标供应

商进行签到。开标时，投标供应商必须远程使用安天 e 采办理的移动认证证书或介质数字证书先行解密（加密证书需与解密证书一致，否则无法解密成功）。电子投标文件在平台系统导入后，工作人员开启系统唱标等流程；

2. 电子投标文件上传成功但因电子招标投标交易平台原因导致解密异常时，如招标文件中允许使用非加密电子投标文件作为导入补救措施的，可以在开标现场递交非加密电子版投标文件，采购代理机构将其导入电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台将对非加密电子投标文件与加密电子投标文件进行校验。非加密电子投标文件经平台校验通过的视为解密成功，该投标供应商的投标文件以非加密电子投标文件为准；校验失败或未递交不加密电子投标文件的，其投标无效；

3. 在招标文件规定的时间内，投标人以招标文件中规定的方式未完成投标文件上传或解密的，视为其撤回投标。

三、数字证书及保函相关问题

1. 数字证书需使用通过安天 e 采办理的移动认证证书或介质数字证书；

2. 数字证书到期后须重新续期；

3. 数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况须更换新证书；

4. 投标供应商由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由投标供应商自行承担责任。

5. 投标人（供应商）申请电子保函时支付账户必须和投标人（供应商）基本户开户账户一致，否则会导致出函失败，为确保电子保函顺利申请，请投标人（供应商）在保函申请前，确认在“安天 e 采”交易系统中基本户账户信息的正确填写。

四、投标无效情况

1. 项目评审中，投标文件如出现下列情况之一的，经评标委员会评审，可作无效投标处理：

- （一）投标文件无法打开的；
- （二）投标文件中携带病毒并造成后果的；
- （三）恶意递交投标文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的；
- （四）评审委员会认定的其他投标无效情形。

2. 项目评审中，澄清文件如出现下列情况之一的，经评标委员会评审，可视同放弃澄清：

- （一）澄清文件无法打开的；
- （二）澄清文件中携带病毒并造成后果的；
- （三）恶意递交澄清文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的；
- （四）评审委员会认定的其他不予评审情形的。

五、特殊情形

1. 出现下列情形导致电子招投标系统无法正常运行，或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时，各方当事人免责：

- （一）网络服务器发生故障而无法访问网站或无法使用电子招投标系统；
- （二）电子招投标系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行正常操作；
- （三）电子招投标系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
- （四）计算机病毒发作导致系统无法正常运行的；
- （五）电力系统发生故障导致电子招投标系统无法运行；
- （六）其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的。

2. 出现上述第 1 条情形而又不能及时解决的，采取以下解决办法：

（一）项目暂停，待电子招投标系统或网络故障排除并经过可靠测试后，再恢复网上招投标系统运行并重新在系统中实施暂停的项目；

（二）停止该项目此次电子招投标操作程序，并通知投标供应商使用纸质投标文件进行开标、评标。

第八章 政府采购供应商询问函和质疑函范本

询问函范本

(如为对采购文件或采购程序的询问或疑问，请按询问函范本或电子交易系统中网上询问格式附件进行提交)

致：采购人

我单位拟参与_____（项目名称、编号）的采购活动，现有以下内容(或条款)存在疑问(或无法理解)，特提出询问。

一、(事项一)

1、(内容或条款)

2、(说明疑问或无法理解原因)

3、(建议)

二、(事项二)

...

随附相关证明材料如下：

联系人：_____

联系电话：_____

日期：_____

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。