

第三章 采购需求

前注：

1. 根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

（3）本章中标注“▲”的产品为主要标的（包括核心产品）。采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要标的（包括核心产品）标注“▲”。

（4）本章中标注“*”的参数为核心技术参数，负偏离则投标无效。

一、采购需求前附表

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	付款方式	合同生效后，预付合同款的 70%(中标人向采购人提交等额的预付款保函或其他担保措施后，见索即付，担保期限不少于合同履约期限)。设备完成安装并验收合格后开具全额发票，按医院付款流程支付至合同总价的 100%。
2	供货及安装地点	安徽医科大学第一附属医院
3	供货及安装期限	合同签订后，接招标人通知之日起 30 天内安装、调试完毕。
4	免费质保期	原厂整机（含流量传感器）质保≥5 年（投标人承

		诺合同签订前，提供所投产品制造商出具的售后服务承诺书（承诺书内容须体现本条款）并加盖所投产品制造商公章，否则承担一切不利后果（承诺函格式自拟））
--	--	--

二、货物需求一览表

序号	货物名称	数量	单位	所属行业	是否接受进口产品投标
1	▲经济型麻醉机	6	台	工业	否

三、技术规格及要求

序号	规格要求	技术参数
*1	设备用途	用于手术中患者麻醉及气体监测，适用于成人、儿童和新生儿，提供注册证证明资料
2	显示屏	≥12 英寸内置彩色触摸显示屏，可同屏显示波形和环图
3	电池	配备，使用时间≥90 分钟
4	通讯接口	具备 RS232C 接口、VGA 接口、辅助电源接口
5	快速充氧流量范围	25-75L/min
6	电子流量计	屏幕可显示新鲜气体设置总流量和氧浓度
7	气源	配备氧气、空气两种气源，可选氧气、空气和笑气三气源具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于 25%
*8	挥发罐	配置一个原厂同品牌七氟醚挥发罐，可选配原厂同品牌地氟醚挥发罐（非 OEM），提供注册证证明资料
9	高流量给氧功能	具备辅助吸氧流量计，标配高流量给氧功能，流量范围 0-50 L/min
10	呼吸机功能	气动电控或电动电控呼吸机，全中文操作和显示
10.1	通气模式	供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制、压力控制、压力控制容量保证通气
10.2	潮气量	容量控制（VCV）潮气量设置范围：10ml-1500ml
10.3	呼吸机流速	呼吸机吸气阀峰值流速≥180 L/min
10.4	吸呼比	1：8-4：1
10.5	肺保护工具	支持单周期和多周期肺复张

10.6	心肺旁流模式	具备，心肺旁流模式可在手动通气模式和机控通气模式下启动
*11	二氧化碳吸收罐	配备可重复使用二氧化碳吸收罐，容积≤1500ml
12	内置二氧化碳旁路功能	配备
13	监测参数	呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；麻醉气体分析（N2O，EtCO2，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F）监测