

第三章 采购需求

前注：

1. 根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

（3）本章中标注“▲”的产品为主要标的（包括核心产品）。采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要标的（包括核心产品）标注“▲”。

（4）本章中标注“*”的参数为核心技术参数，负偏离则投标无效。

一、采购需求前附表

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	付款方式	合同生效后，预付合同款的 70%(中标人向采购人提交等额的预付款保函或其他担保措施后，见索即付，担保期限不少于合同履约期限)。设备完成安装并验收合格后开具全额发票，按医院付款流程支付至合同总价的 100%。
2	供货及安装地点	安徽医科大学第一附属医院
3	供货及安装期限	合同签订后，接招标人通知之日起 30 天内安装、调试完毕。
4	免费质保期	≥5 年原厂（含电池）

二、货物需求一览表

序号	货物名称	数量	单位	所属行业	是否接受进口产品投标
1	▲电动监护床（配置床边桌椅）	59	台	工业	否

三、技术规格及要求

序号	技术参数	技术要求
■1	整体功能要求	具有背部升降，膝部升降，整体升降，头高脚低位，头低脚高位，膝背联动功能
2	床体尺寸	长 $\geq 2190\text{mm}$ ，床体宽 $\geq 980\text{mm}$
3	床体高	$\geq 445\text{mm}$
■4	高低升降范围	满足 $470\sim 750\pm 20\text{mm}$ （不含床垫）
5	床面尺寸	床面长 $\geq 1950\text{mm}$ ，床面宽 $\geq 860\text{mm}$
6	角度	背板上折角度 $\geq 65^\circ$ ，腿部倾斜角度 $\geq 25^\circ$ ，床体倾斜角度头低脚高位 $\geq 12^\circ$ ，头高脚低位 $\geq 12^\circ$
■7	最大安全承重	$\geq 200\text{kg}$
*8	一键式功能	具有一键心脏椅位，一键复位
*9	CPR	配备
*10	电机	配备， ≥ 4 台医用电机
■11	脚轮	直径 $\geq 120\text{mm}$
■12	中控刹车装置	配备， ≥ 2 处中控刹车装置
■13	床板	采用全钢床板，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，床框钢材厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ；且床板可单独拆卸进行消毒
■14	护栏	配备，安全护栏升起后距床面高度 $\geq 385\text{mm}$
■15	角度指示器	配备
16	操作控制面板	≥ 4 个，护栏内外侧均具备内置式操作面板，内侧为患者操作，外侧供医护人员操作
17	床头板、床尾板	配备，可拆卸消毒

18	喷涂工艺	采用电泳+粉末喷涂工艺（提供电泳流水线图片）
■ 19	备用电池	配备，在护栏控制面板上面具有电池电量显示
20	吊架	配备，可辅助患者起身
■ 21	电气面板	配备，可一键停止所有电动操作
22	床垫	医用床垫，与床体为同一品牌

四、其他服务要求

序号	服务要求	具体要求
1	床边桌椅	每台病床各配一套，根据医院需求配置