

更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：25AT91071208154

原公告的采购项目名称：安徽医科大学第一附属医院导管室 DSA
采购项目

首次公告日期：2025 年 11 月 14 日

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

1. 招标文件--第四章《评标方法和标准（综合评分法）》

序号	条款名称	采购文件原文	现修改为
1	技术参数及要求的响应情况 (40 分)	3. 根据投标文件与招标文件要求的一般参数(无标识技术参数)偏离情况进行评分。一般技术参数条款评审得分= (投标人满足一般技术参数条款的数量 ÷ 一般技术参数条款的总数量) × 一般技术参数设定分值, 保留小数点后两位, 一般技术参数条款	3. 根据投标文件与招标文件要求的一般参数(无标识技术参数)偏离情况进行评分。一般技术参数条款评审得分= (投标人满足一般技术参数条款的数量 ÷ 一般技术参数条款的总数量) × 一般技术参数设定分值, 保留小数点后两位, 一般技术参数条款

		数点后两位，一般技术参数条款的总数量为 155 项，满分 4 分。	的总数量为 146 项，满分 4 分。
--	--	-----------------------------------	---------------------

2. 招标文件--第三章《采购需求》

序号	条款名称	采购文件原文	现修改为
1	*四、要求：投标设备必须是本公司同类血管造影产品的最高端机型，如飞利浦提供 Azurion R2 系列，GE 提供 Allia IGS 系列，西门子提供 Artis 系列机型及最新软件版本，其他品牌不低于以上机型。 三、技术规格及要求* 四	*四、要求：投标设备必须是本公司同类血管造影产品的最高端机型，如飞利浦提供 Azurion 7M20 R2 平台，GE 提供 Allia IGS Pulse，西门子提供 Artis Icono 机型及最新软件版本，其他品牌不低于以上机型	*四、要求：投标设备必须是本公司同类血管造影产品的最高端机型，如飞利浦提供 Azurion R2 系列，GE 提供 Allia IGS 系列，西门子提供 Artis 系列机型及最新软件版本，其他品牌不低于以上机型。
2	三、技术规格及要求 ■ 1.13	■ 1.13 C 型臂弧深： ≥ 92 （不包括 L 臂补偿）	■ 1.13 C 型臂弧深： ≥ 90 （不包括 L 臂补偿）

	3	三、技术规格及要求 ■2.1.3	■2.1.3 纵向运动范围: $\geq 125\text{cm}$	■2.1.3 纵向运动范围: $\geq 120\text{cm}$
	4	三、技术规格及要求 15、15.1、 15.2、 15.3、 15.4、 15.5、15.6	15、支架血管精显技术 配备 15.1 提供冠脉支架的增强精细显示功能，并可以附加显示血管情况配备 15.2 在血管内，动态观察支架放置情况配备 15.3 支架血管精显图像包括了一副支架精显的图片，以及一张支架所在血管的造影剂注射图配备 15.4 两幅图交互消隐切换，提高术前、术后的支架与所在血管的可视性配备	15、支架血管精显技术(或支架减影技术等类似功能)配备； 删除参数： 15.1/15.2/15.3/15.4/15.5/15.6

		<p>15.5 同时观察支架精细结构和血管壁的相互关系及造影剂通过状态配备</p> <p>15.6 提供导丝减影技术，即支架增强显示可去导丝显示，以更好的评估支架状况，（需提供临床图像证明）配备</p>	
5	<p>三、技术规格及要求</p> <p>■16、 16.1、 16.2、 16.3、16.4</p>	<p>■16、3D stent 冠脉支架三维成像（或实时冠脉路途）等类似功能配备；</p> <p>16.1 对冠状动脉支架进行术中3D 重建，而无需额外设备或成本，并且无需额外对比剂配备</p> <p>16.2 提供易于</p>	<p>■16、3D stent 冠脉支架三维成像（或实时冠脉路途）等类似功能配备；</p> <p>16.1 重建 3D 模型分辨率等类似功能：$\geq 512 \times 512 \times 512$； 删除参数 16.1、16.2 和 16.3；原 16.4 序号调整为 16.1。</p>

	<p>对图像进行解读的三维视图，并能够对重建支架进行快速测量配备</p> <p>16.3 重建支架在工作站上显示为 3D 对象，附带 3D 渲染视图和切片视图，二者均为支架横截面视图，支持支架直径和面积测量，同时还有两个沿支架轴的正交纵向视图等类似功能配备；</p> <p>16.4 重建 3D 模型分辨率等类似功能：$\geq 512 \times 512 \times 512$</p>	
--	--	--

3. 本项目提交投标文件截止时间暨开标时间变更为：2025 年 12

月 12 日 09:00（北京时间）

4. 招标文件其余要求内容不变。

更正日期：2025 年 11 月 27 日

三、其他补充事宜

此公告视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。本更正公告内容与原招标文件内容相冲突的部分，以本更正公告内容为准。请投标人及时下载。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：安徽医科大学第一附属医院

地址：合肥市蜀山区绩溪路 218 号

联系方式：0551-62922911

2. 采购代理机构信息

名称：安徽安天利信工程管理股份有限公司

地址：合肥市蜀山区蜀鑫路 69 号安徽安天利信工程管理股份有限公司(总部基地)706 室

联系方式：0551-63736296

3. 项目联系方式

项目联系人：张乐乐、李星志、杨安琪

电话：18205608476、15855420004、0551-63736296

4. 政府采购监督管理部门

名称：安徽省财政厅

地址：合肥市阜南西路 238 号

电话：0551-68150413