

首都医科大学附属北京天坛医院安徽医院电子内窥镜项目（项目编号ZF2025-36-1781）答疑澄清公告

各潜在投标人：

现将本项目投标人对招标文件技术参数提出的答疑问题澄清如下：

1、投标人提问：招标文件采购需求“一、图像处理器1台3. 图像传输方式：采用激光光学传输内镜图像， $\geq 8\text{GB/s}$ 的传输速率”设置不合理、具有针对性等相关事宜。

答：高速率激光传输可呈现更多细节信息，使图像更细腻，进一步增强绝缘强度，提高抗干扰性和稳定性。目前市面上：苏州富士胶片、深圳科思明德，江苏唯德康、上海澳华等多家品牌满足激光传输方式，该参数无倾向性和排他性，按原招标文件执行，不予修改。

2、投标人提问：招标文件采购需求“一、图像处理器1台10. 系统控制功能：主机系统通过 ≥ 10 英寸液晶显示屏控制平板，在控制平板上可调节和显示主机功能（至少包括电子放大倍数、测光模式、染色模式、调光模式、纹理色彩、轮廓强化、结构强化）”设置不合理、具有针对性等相关事宜。

答：主机系统通过 ≥ 10 英寸液晶显示屏控制平板，在控制平板上可调节和显示主机功能（至少包括电子放大倍数、测光模式、染色模式、调光模式、纹理色彩、轮廓强化、结构强化）满足本参数的有：深圳科思明德，江苏唯德康、上海澳华、苏州富士胶片等多个品牌，该参数无倾向性和排他性，按原招标文件执行，不予修改。

3、投标人提问：招标文件采购需求“一、图像处理器1台12. 无线连接插拔：一键式热插拔，采用无线供电方式，非金属触点式。”设置不合理、具有针对性等相关事宜。

答：满足本参数的有：奥林巴斯、苏州富士胶片、深圳科思明德，江苏唯德康、上海澳华等多个品牌，该参数无倾向性和排他性，按原招标文件执行，不予修改。

4、投标人提问：招标文件采购需求“三、高清电子检查胃镜：2根4. 有效工作长度 $\geq 1080\text{mm}$ ，具有前副送水功能”设置不合理、具有针对性等相关事宜。

答：本参数为常规参数要求，胃镜有效长度 $\geq 1080\text{mm}$ 可以更好的覆盖全消化道检查需求，提升操作安全性与便利性，适配临床常规及特殊场景，多家品牌满足本参数要求如：苏州富士胶片、上海澳华、深圳科思明德，江苏唯德康等，该参数无倾向性和排他性，按原招标文件执行，不予修改。

招标文件与本公告冲突之处，以公告为准。其余不变，特此通知。

安徽省招标集团股份有限公司

2025年11月28日