

上海市第六人民医院安徽医院采购经颅多普勒超声分析仪更正公告

一、项目基本情况

项目编号：FS34000120256173号/ZF2025-32-1212

项目名称：上海市第六人民医院安徽医院采购经颅多普勒超声分析仪

首次公告日期：2025年9月5日

二、更正信息

更正事项：☒ 采购公告 ☒ 采购文件 ☐ 采购结果

更正内容：

1、本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中“2、1.6MHz手持探头、4MHz手持探头”现更正为“2、手持探头1.6MHz或2.0MHz 探头、4MHz手持探头”。

2、本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中“3、扁平1.6M Hz宽频探头监护探头、监护头架（带自动追踪功能）”现更正为“3、1.6MHz/2MHz监护探头、监护头架”。

3、本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中“★4、容积夹技术下的逐波血压测量”现更正为“★4、容积夹技术下或血管卸荷技术下的逐波血压测量”。

4、本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中“9、动态M模：记录原始血流信息，任何状态下可以实现每1mm间隔的血流信息回放、测量，回放数据在任何电脑上都可以播放”现更正为“9、动态M模：记录原始血流信息，可以实现每 1mm 间隔的血流信息回放、测量，回放数据在任何电脑上都可以播放”。

5、本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中“10、IWM POWER PEAK实时输出与显示：血红细胞强度加权平均值IWM、能量Power以及峰值血流速度Peak连续曲线显示与输出，IWM血红细胞数量最大值、最小值与平均值定性分析与计算”现更正为“10、IWM POWER PEAK实时输出与显示：血红细胞强度加权平均值 IWM 以及峰值血流速度Peak连续曲线显示与输出，IWM血红细胞数量最大值、最小值与平均值定性分析与计算”。

6、本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中删除“12、高度校准，可使用高度校准器实时测量手指与心脏高度差，对采集到的血压进行高度校准，补偿该高度差引起手指血压变化”。

7、本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中“16、ICM+软件，可实时读取数字输出的血压、脑血流数据，并计算Mx数据”现更正为“16、多模态系统软件，可实时读取数字输出的血压、脑血流数据，并计算 Mx数据”。

8、本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中“★17、检测参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、SBI、HITS、TI、Dmean指数、lindegaard指数、phase、coherence、gain指数；SYS（收缩压），DIA（舒张压），MAP（平均压），IBI（间隔时间），HR（心率），LVET（左室射血时间），SV（心搏量），CO（心输出量）。”现更正为“★17、检测参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、SBI、HITS、TI、Dmean 指数、lindegaard指数、phase、coherence、gain指数；SYS(收缩压)，DIA(舒张压)，MAP(平均压)，HR(心率)，SV(心搏量)，CO(心输出量)”。

9、本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中删除“★21、智能性：具备自动滤波功能，AI基线、AI标尺可自适应调节”。

10、本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中删除“23、全自动监护探头及跟踪系统，可实现：自动搜索、自动扫描、自动跟踪。”。

11、本项目招标文件第三章商务条款中“5、配置要求：2、手持探头1.6M Hz探头2个；4、1.6M Hz全自动监护探头2个；5、全自动监护头架1个；6、具有‘三防’功能硅胶小键盘 1个；10、高度校准器 1个”，现更正为“5、配置要求：2、手持探头1.6M Hz或2.0M Hz探头2个；4、1.6M Hz或2M Hz监护探头2个；5、TCD专用监护头架1个；6、具有TCD专用小键盘1个；10、高度校准器或指套控制器1个”。

12、本项目招标文件第四章 资格审查和评标办法（综合评分法）中技术参数及要求“《第三章 采购需求及技术规格要求中》中（二）、技术要求内容评审明细如下：（1）标注“★”条款的技术指标为重要指标项，每满足（或优于）一项，加5分；本小项满分20分；（2）无标识项的为一般指标项，每满足（或优于）一项，加0.8分；本小项满分16分。”现更正为“《第三章 采购需求及技术规格要求中》中（二）、技术要求内容评审明细如下：（1）标注“★”条款的技术指标为重要指标项，每满足（或优于）一项，加5分；本小项满分15分；（2）无标识项的为一般指标项，每满足（或优于）一项，加1.2分；本小项满分21.6分。”。

13、本项目招标文件第四章 资格审查和评标办法（综合评分法）中应急服务措施“根据投标人投标文件中提供的应急预案，包括但不限于根据投标人对发生突发事件和紧急事件时的应急预案的完善性、合理性、可行性、针对性的材料等，由评标委员会进行综合评审：（1）方案内容详细具体，涉及内容全面清晰，方案的针对性和操作性非常完善的，得3分；（2）方案内容能够满足采购项目后期突发状况要求，方案具有可行性的，得2分；（3）方案响应中包含应急预案，但缺少对项目突发紧急情况的针对性的，得1分；（4）未提供的，不得分。”现更正为“根据投标人投标文件中提供的应急预案，包括但不限于根据投标人对发生突发事件和紧急事件时的应急预案的完善性、合理性、可行性、针对性的材料等，由评标委员会进行综合评审：（1）方案内容详细具体，涉及内容全面清晰，方案的针对性和操作性非常完善的，得2.4分；（2）方案内容能够满足采购项目后期突发状况要求，方案具有可行性的，得2分；（3）方案响应中包含应急预案，但缺少对项目突发紧急情况的针对性的，得1分；（4）未提供的，不得分。”。

14、原提交投标文件截止时间（开标时间）延期至：2025年10月21日09点00分（北京时间）

更正日期：2025年09月23日

三、其他补充事宜

1. 本项目实施全流程电子化交易，投标文件实施网上远程解密，投标人无需前往开标现场。
2. 此公告视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。请投标人及时下载。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：安徽省立医院

地 址：安徽省合肥市庐阳区庐江路17号

联系方式：0551-62282541

2. 采购代理机构信息

名 称：安徽省招标集团股份有限公司

地 址：安徽省合肥市包河区紫云路888号安徽省招标集团总部基地

联系方式：15905605972

3. 项目联系方式

项目联系人：安丽、于淮淮

电 话：18010874352