

安徽省公安教育研究院（公安学院筹备处）物证技术实训室二期项目更正公告

一、项目基本情况

项目编号：ZF2025-32-1020（采购任务书编号：FSKY34000120255083号）

项目名称：安徽省公安教育研究院（公安学院筹备处）物证技术实训室二期项目

首次公告日期：2025年7月18日

二、更正信息

更正事项： 采购公告 采购文件 采购结果

更正内容：

（一）▲超高效液相色谱三重四级杆质谱联用仪中第3.2.1项硬件设计，（3）离子传输：专利双六极杆设计（气压梯度降低5个数量级，距离<90mm）；超微离子滤片（1mm）消除节点效应；免卸真空清洁维护。现变更为：（3）离子传输：双六极杆设计（气压梯度降低5个数量级，距离<90mm）；超微离子滤片（1mm）消除节点效应；免卸真空清洁维护。

（二）▲超高效液相色谱三重四级杆质谱联用仪中第3.2.2项核心组件，（2）碰撞池：专利扭旋渐缩六极杆+涡旋气流，驻留时间<1ms，零记忆效应。现变更为：（2）碰撞池：扭旋渐缩六极杆+涡旋气流，驻留时间<1ms，零记忆效应。

（三）原子吸收仪的第3.1项光学系统与检测器，实时双光束光路设计，波长范围184~900nm；全谱阵列式CCD固态检测器，含CMOS电荷放大器，支持样品/参比光束同步检测；狭缝宽度及高度自动优化，光栅刻线密度≥1800条/mm。现变更为：实时双光束光路设计，波长范围184~900nm；全谱阵列式CCD固态检测器，支持样品/参比光束同步检测；狭缝宽度及高度自动优化，光栅刻线密度≥1800条/mm。

（四）体式显微镜的第4.1项主体配置（3），1X平场复消色差物镜1个，现变更为：1X平场物镜1个

（五）体式显微镜的第4.2项成像系统（1），原厂2000万像素CMOS相机（含C型接口适配器）1个，现变更为：物理像素≥590万像素。

（六）招标文件第三章中关于无标识项参数的评审，招标文件原要求不作为评审项，现变更为无标识项参数有10条及以上不响应的，则视为无效投标。

（七）本项目开标时间及投标截止时间发生变更，变更后的时间如下：2025年8月22日上午9时30分。

（八）除上述内容外，招标文件中其他内容不做调整。

更正日期：2025年8月6日

三、其他补充事宜

1. 本项目实施全流程电子化交易，投标文件实施网上远程解密，投标人无需前往开标现场。
2. 此公告视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。请投标人及时下载。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：安徽省公安教育研究院（安徽公安学院筹备处）

地址：安徽省巢湖市黄麓镇安徽公安学院

联系方式：0551—65382383

2. 采购代理机构信息

名称：安徽省招标集团股份有限公司

地 址：安徽省合肥市包河区紫云路888号安徽省招标集团总部基地

联 系 方 式：0551-66061411、0551-66061410

3. 项目联系方式

项目联系人：杨跃宇、汪宪宜

电 话：18005608188、18130587667