

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：ZF2026-13-0754

原公告的采购项目名称：安徽省荣军康复医院优抚事业单位补助资金医疗设备购置项目

首次公告日期：2026年7月20日

二、更正信息

更正事项：☒采购公告 ☒采购文件 ☐采购结果

更正内容：

1. 本项目招标文件第三章采购需求三、货物需求中序号1电子胃肠镜系统参数“★19. 主机兼容性：兼容同品牌高清胃肠镜、超声内镜、十二指肠镜、小肠镜、内科胸腔镜、气管镜。”更正为：“★19. 主机兼容性：兼容同品牌高清胃肠镜、超声内镜、十二指肠镜、气管镜。”

2. 本项目招标文件第三章采购需求三、货物需求中序号2高频手术系统参数“17. 硬件升级：可升级同品牌冲洗泵。”更正为：“17. 硬件升级：可升级配套冲洗泵。”

3. 本项目招标文件第三章采购需求三、货物需求中序号2高频手术系统参数“18. 硬件升级：为科室将来开展的手术需求，主机必须能够升级同品牌水刀模块。”更正为：“18. 硬件升级：为科室将来开展的手术需求，主机能够升级水刀模块或匹配水刀系统。”

4. 本项目招标文件第四章评标方法和标准（综合评分法）2.4详细审查评分细则第一项所投产品技术参数及要求响应情况中“3. 根据投标文件与招标文件要求的一般参数（未标记“#”、“★”的技术参数）偏离情况进行评审。一般参数如有三项及以上不能满足，视为未实质性响应采购需求。”更正为：“3. 根据投标文件与招标文件要求的一般参数（未标记“#”、“★”的技术参数）偏离情况进行评审。一般参数如有五项以上不能满足，视为未实质性响应采购需求。”

5. 原采购公告、采购文件中提交投标文件截止时间、开标时间“2026年8月17日14点30分（北京时间）”现变更为：“2026年9月2日14点30分（北京时间）”。

更正日期：2026年8月13日

三、其他补充事宜

1. 本项目相关信息同时在“安徽省政府采购网、优质采招标采购平台（www.yzczb.com）和优质采云采购平台（www.youzhicai.com）”等媒介上发布；

2. 此公告视同采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：安徽省荣军康复医院

地 址：桐城市文昌大道与文四路交叉口

联系方式：朱森林，13013173399

2. 采购代理机构信息

名 称：安徽省招标集团股份有限公司

地 址：安徽省合肥市包河区紫云路888号

联系人：常玲

联系方式：0551-66061280、15715512699

应急客服电话：0551-66061275（接听时间：8:30-12:00,13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人应优先拨打联系人联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）

3. 项目联系方式

项目联系人：朱森林（采购人代表）、常玲（代理机构）

电 话：13013173399，15715512699