

中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）采购移动内镜系统项目（二次）更正公告

一、项目基本情况

项目编号：FS34000120257530号/ZF2025-32-1986

项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）采购移动内镜系统项目（二次）

首次公告日期：2025年11月26日

二、更正信息

更正事项：☐ 采购公告 ☒ 采购文件 ☐ 采购结果

更正内容：

1、本项目招标文件第三章采购需求中商务条款中的配置要求现删除超细肠镜1个。

2、本项目招标文件第三章采购需求中删除以下参数“

四、超细电子肠镜（1根）

4.1、导光部一键式拔插设计，支持内镜热插拔，全密封设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒

4.2、视野角 $\geq 170^{\circ}$ ；

4.3、景深：2-100mm；

4.4、头端部外径 $\leq 9.8\text{mm}$ ；

4.5、插入部主软管外径 $\leq 9.8\text{mm}$ ；

★4.6、钳道孔内径： $\geq 3.2\text{mm}$ ；

★4.7、弯曲角度：上 $\geq 210^{\circ}$ 、下 $\geq 180^{\circ}$ ，左、右 $\geq 160^{\circ}$ ；

4.8、有效工作长度 $\geq 1350\text{mm}$ ；

4.9、可变硬度：0-4档可调节

4.10、智能按键：操作手柄具有快捷按键，可自定义功能按键，且不少于4个；

4.11. 具备向前副送水功能。”

三、本项目第四章资格审查和评标办法中技术参数及要求“《第三章 采购需求及技术规格要求中的

技术参数内容》中二、技术要求内容评审明细如下：（1）标注“★”条款的技术指标为关键指标项，每满足（或优于）一项，加2分；本小项满分22分；（2）无标识项的为一般指标项，每满足（或优于）一项，加0.25分；本小项满分12分。”，现更正为“《第三章 采购需求及技术规格要求中的技术参数内容》中二、技术要求内容评审明细如下：（1）标注“★”条款的技术指标为关键指标项，每满足（或优于）一项，加2.5分；本小项满分22.5分；（2）无标识项的为一般指标项，每满足（或优于）一项，加0.3分；本小项满分11.7分。”

四、本项目第四章资格审查和评标办法中应急服务措施“投标人提供应急预案，包括但不限于根据投标人对发生突发事件和紧急事件时的应急预案的完善性、合理性、可行性、针对性的材料等，由评标委员会进行综合评审：（1）方案内容详细具体，涉及内容全面清晰，方案的针对性和操作性非常完善的，得4分；（2）方案内容能够满足采购项目后期突发状况要求，方案具有可行性的，得2分；（3）方案响应中包含应急预案，但缺少对项目突发紧急情况的针对性的，得1分；（4）未提供的，不得分。”，现更正为“投标人提供应急预案，包括但不限于根据投标人对发生突发事件和紧急事件时的应急预案的完善性、合理性、可行性、针对性的材料等，由评标委员会进行综合评审：（1）方案内容详细具体，涉及内容全面清晰，方案的针对性和操作性非常完善的，得3.8分；（2）方案内容能够满足采购项目后期突发状况要求，方案具有可行性的，得2分；（3）方案响应中包含应急预案，但缺少对项目突发紧急情况的针对性的，得1分；（4）未提供的，不得分。”

更正日期：2025年12月1日

三、其他补充事宜

1. 本项目实施全流程电子化交易，投标文件实施网上远程解密，投标人无需前往开标现场。
2. 此公告视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。请投标人及时下载。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：安徽省立医院

地 址：安徽省合肥市庐阳区庐江路17号

联系方式：0551-62282541

2. 采购代理机构信息

名 称：安徽省招标集团股份有限公司

地 址：安徽省合肥市包河区紫云路888号安徽省招标集团总部基地

联系方式：安丽、于滩滩0551-66061413、0551-66061414

3. 项目联系方式

项目联系人：安丽、于潍潍

电 话：15905605972、18010874352

应急客服电话：0551-62220153（接听时间：8:30-12:00,13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人/供应商应优先拨打联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”。