

安徽医科大学第一附属医院DSA采购项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：ZF2025-36-1592

原公告的采购项目名称：安徽医科大学第一附属医院DSA采购项目

首次公告日期：2025年10月15日

二、更正信息

更正事项：☒采购公告 ☒采购文件 ☐采购结果

更正内容：

1、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表参数中“3.1.2 触摸屏具备医生账户定制功能，可自由输入姓名：配备”，删除此条参数。

2、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表参数中“3.1.3在触屏具备控制图像采集、图像查看、剂量设置、机架角度储存及自动定位、主机高级应用调用、后处理工作站高级应用调用：配备”现更正为：“3.1.3在触屏具备控制图像采集、图像查看、剂量设置、机架角度储存及自动定位、主机高级应用调用：配备”。

3、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表参数中“5.1 球管阳极热容量： $\geq 3.3\text{MHU}$ ”现更正为：“5.1 球管阳极热容量： $\geq 3.0\text{MHU}$ ”。

4、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表参数中“1.3机架运动包括电动和手动两种方式 配备”现更正为“1.3机架运动包括电动或手动两种方式 配备”；

5、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表参数中“2.1.9床宽度： $\geq 46\text{cm}$ ”现更正为“2.1.9床宽度： $\geq 45\text{cm}$ ”；

6、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表参数中“4.6最短曝光时间： $\leq 0.5\text{ms}$ ”修改为“4.6最短曝光时间： $\leq 1\text{ms}$ ”；

7、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表参数中“5.3最大阳极冷却速率： $\geq 600\text{kHU/min}$ ”修改为“5.3最大阳极冷却速率： $\geq 405\text{kHU/min}$ ”；

8、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表参数中“5.4球管阳极散热率： $\geq 5500\text{W}$ ”修改为“5.4球管阳极散热率： $\geq 5000\text{W}$ ”；

9、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表参数中“5.5金属陶瓷外壳 配备”修改为“5.5 金属或陶瓷外壳 配备”；

10、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表参数中“5.7 10分钟透视功率 $\geq 4000\text{W}$ ”修改为“5.7 10分钟透视功率 $\geq 3500\text{W}$ ”；

11、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表参数中“5.8球管阳极转速 ≥ 4600 转/分钟”修改为“5.8球管阳极转速 ≥ 4200 转/分钟”

12、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表参数中“6.3 ≥ 6 种物理成像视野，以适应不同部位介入需要 配备”修改为“6.3 ≥ 5 种物理成像视野，以适应不同部位介入需要 配备”；

13、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表参数中“6.8平板探测器上具备控制平板升降、C臂旋转和机架运动的按键，按键 ≥ 3 组 配备”，此条参数删除；

14、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表参数中“12.4具有遥控器 配备”，此条参数删除；

15、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表参数中“15.8提供能够同时从内和从外观察血管的壳状重建功能（提供病例图像） 配备”，此条参数删除；

16、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表参数中“16.2插入铜滤片数 ≥ 5 片”修改为“16.2插入铜

滤片数≥3片”。

17、招标文件第四章资格审查和评标办法（综合评分法） 第二节评标办法--2、详细评审表 产品的技术参数（35分）中“3）根据投标文件与招标文件要求的一般参数(无标识技术参数)偏离情况进行评分。一般技术参数条款评审得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷一般技术参数条款的总数量）×一般技术参数设定分值，保留小数点后两位，一般技术参数条款的总数量为140项，满分24分”现更正为：“3）根据投标文件与招标文件要求的一般参数(无标识技术参数)偏离情况进行评分。一般技术参数条款评审得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷一般技术参数条款的总数量）×一般技术参数设定分值，保留小数点后两位，一般技术参数条款的总数量为136项，满分24分”。

18、招标文件第三章采购需求 付款方式中“合同生效后，预付合同款的70%(中标人向采购人提交等额的预付款保函或其他担保措施后，见索即付，担保期限不少于合同履行期限)。设备完成安装并验收合格后开具全额发票，按医院付款流程支付至合同总价的100%”现更正为：“合同生效后，预付合同款的70%（中标人向采购人提交等额的预付款保函或其他担保措施，见索即付，期限至设备到达采购人指定地点时），设备完成安装并验收合格后开具全额发票后七个工作日内支付至合同总价的100%”

19、本项目提交投标文件截止时间、开标时间延期至2025年11月20日9点30分（北京时间）。

更正日期：2025年11月05日

三、其他补充事宜

本项目相关信息同时在“安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）、中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）、优质采云采购平台（网址：www.youzhicai.com）、优质采招标采购平台（www.yzczb.com）”等媒介上发布；

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：安徽医科大学第一附属医院

地 址：合肥市绩溪路218号

联系方式：0551-62922911

2. 采购代理机构信息（如有）

名 称：安徽省招标集团股份有限公司

地 址：安徽省合肥市包河区紫云路888号

联系方式：应急客服电话：0551-62220153（接听时间：8:30-12:00,13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人应优先拨打联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）

3. 项目联系方式

项目联系人：李星、程椿、倪孟杰、施雨朦

电 话：0551-66061350、66061352、66061356、66061355、18256096609（无人接听可短信留言）

五、附件

1. 安徽医科大学第一附属医院DSA采购项目更正公告

2. 原招标文件