

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：ZF2026-35-0793

原公告的采购项目名称：安徽省产品质量监督检验研究院重点工业品安全检验检测设备更新项目
(四)

首次公告日期：2026年7月13日

二、更正信息

更正事项：采购公告、采购文件

更正内容：

1. 本项目第1包序号2“气相色谱质谱联用仪”技术参数及要求修改如下：

(1) ★1.10修改为“★1.10可通过在智能手机的浏览器或电脑端远程访问气相色谱仪（投标文件中提供智能手机或电脑端远程访问的截图证明）”。

(2) ●4.6修改为“●4.6. 具有氦气消除技术或其他功能设计以消除碰撞池中性噪音”。

(3) ★4.11修改为“★4.11四极杆质量分析器：采用加热技术或其他抗污染设计（投标文件中提供产品说明书佐证）”。

2. 本项目第2包序号7“电感耦合等离子体发射光谱仪”技术参数及要求修改如下：

(1) 光学分光系统中1.2修改为“1.2波长覆盖167nm~852nm，单次曝光一次性捕获全波段完整光谱，无需分段多次扫描”。

(2) 光学分光系统中1.3修改为“1.3 具备深紫外高灵敏采集功能，紫外增强区间覆盖167nm~240nm，大幅提升 Pb、Cd、As、Sb、Hg 等纺织品限控有毒元素紫外灵敏度”。

(3) 固态检测器系统中2.1修改为“2.1采用CID或CCD检测器，像素阵列 $\geq 2048 \times 2048$ ， $\geq 12 \mu\text{m} \times 12 \mu\text{m}$ ”。

(4) 工作站分析软件系统中7.1修改为“7.1整机所有硬件参数软件全自动一体化控制”。

3. 本项目第3包序号1“气相色谱仪”技术参数及要求修改如下：

(1) ★1.5修改为“★1.5可通过在智能手机的浏览器或电脑端远程访问气相色谱仪（投标文件中提供智能手机或电脑端远程访问的截图证明）”。

4. 本项目第3包序号2“气相色谱质谱联用仪”技术参数及要求修改如下：

(1) ●1.10修改为“●1.10可通过在智能手机的浏览器或电脑端远程访问气相色谱仪”。

(2) ★4.3修改为“★4.3 CI源正负模式可以在软件进行切换，无需进行手动切换。（投标文件中提供软件功能截图，佐证具备正负模式切换功能）”。

(3) ●4.7修改为“●4.7. 具有氦气消除技术或其他功能设计以消除碰撞池中性噪音”。

(4) ★4.12修改为“★4.12四极杆质量分析器：采用加热技术或其他抗污染设计（投标文件中提供产品说明书佐证）”。

5. 第3包序号5“全自动影像仪2”（四）主要配置中8修改为“8、一套毛皮标准样品”。

6. 本项目所有标包提交投标文件截止时间、开标时间延期至2026年8月19日10点00分（北京时间）。

更正日期：2026年7月30日

三、其他补充事宜

此公告视同采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。请投标人及时下载。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：安徽省产品质量监督检验研究院

地址：合肥市包河经济开发区延安路13号

联系方式：0551-63356422

2. 采购代理机构信息

名称：安徽省招标集团股份有限公司

地址：安徽省合肥市包河区紫云路888号

联系方式：0551-66061495

3. 项目联系方式

项目联系人：李真、裴风铃

电话：0551-66061495