

上海市第一人民医院蚌埠医院第一批医疗设备采购项目（七）更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：ZF2025-35-0506

原公告的采购项目名称：上海市第一人民医院蚌埠医院第一批医疗设备采购项目（七）

首次公告日期：2025 年 4 月 14 日

二、更正信息

更正事项：☐采购公告☒采购文件☐采购结果

更正内容：

1、招标文件第三章采购需求 02 包电子鼻咽喉镜技术参数“2.1 视野角： $\geq 90^\circ$ ”修改为“2.1 视野角： $\geq 80^\circ$ ”。

2、招标文件第三章采购需求 02 包电子鼻咽喉镜技术参数“★2.5 有效长度： $\geq 365\text{mm}$ ”修改为“★2.5 有效长度： $\geq 300\text{mm}$ ”。

3、招标文件第三章采购需求 02 包电子鼻咽喉镜技术参数“★2.7 弯曲部弯曲角：向上 $\geq 130^\circ$ 向下 $\geq 130^\circ$ 向左 $\geq 70^\circ$ 向右 $\geq 70^\circ$ ”修改为“★2.7 弯曲部弯曲角：向上 $\geq 130^\circ$ 向下 $\geq 130^\circ$ ”。

4、招标文件第三章采购需求 02 包电子鼻咽喉镜技术参数“2.8 镜柄有 ≥ 3 个按钮，可预设多种功能”修改为“2.8 镜柄有 ≥ 2 个按钮，可预设多种功能”。

5、招标文件第三章采购需求 02 包电子鼻咽喉镜技术参数“★2.10 支持窄波光成像技术”修改为“★2.10 具有特殊光成像或染色功能”

6、本项目提交投标文件截止时间、开标时间延期至 2025 年 5 月 13 日下午 14:00。

更正日期：2025 年 4 月 28 日

三、其他补充事宜

本更正公告为采购文件组成部分，与采购文件具有同等法律效力。之前发布的文件与本公告不一致的，以本公告为准。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：蚌埠医学院第二附属医院

地址：安徽省蚌埠市龙华路 633 号

联系方式：桑老师、0552-3973917

2. 采购代理机构信息

名称：安徽省招标集团股份有限公司

地址：合肥市包河大道 236 号

联系方式：应急客服电话：0551-62220153（接听时间：8:30-12:00, 13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人应优先拨打项目联系人联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）

3. 项目联系方式

项目联系人：方蕾、白子强

电 话：0551-63799361、15255163136