

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：ZF2026-36-0623

原公告的采购项目名称：蚌埠医科大学第一附属医院血液透析机采购项目

首次公告日期：2026年6月10日

二、更正信息

更正事项：☒采购公告 ☒采购文件 ☐采购结果

更正内容：

1、招标文件“第三章 采购需求”中“4.2技术要求表”调整为：

序号	血液透析机招标技术参数
一	功能要求
1	适用于血液透析、单纯超滤、序贯透析等治疗。
2	具有碳酸透析、醋酸透析、干粉透析功能。
3	液晶显示屏≥10英寸,中文操作界面。
★4	提供无创式血压监测功能，可测量收缩压、舒张压、平均动脉压、脉搏，数据直观显示在屏幕上。
★5	提供非侵入式联机清除率监测功能，无需额外耗材及额外实验室诊断方法。
6	提供细菌过滤器。
7	机器具有嵌入式托盘。
★8	具备B干粉支架及B液吸液口，治疗过程中可随意选择。

■9	具有数据管理系统，通过有线或无线与医院血透信息系统联网，费用包含在投标总价中。
■10	具有双容量平衡超滤控制系统。
11	设备适用于各种规格透析液配方。
■12	设备需可显示并实时调整基础钠值，处方钠值或具备钠离子曲线调节功能。
13	每次使用前具有完整的安全自检功能，包括监视系统、密闭系统、警示系统等。
14	断电保护：内置UPS电源，确保血泵、肝素泵及所有监测功能正常运转至少30min，且数据不丢失。
15	具有气泡检测功能。
■16	静脉壶液面自动调整，并提供按键式静脉壶液面调整功能。
17	具有可调钠曲线和超滤曲线。
■18	程序化一键自动消毒：全自动的化学消毒/热消毒，热化学消毒集消毒、脱钙、冲洗一体化一键≤40分钟；A、B液吸管插回机器，连同机器执行清洗及消毒。
二	性能指标
1	血泵：血流量100~600ml/min，精确度±10%。
■2	动脉压监测显示范围：-300~+280mmHg，精确度±10mmHg；静脉压监测显示范围：-50~+380mmHg，精确度±10mmHg；跨膜压监测显示范围：-60~+500mmHg；精确度±20mmHg。

3	肝素泵流量范围：0~10ml/h，单次追加剂量0.1-5ml，可用注射器型号20ml。
★4	配置在线血压监测：收缩压：60~+250mmHg；舒张压：40~+200mmHg；平均动脉压：45~+235mmHg；精度±3mmHg。
5	透析液流量、温度、浓度、电导度可调。
6	超滤：超滤率0~4000ml/h，精度±1%，对透析器的超滤系数无限制。
7	漏血探测精度：≤0.5 ml/min血液。
■8	联机清除率K精确度±5%或联机清除率Kt/V显示精度±10%。
*9	配备在线血温监测，在线血容量监测。
三	耗材及其他要求
*1	原厂细菌过滤器单独报价，且不得高于1000元/套。同时使用2支及以上细菌过滤器的视为一套。

2、评分办法中“产品的技术参数（34分）”评分标准更改为：“1. 根据投标文件与招标文件要求实质性响应参数（标记“*”的技术参数）的偏离情况进行评审。技术支持资料显示不满足招标文件要求的或未提供技术支持资料的，投标将被否决；2. 根据投标文件与招标文件要求重要参数（标记“★”的技术参数）的偏离情况进行评审，每满足一项得5分，共4项，满分20分。3. 根据投标文件与招标文件要求的普通参数（标记“■”的技术参数）的偏离情况进行评审，每满足一项得2分，共7项，满分14分。4. 其他无标识项，大于5项负偏离的投标将被否决。技术资料：对于标注“*”号项参数、“★”和“■”参数技术参数/条款的响应情况，以招标文件明确要求的材料为准，如未明确证明材料的类型，则以技术支持资料作为评审依据，技术支持资料包括：制造商公开发布的资料或产品技术白皮书或产品彩页或产品制造商出具的加盖公章的证明材料或检测机构出具的检测报告为准。若所投产品制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。为便于评审，投标供应商对证明材料中的关键参数进行标注。”

另，本项目提交投标文件截止时间、开标时间延期至2026年8月18日10点00分（北京时间）。

更正日期：2026年7月31日

三、其他补充事宜

本项目相关信息同时在“安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）、中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）、优质采云采购平台（www.youzhicai.com）、优质采招标采购平台（www.yzczb.com）”等媒介上发布；

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：蚌埠医科大学第一附属医院

地 址：安徽省蚌埠市长淮路287号

联系方式：0552-3086506

2. 采购代理机构信息（如有）

名 称：安徽省招标集团股份有限公司

地 址：安徽省合肥市包河区紫云路888号

联系方式：应急客服电话：0551-62220153（接听时间：8:30-12:00,13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人应优先拨打联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）

3. 项目联系方式

项目联系人：俞云龙、倪孟杰、施雨朦、章永兴

电 话：0551-66061348、0551-66061352、0551-66061355、15255522615（无人接听可短信留言）

五、附件

1. 蚌埠医科大学第一附属医院血液透析机采购项目更正公告03

2. 原招标文件