

安徽省省属高校政府采购 科研仪器设备类采购项目 公开招标文件

项目名称：安徽大学集成电路先进材料与技术研究设施创新平台设备更新-半导体器件加工设备采购项目

项目编号：ZF2026-35-0886（采购任务书编号：FSKY34000120267421号）

采 购 人：安徽大学

采购代理机构：安徽省招标集团股份有限公司

2026年8月

目 录

第一章	招标公告.....	3
第二章	投标人须知.....	7
第三章	采购需求.....	35
第四章	评标方法和标准（综合评分法）.....	59
第五章	采购合同.....	71
第六章	投标文件格式.....	83
附件 1	政府采购供应商质疑函范本.....	113
附件 2	大中小微企业划分标准.....	115

第一章 招标公告

项目概况

安徽大学集成电路先进材料与技术研究设施创新平台设备更新-半导体器件加工设备采购项目招标项目的潜在投标人应在优质采云采购平台（www.youzhicai.com）获取采购文件，并于 2026 年 9 月 9 日 10 点 00 分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZF2026-35-0886（采购任务书编号：FSKY34000120267421 号）

项目名称：安徽大学集成电路先进材料与技术研究设施创新平台设备更新-半导体器件加工设备采购项目

预算金额：第 1 包：1700 万元；第 2 包：1400 万元；第 3 包：405 万元

最高限价：第 1 包：1700 万元；第 2 包：1400 万元；第 3 包：405 万元

采购需求：安徽大学集成电路先进材料与技术研究设施创新平台设备更新-半导体器件加工设备采购项目，采购科研仪器设备一批，具体详见采购文件。

合同履行期限：自合同签订且收到采购人通知之日起：①第 1 包中高能量离子注入机产品：240 个日历日内完成供货、安装、调试及验收等全部工作；②第 1 包其余产品、第 2 包、第 3 包全部产品：180 个日历日内完成供货、安装、调试及验收等全部工作。

本项目是否接受联合体投标：否

二、投标人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

本项目符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第三款之规定，**为非专门面向中小企业采购项目。**

具体原因如下：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞

争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。如对此项内容有疑问，可通过书面方式进行质疑。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 投标人不得存在以下不良信用记录情形之一：

- ① 投标人被人民法院列入失信被执行人名单的；
- ② 投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
- ③ 投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；
- ④ 投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

3.2 第 1 包投标人还须符合以下任一条件：

① 投标人为所投高能量离子注入机产品制造商的：所投高能量离子注入机产品未取得豁免备案证明的，制造商须具有有效的《辐射安全许可证》（种类和范围至少包含：生产、销售Ⅲ类以上射线装置）；所投高能量离子注入机产品取得豁免备案证明的，须提供监管部门发放的豁免备案证明，无需提供《辐射安全许可证》。

② 投标人非所投高能量离子注入机产品制造商的：所投高能量离子注入机产品未取得豁免备案证明的，投标人须具有有效的《辐射安全许可证》（种类和范围至少包含：销售Ⅲ类以上射线装置），且所投产品制造商须具有有效的《辐射安全许可证》（种类和范围至少包含：生产Ⅲ类以上射线装置）；所投高能量离子注入机产品取得豁免备案证明的，须提供监管部门发放的豁免备案证明，无需提供《辐射安全许可证》。

三、获取招标文件

时间：2026 年 8 月 19 日至 2026 年 8 月 26 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：在获取时间内登录优质采云采购平台（www.youzhicai.com）下载

方式：详见“全流程电子招标采购具体要求”

售价：本项目免收招标文件费用

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026 年 9 月 9 日 10 点 00 分（北京时间）

地点：在提交截止时间前将加密的电子投标文件上传至电子交易系统，逾期提交的，电子交易系统将拒收。投标文件制作、加密及提交要求详见“全流程电子招标采购具体要求”。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策。

2. 本次招标公告同时在安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）、优质采云采购平台（www.youzhicai.com）、优质采招标采购平台（www.yzczb.com）上发布。

3. 电子化交易要求：

（1）潜在投标人/供应商须登录“优质采云采购平台”（网址：www.youzhicai.com，以下称“优质采平台”）参与本项目招标采购活动。首次登录须办理注册手续，请务必选择注册为“投标人角色”类型。注册流程见优质采平台“用户注册”栏目，咨询电话：400-0099-555。因未及时办理注册手续影响参加招标采购活动的，责任自负。

（2）已注册的潜在投标人/供应商可登录优质采平台获取招标采购文件，本项目的招标采购文件及其他资料（含澄清、答疑及相关补充文件）通过优质采平台发布，采购人/代理机构不再另行书面通知，潜在投标人/供应商应及时关注、查阅优质采平台。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。

（3）已注册的潜在投标人/供应商若注册信息发生变更（如：与初始注册信息不一致），应及时网上提交变更申请。因未及时变更导致不利后果的，责任自负。

（4）本项目采用全流程电子化招标采购方式，潜在投标人/供应商须办理 C

A 数字证书（以下简称 CA），CA 用于电子投标/响应文件的签章及上传（上传投标/响应文件需使用 CA 进行加密）；CA 办理详见《关于优质采平台数字证书办理的须知》（http://www.youzhicai.com/nd/a_8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045.html）；咨询热线：0551-62220091、400-0099-555。

（5）潜在投标人需使用优质采“投标文件编制工具 V3.0（智能交易系统适配版）”（以下简称“投标工具”）制作电子投标文件，下载地址：<https://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip>。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：安徽大学

地 址：合肥市经开区九龙路 111 号

联系方式：0551-63861283

2. 采购代理机构信息

名 称：安徽省招标集团股份有限公司

地 址：合肥市包河区紫云路 888 号

联系方式：0551-66061492

3. 项目联系方式

项目联系人：程星、李真、裴风铃

电 话：0551-66061492

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

条款号	条款名称	内容、说明与要求
3.1	采购人	安徽大学
3.2	采购代理机构	安徽省招标集团股份有限公司
3.3	政府采购监督管理部门	安徽省财政厅
3.4.4	是否允许采购进口产品	详见采购需求，如是，进口科研仪器设备实行备案制管理
3.4.5	是否为专门面向中小企业采购	☐ 是 ☒ 否
3.5	是否允许联合体参加投标	☐ 是 ☒ 否
4.3	资金来源	财政资金
7.3	现场考察	☒ 不组织，投标人自行考察 ☐ 统一组织 时间：/ 地点：/ 现场考察联系人及联系电话：/ 备注：如投标人未参加采购人统一组织的现场考察，视同放弃现场考察，由此引起的一切责任由投标人自行承担。
8.1	询问方式及截止时间	询问方式：网上提问形式 询问截止时间： 2026 年 8 月 26 日 17 时 00 分
9.1	包别划分	分为 <u>3</u> 个包，本次采购第 1-3 包。 投标人对多个包进行投标的中标包数规定： 投标人可对本项目一个或多个标包进行投标，也可中多个标包。

条款号	条款名称	内容、说明与要求
13.1	投标保证金	本项目免收投标保证金
14.1	投标有效期	<u>120</u> 日历日
15.1	投标文件要求	1. 加密的电子投标文件： 加密的电子投标文件：使用优质采云采购平台电子标书制作工具制作生成的加密投标文件，应在投标截止时间前通过优质采云采购平台会员系统上传。 2. 纸质投标文件（加盖单位印章）： 中标人在领取中标通知书时，按采购人要求提交纸质投标文件。纸质投标文件为加密电子投标文件的打印版。
15.3	开标现场提交的其他材料要求	/
16.1	投标截止时间及地点	详见招标公告
17.2	加密电子投标文件解密时间	投标文件提交截止时间后 <u>30</u> 分钟内（以电子交易系统解密倒计时为准）
18.1	开标时间	详见招标公告
	开标地点	详见招标公告
19.1	资格审查	采购人审查或采购人出具委托函委托采购代理机构进行审查
20.3	核心产品	详见采购需求
20.4.1	询标回复时间	询标回复时间为 <u>20</u> 分钟内
22.2	评标方法	☐ 最低评标价法 ☒ 综合评分法
22.3	报价扣除 （适用于非专门面向中小企业采购项目）	1. 小型和微型企业价格扣除：<u>10</u>%。 2. 监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。 3. 残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。 4. 符合条件的联合体价格扣除：<u> </u> %。（接受大中型企业与小微企业组成联合体的项目适用）

条款号	条款名称	内容、说明与要求
		5. 符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除： <u> / </u> %。（允许大中型企业向小微企业分包的项目适用）
22.4	本国产品价格扣除（适用于既有本国产品又有非本国产品参与竞争的货物项目）	（1）项目或者采购包中采购内容为单一产品的，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品给予价格扣除 <u>20</u>%。 （2）项目或者采购包中含有多种产品的，符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例$\geq 80\%$，所有产品价格扣除 <u>20</u>%。
22.6	节能、环境标志产品采购	强制采购节能产品，必须符合招标文件要求及相关规定； 其他符合招标文件要求的，给予优先采购。
26.1	评标委员会推荐中标候选人数量	<u>1-3</u> 家
26.2	确定中标人	☒ 采购人委托评标委员会确定 ☐ 采购人确定
28.3	随中标结果公告同时公告的中标人的投标文件其他内容	（1）中小企业声明函；（如有） （2）残疾人福利性单位声明函；（如有） （3）因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标（成交）供应商的评审报价；（适用最低评标价法） （4）中标（成交）供应商的评审总得分（适用综合评分法）； （5）主要中标标的承诺函； （6）符合本国产品标准的声明函；（如有） （7）招标文件规定的其他内容。（如有）
30.1	告知中标结果的形式	☒ 投标人自行上网查看 ☐ 现场宣布
31.1	履约保证金	☐ 不收取 ☒ 收取

条款号	条款名称	内容、说明与要求
		1. 金额: ☒ 合同价的 <u>2.5%</u> (经计算不足 5000 元(含)的, 免收履约保证金) ☐ 定额收取: 人民币 <u>/</u> 元 2. 支付方式: ☒ 转账/电汇 ☒ 支票 ☒ 汇票 ☒ 本票 ☒ 保函 (1) 履约保证金缴纳账户信息: 户名: <u>安徽大学</u> 账号: <u>12181001040006875</u> 开户行: <u>中国农业银行合肥金寨路支行</u> (2) 如采用金融机构出具的保函(银行保函), 应为银行出具的见索即付无条件保函。 (3) 如采用担保机构出具的保函(担保机构担保), 应为经地方金融监督管理局审查批准, 依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的无条件保函。 3. 收取单位: <u>安徽大学</u> 4. 缴纳时间: <u>合同签订时</u> 5. 退还时间: <u>验收合格且无违约情形下退还</u> 注意事项: (1) 采用银行保函(或担保机构担保或保证保险)形式提交履约保证金的, 必须具有明确有效的查询途径(二维码; 或网址链接及查询方式), 否则该银行保函(或担保机构担保或保证保险)不予认可。以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 (2) 若中标人在规定时限内未提交保证金的, 采购人将书面通知中标人, 书面通知后 5 日内不能办理的, 采购人将有权提请政府采购主管部门, 取消其中标资格。 (3) 中标人提交银行履约保函、担保机构担保书、保证保险等的担保期限不得少于中标项目的合同期限。担保期限到期但中标项目尚未履约完毕的, 中标人应当进行续保或者补缴履约保证金。中标

条款号	条款名称	内容、说明与要求
		人应当续保或者补缴履约保证金而没有续保或者补缴履约保证金的，采购人可以暂停支付中标人同等金额的合同价款。 (4)以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。
33.1	中标服务费	☐不收取 ☒收取 1. 金额： ☐定额收取：人民币___/___元 ☒按下列标准收取：代理服务费由中标人支付，并含在投标人的投标报价中，不得单列。每包按合肥市物价局《关于调整产权交易服务收费标准的通知》（合价服【2009】216号）收费标准下浮 30%收取代理服务费。货物类和服务类项目代理 服务费收费每包上限不超过贰万元，每包保底收 费叁仟元。 2. 支付方式：转账/电汇 3. 收取单位：<u>安徽省招标集团股份有限公司</u> 户名：<u>安徽省招标集团股份有限公司</u> 开户银行：<u>中国建设银行合肥滨湖新区支行</u> 账号：<u>34001474708050043497</u> 4. 缴纳时间：领取中标通知书时
36.2	法定质疑期	1. 对招标文件的质疑：获取招标文件或招标公告期限届满之日起 7 个工作日内； 2. 对开标过程和开标记录的疑义：开标现场提出询问； 3. 对中标结果的质疑：中标结果公告期限届满之日起 7 个工作日内。
36.3	质疑函提交方式、接收部门、联系电话和通讯地址	提交方式：书面形式 接收部门：<u>安徽省招标集团法务与质管中心</u> 联系电话：<u>0551-62220155</u> 电子邮箱：<u>/</u> 通讯地址：<u>安徽省合肥市包河区紫云路 888 号安徽省招标集团总部基地 A 座 407 室</u>

条款号	条款名称	内容、说明与要求
37	其他内容	
37.1	关于联合体参加投标的相关约定（如有）	1. 联合体参加投标的，招标文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。 2. 联合体参加投标的须提供联合体协议（见投标文件格式），相关证明材料由投标人根据联合体协议分工情况及招标文件要求提供。 3. 联合体各成员单位均须提供营业执照（或事业单位法人登记证书）和投标有效性声明。
37.2	是否允许大中型企业向小微企业分包（非专门面向中小企业采购项目及要求获得采购合同的投标人将采购项目中的一定比例分包给中小企业的项目适用）	☐是 ☒否
37.3	社保证明材料（如有）	本项目招标文件中要求提供的社保证明材料为下述形式之一（投标文件中须提供扫描件）： （1）社保局官方网站查询的缴费记录截图； （2）社保局的书面证明材料； （3）经投标人委托的第三方人力资源服务机构或与投标人有直接隶属关系的机构可以代缴社保，但须提供有关证明材料并经评标委员会确认。 （4）参与投标的院校，社保证明可以用以下任意一种： ①加盖投标人公章的教师证（须为本单位人员）； ②医保证明材料。 （5）其他经评标委员会认可的证明材料。 注： ①以上（1）-（3）社保证明材料至少含养老保

条款号	条款名称	内容、说明与要求										
		险。 ②法定代表人参与项目的，无需提供社保证明材料，提供身份证明材料即可。										
37.4	本项目提供除招标文件以外的其他资料	☒ 无 ☐ 图纸 ☐ 光盘 获取方式：同招标文件获取方式。										
37.5	外贸代理机构收取进口代理费标准	1. 按照下表列出费率标准下浮 60%，由中标人支付。 <table><tr><td>合同金额（万元，人民币）</td><td>费率</td></tr><tr><td>100 以下（含 100）</td><td>1.5%</td></tr><tr><td>100-500（含 500）</td><td>1%</td></tr><tr><td>500-1000（含 1000）</td><td>0.8%</td></tr><tr><td>1000 以上</td><td>0.5%</td></tr></table> 2. 进口代理费上限和下限：每包进口代理项目进口代理费收取上限（封顶收费）为叁万元人民币，下限（保底收费）为叁千元人民币。	合同金额（万元，人民币）	费率	100 以下（含 100）	1.5%	100-500（含 500）	1%	500-1000（含 1000）	0.8%	1000 以上	0.5%
合同金额（万元，人民币）	费率											
100 以下（含 100）	1.5%											
100-500（含 500）	1%											
500-1000（含 1000）	0.8%											
1000 以上	0.5%											
37.6	重要提示	1. 中标人应在规定期限内领取《中标通知书》，若中标人未在规定期限内领取《中标通知书》，采购人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； 2. 中标人应在规定期限内提交履约担保并与采购人签订合同，若中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同，采购人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； 3. 合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒； 4. 中标人中标后被监管部门查实存在违法行为，不满足中标条件的或经查实不具备供应商参加政府采购活动应当具备的法定条件，或要求的特殊										

条款号	条款名称	内容、说明与要求
		资格的，由采购人取消中标资格或有权解除合同（并做好项目后续工作），并追究其法律责任。 5. 中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。
37.7	解释权及符号定义	1、解释权： （1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； （2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； （3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； （4）除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标邀请、投标人须知、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释； （5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 2、符号定义 招标文件中，适用于本项目的选项标记为“☑”，不适用于本项目的选项标记为“□”，空格中的“/”表示没有具体要求。
37.8	知识产权	（1）构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。 （2）采购人在中华人民共和国境内使用中标货物（服务）、资料、技术、服务或其任何一部分时，履行合同义务后，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须

条款号	条款名称	内容、说明与要求
		包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。
37.9	投标专用章、业务专用章等效力规定	除招标文件中另有规定外，招标文件中明确要求并投标人盖章的，投标人必须加盖投标人公章电子签章。在有授权文件(原件)表明投标专用章、业务专用章等法律效力等同于投标人公章的情况下，可以加盖投标专用章或业务专用章，否则将导致投标无效。
37.10	其他补充说明	“政采贷”融资指引：有融资需求的供应商在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。 供应商签署政府采购中标（成交）合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将供应商融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。

二、投标人须知正文

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所述的安徽省省属高校科研仪器设备类项目采购。安徽省省属中专学校可参照使用。

2. 定义

2.1 货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
科研仪器设备：是指采购用于科研活动的设备。

2.2 时限（年份、月份等）计算：系指从开标之日向前追溯 X 年/月（“X”为“一”及以后整数）起算。

2.3 业绩：业绩系指符合本招标文件规定的与最终用户签订的合同或招标文件要求的相关证明。投标人与其关联公司（如母公司、控股公司、分公司、子公司、同一法定代表人的公司等）之间签订的合同，均不予认可。

除非本招标文件中另有规定，否则业绩均为已供货（安装）完毕的业绩，业绩时间均以合同签订之日为追溯节点。

3. 采购人、采购代理机构及投标人

3.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见**投标人须知前附表**。

3.2 采购代理机构：是指从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见**投标人须知前附表**。

3.3 政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。本项目的政府采购监督管理部门见**投标人须知前附表**。

3.4 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

3.4.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人。

3.4.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

3.4.3 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

3.4.4 若**投标人须知前附表**中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若**投标人须知前附表**中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为**投标无效**。

3.4.5 若**投标人须知前附表**中写明专门面向中小企业采购的，如投标人提供的货物非中小企业制造的，其投标将被认定为**投标无效**。

3.5 若**投标人须知前附表**中允许联合体投标，对联合体规定如下：

3.5.1 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.5.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3.5.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

3.5.4 联合体各方应签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议作为投标文件的一部分提交。

3.5.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，联合体协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议投标总金额的比例。

3.5.6 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3.5.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。

3.5.8 对联合体投标的其他资格要求见投标人资格。

3.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则其投标将被认定为**投标无效**。

3.7 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为**投标无效**。

4. 资金来源

4.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

4.2 项目预算金额和分项（或分包）最高限价见招标公告。

4.3 资金来源：详见**投标人须知前附表**。

5. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

6. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

7. 招标文件构成

7.1 招标文件包括下列内容：

第一章 投标邀请（招标公告）

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评标方法和标准

第五章 采购合同

第六章 投标文件格式

附件 1 政府采购供应商质疑函范本

附件 2 大中小微型企业划分标准

7.2 招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准。

7.3 现场考察及相关事项见**投标人须知前附表**。

7.4 原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

如需提供样品，对样品相关要求见采购需求，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第四章。

7.5 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

8. 招标文件的澄清与修改

8.1 投标人如对招标文件内容有疑问，应按**投标人须知前附表**中规定的方式

和时间提交给采购人或采购代理机构。采购人对需要做出澄清的问题，以澄清和修改通知的方式予以答复。

8.2 采购人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行澄清或者修改。采购代理机构将在发布招标公告的媒介上以更正公告的方式澄清或者修改招标文件，更正公告的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人应主动上网查询。采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

8.3 任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

8.4 对于没有提出询问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含更正公告的内容）。

9. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

9.1 项目有分包的，除**投标人须知前附表**另有规定外，投标人可参与其中某一个或多个分包的投标，中标包数详见**投标人须知前附表**中规定。

9.2 投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的投标将被认定为**投标无效**。

9.3 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

9.4 投标人与采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。

9.5 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

10. 投标文件构成

10.1 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目第六章投标文件格式的相关内容。

10.2 上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

11. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

11.1 投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文

件是投标文件的一部分。

11.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

11.2.1 货物（科研仪器设备）主要技术指标和性能的详细说明；

11.2.2 货物（科研仪器设备）从甲方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

11.2.3 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物（科研仪器设备）及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

11.3 投标人应注意采购人在采购需求中提供的工艺、材料和设备的参考品牌型号或分类号仅起到说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标文件中可以选用替代品牌型号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，是否满足要求，由评标委员会来评判。

11.4 本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标复制。

11.5 为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。

12. 投标报价

12.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物（科研仪器设备），以及伴随的服务和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

12.2 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价，其投标将被认定为**投标无效**。

12.3 投标人应在投标分项报价表上标明投标货物（科研仪器设备）及相关服务的价格（如适用）和总价。未标明的视同包含在投标报价中。

12.4 投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

12.5 采购人不接受具有附加条件的报价。

13. 投标保证金

13.1 本项目免收投标保证金。

14. 投标有效期

14.1 投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，投标有效期详见**投标人须知前附表**。

14.2 在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

14.3 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

15. 投标文件的制作

15.1 本项目要求提供的投标文件要求详见**投标人须知前附表**。投标文件的制作应满足以下规定：

（1）加密的电子投标文件由投标人使用电子交易系统提供的“投标文件制作工具”制作生成。“投标文件制作工具”可以通过电子交易系统中下载。投标人应当在互联网络通畅状态下启用最新版投标文件制作工具制作投标文件。

（2）在第六章“投标文件格式”中要求加盖投标人公章处，加密的电子投标文件应加盖投标人电子签章或公章；联合体参加投标的，除联合协议及招标文件规定须联合体各成员单位各自盖章的证明材料外，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子签章或公章。

（3）投标文件制作完成后，采用数字证书加密的，加密时投标文件的所有内容均只能使用同一把数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由投标人自行承担。

15.2 因投标人自身原因而导致加密的电子投标文件无法导入电子交易系统电子开标、评标系统的，将按照未加密的电子投标文件进行开启和评审，投标人自行承担由此导致的全部责任。

15.3 开标现场提交的其他材料要求详见**投标人须知前附表**。

16. 投标截止及投标文件的提交

16.1 投标人应在**投标人须知前附表**中规定的投标文件提交截止时间前，在网上提交加密电子投标文件，同时自行决定是否提交未加密的电子投标文件。

16.2 在投标文件提交截止时间之后上传的加密电子投标文件、提交的未加密电子投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

16.3 投标文件提交截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

16.4 采购人和采购代理机构延迟投标文件提交截止时间的，采购人、采购代理机构和投标人受投标文件提交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

17. 投标文件的修改与撤回

17.1 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2 在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。但属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

18. 开标

18.1 采购人和采购代理机构将按**投标人须知前附表**中规定的开标时间和地点组织公开开标。

18.2 开标时，各投标人应在规定时间前（以电子交易系统解密倒计时为准）对本单位的投标文件进行解密。

18.3 解密完成后，采购代理机构工作人员在监督下通过网上开标系统公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。

18.4 投标人代表可登录开标大厅，查看相关信息。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19. 资格审查及组建评标委员会

19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

19.2 采购人或采购代理机构将在投标截止时间后至评审结束前查询投标人的信用记录。投标人（含其不具有独立法人资格的分支机构）存在不良信用记录的，其投标将被认定为**投标无效**。

19.2.1 不良信用记录是指：（1）投标人被人民法院列入失信被执行人名单；（2）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；（3）投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（4）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合

体投标将被认定为**投标无效**。

19.2.2 信用信息查询渠道：中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

19.2.3 信用信息记录方式：采购人或采购代理机构工作人员将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。如因评审当日信用信息查询渠道故障无法查询信息的，以投标人提供的“投标有效性声明”作为评审依据。

19.3 按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。省属高校科研仪器设备采购，可在政府采购评审专家库外自行选择评审专家。自行选择的评审专家与投标人有利害关系的，应严格执行回避有关规定。评审活动结束后，采购人或采购代理机构应在评审专家名单中对自行选定的评审专家进行标注，并随同中标、成交结果一并公告。

20. 投标文件符合性审查与澄清

20.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。评标委员会应依据“投标有效性声明”及互联网企业信息查询结果，评审参加同一合同项下的政府采购活动的投标人是否有串标行为或串标嫌疑。如投标人之间存在关联关系，评标委员会须核查投标人投标文件是否存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条规定情形；如投标人之间不存在关联关系，评标委员会须签字确认。

20.2 如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.2.1 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查及异常低价投标审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定

的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为**投标无效**。

20.2.2 如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查及异常低价投标审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.3 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在**投标人须知前附表**中载明核心产品。核心产品超过一种产品的，核心产品中只要有一种产品为相同品牌，即认定为核心产品为相同品牌。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第 20.2 款规定处理。

20.4 投标文件的澄清

20.4.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标期间，评标委员会将以书面方式（询标）要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在**投标人须知前附表**规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

如有询标，授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标，也可凭本人有效身份证明参加询标。因授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受评标委员会询标的，投标人自行承担相关风险。

20.4.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

20.5 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 20.4 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21. 投标无效

21.1 根据本招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

无论何种原因，即使投标人投标时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与之内容完全一致的证明材料的，评标委员会视同其未提供。

21.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

- (1) 投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- (2) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (3) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (4) 投标文件不满足招标文件全部实质性要求的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

22. 比较与评价

22.1 经符合性审查合格并通过异常低价投标审查的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件作进一步的比较与评价。

22.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在**投标人须知前附表**中规定采用下列一种评标方法，详细评标方法和标准见招标文件第四章：

(1) 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

(2) 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库

〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《安徽省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（皖财购〔2022〕556号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按照**投标人须知前附表**中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的投标报价按照**投标人须知前附表**中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

22.4 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。评标委员会应当对投标人所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合规定要求的，投标人提供的相关产品视为不

符合本国产品标准。

注：本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

22.5 同时符合 22.3 和 22.4 的价格评审优惠时，评标价为投标报价分别扣除促进中小企业发展政策的价格评审优惠和本国产品支持政策的价格评审优惠后的价格。

22.6 按照〈财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知〉（财库〔2004〕185 号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等规定，对满足节能、环保条件并提供了相关证明材料的产品，进行优先采购。

23. 废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

- （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足规定数量的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

24. 保密要求

24.1 评标将在严格保密的情况下进行。

24.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标

中获悉的国家秘密、商业秘密。

25. 中标候选人的确定原则及标准

25.1 评标委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。修正和扣除后的投标报价出现两家或两家以上相同者，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若报价相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会抽签方式确定中标候选顺序。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若得分与投标报价均相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会抽签方式确定中标候选顺序。

26. 确定中标候选人和中标人

26.1 评标委员会将根据评标标准，按**投标人须知前附表**中规定数量推荐中标候选人。

26.2 按**投标人须知前附表**中规定，由评标委员会或采购人确定中标人。

26.3 因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

27. 编写评标报告

27.1 评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

27.2 异常情形的重点审查

27.2.1 总体要求：

评标报告签署前，评标委员会在评标过程中发现异常行为，包括发现异常评标、异常投标等行为，应启动重点审查，评标委员会负责对异常情形进行审查和

认定，确保评标过程的公平公正。

27.2.2 异常评标情形：

- (1) 审查是否存在评标委员会评分畸高、畸低现象；
- (2) 审查是否存在评标委员会未按采购文件要求修正投标报价不一致的情形；
- (3) 审查是否存在投标文件提供了相应方案内容，主观分赋零分的情形；
- (4) 审查是否存在投标文件未提供相应内容，主观分得分的情形；
- (5) 审查是否存在其他异常评标情形。

27.2.3 异常投标情形：

- (1) 法律法规规定的串通投标的情形

包括《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条规定的情形、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）三十七条规定的情形。

- (2) 投标活动异常关联情形。
- (3) 其他由评标委员会认定的异常投标情形。

27.2.4 审查要求：

(1) 经评标委员会共同认定评标过程存在异常评标情形，如依法可以纠正的，应当予以纠正，否则评委应提出充足的理由，该理由在评标委员会集体讨论并确认后记入评标报告。

(2) 经评标委员会共同认定评标过程存在异常投标情形，可能损害国家利益和社会公共利益，或严重违反公平竞争原则，或涉嫌严重违法违规的，评标委员会有权认定其投标无效。

- (3) 经评标委员会重点审查后，应当将审查相关情况在评标报告中记录。

28. 中标结果公告

28.1 除**投标人须知前附表**规定由评标委员会直接确定中标人外，在评标结束后 2 个工作日内，采购代理机构将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

28.2 自中标人确定之日起 2 个工作日内，采购代理机构将在发布招标公告的媒介上发布中标结果公告。

28.3 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地

址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限、评审专家名单以及**投标人须知前附表**中约定进行公告的内容。中标公告期限为1个工作日。

29. 中标通知书

29.1 采购代理机构发布中标公告的同时向中标人发出中标通知书。

29.2 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

29.3 中标通知书是合同的组成部分。

30. 告知招标结果

30.1 采购代理机构将以**投标人须知前附表**规定的形式告知招标结果。

31. 履约保证金

31.1 中标人应按照**投标人须知前附表**规定缴纳履约保证金。

31.2 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32. 签订合同

32.1 采购人与中标人应当自发出中标通知书之日起7个工作日内签订合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

32.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

32.4 当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可依法与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

32.5 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33. 中标服务费

33.1 本项目中标服务费的收取按**投标人须知前附表**的规定执行。

34. 廉洁自律规定

34.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通。

34.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、

娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

35. 人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36. 质疑的提出与接收

36.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购供应商质疑函范本》格式（详见招标文件附件）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在**投标人须知前附表**规定的法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

36.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见**投标人须知前附表**。

37. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见**投标人须知前附表**。

附件：全流程电子招标采购具体要求

说明：当采用非招标方式进行全流程电子采购活动时，按照本规定执行，其中本要求“投标人”按“供应商”理解，“投标文件”按“响应文件”理解，“招标文件”按“采购文件”理解，“投标文件递交截止时间”按“首次递交响应文件截止时间”理解，“开标”按“开启响应文件”理解，“评标委员会”按“评审小组”理解，“投标无效”按“响应文件无效”理解。

一、CA 证书办理和注意事项

1. 本项目采用全流程电子招标采购方式，潜在投标人应及时办理 CA 证书，用于对电子投标文件进行电子签章及加、解密。

2. CA 证书办理详见《优质采平台 CA 数字证书办理说明》：

http://www.youzhicai.com/nd/a_8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045.html。

3. 潜在投标人在递交投标文件时，需确保 CA 证书在开标时可正常使用，无更换、过期、企业信息变更等情况。若因上述情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。

4. 需注意，加密和解密投标文件必须使用同一个 CA 证书。**即：使用硬件锁加密，则必须使用同一个硬件锁解密；使用手机扫码加密，则必须使用手机扫码解密。**

二、电子投标文件递交

5. 潜在投标人需使用优质采“投标文件编制工具 V3.0（智能交易系统适配版）”（以下简称“投标工具”）制作电子投标文件，下载地址：<https://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip>。

（1）投标工具建议在 window7 或 windows10 及以上版本操作系统使用；

（2）电子投标文件建议在 office2010 及以上版本编制。

6. 潜在投标人在投标工具使用 CA 证书对电子投标文件进行电子签章及加密时，需安装“优质采数字证书助手”（即数字证书驱动），下载地址：<https://toolcdn.youzhicai.com/ca.zip>。

7. 潜在投标人需在招标文件规定的投标截止时间前完成电子投标文件的上

传，如未在投标截止时间前完成上传的，视为没有递交投标文件。投标截止时间以优质采招标采购平台（www.yzczb.com）时间为准。

8. 潜在投标人在投标文件递交截止时间前，可以对电子投标文件进行撤回并重新上传。

9. 潜在投标人在制作、签章、加密、上传电子投标文件过程中，若存在技术操作问题，请及时联系优质采招标采购平台客服人员，客服电话：0551-62220164。

三、开标和解密

10. 招标人或招标代理机构工作人员（以下简称工作人员）登录优质采招标采购平台组织开标。开标时投标人登录优质采招标采购平台开标大厅，并使用 CA 证书解密投标文件，工作人员公布开标结果。

11. 投标人须在投标文件解密时限内完成投标文件解密，未能成功解密的视为放弃投标。若解密时出现异常情况，且招标文件“投标人须知”中对投标文件解密设有线下补救方案的，执行该补救方案。

12. 投标人须保持优质采招标采购平台开标大厅为登录状态，并关注开标互动大厅消息直到项目评审结束。

四、评标和询标

13. 投标人在接收到询标函时，需在询标函载明的时间内登录优质采招标采购平台进行回复。若投标人未及时回复，视为放弃澄清。

五、异常情形

14. 出现下列情形导致电子交易系统无法正常运行，影响招投标过程的公平、公正和信息安全，经第三方机构认定后，各方当事人免责：

- (1) 网络、服务器、数据库发生故障造成无法访问或使用的；
- (2) 电力系统发生故障导致电子服务系统或电子交易系统无法运行；
- (3) 出现网络攻击、病毒入侵以及电子服务系统或电子交易系统安全漏洞导致无法正常提供服务的；
- (4) 其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的情形。

六、异常情形处理

15. 出现上述情形，优质采招标采购平台及时组织相关方查明原因，排除故障。若能保证在开标前恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评标程序无

法按时开展，但能在原开标时间后 2 小时内恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评标程序无法按时开展，在原开标时间后 2 小时内无法恢复系统运行的，按以下程序操作：

（1）项目中止，中止期限由招标人或招标代理机构根据项目具体情况确定。中止期限届满后中止情形尚未消除的，招标人或代理机构可以根据实际情况决定延长中止期限。决定延长中止期限的，应向投标人发出延长中止期限通知，并发布公告。

（2）项目恢复，导致项目中止的情形消除后，招标人或代理机构应当尽快恢复招投标程序，向投标人发出恢复交易通知，并发布公告；已发出延长中止期限通知的，按通知执行。

第三章 采购需求

前注：

1. 根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2. 下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3. 下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、第 1-3 包采购需求前附表

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	付款方式	1. 进口产品设备：采购人指定外贸代理机构办理进口产品采购事宜，并按下述方式支付合同款：合同生效后，外贸代理机构开出进口产品信用证后采购人支付 70%合同款（专指进口产品部分）给外贸代理机构，剩余 30%在验收合格后一次性付给外贸代理机构。 注：双方以人民币结算。外贸代理机构与投标人另行签订合同约定付款方式进行结算，投标人须按照采购人与外贸代理机构签署的《外贸代理机构收取进口代理费标准》向外贸代理机构支付进口代理费。

		2. 国产产品设备：合同签订生效后，采购人向中标人支付合同价款（专指国产产品部分）的 70%预付款（中标人须同时向采购人递交等额预付款保函），全部货物安装调试完毕，剩余 30%在验收合格后一次性付给中标人，同时退还预付款保函。 注： （1）预付款保函形式：☒银行保函☒担保机构担保 （2）预付款保函递交要求： ①如采用银行保函，银行保函应为具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。（例如 A 银行总部在合肥或者 A 银行在合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构，那么 A 银行任一分支机构或者总部出具的见索即付无条件保函符合要求），且应将原件交至采购人保管。 ②如采用担保机构担保，应为具有备案资质的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。 （3）在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。
2	供货及安装地点	安徽大学，具体按采购人指定。
3	供货及安装期限	自合同签订且收到采购人通知之日起：①第 1 包中高能离子注入机产品：240 个日历日内完成供货、安装、调试及验收等全部工作；②第 1 包其余产品、第 2 包、第 3 包全部产品：180 个日历日内完成供货、安装、调试及验收等全部工作。
4	免费质保期	1. 进口产品设备：自验收合格之日起 1 年； 2. 国产产品设备：自验收合格之日起 2 年。 注：免费质保期从验收合格之日起开始计算。

二、第 1-3 包货物需求

（一）货物需求说明

需求内容类别	标识符号	投标要求
关键性指标项	★	符合性审查项，该指标项负偏离或未响应，将导致 投标无效 。
重要指标项	■	评分项，详见“第四章评标方法和标准”中评分细则。
一般指标项	●	评分项，详见“第四章评标方法和标准”中评分细则。
无标识项		符合性审查项，每标包的该指标项最大允许负偏离 <u>2</u> 项，超过最大允许负偏离项数的， 投标无效 。
注： 1. 如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2. “所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。 3. 货物需求清单中未要求提供证明材料的参数以 6.2 技术响应表作为评审依据。货物需求清单中要求提供证明材料的参数：技术参数及要求中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、厂家（制造商）测试报告、第三方检测机构出具的检测报告，提供其中之一即可。（需能体现关键评审因素，建议标注关键评审因素便于评审）；技术参数及要求中明确要求证明材料类型的，按要求执行。		

（二）第 1 包货物需求清单（高能量离子注入机和氧化扩散 LPCVD 系统）

序号	货物名称	技术参数及要求	数量 (台/套)	所属行业	备注 (进口或强制节能)
1	▲高	1. 工作条件 供电要求：380V/50Hz、功率≤45KVA，气温 22	1	工业	/

能量离子注入机	±3℃和相对湿度 45%~65%的环境条件下运行，且能够连续正常工作。 2. 设备技术参数 ★2.1 适用基板尺寸：满足 3、4、6、8 英寸晶圆及不规则碎片进行离子注入工艺。 2.2 系统结构 2.2.1 离子注入机整机包括：离子源系统、束线系统、靶室系统、电源系统、控制系统、辅助系统等六大部分。 2.2.2 辅助系统包括真空系统、配电系统、去离子水系统、压空系统、氮气系统、源气箱以及屏蔽机房。 2.2.3 配备质量分析器进行离子筛选并偏转 90°。 2.2.4 配备双单元磁四极聚焦透镜进行水平和垂直方向的聚焦。 ★2.2.5 配置至少两套离子源，一用一备。 ■2.2.6 配置 X 方向静电扫描系统，将点状束扫开成为宽带束，同时配置偏转 45° 的平行透镜，满足 ≥8 英寸晶圆注入时束流平行度 ≤ 0.2°。 ■2.2.7 配备一套离子引出电源，输出电压满足 ≥80kV（连续可调），引出电极要便于拆卸和维修。 ■2.2.8 装载一套加速用输出电压满足 ≥ 300kV(连续可调)的电源。 ★2.2.9 靶室系统包括靶室腔体、旋转驱动装置、水冷靶盘基座、靶盘、移动法拉第、剂量法拉第、淋浴器、加热器等；靶盘采用手动四靶位，一次可装载 4 个 ≥6 英寸晶片，靶盘需配置冷却系统，且至少配置一个加热靶位，最高注入温度 ≥500℃，靶盘下方有气浮轴用于垂直扫描（针对注入温度 500℃提供 TCwafer（热电偶晶圆）温度测试数据）。			
---------	--	--	--	--

	★2.3 能量范围 2.3.1 能量范围：30~380keV（单电荷）；双电荷$\geq 600\text{keV}$。 2.3.2 高压电源稳定精度：$\leq 0.5\text{kV}$（30-100kV），$\leq 0.5\%$（100-380kV）。 ★2.4 注入离子元素&离子源 2.4.1 注入离子种类：P、B、N、AL 可扩展其他元素（F、Si、Mg、H）。 2.4.2 配置两套间热式阴极离子源，满足气态和固态靶材电离能力。 2.4.3 离子源气路配置 5 个质量流量计，满足 5 路工艺气体供给。 2.4.4 能够实现单价离子最大加速$\geq 380\text{keV}$，满足单价离子在 30keV~380keV 的能量范围。 ★2.5 束流参数（投标文件中提供符合下列参数要求的设备软件界面引束截图） 2.5.1 P^+单价离子最大束流$\geq 2000\ \mu\text{A}@300\text{keV}$。 2.5.2 B^+单价离子最大束流$\geq 2000\ \mu\text{A}@300\text{keV}$。 2.5.3 Al^+单价离子最大束流$\geq 2000\ \mu\text{A}@300\text{keV}$。 2.5.4 N^+单价离子最大束流$\geq 2000\ \mu\text{A}@300\text{keV}$。 2.5.5 束流稳定性：变化率$\leq 10\%$（20min）。 ★2.6 注入剂量范围 2.6.1 离子注入剂量范围：$2\text{E}11\ \text{ions}/\text{cm}^2 \sim 1\text{E}16\ \text{ions}/\text{cm}^2$。 ★2.7 注入均一性 2.7.1 注入均匀性：$1\sigma \leq 1\%$。 2.7.2 注入重复性：$1\sigma \leq 1\%$。 2.7.3 测量条件： 离子类型：B^+。 能量$\geq 100\ \text{keV}$。 剂量$\geq 5\text{E}14$。 晶圆尺寸≥ 6 英寸。 ■2.8 注入角度			
--	---	--	--	--

	2.8.1 注入角度 $0^{\circ} \sim 45^{\circ}$ 自动可调。 2.8.2 注入角度精度 $\leq 0.2^{\circ}$。 2.9 本底真空度 ■2.9.1 本底真空度要求： Ion Source 真空度：$\leq 5E-7$Torr。 Beam Line 真空度：$\leq 5E-7$Torr。 End Station 真空度：$\leq 5E-7$Torr。 2.10 控制、操作系统 2.10.1 各电位区分区供电，当有紧急情况时，利用急停开关切断整机总电源。 2.10.2 各电位区供电根据部件功率及电气要求，配备相应断路器、接触器、继电器等控制操作元件。 2.10.3 控制单元实现对各电源的供电开、关。 2.10.4 真空系统供电与水、压缩空气、氮气及去离子水信号连锁。 2.10.5 离子源电源、分析器电源、分子泵电源分别与相应各线圈的冷却水流量信号、热传感测量信号连锁。 2.10.6 引出电源与高压仓门锁、放电棒、头部高真空状态、引出抑制电源“开关”等信号连锁。 2.10.7 加速电源与屏蔽房门锁及其放电装置、高真空状态、去离子水电阻率状态、主高压抑制电源等信号连锁。 2.10.8 设高压危险警示标志。 2.10.9 工控机负责整机控制系统各部件数据采集和底层逻辑模块程序的运行。底层数据采集监控环路覆盖整机的离子源系统、束线系统、靶室系统、辅助系统、配电系统、电源系统的控制。 ★2.11 其它技术要求 2.11.1 设备尺寸：$\leq 3400\text{mm(W)} \times 6800\text{mm(L)} \times 3100\text{mm(H)}$。 2.11.2 本设备属于Ⅲ类射线装置，应配有有效			
--	---	--	--	--

		的防辐射装置，具备完整安全联锁、声光警示及辐射警示标识；应满足《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》最新版要求。 2.11.3 X射线泄露值：$\leq 0.6 \mu\text{Sv/h}$。（设备周边任一位置距离机器外壳 10cm 的辐射量值） 2.11.4 备品备件：随机备件包一套，随机工具包一套。			
2	氧化扩散 LPCVD 系统	一、设备功能 氧化扩散 LPCVD 系统采用多管工艺集成，由净化台、废气室、炉体柜、气源柜、TEOS（正硅酸乙酯）自动补液系统等部分组成，实现多种基底材料（如硅、石英等）高温退火、氧化工艺、沉积二氧化硅（SiO_2）和氮化硅（Si_3N_4）等薄膜。 二、工作条件 1.工作电源：380VAC$\pm$10%、三相、50Hz，功率$\leq 90\text{kW}$。 2.环境温度：在 15℃$\sim$30℃稳定工作。 3.环境湿度：在 40%$\sim$80%湿度下稳定工作。 三、主要技术指标： ★1.晶圆尺寸：6 英寸，兼容 4 英寸圆片及碎片，产量：≥ 25 片/批；配置 6 英寸、4 英寸及碎片平板舟。 ★2.工艺炉管 2.1 高温退火管：温度范围 800℃-1300℃，配置全套 SiC 套件（包括 SiC 管、SiC 桨、SiC 舟、SiC 门等）。 2.2 氧化管：温度范围 600℃$\sim$1100℃，氧化方式为干氧+氢氧点火+水浴氧化。 2.3 氮化硅管：温度范围 600℃$\sim$850℃。 2.4 二氧化硅管：温度范围 600℃$\sim$800℃，工艺方式为 TEOS（正硅酸乙酯）工艺。 ■3.真空系统 3.1 系统极限真空：$\leq 5\text{Pa}$。	1	工业	/

	3.2 工作压力范围: 10Pa~60Pa, 精度$\leq \pm 0.5\text{Pa}$。 3.3 真空恢复时间: 常压至 10Pa, 时间$\leq 10\text{min}$。 3.4 系统漏气率: $\leq 5 \times 10^{-10}\text{Pa}\cdot\text{m}^3/\text{s}$。 ★4.气路系统 4.1 工艺气体: O_2、NH_3、SiH_2Cl_2 (DCS, 二氯二氢硅)、N_2、H_2 等。 4.2 工艺气体 MFC 控制精度: $\leq \pm 1\%\text{F.S.}$。 4.3 气密性漏率: $\leq 5 \times 10^{-10}\text{Pa}\cdot\text{m}^3/\text{s}$。 4.4 采用 316L 电化学内抛光管道, 管道焊接采用自动轨道焊接, 气路采用 VCR 密封接头方式。 5.真空计 5.1 测量范围: $\geq 1\text{Torr}$ (133Pa) 。 5.2 读数精度: $\leq 0.2\%$。 5.3 分辨率: $\leq 0.003\%\text{FS}$。 5.4 响应时间: $\leq 30\text{ms}$。 5.5 最大压力: $\geq 260\text{KPa}$ (绝对) 。 5.6 输出信号: 0-10V (直流) 。 6.角阀 6.1 口径: $\geq \text{ISO}80$。 6.2 工作气源压力(kg/cm^2): 4~6.5。 6.3 阀盖采用氟橡胶 Viton 密封, 真空度等级$\leq 10^{-9}\text{mbar}$。 7.TEOS 蒸汽流量计 (MFC) 。 7.1 量程: $\geq 300\text{sccm}$。 7.2 精度: $\leq \pm 2\%\text{F.S.}$。 7.3 重复精度: $\leq \pm 0.2\%\text{F.S.}$。 7.4 控制范围: 5%~100%F.S.。 7.5 漏率: $\leq 1 \times 10^{-11}\text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}(\text{He})\text{Max.}$。 7.6 环境温度范围: $85^\circ\text{C} \pm 3^\circ\text{C}$ 。 7.7 最大工作压力: $\geq 150\text{kPa}$。 8.干泵 8.1 抽速: $\geq 1000\text{m}^3/\text{h}$。 8.2 极限真空: $\leq 0.5\text{Pa}$。 8.3 进气口径: $\geq \text{ISO}100$。			
--	--	--	--	--

	8.4 排气口径：≥NW40。 8.5 运行功率：≥3kW。 8.6 吹扫氮气：40Slm-90Slm。 8.7 尺寸：≤900mm*400mm*790mm（长*宽*高）。 ■9.TEOS 半导体恒温槽 9.1 源瓶尺寸：直径≤140mm，高度≤160mm。 9.2 制冷方式：半导体制冷。 9.3 温度范围：10℃~45℃。 9.4 温度精度：≤±0.1℃。 9.5 额定功率：≤350W。 ★10.恒温区 10.1 长度：≥300mm。 10.2 精度：≤±0.5℃（≥800℃）； ≤1℃（<800℃）。 10.3 单点温度稳定性：≤±0.5℃/4h（800℃时）。 ■11.炉体升降温速率 最大升温速率≥15℃/分钟； 最大降温速率≥3℃/分钟。 ■12.炉体温度控制方式：3 温区独立加热，内外热偶双回路温度控制，自动校温区，具有回温功能。 13.系统具有自动斜率升温及恒温功能。 14.系统具有超温、断偶、流量偏差报警和保护功能。 ■15.系统送片方式：自动进出舟送片。 16.工艺过程由工业控制计算机+PLC 进行全自动控制，可直接在上位机上操作，自动记录设备运行数据，工艺数据可根据各个参数图形化显示。 ★17.工艺指标（6 英寸）：片内均匀性计算方式： （Max-Min）/2avg*100%，测量点选取晶圆去除边缘 6mm 后取面内均布的 9 点，片间与批间均匀性采用平均值计算。 17.1 氮化硅（Si₃N₄） 17.1.1 膜厚均匀性指标 片内≤±3%，片间≤±3%，			
--	--	--	--	--

批间≤±3%；（膜厚 1000Å-10000Å）。

17.1.2 化学计量比氮化硅应力范围：900MPa~1100MPa（1000Å~2000Å）。

17.1.3 低应力氮化硅应力范围：50MPa~300MPa（1000Å~2000Å）。

17.1.4 折射率：2.0~2.3@550nm。

17.2 二氧化硅（TEOS）

17.2.1 膜厚均匀性指标：片内≤±3%，片间≤±3%，批间≤±3%；（膜厚 1000Å-20000Å）。

17.2.2 应力范围 100MPa~150MPa（1000Å~20000Å）。

17.2.3 折射率：1.4~1.5@550nm。

17.3 氧化

17.3.1 膜厚均匀性指标：片内≤±2%，片间≤±2%，批间≤±2%；（膜厚 5000Å~20000Å）。

17.3.2 折射率：1.45±0.05@550nm。

18. 设备外形尺寸：≤4800mm*1200mm*2800mm（长*宽*高）

★四、备品备件

名称	数量	备注
石英炉门盖板	1 套	/
卡箍	5 套	/
不锈钢夹子	1 套	/
四氟接头	4 套	/
石英、SiC 舟	各 1 套	4 英寸，6 英寸及碎片舟
石英进气管	2 套	/
外热偶	1 套	/
拆卸工具	1 套	/
氟橡胶 O 型密封圈	1 套	/
VCR 金属面密封接头及垫片	10 套	/
石英管	3 套	常压管 1 套，低

				压管 2 套			
--	--	--	--	--------	--	--	--

(三) 第 2 包货物需求清单 (激光植球机和高精度外延生长系统)

序号	货物名称	技术参数及要求	数量 (台 / 套)	所属行业	备注 (进口或强制节能)
1	激光植球机	一、设备功能 激光植球机是一种单点激光植球的设备。设备可用于半导体晶圆、单芯片、各种半导体基板 (PCB、陶瓷基板、柔性基板等)、半导体元器件 (BGA 等) 的植球或微凸点制作。 二、具体要求 1. 工作条件 1.1 设备用电: 230V 单相/3 线, 20A, 50/60Hz。 1.2 环境温度: 15℃~30℃。 1.3 相对湿度: 30%-80%。 三、技术参数 ★1. 支持球径范围: 60um~500um。 ★2. 植球速度: 最快≥5 球/秒。 3. 支持产品尺寸: 可支持≤8 英寸晶圆或方形基板。 ★4. 设备 X,Y 轴精度: ≤±5um。 ■5. 支持焊球合金种类: SAC, SnAg, SnPb, AuSn, InSn, SnBi 等。 ★6. 设备安全: 整台设备需符合 LaserClassI 安全认证, 设备需具备安全联锁功能。 ■7. 设备工作台: 尺寸≥200mm*200mm, 具备加热功能, 具备真空吸附功能, 可同时支持单芯片吸附、基板及	1	工业	进口

		晶圆的吸附。 8. 设备需配备激光自动校准功能，实现自动将激光光斑和喷嘴进行对准，实现最大化激光能量输出。 ■9. 设备需配备植球位置编程功能，读取焊盘分布图纸或手动编辑焊盘位置阵列。 10. 设备需配备激光传感器测量焊盘表面高度。 11. 设备需配备激光能量计，用于测量激光能量输出。 12. 激光器：数量 1 台，光纤激光器，波长$\geq 1000\text{nm}$，冷却方式为风冷。 ★13. 激光能量输出稳定性：$\leq \pm 1\%$。 14. 设备共计需配备 2 个焊头：$\leq 250\mu\text{m}$ 焊头 1 个；$> 250\mu\text{m}$ 焊头 1 个。 15. 设备需配备氮气压力自动调节功能。 ★16. 植球位置精度：$\leq \pm 5\% \times \text{球径}$（抛除焊球本身一致性差异、焊盘尺寸一致性差异、焊盘位置一致性差异）。 ★17. 植球后的球高需$\leq \pm 5\% \times \text{球径}$。 ★18. 喷嘴的寿命需可支持完成$\geq 60$万颗锡球的植球。 ★19. 配置要求 激光植球机，数量 1 台，配置如下： (1) 设备框架和外壳。 (2) 轴和驱动系统。 (3) 控制终端及配套操作系统。 (4) 焊头*2。 (5) 激光器*1。 (6) 激光自动校准系统。 (7) Z 方向高度自动测量系统。 (8) 球径转换套件：9 套（规格需与用户协商）。 (9) 喷嘴：共计 70 个（规格需与用户协商）。 ■20. 具有产品生产厂商或国内总代理（或区域代理）针对本项目的授权书及原厂售后服务承诺，投标文件中提供对应证明材料扫描件。			
2	▲ 高	一、设备功能	1	工业	/

精度外延生长系统	外延生长系统为 CCS 近耦合垂直喷淋气流注入式金属有机物化学气相沉积（MOCVD），兼容实现 Ga_2O_3、GaN、2D 材料等薄膜材料生长，满足光电子、微电子、MEMS 微纳工艺中外延层薄膜材料的生长。受限于场地规划，设备尺寸$\leq 5000*1000*2200$（长*宽*高，mm）。 二、工作条件 1. 洁净室：Class1000 以上。 2. 环境湿度：30%~70%。 3. 温度范围：15° C~35° C。 三、技术指标 ★1. 反应腔 1.1 采用金属反应腔，喷淋头内管道密度≥ 90 管/平方英寸，喷淋头进气孔直径在 0.3mm~0.6mm 范围，相邻孔中心间距$\leq 2.6\text{mm}$，反应腔顶盖配 Ceiling（喷淋头挡板），反应腔内径尺寸$\leq 300\text{mm}$，喷淋头孔面直径$\leq 200\text{mm}$。 1.2 支持单片 6 英寸、4 英寸，3 片 3 英寸，6 片 2 英寸。 1.3 漏率：$\leq 1 \times 10^{-9} \text{mbar} \cdot \text{L/s}$。 1.4 本底真空：$\leq 5.3 \times 10^{-2} \text{mbar}$（50Hz）。 1.5 工艺压力范围：5.0mbar~1000mbar。 1.6 反应室控压精度：$\leq \pm 1\%$或$\leq 1\text{mbar}$。 1.7 反应室抽速由 1000mbar 至 5.0mbar 时间不超过 6min。 1.8 材料生长压力：$\geq 900\text{mbar}$。 1.9 工艺间隙（ProcessGap）：$\leq 11\text{mm}$。 ★2. 加热系统 2.1 加热系统升温速率：$\geq 1.2^\circ\text{C/s}$，或$\geq 100^\circ\text{C/min}$。 2.2 石墨盘面温度：$\leq 1400^\circ\text{C}@ \text{GaN}$，$\leq 1200^\circ\text{C}@ \text{Ga}_2\text{O}_3 \& 2\text{D}$。 2.3 加热系统温度精度：$\leq \pm 1^\circ\text{C}$。 ■3. 旋转系统 3.1 转速范围：0-200RPM。 3.2 控制精度：$\leq \pm 0.5\text{RPM}$。			
----------	---	--	--	--

	■4. 真空系统 4.1 真空室压力:5.0mbar~1000mbar 连续可调。 4.2 配可编程碟型节流阀, 控制精度$\leq \pm 0.1\%$ of F.S., 控制范围 0.5%-100%。 4.3 50Hz 时抽速$\leq 2500\text{L/min}$。 ★5. MO 单元组 5.1 MO-1:TMGa, 标准配置, 2 个 MFC, 1 个 PC, 阀组和管路及接头等。 5.2 MO-2:DEZn, 标准配置, 2 个 MFC, 1 个 PC, 阀组和管路及接头等。 5.3 MO-3:TMA1, 标准配置, 2 个 MFC, 1 个 PC, 阀组和管路及接头等。 5.4 MO-4:Cp2Mg, 标准配置, 2 个 MFC , 1 个 PC, 阀组和管路及接头等。 5.5 MO-5:TMin, 标准配置, 2 个 MFC, 1 个 PC, 阀组和管路及接头等。 5.6 MO-6: TEGa, 标准配置, 2 个 MFC , 1 个 PC, 阀组和管路及接头等。 5.7 MO-7: Mo(CO)6, 标准配置, 2 个 MFC, 1 个 PC, 阀组和管路及接头等。 5.8 MO-8:DTBS, 标准配置, 2 个 MFC, 1 个 PC, 阀组和管路及接头等。 5.9 MO-9~MO-12: 预留空间。 5.10 SiH4_1 掺杂源: 双稀释, 进气主管路及切换系统。 5.11 Dummy-MO-1: 气体补偿与平衡, 1 个 MFC, 和阀组。 5.12 MO 源用 MFC 技术指标: (1) 精度: $\leq \pm 1.0\%$ F.S. (设定流量$>30\%$ F.S.); $\leq \pm 0.3\%$ F.S. (设定流量$\leq 30\%$ F.S.)。 (2) 线性: $\leq \pm 0.5\%$ F.S. 。 (3) 重复精度: $\leq \pm 0.2\%$ F.S. 。 (4) 控制范围: $2\% \sim 100\%$ F.S. 。			
--	---	--	--	--

		(5) 漏率: $\leq 5 \times 10^{-12} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}(\text{He})$。 (6) 环境温度范围: $15 \sim 45 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (7) 使用压力: $50 \sim 300 \text{ kPa}(\text{d})$。 ★6. 氨源及载气单元组 6.1 O_2: 标准配置, 2 个 MFC, 调压阀, 压力表, 阀组和管路及接头等。 6.2 NH_3: 标准配置, 2 个 MFC, 调压阀, 压力表, 阀组和管路及接头等。 6.3 H_2: 进气管道及切换系统, 调压阀, 压力表, 阀组和管路及接头等。 6.4 Ar: 进气管道及切换系统, 调压阀, 压力表, 阀组和管路及接头等。 6.5 Dummy-Hyd-1: 气体补偿与平衡, 1 个 MFC, 和阀组。 6.6 Hydride 单元组之 Run/Vent 管路、阀岛、阀组和压差平衡系统。 6.7 Source Supply 气体管路, 阀组 (MO+Hyd)。 6.8 MFC 技术指标: (1) 精度: $\leq \pm 1.0\% \text{ F.S.}$ (设定流量 $> 30\% \text{ F.S.}$); $\leq \pm 0.3\% \text{ F.S.}$ (设定流量 $\leq 30\% \text{ F.S.}$)。 (2) 线性: $\leq \pm 0.5\% \text{ F.S.}$。 (3) 重复精度: $\leq \pm 0.2\% \text{ F.S.}$。 (4) 控制范围: $2\% \sim 100\% \text{ F.S.}$。 (5) 漏率: $\leq 5 \times 10^{-12} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}(\text{He})$。 (6) 环境温度范围: $15 \sim 45 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (7) 使用压力: $50 \sim 300 \text{ kPa}(\text{d})$。 ■7. 恒温水浴槽(6 个) 7.1 调温范围: $0 \sim 60^{\circ} \text{C}$。 7.2 控温精度: $\leq \pm 0.03^{\circ} \text{C}$。 8. 逻辑控制器 PLC 8.1 实时性: 最小 PLC 循环周期 $\leq 50\mu\text{s}$, 支持 ≤ 4 个独立 PLC 任务, 满足高速运动控制与快速逻辑响应需求。			
--	--	---	--	--	--

	8.2 运动控制能力：可执行电子齿轮、凸轮等复杂轴控算法（轴数受任务周期限制）。 ★9. 原位监测及数据统计系统 9.1 配备原位监测系统，实时监测并显示外延生长时的反射曲线、表面温度、生长速率、温度 mapping 等。 9.2 自动统计客户所需要的生长数据，可根据客户需求编辑计算。 ★10. 安全监测与互锁系统 10.1 安全监测与报警系统（H₂、NH₃、SiH₄ 等特气气体监测，漏水监测等；每套配一组探头和一个电源信号盒子）。 10.2 安全 PLC，H₂ 与 O₂ 互锁等安全互锁系统，EMO 急停系统，报警灯塔。 ■11. 手套箱系统 11.1 净化方式为 PN₂ 内循环。 11.2 系统包含监控摄像头、粉尘过滤、再生纯化柱、压力控制、照明、真空吸笔、光栅安全防护、传递舱、水氧浓度传感器，控制软件。 ★12. 真空泄漏检测系统 12.1 氦气最小泄漏检测率真空模式 $\lambda \leq 5 \times 10^{-12} \text{mbar} \cdot \text{L/s}$。 12.2 氦气最小泄漏检测率（吸枪模式）：$\leq 5 \times 10^{-8} \text{mbar} \cdot \text{L/s}$。 12.3 最大入口压力（GROSS 模式）：$\leq 15 \text{mbar}$。 12.4 最大入口压力（FINE 模式）：$\leq 2 \text{mbar}$。 12.5 最大入口压力（ULTRA 模式）：$\leq 0.4 \text{mbar}$。 12.6 前置真空泵类型：干式压缩。 12.7 泵的抽速：$\leq 25 \text{m}^3/\text{h}@50\text{Hz}$。 12.8 氦气抽速（ULTRA 模式）：$\leq 2.5 \text{L/s}$。 12.9 校准内置泄漏：$\leq 10^{-7} \text{mbar} \cdot \text{L/s}$。 12.10 高度 $\leq 900 \text{mm}$。 12.11 铱/钨涂层灯丝离子源：≥ 2 根。 ★13. HMDS 烘箱系统 13.1 控温范围：50℃-200℃。			
--	--	--	--	--

	13.2 温度波动度：±0.5℃。 13.3 样品尺寸：≤8 英寸。 13.4HMDS 液位报警。 ★14. 激光开封系统 14.1 开封速度：≥5000mm/s。 14.2 重复精度：≤±0.01mm。 14.3 激光输出总功率：≥20W。 14.4 激光寿命≥100000 小时。 14.5 激光视觉扫描范围≥110mm*110mm。 ★15. 金相分析系统 15.1 真空冷镶单元：程序控制，≤12 个样品。 15.2 双盘自动磨抛单元：单点加载和中心加载，10 吋盘。 15.3 金相备件及耗材：一组。 ★16. 工艺指标 <table><tr><th colspan="4">工艺验收指标之一：(2 英寸 C 面蓝宝石)</th></tr><tr><th>序号</th><th>验收指标</th><th>验收规格</th><th>测试方法</th></tr><tr><td>1</td><td colspan="3">非掺杂 GaN （厚度 2.5 μm，可轻微掺杂）</td></tr><tr><td></td><td>生长速率</td><td>≥0.2 um/h</td><td>原位监控</td></tr><tr><td></td><td>厚度均匀性(标准差)</td><td>δ ≤2%</td><td>PL</td></tr><tr><td></td><td>本征浓度</td><td>≤1x10¹⁷cm⁻³</td><td>Hall</td></tr><tr><td></td><td>本征迁移率</td><td>≥350cm²/V·s</td><td>Hall</td></tr><tr><td></td><td>XRD(002) 半高宽</td><td>≤300arcsec</td><td>XRD</td></tr><tr><td></td><td>XRD(102) 半高宽</td><td>≤400arcsec</td><td>XRD</td></tr><tr><td>2</td><td colspan="3">n 型 GaN （厚度 2.5 μ m）</td></tr><tr><td></td><td>掺杂浓度</td><td>≥2x10¹⁸cm⁻³</td><td>Hall</td></tr><tr><td></td><td>载子迁移率</td><td>≥200cm²/V·s</td><td>Hall</td></tr><tr><td></td><td>掺杂浓度</td><td>≥1x10¹⁹cm⁻³</td><td>Hall</td></tr></table>	工艺验收指标之一：(2 英寸 C 面蓝宝石)				序号	验收指标	验收规格	测试方法	1	非掺杂 GaN （厚度 2.5 μm，可轻微掺杂）				生长速率	≥0.2 um/h	原位监控		厚度均匀性(标准差)	δ ≤2%	PL		本征浓度	≤1x10 ¹⁷ cm ⁻³	Hall		本征迁移率	≥350cm ² /V·s	Hall		XRD(002) 半高宽	≤300arcsec	XRD		XRD(102) 半高宽	≤400arcsec	XRD	2	n 型 GaN （厚度 2.5 μ m）				掺杂浓度	≥2x10 ¹⁸ cm ⁻³	Hall		载子迁移率	≥200cm ² /V·s	Hall		掺杂浓度	≥1x10 ¹⁹ cm ⁻³	Hall			
工艺验收指标之一：(2 英寸 C 面蓝宝石)																																																								
序号	验收指标	验收规格	测试方法																																																					
1	非掺杂 GaN （厚度 2.5 μm，可轻微掺杂）																																																							
	生长速率	≥0.2 um/h	原位监控																																																					
	厚度均匀性(标准差)	δ ≤2%	PL																																																					
	本征浓度	≤1x10 ¹⁷ cm ⁻³	Hall																																																					
	本征迁移率	≥350cm ² /V·s	Hall																																																					
	XRD(002) 半高宽	≤300arcsec	XRD																																																					
	XRD(102) 半高宽	≤400arcsec	XRD																																																					
2	n 型 GaN （厚度 2.5 μ m）																																																							
	掺杂浓度	≥2x10 ¹⁸ cm ⁻³	Hall																																																					
	载子迁移率	≥200cm ² /V·s	Hall																																																					
	掺杂浓度	≥1x10 ¹⁹ cm ⁻³	Hall																																																					

	载子迁移率	$\geq 150\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$	Hall
3	p 型 GaN (厚度 0.5 μ m)		
	掺杂浓度	$\geq 1\times 10^{17}\text{cm}^{-3}$	Hall
	载子迁移率	$\geq 10\text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$	Hall
	电阻率	$\leq 3\ \Omega\cdot\text{cm}$	Hall
4	InGaN/GaN (5 对量子井)		
	波长(λ)	450nm~470nm	PL
	波长均匀性(标准差)	$\delta_{\text{avg}}\leq 3.0\text{nm}$	PL
	平均波长(连续 3 炉)	$\Delta\lambda\leq 3.0\text{nm}$	PL
5	AlGaN (厚度 0.3 μ m)		
	铝组分	15%~20%	XRD
	组分均匀性(5 点)	Al%(max-min) $\leq 2\%$	XRD
6	HEMT 2DEG		
	载子迁移率	$\geq 1800\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$	Hall
	载子浓度	$\geq 5\times 10^{12}\text{cm}^{-2}$	Hall
工艺验收指标之二：(*2 英寸或 4 英寸基板，其余为同质外延)			
序号	验收指标	验收规格	测试方法
1	非掺杂 GaO (2.0 μ m)		
	生长速率	$\geq 2.5\mu\text{m/h}$	原位监控
	片内厚度均匀性	$\sigma\leq 2\%$	PL
	炉间厚度均匀性	$\sigma\leq 2\%$	PL
	背景掺杂	$\leq 1\text{e}^{17}\text{cm}^{-3}$	Hall
	迁移率 @300K	$\geq 70\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$	Hall

		XRD(400)衍射半宽	$\leq 100\text{arcsec}$	XRD			
		表面粗糙度($5\mu\text{m} \times 5\mu\text{m}$)	$\sigma \leq 1.5\text{nm}$	AFM			
★四、备品备件							
		名称	数量	备注			
		石墨盘	2 套	6*2 英寸			
		石墨盘	1 套	3*3 英寸			
		石墨盘	1 套	1*4 英寸			
		石墨盘	1 套	1*6 英寸			
		J 型内衬环	2 套	J-Liner, 外径 268mm			
		手套	1 副	12 寸			
		滤芯	1 套	100 μm			
		O-ring (密封圈)	1 套	全氟醚橡胶 (腔体) / 氟橡胶 (其他)			
		石英环	2 套	Supptor ring			
		石墨支撑环	2 套	Susceptor ring			
		喷淋头挡板	2 套	Ceiling			
		蓝宝石衬底	各 1 盒	2 英寸、4 英寸和 6 英寸			
		氧化镓衬底	10 片	2 英寸			

(四) 第3包货物需求清单(高精度倒装芯片键合机与底部填充系统)

序号	货物名称	技术参数及要求	数量 (台/ 套)	所属行业	备注 (进口或强制节能)
1	▲高精度倒装芯片键合机与底部填充系统	一、设备功能 该高精度倒装键合机可实现芯片对芯片(C2C)、芯片对晶圆(C2W)的高精度倒装键合,包括上下料模块、甲酸活化模块、C2W键合模块、Underfill点胶模块。 二、技术参数 1. 上下料模块 ■1.1 芯片上料方式: Tray (100mm*200mm) 和华夫盒(2寸)。 ●1.2 晶圆上料方式: 单片上料。 ★1.3 物料传输: 配备机械手, 可将芯片托盘及晶圆传输至甲酸活化模块、C2W键合模块; 也支持手动将华夫盒放入C2W键合模块内上料。 2. 甲酸活化模块 ★2.1 活化样品类型: 晶圆、托盘内芯片。 ■2.2 加热盘最高温度: $\geq 250^{\circ}\text{C}$。 ●2.3 加热盘控温稳定性: $\leq \pm 2^{\circ}\text{C}$。 ●2.4 腔体极限真空: $\leq 10\text{Pa}$。 ■2.5 催化盒最高加热温度: $\geq 250^{\circ}\text{C}$。 ●2.6 催化盒控温稳定性: $\leq \pm 2^{\circ}\text{C}$。 ★2.7 Cu表面氧化物还原温度: $\leq 180^{\circ}\text{C}$。 ●2.8 具备甲酸泄露检测功能。 3. C2W键合模块 ★3.1 上压头对应芯片尺寸: 0.5mm*0.5mm	1	工业	/

		-50mm*50mm。 ★3.2 下载台对应样品尺寸：兼容 6inch 和 8inch 和 12inch 晶圆，不同尺寸晶圆通过工装兼容。 ■3.3 对准方式：片间同轴对准。 ★3.4 对准精度：$\leq \pm 0.2 \mu\text{m}$。 ★3.5 键合后精度：$\leq \pm 0.5 \mu\text{m}$（标准片常温贴合精度）。 ■3.6 压力范围：2N-3000N。 ★3.7 控压稳定性：$\pm 2\text{N}$。 ★3.8 上压头最高温度：$\geq 450^\circ\text{C}$。 ★3.9 上压头加热方式：脉冲陶瓷加热。 ★3.10 上压头控温稳定性：$\leq \pm 1^\circ\text{C}$。 ●3.11 上压头升温速率：升温时间$\leq 8\text{s}$（室温至 450°C）。 ●3.12 上压头降温速率：降温时间$\leq 60\text{s}$（450°C至 100°C）。 ■3.13 下载台最高温度：$\geq 300^\circ\text{C}$。 ●3.14 下载台加热方式：筒式加热器。 ■3.15 下载台控温稳定性：$\leq \pm 1^\circ\text{C}$。 ■3.16 具备自动调平功能。 ■3.17 腔内可回填3种惰性工艺气氛：Ar、N_2、He，底部填充点胶模块。 4. underfill 底部填充系统 ●4.1 控制方式：全闭环伺服控制，视觉引导，喷射同步控制。 ●4.2 主轴数量：3个（X轴，Y轴，Z轴）。 ★4.3 点胶行程：X轴：$\geq 300\text{mm}$，Y轴：$\geq 300\text{mm}$，Z轴：$\geq 70\text{mm}$。 ●4.4 X轴和Y轴位置精度：$\leq \pm 20\mu\text{m}$。 ●4.5 Z轴位置精度：$\leq \pm 20\mu\text{m}$。 ●4.6 X轴/Y轴运动加速度：$\geq 1.0\text{g}$。 ★5. 设备所有承重地脚在 2400*2250（长*宽，mm）面积范围内。			
--	--	--	--	--	--

		★三、配置要求 1. 主机 2 个（含上下料、甲酸活化、C2W 键合模块、点胶模块等）。 2. 真空泵 1 个。 3. 涡旋泵 1 个。 4. 芯片托盘 3 个。 5. 芯片吸嘴 10 个。 6. 兼容 C2C 键合的工装 1 套。 7. 0 圈、中心环、卡箍等备品备件 1 套。 8. 点胶模块耗材一套； 9. 设备配套调试用耗材一套，包含玻璃校准片：2 颗；压力纸：一卷。			
--	--	--	--	--	--

三、安装调试、培训、质保及售后服务要求

1. 安装调试

1.1 中标人需协助采购人做好安装前的准备工作，合同签订后 15 个工作日内提供详细的厂务需求（含水、电、气、废排、微振要求等）、LAYOUT 图、安装布置图。发货前中标人需提供详细的安装、调试方案和计划。

1.2 设备到达采购人现场后，由中标人派出工程师与采购人共同开箱清点验收并负责安装、调试、试运行等，相关费用含在本次投标报价中。机台搬入洁净间和定位由中标人负责。中标人所提供的设备所有零部件必须是全新产品，外观无划伤损伤等各种缺陷。

1.3 设备到达采购人所在地后，在接到采购人通知后执行安装调试直至达到验收指标。设备须依据双方签订的合同进行验收，中标人应及时更换在调试、试运行验收中指标未达到要求的部件。

2. 技术文件

2.1 设备交付时，中标人需向采购人提供全套技术资料，资料语言至少包含中文，至少包括设备操作手册（含管理员用户名、密码）、设备维护（服务）手册、安全手册、各主要部件手册、原理图、电路图、备件和耗材清单等。随机文件采用光盘/U 盘的形式提供 PDF 格式的电子版。

2.2 产品在出厂前，进行全面的系统测试并随设备出具产品测试报告。

2.3 中标人需提供设备最新信息及应用资料，自项目验收合格之日起提供不少于 10 年的技术资料和技术支持，协助采购人做好设备的开发应用工作。

3. 技术培训

3.1 中标人需提供采购人现场培训的资料，至少含设备操作指导书（SOP）、

保养维护指导等；

3.2 设备厂家应在设备安装调试合格后对采购人操作维护人员（不少于 5 人）进行培训，包括软件、硬件的操作和日常维护、典型应用工艺，培训时间不少于 5 天。验收后根据采购人需求再提供至少一次应用培训，具体培训时间由双方协商。

4. 质保及售后

4.1 免费质保期自验收合格之日起计算，更换后的零部件免费质保期从更换之日起计算。

4.2 免费质保期内由中标人提供保修服务，包括设备的正常检修、维护和调试等（所需费用包含在本项目投标报价中，包含人工、维修及零配件等费用，耗材除外）。质保期内因质量问题而导致的设备停用时间应相应延长质保截止时间。中标人应保证设备及服务的质量，针对故障或损坏的产品，提供上门维修和更换服务（人为故意损毁或不可抗力因素导致的损坏除外）。当产品在质保期内发生质量问题，中标人还应承担由此导致的其他经济损失。

4.3 免费质保期满后，中标人提供备件及技术服务的价格，不得高于其同期国内终端客户最低实际成交价。采购人有权要求中标人提供同期销售资料予以核实。

4.4 维修响应时间：中标人应在 4 小时内对采购人的服务要求做出响应，如有必要在 48 小时内派工程师到达现场、检查和排除故障。一般故障应在 3 天内解决或提出明确的解决方案，经采购人认可后，在预定期限内解决问题。重大故障或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。否则，中标人应赔偿由此造成的损失。

4.5 软、硬件升级：中标人应向采购人提供同版本软件的终身升级服务（所需费用包含在本项目投标报价中），因适配新版软件强制要求实施的配套硬件升级，仅收取硬件含税进货成本，免收所有实施、调试、人工服务费；采购人有权核验硬件上游采购价格。采购人主动扩容、新增功能所需硬件升级不适用本条款。

4.6 质保期满后，中标人需提供终身维修技术服务。自设备终验合格之日起中标人需提供不少于 10 年保障原厂零备件供应。零部件拟停产时，中标人提前 12 个月书面通知采购人；原厂备件停产的，中标人应提供功能等效替代方案，或应采购人要求无偿提供备件技术图纸、参数资料。因企业关停、原厂永久停产等客观不可控因素造成无法供货的，中标人仍需持续提供技术指导。

四、报价要求

1. 本项目报投标总价，投标总价包含货物从设计、采购、制造、交货（包括运输至采购人指定地点卸车就位）至售后服务的一切费用、管理费、利润和税金，以及采购合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险，履约期间采购人不再追加任何费用，投标人自行考虑报价风险。

2. 本项目按照人民币报价，投标人在报价时，应主动、充分调研中美及各类贸易战背景下进口关税的现行适用政策及未来潜在波动风险，并将贸易战相关关税成本纳入投标报价中，自行承担相关风险。（供应商如若中标，不得在履约阶段以关税政策变化、成本超支为由，向采购人主张价款调增、额外费用索赔或履约责任减免。）

五、其他要求

1. 包装和运输：中标人应提供设备包装、运输等服务。中标人需采用标准承载式工业托盘和木箱进行包装，因为运输造成的设备损失由中标人提出有效更换或维修措施。零件要固定在箱体内，避免内部晃动。在包装箱上四个侧面的两个较大面上分别标记向上、怕湿、禁止翻转和吊装位置等符号，应清晰、可长期保持。需清晰注明收货地址、收货人和发货地址、重量、包装箱的承重点等。

2. 投标人所投全部产品须为全新产品，整机及所有零部件、元器件均为原厂全新正品，不接受二手设备、翻新设备、旧件拼装设备，拒绝试制产品、试验样机，严禁以二手设备改造、旧零部件重组拼装形式供货。

3. 合同生效后、正式供货前，采购人有权对中标人拟供应设备开展指标性测试，并对设备的配置、结构、整机功能开展符合性核查，测试及核查依据为合同、采购文件及中标人投标文件响应的全部实质性要求。测试核查可由采购人实施或委托具备相应资质的第三方机构实施，测试核查方案提前告知中标人，中标人应到场配合并见证全过程。经测试或核查，设备不满足合同约定要求的，给予中标人合理期限进行整改；整改后仍达不到合同约定要求的，采购人有权单方解除本合同。合同解除后，如查实中标人存在违法违规情形的，采购人可将相关情况报送政府采购监督管理部门。中标人应承担因其违约给采购人造成的全部直接损失，并按合同约定承担相应违约责任。测试、核查产生的相关费用及样品损耗由过错方承担。

第四章 评标方法和标准

(综合评分法)

一、总则

本项目将按照招标文件第二章 投标人须知的相关要求及本章的规定评标。

二、评标方法

2.1 资格审查（第 1-3 包）

依据政府采购相关法律法规规定,由采购人或采购代理机构对投标人进行资格审查。资格审查表如下:

资格审查表			
序号	评审指标	评审标准	格式及材料要求
1	营业执照等证明文件	合法有效	提供合法有效的投标人营业执照（或事业单位法人登记证书）等证明文件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人登记证书等）的全部内容。联合体投标的联合体各方均须提供。
2	不良信用记录查询	投标人不得存在投标人须知正文第 19.2.1 项中的不良信用记录情形	详见投标人须知正文第 19.2 款要求
3	投标有效性声明	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章	详见第六章投标文件格式三
4	本项目的特定资格要求	详见招标公告	提供相关材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。

资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。

2.2 符合性审查（第 1-3 包）

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查表如下：

符合性审查表			
序号	评审指标	评审标准	格式及材料要求
1	开标一览表	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章	详见第六章投标文件格式一
2	投标函	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章	详见第六章投标文件格式二
3	授权书	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章	法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章投标文件格式四
4	投标报价	符合招标文件投标人须知正文第 12 条要求	详见第六章投标文件格式五
5	招标文件获取情况	在招标文件获取截止时间前完成招标文件获取	
6	进口产品（如有）	符合招标文件及相关规定对于进口产品的要求	未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品
7	强制节能产品（如有）	符合招标文件及相关规定对强制节能产品的要求	
8	商务响应情况	符合招标文件采购需求中对付款方式、供货及安装期限、供货及安装地点、免费质保期的要求	详见第六章投标文件格式六（6.1 商务响应表）
9	技术响应情况	不存在招标文件采购需求“（一）货物需求说明”中投标无效的情形	详见第六章投标文件格式六（6.2 技术响应表、6.3 货物说明一览表）
10	投标文件规范性	投标文件签署、盖章符合招标文件要求	

符合性审查表			
序号	评审指标	评审标准	格式及材料要求
11	投标文件机器识别码查询	不同投标人的文件制作机器识别码或 MAC 地址或 IP 地址或文件创建码或联系方式出现相同的情形，相关投标人均 投标无效 。	
12	其他实质性要求	符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件列明的其他实质性要求	

符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。

2.3 异常低价投标审查（第 1-3 包）

异常低价投标审查表			
序号	评审指标	评审标准	格式及材料要求
1	异常低价投标审查	(1) 投标报价 < 全部通过符合性审查投标人投标报价平均值 × <u>65%</u>; (2) 投标报价 < 通过符合性审查的次低报价投标人投标报价 × <u>65%</u>; (3) 投标报价 < 采购项目最高限价（如采购项目未设定最高限价的，以采购项目预算金额作为最高限价） × <u>65%</u>; (4) 评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 提醒： 上述第（1）项数值计算：涉及总价、单价的精确到“分”并四舍五入，涉及费率的精确到小数点后两位，第三位四舍五入（例：如平均值为 123.456 元，即为 123.46 元；如平均值为 80.126%，即为 80.13%）。	投标人在评审现场合理的时间对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

注：

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于评审标准中第（1）项至第（4）

项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内（不少于 30 分钟）对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第 3 项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为**无效投标**处理。

评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

2.4 详细审查

2.4.1 评标委员会按照下表对投标文件进行详细审查和评分。

2.4.2 本项目综合评分满分为 100 分，其中：技术资信分值占总分值的权重为 70 %，价格分值占总分值的权重为 30 %。具体评分细则如下：

第 1 包			
类别	评分内容	评分标准	分值范围
技术资信分 (70 分)	满足货物指标要求情况	■代表重要指标，每满足一项得 4 分，共 10 项，共计 40 分； 注： 以投标响应表和“货物需求”中证明材料要求（如有）作为评审依据。	0-40 分
	技术服务方案	评标委员会依据投标人投标文件中针对本项目编制的技术服务方案（包括但不限于：产品介绍、整机及关键部件配置、硬件架构、软件控制系统、设计原理、系统功能、系统性能、适配本项目工艺需求的技术特点、产品差异化特点及自身优势等）进行	0-5 分

		评分： （1）技术方案完整全面，整机及核心部件配置响应充分，硬件、软件、系统原理、工艺适配性描述详实，技术特点体现充分，完全满足本项目使用需求，得 5 分； （2）技术方案内容较完整，主要配置及功能已响应，关键技术描述基本清晰，能够满足本项目使用需求，得 3 分； （3）技术方案内容存在缺失，部分关键配置、技术参数描述简略，仅基本满足项目最低要求，得 1 分； （4）未提供本项目针对性技术方案，或技术方案不响应项目核心需求，不得分。	
	供货安装 方案	评标委员会根据投标人投标文件中提供的针对本项目的供货安装（调试）方案（包括但不限于：供货时间安排、供货保障措施、与所投设备匹配的安装方案、测试大纲等）进行评分： （1）方案内容全面完整，方案针对性及可行性强，能最大限度满足采购需求得 5 分； （2）方案内容基本全面完整，方案具有针对性及可行性，能基本满足采购需求得 3 分； （3）方案内容基本涵盖完整，方案针对性及可行性有待改善，得 1 分； （4）不可行或未提供相关内容不得分。	0- <u>5</u> 分
	培训方案	评标委员会根据投标人投标文件中提供的针对本项目的培训方案（包括但不限于：培训内容、培训时间及人员安排等）进行评分： （1）方案内容全面完整，方案针对性及可行性强，能最大限度满足采购需求得 5 分； （2）方案内容基本全面完整，方案具有针对性及可行性，能基本满足采购需求得 3 分； （3）方案内容基本涵盖完整，方案针对性及可行性有待改善，得 1 分； （4）不可行或未提供相关内容不得分。	0- <u>5</u> 分

	售后服务与维保方案	评标委员会根据投标人投标文件中提供的针对本项目的售后服务与维保方案（包括但不限于：定期检查与维护、软件升级支持、故障响应与修复时间，售后服务响应和技术支持等）进行评分： （1）方案内容全面完整，方案针对性及可行性强，能最大限度满足采购需求得 5 分； （2）方案内容基本全面完整，方案具有针对性及可行性，能基本满足采购需求得 3 分； （3）方案内容基本涵盖完整，方案针对性及可行性有待改善，得 1 分； （4）不可行或未提供相关内容不得分。	0-5 分
	质保期	在满足招标文件免费质保期要求的基础上，所投包别中的所有产品免费质保期每增加<u>1</u> 年加 <u>2</u> 分（不足<u>1</u> 年的不加分），最高得<u>4</u> 分。 注： 以投标响应表中投标人承诺的质保期作为评审依据。	0-4 分
	产品业绩	2023 年 1 月 1 日（以合同签订日期为准）以来，采购需求中标注▲产品（须与所投产品同品牌同类型或同品牌同型号）具有供货安装业绩，每提供 1 份业绩得 2 分，本项满分 6 分。 注： （1）业绩为产品业绩，不限定合同签订主体为投标人； （2）投标文件中需同时提供业绩合同、验收证明材料（合同甲方或其归口管理部门需盖章）； （3）如业绩合同中无法体现合同签订时间、产品类型等关键评审信息，须另提供业主单位（合同甲方）出具的盖章证明材料，否则不予认可。 （4）同类型指：产品具有相同的功能和用途，需经评标委员会评审认可。	0-6 分
价格分 (30 分)	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：		

投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 30% × 100			
第 2 包			
类别	评分内容	评分标准	分值范围
技术资信分 (70分)	满足货物指标要求情况	1、■代表重要指标，每满足一项得 5 分，共 8 项，共计 40 分； 注： 以投标响应表和“货物需求”中证明材料要求（如有）作为评审依据。	0-40分
	技术服务方案	评标委员会依据投标人投标文件中针对本项目编制的技术服务方案（包括但不限于：产品介绍、整机及关键部件配置、硬件架构、软件控制系统、设计原理、系统功能、系统性能、适配本项目工艺需求的技术特点、产品差异化特点及自身优势等）进行评分： （1）技术方案完整全面，整机及核心部件配置响应充分，硬件、软件、系统原理、工艺适配性描述详实，技术特点体现充分，完全满足本项目使用需求，得 5 分； （2）技术方案内容较完整，主要配置及功能已响应，关键技术描述基本清晰，能够满足本项目使用需求，得 3 分； （3）技术方案内容存在缺失，部分关键配置、技术参数描述简略，仅基本满足项目最低要求，得 1 分； （4）未提供本项目针对性技术方案，或技术方案不响应项目核心需求，不得分。	0-5分
	供货安装方案	评标委员会根据投标人投标文件中提供的针对本项目的供货安装（调试）方案（包括但不限于：供货时间安排、供货保障措施、与所投设备匹配的安裝方案、测试大纲等）进行评分： （1）方案内容全面完整，方案针对性及可行性强，能最大限度满足采购需求得 5 分；	0-5分

		(2) 方案内容基本全面完整，方案具有针对性及可行性，能基本满足采购需求得 3 分； (3) 方案内容基本涵盖完整，方案针对性及可行性有待改善，得 1 分； (4) 不可行或未提供相关内容不得分。	
	培训方案	评标委员会根据投标人投标文件中提供的针对本项目的培训方案（包括但不限于：培训内容、培训时间及人员安排等）进行评分： (1) 方案内容全面完整，方案针对性及可行性强，能最大限度满足采购需求得 5 分； (2) 方案内容基本全面完整，方案具有针对性及可行性，能基本满足采购需求得 3 分； (3) 方案内容基本涵盖完整，方案针对性及可行性有待改善，得 1 分； (4) 不可行或未提供相关内容不得分。	0-5 分
	售后服务与维保方案	评标委员会根据投标人投标文件中提供的针对本项目的售后服务与维保方案（包括但不限于：定期检查与维护、软件升级支持、故障响应与修复时间，售后服务响应和技术支持等）进行评分： (1) 方案内容全面完整，方案针对性及可行性强，能最大限度满足采购需求得 5 分； (2) 方案内容基本全面完整，方案具有针对性及可行性，能基本满足采购需求得 3 分； (3) 方案内容基本涵盖完整，方案针对性及可行性有待改善，得 1 分； (4) 不可行或未提供相关内容不得分。	0-5 分
	质保期	在满足招标文件免费质保期要求的基础上，所投包别中的所有产品免费质保期每增加 <u>1</u> 年加 <u>2</u> 分（不足 <u>1</u> 年的不加分），最高得 <u>4</u> 分。 注： 以投标响应表中投标人承诺的质保期作为评审依据。	0-4 分
	产品业绩	2023 年 1 月 1 日（以合同签订日期为准）以来，采购需求中标注▲产品（须与所投产品同品牌同类	0-6 分

		型或同品牌同型号）具有供货安装业绩，每提供 1 份业绩得 2 分，本项满分 6 分。 注： （1）业绩为产品业绩，不限定合同签订主体为投标人； （2）投标文件中需同时提供业绩合同、验收证明材料（合同甲方或其归口管理部门需盖章）； （3）如业绩合同中无法体现合同签订时间、产品类型等关键评审信息，须另提供业主单位（合同甲方）出具的盖章证明材料，否则不予认可。 （4）同类型指：产品具有相同的功能和用途，需经评标委员会评审认可。	
价格分 （30 分）	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100		
第 3 包			
类别	评分内容	评分标准	分值范围
技术资信分 （70 分）	满足货物指标要求情况	1、■代表重要指标，每满足一项得 3 分，共 9 项，共计 27 分； 2、●代表一般指标项，每满足一项得 1 分，共 13 项，共计 13 分。 注： 以投标响应表和“货物需求”中证明材料要求（如有）作为评审依据。	0-40 分
	技术服务方案	评标委员会依据投标人投标文件中针对本项目编制的技术服务方案（包括但不限于：产品介绍、整机及关键部件配置、硬件架构、软件控制系统、设计原理、系统功能、系统性能、适配本项目工艺需求的技术特点、产品差异化特点及自身优势等）进行评分： （1）技术方案完整全面，整机及核心部件配置响	0-5 分

		应充分，硬件、软件、系统原理、工艺适配性描述详实，技术特点体现充分，完全满足本项目使用需求，得 5 分； （2）技术方案内容较完整，主要配置及功能已响应，关键技术描述基本清晰，能够满足本项目使用需求，得 3 分； （3）技术方案内容存在缺失，部分关键配置、技术参数描述简略，仅基本满足项目最低要求，得 1 分； （4）未提供本项目针对性技术方案，或技术方案不响应项目核心需求，不得分。	
	供货安装 方案	评标委员会根据投标人投标文件中提供的针对本项目的供货安装（调试）方案（包括但不限于：供货时间安排、供货保障措施、与所投设备匹配的安裝方案、测试大纲等）进行评分： （1）方案内容全面完整，方案针对性及可行性强，能最大限度满足采购需求得 5 分； （2）方案内容基本全面完整，方案具有针对性及可行性，能基本满足采购需求得 3 分； （3）方案内容基本涵盖完整，方案针对性及可行性有待改善，得 1 分； （4）不可行或未提供相关内容不得分。	0- <u>5</u> 分
	培训方案	评标委员会根据投标人投标文件中提供的针对本项目的培训方案（包括但不限于：培训内容、培训时间及人员安排等）进行评分： （1）方案内容全面完整，方案针对性及可行性强，能最大限度满足采购需求得 5 分； （2）方案内容基本全面完整，方案具有针对性及可行性，能基本满足采购需求得 3 分； （3）方案内容基本涵盖完整，方案针对性及可行性有待改善，得 1 分； （4）不可行或未提供相关内容不得分。	0- <u>5</u> 分
	售后服务 与维保方	评标委员会根据投标人投标文件中提供的针对本项目的售后服务与维保方案（包括但不限于：定期检	0- <u>5</u> 分

	案	查与维护、软件升级支持、故障响应与修复时间，售后服务响应和技术支持等）进行评分： （1）方案内容全面完整，方案针对性及可行性强，能最大限度满足采购需求得 5 分； （2）方案内容基本全面完整，方案具有针对性及可行性，能基本满足采购需求得 3 分； （3）方案内容基本涵盖完整，方案针对性及可行性有待改善，得 1 分； （4）不可行或未提供相关内容不得分。	
	质保期	在满足招标文件免费质保期要求的基础上，所投包别中的所有产品免费质保期每增加 <u>1</u> 年加 <u>2</u> 分（不足 <u>1</u> 年的不加分），最高得 <u>4</u> 分。 注： 以投标响应表中投标人承诺的质保期作为评审依据。	0- <u>4</u> 分
	产品 业绩	2023 年 1 月 1 日（以合同签订日期为准）以来，采购需求中标注▲产品（须与所投产品同品牌同类型或同品牌同型号）具有供货安装业绩，每提供 1 份业绩得 2 分，本项满分 6 分。 注： （1）业绩为产品业绩，不限定合同签订主体为投标人； （2）投标文件中需同时提供业绩合同、验收证明材料（合同甲方或其归口管理部门需盖章）； （3）如业绩合同中无法体现合同签订时间、产品类型等关键评审信息，须另提供业主单位（合同甲方）出具的盖章证明材料，否则不予认可。 （4）同类型指：产品具有相同的功能和用途，需经评标委员会评审认可。	0-6 分
价格分 (30 分)	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 30% × 100		

2.4.3 分值汇总

(1) 技术资信评分

评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，并汇总每个投标人的得分。取各位评委评分之平均值（四舍五入保留至小数点后两位数），得到该投标人的技术资信分。

(2) 综合总得分

将投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。

第五章 采购合同

（仅供参考）

第一部分 合同书

项目名称：安徽大学集成电路先进材料与技术研究设施创新平台设备更新-半导体器件加工设备采购项目第 包

项目编号：ZF2026-35-0886（采购任务书编号：FSKY34000120267421 号）

甲方（采购人）：安徽大学

乙方（中标人）：中标单位名称

签订地：安徽省合肥市

安徽大学（以下简称：甲方）通过安徽省招标集团股份有限公司组织的公开招标方式采购活动，经评标委员会评定，（中标人名称）（以下简称：乙方）为本项目中标人，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	单价	小计	生产厂商
1							
2							
3							
...							
...							
合计							

1.3 价款

本合同总价为：¥_____元（大写：人民币_____元）。

1.4 付款方式和发票开具方式

- 1.4.1 付款方式：_____。
- 1.4.2 发票开具方式：增值税专用发票。

1.5 货物交付期限、地点和方式

- 1.5.1 交付期限：_____。
- 1.5.2 交付地点：安徽大学，具体按甲方指定。

1.5.3 交付方式：送货上门，安装调试完成。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物或交付的货物验收不合格，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.5% 计算，最高限额为本合同总价的 2.5%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.5% 计算，最高限额为本合同总价的 2.5%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，或因政府政策调整等原因，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7 若乙方在质量保修期内未能完成本合同约定的保修责任，甲方将追究

其违约责任，并要求乙方承担因违约给甲方造成的经济损失等。

1.7 安装调试与培训

1.7.1 供应商应提供设备安装，故障排除/调试和设备测试服务。

① 为方便采购人设备的正常接收及顺利开展安装前期准备工作，供应商须配合用户提供安装条件，电气要求等。

② 仪器到达用户使用现场后，由供应商派出工程师与用户共同开箱清点验收后负责安装、调试，相关费用含在本次投标报价中。

③ 设备到达用户所在地后，在接到用户通知后 1 周内执行安装调试直至达到验收指标。

1.7.2 供应商应提供技术培训，具体为：

① 要求供应商提供用户现场培训及培训资料。

② 培训人员 5 名。

③ 根据用户实际需求，双方协商时间，可根据采购人需要在供应商公司进行不少于 1 次的为期一周培训。

④ 培训内容包括但不限于仪器的技术原理、操作、工艺、数据处理、基本维护等。

1.8 验收要求

（一）质量标准

乙方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

（二）验收组织

甲方负责组织验收工作，大型或者复杂的政府采购项目，必须邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

（三）验收程序

1. 成立验收小组，验收人员应由甲方代表和技术专家组成。

2. 验收前要编制验收表格。
3. 验收时双方要按照验收表格逐项验收。
4. 验收方出具验收报告。
5. 复杂设备的验收还要包括出厂检验、到货检验、安装和调试、最终验收、培训等伴随服务的验收。

1.9 售后服务

- (一) 乙方对合同货物的质量保修期为自验收合格之日起_____年。
- (二) 乙方在合同货物的质量保修期内，免费为甲方提供合同货物的技术指导 and 维修服务的时间是：每周 7 天 24 小时（工作时间）。
- (三) 乙方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到甲方提出的技术服务要求后 12 小时内予以答复，如甲方有要求或必要时，乙方应在接到甲方通知后 24 小时内派员至甲方免费维修和提供现场指导。
- (四) 如乙方在接到甲方维修通知后 72 小时仍不能修复有关货物，乙方应提供与该货物同一型号的备用货物。
- (五) 如乙方在接到甲方提出的技术服务要求或维修通知后 24 小时内没有响应、拒绝或没有派员到达甲方提供技术服务、修理或退换货物，甲方有权委托第三方对合同货物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由乙方承担。
- (六) 在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，乙方应在接到甲方通知之后 24 小时内到达现场。
- (七) 若乙方在质量保修期内未能完成本合同约定的保修责任，甲方将追究其违约责任，并要求乙方承担因违约给甲方造成的经济损失等。

1.10 履约保证金

本项目履约保证金为_____元(人民币大写: _____元)或有效保函，收受人为安徽大学，合同期满乙方无违约的情形下退还。如乙方未能按期履行合同，甲方可从履约保证金（保函）中获得经济上的赔偿。

1.11 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1.11.2 种方式解决：

- 1.11.1 将争议提交合肥仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则

裁决；

1.11.2 向合肥市蜀山区人民法院起诉。

1.12 合同生效

本合同一式 肆 份，自甲乙双方签字盖章时生效。

甲 方：_____（单位盖章）

乙 方：_____（单位盖章）

法定代表人

法定代表人

或授权代表（签字）：

或授权代表（签字）：

时间：_____年____月____日

时间：_____年____月____日

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “货物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通

用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物在通过验收并交付前，货物毁损、灭失的风险由乙方负担详见合同专用

条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间，否则视为不延期。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 履约保证金

2.20.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，提交不超过合同价 2.5%的履约保证金；

2.20.2 履约保证金在合同期间内不予退还或者应完全有效，合同履行完成验收合格后，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.20.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲

方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容
2.3.2	本合同项下计算机软件等货物的知识产权均归该软件的原始著作权人（厂商）所有。乙方保证软件不侵犯第三方权利，否则由乙方承担全部责任与赔偿。甲方获得本合同项下具有知识产权的计算机软件等货物的使用权，甲方在使用中独立产生的业务数据、配置参数、报表等数据权益归甲方所有。乙方保证开放全部标准接口与对接文档，保障与甲方的软硬件兼容对接。以上责任及费用由乙方承担。
2.4.2	乙方须按国家规范及货物运输要求采取防潮、防震、加固包装，包装费用含在合同总价内，包装不当产生货损由己方全责补发并承担全部费用。 货物装车、运输、保险、装卸责任及费用由乙方承担。
2.6	结算方式：银行转账。 付款条件：乙方需提供合法有效的发票，甲方审核无误后按约定付款。
2.9	货物运输至甲方指定地点到货物验收合格交付使用前，乙方负责对货物的损毁灭失承担责任。
2.13.3	因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在 15 个工作日内以书面形式变更合同。
2.13.4	受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在 15 个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在 15 个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
2.17.3	甲方按招标（采购）文件中采购需求内容进行验收。 验收标准：符合国家相关行业标准、招标（采购）文件要求及合同约定的质量标准。
2.20.1	支付方式：_____。
2.21	本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。

第六章 投标文件格式

安徽大学集成电路先进材料与技术研究设施创
新平台设备更新-半导体器件加工设备采购项目
ZF2026-35-0886（采购任务书编号：FSKY34000120267421
号）

投 标 文 件

【第__包】

投标人：_____（盖单位章）

____年____月____日

投标文件资料清单

序号	资料名称	页码范围
一	开标一览表	
二	投标函	
三	投标有效性声明	
四	授权书	
五	投标分项报价表	
六	投标响应表	
七	投标业绩承诺函	
八	联合体协议	
九	主要中标标的承诺函	
十	中小企业声明函	
十一	残疾人福利性单位声明函	
十二	监狱企业证明	
十三	关于符合本国产品标准的声明函	
十四	所投各产品属于政府采购节能产品、环境标志产品清单的证明文件	
十五	其他相关证明材料	

一、开标一览表

项目名称	安徽大学集成电路先进材料与技术研究设施创新平台设备更新-半导体器件加工设备采购项目
投标人全称	
投标范围	全部
投标报价	大写： 小写：_____（精确到小数点后两位）
其他	

投标人：_____（盖单位章）

日 期：____年__月__ 日

备注：

1. 此表用于开标唱标之用。
2. 表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。
3. 投标报价精确到小数点后两位。
4. 如投标人在电子交易系统填写的投标报价与投标文件中开标一览表的投标报价不一致，以投标文件中开标一览表的投标报价为准。

二、投标函

致：安徽大学

安徽省招标集团股份有限公司

根据贵方的招标公告和投标邀请，我方兹宣布同意如下：

1. 按招标文件规定提供交付的货物（包括安装调试等工作）的最终投标报价见开标一览表，如我方中标，我方承诺愿意按招标文件规定缴纳履约保证金和中标服务费。

2. 我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于甲方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过甲方验收。

3. 我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4. 我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5. 我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

6. 我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

7. 我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

8. 我方完全响应招标文件采购需求“三、安装调试、培训、质保及售后服务要求”、“四、报价要求”、“五、其他要求”的所有内容。

投标人：_____（盖单位章）

日 期：____年__月__日

三、投标有效性声明

(联合体参加投标的，联合体各方均须分别提供)

致：安徽大学

安徽省招标集团股份有限公司

我单位参加本项目投标活动，郑重声明如下：

1. 我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 我单位不是为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我单位（含不具有独立法人资格的分支机构）无以下不良信用记录情形：

- (1) 被人民法院列入失信被执行人名单；
- (2) 被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；
- (3) 被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
- (4) 被工商行政管理部门列入企业经营异常名录。

4. 我单位无“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动”的情形。我单位直接控股及管理关系如下表：

单位名称（全称）		
法定代表人/单位负责人	姓 名	
	身份证号	
股东/投资关系（按出资比例从高到低列明所有股东及投资人）	股东（投资人）全称：_____，出资比例：_____%， 股东（投资人）全称：_____，出资比例：_____%， 股东（投资人）全称：_____，出资比例：_____%， • • •	

直接管理关系	管理关系单位	管理单位全称：_____ 管理单位全称：_____ • • •
	被管理关系单位	被管理单位全称：_____ 被管理单位全称：_____ • • •
备注：		

注：

(1) 控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

(2) 管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

(3) 如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：_____（盖单位章）

日 期：____年__月__日

四、授权书

本授权书声明：_____（*投标人名称*）授权_____（*投标人授权代表姓名、职务*）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明：

授权代表联系方式：_____（填写手机号码）

特此声明。

投标人：_____（盖单位章）

日 期：____年__月__日

注：

- 1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表，提供身份证明；
- 2.法定代表人参加投标的无需提供授权书，提供身份证明。

五、投标分项报价表

5.1 分项报价表

序号	货物名称	品牌、型号规格	原产地及生产厂商	单位	数量	单价(元)	小计(元)	是否进口设备	备注
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
	...								
	...								
	...								
合计(元)									

投标人：_____（盖单位章）

日 期：____年__月__日

备注：

1. 表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

2. 表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致**投标无效**。

5-2 符合本国产品标准的产品成本之和占比

本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例	_____ %
提醒： 1. 投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠。 2. 投标人应当根据“5-1 分项报价表”的内容对符合本国产品标准的产品成本进行测算（比例未达到 80%或未进行比例测算的，对该投标人提供的全部产品不予价格评审优惠），如有虚假响应，投标人承担全部责任。 3. 上表中全部产品成本之和是指表 5-1 包含的全部货物、服务产品成本之和。	

投标人：_____（盖单位章）

日 期：_____年____月__ 日

六、投标响应表

6.1 商务响应表

序号	商务条款	招标文件要求	投标人承诺	偏离说明
1	付款方式			
2	供货及安装地点			
3	供货及安装期限			
4	免费质保期		我方承诺在采购需求中要求的质保期的基础上，全部产品增加年质保期	
...				

投标人：_____（盖单位章）

日 期：____年__月__日

6.2 技术响应表

序号	货物名称	招标文件规定的技术参数要求	所投产品的品牌、型号及技术参数	偏离说明
1				
2				
...				

投标人：_____（盖单位章）

日 期：____年__月__日

6.3 货物说明一览表

货物名称		品牌型号		数量	
所投产品的技术参数及性能说明：					

投标人：_____（盖单位章）

日 期：____年__月__日

注：

1. 上述响应表中，投标人必须对招标文件规定的商务、服务及货物技术参数要求逐条进行响应和描述。投标人直接全部或部分复制招标文件规定的商务、服务及货物技术参数要求的，或只简单写上“响应”、“符合”、“达到”或“满足”等字样的，或提供有选择性的响应的（如同一项响应中出现两个或以上品牌/两种或以上技术规格/两种或以上付款方式等），均可能导致投标无效。

2. “无偏离”指与招标文件要求一致，“正偏离”指优于招标文件要求；“负偏离”指低于招标文件要求。

七、投标业绩承诺函

致：安徽大学

我单位同意中标公告中公示以下业绩并承诺：投标文件中所提供的业绩均合法真实有效，若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

投标人：_____（盖单位章）

日 期：____年__月__日

序号	项目名称	供货范围	备注
1			
2			
3			
4			
5			
.....			

备注：

1. 表中所列业绩应为投标人满足招标文件要求的业绩；
2. 中标人提供的以上业绩情况，如招标文件《投标人须知前附表》有约定的，将按约定随评审结果公告。

八、联合体协议

（不允许联合体投标或未组成联合体投标，不需此件）

联合体成员一名称：_____；

联合体成员二名称：_____；

.....

上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加本项目的投标，现就联合体投标事宜订立如下协议：

1. _____（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2. 在本项目投标阶段，联合体牵头人负责投标项目的一切组织、协调工作，并授权代理人以联合体的名义参加项目的投标，代理人在投标、开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次招标有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本项目对采购人承担连带责任。

3. 联合体各成员单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下：

联合体成员一名称：_____，承担_____工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：_____%；

联合体成员二名称：_____，承担_____工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：_____%；

.....

4. 投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

5. 联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者合同履行完毕后自动失效。

联合体成员一：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

联合体成员二：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

.....

签订日期：____年__月__日

九、主要中标标的承诺函

我单位同意中标公告中公示以下主要中标标的并承诺：投标文件中所提供的主要中标标的均合法、真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

序号	货物名称	品牌及规格型号	数量	单价	备注
1					

投标人：_____（盖单位章）

日 期：____年__月__日

备注：

1. 表中所列内容为满足本项目要求的主要中标标的；
2. 中标人提供的以上承诺情况（含货物名称、品牌、规格、型号、数量、单价），将按约定随中标结果公告同时公告。
3. 本页《主要中标标的承诺函》由投标人准确填写。

十、中小企业声明函

（非中小企业投标，不需此件）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加安徽大学（采购单位全称）的安徽大学集成电路先进材料与技术研究设施创新平台设备更新-半导体器件加工设备采购项目（采购项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业选择其一填入）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：_____（盖单位章）

日期：____年__月__日

备注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。
2. 投标人应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）相关规定，如实填写中小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址 <https://www.miit.gov.cn/>）。
3. 上述“标的名称”，详见第三章采购需求中明确的“货物名称”。
4. 上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求中明确的“所属行业”。
5. 填写示例：某设备，属于（填写第三章采购需求中对应货物的“所属行业”，如工业）行业；制造企业为某企业，从业人员 100 人，营业收入为 10000 万元，资产总额为 5000 万

元，属于小型企业[投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址 <https://www.miit.gov.cn/>）]。

十一、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位投标，不需此件）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为☐不符合/☐符合条件（投标人自行勾选）的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购单位全称）的____（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：_____（盖单位章）

日 期：____年__月__日

十二、监狱企业证明

（非监狱企业投标，不需此件）

注：提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

十三、关于符合本国产品标准的声明函

(不符合本国产品扶持政策, 不需此件)

本公司(单位)郑重声明, 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定, 本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

1. (产品名称1), 生产厂为(厂名), 厂址为(生产厂址)。_/ 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ _/。_/ 的_/ 在中国境内生产。_/ 的_/ 在中国境内完成。

2. (产品名称2), 生产厂为(厂名), 厂址为(生产厂址)。_/ 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ _/。_/ 的_/ 在中国境内生产。_/ 的_/ 在中国境内完成。

.....

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

投标人: _____ (盖单位章)

日 期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

注:

1. 产品如有型号, 请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 上述声明函中标注_/ 的, 无需填写。

4. 投标人应当结合“五、投标分项报价表”相关信息进行填写。

5. 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》

(国办发〔2025〕34号)和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见(财库〔2025〕30号), 本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品, 即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品, 属于在中国境内生产的产品; 对医疗器械产品, 取

得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

十四、所投各产品属于政府采购节能产品、环境标志产品清单的证明

文件

（非节能、环保产品，不需此件）

附件 1.

节能产品证明材料

强制节能产品			
产品名称	品牌	产品型号	备注
.....			
优先节能产品			
产品名称	品牌	产品型号	备注
.....			

注：所投产品属于节能产品的，投标文件中须提供市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则评审时不予认可。

附件 2.

环境标志产品证明材料

产品名称	品牌	产品型号	备注
.....			

注：所投产品属于环境标志产品的，投标文件中须提供市场监管总局发布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则评审时不予认可。

十五、其他相关证明材料

提供符合招标公告、采购需求及评标方法和标准规定的相关证明文件。

第1包投标人还须符合以下任一条件（投标文件中须提供相关材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。）：

①投标人为所投高能量离子注入机产品制造商的：所投高能量离子注入机产品未取得豁免备案证明的，制造商须具有有效的《辐射安全许可证》（种类和范围至少包含：生产、销售Ⅲ类以上射线装置）；所投高能量离子注入机产品取得豁免备案证明的，须提供监管部门发放的豁免备案证明，无需提供《辐射安全许可证》。

②投标人非所投高能量离子注入机产品制造商的：所投高能量离子注入机产品未取得豁免备案证明的，投标人须具有有效的《辐射安全许可证》（种类和范围至少包含：销售Ⅲ类以上射线装置），且所投产品制造商须具有有效的《辐射安全许可证》（种类和范围至少包含：生产Ⅲ类以上射线装置）；所投高能量离子注入机产品取得豁免备案证明的，须提供监管部门发放的豁免备案证明，无需提供《辐射安全许可证》。

第 1 包		
评分因素	评分标准	证明材料 页码
满足货物指标要求情况	■代表重要指标，每满足一项得 4 分，共 10 项，共计 40 分； 注： 以投标响应表和“货物需求”中证明材料要求（如有）作为评审依据。	P__页
技术服务方案	评标委员会依据投标人投标文件中针对本项目编制的技术服务方案（包括但不限于：产品介绍、整机及关键部件配置、硬件架构、软件控制系统、设计原理、系统功能、系统性能、适配本项目工艺需求的技术特点、产品差异化特点及自身优势等）进行评分： （1）技术方案完整全面，整机及核心部件配置响应充分，硬件、软件、系统原理、工艺适配性描述详实，技术特点体现充分，完全满足本项目使用需求，得 5 分； （2）技术方案内容较完整，主要配置及功能已响应，关键技术描述基本清晰，能够满足本项目使用需求，得 3 分； （3）技术方案内容存在缺失，部分关键配置、技术参数描述简略，仅基本满足项目最低要求，得 1 分； （4）未提供本项目针对性技术方案，或技术方案不响应项目核心需求，不得分。	P__页
供货安装方案	评标委员会根据投标人投标文件中提供的针对本项目的供货安装（调试）方案（包括但不限于：供货时间安排、供货保障措施、与所投设备匹配的安装方案、测试大纲等）进行评分： （1）方案内容全面完整，方案针对性及可行性强，能最大限度满足采购需求得 5 分； （2）方案内容基本全面完整，方案具有针对性及可行性，能基本满足采购需求得 3 分； （3）方案内容基本涵盖完整，方案针对性及可行性有	P__页

	待改善，得 1 分； (4) 不可行或未提供相关内容不得分。	
培训方案	评标委员会根据投标人投标文件中提供的针对本项目的培训方案（包括但不限于：培训内容、培训时间及人员安排等）进行评分： (1) 方案内容全面完整，方案针对性及可行性强，能最大限度满足采购需求得 5 分； (2) 方案内容基本全面完整，方案具有针对性及可行性，能基本满足采购需求得 3 分； (3) 方案内容基本涵盖完整，方案针对性及可行性有待改善，得 1 分； (4) 不可行或未提供相关内容不得分。	P__页
售后服务与维保方案	评标委员会根据投标人投标文件中提供的针对本项目的售后服务与维保方案（包括但不限于：定期检查与维护、软件升级支持、故障响应与修复时间，售后服务响应和技术支持等）进行评分： (1) 方案内容全面完整，方案针对性及可行性强，能最大限度满足采购需求得 5 分； (2) 方案内容基本全面完整，方案具有针对性及可行性，能基本满足采购需求得 3 分； (3) 方案内容基本涵盖完整，方案针对性及可行性有待改善，得 1 分； (4) 不可行或未提供相关内容不得分。	P__页
质保期	在满足招标文件免费质保期要求的基础上, 所投包别中的所有产品免费质保期每增加_1_年加_2_分（不足_1_年的不加分），最高得_4_分。 注： 以投标响应表中投标人承诺的质保期作为评审依据。	P__页
产品业绩	2023 年 1 月 1 日（以合同签订日期为准）以来，采购需求中标注▲产品（须与所投产品同品牌同类型或同品牌同型号）具有供货安装业绩，每提供 1 份业绩得 2 分，本项满分 6 分。 注： (1) 业绩为产品业绩，不限定合同签订主体为投标	P__页

	人； (2) 投标文件中需同时提供业绩合同、验收证明材料（合同甲方或其归口管理部门需盖章）； (3) 如业绩合同中无法体现合同签订时间、产品类型等关键评审信息，须另提供业主单位（合同甲方）出具的盖章证明材料，否则不予认可。 (4) 同类型指：产品具有相同的功能和用途，需经评标委员会评审认可。	
--	--	--

第 2 包		
评分因素	评分标准	证明材料 页码
满足货物指标要求情况	1、■代表重要指标，每满足一项得<u>5</u>分，共<u>8</u>项，共计<u>40</u>分； 注： 以投标响应表和“货物需求”中证明材料要求（如有）作为评审依据。	P__页
技术服务方案	评标委员会依据投标人投标文件中针对本项目编制的技术服务方案（包括但不限于：产品介绍、整机及关键部件配置、硬件架构、软件控制系统、设计原理、系统功能、系统性能、适配本项目工艺需求的技术特点、产品差异化特点及自身优势等）进行评分： （1）技术方案完整全面，整机及核心部件配置响应充分，硬件、软件、系统原理、工艺适配性描述详实，技术特点体现充分，完全满足本项目使用需求，得 5 分； （2）技术方案内容较完整，主要配置及功能已响应，关键技术描述基本清晰，能够满足本项目使用需求，得 3 分； （3）技术方案内容存在缺失，部分关键配置、技术参数描述简略，仅基本满足项目最低要求，得 1 分； （4）未提供本项目针对性技术方案，或技术方案不响应项目核心需求，不得分。	P__页

供货安装方案	评标委员会根据投标人投标文件中提供的针对本项目的供货安装（调试）方案（包括但不限于：供货时间安排、供货保障措施、与所投设备匹配的安装方案、测试大纲等）进行评分： （1）方案内容全面完整，方案针对性及可行性强，能最大限度满足采购需求得 5 分； （2）方案内容基本全面完整，方案具有针对性及可行性，能基本满足采购需求得 3 分； （3）方案内容基本涵盖完整，方案针对性及可行性有待改善，得 1 分； （4）不可行或未提供相关内容不得分。	P__页
培训方案	评标委员会根据投标人投标文件中提供的针对本项目的培训方案（包括但不限于：培训内容、培训时间及人员安排等）进行评分： （1）方案内容全面完整，方案针对性及可行性强，能最大限度满足采购需求得 5 分； （2）方案内容基本全面完整，方案具有针对性及可行性，能基本满足采购需求得 3 分； （3）方案内容基本涵盖完整，方案针对性及可行性有待改善，得 1 分； （4）不可行或未提供相关内容不得分。	P__页
售后服务与维保方案	评标委员会根据投标人投标文件中提供的针对本项目的售后服务与维保方案（包括但不限于：定期检查与维护、软件升级支持、故障响应与修复时间，售后服务响应和技术支持等）进行评分： （1）方案内容全面完整，方案针对性及可行性强，能最大限度满足采购需求得 5 分； （2）方案内容基本全面完整，方案具有针对性及可行性，能基本满足采购需求得 3 分； （3）方案内容基本涵盖完整，方案针对性及可行性有待改善，得 1 分； （4）不可行或未提供相关内容不得分。	P__页

质保期	在满足招标文件免费质保期要求的基础上, 所投包别中的所有产品免费质保期每增加 <u>1</u> 年加 <u>2</u> 分（不足 <u>1</u> 年的不加分），最高得 <u>4</u> 分。 注： 以投标响应表中投标人承诺的质保期作为评审依据。	P__页
产品 业绩	2023 年 1 月 1 日（以合同签订日期为准）以来，采购需求中标注▲产品（须与所投产品同品牌同类型或同品牌同型号）具有供货安装业绩，每提供 1 份业绩得 2 分，本项满分 6 分。 注： （1）业绩为产品业绩，不限定合同签订主体为投标人； （2）投标文件中需同时提供业绩合同、验收证明材料（合同甲方或其归口管理部门需盖章）； （3）如业绩合同中无法体现合同签订时间、产品类型等关键评审信息，须另提供业主单位（合同甲方）出具的盖章证明材料，否则不予认可。 （4）同类型指：产品具有相同的功能和用途，需经评标委员会评审认可。	P__页

第 3 包		
评分因素	评分标准	证明材料 页码
满足货物指标要求情况	1、■代表重要指标，每满足一项得 <u>3</u> 分，共 <u>9</u> 项，共计 <u>27</u> 分； 2、●代表一般指标项，每满足一项得 <u>1</u> 分，共 <u>13</u> 项，共计 <u>13</u> 分。 注： 以投标响应表和“货物需求”中证明材料要求（如有）作为评审依据。	P__页
技术服务方案	评标委员会依据投标人投标文件中针对本项目编制的技术服务方案（包括但不限于：产品介绍、整机及关键部件配置、硬件架构、软件控制系统、设计原理、	P__页

	系统功能、系统性能、适配本项目工艺需求的技术特点、产品差异化特点及自身优势等）进行评分： （1）技术方案完整全面，整机及核心部件配置响应充分，硬件、软件、系统原理、工艺适配性描述详实，技术特点体现充分，完全满足本项目使用需求，得 5 分； （2）技术方案内容较完整，主要配置及功能已响应，关键技术描述基本清晰，能够满足本项目使用需求，得 3 分； （3）技术方案内容存在缺失，部分关键配置、技术参数描述简略，仅基本满足项目最低要求，得 1 分； （4）未提供本项目针对性技术方案，或技术方案不响应项目核心需求，不得分。	
供货安装方案	评标委员会根据投标人投标文件中提供的针对本项目的供货安装（调试）方案（包括但不限于：供货时间安排、供货保障措施、与所投设备匹配的安装方案、测试大纲等）进行评分： （1）方案内容全面完整，方案针对性及可行性强，能最大限度满足采购需求得 5 分； （2）方案内容基本全面完整，方案具有针对性及可行性，能基本满足采购需求得 3 分； （3）方案内容基本涵盖完整，方案针对性及可行性有待改善，得 1 分； （4）不可行或未提供相关内容不得分。	P__页
培训方案	评标委员会根据投标人投标文件中提供的针对本项目的培训方案（包括但不限于：培训内容、培训时间及人员安排等）进行评分： （1）方案内容全面完整，方案针对性及可行性强，能最大限度满足采购需求得 5 分； （2）方案内容基本全面完整，方案具有针对性及可行性，能基本满足采购需求得 3 分； （3）方案内容基本涵盖完整，方案针对性及可行性有待改善，得 1 分； （4）不可行或未提供相关内容不得分。	P__页

售后服务与 维保方案	评标委员会根据投标人投标文件中提供的针对本项目的售后服务与维保方案（包括但不限于：定期检查与维护、软件升级支持、故障响应与修复时间，售后服务响应和技术支持等）进行评分： （1）方案内容全面完整，方案针对性及可行性强，能最大限度满足采购需求得 5 分； （2）方案内容基本全面完整，方案具有针对性及可行性，能基本满足采购需求得 3 分； （3）方案内容基本涵盖完整，方案针对性及可行性有待改善，得 1 分； （4）不可行或未提供相关内容不得分。	P__页
质保期	在满足招标文件免费质保期要求的基础上, 所投包别中的所有产品免费质保期每增加 <u>1</u> 年加 <u>2</u> 分（不足 <u>1</u> 年的不加分），最高得 <u>4</u> 分。 注： 以投标响应表中投标人承诺的质保期作为评审依据。	P__页
产品 业绩	2023 年 1 月 1 日（以合同签订日期为准）以来，采购需求中标注▲产品（须与所投产品同品牌同类型或同品牌同型号）具有供货安装业绩，每提供 1 份业绩得 2 分，本项满分 6 分。 注： （1）业绩为产品业绩，不限定合同签订主体为投标人； （2）投标文件中需同时提供业绩合同、验收证明材料（合同甲方或其归口管理部门需盖章）； （3）如业绩合同中无法体现合同签订时间、产品类型等关键评审信息，须另提供业主单位（合同甲方）出具的盖章证明材料，否则不予认可。 （4）同类型指：产品具有相同的功能和用途，需经评标委员会评审认可。	P__页

特别提示：如营业执照、产品彩页、证书、检测报告、产品图片等。

附件 1

政府采购供应商质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2：

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件 2

大中小微企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业★	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业★	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业★	从业人员 (X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
住宿业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业★	从业人员 (X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业★	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

中小企业划分标准的说明：

1、大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2、附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。

带★的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3、企业划分指标以现行统计制度为准。

（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

（3）资产总额，采用资产总计代替。